

# ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1134  
Del 13 AGO, 2020

OGGETTO: Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPulia, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine dell'affidamento della fornitura e posa in opera di n.1 sistema per analisi da sforzo, comprensivo di manutenzione full risk biennale, occorrente alla U.O.S.D. di Pneumologia del P.O. di Terlizzi (BA).  
Smart CIG Z9A2B2B8ED

### IL DIRETTORE GENERALE

vista la deliberazione n. 1492/DG del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal f.f. Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue.

#### PREMESSO CHE

- la Direzione Strategica con nota prot.n.278055/1 del 24.10.2019, con all'oggetto "*procedura urgente acquisizione attrezzature per la U.O.S.D. Pneumologia Riabilitazione Respiratoria Ospedale Terlizzi*", ha trasmesso a questa Area, al fine di attivazione della procedura di acquisizione di n.1 sistema di analisi da sforzo, la nota Prot. n.255712/UOR12 del 03.10.2019 della Direzione Medica dell'Ospedale M. Sarcone di Terlizzi e la nota prot.n.59/PN del 26.09.2019 del Dirigente Medico Responsabile della U.O.S.D. di Pneumologia del citato Ospedale;
- il Direttore della U.O.C. di Ingegneria Clinica della ASL di Bari, con nota prot.n.294390 del 12.11.2019, ha trasmesso alla competente Direzione Amministrativa del P.O. Bari Nord: il disciplinare tecnico, l'indicazione della base d'asta di euro 38.000,00=IVA esclusa ed ha comunicato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, commi 2 e 10 bis, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- che con protocollo EmPulia PI279899-19 del 12.12.2019, sono state invitate tutte le n.951 ditte iscritte, alla data dell'avvio della procedura di gara, al gruppo merceologico n.120000000 – Attrezzature Sanitarie;

#### EVIDENZIATO CHE

alla data stabilita per la scadenza della presentazione delle offerte sono state acquisite attraverso la piattaforma telematica EmPulia n.5 proposte dalle ditte:

1) Carefusion Italy Srl, 2) Hospital Sud Assistance Srl, 3) Me.Di.Com Srl, 4) Medhos Srl e 5) Medical Graphics Italia Srl;


### PRESO ATTO

- che con nota protocollo EmPulia PI012913-20 del 23.01.2020 è stata trasmessa a tutti gli operatori economici partecipanti la comunicazione di esito positivo della verifica effettuata sulla documentazione amministrativa e la contestuale ammissione al prosieguo di gara;
- che con Determinazione Dirigenziale n.6873 del 10.06.2020, pubblicata nell'Albo Pretorio della ASL di Bari e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", è stata nominata e costituita la Commissione Giudicatrice;
- che su indicazione del Presidente della Commissione Giudicatrice, è stata fissata per il giorno 18.06.2020, la seduta pubblica concernente la verifica della presenza e della completezza della documentazione tecnica proposta in gara, dandone comunicazione ai concorrenti con nota protocollo EmPulia PI136910-20 del 15.06.2020 ed allegando alla medesima la Determinazione Dirigenziale concernente la nomina e la costituzione della Commissione Giudicatrice;
- dell'allegato verbale della seduta pubblica del 18.06.2020 (All.1), trasmesso a tutti gli operatori economici coinvolti con protocollo EmPulia PI144092-20 del 22.06.2020 e pubblicato nella sezione denominata Amministrazione Trasparente della ASL di Bari, concernente la verifica positiva in termini di presenza e completezza della documentazione tecnica di gara di tutti i concorrenti;
- che con protocollo EmPulia PI172383-20 del 21.07.2020 è stata comunicata a tutte le ditte partecipanti, la data per lo svolgimento della seduta pubblica in cui rendere noti gli esiti della valutazione tecnico/qualitativa effettuata dalla Commissione Giudicatrice e la contestuale verifica della presenza e della completezza dell'offerta economica;
- dell'allegato verbale della seduta pubblica del 24.07.2020 (All.2), comprensivo di tabella riepilogativa concernente la valutazione dell'offerta tecnica espressa in giudizi sintetici ed attribuzione di punteggio da parte della Commissione Giudicatrice, da cui si evince che la ditta Hospital Sud Assistance Srl e la ditta Medhos Srl non hanno superato la soglia di sbarramento di 42 punti prevista dagli atti di gara e pertanto non sono state ammesse al prosieguo di gara. Successivamente è stata riscontrata positivamente la presenza e la completezza delle offerte economiche delle ditte Medical Graphics Italia Srl, Carefusion Italy Srl e Me.Di.Com Srl ed infine è stata elaborata la sommatoria dei punteggi tecnici con i punteggi economici, dalla quale emerge che l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è quella proposta della ditta Medical Graphics Italia Srl;
- che il citato verbale della seduta pubblica del 24.07.2020 è stato trasmesso nella medesima data a tutti i concorrenti con protocollo EmPulia PI176438-20 e contestualmente pubblicato nella sezione relativa all'Amministrazione Trasparente di questa ASL;
- che è stata inoltrata alla ditta affidataria della fornitura, richiesta di spiegazioni, in ordine ai costi indicati nella propria offerta economica, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- del riscontro pervenuto dalla ditta Medical Graphics Italia Srl, esaminato e ritenuto dal R.U.P. – Dirigente A.G.P. della ASL di Bari, dott. Giuseppe Volpe, adeguato in relazione alle prescrizioni capitolari ed al contenuto della proposta tecnica;

### RITENUTO

per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento in favore della ditta Medical Graphics Italia Srl con sede a Milano, codice fiscale e partita IVA n.12642600154, della fornitura e posa in opera, comprensiva di manutenzione biennale full risk, di n.1 sistema di analisi da sforzo Ergospirometro Ergostik cod.40.400, il Kit ECG cod.001.273, la stazione barometrica cod.40.300, il software cod.10.521, il cicloergometro Ergoselect 100P cod.Erg1611010, il Treadmill programmabile cod. RUN 7410/TJ, complessivamente al prezzo di euro 29.000,00=IVA esclusa;

Il RUP/ Dirigente Area Gestione Patrimonio  
dott. Giuseppe Volpe



Il Direttore f.f. Area Gestione Patrimonio  
dott.ssa Pia Paciello



Acquisiti il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo:

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

**di recepire** le risultanze della procedura aperta telematica, di cui agli allegati verbali del 18.06.2020 (*All.1*), del 24.07.2020 (*All.2*), concernenti l'affidamento della fornitura e della relativa posa in opera di n.1 sistema di analisi da sforzo Ergospirometro Ergostik cod.40.400, il Kit ECG cod.001.273, la stazione barometrica cod.40.300, il software cod.10.521, il cicloergometro Ergoselect 100P cod.Erg1611010, il Treadmill programmabile cod. RUN 7410/TJ, comprensivo di manutenzione biennale full risk, per un importo complessivo di euro 35.380,00=IVA inclusa;

**di affidare** la fornitura di che trattasi alla ditta Medical Graphics Italia Srl con sede a Milano, codice fiscale e partita IVA n.12642600154;

**di imputare** la spesa di euro 35.380,00=IVA inclusa per la fornitura del Sistema di analisi da sforzo in parola sul conto economico n.010.110.00200, che verrà finanziata con risorse proprie del rispettivo Bilancio di competenza, secondo le modalità espresse dalla Direzione Strategica con nota Protocollo n.42567 del 31.07.2020;

**di dare atto**

- *che* ai sensi dell'art.32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand still);
- *che* ai sensi dell'art.8 del Regolamento Aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (Perfezionamento degli atti – Assolvimento obblighi di trasparenza) approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.1261 del 11.07.2016, che per gli affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00= e sino alla concorrenza di euro 40.000,00=IVA esclusa, si perfezioneranno mediante scambio di lettera commerciale, regolarizzata in bollo;
- *che*, ai sensi della L.n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato R.U.P. il dott. Giuseppe Volpe, Dirigente Amministrativo dell'Area Gestione Patrimonio, il quale sarà affiancato dal D.E.C. – dott.ssa Maria Leaci, Dirigente Medico Referente della U.O.S.D. Pneumologia dell'Ospedale M. Sarcone di Terlizzi o suo delegato, ai sensi degli art. 102 e 111 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- *che* la presente aggiudicazione diverrà efficace a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti di ordine generale da parte della ditta affidataria, ex art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., propedeutici alla stipula del contratto mediante scrittura privata;

**di demandare** alla Direzione Amministrativa della Macrostruttura destinataria della fornitura gli adempimenti relativi all'emissione degli ordinativi informatici, ricevimento merce, liquidazione fatture;

**di notificare** il contenuto del presente atto alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.76 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

**di disporre**, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente albo pretorio on-line;

**di dare atto** che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce dichiarazione dei firmatari di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi previste dalla vigente.

Il presente documento è conforme all'originale composto da  
n° 2 pagine e  
n° \_\_\_\_\_ facciate

**ASL BA**  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI  
Lungomare Starita, 6  
70123 Bari  
C.F e P.IVA 06534340721

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO



Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine dell'affidamento della fornitura di n.1 Sistema per Analisi da sforzo, occorrente alla U.O.S.D. di Pneumologia del P.O. M. Sarcone di Terlizzi (BA).

### Verbale Verifica presenza/completezza offerta tecnica

Il giorno 18 giugno 2020, alle ore 16:00, nella sala delle riunioni degli Uffici dell'Area Gestione Patrimonio dell'ASL di Bari si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara, presente il Presidente della Commissione Giudicatrice, nominato giusta determinazione dirigenziale n.6873 del 10.06.2020, pubblicata in Amministrazione Trasparente e presente nell'Albo Pretorio, per l'inizio delle operazioni relative alla gara in epigrafe.

Sono presenti:

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Volpe, | R.U.P./Presidente del seggio di gara, |
| - rag. Michele Borracci | Assistente Amministrativo, testimone, |
| - dott. Giuseppe Cerini | Presidente Commissione Giudicatrice;  |

Premesso che si è provveduto a notificare con protocollo EmPulia PI012913-20, le procedure di verifica amministrativa avvenuta in data 23.01.2020.

Atteso che i Componenti della Commissione Giudicatrice non sono presenti nell'apposita anagrafica EmPulia, conseguentemente, al fine del regolare svolgimento delle operazioni di verifica ed apertura della "Busta tecnica", e sentito il parere favorevole del Presidente della Commissione Giudicatrice, vengono utilizzate le credenziali del R.U.P., dott. Giuseppe Volpe.


Il R.U.P.:

- apre la seduta, in quanto regolarmente convocata con Prot. EmPulia PI136910-20 del 15.06.2020 e trasmessa anche attraverso posta elettronica certificata nella medesima data a tutti gli operatori economici coinvolti;
- prende atto della presenza : dell'Amministratore della ditta Hospital Sud Assistance Srl – sig. Marco Zotti, del delegato della ditta Carefusione Italy 237 Srl – sig. Giuseppe Nicotera e del delegato della ditta Me.Di.Com Srl – sig. Francesco Nitti;
- di concerto con il Presidente della Commissione Giudicatrice e del Testimone si procede all'apertura delle buste telematiche pervenute dalle ditte: 1) Medical Graphics Italia Srl, 2) Hospital Sud Assistance Srl, 3) Carefusione Italy 237 Srl, 4) Me.Di.Com Srl e 5) Medhos Srl ed alla conseguente regolarità e conformità, avvenuta con esito positivo;
- conclusesi le suddette operazioni di gara consegna tutta la documentazione tecnica di gara acquisita attraverso il portale telematico EmPulia al Presidente della Commissione Giudicatrice dott. Giuseppe Cerini, che provvederà di concerto con la Commissione Giudicatrice alle valutazioni del caso e non essendovi altre operazioni da svolgere, la presente seduta pubblica termina alle ore 17:15;


Il presente verbale di n.1 pagina verrà notificato alle ditte partecipanti attraverso il portale telematico EmPulia, nonché pubblicato nei termini e nei modi previsti dall'art.29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto, come segue:


dott. Giuseppe Volpe

  
\_\_\_\_\_

dott. Giuseppe Cerini

  
\_\_\_\_\_

Rag. Michele Borracci

  
\_\_\_\_\_



## Azienda Sanitaria Locale della Prov. di Bari

Sede Legale: Lungomare Starita n. 6 – presso C.T.O.- Bari - C.a.p. 70123

P.IVA e C.F.: 06534340721

ASLBA

Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine dell'affidamento della fornitura di n.1 Sistema per Analisi da sforzo, occorrente alla UOSD di Pneumologia del P.O. Sarcone di Terlizzi.

Verbale seduta pubblica di verifica presenza/completeness offerta tecnica

In data 18.06.2020, alle ore 16:00, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio, Lungomare Starita 6 – Bari, sono presenti, per l'espletamento della procedura in oggetto, i seguenti rappresentanti delle Ditte concorrenti:

Ragione sociale	Prot. EmPulia	Data ed ora invio	Firma leggibile presenti
Medical Graphics Italia	PI283678-19	18/12/2019 10:31:24	
Hospital Sud Assistance	PI000489-20	02/01/2020 12:32:36	
Carefusion Italy 237 Srl Unip	PI000636-20	03/01/2020 12:26:38	
ME.DI.COM. S.R.L.	PI000695-20	03/01/2020 15:58:12	
MEDHOS	PI000746-20	07/01/2020 00:31:24	

ALL.2

Il presente documento è conforme all'originale composto da

n° 16 pagine e  
n° \_\_\_\_\_ fasciate

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

## ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI  
Lungomare Starita, 6  
70123 Bari  
C.F e P.IVA 06534340721

**Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine dell'affidamento della fornitura urgente di n.1 Sistema per Analisi da sforzo, occorrente alla U.O.S.D. di Pneumologia del P.O. di Terlizzi (BA).**

**Verbale comunicazione valutazione tecnica e verifica presenza/completezza offerta economica**

Il giorno 24 luglio 2020, alle ore 08:30, presso gli Uffici dell'Area Gestione Patrimonio dell'ASL di Bari si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara, si svolge la seduta pubblica relativa alla comunicazione delle valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica ed alla presenza/completezza dell'offerta economica della procedura specificata in epigrafe.

Sono presenti:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - dott. Giuseppe Volpe,     | R.U.P./Presidente del seggio di gara,                            |
| - dott.ssa Isabella Tatulli | Assistente Amministrativo, segretario verbalizzante e testimone, |
| - geom. Claudio Zollo       | Collaboratore Amministrativo esperto, testimone,                 |
| - dott. Giuseppe Cerini     | Presidente Commissione Giudicatrice,                             |
| - dott. Ing. Angelo Maiano  | Componente Commissione Giudicatrice.                             |

E' assente il dott. Vito Picca, Componente Commissione Giudicatrice.

Atteso che i Componenti della Commissione Giudicatrice non sono presenti nell'apposita anagrafica EmPulia, conseguentemente, al fine del regolare svolgimento delle operazioni di verifica ed apertura della "Busta economica", vengono utilizzate le credenziali del R.U.P. dott. Giuseppe Volpe.

Il R.U.P.

- apre la seduta in quanto regolarmente convocata con protocollo EmPulia PI172383-20 del 21.07.2020;
- prende atto della presenza dei delegati delle ditte partecipanti come da allegato;
- consegna ai delegati delle ditte partecipanti copia delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione Giudicatrice e procede alla lettura dei punteggi attribuiti per singolo criterio;
- al termine della notifica, non essendo stata rilevata alcuna eccezione si è proceduto all'inserimento nel sistema telematico EmPULIA dei dati relativi ai punteggi totali per ciascuno dei criteri tecnici previsti dalla griglia di valutazione, così come qui di seguito indicati (punteggi complessivi), evidenziando che la valutazione minima per l'ammissione è, così come specificato nel disciplinare tecnico pari a 42 punti, inoltre la ditta Hospital Sud Assistance Srl e la ditta Medhos Srl, così come si evince dal verbale di valutazione tecnica, non sono ammesse al prosieguo di gara :

DITTA	PROT. EMPULIA	DATA ED ORA ARRIVO	PUNTI	ESITO VALUTAZIONE
Medical Graphics Italia Srl	PI283678-19	18/12/2019 10:31:24	62,50	Ammessa
Carefusion Italy 237 Srl	PI000636-20	03/01/2020 12:26:38	63,20	Ammessa
ME.DI.COM. Srl	PI000695-20	03/01/2020 15:58:12	54,60	Ammessa
Hospital Sud Assistance	PI000489-20	02/01/2020 12:32:36	00,00	Non Ammessa
Medhos Srl	PI000746-20	07/01/2020 00:31:24	00,00	Non Ammessa

- procede di concerto con il seggio di gara all'apertura delle buste economiche telematiche e dopo averne verificata la presenza/completezza provvede alla lettura dettagliata dei prezzi proposti come di seguito riportati:

DITTA	PROT. EMPULIA	DATA ED ORA ARRIVO	PUNTI	PREZZO OFFERTO
Medical Graphics Italia	PI283678-19	18/12/2019 10:31:24	27,95	29.000,00
Carefusion Italy 237 Srl	PI000636-20	03/01/2020 12:26:38	25,16	32.212,55
ME.DI.COM. Srl	PI000695-20	03/01/2020 15:58:12	30,00	27.015,20

Il sistema EmPulia elabora i dati relativi alla riparametrazione dei punteggi tecnici, ed alla sommatoria degli stessi con quelli economici si dà lettura nella modalità qui di seguito indicata:

DITTA	PROT. EMPULIA	DATA ARRIVO	Punteggio Tecnico riparametrato	Punteggio PREZZO	Punteggio TOTALE
<b>Medical Graphics Italia</b>	<b>PI283678-19</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>69,22</b>	<b>27,95</b>	<b>97,17</b>
Carefusion Italy 237 Srl	PI000636-20	03/01/2020	70,00	25,16	95,16
ME.DI.COM. Srl	PI000695-20	03/01/2020	60,47	30,00	90,47


Il R.U.P. dott. Giuseppe Volpe di concerto con il seggio di gara, prende atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è quella protocollata al PI283678-19 del 18 dicembre 2019, della ditta Medical Graphics Italia Srl, che ha proposto per il sistema di analisi da sforzo Ergospirometro Ergostik cod.40.400, il Kit ECG cod.001.273, la stazione barometrica cod.40.300, il software cod.10.521, il cicloergometro Ergoselect 100P cod.Erg1611010, il Treadmill programmabile cod. RUN 7410/TJ, complessivamente il prezzo di euro 29.000,00=IVA esclusa e che la stessa appare anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 3, d. Lgs. 50/2016, e s.m.i.. Pertanto si procederà in data odierna alle verifiche del caso;

Conclusi le suddette operazioni di gara e non essendovi altre operazioni da svolgere, la presente seduta pubblica termina alle ore 09:25;


Il presente verbale di n.2 pagine verrà notificato alle ditte partecipanti attraverso il portale telematico EmPulia, nonché pubblicato nei termini e nei modi previsti dall'art.29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto, come segue:

dott. Giuseppe Volpe, R.U.P.




dott.ssa Isabella Tatulli, Assistente Amministrativo, segretario verbalizzante e testimone




geom. Claudio Zollo, Collaboratore Amministrativo esperto, testimone



dott. Giuseppe Cerini, Presidente Commissione Giudicatrice



dott. Ing. Angelo Maiano, Componente Commissione Giudicatrice





## Azienda Sanitaria Locale della Prov. di Bari

Sede Legale: Lungomare Starita n. 6 – presso C.T.O.- Bari - C.a.p. 70123




P.IVA e C.F.: 06534340721

ASLBA

**Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, con affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa della fornitura di n.1 Sistema per Analisi da sforzo occorrente alla U.O.S.D. di Pneumologia del P.O. M. Sarcone di Terlizzi (BA).**

Verbale seduta pubblica relativa alla comunicazione valutazione tecnica espressa dalla Commissione Giudicatrice e della verifica della presenza e della completezza offerta tecnica

In data 24.07.2020, alle ore 08:30, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio, Lungomare Starita 6 – Bari, sono presenti, per l'espletamento della procedura in oggetto, i seguenti rappresentanti delle Ditte concorrenti:

Ragione sociale	Prot. EmPulia	Data ed ora invio	Firma leggibile presenti
Medical Graphics Italia	PI283678-19	18/12/2019 10:31:24	
Hospital Sud Assistance	PI000489-20	02/01/2020 12:32:36	
Carefusion Italy 237 Srl Unip	PI000636-20	03/01/2020 12:26:38	
ME.DI.COM. S.R.L.	PI000695-20	03/01/2020 15:58:12	
MEDHOS	PI000746-20	07/01/2020 00:31:24	

AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DELLA PROVINCIA DI BARI  
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI  
P.I.: 06534340721

### Verbale

Con Determina Dirigenziale n. 6873 del 10 Giugno 2020 veniva nominata la Commissione Giudicatrice della Procedura Aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed ai sensi dell'art.95, comma 6 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e posa in opera di un **Sistema per l'analisi da sforzo** occorrente alla U.O.S.D. di Pneumologia P.O. "Sarcone" di Bari.

Con particolare riferimento alla determinazione sopra emarginata, la Commissione è stata così composta:

Dott. Giuseppe Cerini – Direttore U.O.S.D. Pneumologia P.O. Sarcone – PRESIDENTE;  
Dott. Vito Picca – Direttore U.O.C. Pneumologia P.O. San Paolo - Componente;  
Ing. Angelo Maiano – Dirigente Ingegneria Clinica e HTA – Componente.

Il giorno **18 del mese di Giugno 2020**, presso l'Area Gestione del Patrimonio della ASL BARI sita in Bari, in seduta pubblica, sono state aperte ed ammesse alla fase successiva le offerte tecniche presentate dai seguenti operatori economici:

- Medical Graphics Italia srl
- Hospital Sud Assistance srl
- Carefusion Italy 237 srl
- Me.Di. Com srl
- Medhos srl

La suddetta Commissione Giudicatrice, a margine della seduta di apertura delle buste tecniche del 18 Giugno u.s., ha acquisito tutta la documentazione tecnica necessaria alle valutazioni di cui alla suddetta nomina.

La Commissione si è riunita in sedute private nelle date del 19 Giugno 2020 e 03 Luglio 2020 e 09 luglio 2020, e 10 luglio 2020, con il presente verbale si riportano le risultanze relative alla valutazione.

Dall'analisi della documentazione tecnica la Commissione, verificata la rispondenza ai requisiti di minima richiesti in Capitolato per le ditte partecipanti, non ammette alla fase successiva di valutazione la ditta Hospital Sud Assistance srl in quanto la documentazione di gara fornita dalla partecipante è mancante dell'offerta economica senza prezzi; condizione questa di pena esclusione. La Commissione esclude dal prosieguo della valutazione anche la ditta Medhos srl sia perché la documentazione di gara fornita dalla concorrente risulta mancante dell'offerta economica senza prezzi, sia perché le schede tecniche, il manuale d'uso utente e il software sono in lingua inglese e non in lingua italiana, come invece richiesto dalla Legge. Le offerte delle altre concorrenti soddisfano invece tutti requisiti di partecipazione, e pertanto al Commissione è giunta alla determinazione del seguente giudizio.

- Ditta *Medical Graphics Italia* : punteggio raggiunto : **62.50 su 70 massimi**
- Ditta *CareFusion Italy 237*: punteggio raggiunto : **63.20 su 70 massimi**



**ASLBA**

- Ditta *Me.Di.Com*: punteggio raggiunto : 54.60 su 70 massimi


In allegato al presente verbale si riporta la tabella di sintesi con il dettaglio dei punteggi attribuiti, criterio per criterio e con il riferimento dei giudizi dati, le schede valutazione.

La Commissione Giudicatrice:

Dott. Giuseppe Cerini – PRESIDENTE;

Dott. Vito Picca - Componente;

Ing. Angelo Maiano – Componente.



The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The top signature is 'Giuseppe Cerini', the middle one is 'Vito Picca', and the bottom one is 'Angelo Maiano'. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

Bari, li 13 Luglio 2020

Azienda Partecipante	Medical Graphics Italia	CareFusion Italy 237 - Vyaire	Me.Di.Com	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO
Marca e Modello Apparecchiature Proposte	Geratherm ErgoStik Amedtec CardioPart BT Ergoline ErgoSelect 100P Runner RUN 7410/TJ	Vyntus CPX CustoMed Cardio 300 BT ViaSprint 150P Runner RUN 7410/TJ	CardioVit 200 Office BT Ganshorn PowerCube Schiller ERG 911 Plus Medisoft 870 A Clinical	
Anno immissione in commercio del modello specifico	2011	2019	2019	4
<b>GENERALE</b>				
Struttura (descrivere ingombri e materiali dell'intero sistema ergometri, workstation ed eventuali accessori)	3,0	3,0	3,0	3
Kit calibrazione (descrivere la tecnologia)	0,5	1,0	0,5	1
<b>WORKSTATION</b>				18
Stampante laser (descrivere la tecnologia e caratteristiche)	1,5	2,0	1,0	2
Soluzione per la sicurezza elettrica (descrivere quale e specificare le caratteristiche)	2,0	1,5	1,0	2
UPS (si, no) (descrivere le caratteristiche)	3,0	1,8	1,8	3
Gamma formati File esportazione (indicare quali possibili)	2,0	2,0	1,5	2
Display/monitor (descrivere le caratteristiche e le dimensioni)	2,0	3,0	2,5	3
Capacità di storage HD (indicare in Gb)	2,0	2,0	3,0	3
RAM disponibile (indicare in Gb)	1,5	1,5	1,8	2
Porte di interfaccia disponibili (indicare e descrivere)	1,0	1,0	1,0	1
<b>SEZIONE ACQUISIZIONE ECG</b>				16
Frequenza di campionamento (indicare in Hz)	1,6	2,0	1,6	2
Filtri (indicare e descrivere oltre a quelli richiesti)	2,0	2,0	2,0	2
Calcoli (indicare e descrivere oltre a quelli richiesti)	3,0	3,0	3,0	3
Formati di visualizzazione tracciati possibili (indicare)	2,0	2,0	1,8	2
Memorizzazione Trend e Curve (indicare e descrivere quali possibili)	2,0	2,0	1,6	2
Allarmi (specificare e descrivere i presenti)	2,0	2,0	2,0	2
Modulo paziente (descrivere la tecnologia)	2,0	2,0	3,0	3
<b>SEZIONE SPIROMETRICO METABOLICA</b>				10
Trasduttore di flusso (descrivere la tecnologia le caratteristiche e i campi di misura possibili)	1,8	2,0	1,2	2

Analizzatori gas respiratori (descrivere la tecnologia le caratteristiche e i campi di misura possibili)	2,0	2,0	0,0	2
Calibrazioni automatiche (si, no) (precisare la tipologia)	1,8	3,0	1,8	3
Parametri misurati e calcolati (specificare)	3,0	3,0	3,0	3
<b>CICLO ERGOMETRO</b>				9
Carico di lavoro (indicare il range in watt)	1,0	1,0	0,6	1
Portata paziente (indicare in kg. il max carico ammisibile)	1,0	1,0	1,0	1
Protocolli (indicare quali presenti e quanti memorizzabili)	2,0	2,0	1,2	2
Regolazione della sella (indicare e specificare il range in cm.)	1,0	1,0	1,0	1
Display paziente (descrivere le caratteristiche, le dimensioni e le informazioni visualizzabili)	2,0	1,8	1,8	2
Consolle di comando (descrivere le caratteristiche, le dimensioni e i parametri gestibili)	2,0	2,0	2,0	2
<b>TREADMILL</b>				7
Velocità di scorrimento nastro (indicare il range )	1,0	1,0	0,7	1
Pendenza della pedana (indicare il range )	1,0	1,0	0,8	1
Portata paziente (indicare in kg. il max carico ammisibile)	1,0	1,0	0,8	1
Protocolli (indicare quali presenti e quanti memorizzabili)	2,0	2,0	0,0	2
Consolle di comando (descrivere le caratteristiche, le dimensioni e i parametri gestibili)	2,0	2,0	1,6	2
<b>ASSISTENZA TECNICA</b>				6
Tempo minimo di intervento dalla chiamata (indicare in ore escluso la risposta in teleassistenza)	1,8	1,2	1,8	2
Orario di disponibilità alla erogazione degli interventi (indicare la fascia oraria e specificare per giorni feriali e festivi)	1,2	1,2	1,2	2
Tempo massimo di risoluzione del guasto (indicare in giornate lavorative)	1,8	1,2	2,0	2
<b>PUNTEGGIO TOTALE:</b>	<b>62,5</b>	<b>63,2</b>	<b>54,6</b>	<b>70,0</b>

**ASL BA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**  
 Lungomare Starita, 6  
 70123 Bari  
 C.F e P.IVA 06534340721

Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine dell'affidamento della fornitura di n.1 Sistema per Analisi da sforzo, occorrente alla U.O.S.D. di Pneumologia del P.O. M. Sarcone di Terlizzi (BA).

**Verbale Verifica presenza/completezza offerta tecnica**

Il giorno 18 giugno 2020, alle ore 16:00, nella sala delle riunioni degli Uffici dell'Area Gestione Patrimonio dell'ASL di Bari si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara, presente il Presidente della Commissione Giudicatrice, nominato giusta determinazione dirigenziale n.6873 del 10.06.2020, pubblicata in Amministrazione Trasparente e presente nell'Albo Pretorio, per l'inizio delle operazioni relative alla gara in epigrafe.

Sono presenti:

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Volpe, | R.U.P./Presidente del seggio di gara, |
| - rag. Michele Borracci | Assistente Amministrativo, testimone, |
| - dott. Giuseppe Cerini | Presidente Commissione Giudicatrice;  |

Premesso che si è provveduto a notificare con protocollo EmPulia PI012913-20, le procedure di verifica amministrativa avvenuta in data 23.01.2020.

Atteso che i Componenti della Commissione Giudicatrice non sono presenti nell'apposita anagrafica EmPulia, conseguentemente, al fine del regolare svolgimento delle operazioni di verifica ed apertura della "Busta tecnica", e sentito il parere favorevole del Presidente della Commissione Giudicatrice, vengono utilizzate le credenziali del R.U.P., dott. Giuseppe Volpe.

Il R.U.P.:

- apre la seduta, in quanto regolarmente convocata con Prot. EmPulia PI136910-20 del 15.06.2020 e trasmessa anche attraverso posta elettronica certificata nella medesima data a tutti gli operatori economici coinvolti;
- prende atto della presenza : dell'Amministratore della ditta Hospital Sud Assistance Srl – sig. Marco Zotti, del delegato della ditta Carefusion Italy 237 Srl – sig. Giuseppe Nicotera e del delegato della ditta Me.Di.Com Srl – sig. Francesco Nitti;
- di concerto con il Presidente della Commissione Giudicatrice e del Testimone si procede all'apertura delle buste telematiche pervenute dalle ditte: 1) Medical Graphics Italia Srl, 2) Hospital Sud Assistance Srl, 3) Carefusion Italy 237 Srl, 4) Me.Di.Com Srl e 5) Medhos Srl ed alla conseguente regolarità e conformità, avvenuta con esito positivo;
- conclusesi le suddette operazioni di gara consegna tutta la documentazione tecnica di gara acquisita attraverso il portale telematico EmPulia al Presidente della Commissione Giudicatrice dott. Giuseppe Cerini, che provvederà di concerto con la Commissione Giudicatrice alle valutazioni del caso e non essendovi altre operazioni da svolgere, la presente seduta pubblica termina alle ore 17:15;


Il presente verbale di n.1 pagina verrà notificato alle ditte partecipanti attraverso il portale telematico EmPulia, nonché pubblicato nei termini e nei modi previsti dall'art.29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto, come segue:

dott. Giuseppe Volpe

dott. Giuseppe Cerini

Rag. Michele Borracci





## Azienda Sanitaria Locale della Prov. di Bari

Sede Legale: Lungomare Starita n. 6 – presso C.T.O.- Bari - C.a.p. 70123

P.IVA e C.F.: 06534340721

ASLBA

Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine dell'affidamento della fornitura di n.1 Sistema per Analisi da sforzo, occorrente alla UOSD di Pneumologia del P.O. Sarcone di Terlizzi.

Verbale seduta pubblica di verifica presenza/completeness offerta tecnica

In data 18.06.2020, alle ore 16:00, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio, Lungomare Starita 6 – Bari, sono presenti, per l'espletamento della procedura in oggetto, i seguenti rappresentanti delle Ditte concorrenti:

Ragione sociale	Prot EmPulia	Data ed ora invio	Firma leggibile presenti
Medical Graphics Italia	PI283678-19	18/12/2019 10:31:24	
Hospital Sud Assistance	PI000489-20	02/01/2020 12:32:36	
Carefusion Italy 237 Srl Unip	PI000636-20	03/01/2020 12:26:38	
ME.DI.COM. S.R.L.	PI000695-20	03/01/2020 15:58:12	
MEDHOS	PI000746-20	07/01/2020 00:31:24	

**ASL BA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**  
 Lungomare Starita, 6  
 70123 Bari  
 C.F e P.IVA 06534340721

**Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmpULIA, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine dell'affidamento della fornitura urgente di n.1 Sistema per Analisi da sforzo, occorrente alla U.O.S.D. di Pneumologia del P.O. di Terlizzi (BA).**

**Verbale comunicazione valutazione tecnica e verifica presenza/completezza offerta economica**

Il giorno 24 luglio 2020, alle ore 08:30, presso gli Uffici dell'Area Gestione Patrimonio dell'ASL di Bari si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara, si svolge la seduta pubblica relativa alla comunicazione delle valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica ed alla presenza/completezza dell'offerta economica della procedura specificata in epigrafe.

Sono presenti:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - dott. Giuseppe Volpe,     | R.U.P./Presidente del seggio di gara,                            |
| - dott.ssa Isabella Tatulli | Assistente Amministrativo, segretario verbalizzante e testimone, |
| - geom. Claudio Zollo       | Collaboratore Amministrativo esperto, testimone,                 |
| - dott. Giuseppe Cerini     | Presidente Commissione Giudicatrice,                             |
| - dott. Ing. Angelo Maiano  | Componente Commissione Giudicatrice.                             |

E' assente il dott. Vito Picca, Componente Commissione Giudicatrice.

Atteso che i Componenti della Commissione Giudicatrice non sono presenti nell'apposita anagrafica Empulia, conseguentemente, al fine del regolare svolgimento delle operazioni di verifica ed apertura della "Busta economica", vengono utilizzate le credenziali del R.U.P. dott. Giuseppe Volpe.

Il R.U.P.

- apre la seduta in quanto regolarmente convocata con protocollo Empulia PI172383-20 del 21.07.2020;
- prende atto della presenza dei delegati delle ditte partecipanti come da allegato;
- consegna ai delegati delle ditte partecipanti copia delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione Giudicatrice e procede alla lettura dei punteggi attribuiti per singolo criterio;
- al termine della notifica, non essendo stata rilevata alcuna eccezione si è proceduto all'inserimento nel sistema telematico EmpULIA dei dati relativi ai punteggi totali per ciascuno dei criteri tecnici previsti dalla griglia di valutazione, così come qui di seguito indicati (punteggi complessivi), evidenziando che la valutazione minima per l'ammissione è, così come specificato nel disciplinare tecnico pari a 42 punti, inoltre la ditta Hospital Sud Assistance Srl e la ditta Medhos Srl, così come si evince dal verbale di valutazione tecnica, non sono ammesse al prosieguo di gara :

DITTA	PROT. EMPULIA	DATA ED ORA ARRIVO	PUNTI	ESITO VALUTAZIONE
Medical Graphics Italia Srl	PI283678-19	18/12/2019 10:31:24	62,50	Ammessa
Carefusion Italy 237 Srl	PI000636-20	03/01/2020 12:26:38	63,20	Ammessa
ME.DI.COM. Srl	PI000695-20	03/01/2020 15:58:12	54,60	Ammessa
Hospital Sud Assistance	PI000489-20	02/01/2020 12:32:36	00,00	Non Ammessa
Medhos Srl	PI000746-20	07/01/2020 00:31:24	00,00	Non Ammessa

- procede di concerto con il seggio di gara all'apertura delle buste economiche telematiche e dopo averne verificata la presenza/completezza provvede alla lettura dettagliata dei prezzi proposti come di seguito riportati:

DITTA	PROT. EMPULIA	DATA ED ORA ARRIVO	PUNTI	PREZZO OFFERTO
Medical Graphics Italia	PI283678-19	18/12/2019 10:31:24	27,95	29.000,00
Carefusion Italy 237 Srl	PI000636-20	03/01/2020 12:26:38	25,16	32.212,55
ME.DI.COM. Srl	PI000695-20	03/01/2020 15:58:12	30,00	27.015,20

Il sistema EmPulia elabora i dati relativi alla riparametrazione dei punteggi tecnici, ed alla sommatoria degli stessi con quelli economici si dà lettura nella modalità qui di seguito indicata:

DITTA	PROT. EMPULIA	DATA ARRIVO	Punteggio Tecnico riparametrato	Punteggio PREZZO	Punteggio TOTALE
<b>Medical Graphics Italia</b>	<b>PI283678-19</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>69,22</b>	<b>27,95</b>	<b>97,17</b>
Carefusion Italy 237 Srl	PI000636-20	03/01/2020	70,00	25,16	95,16
ME.DI.COM. Srl	PI000695-20	03/01/2020	60,47	30,00	90,47


Il R.U.P. dott. Giuseppe Volpe di concerto con il seggio di gara, prende atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è quella protocollata al PI283678-19 del 18 dicembre 2019, della ditta Medical Graphics Italia Srl, che ha proposto per il sistema di analisi da sforzo Ergospirometro Ergostik cod.40.400, il Kit ECG cod.001.273, la stazione barometrica cod.40.300, il software cod.10.521, il cicloergometro Ergoselect 100P cod.Erg1611010, il Treadmill programmabile cod. RUN 7410/TJ, complessivamente il prezzo di euro 29.000,00=IVA esclusa e che la stessa appare anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 3, d. Lgs. 50/2016, e s.m.i.. Pertanto si procederà in data odierna alle verifiche del caso;

Conclusi le suddette operazioni di gara e non essendovi altre operazioni da svolgere, la presente seduta pubblica termina alle ore 09:25;


Il presente verbale di n.2 pagine verrà notificato alle ditte partecipanti attraverso il portale telematico EmPulia, nonché pubblicato nei termini e nei modi previsti dall'art.29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto, come segue:

dott. Giuseppe Volpe/R.U.P.

  
\_\_\_\_\_


dott.ssa Isabella Tatulli, Assistente Amministrativo, segretario verbalizzante e testimone

  
\_\_\_\_\_


geom. Claudio Zollo, Collaboratore Amministrativo esperto, testimone

  
\_\_\_\_\_

dott. Giuseppe Cerini, Presidente Commissione Giudicatrice

  
\_\_\_\_\_

dott. Ing. Angelo Maiano, Componente Commissione Giudicatrice

  
\_\_\_\_\_



## Azienda Sanitaria Locale della Prov. di Bari

Sede Legale: Lungomare Starita n. 6 – presso C.T.O.- Bari - C.a.p. 70123




P.IVA e C.F.: 06534340721

ASLBA

**Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, con affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa della fornitura di n.1 Sistema per Analisi da sforzo occorrente alla U.O.S.D. di Pneumologia del P.O. M. Sarcone di Terlizzi (BA).**

Verbale seduta pubblica relativa alla comunicazione valutazione tecnica espressa dalla Commissione Giudicatrice e della verifica della presenza e della completezza offerta tecnica

In data 24.07.2020, alle ore 08:30, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio, Lungomare Starita 6 – Bari, sono presenti, per l'espletamento della procedura in oggetto, i seguenti rappresentanti delle Ditte concorrenti:

Ragione sociale	Prot. EmPulia	Data ed ora invio	Firma leggibile presenti
Medical Graphics Italia	PI283678-19	18/12/2019 10:31:24	
Hospital Sud Assistance	PI000489-20	02/01/2020 12:32:36	
Carefusion Italy 237 Srl Unip	PI000636-20	03/01/2020 12:26:38	
ME.DI.COM. S.R.L.	PI000695-20	03/01/2020 15:58:12	
MEDHOS	PI000746-20	07/01/2020 00:31:24	

AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DELLA PROVINCIA DI BARI  
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI  
P.I.: 06534340721

## Verbale

Con Determina Dirigenziale n. 6873 del 10 Giugno 2020 veniva nominata la Commissione Giudicatrice della Procedura Aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed ai sensi dell'art.95, comma 6 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e posa in opera di un **Sistema per l'analisi da sforzo** occorrente alla U.O.S.D. di Pneumologia P.O. "Sarcone" di Bari.

Con particolare riferimento alla determinazione sopra emarginata, la Commissione è stata così composta:

Dott. Giuseppe Cerini – Direttore U.O.S.D. Pneumologia P.O. Sarcone – PRESIDENTE;  
Dott. Vito Picca – Direttore U.O.C. Pneumologia P.O. San Paolo - Componente;  
Ing. Angelo Maiano – Dirigente Ingegneria Clinica e HTA – Componente.

Il giorno **18 del mese di Giugno 2020**, presso l'Area Gestione del Patrimonio della ASL BARI sita in Bari, in seduta pubblica, sono state aperte ed ammesse alla fase successiva le offerte tecniche presentate dai seguenti operatori economici:

- Medical Graphics Italia srl
- Hospital Sud Assistance srl
- Carefusion Italy 237 srl
- Me.Di. Com srl
- Medhos srl

La suddetta Commissione Giudicatrice, a margine della seduta di apertura delle buste tecniche del 18 Giugno u.s., ha acquisito tutta la documentazione tecnica necessaria alle valutazioni di cui alla suddetta nomina.

La Commissione si è riunita in sedute private nelle date del 19 Giugno 2020 e 03 Luglio 2020 e 09 luglio 2020, e 10 luglio 2020, con il presente verbale si riportano le risultanze relative alla valutazione.

Dall'analisi della documentazione tecnica la Commissione, verificata la rispondenza ai requisiti di minima richiesti in Capitolato per le ditte partecipanti, non ammette alla fase successiva di valutazione la ditta Hospital Sud Assistance srl in quanto la documentazione di gara fornita dalla partecipante è mancante dell'offerta economica senza prezzi; condizione questa di pena esclusione. La Commissione esclude dal prosieguo della valutazione anche la ditta Medhos srl sia perché la documentazione di gara fornita dalla concorrente risulta mancante dell'offerta economica senza prezzi, sia perché le schede tecniche, il manuale d'uso utente e il software sono in lingua inglese e non in lingua italiana, come invece richiesto dalla Legge. Le offerte delle altre concorrenti soddisfano invece tutti requisiti di partecipazione, e pertanto al Commissione è giunta alla determinazione del seguente giudizio.

- Ditta *Medical Graphics Italia* : punteggio raggiunto : 62.50 su 70 massimi
- Ditta *CareFusion Italy 237*: punteggio raggiunto : 63.20 su 70 massimi



- Ditta *Me.Di.Com*: punteggio raggiunto : 54.60 su 70 massimi


In allegato al presente verbale si riporta la tabella di sintesi con il dettaglio dei punteggi attribuiti, criterio per criterio e con il riferimento dei giudizi dati, le schede valutazione.

La Commissione Giudicatrice:

Dott. Giuseppe Cerini – PRESIDENTE;

Dott. Vito Picca - Componente;

Ing. Angelo Maiano – Componente.



The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The top signature is 'Giuseppe Cerini', the middle one is 'Vito Picca', and the bottom one is 'Angelo Maiano'. The signatures are written in black ink.

Bari, li 13 Luglio 2020

Azienda Partecipante	Medical Graphics Italia	CareFusion Italy 237 - Vyair	Me.Di.Com	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO
Marca e Modello Apparecchiature Proposte	Geratherm ErgoStik Amedtec CardioPart BT Ergoline ErgoSelect 100P Runner RUN 7410/TJ	Vyntus CPX CustoMed Cardio 300 BT ViaSprint 150P Runner RUN 7410/TJ	CardioVit 200 Office BT Ganshorn PowerCube Schiller ERG 911 Plus Medisoft 870 A Clinical	
Anno immissione in commercio del modello specifico	2011	2019	2019	
<b>GENERALE</b>				<b>4</b>
Struttura (descrivere ingombri e materiali dell'intero sistema ergometri, workstation ed eventuali accessori)	3,0	3,0	3,0	3
Kit calibrazione (descrivere la tecnologia)	0,5	1,0	0,5	1
<b>WORKSTATION</b>				<b>18</b>
Stampante laser (descrivere la tecnologia e caratteristiche)	1,5	2,0	1,0	2
Soluzione per la sicurezza elettrica (descrivere quale e specificare le caratteristiche)	2,0	1,5	1,0	2
UPS (sì, no) (descrivere le caratteristiche)	3,0	1,8	1,8	3
Gamma formati File esportazione (indicare quali possibili)	2,0	2,0	1,5	2
Display/monitor (descrivere le caratteristiche e le dimensioni)	2,0	3,0	2,5	3
Capacità di storage HD (indicare in Gb)	2,0	2,0	3,0	3
RAM disponibile (indicare in Gb)	1,5	1,5	1,8	2
Porte di interfaccia disponibili (indicare e descrivere)	1,0	1,0	1,0	1
<b>SEZIONE ACQUISIZIONE ECG</b>				<b>16</b>
Frequenza di campionamento (indicare in Hz)	1,6	2,0	1,6	2
Filtri (indicare e descrivere oltre a quelli richiesti)	2,0	2,0	2,0	2
Calcoli (indicare e descrivere oltre a quelli richiesti)	3,0	3,0	3,0	3
Formati di visualizzazione tracciati possibili (indicare)	2,0	2,0	1,8	2
Memorizzazione Trend e Curve (indicare e descrivere quali possibili)	2,0	2,0	1,6	2
Allarmi (specificare e descrivere i presenti)	2,0	2,0	2,0	2
Modulo paziente (descrivere la tecnologia)	2,0	2,0	3,0	3
<b>SEZIONE SPIROMETRICO METABOLICA</b>				<b>10</b>
Trasduttore di flusso (descrivere la tecnologia le caratteristiche e i campi di misura possibili)	1,8	2,0	1,2	2

Analizzatori gas respiratori (descrivere la tecnologia le caratteristiche e i campi di misura possibili)	2,0	2,0	0,0	2
Calibrazioni automatiche (si, no) (precisare la tipologia)	1,8	3,0	1,8	3
Parametri misurati e calcolati (specificare)	3,0	3,0	3,0	3
<b>CICLO ERGOMETRO</b>				<b>9</b>
Carico di lavoro (indicare il range in watt)	1,0	1,0	0,6	1
Portata paziente (indicare in kg. il max carico ammissibile)	1,0	1,0	1,0	1
Protocolli (indicare quali presenti e quanti memorizzabili)	2,0	2,0	1,2	2
Regolazione della sella (indicare e specificare il range in cm.)	1,0	1,0	1,0	1
Display paziente (descrivere le caratteristiche, le dimensioni e le informazioni visualizzabili)	2,0	1,8	1,8	2
Consolle di comando (descrivere le caratteristiche, le dimensioni e i parametri gestibili)	2,0	2,0	2,0	2
<b>TREADMILL</b>				<b>7</b>
Velocità di scorrimento nastro (indicare il range)	1,0	1,0	0,7	1
Pendenza della pedana (indicare il range)	1,0	1,0	0,8	1
Portata paziente (indicare in kg. il max carico ammissibile)	1,0	1,0	0,8	1
Protocolli (indicare quali presenti e quanti memorizzabili)	2,0	2,0	0,0	2
Consolle di comando (descrivere le caratteristiche, le dimensioni e i parametri gestibili)	2,0	2,0	1,6	2
<b>ASSISTENZA TECNICA</b>				<b>6</b>
Tempo minimo di intervento dalla chiamata (indicare in ore escluso la risposta in teleassistenza)	1,8	1,2	1,8	2
Orario di disponibilità alla erogazione degli interventi (indicare la fascia oraria e specificare per giorni feriali e festivi)	1,2	1,2	1,2	2
Tempo massimo di risoluzione del guasto (indicare in giornate lavorative)	1,8	1,2	2,0	2
<b>PUNTEGGIO TOTALE:</b>	<b>62,5</b>	<b>63,2</b>	<b>54,6</b>	<b>70,0</b>

