

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000572	01/04/2022

OGGETTO: OSPEDALE “DON TONINO BELLO” DI MOLFETTA: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI N° 1 ECOGRAFO DIGITALE LOGIQ P9 XD CLEAR COMPLETO DI SONDE E STAMPANTE PER LA U.O.S.V.D. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI / SERVIZIO DI SENOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001591 DEL 25/03/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 14 (quattordici) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 31/03/2022 13:20 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 31/03/2022 16:42 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 01/04/2022 07:25 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 31/03/2022 17:00 Antonio SANGUEDOLCE


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **01/04/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L’Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 01/04/2022 07:42

Roveto Domenico



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	OSPEDALE “DON TONINO BELLO” DI MOLFETTA: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI N° 1 ECOGRAFO DIGITALE LOGIQ P9 XD CLEAR COMPLETO DI SONDE E STAMPANTE PER LA U.O.S.V.D. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI / SERVIZIO DI SENOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO.-
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Nord, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del D.G. n. 2763 del 23.12.2009 è stato approvato il Regolamento che disciplina la gestione dei beni mobili durevoli dell'Azienda;
- l'art. 13 del predetto Regolamento disciplina l'acquisizione di donazioni da parte di privato cittadino, Ente Pubblico e/o privato e/o Ditta;
- la l'Associazione LA DOPPIA ELICA - 70056 Molfetta (BA) – corso Margherita di Savoia n° 40 P.IVA/C.F. 93507140726 con comunicazione assunta al prot. n. 41098/2022 del 24.02.2022 ha manifestato la volontà di donare un Ecografo Multidisciplinare Digitale di produzione GE modello LOGIQ P9 XD Clear cod. H430092LJ, con n° 1 trasduttore (sonda) lineare L3-12-RS cod. H44901AP, n° 1 trasduttore (sonda) lineare a matrice ML6-15-RS cod. H40462LM e n° 1 stampante termica B/W cod. H46992LS, per la U.O.S.V.D. di Diagnostica per Immagini / Sezione Senologia del P.O. di Molfetta;
- la suddetta proposta di donazione è stata condivisa favorevolmente sia dalla Direzione Sanitaria di Presidio, che dalla Direzione Amministrativa di Presidio, oltre che dal Dirigente Medico Responsabile della U.O.S.V.D. di Diagnostica per Immagini / Sezione di Senologia;

PRESO ATTO CHE:

- il donante, nella su citata proposta di donazione, ha dichiarato che: - “la donazione in parola è effettuata per puro spirito di liberalità, in assenza di conflitto di interesse con la ASL BARI e, in particolare, non sussistite qualsiasi interesse di natura patrimoniale/commerciale alla donazione”; - “la donazione non determina la fornitura di materiale di consumo” e che la stessa “non richiede l'acquisto di ulteriori apparecchiature per il suo funzionamento”;

DATO ATTO CHE:

- l'accettazione dei menzionati beni non prevede l'acquisto di materiale dedicato, e, pertanto, ai sensi della delibera dell'ANAC, 831 del 3/8/2016, non comporta oneri economici per l'Azienda,
- la l'Associazione LA DOPPIA ELICA - 70056 Molfetta (BA) – corso Margherita di Savoia n° 40 P.IVA/C.F. 93507140726 ha inviato le certificazioni, agli atti di questa Direzione Amministrativa di P.O., rilasciategli dal fornitore ed attestanti, il rispetto della normativa europea e nazionale sulla sicurezza e qualità dei beni oggetto della donazione;

DATO ATTO CHE:

- con annotazione in calce alla nota mail del 23.03.2022 di questa Direzione Amministrativa di Presidio, assunta al prot. n. 20452/2022 del 24.03.2022, la Direzione Strategica della A.S.L. Bari, ha espresso il nulla osta alla donazione;
- con nota mail del 22.03.2022 assunta al prot. n. 20582/2022 del 24.03.2022 di questa D.A., il Direttore della Ingegneria Clinica – H.T.A. di questa ASL Bari, ing. Rocco Ianora, ha espresso parere favorevole alla donazione dell'Ecografo Multidisciplinare Digitale di produzione GE modello LOGIQ P9 XD Clear cod. H430092LJ, con n° 1 trasduttore (sonda) lineare L3-12-RS cod. H44901AP, n° 1 trasduttore (sonda) lineare a matrice ML6-15-RS cod. H40462LM e n° 1 stampante termica B/W cod. H46992LS precisando che sarà cura della Ingegneria Clinica aziendale, per il tramite della preposta ditta, coordinare la operazioni di collaudo propedeutiche all'utilizzo;

PRESO ATTO CHE:

- il valore commerciale della donazione ammonta complessivamente ad Euro 35.000,00 I.V.A. inclusa, e come meglio specificato nella sottostante tabella:

QT.	DESCRIZIONE DEL BENE	COSTO IVA INCLUSA
01	Ecografo Multidisciplinare Digitale di produzione GE modello LOGIQ P9 XD Clear cod. H430092LJ, con n° 1 trasduttore (sonda) lineare L3-12-RS cod. H44901AP, n° 1 trasduttore (sonda) lineare a matrice ML6-15-RS cod. H40462LM e n° 1 stampante termica B/W cod. H46992LS Computer Desktop marca ACER Verition – tower – core i5 9400 2.9 GHz – 8 GB – 1 TB	€. 35.000,00
	TOTALE IVA INCLUSA	€. 35.000,00

DATO ATTO CHE:

- con nota mail prot. n. 20758/2022 del 25.03.2022, il Dirigente Medico Responsabile – U.O.S.V.D. di Diagnostica per Immagini / Sezione di Senologia del P.O. di Molfetta, dott.ssa Maria Rosaria Fracella, ha attestato l'insussistenza di qualsivoglia causa di conflitto di interesse in merito alla donazione de quo, ai sensi dell'art. 1 co. 9 lett. e) L.N. 190/2012, così come recepito a livello aziendale, dal vigente PTPCT 2022/2024 adottato con Delibera del D.G. n° 103/2022;

TENUTO CONTO CHE:

- la donazione risulta di evidente utilità per il P.O. di Molfetta, anche al fine di far fronte a numerosi accessi giornalieri presso il servizio di Senologia da parte dell'utenza;

RITENUTO, pertanto, di dover accettare la donazione dell'Ecografo Multidisciplinare Digitale di produzione GE modello LOGIQ P9 XD Clear cod. H430092LJ, con n° 1 trasduttore (sonda) lineare L3-12-RS cod. H44901AP, n° 1 trasduttore (sonda) lineare a matrice ML6-15-RS cod. H40462LM e n° 1 stampante termica B/W cod. H46992LS, per le motivazioni sopra esplicitate.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di accettare la donazione, da parte dell'Associazione LA DOPPIA ELICA - 70056 Molfetta (BA) – corso Margherita di Savoia n° 40 P.IVA/C.F. 93507140726, in favore della U.O.S.V.D. di Diagnostica per Immagini / Sezione Senologia dell'ospedale di Molfetta "Don Tonino Bello";
- di procedere alla presa in carico dell'Ecografo Multidisciplinare Digitale di produzione GE modello LOGIQ P9 XD Clear cod. H430092LJ, con n° 1 trasduttore (sonda) lineare L3-12-RS cod. H44901AP, n° 1 trasduttore (sonda) lineare a matrice ML6-15-RS cod. H40462LM e n° 1 stampante termica B/W cod. H46992LS in parola iscrivendoli sul conto Patrimoniale "Attrezzature Sanitarie" 010.110.00200 per complessivi **€uro 35.000,00**, (IVA inclusa), nonché all'inventario dei beni mobili, a cura degli uffici della Direzione Amministrativa di Presidio;
- di individuare il Dirigente Medico Responsabile – U.O.S.V.D. di Diagnostica per Immagini / Sezione Senologia del P.O. di Molfetta, dott.ssa Maria Rosaria Fracella, quale affidatario e Responsabile del bene oggetto del presente provvedimento;
- di sottoporre l'Ecografo Multidisciplinare Digitale di produzione GE modello LOGIQ P9 XD Clear cod. H430092LJ, con n° 1 trasduttore (sonda) lineare L3-12-RS cod. H44901AP, n° 1 trasduttore (sonda) lineare a matrice ML6-15-RS cod. H40462LM e n° 1 stampante termica B/W cod. H46992LS, al necessario processo di collaudo da parte del Servizio di Ingegneria Clinica di questa ASL Bari;
- di trasmettere copia del presente atto al Direttore dell'Area Gestione Patrimonio – U.O. Inventario, per opportuna conoscenza;
- di notificare, altresì, il presente provvedimento parte all'Associazione LA DOPPIA ELICA - 70056 Molfetta (BA) – corso Margherita di Savoia n° 40 P.IVA/C.F. 93507140726.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali





DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Patrimonio	
--------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220001591 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000572 DEL 01/04/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Altamura Leonardo	 Firmato digitalmente il 25/03/2022 12:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Altamura Leonardo	 Firmato digitalmente il 25/03/2022 12:06
Dirigente PTA	Quacquarelli Saverio	 Firmato digitalmente il 25/03/2022 12:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 30/03/2022 08:51