

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000720	20/04/2022

OGGETTO: U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. Manutenzione Elettromedicali - Assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature biomedicali TAC di marca TOSHIBA Medical Systems Srl in dotazione c/o le UU.OO. di Radiologia della ASL BA. Affidamento per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2023 alla ditta “CANON Medical Systems Srl”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001760 DEL 14/04/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 15/04/2022 14:49 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 15/04/2022 20:03 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 20/04/2022 07:10 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 19/04/2022 14:44 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/04/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 20/04/2022 08:06
Roveto Domenico



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. Manutenzione Elettromedicali - Assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature biomedicali TAC di marca TOSHIBA Medical Systems Srl in dotazione c/o le UU.OO. di Radiologia della ASL BA. Affidamento per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2023 alla ditta “CANON Medical Systems Srl”.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della UOC di Ingegneria Clinica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso che:

- presso le diverse UU.OO. di Radiologia della ASL BA risultano essere installate e funzionanti le seguenti apparecchiature biomedicali TAC di marca “TOSHIBA Medical Systems Srl:
 - TAC multislice mod. AQUILON 64 SN: HCA06Z2452 c/o P.O. di Putignano
 - TAC multislice mod. AQUILON S16 SN: B4602172 c/o P.O. di Monopoli
 - TAC multislice mod. AQUILON CX SN: NCA10Y2254 c/o P.O. San Paolo di Bari
 - TAC multislice mod. AQUILON 64 SN: NCA10Y2267 c/o P.O. Di Venere di Bari
 - TAC multislice mod. AQUILON S16 SN: GCD0772943 c/o P.T.A. di Bitonto
 - TAC multislice mod. AQUILON S16 SN: GCD0762935 c/o P.O. di Corato
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1250 del 10/07/2015, le predette apparecchiature, di complesso livello tecnologico, ai sensi del D.Lgs. 46/97 recepito dalle Direttive 93/42/CE e dell’art. 57 comma 2, lett. B del D.Lgs. 163/2006 erano state affidate in assistenza tecnica manutentiva alla ditta “TOSHIBA Medical Systems Srl” di Roma per il periodo 01/01/2015/ - 31/12/2017;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 0651 del 05/04/2018, le predette apparecchiatura, di complesso livello tecnologico, ai sensi del D.Lgs. 46/97 recepito dalle Direttive 93/42/CE e dell’art. 57 comma 2, lett. b del D.Lgs. 163/2006 erano state affidate in assistenza tecnica manutentiva alla ditta “TOSHIBA Medical Systems Srl” di Roma per il periodo 01/01/2018/ - 31/12/2020;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 0584 del 09/04/2021, le predette apparecchiatura, di complesso livello tecnologico, ai sensi del D.Lgs. 46/97 recepito dalle Direttive 93/42/CE e dell’art. 57 comma 2, lett. b del D.Lgs. 163/2006 erano state affidate in assistenza tecnica manutentiva alla ditta “TOSHIBA Medical Systems Srl” di Roma per il periodo 01/01/2021/ - 31/12/2021;
- risulta necessario rinnovare i contratti in essere per le suddette apparecchiature onde assicurarne la corretta funzionalità in condizioni di sicurezza;
- per il servizio in parola non esistono convenzioni Consip attive;
- le suddette apparecchiature non rientrano nella procedura regionale di “Affidamento di servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia”, attivata dal soggetto aggregatore InnovaPuglia, pubblicato sulla GUUE 2018/S 119-240094 del 24/6/2017 e sulla GURI Serie Speciale nr.76 del 5/7/2018;

Visto che:

- ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 46/1997, attuazione della Direttiva 93/42/CEE e s.m. e i. concernente i dispositivi medici: *“I dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio unicamente se ...omissis... sono oggetto di un’adeguata manutenzione e sono utilizzati in conformità della loro destinazione”*;
- ai sensi della raccomandazione ministeriale n. 9 del 2009: *“è indispensabile che il manutentore agisca nel pieno rispetto degli obblighi sanciti dalla legislazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 e s. m. ed i. (cfr. Artt. 26 e 71 del D. Lgs. 81/08). Nello svolgimento di tale attività egli deve tenere in debita considerazione tutte le indicazioni relative alla manutenzione che il fabbricante, ai sensi delle Direttive sui Dispositivi Medici, ha fornito a corredo di ciascun dispositivo...”*;

Considerato che:

- le apparecchiature di che trattasi garantiscono prestazioni essenziali ed insuscettibili di interruzione;
- i sistemi di che trattasi sono dispositivi medici che garantiscono prestazioni essenziali ed insuscettibili di interruzione e sono tutti di marca Canon Medical Systems, già TOSHIBA Medical Systems Srl” di Roma;
- per garantire una corretta manutenzione, essendo i dispositivi medici sistemi complessi, è necessario accertare le competenze tecniche della ditta manutentrice;
- con il D.Lgs. 101/2020 del 31 luglio 2020 è stata recepita la direttiva EURATOM 59/2013 in materia di radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti e dose erogata al paziente;

Accertato che la ditta “Canon Medical Systems s.r.l.” risulta essere:

- con particolare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica, l’unica capace di garantire la conduzione degli impianti in termini di massima sicurezza, gestendo con standard di qualità esclusiva la fornitura delle parti di ricambio originali e corredati di tutte le certificazioni di legge che ne accertano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indispensabili per un utilizzo appropriato ed ottimale dell’apparecchiatura nel rispetto delle normative CEI relative alla sicurezza;
- l’unica in possesso del know how specifico, dotato di personale tecnico adeguatamente addestrato e qualificato, costantemente aggiornato con corsi anche presso le fabbriche di produzione;
- dotata della strumentazione di misura e controlli, dei manuali e degli schemi necessari per intervenire a regola d’arte ed in possesso delle indispensabili autorizzazioni per l’accesso ai software protetti da copyright;

Considerato che:

- con D.Lgs. 50/16 del 18.04.2016 e s.m.i. è possibile effettuare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b 2) una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per motivi tecnici;
- nelle “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” pubblicate dall’ANAC in data 27.11.2015: “Per i casi in cui il servizio o il bene è effettivamente infungibile, il legislatore comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all’evidenza pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsi la gara e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse”;
- nell’ottica di ottimizzazione dei costi di gestione si ritiene di dover affidare tutte le apparecchiature in questione, di marca Canon Medical Systems S.r.l., ad un unico operatore qualificato in grado di garantire il mantenimento del livello di erogazione del servizio sino ad oggi ottenuto;
- si è ritenuto opportuno al fine di definire la tipologia di scelta del contraente, ex art. 59 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., effettuare apposita indagine di mercato, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, altri operatori economici diversi dal produttore

possano fornire il servizio richiesto con caratteristiche tecniche equivalenti nel rispetto dell'art. 68 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto che:

- con nota PI056404 - 22 del 01.03.2022 pubblicata sulla piattaforma EmPULIA, è stata esperita una consultazione preliminare di mercato con la finalità di conoscere gli eventuali operatori economici in grado di offrire servizio assistenza tecnica Full Risk, verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva, con sostituzione parti/componenti HW e SW originali, sonde e tubi inclusi, supporto remoto per la apparecchiatura di seguito elencate:

Tac TOSHIBA Multislice MODELLO :	Identificativo S/N	Ubicazione
AQUILON 64	HCA06Z2452	P.O. Putignano
AQUILON S16	B4602172	P.O. Monopoli
AQUILON CX	NCA10Y2254	P.O. San Paolo
AQUILON 64	NCA10Y2267	P.O. Di Venere
AQUILON S16	GCD0772943	P.O. Bitonto
AQUILON S16	GCD0762935	P.O. Corato

- alla suddetta consultazione ha presentato domanda la sola ditta Canon Medical Systems s.r.l.;
- con propria mail certificata del 11 gennaio 2018 la ditta "TOSHIBA Medical Systems Srl" provvedeva a comunicare che, ad ogni effetto di legge, la ditta "**Toshiba Medical Systems Srl**" cambiava la propria denominazione in "**Canon Medical Systems S.R.L**" e che tale modifica era avvenuta per effetto dell'Assemblea Straordinaria del 04 gennaio 2018, giusto atto notaio Dott. Prof. Claudio Cerini, rep. N.228.138/racc. n. 73.357

Considerato, altresì, che:

- da un punto di vista tecnico ed economico, la mancanza di soluzioni alternative ragionevoli giustificano l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando;

Preso inoltre atto che:

- in prossimità della scadenza del precedente contratto, con propria mail del 15/11/2021 la U.O.C. di Ingegneria Clinica richiedeva alla Ditta Canon Medical Systems s.r.l. una proposta contrattuale per il proseguo del contratto per l'anno 2022;
- a fronte di formale richiesta inviata via mail il 13/12/2021 la Canon Medical Systems s.r.l. faceva pervenire la propria proposta di rinnovo annuale contrattuale Rif. n. RG/am/336 del 13/12/2021 relativo a:

Tipo	Modello	Num. Serie	Livello	Sessioni Annuali		Ricambi	Tubi o Bobine	Sonde	Decorrenza e Termine		Importo Annuo	PP.OO.
				Man.Prev. - Contr. Sic.								
TC	AQUILON 64	HCA06Z2452	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	01/01/2022	31/12/2022	76.333,33 €	Putignano
TC	AQUILON S16	B4602172	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	01/01/2022	31/12/2022	76.333,33 €	Monopoli

TC	AQUILON CX	NCA10Y2254	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	01/01/2022	31/12/2022	76.333,33 €	San Paolo Bari
TC	AQUILON 64	NCA10Y2267	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	01/01/2022	31/12/2022	76.333,33 €	Di Venere Bari
TC	AQUILON S16	GCD0772943	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	01/01/2022	31/12/2022	76.333,33 €	Bitonto
TC	AQUILON S16	GCD0762935	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	01/01/2022	31/12/2022	76.333,33 €	Corato

- il costo complessivo per l'assistenza tecnica e manutentiva sull'apparecchiatura di alta tecnologia sopra riportata ammonta ad € 458.000,00 oltre IVA per l'anno 2022;
- Con nota mail agli atti, la U.O.C. di Ingegneria Clinica richiedeva in data 14.12.2021 alla Ditta Canon Medical Systems s.r.l. una offerta migliorativa rispetto alle condizioni economiche riportate nell'offerta Rif. n. RG/am/336 del 13/12/2021; La ditta Canon Medical Systems srl comunicava a mezzo mail del 14.12.2021 agli atti di questa Area che...*omississ...()*.. *Ad ogni modo, in considerazione degli ottimi rapporti e della cortese richiesta, ti confermo che siamo disponibili a rivedere l'importo complessivo al valore di € 455.000,00/anno valido anche per l'eventuale rinnovo. Fermo il resto.*
- A margine degli esiti della Manifestazione di interesse di cui sopra, con propria mail del 10/03/2022 agli atti di Struttura, la U.O.C. di Ingegneria Clinica richiedeva alla Ditta Canon Medical Systems s.r.l. una proposta contrattuale biennale per il periodo 2022 – 2023.
- La ditta Canon Medical Systems srl con mail del 10.03.2022 agli atti di questa Struttura, riscontrava con la propria offerta biennale, prot. n. RG/am/56 del 10/03/2022, acquisita al Protocollo aziendale al n. 35674 del 15.03.2022, per un importo complessivo di € 910.000,00 oltre IVA per il periodo contrattuale 01.01.2022 – 31.12.2023.

Visto che il contratto di che trattasi garantisce la continuità operativa del servizio, in quanto oltre all'esecuzione di manutenzioni preventive programmate, la ditta assicura interventi illimitati necessari ad eliminare eventuali guasti o inconvenienti che si dovessero verificare nel corso del normale utilizzo dei tomografi così come già assicurato, in attesa della formalizzazione degli atti;

Accertato inoltre che gli interventi, sia quelli già erogati nel periodo di vacanza contrattuale compreso tra la data di scadenza del precedente contratto e l'adozione del presente atto che quelli futuri, sono stati e saranno effettuati avendo cura di mantenere le caratteristiche originarie di conformità dell'apparecchiatura ai sensi del D.Lgs. 46/97 in applicazione della Direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici, nonché l'utilizzo delle apparecchiature medesime in regime di sicurezza in adempimento degli obblighi manutentivi previsti dalla normativa vigente in tema di attrezzature di lavoro ed in particolare del D.Lgs 81/08 e s.m.i. art.70 e seguenti;

Precisato che il canone annuo, così come sopra determinato, potrà essere diminuito per effetto di eventuali dismissioni riguardanti le apparecchiature in premessa elencate;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'affidamento del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica delle apparecchiature biomedicali Tomografi assiali computerizzati di marca TOSHIBA Medical Systems Srl, alla stessa casa madre "Canon Medical Systems S.R.L" ai patti ed alle condizioni tutte riportate all'interno della offerta prot. n. RG/am/56 del 10/03/2022, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b-2) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., per ragioni di natura tecnica;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di dare atto** che la documentazione citata in narrativa risulta essere depositata agli atti della U.O.C. di Ingegneria Clinica;
- di prendere atto** degli esiti della Consultazione preliminare di Mercato esperita sulla piattaforma EmPULIA con nota PI056404 - 22 del 01.03.2022 che, con la finalità di conoscere, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione sulla presunta unicità di un operatore economico in grado di eseguire la dovuta manutenzione, intendeva conoscere altri eventuali operatori economici in grado di offrire lo stesso servizio di assistenza tecnica Full Risk, Verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva, con sostituzione parti/componenti HW e SW originali, sonde e tubi inclusi, supporto remoto, ha riscontrato l'effettiva unicità della ditta "Canon Medical Systems s.r.l", in quanto casa madre dei prodotti di che trattasi;
- di affidare** per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2023 ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b-2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ragioni di natura tecnica, il contratto di manutenzione ed assistenza tecnica delle apparecchiature biomedicali di marca TOSHIBA Medical Systems Srl, alla stessa casa madre "Canon Medical Systems S.R.L." con sede legale in Roma, Via Canton n. 115, così come di seguito riportata:

Tipo	Modello	Num. Serie	Livello	Sessioni Annuali		Ricambi	Tubi o Bobine	Sonde	Importo Annuo (IVA esclusa)
				Man.Prev.	Contr. Sic.				
TC	AQUILON 64	HCA06Z2452	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	75.833,33
TC	AQUILON S16	B4602172	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	75.833,33
TC	AQUILON CX	NCA10Y2254	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	75.833,33
TC	AQUILON 64	NCA10Y2267	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	75.833,33
TC	AQUILON S16	GCD0772943	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	75.833,33
TC	AQUILON S16	GCD0762935	PLATINUM	4	1	Inclusi	Inclusa	Non appl.	75.833,33

ed alle condizioni tutte riportate nella proposta Rif. n. prot. n. RG/am/56 del 10/03/2022 e successive interlocuzioni, per un valore totale di **€ 910.000,00 oltre IVA;**

- di stabilire** che ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.R. n 37/2014, la ASL Bari potrà recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore ai quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulta conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore e che non si farà luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore;
- di attestare** che alla spesa di **€ 910.000,00** oltre IVA derivante dal presente atto si farà fronte con i normali mezzi di bilancio a carico del budget assegnato alla U.O.C. di Ingegneria Clinica per le

manutenzioni di apparecchiature elettromedicali, con imputazione al **conto 715.100.00020 equamente ripartita** per l'anno 2022 e 2023, con pagamento in rate trimestrali posticipate con la emissione delle relative fatture, corredate da rapporti di lavoro attestanti l'avvenuta manutenzione debitamente sottoscritti dai Responsabili delle strutture sanitarie interessate;

6. **di precisare** che il canone annuo, così come sopra determinato, potrà essere diminuito per effetto di eventuali dismissioni riguardanti le apparecchiature in premessa elencate;
7. **di stabilire** che l'accettazione del contratto è subordinata anche all'impegno da parte della ditta madre "**Canon Medical Systems S.R.L.**" con sede legale in Roma, Via Canton n. 115, Partita IVA n. 00897041000 e Codice Fiscale n. 00452440589, di non cessione dei crediti derivati dal contratto stesso;
8. **di attestare** ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 di aver richiesto per il presente affidamento il codice **CIG n. 9179710854** che è stato attribuito dall'ANAC;
9. **di notificare** il presente provvedimento alla società affidataria e all'Area Gestione Risorse Finanziarie per i consequenziali adempimenti di competenza;
10. **di dare atto** che tutti i firmatari del presente provvedimento attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2022	555.100,00
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2023	555.100,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220001760 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000720 DEL 20/04/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Fasanelli Giancarlo	 Firmato digitalmente il 14/04/2022 13:52
Responsabile UOS/UOSD	Maiano Angelo	 Firmato digitalmente il 14/04/2022 14:08
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 15/04/2022 08:33