DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001377	14/07/2022

OGGETTO: A.G.P. - Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA. Aggiudicazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002479 DEL 12/07/2022
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE
DI 12 (dodici) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 169 (centosessantanove) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
Firmato Digitalmente il 13/07/2022 17:49 Luigi FRUSCIO	*Firmato Digitalmente il 14/07/2022 08:51* Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 14/07/2022 11:15 Filomena BAVARO	*Firmato Digitalmente il 14/07/2022 11:06* Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/07/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 14/07/2022 11:17
Domenico ROVETO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	A.G.P. - Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA. Aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria formulata dalla competente UOS Acquisizione Beni e della proposta del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso

che, con Deliberazione del Direttore Generale n.1567 del 17.11.2020 (successivamente modificata con Deliberazione del Direttore Generale n.1655 del 30.11.2020, per le motivazioni ivi riportate), il cui contenuto si richiama integralmente, è stata indetta apposita procedura aperta telematica (mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia), ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura, in regime di service, di Sistemi diagnostici di laboratorio, suddivisa in 18 lotti funzionali unici ed indivisibili, prevedendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una durata di 60 mesi ed un valore di appalto stimato in € 83.300.000,00 iva esclusa

che la lex specialis di gara ha previsto l'opzione di estensione delle condizioni contrattuali nella misura max del 60% del valore quinquennale d'appalto, destinata alle ASL di Brindisi e Foggia che ne hanno fatto formale richiesta, nonché l'opzione di proroga riservata all'ASL BA, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., per un periodo massimo di 12 mesi, per un valore complessivo d'appalto ammontante ad € 149.940.000, 00 iva esclusa

che, nella fase di svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica all'indizione della suddetta procedura concorsuale, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere all'ANAC l'attivazione del c.d. "protocollo di vigilanza", ai sensi dell'art.213, co. 3 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. e del Regolamento sull'Esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, sottoscritto in data 20.08.2019

che, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Bando di Gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 07.12.2020 e, per estratto, sulla GURI n. 51 del 28.12.2020, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul profilo del committente www.asl.bari.it – sezione bandi di gara

che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 13:00 del giorno 16.02.2021, sono pervenute sulla piattaforma EmPulia le offerte dei seguenti n.32 Operatori Economici:

Ditta partecipante	Lotti di partecipazione	Protocollo Empulia	Data arrivo
SEBIA ITALIA S.R.L.	7	PI040885-21	12/02/2021 09:59:45
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	14	PI041104-21	12/02/2021 12:16:19
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. /ALIFAX S.R.L.	13	PI041235-21	12/02/2021 12:27:17
DASIT S.P.A.	15,4,6,9	PI043049-21	12/02/2021 14:55:52
STAGO ITALIA S.R.L.	6	PI043103-21	12/02/2021 16:05:44
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	5	PI043135-21	12/02/2021 16:59:25
Qiagen S.R.L.	18	PI043151-21	12/02/2021 17:42:21
Beckman Coulter S.R.L.	1,4	PI043154-21	12/02/2021 17:47:12
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	11,18,3,6,9	PI043163-21	12/02/2021 18:15:33
ALIFAX Srl	5	PI043281-21	15/02/2021 09:40:24
MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	4,7	PI043432-21	15/02/2021 11:57:46
GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L.	1	PI043637-21	15/02/2021 14:42:53
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	2,8	PI043638-21	15/02/2021 14:46:35
The Binding Site Italia	16	PI043639-21	15/02/2021 14:48:30
Beckman Coulter S.R.L. /Quidel Italy S.R.L.	3	PI043643-21	15/02/2021 15:08:38
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	6	PI043678-21	15/02/2021 16:04:26
TOSOH BIOSCIENCE SRL	8	PI043686-21	15/02/2021 16:22:40
ASTRA FORMEDIC S.R.L.	2	PI043689-21	15/02/2021 16:25:25
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	15	PI043696-21	15/02/2021 16:38:07
EOS SRL	1,17	PI043746-21	15/02/2021 17:36:01
A.DE MORI SPA	17	PI043754-21	15/02/2021 17:42:44
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	1,10,12	PI043762-21	15/02/2021 17:51:59
DIASORIN SPA	11	PI043779-21	15/02/2021 18:21:43
ABBOTT S.P.A.	11,18,3,4	PI043798-21	15/02/2021 18:58:52
Siemens Healthcare	16,3,6	PI043818-21	15/02/2021 20:54:30
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL	11,3	PI043824-21	15/02/2021 21:45:37
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	8,9	PI043914-21	16/02/2021 10:10:49
A.C.S. FORNITURE S.R.L.	17	PI044008-21	16/02/2021 10:37:50
RANDOX LABORATORIES LIMITED	2	PI044011-21	16/02/2021 10:39:19
EUROIMMUN ITALIA S.R.L./A. Menarini Diagnostics SR	13	PI044161-21	16/02/2021 11:24:24
Bioset SRL	18	PI044520-21	16/02/2021 11:53:45
A.D.A./BIOMERIEUX/BIOMEDICAL	10	PI044840-21	16/02/2021 12:30:03

che, nelle date 17.02.2021 e 22.02.2021, si è riunito, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni concernenti la verifica della documentazione amministrativa, in termini di completezza e regolarità, presentata dai citati Operatori Economici, come da verbali allegati (**Allegati 1 e 2**) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, notificati a tutti i concorrenti tramite il portale EmPulia

che, con Deliberazione del Direttore Generale n.730 del 4.05.2021 e per i motivi in essa contenuti, sulla base degli esiti della verifica della documentazione amministrativa (comprensiva delle risultanze dell'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi del co. 9 dell'art. 83 del D Lgs. n.50/2016 s.m.i., nonché della verifica in ordine al possesso del requisito di capacità economica finanziaria ai sensi del co. 1 lett. b) del citato articolo, mediante utilizzo del sistema AVCPass), è stata disposta l'ammissione di tutti i concorrenti, ad eccezione della ditta Bioset Srl, evidenziando che il medesimo provvedimento è stato pubblicato sul profilo aziendale nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* ex art. 29 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. e notificato a tutti i concorrenti, tramite il portale Empulia, nonché all'Anac

che, con Deliberazione del Direttore Generale n.1542 del 2.09.2021, pubblicata sul profilo aziendale nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* ex art. 29 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., avendo ritenuto opportuno suddividere i n.18 Lotti di gara in tre omogenee Macroaree (Area Siero: Lotti nn. 1, 2, 3, 13, 14 e 17 - Area Sangue: Lotti nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 16 ed Area Microbiologica: Lotti nn. 9, 10, 11, 12, 15 e 18), si è provveduto alla nomina e costituzione di n.3 distinte Commissioni Giudicatrici preposte alla valutazione delle offerte, composte da professionisti esperti nello specifico settore afferente a ciascuna delle predette Macroaree, evidenziando che gli stessi, successivamente alla relativa designazione da parte della Direzione Generale e prima della formale nomina, sono stati sottoposti dall'Anac alle verifiche del caso, in applicazione dell'art.4 del citato *"Protocollo di vigilanza collaborativa"*

Preso Atto della seguente documentazione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso e notificata a tutti i concorrenti interessati, tramite il portale EmPulia:

- verbale del 06.09.2021, corredato di relativa rettifica per mero errore materiale (**Allegato 3**) e del verbale del 13.09.2021 **(Allegato 4),** concernenti le sedute pubbliche telematiche di apertura della documentazione tecnica relativa ai Lotti 1, 2, 3, 13, 14, 17 dell'Area Siero, alla presenza della Commissione Giudicatrice insediatasi nella prima seduta pubblica del 6.09.2021
- verbale della seduta pubblica telematica del 08.09.2021 (**Allegato 5**) concernente l'apertura della documentazione tecnica relativa ai Lotti 4, 5, 6, 7, 8, 16 Area Sangue, alla presenza della Commissione Giudicatrice insediatasi nella medesima seduta pubblica
- verbale della seduta pubblica telematica del 10.09.2021 (**Allegato 6**) concernente l'apertura della documentazione tecnica relativa ai Lotti 9, 10, 11, 12, 15, 18 Area Microbiologica, alla presenza della Commissione Giudicatrice insediatasi nella medesima seduta pubblica
- verbale della seduta pubblica telematica del 23.03.2022 (**Allegato 7**) in cui il Seggio di gara, integrato dalla Commissione Giudicatrice Area Siero, ha dato lettura degli esiti delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate per i Lotti 1, 2, 3, 13, 14 e 17, motivando, per singolo lotto, le intervenute esclusioni (oggetto di precedente comunicazione, ai sensi dell'art.76 co. 5 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i), l'attribuzione dei punteggi assegnati alle offerte risultate ammissibili e la revoca in autotutela del Lotto n.3, per le motivazioni dettagliatamente riportate nello stesso verbale, proseguendo nell'apertura delle offerte economiche e nella formulazione della graduatoria finale di merito, fatte salve le verifiche di legge sull'apparente anomalia di quelle prime classificatesi
- verbale della seduta pubblica del 25.03.2022 (**Allegato 8)** in cui il Seggio di Gara, integrato dalla Commissione Giudicatrice Area Sangue, ha dato lettura degli esiti delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate per i Lotti 4, 5, 6, 7, 8 e 16, motivando, per singolo lotto, le intervenute esclusioni (oggetto di precedente comunicazione, ai sensi dell'art.76 co. 5 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i), l'attribuzione dei punteggi assegnati alle offerte risultate ammissibili, proseguendo nell'apertura delle offerte economiche e nella formulazione della graduatoria finale di merito, fatte salve le verifiche di legge sull'apparente anomalia di quelle prime classificatesi
- verbale della seduta pubblica del 30.03.2022 (**Allegato 9)** in cui il Seggio di Gara, integrato dalla Commissione Giudicatrice Area Microbiologica, ha dato lettura degli esiti delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate per i Lotti 9, 12, 15, e 18, motivando, per singolo lotto, le intervenute esclusioni (oggetto di precedente comunicazione, ai sensi dell'art.76 co. 5 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i), l'attribuzione dei punteggi assegnati alle offerte risultate ammissibili, proseguendo nell'apertura delle offerte economiche e nella formulazione della graduatoria finale di merito, fatte salve le verifiche di legge sull'apparente anomalia di quelle prime classificatesi
- verbale della seduta pubblica del 04.04.2022 (**Allegato 10)** in cui il Seggio di Gara, integrato dalla Commissione Giudicatrice Area Microbiologica, limitatamente al Lotto n.10 e a seguito dell'iniziale

esclusione del concorrente in RTI A.D.A. srl/Biomerieux Italia SpA/Biomedical Service Srl, dell'esito del ricorso promosso da quest'ultimo, giuste Ordinanze cautelari del TAR Puglia e del Consiglio di Stato, della riammissione del predetto RTI nelle more della definizione del giudizio di merito, ha dato lettura degli esiti delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dai due concorrenti al Lotto n.10 in parola, evidenziando l'assegnazione dei punteggi e la formulazione della graduatoria finale di merito, fatte salve le ordinarie verifiche di legge sulla congruità dei prezzi proposti dalla prima classificata

- verbale della seduta pubblica del 29.04.2022 (**Allegato 11)** in cui il Seggio di Gara, integrato dalla Commissione Giudicatrice Area Sangue: - con particolare riferimento al Lotto n.4, dà atto che, nell'ambito dell'attività istruttoria di supporto al Rup sulla verifica dell'apparente anomalia dell'offerta presentata dalla prima in graduatoria Medical Systems SpA, ha rilevato l'inammissibilità della stessa e proceduto, per l'effetto, alla rimodulazione della graduatoria di merito; - con particolare riferimento al Lotto n.7, a seguito di formale istanza datata 13.04.2022, con la quale la seconda classificata Sebia Italia Srl ha chiesto la rimodulazione dei punteggi relativi al criterio tabellare 2.2 ed al criterio proporzionale 2.3, dà atto delle motivazioni di conferma dei punteggi attribuiti ai due concorrenti per il criterio 2.2 e di rimodulazione dei punteggi attribuiti per il criterio 2.3, rideterminando, per l'effetto, la graduatoria di merito

EVIDENZIATO

che, relativamente al Lotto n.11, sulla base delle valutazioni contenute nel verbale della Commissione Giudicatrice (Area Microbiologica) datato 17.11.2021, nessuna delle n. 4 offerte presentate è risultata ammissibile e, per l'effetto, la Stazione Appaltante ha formalmente comunicato, mediante piattaforma EmPulia in data 22.11.2021, la conseguente esclusione ai concorrenti interessati, dichiarando deserto il Lotto in parola, pertanto, oggetto di successiva nuova indizione

che la Commissione Giudicatrice (Area Sangue), a seguito di formale richiesta di chiarimenti da parte della Ditta Werfen (già Instrumentation Laboratory SpA) sull'attribuzione di determinati punteggi assegnati nell'ambito della valutazione del Lotto n.6, effettuati gli approfondimenti del caso, ha ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni del concorrente e, quindi, di rimodulare alcuni punteggi, che non hanno, comunque, determinato la modifica della graduatoria di merito elaborata nella seduta pubblica del 25.03.2022, notificando tali risultanze a tutti i concorrenti interessati mediante piattaforma EmPulia in data 04.05.2022

che la Commissione Giudicatrice (Area Sangue), a seguito di formale richiesta di chiarimenti da parte della Ditta Medical Systems SpA sull'attribuzione di un determinato punteggio assegnato nell'ambito della valutazione del Lotto n.7, effettuati gli approfondimenti del caso, ha ritenuto di accogliere le osservazioni del concorrente e, quindi, rimodulato il punteggio in questione, che non ha, comunque, determinato la modifica della graduatoria di merito elaborata nella seduta pubblica del 29.04.2022, notificando tali risultanze a tutti i concorrenti interessati mediante piattaforma EmPulia in data 17.05.2022

che il Rup, con verbale riepilogativo del 03.06.2022, ha dato atto degli esiti dell'attività di verifica effettuata sulle offerte risultate apparentemente anomale, ai sensi dell'art.97, co.3 e co.6 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., nonché l'esito della verifica di congruità delle offerte uniche, ai sensi di quanto appositamente previsto all'art.8 del Disciplinare di gara

che, in merito all'intervenuto superamento del termine di validità delle offerte, essendo previsto all'art.6 del Disciplinare di gara che, anche in quest'ultima ipotesi, le stesse rimarranno valide ed impegnative salva espressa dichiarazione contraria dell'offerente, sono state acquisite, mediante piattaforma Empulia, formali comunicazioni di conferma offerte da parte di tutti i concorrenti posizionatisi primi nelle graduatorie di merito, per singolo Lotto di gara

Preso atto del ricorso datato 27.05.2022 e registrato al protocollo generale dell'ASL con n.71676 del 30/05/2022, presentato dalla Ditta Medical Systems SpA avverso la propria esclusione disposta in fase di verifica apparente anomalia (ex art.97, co.6 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.), ma concernente la rilevata inammissibilità dell'offerta tecnica presentata nell'ambito del Lotto 4, come comunicato mediante piattaforma Empulia prot PI 117333-22 del 27.04.2022 e ribadito nel verbale della seduta pubblica del 29.04.2022, con richiesta di annullamento, previa sospensione degli eventuali atti concernenti l'aggiudicazione del citato Lotto e successiva stipula del contratto

Precisato che, ai sensi dell'art. 32, co. 11 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., l'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione e stipula del contratto, terrà conto degli esiti del suddetto provvedimento cautelare di primo grado

Precisato altresì che, con nota prot. 76168/2022 del 09.06.2022 successivamente integrata con nota prot 85729/2022 del 30.06.2022 è stata preventivamente trasmessa all'ANAC, in esecuzione del menzionato protocollo di vigilanza, tutta la documentazione propedeutica all'aggiudicazione della procedura in parola, come richiamata nel presente provvedimento e relativi allegati, il cui riscontro è stato acquisito in data 07.07.2022

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso:

di procedere all'aggiudicazione della presente procedura di gara in favore delle Ditte e nei termini indicati nel prospetto riepilogativo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 12**)

di non procedere all'aggiudicazione dei soli Lotti nn.3 e 11, come dettagliatamente motivato e riportato, rispettivamente, nel verbale datato 23.03.2022 (notificato tramite piattaforma Empulia in data 31.03.2022 alle ditte interessate, ai sensi dell'art.76 co. 5 lett. c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.) e nel verbale datato 17.11.2021 (notificato tramite piattaforma Empulia in data 22.11.2022 alle ditte interessate, ai sensi dell'art.76 co. 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.)

Dato Atto

che, allo stato, sia la Centrale di committenza regionale che Consip S.p.A. non hanno attivato alcuna iniziativa per la fornitura oggetto del presente provvedimento

che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante utilizzo del portale AvcPass e che, nelle more della conclusione degli stessi, decorso il termine dilatorio dello *"stand still"*, potrà essere disposta, su segnalazione del DEC, l'anticipata esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., considerata l'opportunità di fruire da subito delle quotazioni della presente gara risultate più convenienti per questa Amministrazione

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

di recepire le risultanze della procedura aperta telematica indetta con Deliberazione del Direttore Generale n.1567 del 17/11/2020 (successivamente modificata con Deliberazione del Direttore Generale n.1655 del 30/11/2020, per le motivazioni ivi riportate) per l'affidamento della fornitura, in regime di service, di Sistemi diagnostici di laboratorio, suddivisa in 18 lotti funzionali unici ed indivisibili, prevedendo il criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una durata di 60 mesi ed un valore di appalto stimato in € 83.300.000,00 iva esclusa, di cui ai verbali delle sedute pubbliche di gara datati 17/02/2021 (**Allegato 1**), 22/02/2021 (**Allegato 2**), 06.09.2021 (**Allegato 3**), 13.09.2021 (**Allegato 4**), 08.09.2021 (**Allegato 5**), 10.09.2021 (**Allegato 6**), 23.03.2022 (**Allegato 7**), 25.03.2022 (**Allegato 8)**, 30.03.2022 (**Allegato 9),** 04.04.2022 (**Allegato 10)** e 29.04.2022 (**Allegato 11)**, tutti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale

di aggiudicare la fornitura quinquennale di che trattasi, in regime di service, di Sistemi diagnostici di laboratorio, per un valore complessivo presuntivamente pari ad € 22.453.097,03 (Iva esclusa al 22%), in favore delle Ditte e nei termini indicati nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale **(Allegato 12)**

di non procedere all'aggiudicazione dei soli Lotti nn.3 e 11, come dettagliatamente motivato e riportato, rispettivamente, nel verbale datato 23.03.2022 (notificato tramite piattaforma Empulia in data 31.03.2022 alle ditte interessate, ai sensi dell'art.76 co. 5 lett. c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.) e nel verbale datato 17.11.2021 (notificato tramite piattaforma Empulia in data 22.11.2022 alle ditte interessate, ai sensi dell'art.76 co. 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.)

di demandare a successivo provvedimento l'indizione della nuova procedura di gara concernente i suddetti lotti non aggiudicati

di dare atto:

che la spesa quinquennale riveniente dal presente provvedimento, ammontante ad € 27.392.778,38 (Iva inclusa al 22%), sarà imputata e ripartita sui seguenti conti economici dei rispettivi bilanci di competenza

700.100.00036……	€ 18.809.273,91
715.100.00020……	€ 3.850.081,61
718.100.00015	€ 4.733.422,86

che la lex specialis di gara ha previsto l'opzione di estensione delle condizioni contrattuali nella misura max del 60% del valore quinquennale d'appalto, destinata alle ASL di Brindisi e Foggia che ne hanno fatto formale richiesta, nonché l'opzione di proroga riservata all'ASL BA, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., per un periodo massimo di 12 mesi, per un valore complessivo d'appalto ammontante ad € 49.307.001,08 iva inclusa come analiticamente riportato nel citato prospetto riepilogativo (**Allegato 12**)

che, relativamente alla predetta clausola di estensione in favore delle AA.SS.LL. di Brindisi e Foggia, l'esercizio della stessa è vincolato alla verifica positiva, da parte delle citate Aziende Sanitarie, di congruità e rispondenza delle offerte presentate dalle Ditte aggiudicatarie alle proprie esigenze, previa effettuazione di appositi sopralluoghi, come espressamente previsto nel Disciplinare di gara

che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante utilizzo del portale AvcPass e che, nelle more della conclusione degli stessi, decorso il termine dilatorio dello "stand still", potrà essere disposta, su segnalazione del DEC, l'anticipata esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., considerata l'opportunità di fruire da subito delle quotazioni della presente gara risultate più convenienti per questa Amministrazione

che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 s.m.i., sarà formalmente nominato dalla Direzione Strategica, su proposta del Direttore f.f. del Dipartimento Aziendale di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale, prima della stipula dei contratti mediante scrittura privata

di disporre, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla GUUE, GURI e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul profilo del committente www.asl.bari.it –sezione bandi di gara, evidenziando che la spesa relativa alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi di gara sulla GURI e sui quotidiani (D.M. Infrastrutture e Trasporti del 21/12/2016), sarà rimborsata all'Amministrazione dagli aggiudicatari della presente gara, nei termini e con le modalità che saranno all'uopo comunicate dalla Stazione Appaltante

di notificare, a cura dell'Area Gestione Patrimonio, il presente provvedimento agli aggiudicatari, ai concorrenti ammessi (art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) ed esclusi, nonché alle Strutture aziendali interessate ed alle ASL di Brindisi e Foggia, per i conseguenziali adempimenti di competenza

di notificare, altresì, il presente provvedimento all'Anac, in esecuzione del citato "protocollo di vigilanza", ai sensi dell'art.213, comma 3 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. e del Regolamento sull'Esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo del Committente

di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001

ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6
70123 Bari
C.F e P.IVA 06534340721

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

Verbale seduta pubblica n. 1

Il giorno 17 febbraio 2021 alle ore 10:34, negli Uffici dell'Area Gestione Patrimonio ASL BA si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara, per l'inizio delle operazioni relative alla procedura in oggetto.
Sono presenti:

- Dott. Vincenzo Napoliello – Dirigente Amministrativo AGP – Presidente
- Dott.ssa Emanuela Nisio– Collaboratore Amministrativo Professionale – Testimone e segretario verbalizzante
- Sig.ra Giovanna Amoruso – Assistente amministrativo AGP - Testimone

In apertura, dei lavori il Presidente rende noto, in via preliminare, che la presente seduta si terrà in modalità virtuale, come previsto dal disciplinare di gara, nel rispetto della vigente normativa in tema di distanziamento sociale; dà atto, pertanto, che, come da Avviso protocollo Empulia P.I. 039881-21 del 11/02/2021, è stato richiesto l'invio delle deleghe da parte delle Ditte interessate a partecipare alla presente seduta di gara.

Procede, pertanto, ad interpellare nominativamente le Ditte ed i relativi rappresentanti che hanno inviato la documentazione richiesta, al fine di verificare la loro presenza.

Si dà atto che hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: Sebia Italia s.r.l., Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., Stago Italia s.r.l., Diesse Diagnostica Senese s.p.a.. Qiagen s.r.l., Beckman Coulter s.r.l., Roche Diagnostics s.p.a., Alifax s.r.l., Greiner Bio – One Italia s.r.l., Bio Rad Laboratories s.r.l., Binding Site s.r.l., Instrumentation Laboratory s.p.a., Perkin Elmer Italia, Eos s.r.l., Becton Dickinson Italia s.p.a., DiaSorin s.p.a., Abbott s.r.l., Ortho Clinical Diagnostics s.r.l., Randox Laboratories ltd, Euroimmun Italia s.r.l., Biomerieux Italia s.p.a. (in R.T.I. con A.D.A.)

A questo punto, il Presidente dispone procedersi all'apertura delle buste amministrative delle ditte partecipanti, precisando che si procederà all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, differendo la fase di verifica sul sistema AVCPASS al termine delle operazioni di controllo della regolarità formale della documentazione amministrativa per tutti i concorrenti.

Il Presidente del seggio dichiara quindi aperte le operazioni di gara dando atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 13.00 del 16/02/2021, sono pervenute sul sistema Empulia le offerte delle seguenti ditte:

Ditta	Protocollo Empulia	Data di arrivo
SEBIA ITALIA S.R.L.	PI040885-21	12/02/2021 09:59:45
THERMO FISHER DIAGNOSTICS	PI041104-21	12/02/2021 12:16:19
RTI THERMO FISHER DIAGNOSTICS E ALIFAX S.R.L.	PI041235-21	12/02/2021 12:27:17
DASIT	PI043049-21	12/02/2021 14:55:52
STAGO ITALIA S.R.L.	PI043103-21	12/02/2021 16:05:44
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE	PI043135-21	12/02/2021 16:59:25
Qiagen	PI043151-21	12/02/2021 17:42:21
Beckman Coulter S.R.L.	PI043154-21	12/02/2021 17:47:12
ROCHE DIAGNOSTICS	PI043163-21	12/02/2021 18:15:33
ALIFAX Srl	PI043281-21	15/02/2021 09:40:24
MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	PI043432-21	15/02/2021 11:57:46
GREINER BIO-ONE	PI043637-21	15/02/2021 14:42:53
BIO-RAD LABORATORIES	PI043638-21	15/02/2021 14:46:35
The Binding Site Italia	PI043639-21	15/02/2021 14:48:30
Beckman Coulter	PI043643-21	15/02/2021 15:08:38

INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	PI043678-21	15/02/2021 16:04:26
TOSOH BIOSCIENCE SRL	PI043686-21	15/02/2021 16:22:40
ASTRA FORMEDIC	PI043689-21	15/02/2021 16:25:25
PERKIN ELMER ITALIA	PI043696-21	15/02/2021 16:38:07
EOS SRL	PI043746-21	15/02/2021 17:36:01
A.DE MORI SPA	PI043754-21	15/02/2021 17:42:44
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	PI043762-21	15/02/2021 17:51:59
DIASORIN SPA	PI043779-21	15/02/2021 18:21:43
ABBOTT	PI043798-21	15/02/2021 18:58:52
Siemens Healthcare	PI043818-21	15/02/2021 20:54:30
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL	PI043824-21	15/02/2021 21:45:37
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	PI043914-21	16/02/2021 10:10:49
A.C.S. FORNITURE S.R.L.	PI044008-21	16/02/2021 10:37:50
RANDOX LABORATORIES LIMITED	PI044011-21	16/02/2021 10:39:19
EUROIMMUN ITALIA S.R.L.	PI044161-21	16/02/2021 11:24:24
Bioset	PI044520-21	16/02/2021 11:\\53:45
A.D.A.	PI044840-21	16/02/2021 12:30:03

Si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, per singolo concorrente e secondo l'ordine definito automaticamente dal portale Empulia, evidenziando la seguente situazione:

DITTA SEBIA ITALIA S.R.L (che partecipa per il lotto 7) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva che nel DGUE non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett. c bis), c ter) e c quater) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previste nella Parte III Sez. C alla pag. 14 del DGUE pubblicato negli atti di gara.
Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. (che partecipa per il lotto 14) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

R.T.I. THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. (MANDATARIA 53,08%) – ALIFAX S.R.L. (MANDANTE 46,92) (che partecipa per il lotto 13) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA DASIT S.P.A. (che partecipa per i lotti 4, 6, 9, 15) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, dà atto che la ditta intende far ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, per l'attività di assistenza tecnica specialistica nella misura non superiore al 10%. Riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la stessa al prosieguo di gara.

DITTA STAGO ITALIA S.R.L (che partecipa per il lotto 6) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva che nel DGUE non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett. c bis), c ter) e c quater) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previste nella Parte III Sez. C alla pag. 14 del DGUE pubblicato negli atti di gara
Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A. (che partecipa per il lotto 5) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva che nel DGUE non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett. c bis), c ter) e c quater) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previste nella Parte III Sez. C alla pag. 14 del DGUE pubblicato negli atti di gara.
Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA QIAGEN S.R.L. (che partecipa per il lotto 18) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA BECKMAN COULTER S.R.L. (che partecipa per i lotti 1, 4) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (che partecipa per i lotti 3, 6, 9, 11, 18) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, dà atto che la ditta intende far ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, relativamente al lotto 3 per gli adeguamenti impiantistici ed edili nella misura del 0,50%, e per l'assistenza Tec. Stappatore nella misura del 0,05%, relativamente al lotto 6 per gli adeguamenti impiantistici ed edili nella misura del 1%, relativamente al lotto 9 per gli adeguamenti impiantistici ed edili nella misura del 2%, relativamente al lotto 11 per gli adeguamenti impiantistici ed edili nella misura del 1,30%, per l'Assistenza tecnica Reflui nella misura del 0.35% e per l'Assistenza tecnica Maglumi nella misura del 0,30%, relativamente al lotto 18 per gli adeguamenti impiantistici ed edili nella misura del 0,80%,. Il Presidente rileva, inoltre, che nel DGUE non è stata resa (non essendo stata contrassegnata la relativa casella) la dichiarazione di cui all'art. 80 co. 5 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., prevista nella Parte III Sez. C alla pag. 12 del DGUE pubblicato negli atti di gara.
Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA ALIFAX S.R.L. (che partecipa per il lotto 5) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA MEDICAL SYSTEMS S.P.A. (che partecipa per i lotti 4, 7) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva che nel DGUE non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett. b) punti b), c) e d), previste nella Parte III Sez. C alla pag. 13 del DGUE pubblicato negli atti di gara, le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett c bis), c ter) e c quater) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previste nella Parte III Sez. C alla pag. 14 del DGUE pubblicato negli atti di gara e le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett f bis) e ter) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previste nella Parte III Sez. D alla pag. 16 del DGUE pubblicato negli atti di gara.
Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA GREINER BIO – ONE ITALIA S.R.L. (che partecipa per il lotto 1) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, dà atto che la ditta intende far ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti Pubblici, ai fini della sussistenza del requisito della capacità economico finanziaria, ai sensi dell'art.83 co. 1 lett. b) ricorrendo a quelli della casa madre Greiner Bio- one GmBh, con sede in Austria e socio unico della stessa.
Il Presidente rileva, inoltre, che nel DGUE non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett c bis), c ter) e c quater) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previste nella Parte III Sez. C alla pag. 14 del DGUE pubblicato negli atti di gara e le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett f ter) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previste nella Parte III Sez. D alla pag. 16 del DGUE pubblicato negli atti di gara.

Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mere irregolarità non essenziali, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA BIO RAD LABORATORIES S.R.L. (che partecipa per i lotti 2, 8) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

Il Presidente comunica a tutte le ditte partecipanti di voler già procedere al caricamento nella sezione "Libreria" dell'AVCPASS, della documentazione utile ai fini della verifica da parte della S.A. della sussistenza del requisito della capacità economica finanziaria (ovvero il possesso di un fatturato specifico di impresa - al netto dell'IVA - relativo alle prestazioni oggetto dell'appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi - 2017 – 2018 – 2019 - approvati entro il termine di ricezione delle offerte, pari all'importo posto a base d'asta per il lotto/lotti di partecipazione)

Alle ore 14:12 il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta, comunica che la prossima data di prosieguo dei lavori è fissata per il 22/02 p.v. ore 09:00 e dispone che ne verrà data comunicazione a mezzo piattaforma telematica Empulia.

Del chè viene redatto il presente verbale composto da n. 4 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue

f.to Dott. Vincenzo Napoliello

f.to Dott.ssa Emanuela Nisio

f.to Sig.ra Amoruso Giovanna

ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6
70123 Bari
C.F e P.IVA 06534340721

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

Verbale seduta pubblica n. 2

Il giorno 22 febbraio 2021 alle ore 09:26, negli Uffici dell'Area Gestione Patrimonio ASL BA si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara, per l'inizio delle operazioni relative alla procedura in oggetto.
Sono presenti:

- Dott. Vincenzo Napoliello – Dirigente Amministrativo AGP – Presidente
- Dott.ssa Emanuela Nisio– Collaboratore Amministrativo Professionale AGP – Testimone e segretario verbalizzante
- Dott.ssa Annarita Ladisa – Collaboratore Amministrativo Professionale AGP - Testimone

In apertura dei lavori il Presidente rende noto, in via preliminare, che la presente seduta, (convocata tramite piattaforma Empulia - comunicazione P.I. 047771-21 del 19/02/2021), si terrà in modalità virtuale, come previsto dal disciplinare di gara, nel rispetto della vigente normativa in tema di distanziamento sociale;

Procede, pertanto, ad interpellare nominativamente le Ditte ed i relativi rappresentanti, al fine di verificare la loro presenza.

Si dà atto che hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: Thermo Fisher Diagnostics s.p.a.,Dasit s.p.a., Beckman Coulter s.r.l., Roche Diagnostics s.p.a., Binding Site s.r.l., Instrumentation Laboratory s.p.a., Tosoh Bioscience s.t.l., Eos s.r.l., A.De Mori s.p.a., Becton Dickinson Italia s.p.a., DiaSorin s.p.a., Abbott s.r.l., Ortho Clinical Diagnostics s.r.l., A Menarini Diagnostics s.r.l., Randox Laboratories ltd, Euroimmun Italia s.r.l., Biomerieux Italia s.p.a. (in R.T.I. con A.D.A.)

A questo punto, il Presidente fa seguito alla precedente seduta del 17/02/2021 è dà atto che nella presente seduta si proseguirà nell'esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti.

Dichiara, pertanto, aperte le operazioni di gara e si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, per singolo concorrente e secondo l'ordine definito automaticamente dal portale Empulia, evidenziando la seguente situazione:

DITTA THE BINDING SITE ITALIA (che partecipa per il lotto 16) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

R.T.I. BECKMAN COULTER S.R.L. (MANDATARIA 84,65%) – QUIDEL ITALY S.R.L. (MANDANTE 15,35%) (che partecipa per il lotto 3) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, dà atto che la ditta intende far ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, per l'eventuale esecuzione dei lavori di adeguamento relativi all'installazione della strumentazione nella misura non superiore al 30%. Riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la stessa al prosieguo di gara.

DITTA INSTRUMNETATION LABORATORY S.P.A. (che partecipa per il lotto 6) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA TOSOH BIOSCIENCE S.R.L. (che partecipa per il lotto 8) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e dà atto che la ditta intende far ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, per il servizio di assistenza tecnica nella misura del 4,798%.
Il Presidente rileva, inoltre, che nel DGUE non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett. c bis), e c ter) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previste nella Parte

III Sez. C alla pag. 14 del DGUE pubblicato negli atti di gara e le "dichiarazioni per la gara specifica " previste nella parte V del DGUE pubblicato negli atti di gara.
Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA ASTRA FORMEDICS S.R.L. (che partecipa per il lotto 2) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva che nel DGUE non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett. c bis), e c ter) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previste nella Parte III Sez. C alla pag. 14 del DGUE pubblicato negli atti di gara
Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. (che partecipa per il lotto 15) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva che il versamento effettuato per il pagamento dell'imposta di bollo per la partecipazione alla gara è pari ad € 16,00 anziché € 112,00 (a fronte di un DGUE pari a 28 pagine)
Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA EOS S.R.L. (che partecipa per i lotti 1 e 17) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA A.DE MORI (che partecipa per il lotto 17) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, da atto che la ditta, relativamente all'attività di assistenza tecnica, intende far ricorso a sub affidamento, in quanto l'importo di detta attività non supera il 2% dell'appalto principale.
Inoltre il Presidente rileva che la ditta ha dichiarato di aver ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'importo della garanzia fideiussoria in quanto in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ma la stessa non risulta essere allegata alla documentazione di gara.
Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA BECTON DICKINSON. (che partecipa per i lotti 1, 10 e 12) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA DIASORIN (che partecipa per il lotto 11) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA ABBOTT (che partecipa per i lotti 3,4,11 e 18) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, e dà atto che la ditta intende far ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, relativamente al lotto 3 per l'a) Esecuzione di opere di adeguamento edile ed impiantistico necessarie all'installazione ed al corretto funzionamento dei sistemi offerti, b) Attività di installazione, collaudo, assistenza tecnica, manutenzione e formazione del personale su sistemi / strumentazioni principali e accessorie / software; c) Attività di Formazione / comunicazione e consulenza) Attività di gestione magazzino reattivi e parti ricambio, di servizio logistico e di controllo on site; nella misura del 28% , relativamente al Lotto 4 per a) Attività di installazione, collaudo, assistenza tecnica, manutenzione e formazione del personale su sistemi /strumentazione principale ed accessoria / software, nella misura del 17% , relativamente al lotto 11, per a) Esecuzione di opere di adeguamento edile ed impiantistico necessarie all'installazione ed al corretto funzionamento dei sistemi offerti b) Attività di installazione, collaudo, assistenza tecnica, manutenzione e formazione del personale su sistemi /strumentazione principale ed accessoria / software; c) Attività di Formazione / comunicazione e consulenza;

d) Attività di gestione magazzino reattivi e parti ricambio, di servizio logistico e di controllo on site nella misura del 22%, relativamente al lotto Lotto n. 18 per a) l'esecuzione di opere di adeguamento impiantistico necessarie all'installazione ed al corretto funzionamento dei sistemi, b) Attività di installazione, collaudo, assistenza tecnica, manutenzione e formazione del personale su sistemi /strumentazione principale ed accessoria / software nella misura massima del 10%
Riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA SIEMENS HEALTHCARE (che partecipa per i lotti 3, 6, e16) il Presidente rileva che alla fine dell'elenco della documentazione di gara inserita nella "Busta Amministrativa" risulta esservi un file denominato "documenti progettazione". Considerato che non sembra essere un documento attinente alla documentazione amministrativa richiesta dispone che lo stesso non venga aperto e che vengano richieste informazioni in merito alla ditta partecipante, non presente alla seduta di gara.
Evidenzia, altresì, che trattandosi di gara telematica, la segretezza/inviolabilità dell'offerta è salvaguardata, come la piena tracciabilità delle operazioni effettuate sulla piattaforma medesima pertanto, se confermato che tale documentazione è riferita alla busta documentazione tecnica, si procederà in tale fase alla relativa apertura. Successivamente il Presidente esamina tutta la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" tranne il file denominato "documenti progettazione" e riscontrata la completezza e regolarità della stessa, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALI S.R.L. (che partecipa per i lotti 3 e 11)) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. (che partecipa per i lotti 8 e 9) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA A.C.S. FORNITURE S.R.L.: (che partecipa per il lotto 17) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva che nel DGUE non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett. c bis), D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previste nella Parte III Sez. C alla pag. 14 del DGUE pubblicato negli atti di gara
Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA RANDOX LABORATORIES LIMITED (che partecipa per il lotto 2) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

R.T.I. EUROIMMUN ITALIA S.R.L. (MANDATARIA 50,37495%) - A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. (MANDANTE 49,62505%) (che partecipa per il lotto 13) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva che nel DGUE della ditta Euroimmun Italia s.r.l. non sono state rese (non essendo state contrassegnate le relative caselle) le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 5 lett. c bis), c ter e c quater D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previste nella Parte III Sez. C alla pag. 14 del DGUE pubblicato negli atti di gara
Il Presidente, dichiara che, trattandosi di mera irregolarità non essenziale, verrà richiesta, mediante l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione documentale suddetta. La Ditta viene, quindi, ammessa con riserva al prosieguo di gara.

DITTA BIOSET S.R.L. (che partecipa per il lotto 18) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, rileva che non risulta essere soddisfatto il requisito relativo al fatturato specifico, di cui all'art. 2.4.2 "capacità economico finanziaria" richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara. A fronte di un fatturato specifico richiesto pari ad € 3.000.000,00 la ditta ha dichiarato un fatturato specifico, realizzato nel triennio 2017-2019, pari ad € 2.830.244,26
Il Presidente, tenuto presente altresì che la società non è presente alla seduta di gara, comunica che verrà inviata richiesta con cui attesti se il dato riferito risulta essere quello effettivamente sviluppato o se risulta

esservi ulteriore documentazione dalla quale sia possibile incrementare il valore del fatturato specifico sino all'importo richiesto dal bando di gara.
Pertanto non viene assunto provvedimento di esclusione fintanto che non sarà prodotta tale eventuale documentazione dalla ditta concorrente; in caso contrario si procederà all'esclusione per carenza del requisito di partecipazione predetto.

R.T.I. A.D.A. (MANDATARIA 54,72%) - BIOMERIEUX (MANDANTE 43,52%) - BIOMEDICAL (MANDANTE 1,76%). (che partecipa per il lotto 10) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, e dà atto che la ditta intende far ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, per il servizio di assistenza tecnica nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
Riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

DITTA BIO RAD LABORATORIES S.R.L. (che partecipa per i lotti 2, 8) il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontrata la completezza e regolarità di tutta la documentazione, rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara, ammette la ditta al prosieguo di gara.

Il Presidente ricorda a tutte le ditte partecipanti di voler già procedere al caricamento nella sezione "Libreria" dell'AVCPASS, della documentazione utile ai fini della verifica da parte della S.A. della sussistenza del requisito della capacità economica finanziaria (ovvero il possesso di un fatturato specifico di impresa - al netto dell'IVA - relativo alle prestazioni oggetto dell'appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi - 2017 – 2018 – 2019 - approvati entro il termine di ricezione delle offerte, pari all'importo posto a base d'asta per il lotto/lotti di partecipazione)

Alle ore 14:55 il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta, e dispone che la data e ora della successiva seduta pubblica saranno rese note con apposita comunicazione, da inoltrarsi mediante piattaforma telematica Empulia.

Del chè viene redatto il presente verbale composto da n. 4 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue

f.to Dott. Vincenzo Napoliello _____

f.to Dott.ssa Emanuela Nisio _____

f.to Dott.ssa Annarita Ladisa _____

All. 3.

ASL Bari
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre alle ore 10:06 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio – in Bari, Lungomare Starita n. 6, 2° piano – si è insediata in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, nominata e costituita con Deliberazione del Direttore Generale n.1542 del 02/09/2021, per la verifica della presentazione della documentazione tecnica da parte dei concorrenti ammessi, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 04/05/2021, costituendo Seggio di Gara come di seguito riportato:

- Ing. Angelo Maiano - Dirigente UOS Manutenzione Elettromedicali - UOC Ingegneria Clinica ASL BA
- Dott. Edmondo Adorisio – Direttore UOC Patologia Clinica ASL BA
- Prof.ssa Maria Addolorata Mariggiò Professore Associato Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana UNIBA
- Dott. Vincenzo Napoliello – Dirigente UOS Acquisizione Servizi – ASL BA
- Dott.ssa Emanuela Nisio – Collaboratore Amministrativo Professionale - Testimone e segretario verbalizzante – ASL BA
- Sig.ra Giovanna Amoruso – Assistente Amministrativo ASL BA- - Testimone

Si dà atto che hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., Beckman Coulter s.r.l., Roche Diagnostics s.p.a., Alifax s.r.l., Bio Rad Laboratories s.r.l., Becton Dickinson Italia s.p.a., Abbott s.r.l., Ortho Clinical Diagnostics s.r.l., Randox Laboratories ltd, Euroimmun Italia s.r.l., A. De Mori s.p.a.

Preliminarmente all'avvio delle operazioni di gara il Presidente del Seggio di gara dà atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 04/05/2021, sulla base degli esiti della verifica della documentazione amministrativa attestante l'assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui ai verbali delle sedute pubbliche telematiche datati 17 e 22 febbraio 2021 nonché degli esiti della verifica in ordine al possesso del requisito di capacità economica finanziaria ex art. 83 co. 1 lett. b) del citato Decreto, come richiesto dalla lex specialis di gara, si è proceduto all'esclusione della ditta Bioset s.r.l. per le motivazioni ivi riportate e all'ammissione di tutti gli altri Operatori Economici partecipanti.
Successivamente dà atto che in data odierna si procederà all'apertura e verifica del contenuto della documentane tecnica prodotta dai concorrenti dei lotti sotto indicati., afferenti all'Area Siero:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO
1	AUTOMAZIONE SALA PRELIEVI
2	CONTROLLO DI QUALITà INTERNO (CQI)
3	CORELAB AREA SIERO
13	AUTOIMMUNITA'
14	ALLERGOLOGIA
17	LOBORATORI SPOKE D'URGENZA

A questo punto, Il Presidente della C.G., mediante l'utilizzo delle proprie credenziali, procede, per ciascun lotto, alla verifica della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti, esclusivamente sotto il profilo della completezza e rispondenza alle previsioni contenute nel disciplinare di gara, nell'ordine sotto indicato:

Lotto 1

1. Ditta **Beckman Coulter s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Greiner Bio – One**.: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
3. Ditta **EOS s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
4. Ditta **Becton Dickinson Italia s.p.a.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Lotto 2

1. Ditta **Bio – Rad Laboratories s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Randox Laboratories ltd**.: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Lotto 3

1. Ditta **Roche Diagnostics s.p.a.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Beckman Coulter s.r.l./Quidel Italy. S.r.l**.: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
3. Ditta **Abbott s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
4. Ditta **Siemens Healtcare s.r.**l.: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
5. Ditta **Ortho Clinical Diagnostics s.r.l**.: nonostante diversi tentativi non si riesce a visualizzare il contenuto di una parte della documentazione presentata dalla ditta. Il Presidente dispone di continuare nei lavori di apertura della documentazione presentata dalle altre ditte e di rinviare a fine seduta il tentativo ulteriore di aprire la documentazione della suddetta ditta

Lotto 13

1. Ditta **Thermo Fisher Diagnostics s.p.a.:** Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Euroimmun Italia s.r.l.:** Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Lotto 14

1. Ditta **Thermo Fisher Diagnostics s.p.a.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Lotto 17

1. Ditta **EOS s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
6. Ditta **A De Mori s.p.a.**.: nonostante diversi tentativi non si riesce a visualizzare il contenuto di una parte della documentazione presentata dalla ditta. Il Presidente dispone di continuare nei lavori di apertura della documentazione presentata dalle altre ditte e di rinviare a fine seduta tentativo ulteriore di aprire la documentazione della suddetta ditta
2. Ditta **ACS Forniture s.r.l**..: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Non riuscendo ad aprire la documentazione come sopra evidenziato, il Presidente della C.G. dispone di sospendere la seduta alle ore 13:50 e di riaprirla alle ore alle ore 14:20 per le opportune verifiche tecniche, tramite il supporto del gestore della Piattaforma EmPulia.
Contattato telefonicamente il servizio HelpDesk e avendo lo stesso richiesto l'invio di una mail con la descrizione delle problematiche riscontrate, il Presidente della C.G., riaperta la seduta alle ore 14:20, comunica alle ditte che si procederà nei termini richiesti da parte di InnovaPuglia s.p.a. e che pertanto la presente seduta viene rinviata a data da destinarsi che sarà comunicata tramite piattaforma.
In esito a tale verifica, viene pertanto dichiarata per tutti i concorrenti, tranne che per le ditte A. De Mori s.p.a. e Ortho Clinical Diagnostics s.r.l., l'ammissione al prosieguo di gara, concernente la fase di valutazione delle offerte tecniche, che avverrà in una o più sedute riservate.
Alle ore 15:00 si conclude la seduta, evidenziando che tutte le comunicazioni/convocazioni avverranno esclusivamente tramite piattaforma EmPulia, del ché viene redatto il presente verbale composto da n. 3 pagine che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Vincenzo Napoliello	Angelo Maiano
Emanuela Nisio	Edmondo Adorisio
Giovanna Amoruso	Maria Addolorata Mariggiò

ASL Bari
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

Rettifica errore materiale contenuto nel verbale della seduta pubblica di gara del 6/9/2021

In riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto e con particolare riferimento al verbale relativo alla seduta pubblica del 6/9/2021 concernente la verifica della completezza dell'offerta tecnica prodotta dai concorrenti ammessi, notificato a questi ultimi mediante utilizzo della piattaforma telematica EmPulia, si dà atto che l'Operatore Economico Astra Formedic s.r.l. ha segnalato ai competenti Uffici di questa Stazione Appaltante la presenza in tale documento dell'errore materiale consistente nella mancata trascrizione dell'esito positivo di tale verifica effettuata nei propri confronti, relativamente al lotto 2 (Controllo di qualità interno - CQI).
Pertanto, il RUP, preso atto:

- delle risultanze tracciate dalla piattaforma medesima di gestione della gara;
- della conferma, fornita dal Presidente del Seggio di gara, dal Presidente della Commissione Giudicatrice e dal segretario verbalizzante della predetta seduta pubblica del 6/9/2021, che trattasi di mero errore materiale, come segnalato dal citato concorrente
- della riscontrata corretta trascrizione contenuta nel verbale della successiva seduta pubblica del 13/9/2021, in merito all'ammissione di tutte le ditte partecipanti al Lotto 2) al prosieguo di gara

dispone la rettifica del citato verbale datato 6/9/2021, limitatamente alla pagina 2 – Lotto 2) con inserimento della Ditta Astra Formedic s.r.l. fra quelle ammesse alla fase di valutazione delle offerte tecniche.
Il presente verbale (composto da una pagina) integra, esclusivamente nei suddetti termini, il contenuto del verbale della seduta pubblica del 06/09/2021 e viene notificato a tutti i concorrenti mediante piattaforma telematica Empulia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il RUP
Dott.ssa Pia Paciello

Il Presidente del Seggio di gara
Dott. Vincenzo Napoliello

Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Ing. Angelo Maiano

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Emanuela Nisio

All. 4

ASL Bari
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

-Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di settembre alle ore 09:56 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio – in Bari, Lungomare Starita n. 6, 2° piano – si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, nominata e costituita con Deliberazione del Direttore Generale n.1542 del 02/09/2021, per la prosecuzione dei lavori volti alla verifica e completezza della documentazione tecnica presentata dalle ditte Ortho Clinical Diagnostics e A. De Mori s.p.a., giusto verbale del 06/09/2021
Il Seggio di Gara è composto come di seguito riportato:

- Ing. Angelo Maiano - Dirigente UOS Manutenzione Elettromedicali - UOC Ingegneria Clinica ASL BA
- Dott. Edmondo Adorisio – Direttore UOC Patologia Clinica ASL BA
- Prof.ssa Maria Addolorata Mariggiò Professore Associato Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana UNIBA
- Dott. Vincenzo Napoliello – Dirigente UOS Acquisizione Servizi – ASL BA
- Dott.ssa Emanuela Nisio – Collaboratore Amministrativo Professionale - Testimone e segretario verbalizzante – ASL BA
- Sig.ra Giovanna Amoruso – Assistente Amministrativo ASL BA- - Testimone

Si dà atto che hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: Beckman Coulter s.r.l., Roche Diagnostics s.p.a, A. De Mori s.p.a.

Preliminarmente all'avvio delle operazioni di gara, il Presidente della C.G. dà atto, come stabilito nella seduta pubblica del 06/09/2021, che la S.A. ha inviato, in pari data e tramite pec, la richiesta di assistenza all'Helpdesk EmPulia per l'apertura delle offerte tecniche delle ditte Ortho Clinical Diagnostics s.r.l. e A. De Mori s.p.a.
Il supporto informatico del gestore della piattaforma ha riscontrato formalmente la predetta richiesta in data 10/09/2021, comunicando che la mancata apertura di parte della documentazione tecnica della ditta Ortho Clinical Diagnostics s.r.l. è dipesa da un unico file denominato "4b__manuali strumenti lotto 3.pdf.p7m", contenuto nella cartella zip, che, non essendo stato caricato correttamente, ha impedito l'apertura dei file inseriti nella medesima cartella, fornendo le indicazioni operative utili alla risoluzione della problematica tecnica.
Per quanto innanzi detto, il Presidente della C.G., mediante l'utilizzo delle proprie credenziali, reitera le operazioni di apertura della documentazione tecnica in precedenza non visualizzabile, accedendo alla stessa ed accertandone la conformità e completezza; si dà atto che l'unico documento illeggibile, in quanto non caricato correttamente, non rientra tra quelli tassativamente richiesti nel disciplinare e, pertanto, la ditta Ortho Clinical Diagnostics s.r.l. viene ammessa al prosieguo di gara.
Successivamente, il Presidente della C.G. precisa, con riferimento alla mancata apertura della documentazione prodotta dalla ditta A. De Mori s.p.a., che l'Help desk di Empulia ha comunicato, per le vie brevi, che è dipeso dalle dimensioni della cartella zip contenente i file da verificare e che, pertanto, sarebbe stato sufficiente ripetere tale operazione di apertura.

A questo punto, vengono ripetute le operazioni di apertura della documentazione in parola, accertandone la conformità e completezza; pertanto, anche la ditta A. De Mori s.p.a. viene ammessa al prosieguo di gara.
In esito a tale verifica, si dichiara che tutte le Ditte concorrenti ai lotti afferenti alla c.d. Area Siero vengono ammesse al prosieguo di gara, concernente la fase di valutazione delle offerte tecniche, a cura della relativa Commissione Giudicatrice.
Alle ore 10:26 si conclude la presente seduta pubblica, evidenziando che tutte le comunicazioni/convocazioni avverranno esclusivamente tramite piattaforma EmPulia, del ché viene redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Vincenzo Napoliello

Angelo Maiano

Emanuela Nisio

Edmondo Adorisio

Giovanna Amoruso

Maria Addolorata Mariggiò

All. 5

ASL Bari
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di settembre alle ore 09:46 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio – in Bari, Lungomare Starita n. 6, 2° piano – si è insediata in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice (Commissione B) Area Sangue), nominata e costituita con Deliberazione del Direttore Generale n.1542 del 02/09/2021, per la verifica della presentazione della documentazione tecnica da parte dei concorrenti ammessi, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 04/05/2021, costituendo Seggio di Gara come di seguito riportato:

- Ing. Angelo Maiano - Dirigente UOS Manutenzione Elettromedicali - UOC Ingegneria Clinica ASL BA
- Dott. Leonardo Sardella - Direttore UOSV Medicina Trasfusionale ASL BA
- Dott.ssa Felicia Anna Spadavecchia - Direttore UOSVD Patologia Clinica Asl BT
- Dott. Vincenzo Napoliello – Dirigente UOS Acquisizione Servizi – ASL BA
- Dott.ssa Emanuela Nisio – Collaboratore Amministrativo Professionale - Testimone e segretario verbalizzante – ASL BA
- Dott.ssa Marianna Di Taranto – Collaboratore Amministrativo Professionale ASL BA- - Testimone

Si dà atto che hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: Beckman Coulter s.r.l., Roche Diagnostics s.p.a., Alifax s.r.l., Abbott s.r.l., Siemens Healtcare s.r.l., The Binding Site Italia, Medical Systems s.p.a., Instrumentation Laboratory s.p.a., Medical Systems s.p.a. Stago Italia, Diesse Diagnostica Senese s.p.a., Dasit s.p.a. Sebi Italia s.r.l.

Preliminarmente all'avvio delle operazioni di gara il Presidente del Seggio di gara dà atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 04/05/2021, sulla base degli esiti della verifica della documentazione amministrativa attestante l'assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui ai verbali delle sedute pubbliche telematiche datati 17 e 22 febbraio 2021 nonché degli esiti della verifica in ordine al possesso del requisito di capacità economica finanziaria ex art. 83 co. 1 lett. b) del citato Decreto, come richiesto dalla lex specialis di gara, si è proceduto all'esclusione della ditta Bioset s.r.l. per le motivazioni ivi riportate e all'ammissione di tutti gli altri Operatori Economici partecipanti.
Successivamente comunica che in data odierna si procederà all'apertura e verifica del contenuto della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti dei lotti sotto indicati:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO
4	EMATOLOGIA
5	V.E.S.
6	COAGULAZIONE
7	PROTIDOLOGIA
8	EMOGLOBINA GLICOSILATA E PATOLOGICHE
16	PROTEINE SPECIALI

A questo punto, Il Presidente della C.G., mediante l'utilizzo delle proprie credenziali, procede, per ciascun lotto, alla verifica della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti, esclusivamente sotto il profilo della completezza e rispondenza alle previsioni contenute nel disciplinare di gara, nell'ordine sotto indicato:

Lotto 4

1. Ditta **Dasit s.p.a**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Beckman Coulter s.r.l**..: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
3. Ditta **Medica System s.p.a.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
4. Ditta **Abbott s.p.a.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Lotto 5

1. Ditta **Alifax s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Diesse Diagnostica Senese s.p.a**..: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Lotto 6

1. Ditta **Dasit s.p.a**.: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Stago Italia**.: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
3. Ditta **Roche Diagnostics s.p.a**.: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
4. Ditta Instrumentation Laboratory s.p.a.: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
5. Ditta **Siemens Healthcare s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Lotto 7

1. Ditta **Sebia Italia s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Medica Systems s.p.a**.: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Lotto 8

1. Ditta **Bio Rad Laboratories s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Tosoh Bioscience s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
3. Ditta **A. Menarini Diagnostics s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
4.

Lotto 16

1. Ditta **The Binding Site Italia**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Siemens Healthcare s.r.l.**: Nonostante diversi tentativi non si riesce a visualizzare il contenuto di una parte della documentazione presentata dalla ditta.

Pertanto, il Presidente dispone di sospendere la seduta alle ore 12:03 e di riaprirla alle ore 13:00 per le opportune verifiche tecniche, tramite il supporto del gestore della Piattaforma EmPulia.
Inviata alle ore 12:17 la richiesta all'Helpdesk EmPulia, lo stesso ha riscontrato alle ore 12:38 fornendo le indicazioni operative necessarie per la risoluzione della problematica.
Alle ore 13:05 la C.G. riprende i lavori e procede all'apertura della documentazione tecnica in precedenza non visualizzata.
Pertanto anche la ditta Siemens Healtcare s.r.l. accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, viene ammessa al prosieguo di gara.
In esito a tale verifica, viene pertanto dichiarata per tutti i concorrenti l'ammissione al prosieguo di gara, concernente la fase di valutazione delle offerte tecniche, che avverrà in una o più sedute riservate.
Alle ore 13:10 si conclude la seduta, evidenziando che tutte le comunicazioni/convocazioni avverranno esclusivamente tramite piattaforma EmPulia, del ché viene redatto il presente verbale composto da n. 3 pagine che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Vincenzo Napoliello

Angelo Maiano

Emanuela Nisio

Leonardo Sardella

Marianna Di Taranto

Felicia Anna Spadavecchia

ALL. 6

ASL Bari
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

L'anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di settembre alle ore 10:00 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio – in Bari, Lungomare Starita n. 6, 2° piano – si è insediata in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice (Commissione C) Area Microbiologica), nominata e costituita con Deliberazione del Direttore Generale n.1542 del 02/09/2021, per la verifica della presentazione della documentazione tecnica da parte dei concorrenti ammessi, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 04/05/2021, costituendo Seggio di Gara come di seguito riportato:

- Ing. Angelo Maiano - Dirigente UOS Manutenzione Elettromedicali - UOC Ingegneria Clinica ASL BA
- Dott. Giuseppe Gagliardi – Dirigente U.O.C. Patologia Clinica e Microbiologia ASL BA
- Dott. Edmondo Ceci - Direttore per l'Innovazione organizzativa e tecnologica UOC Patologia Clinica - Ospedale "F. Miulli"
- Dott. Vincenzo Napoliello – Dirigente UOS Acquisizione Servizi – ASL BA
- Dott.ssa Emanuela Nisio – Collaboratore Amministrativo Professionale - Testimone e segretario verbalizzante – ASL BA
- Sig.ra Giovanna Amoruso – Assistente Amministrativo ASL BA- - Testimone

Si dà atto che hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: Roche Diagnostics s.p.a, Becton Dickinson Italia s.p.a., A.D.A., Biomerieux, Diasorin s.p.a. Abbott s.r.l., Dasit s.p.a. Qiagen, Ortho Clinical Diagnostics s.r.l.

Preliminarmente all'avvio delle operazioni di gara il Presidente del Seggio di gara dà atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 04/05/2021, sulla base degli esiti della verifica della documentazione amministrativa attestante l'assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui ai verbali delle sedute pubbliche telematiche datati 17 e 22 febbraio 2021 nonché degli esiti della verifica in ordine al possesso del requisito di capacità economica finanziaria ex art. 83 co. 1 lett. b) del citato Decreto, come richiesto dalla lex specialis di gara, si è proceduto all'esclusione della ditta Bioset s.r.l. per le motivazioni ivi riportate e all'ammissione di tutti gli altri Operatori Economici partecipanti.
Successivamente comunica che in data odierna si procederà all'apertura e verifica del contenuto della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti dei lotti sotto indicati:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO
9	URINE
10	MICROBIOLOGIA
11	SIEROLOGIA INFETTIVOLOGICA
12	MICOBATTERI
15	DIAGNOSI PRENATALE
18	BIOLOGIA MOLECOLARE PER VIROLOGIA

A questo punto, Il Presidente della C.G., mediante l'utilizzo delle proprie credenziali, procede, per ciascun lotto, alla verifica della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti, esclusivamente sotto il profilo della completezza e rispondenza alle previsioni contenute nel disciplinare di gara, nell'ordine sotto indicato:

Lotto 9

1. Ditta **Dasit s.p.a**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Roche Diagnostics s.p.a.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
3. Ditta **A. Menarini Diagnostics s.r.l.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Lotto 10

1. Ditta **Becton Dickinson Italia s.p.a.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **A.D.A./Biomerieux/Biomedical**: Nonostante diversi tentativi non si riesce a visualizzare il contenuto dell'All. n.9. Il Presidente dispone di continuare nei lavori di apertura della documentazione presentata dalle ditte e di rinviare a fine seduta la possibilità di riaprire la documentazione del RTI

Lotto 11

1. Ditta.: **Roche Diagnostics s.p.a.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Diasorin s.p.a.**.: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
3. Ditta **Abbott s.p.a.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
3. Ditta **Ortho Clinical Diagnostics s.r.l.**: Nonostante diversi tentativi non si riesce a visualizzare il contenuto di una parte della documentazione presentata dalla ditta. Il Presidente dispone di continuare nei lavori di apertura della documentazione presentata dalle ditte e di rinviare a fine seduta la possibilità di riaprire la documentazione della suddetta ditta

Lotto 12

1. Ditta **Becton Dickinson Italia s.p.a.**.: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Lotto 15

1. Ditta **Dasit s.p.a.:** Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Perkin Elmer Italia.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.

Lotto 18

1. Ditta **Qiagen**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
2. Ditta **Roche Diagnostics s.p.a.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara.
3. Ditta **Abbott s.p.a.**: Accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, la ditta viene ammessa al prosieguo di gara

Non riuscendo ad aprire la documentazione come sopra evidenziato, il Presidente dispone di sospendere la seduta alle ore 12:07 e di riaprirla alle ore 12:30 per le opportune verifiche tecniche, tramite il supporto del gestore della Piattaforma EmPulia.

Ricevuto il supporto telefonico da parte dei tecnici del gestore della Piattaforma Empulia, alle ore 12:57 la C.G. riprende i lavori e procede all'apertura della documentazione tecnica in precedenza non visualizzata.
Pertanto anche le ditte A.D.A./Biomerieux/Biomedical e Ortho Clinical Diagnostics s.r.l. accertata la conformità e completezza della documentazione presentata, vengono ammesse al prosieguo di gara.
In esito a tale verifica, viene pertanto dichiarata per tutti i concorrenti l'ammissione al prosieguo di gara, concernente la fase di valutazione delle offerte tecniche, che avverrà in una o più sedute riservate.
Alle ore 13:15 si conclude la seduta, evidenziando che tutte le comunicazioni/convocazioni avverranno esclusivamente tramite piattaforma EmPulia, del ché viene redatto il presente verbale composto da n. 3 pagine che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Vincenzo Napoliello — Angelo Maiano

Emanuela Nisio — Giuseppe Gagliardi

Giovanna Amoruso — Edmondo Ceci

All. 7

ASL Bari
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 23/03/2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di marzo alle ore 09:40 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio – in Bari, Lungomare Starita n. 6, 2° piano – si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice (Commissione A – Area Siero), nominata e costituita con Deliberazione del Direttore Generale n.1542 del 02/09/2021, per proseguire nelle operazioni della gara richiamata in oggetto, concernenti gli esiti della valutazione tecnico-qualitativa e l'apertura delle offerte economiche, costituendo Seggio di Gara come di seguito riportato:

- Ing. Angelo Maiano – Dirigente Responsabile UOS Manutenzione Elettromedicali ASL BA (Presidente Commissione Giudicatrice)
- Dott. Edmondo Adorisio – Direttore UOC Patologia Clinica ASL BA (Commissario)
- Prof.ssa Maria Addolorata Mariggiò Professore Associato Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana UNIBA (Commissario)
- Dott. Vincenzo Napoliello – Dirigente Responsabile UOS Acquisizione Servizi ASL BA (Presidente Seggio)
- Dott.ssa Emanuela Nisio – Collaboratore Amministrativo Professionale ASL BA - Testimone e segretario verbalizzante
- Sig.ra Giovanna Amoruso – Assistente Amministrativo ASL BA - Testimone

Preliminarmente, il Presidente del Seggio di gara dà atto

- che la presente seduta si terrà in modalità virtuale, tramite piattaforma Webex, come previsto dal Disciplinare di gara, nel rispetto della vigente normativa in tema di distanziamento sociale;
- che i competenti Uffici hanno comunicato a tutti i concorrenti interessati, tramite il portale Empulia, l'indirizzo di collegamento per poter partecipare alla seduta pubblica
- che hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: A.Menarini Diagnostics s.r.l., A. De Mori s.p.a., Abbott s.r.l., Alifax s.r.l., Astra Formedic, Beckman Coulter s.r.l., Beckton Dickinson Italia s.p.a., EOS s.r.l., Euroimmun Italia s.r.l., Ortho clinical Diagnostics Italy s.r.l., Roche Diagnostics s.p.a., Siemens Healtcare s.r.l., Thermo Fisher Diagnostics
- che, nella presente seduta, si procederà alla lettura del prospetto riepilogativo contenente gli esiti delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione Giudicatrice, ossia la motivazione sintetica e relativo punteggio attribuiti, per singolo criterio, alle offerte presentate dai concorrenti ammessi ai lotti n. 1, 2, 3, 13, 14 e 17, come da documentazione trasmessa all'Area Gestione Patrimonio in data 16/03/2022; terminata tale fase, il Seggio di Gara procederà con l'apertura delle offerte economiche
- che, per ragioni di economia procedimentale, si è proceduto, prima di dare inizio alla presente seduta, alle operazioni di mero inserimento dei suddetti punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice nell'apposita sezione della piattaforma telematica Empulia

Si procede, quindi, con la lettura del predetto prospetto riepilogativo, qui allegato quale parte integrante e sostanziale, contenente le motivazioni ed i punteggi assegnati, per singolo criterio di valutazione, nonché il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascun concorrente ammesso ai citati Lotti, come di seguito riportato:

Lotto 1 – Automazione sala prelievi
Ditta Beckman Coulter s.r.l. punteggio totale **51,90**
Ditta Greiner Bio – One: il Presidente procede con la lettura del verbale datato 18/10/2021 (che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato), già notificato alla ditta in data 19/10/2021 tramite portale Empulia (P.I. 282991-21 Protocollo EmPulia), in cui la Commissione Giudicatrice dichiara l'offerta non ammissibile per le motivazioni ivi riportate
Ditta EOS s.r.l. punteggio totale **69,17**
Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a. punteggio totale **54,77**

Lotto 2 – Controllo di qualità interno
Ditta Bio – Rad Laboratories punteggio totale **69,20**
Ditta Astra Formedic punteggio totale **54,96**
Ditta Randox Laboratories Limited: il Presidente procede con la lettura del verbale datato 21/01/2022 (che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato), già notificato alla ditta in data 24/01/2022 tramite portale Empulia (P.I. 010260-22 Protocollo EmPulia), in cui la Commissione Giudicatrice dichiara l'offerta non ammissibile per le motivazioni ivi riportate

Lotto 3 - Corelab area Siero
Il Presidente della Commissione dà atto che il lotto viene revocato, in autotutela, per le motivazioni di cui al verbale datato 10/03/2022, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale

Lotto 13 - Autoimmunità
RTI Euroimmun Italia s.r.l. – A. Menarini Diagnostics s.r.l. punteggio totale **68,00**
RTI Thermo Fisher Diagnostics – Alifax s.r.l. punteggio totale **50,78**

Lotto 14 - Allergologia
Ditta Thermo Fisher Diagnostics punteggio totale **65,20**

Lotto 17 Laboratori Spoke D'Urgenza
Ditta EOS s.r.l. punteggio totale **54,60**
Ditta a. De Mori s.p.a. punteggio totale **65,90**
Ditta A.C.S. Forniture s.r.l. punteggio totale **50,95**

Tutte le ditte ammesse hanno ottenuto un punteggio di qualità superiore alla soglia minima di 42 punti prevista negli atti di gara e, pertanto, vengono ammesse alla fase successiva dell'apertura delle buste economiche, previa riparametrazione effettuata in automatico dalla piattaforma
Il Presidente, non essendo stata sollevata dalle ditte presenti alcuna obiezione in merito agli esiti della valutazione tecnico-qualitativa, procede alla verifica dell'offerta economica ed alla lettura delle quotazioni offerte ed inserite nello spazio telematico "Valore Offerto", quale elemento di valutazione e comparazione economica, come sotto riportato:

Lotto 1 – Automazione sala prelievi
Ditta Beckman Coulter s.r.l. offerta economica € **911.750,00**
Ditta EOS s.r.l. offerta economica € **1.199.333,40**
Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a. offerta economica € **816.000,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Beckman Coulter s.r.l.	51,90	52,52	€ 911.750,00	26,85	79,37
EOS s.r.l.	69,17	70,00	€ 1.199.333,40	20,41	90,41
Becton Dickinson Italia s.p.a.	54,77	55,43	€ 816.000,00	30,00	85,43

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta EOS s.r.l.

Lotto 2 – Controllo di qualità interno

Ditta Bio – Rad Laboratories offerta economica **€ 1.301.942,25**
Ditta Astra Formedic offerta economica **€ 1.186.740,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Bio – Rad Laboratories	69,20	70,00	€ 1.301.942,25	27,35	97,35
Astra Formedic	54,96	55,60	€ 1.186.740,00	30,00	85,60

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta Bio Rad Laboratories

Lotto 13 - Autoimmunità

RTI Euroimmun Italia s.r.l. – A. Menarini Diagnostics s.r.l. offerta economica **€ 1.263.044,50**
RTI Thermo Fisher Diagnostics – Alifax s.r.l. offerta economica **€ 1.299.958,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
RTI Euroimmun Italia s.r.l. – A. Menarini Diagnostics s.r.l	68,00	70,00	€ 1.263.044,50	30,00	100,00
RTI Thermo Fisher Diagnostics – Alifax s.r.l.	50,78	52,27	€ 1.299.958,00	29,15	81,42

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore del RTI Euroimmun Italia s.r.l. – A. Menarini Diagnostics s.r.l

Lotto 14 - Allergologia
Ditta Thermo Fisher Diagnostics offerta economica € **2.451.932,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, della quotazione offerta in punteggio economico, sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Thermo Fisher Diagnostics	65,20	70,00	€ 2.451.932,00	30,00	100,00

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore dell'unica ditta offerente Thermo Fischer Diagnostics, come consentito dalla lex specialis di gara (disciplinare di gara, §8 pag. 21 *"l'Amministrazione si riserva la facoltà di .....procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua sia tecnicamente che economicamente"*)

Lotto 17 Laboratori Spoke D'Urgenza
Ditta EOS s.r.l. offerta economica € **2.240.645,31**
Ditta A. De Mori s.p.a. offerta economica € **2.089.828,50**
Ditta A.C.S. Forniture s.r.l. offerta economica € **2.125.015,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
EOS s.r.l.	54,60	58,00	€ 2.240.645,31	27,98	85,98
A De Mori s.p.a.	65,90	70,00	€ 2.089.828,50	30,00	100,00
ACS Forniture s.r.l.	50,95	54,12	€ 2.125.015,00	29,50	83,62

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta A. De Mori s.p.a.

Alle ore 12:20 si conclude la seduta, evidenziando che tutte le comunicazioni/convocazioni avverranno esclusivamente tramite piattaforma EmPulia e rinviando al RUP per gli adempimenti di legge concernenti la verifica dell'anomalia ex art, 97, co. 2 e co. 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., segnalata automaticamente dalla stessa piattaforma.
Del ché viene redatto il presente verbale, composto da n. 4 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

f.to Vincenzo Napoliello
f.to Angelo Maiano
f.to Emanuela Nisio
f.to Edmondo Adorisio
f.to Giovanna Amoruso
f.to Maria Addolorata Mariggiò

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

LOTTO 1 - AUTOMAZIONE SALA PRELIEVI (ETICHETTATORI E GESTIONE DEL PRELIEVO)

1	OBIETTIVI	Realizzare una progettualità che permetta una ottimale gestione delle sale prelievo nell'ottica di: • Rendere più efficiente l'attività di prelievo diminuendo i tempi di attesa e di stazionamento dei pazienti • Ottimizzare l'afflusso dei pazienti alle sale prelievo • Incrementare il numero di prelievi che è possibile effettuare per ogni singolo prelevatore. • Assicurare la piena tracciabilità del prelievo. • Evitare errori pre-analitici
2	BASE D'ASTA	Euro 400.000/ANNO
3	CARICHI DI LAVORO	P.O. Di Venere: 50.000 accettazioni/anno
		P.O. Altamura: 30.000 accettazioni/anno
		P.O. Corato: 30.000 accettazioni/anno
		P.O. Monopoli: 30.000 accettazioni/anno
		P.O. San Paolo: 50.000 accettazioni/anno
		P.O. Molfetta: 30.000 accettazioni/anno
		P.O. Putignano: 30.000 accettazioni/anno
4	MODALITA' OPERATIVE	Orario lavorativo dalle 08.00 alle 10.30 Dal lunedì al sabato
5	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI HUB & SPOKE	• Utilizzo di provette di vario tipo e dimensione • Assicurare la massima tracciabilità dei materiali utilizzati e dell'operatore • Gestire numero e tipologia di provette adeguato al carico di lavoro • Limitare al minimo qualsiasi attività da parte dell'operatore • Software gestionale interfacciato al LIS • Possibilità di produrre etichette aggiuntive • Marcatura CE della soluzione proposta

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BECKMAN	GREINER	EOS	BD
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	30	1.1	Sistemi offerti nel contesto organizzativo in riferimento a quanto riportato negli obiettivi organizzativi. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto più rispondente agli obiettivi organizzativi con particolare riferimento alla ottimizzazione dell'afflusso alla sala prelievi, alla riduzione dei tempi di attesa, all'incremento del numero di prelievi per singolo operatore (relazionare)	6			Il sistema proposto non gestisce il flusso di lavoro per la sala di attesa sia negli hub che negli spoke **3.0**		La soluzione proposta risponde pienamente agli obiettivi organizzativi richiesti 6	La soluzione proposta risponde in maniera sufficiente alle richieste. Nonostante la ditta abbia offerto un numero superiore di etichettatori rsipetto al numero di sale prelievo, manca la gestione delle sale d'aqttesa negli spoke (mancano tagliacode e monitor) 3.6
			1.2	Uniformità tecnologica in grado di facilitare la formazione e l' attività del personale			6	6		6	6
			1.3	Livello di automazione del sistema che limiti al massimo le attività manuali e ottimizzi le risorse umane necessarie. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che preveda la completa automazione e la minor frequenza di interventi da parte dell'operatore (	6			Il sistema proposto risulta buono in quanto non necessita di alcun intervento dell'operatore Manca la gestione automatizzata della sala di attesa.		Il sistema proposto risulta eccellente in quanto non necessita di alcun intervento dell'operatore	Il livello di automazione proposto richiede un intervento dell'operatore nella fase di caricamento ed etichettatura

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

				relazionare)				4.2		e gestisce in maniera ottimale ed automatizzata il flusso alle sale prelievo 6	delle provette 3.6
			1.4	Semplificazione della gestione del campione. Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione proposta per la etichettatura e rietichettatura multipla delle provette di più semplice utilizzo da parte degli operatori (relazionare)	6			Il sistema è buono ma non gestisce in maniera ottimale i prelievi seriali e le rietichettature 4.8		Semplificazione ed ottimizzazione della gestione dei campioni in particolar modo per i prelievi seriali e le rietichettature 6	Semplificazione ed ottimizzazione della gestione dei campioni in particolar modo per i prelievi seriali e le rietichettature anche se comporta un minimo d manualità aggiuntiva 5.4
			1.5	Semplificazione del percorso preanalitico con migliore impatto sul paziente Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica che preveda la maggiore semplificazione del percorso preanalitico (relazionare)	6			Il sistema non evidenzia la presenza di sistemi dedicati alla gestione del percorso preanalitico tipo totem tagliacode e monitor di chiamata 3.6		La gestione del paziente risulta ottimale in quanto regolamentata e semplificata dalla fornitura di sistemi tagliacoda e monitor di chiamata, in modo da regolamentare il flusso in modo circolare	La gestione del paziente risulta ottimale in quanto regolamentata e semplificata dalla fornitura di sistemi tagliacoda e monitor di chiamata, in modo da regolamentare il flusso

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

										IN-OUT. 6	5.4
2	TECNOLOGIA	20	2.1	Capacità di carico delle provette. Maggior numero-maggior punteggio		6		800 provette/ora 6		800 provette/ora 6	Il sistema proposto, pur consentendo un caricamento in continuo, non dispone di magazzino e pertanto non permette la piena autonomia dello strumento che necessita di una azione continua dell'operatore 0
			2.2	Tracciabilità dell'intero processo atto a ridurre il rischio di errore preanalitico. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che preveda la completa tracciabilità del processo, dall'accesso con password operatore, all'attività svolta: etichettatura provette, ora di esecuzione del prelievo, checkout per singola provetta ed altre funzioni di valore (relazionare)	6			Buona tracciabilità anche se la vaschetta contenente il materiale per il prelievo non viene sigillata ed è soggetta a possibili errori **4.2**		Ottima tracciabilità ed inoltre la vaschetta risulta chiusa con ulteriore bar code di identificazione 6	Ottima tracciabilità 6
			2.3	Modalità di interazione con il LIS per la gestione dei prelievi seriali. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che	6			La soluzione proposta produce contemporaneamente tutte le etichette		La soluzione proposta risulta ottimale In quanto	La soluzione proposta risulta ottimale in quanto

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

				preveda una migliore interazione con il Lis nella gestione dei prelievi seriali, curve glicemiche e pazienti in Terapia anticoagulante orale (relazionare)				necessarie alla gestione dei prelievi seriali **3.6**		produce etichette dei prelievi seriali in modo cadenzato nel rispetto degli orari di prelievo **5.4**	produce etichette dei prelievi seriali in modo cadenzato nel rispetto degli orari di prelievo 5.4
			2.4	Possibilità di inserimento di commenti da parte dell'operatore			2	2		2	2
3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	10	3.1	Livello di compattezza della strumentazione proposta (più compatto maggior punteggio)		5		0.58m2 4.00		0.47m2 5	0.606m2 3.87
			3.2	Produttività in pazienti/ora (n.3 provette per paziente)		5		400 pazienti/ora 2.50		760 provette/ora 4.77	798 provette/ora sui sei dispositivi 5
4	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	10	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.	5			4.0		5	5
			4.2	Piano di formazione	5			4.0		5	3.5
						Totale		**51.90**		**69.17**	**54.77**

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 2 - CONTROLLO DI QUALITA' INTERNO (CQI)

1	OBIETTIVI HUB & SPOKE	I laboratori della ASL intendono iniziare un percorso di accreditamento in ottemperanza alle normative ISO 9001: 2015 e ISO 15189. Al fine di raggiungere il suddetto traguardo sarà necessario perseguire i seguenti obiettivi: • Utilizzare materiali di controllo di "terza parte"; • Coprire il maggior numero di settori diagnostici ed il maggior numero di analiti; • Organizzare una gestione centralizzata del CQI tramite software specifico; • Fornire allarmi in tempo reale che aiutino l'operatore a verificare le situazioni "fuori controllo" che comprometterebbero l'utilizzo clinico dell' assegnato; • Semplificare l'operatività dei tecnici; • Semplificare l'operatività dei Responsabili della qualità. • Confrontarsi con altri laboratori che partecipano al controllo allargato inter-laboratorio
2	BASE D'ASTA	Euro 300.000/ANNO
3	PANNELLO ANALITI CARICHI DI LAVORO MODALITA' OPERATIVE	

Settore	Liv	ML HUB	ML SPOKE S.PAOLO	ML SPOKE MONOPOLI	ML SPOKE ALTAMURA	ML SPOKE CORATO
1. Chimica Clinica Siero	2	1000/1000	500/500	500/500	500/500	140/140
2. Ammonio	2	60/60	60/60	60/60	60/60	60/60
3. Proteine Spec. Siero	2	210/210	100/100	100/100	100/100	100/100
4. Proteine nel Liquor	2	40/40	-	-	-	-
5. Chimica Clinica Urine	2	300/300	150/150	150/150	150/150	100/100
6. Urine Chimico Fisico	2	500/500	200/200	200/200	200/200	100/100
7. Immunom. Routine	3	300/300/300	150/150/150	150/150/150	150/150/150	100/100/100
8. Immunom. Speciale	2	100/100	-	-	-	-
9. Marcatori Tumorali	2	200/200	100/100	100/100	100/100	60/60
10. Marcatori Cardiaci	2	300/300	190/190	190/190	190/190	70/70
11. Epatiti e Retrovirus	N/P	170 N/270 P	-	-	-	-
12. Sierologia	N/P	70 N/100 P	-	-	-	-
13. Farmaci	2	60/60	-	-	-	-
14. Immunosoppressori	3	45/45/45	-	-	-	-

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

15. Tossicologia Urine	2	150/150	100/100	100/100	100/100	50/50
16. Allergologia	N/P	50 N/50 P	-	-	-	-
17. Ematologia	3	300/300/300	100/100/100	100/100/100	100/100/100	100/100/100
18. VES	2	30/30	15/15	15/15	15/15	15/15
19. Emoglobine Glicate	2	20/20	10/10	10/10	10/10	10/10
20. Emoglobine Patologiche	2	5/5	-	-	-	-
21. Coagulazione Routine	2	360/360	180/180	180/180	180/180	160/160
22. Autoimmunità	2	8/8	-	-	-	-
23. Virologia B.Mol.	N/P	50 N/50 P	-	-	-	-

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

4	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI	Il sistema offerto dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima: • Controlli certificati di parte terza; • Durata del lotto almeno annuale, escluso ematologia; • Software per la gestione e l'analisi statistica delle prestazioni interfacciato alle strumentazioni e/o middleware, e/o LIS per garantire l'immissione automatica dei risultati di controllo; • Il software dovrà elaborare: media, DS, CV, grafici di Levey-Jennings per un periodo di almeno 12 mesi, istogrammi. • Il software dovrà permettere la gestione ed archiviazione delle note di non conformità e di intervento per la tracciabilità delle operazioni a scopi certificativi o di accreditamento. • Si dovrà fornire idoneo supporto hardware (almeno una postazione per Presidio, completa di stampante), anche nel caso di tecnologie WEB-Based. • **Programmi:** 1. Chimica Clinica Siero: Chimica Generale, Enzimi, Lipidi, Elettroliti, Elettroforesi 2. Ammonio 3. Proteine Specifiche Siero 4. Proteine nel liquor 5. Chimica Clinica Urine 6. Urine Chimico Fisico 7. Immunometria routine: ormoni tiroidei, ormoni fertilità, Ferritina, Anemia, Insulina 8. Immunometria speciale: anticorpi anti-tiroidei, PTH intatto, C-Peptide, Vitamina D, Procalcitonina 9. Marcatori Tumorali 10. Marcatori Cardiaci: Troponina, Mioglobina, CK-MB, PRO-BNP/BNP 11. Epatiti e Retrovirus: anti HIV-1, anti HBc, anti HCV, HBsAg, anti HBs, anti HAV, HAV IgM, HBc IgM, anti HBe, HBeAg, HIV-2, HIV-Ag 12. Sierologia: ToRC IgG ed IgM, Epstein-Barr, Sifilide RPR 13. Farmaci: Litio, Digossina, Fenobarbital, Fenitoina, Carbamazepina, Acido Valproico 14. Immunosoppressori: Ciclosporine, Tacrolimus 15. Tossicologia Urine: Oppiacei, Metadone, Barbiturici, THC, Cocaina, Amfetamine, Benzodiazepine, Etanolo 16. Allergologia 17. Ematologia 18. VES 19. Emoglobine Glicate

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

		20. Emoglobine Patologiche 21. Coagulazione Routine: PTI , APTT, Fibrinogeno, Antitrombina III e D-Dimero 22. Autoimmunità: ANA, ENA 23. Virologia Biologia Molecolare: HIV, HCV, HBV Il numero minimo di programmi che devono essere offerti, completi degli analiti richiesti (laddove specificato), è pari a 18.

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BIORAD	ASTRA
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	20	1.1	Modalità di realizzazione dell'informatizzazione del Controllo di Qualità Interno dettagliando progetto informatico e modalità di interfacciamento con software strumentali e LIS/Middleware di settore. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che preveda il progetto informatico più completo e la migliore modalità di interfacciamento con LIS/Middleware di settore (relazionare)	8			La soluzione proposta permette una soluzione operativa indipendente da variabili esterne (infrastruttura di rete esterna) 7.2	La soluzione proposta permette un buon livello di interfacciamento con i sistemi LIS/Middleware 6.4
			1.2	Integrazione del sistema offerto nell'organizzazione dei laboratori. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che preveda una soluzione a miglior impatto sul lavoro quotidiano degli operatori e la più semplice gestione del sistema (relazionare)	4			La soluzione proposta garantisce un interfacciamento bidirezionale e provette già bar codate. Ottima gestione procedurale dei controlli metodologia six sigma dei processi) 4	La soluzione proposta garantisce una sufficiente integrazione nell'organizzazione ordinaria del laboratorio; assenza di bidirezionalità e provette già barcodate 2.4
			1.3	Integrazione del software di gestione offerto nell'organizzazione dei laboratori. Saranno valutati: la completezza dell'analisi statistica dei dati con possibilità di valutazione	5			Ottima integrazione del sw nell'organizzazione del laboratorio. Di rilievo la presenza del	Buona integrazione del sw nell'organizzazione del laboratorio.

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				dell'allineamento di tutti gli strumenti che eseguono la stessa analisi negli HUB/SPOKE, l'impatto sul lavoro quotidiano dei responsabili della qualità (abilitazione indipendente delle più comune regole della valutazione dei dati, generazione di report ispettivi) e la semplicità di gestione del software fornito(relazionare)				sw per il calcolo automatico del rischio clinico 5	4
			1.4	Modalità di inserimento dei dati automatica			1	1	1
			1.5	Gestione e utilizzo con lo stesso programma di eventuali altri controlli non acquisiti dalla ditta offerente (se non disponibili) o preparati in laboratorio			1	1	1
			1.6	Esportazione dei dati informati agevolmente utilizzabili con altri programmi (Excel, Word) per valutazione, approfondimenti e valutazione scientifica			1	1	1
2	TECNOLOGIA	22	2.1	Software: saranno valutate le caratteristiche tecniche del software, le modalità di gestione degli allarmi che aiutino l'operatore a verificare le situazioni "fuori controllo" che comprometterebbero l'utilizzo clinico dell' assegnato. (relazionare)	10			La soluzione proposta risulta essere eccellente in tutte le performance richieste al criterio con particolare richiamo alla bidirezionalità, gestione del rischio, minima manualità dell'operatore, preimpostazione delle regole	La soluzione proposta risulta rispondere in maniera adeguata alle richieste della SA

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

								10	8
			2.2	Completezza dell'analisi statistica dei dati con riferimento sia alla valutazione delle singole metodiche e dei singoli strumenti sia all'allineamento di tutti gli strumenti che eseguono le stesse analisi all'interno dell'Azienda (relazionare)	5			Ottima la completezza dell'analisi statistica con particolare rilievo della possibilità di calcolare l'incertezza su tre tipologie di formule diverse 5	Ottima la completezza dell'analisi statistica 4.5
			2.3	Sistema di valutazione Interlaboratorio: sarà valutato il numero di partecipanti, la disponibilità di report, analisi dati, istogrammi di bias ed imprecisione, profili statistici. (relazionare)	5			29000 laboratori di confronto e datoi provenienti da 54000 strumemntazoni 5	Non ben definita l'estensione della rete dei laboratori/partecipanti 2
			2.4	Soluzione proposta per garantire un costante accesso ai dati e la riservatezza dei dati secondo la normativa vigente(relazionare)	2			La soluzione proposta viene ritenuta ottimale in termini di riservatezza dei dati e modalità di accesso con particolare vantaggi derivanti da un sistema intranet 2	La soluzione proposta risulta essere soddisfacente 1.2
3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	20	3.1	Numero di programmi offerti, completi di tutti gli analiti richiesti, superiore al minimo. Maggior numero-maggior punteggio		10		5 programmi aggiuntivi rispetto al minimo richiesto	5 programmi aggiuntivi rispetto al minimo richiesto

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

								10	10
			3.2	Tipologia dei materiali di controllo di qualità offerti. Saranno valutate la stabilità temporale dei controlli intesa come conservabilità dei prodotti forniti ed ancora confezionati e dei prodotti durante l'utilizzo, la matrice degli stessi e la continuità del lotto garantita per ogni prodotto offerto con possibilità di acquisizione dei prodotti mediante abbonamento. (relazionare)	7			La ditta fornisce controlli a matrice umana con una eccellente stabilità di conservazione sia a confezione chiusa che in utilizzo 7	La ditta fornisce controlli a matrice umana con una discreta stabilità di conservazione sia a confezione chiusa che in utilizzo 4.9
			3.3	Maggior numero di controlli liquidi e pronti all'uso. Maggior numero-maggior punteggio		3		7 controllo liofili su 59 totali (11.86%) 3	10 controlli liofili su 72 totali (13.88%) 2.56
4	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	8	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.	4			Bio-rad dispone di **11 persone dedicate al controllo di qualità;** Il supporto è gestito chiamando il numero verde **0080000246723** (operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle	L'assistenza scientifica e' garantita tramite specialisti che agiscono direttamente in loco o tramite assistenza telefonica ed informatica. Essendo il software su piattaforma

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

								affiancamento e/o supporto; Il personale Bio-Rad è composto da persone laureate in materie scientifiche 2	è corredato InterQC; Il corso di I° livello si articola tipicamente in due moduli di 45 minuti ciascuno, ed è rivolto ad un massimo di 10 partecipanti; Il corso di II° livello approfondirà le tematiche del controllo di qualità, illustrando tutte le potenzialità e le informazioni che è possibile ottenere da InterQC 1.6
			4.3	Servizio e modalità di aggiornamento e revisione software compresa l'introduzione di modifica e personalizzazione richiesta dal laboratorio	2			Essendo al ditta anche casa madre per la realizzazione del sw, è consentita qualunque tipologia di personalizzazione anche in tempo reale 2	Eventuali aggiornamenti del software vengono gestiti totalmente in automatico in remoto, in contemporanea presso tutti i centri senza intervento da parte dell'operatore o del personale AstraFormedic e senza condizionare la normale operatività del laboratorio e del sistema; nessun riferimento a personalizzazioni 1.6

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE



11

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Lotto 3

ASL Bari
Puglia Salute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

Verbale seduta Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di marzo alle ore 10:00 negli uffici dell'Asl BA, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice (Commissione A) Area Siero) per la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Deliberazione del Direttore Generale n.1542 del 02/09/2021, insediatasi nella seduta pubblica di verifica della documentazione tecnica, svoltasi in data 06/09/2021

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano - Dirigente UOS Manutenzione Elettromedicali - UOC Ingegneria Clinica ASL BA
- Dott. Edmondo Adorisio – Direttore UOC Patologia Clinica ASL BA
- Prof.ssa Maria Addolorata Mariggiò Professore Associato Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana UNIBA
- Dott.ssa Pia Paciello – Direttore Area Gestione del Patrimonio ASL BA/RUP - Segretario

La Commissione, in fase di disamina e valutazione delle offerte tecniche riguardanti il Lotto 3, ha rilevato la difficoltà di procedere alla corretta comparazione delle stesse e, nell'effettuare una ulteriore e puntuale combinata lettura del disciplinare di gara, del capitolato tecnico del Lotto in questione e dei chiarimenti resi, ai sensi di Legge, dalla Stazione Appaltante, ha individuato la causa della predetta criticità nella presenza in essi di determinate prescrizioni contraddittorie, che hanno inficiato l'omogenea interpretazione della *lex specialis* di gara da parte dei concorrenti e, per l'effetto, posto all'attenzione della Commissione Giudicatrice offerte oggettivamente incomparabili.

Più precisamente, si rappresenta quanto segue:

➢ a pag. 17 del disciplinare di gara viene riportata la seguente frase: *" il carico di lavoro dovrà essere ripartito equamente sul numero di analizzatori offerti che dovranno lavorare contemporaneamente "*; tale prescrizione implica che su ogni singolo analizzatore offerto dovranno essere presenti tutti i test richiesti e, conseguentemente, dovranno essere eseguiti tutti i controlli nelle seguenti modalità riportate nel capitolato di gara "Scheda Lotto 3" punto 4 – modalità operative: ***"Frequenza sedute: h24-365 gg; Frequenza CQI per tutti i parametri oggetto di gara: 2 livelli x 2 volte al giorno x 365 gg per tutti gli analizzatori offerti".***

➢ in contraddizione con quanto sopra esposto, nel capitolato tecnico viene riportata, sia per l'HUB che per gli Spoke, la seguente frase: punto 7 CARATTERISTICHE INDISPENSABILI HUB – sistemi analitici - *Il sistema dovrà garantire il backup analitico e funzionale, con tecnologia della stessa potenzialità, per tutti i test di chimica clinica in urgenza indicati in grassetto e per tutti i test di immunometria asteriscati*. Tale ultima prescrizione implica che solo i test in urgenza e i test di immunometria "asteriscati" debbano essere presenti su almeno 2 strumenti, mentre, gli altri possono essere presenti anche su un solo strumento, contraddicendo, appunto, quanto richiesto nel disciplinare di gara. Infatti, la richiesta di backup solo per alcuni test impedisce, di fatto, che tutti gli strumenti possano lavorare uniformemente. Inoltre, l'eventuale presenza di alcuni analiti

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

su un unico strumento influenza anche l'esecuzione delle calibrazioni e dei controlli interni di qualità che, alcuni concorrenti, hanno ritenuto di dover fornire per tutti i test richiesti su un solo analizzatore, mentre, sull'altro vengono forniti i calibratori e i controlli solo per i test in urgenza.

➢ in merito, si evidenzia che anche la formulazione dei chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante (mediante relativa pubblicazione sulla piattaforma telematica) a fronte di alcuni quesiti posti dai potenziali concorrenti, è risultata inefficace, in quanto inidonea a fornire l'interpretazione autentica della suddetta documentazione di gara e, quindi, a rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere le citate prescrizioni contenute nella *lex specialis*.

Nonostante la rilevata ottima impostazione della scheda "Offerta Economica senza prezzi", predisposta dalla Stazione Appaltante allo scopo di guidare i concorrenti nell'elaborazione delle proprie offerte, con particolare riferimento al Lotto 3, è risultata carente dell'ulteriore utile informazione relativa a **"quali e quanti test debbano essere caricati su ogni singolo strumento"**, elemento che avrebbe potuto rendere superabile l'oggettiva difficoltà ad effettuare una corretta ed equa valutazione delle offerte tecniche, nella dovuta ottica comparativa.
In ragione di quanto esposto, si propone di procedere, in autotutela, alla revoca del Lotto 3, per la riproposizione dello stesso, prevedendo le rettifiche del caso.
Alle ore 11:30 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Angelo Maiano

Dott. Edmondo Adorisio

Prof.ssa Maria Addolorata Mariggiò

Dott.ssa Pia Paciello

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 13 – AUTOIMMUNITA'

1	OBIETTIVI HUB	• Creazione di un Settore Autoimmunità, con la più elevata automazione possibile, che preveda la gestione dei test di screening in IFI, la ricerca di autoanticorpi specifici con metodologia CLIA-FEIA (o equipollente), la ricerca di autoanticorpi rari o a bassa richiesta con metodologia ELISA e l'identificazione dell'antigene mediante metodica Immunoblotting (IB). • Completa tracciabilità dei campioni, dalla accettazione all'archiviazione. • Ottimizzazione dei flussi operativi con il minor numero di operatori. • Refertazione nel più breve tempo possibile per il metodo CLIA (o equipollente). • Validazione clinica da "Middleware" di settore con sistema esperto personalizzabile sulla base delle esigenze dell'operatore.
2	BASE D'ASTA	EURO 300.000/ANNO
3	PANNELLO ANALITI CARICHI DI LAVORO MODALITA' OPERATIVE	

Analita	Test/Anno	Frequenze gg	Metodo
ANA su Cellule Hep-2	5.000	300	IFI
ASMA, APCA, AMA, LKM, fegato, rene, stomaco di ratto	1.300	300	IFI
Anti ds-DNA su Crithidia Luciliae	500	300	IFI
Anti Corteccia Surrenale	100	50	IFI
Anti Insula Pancreatica su Pancreas di Primate	100	50	IFI
Anti Citoplasma dei neutrofili su granulociti in etanolo e formalina	500	300	IFI
Anti-Endomisio su esofago di Primate	4.000	300	IFI
Anti-ds-DNA	2.000	300	CLIA
Anti-SS-A	1.800	300	CLIA
Anti-SS-B	1.800	300	CLIA
Anti-Sm	1.800	300	CLIA
Anti-Sm/RNP /Anti-RNP	1.800	300	CLIA
Anti-Jo-1	1.800	300	CLIA

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

		Anti-Scl-70	1.800	300	CLIA
		Anti-Centromero	1.800	300	CLIA
		Anti-CCP	500	300	CLIA
		Anti-Cardiolipina IgG	400	300	CLIA/ELISE
		Anti-Cardiolipina IgM	400	300	CLIA/ELISE
		Anti-beta 2 glicoproteina 1 IgG	400	300	CLIA/ELISE
		Anti-beta 2 glicoproteina 1 IgM	400	300	CLIA/ELISE
		Anti-GBM	900	300	CLIA
		Anti-MPO	1.100	300	CLIA
		Anti-PR3	1.100	300	CLIA
		Anti-Transglutaminasi IgA	5.000	300	CLIA
		Anti-Transglutaminasi IgG	3.000	300	CLIA
		Anti-DGP IgA	1.800	300	CLIA
		Anti-DGP IgG	1.800	300	CLIA
		Anti Desmogleina 1	100	50	ELISA
		Anti Desmogleina 3	100	50	ELISA
		Anti Bp180	100	50	ELISA
		Anti Saccharomyces cerevisiae IgA	200	50	ELISA
		Anti Saccharomyces cerevisiae IgG	200	50	ELISA
		Profilo connettiviti: SS-A, SS-B, Sm-RNP, Sm, Centromero, Scl-70, Jo-1.	300	50	IB
		Profilo Epatopatie: M2, Sp-100, GP210, LKM-1, SLA	100	50	IB
		Profilo Sclerodermie	100	50	IB
		Profilo Miopatie Infiammatorie	100	50	IB

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

7	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI	Fornitura di un Sistema composto da: 1) Analizzatore per lo screening automatico degli ANA negativi con suggerimento dei pattern fluoroscopici ed indicazione del titolo: • Riconoscimento vetrini tramite bar-code 2) Preparatore automatico per vetrini e micropiastre ELISA: • Possibilità di alloggiare provette campione di diverse dimensioni • Lettore bar-code integrato • Sensore di livello per campioni e reattivi
		3) Microscopio di back-up: •Obiettivi 20X – 40X – 100X •Sorgente luminosa a LED 4) Analizzatore con metodologia CLIA (o equipollente): •Accesso continuo per campioni, reagenti e materiali di consumo •Possibilità di alloggiare provette campione di diverse dimensioni •Lettore bar-code integrato per campioni e reagenti 5) Preparatore automatico per strip Immunoblotting: •Possibilità di effettuare diverse metodiche in contemporanea •Reattivi interscambiabili tra le varie metodiche **Vetrini IFI in kit completi di tutto il materiale occorrente all'esecuzione del test e con stabilità di almeno 12 mesi.** **Strip Immunoblotting con presenza di banda di controllo interno alla reazione** **Parametri ELISA opzionali.** **Middleware di settore, interfacciato al LIS di laboratorio, che integri i dati provenienti da tutti gli analizzatori del Sistema offerto.**

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	THERMO FISHER	EUROIMMUN
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	5	1.1	Middleware di settore: possibilità di tracciare i campioni per tutto il ciclo di vita in laboratorio dall'associazione campione-vetrino, alla gestione di tutti gli esami pendenti e alle aggiunte create da regole reflex/rerun o altre regole personalizzabili (relazionare)	3			3	3
								Le offerte presentate dalle concorrenti vengono ritenute sostanzialmente sovrapponibili	
			1.2	Middleware di settore: possibilità di mostrare nello storico del paziente, oltre che le immagini fluoroscopiche, anche le immagini delle strip di test in immunoblot e i risultati provenienti da altra strumentazione			1	1	1
			1.3	Middleware di settore: gestione del magazzino dei reagenti			1	1	1
2	TECNOLOGIA IFI	22	2.1	Automazione della lettura dei vetrini che consenta interpretazione e suggerimento del titolo per il più elevato numero di parametri IFI richiesti; maggior numero maggior		5		Il sistema offerto consente l'interpretazione a tre test ed il suggerimento del titolo solo a 1 TEST; 1.67	Il sistema offerto consente l'interpretazione ed il suggerimento del titolo a 3 TEST; 5

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				punteggio					
			2.2	Completa tracciabilità del campione dalla preparazione alla refertazione (relazionare)	5			4.5 Le offerte presentate dalle concorrenti vengono ritenute sostanzialmente sovrapponibili	4.5
			2.3	Massima riduzione del numero dei pozzetti di titolazione (minor numero maggior punteggio)		5		1 parametro 1.67	3 parametri 5
			2.4	Procedure a carico dell'operatore in caso di mancata lettura del sistema automatico (relazionare)	5			4.5 Le offerte presentate dalle concorrenti vengono ritenute sostanzialmente sovrapponibili	4.5
			2.5	Numero di vetrini caricabili sul sistema; maggior numero maggior punteggio		2		16 contemporaneamente sul preparatore ma solo 4 Vetrini sul microscopio 0.16	50 Vetrini 2
3	TECNOLOGIA CLIA/FEIA	13	3.1	Minor tempo di refertazione; minor tempo maggior punteggio		5		60 test ogni ora 4.28	70 test orari 5
			3.2	Possibilità di caricare in continuo campioni, reagenti e materiali di consumo senza interruzione della routine			4	4	4
			3.3	Modalità di calibrazione e	4			4	4

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

	.			durata (relazionare)				Le offerte presentate dalle concorrenti vengono ritenute sostanzialmente sovrapponibili	
4	TECNOLOGIA IB .	5	4.1	Automazione del sistema di Immunoblotting dalla preparazione da provetta primaria alla refertazione senza ulteriori passaggi manuali Sarà assegnato maggior punteggio al la soluzione tecnologica più automatizzata (relazionare)	5			5	5
								Le offerte presentate dalle concorrenti vengono ritenute sostanzialmente sovrapponibili	
5	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI IFI	3	5.1	Vetrini ANCA con diverse tipologie di substrati nello stesso pozzetto			3	Il sistema presenta un solo substrato per i granulociti fissati in etanolo; manca il substrato dei granulociti fissati in formalina mentre il substrato di linfociti umani non presenta alcun vantaggio diagnostico 0	3
6	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI CLIA/FEIA	2	6.1	Test t-TG IgA: possibilità di indicare simultaneamente eventuale deficit di IgA totali del siero			2	2	2
7	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI . ELISA	5	7.1	Numero di metodiche opzionali offerte; maggior numero maggior punteggio		5		5 metodiche su 5 5	5 metodiche su 5 5
8	QUALITA' E	5	8.1	Profilo Connettiviti con un			3	Contiene solo 12 antigeni	Il sistema propone 18

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

	COMPLETEZZA DEI REAGENTI IB			numero di antigeni specifici superiore a 15				0 3	antigeni
			8.2	Profilo Sclerodermie con un numero di antigeni specifici superiore a 12			2	Ne contiene 12 0	Ne contiene 13 2
9	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	10	9.1	Servizio di second opinion; modalità e curricula (relazionare)	5			**Ben dettagliati i CCVV del personale di supporto. Eccellente l'organizzazione del controllo e convalida dei dati di laboratorio;** 5	**Euroimmun offre un supporto Scientifico per eventuale interpretazione dei dati di laboratorio e dei dati clinici. Tale supporto consente la possibilità di invio dei sieri per la loro valutazione presso il laboratorio di riferimento e la possibilità di training formativi da parte di personale altamente qualificato sia in campo applicativo sia in campo di ricerca presso il Training Department della Casa Madre (Lubecca-Germania) oppure presso il Training Department di Euroimmun Italia (Padova-Italia).** 4
			9.2	Piano di formazione	3			2.4	Maggior formazione offerta dalla ditta rispetto alla concorrente 3

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

			9.3	Servizio di Assistenza Tecnica	2			1.6	Sostanzialmente più performante il SAT della ditta rispetto alla concorrente 2
						TOTALE		50.78	68.00

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 14 – ALLERGOLOGIA

<table>
<tr><td>1</td><td>OBIETTIVI HUB</td><td colspan="4">• Creazione di un'area diagnostica con la più elevata automazione possibile, che preveda la gestione degli esame allergologici riportati in tabella.
• Completa tracciabilità dei campioni dalla accettazione alla refertazione.
• Ottimizzazione dei flussi operativi e delle risorse umane.
• Collegamento al LIS di laboratorio.
• Ottimizzazione del consumo di reagenti (preferibilmente confezionamento ridotto) Elevato consolidamento in termini di volume e tipologia di analiti sui sistemi proposti Refertazione dei campioni entro 3 ore.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BASE D'ASTA</td><td colspan="4">EURO 1.000.000/ANNO</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PANNELLO ANALITI</td><td colspan="4">IgE Totali
IgE specifiche inalanti
IgE specifiche alimenti</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">CARICHI DI LAVORO</td><td colspan="4">IgE Totali: 17.000/anno</td></tr>
<tr><td colspan="4">IgE specifiche inalanti: 65.000/anno</td></tr>
<tr><td colspan="4">IgE specifiche alimenti: 65.000/anno</td></tr>
<tr><td>5</td><td>MODALITA' OPERATIVE</td><td colspan="4">h.12/300 giorni/anno</td></tr>
<tr><td rowspan="5">6</td><td rowspan="5">WORK FLOW NELLA GIORNATA DI PICCO</td><td>TEST</td><td>Ore 9.30</td><td>Ore 11.30</td><td>ore 13.30</td></tr>
<tr><td>IgE Totali</td><td>5</td><td>50</td><td>5</td></tr>
<tr><td>IgE spec. inalanti</td><td>20</td><td>200</td><td>20</td></tr>
<tr><td>IgE spec. alimenti</td><td>20</td><td>200</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>CARATTERISTICHE INDISPENSABILI HUB</td><td colspan="4">- Sistemi nuovi e di ultima generazione
- Tecnologia in chemiluminescenza o fluoroimmunoenzimatico
- Calibrazioni contro standard internazionale WHO 75/502
- Espressione dei risultati in KU/L
- Cadenza analitica rapportata ai carichi di lavoro
- Disponibilità di allergeni molecolari e ricombinanti
- Reagenti pronti all'uso
- Identificazione dei campioni mediante barcode o altro</td></tr>
</table>

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	TERMO-FISHER
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	20	1.1	Valutazione del progetto nel contesto organizzativo del settore diagnostico in riferimento a quanto riportato negli obiettivi organizzativi Sarà assegnato maggior punteggio al progetto più rispondente agli obiettivi organizzativi dichiarati (relazionare)	5			La soluzione proposta risponde in modo ottimale a tutti gli obiettivi organizzativi dichiarati 5
			1.2	Livello di automazione del sistema che limiti al massimo le attività manuali e ottimizzi le risorse umane necessarie. Sarà assegnato maggior punteggio al sistema che preveda la maggiore automazione ed il minor numero di operatori necessari (relazionare)	5			La soluzione proposta richiede l'intervento di un solo operatore e per un limitatissimo periodo di tempo 4
			1.3	Semplificazione della gestione del campione con tracciabilità semplice e sicura in tutte le fasi. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che preveda l'utilizzo di sistemi che garantiscano la completa tracciabilità del campione durante il workflow e la massima semplificazione nella gestione dello stesso (relazionare)	5			La soluzione proposta permette di tracciare il campione dal caricamento della provetta fino all'emissione del risultato 5
			1.4	Capacità produttiva; sarà valutata la soluzione tecnologica che completi la routine nella giornata di picco nel		5		5

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

				più breve tempo possibile; minor tempo maggior punteggio				
2	TECNOLOGIA	13	2.1	Caricamento in continuo di campioni, reagenti e disposable senza interruzione flusso di lavoro)			4	4
			2.2	Modalità operative per la riduzione/eliminazione del carry–over e cross contamination tra i campioni ed i reagenti. Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione che preveda la completa eliminazione del carry–over e cross contamination tra i campioni ed i reagenti (relazionare)	5			La soluzione proposta utilizza puntali monouso per l'aspirazione del campione che riduce il rischio di *carry over* 4
			2.3	Ripetizione automatica campioni fuori range;			4	4
3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	30	3.1	Numero allergeni disponibili (maggior numero maggior punteggio)		4		4
			3.2	Caratteristiche dei reagenti (stabilità dei kit offerti, a confezione integra, aperta e on board) e del materiale di consumo. Maggiore stabilità on board maggior punteggio		4		4
			3.3	Tipologie di confezionamento degli allergeni e degli allergeni rari. (minor numero test maggior punteggio)		4		4
			3.4	Numero di allergeni molecolari disponibili (maggior numero maggior punteggio)		4		4
			3.5	Tipologia di standard utilizzato per la calibrazione delle IgE specifiche (relazionare)	4			International Reference Preparation (IRP 2° standard) 75/502 per le Immunoglobuline E umane dell'OMS e contro il più recente 3° standard

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

								internazionale WHO 11/234 (IRP) 4
			3.6	Linearità della curva standard per IgE totali; maggiore linearità maggior punteggio		5		5
			3.7	Numero di allergeni prodotti con tecnologia ricombinante (più allergeni più punteggio)		5		5
4	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	7	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.	5			3
			4.2	Piano di formazione	2			1.2
						Totale		**65.20**

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 17 – LABORATORI SPOKE D'URGENZA

1	OBIETTIVI SPOKE D'URGENZA	• Creazione di un'area diagnostica con la più elevata automazione possibile, che preveda la gestione degli esami d'urgenza grazie a postazioni multistrumentali POCT. • Qualità analitica confrontabile a quella del Laboratorio di riferimento. • Massima riduzione del TAT. • Massima riduzione della manualità. • Garantire la massima sicurezza per l'operatore. • Completa tracciabilità dei campioni dalla accettazione alla refertazione. • Ottimizzazione dei flussi operativi e delle risorse umane. • Validazione clinica da "Middleware" di settore con sistema esperto personalizzabile sulla base delle esigenze dell'operatore. • Collegamento in rete dei vari Presidi periferici per la visualizzazione e refertazione a distanza.
2	BASE D'ASTA	EURO 450.000/ANNO
3	PANNELLO ANALITI	Esami Chimica Clinica: GOT, GPT, Ceatinina, Urea, Bilirubina totale, Glucosio, Albumina, Amilasi, Sodio, Potassio, Calcio, CK, Proteina C Reattiva.
		Esame Emocromocitometrico: HB, PLT, RBC, MCV. HCT e WBC con formula almeno a 3 popolazioni
		Esami Immunometrici: Troponina, DDimeri, B-HCG,
		Esami per la Sepsi: Procalcitonina
		Esami Coagulativi: PT
		Esami Emogasanalitici: EGA, Elettroliti, Lattati, Ossimetria

4	CARICHI DI LAVORO		P.O. Putignano	P.O. Molfetta
		Chimica Clinica	6.250	6.250
		Emocromo	7.500	7.500
		Troponina	3.500	3.500
		DDimero	1.250	1.250
		B-HCG	500	500
		Procalcitonina	1.750	1.750

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

		PT	1.250	1.250
		Emogasanalisi	3.500	3.500
5	MODALITA' OPERATIVE	Frequenza sedute: h24-365gg		
6	WORK FLOW	P.O. Putignano	h24/24	
		P.O. Molfetta	h24/24	
7	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI SPOKE D'URGENZA	• Fornitura di Sistema diagnostico, composto da più analizzatori automatici, nuovi di fabbrica e di ultima generazione, in grado di eseguire i test elencati al punto 3. • Utilizzo di sangue intero. • Sistema di calibrazione in totale automazione. • Riconoscimento positivo del campione mediante lettore di codice a barre. Middleware di settore.		

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	EOS	DE MORI	ACS
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	10	1.1	Valutazione dei sistemi offerti nel contesto organizzativo del settore diagnostico in riferimento a quanto riportato negli obiettivi organizzativi Sarà assegnato maggior punteggio al progetto più rispondente agli obiettivi organizzativi con particolare riferimento alla qualità analitica e alla riduzione del TAT. (relazionare)	2			La soluzione proposta risulta ottimale per i tempi di refertazione; non utilizza miscelazione automatica, non tutte le strumentazioni utilizzano provetta tappata; 1.6	La soluzione proposta risulta ottimale per le seguenti caratteristiche: tutti i test sono eseguiti su sangue intero; massima sicurezza per gli operatori, standardizzazione delle procedure di miscelazione della provetta; tempi di refertazione nel complesso nella media. 2	La soluzione proposta risulta sufficiente per i tempi di refertazione; non utilizza miscelazione automatica, non tutte le strumentazioni utilizzano provetta tappata 1.2
			1.2	Semplificazione della gestione del campione con tracciabilità semplice e sicura in tutte le fasi Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che garantisca la completa tracciabilità del campione in tutto il workflow e la massima semplificazione della gestione dello stesso.	1			Viene garantita la completa tracciabilità in tutte le fasi del work flow 1	Viene garantita la completa tracciabilità in tutte le fasi del work flow 1	Viene garantita la completa tracciabilità in tutte le fasi del work flow 1

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				(relazionare)						
			1.3	Middleware: tecnologia "web based"			2	2	2	2
			1.4	Controllo da remoto ed in tempo reale del maggior numero di analizzatori POCT oggetto della fornitura indipendentemente dalla presenza di un operatore nel sito di produzione dei test.			2	2	2	2
			1.5	Gestione centralizzata degli operatori con modulo di formazione e gestione delle competenze			2	2	2	2
			1.6	Middleware: certificazione CE-IVD			1	1	1	1
				TECNOLOGIA CHIMICA CLINICA						
2	TECNOLOGIA	50	2.1	Livello di sicurezza per l'operatore con particolare riguardo alla minimizzazione del rischio biologico derivante da manipolazione del campione e dei materiali di scarto solidi/liquidi Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica a minor rischio biologico per l'operatore durante la	3		1.2	La soluzione proposta prevede la manipolazione di provetta aperta	La sicurezza dell'operatore viene maggiormente garantita dalla manipolazione della provetta tappata 3	La soluzione proposta prevede la manipolazione di provetta aperta 1.2

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				manipolazione del campione. (relazionare)						
			2.2	Completa standardizzazione di tutte le fasi operative Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica con la più completa standardizzazione di tutte le fasi analitiche. (Relazionare)	3			3	3	3
			2.3	Semplicità d'uso in tutte le fasi dal campionamento fino al referto. Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica con maggiore semplicità d'uso in tutte le fasi del workflow (relazionare)	2			La soluzione proposta prevede diversi passaggi manuali dell'operatore dovuti alla necessità di caricare più tipologie di test singoli sullo strumento 0.8	La soluzione proposta presenta una eccellente semplicità d'uso 2	La soluzione proposta prevede l'utilizzo di più tipologie di rotori per il completamento del pannello analitico richiesto 0.8
				TECNOLOGIA EMOCROMO						
			2.4	Livello di sicurezza per l'operatore con particolare riguardo alla minimizzazione del rischio biologico derivante da manipolazione del campione e dei materiali	3			Massimo livello di sicurezza 3	Massimo livello di sicurezza 3	Massimo livello di sicurezza 3

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				di scarto solidi/liquidi Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica a minor rischio biologico per l'operatore durante la manipolazione del campione. (relazionare)						
			2.5	Modalità multipla di introduzione del campione (tubo aperto, sangue prediluito, cap-piercing e capillare)			3	Si 3	Si 3	Si 3
			2.6	Effettuazione dei parametri: WBC, RBC, PLT, HGB, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV + screening della formula a 3 popolazioni (16 parametri)			1	Si 1	Si 1	Si 1
			2.7	Completa standardizzazione di tutte le fasi operative Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica con la più completa standardizzazione di tutte le fasi analitiche. (Relazionare)	3			La soluzione proposta risulta adeguata per la standardizzazzione dell'esecuzione del test	La soluzione proposta risulta eccellente per la standardizzazzione dell'esecuzione del test e per la presenza di un sistema standardizzato di miscelazione del campione	La soluzione proposta risulta adeguata per la standardizzazzione dell'esecuzione del test

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

								1.8	3	1.8
			2.8	Semplicità d'uso in tutte le fasi dal campionamento fino al referto. Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica con maggiore semplicità d'uso in tutte le fasi del workflow (Relazionare)	2			La soluzione proposta risulta ottimale 1.8	La soluzione proposta risulta ottimale 1.8	La soluzione proposta risulta ottimale 1.8
				TECNOLOGIA IMMUNOMETRIA						
			2.9	Livello di sicurezza per l'operatore con particolare riguardo alla minimizzazione del rischio biologico derivante da manipolazione del campione e dei materiali di scarto solidi/liquidi Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica a minor rischio biologico per l'operatore durante la manipolazione del campione. (relazionare)	3			Utilizzo di provetta aperta con campionamento manuale 1.2	Massimo livello di sicurezza raggiunto con l'utilizzo di provetta tappata 3	Utilizzo di provetta aperta con campionamento manuale 1.2
			2.10	Caricamento in continuo con possibilità di eseguire urgenze contemporaneamente			2	2	2	0

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

				ad altri esami in corso						
			2.11	Possibilità di eseguire, sulla stessa piattaforma, tutti i test immunometrici richiesti: Troponina, DDimeri, B-HCG, Procalcitonina.			2	2	2	2
			2.12	Completa standardizzazione di tutte le fasi operative Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica con la più completa standardizzazione di tutte le fasi analitiche. (Relazionare)	3			Il campionamento manuale non consente una piena standardizzazione delle fasi analitiche 2.1	Completa standardizzazione di tutte le fasi operative derivanti dal campionamento automatico 3	Il campionamento manuale non consente una piena standardizzazione delle fasi analitiche 2.1
			2.13	Semplicità d'uso in tutte le fasi dal campionamento fino al referto. Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica con maggiore semplicità d'uso in tutte le fasi del workflow (relazionare)	2			Il sistema proposto prevede il caricamento manuale dei reagenti, dei relativi chip e del campione. 1	Il sistema proposto risulta eccellente nella gestione di tutte le fasi del work flow. 2	Caricamento manuale di reagenti e campione 1.4
				TECNOLOGIA COAGULAZIONE						
			2.14	Livello di sicurezza per l'operatore con particolare riguardo alla minimizzazione del rischio biologico derivante da manipolazione del	3			Ottimo livello di sicurezza determinato dall'utilizzo di provetta tappata	Ottimo livello di sicurezza determinato dall'utilizzo di provetta tappata	Utilizzo di pungidito e/o provetta aperta con scarsa sicurezza per l'operatore

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

				campione e dei materiali di scarto solidi/liquidi Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica a minor rischio biologico per l'operatore durante la manipolazione del campione. (relazionare)				2.7	2.7	1.2
			2.15	Completa standardizzazione di tutte le fasi operative Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica con la più completa standardizzazione di tutte le fasi analitiche. (relazionare)	3			La soluzione proposta risponde in maniera eccellente a quanto richiesto 3	La soluzione proposta risponde in maniera eccellente a quanto richiesto 3	La tecnologia offerta si riferisce all'utilizzo di un "pungidito" pertanto non garantisce una ottimale standardizzazione 1.2
				TECNOLOGIA EGA						
			2.16	Livello di sicurezza per l'operatore con particolare riguardo alla minimizzazione del rischio biologico derivante da manipolazione del campione e dei materiali di scarto solidi/liquidi Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica a minor rischio biologico per	3			La sicurezza dell'operatore è garantita in modo ottimale	La sicurezza operatore viene garantita in modo eccellente con la fornitura aggiuntiva di siringhe safePICO.	La sicurezza dell'operatore è garantita in modo ottimale

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				l'operatore durante la manipolazione del campione. (relazionare)				2.7	3	2.7
			2.17	Unica cartuccia in fase operativa (reagenti, sensori, lavaggio, CQ, scarico)			3	Unica cartuccia 3	Due cartucce 0	Tre cartucce 0
			2.18	Esecuzione del test da siringa capillare provetta senza necessità di adattatore			2	Solo da provetta primaria 0	2	2
			2.19	Nessuna manutenzione ordinaria e straordinaria a qualsiasi titolo a carico dell' operatore			1	1	1	1
			2.20	Completa standardizzazione di tutte le fasi operative Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica con la più completa standardizzazione di tutte le fasi analitiche. (relazionare)	3			3	3	3
3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	5	3.1	Reagenti pronti all' uso			2	2	2	2
			3.2	CQI integrato			1	1	1	1
			3.3	Stabilità dei reagenti on-board Maggiore stabilità maggior punteggio		2		Nessun reagente a bordo ---pertanto non valutabile 0	36 gg media 2	28 gg dichiarati 1.55

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

4	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	5	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.	3			Sembra non esserci una SAT in regione. Lunghi i tempi di attesa per il materiale di consumo. Non rilevabile il supporto in teleassistenza 1.5	Mediamente buono il SAT che si trova direttamente a Bari 2.4	Migliori le tempistiche di gestione della manutenzione rispetto alle concorrenti. L'unico SAT dedicato alla commessi si trova tra Monopoli e la Basilicata 2.4
			4.2	Piano di formazione	2			Il numero di ore di formazione risulta inferiore a quello delle concorrenti. Non dettagliati i contenuti della formazione da erogare 1.2	Dettagliata e corposa la formazione proposta dalla ditta, sia in numero di ore di formazione da erogare e qualifica dei formatori 2	Non ben dettagliati i contenuti della formazione e poco chiara la qualifica dei formatori 1.4
						Totale		**54.60**	**65.90**	**50.95**

Allegato n.ro 7) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

ALL. 8

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 25/03/2022

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 09:30 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio – in Bari, Lungomare Starita n.6, 2° piano – si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice (Commissione B – Area Sangue), nominata e costituita con Deliberazione del Direttore Generale n.1542 del 02/09/2021, per proseguire nelle operazioni della gara richiamata in oggetto, concernenti gli esiti della valutazione tecnico-qualitativa e l'apertura delle offerte economiche, costituendo Seggio di Gara come di seguito riportato:

- Ing. Angelo Maiano – Dirigente Responsabile UOS Manutenzione Elettromedicali ASL BA (Presidente Commissione Giudicatrice)
- Dott. Leonardo Sardella - Direttore UOSV Medicina Trasfusionale ASL BA (Commissario)
- Dott.ssa Felicia Anna Spadavecchia - Direttore UOSVD Patologia Clinica ASL BT (Commissario)
- Dott. Vincenzo Napoliello – Dirigente Responsabile UOS Acquisizione Servizi ASL BA (Presidente Seggio)
- Dott.ssa Emanuela Nisio – Collaboratore Amministrativo Professionale ASL BA - Testimone e segretario verbalizzante
- Sig.ra Giovanna Amoruso – Assistente Amministrativo ASL BA - Testimone

Preliminarmente, il Presidente del Seggio di gara dà atto

- che la presente seduta si terrà in modalità virtuale, tramite piattaforma Webex, come previsto dal Disciplinare di gara, nel rispetto della vigente normativa in tema di distanziamento sociale;
- che i competenti Uffici hanno comunicato a tutti i concorrenti interessati, tramite il portale Empulia, l'indirizzo di collegamento per poter partecipare alla seduta pubblica
- che hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: A.Menarini Diagnostics s.r.l., Abbott s.r.l., Alifax s.r.l., Beckman Coulter s.r.l., Bio- Rad Laboratories, Dasit s.p.a. Diesse Diagnostica Senese, Instrumentation Laboratory s.p.a. Medical Systems s.p.a. Roche Diagnostics s.p.a., Sebia Italia s.r.l., Siemens Healtcare s.r.l., The Binding Site Italia Tosoh Bioscience s.r.l.
- che, nella presente seduta, si procederà alla lettura del prospetto riepilogativo contenente gli esiti delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione Giudicatrice, ossia la motivazione sintetica e relativo punteggio attribuiti, per singolo criterio, alle offerte presentate dai concorrenti ammessi ai lotti n. 4,5,6,7,8, e 16, come da documentazione trasmessa all'Area Gestione Patrimonio in data 16/03/2022; terminata tale fase, il Seggio di Gara procederà con l'apertura delle offerte economiche
- che, per ragioni di economia procedimentale, si è proceduto, prima di dare inizio alla presente seduta, alle operazioni di mero inserimento dei suddetti punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice nell'apposita sezione della piattaforma telematica Empulia

Si procede, quindi, con la lettura del predetto prospetto riepilogativo, qui allegato quale parte integrante e sostanziale, contenente le motivazioni ed i punteggi assegnati, per singolo criterio di valutazione, nonché il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascun concorrente ammesso ai citati Lotti, come di seguito riportato:

Lotto 4 – Ematologia

Ditta Dasit s.p.a..	punteggio totale **63,70**
Ditta Beckman Coulter s.r.l..	punteggio totale **61,82**
Ditta Medical Systems s.p.a..	punteggio totale **62,36**

Ditta Abbott s.r.l. punteggio totale **51,22**

Lotto 5 – V.E.S.
Ditta Diesse Diagnostica Senese punteggio totale **58,10**
Ditta Alifax s.r.l. punteggio totale **66,60**

Lotto 6 Coagulazione
Il Presiedente del Seggio, preliminarmente, dà atto che con riferimento alle ditte **Roche Diagnostics s.p.a.** e **Stago Italia s.r.l.**, come da verbale datato 13/12/2021 (che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato), già notificato alle ditte in data 13/12/2021 tramite il portale Empulia (P.I. 328212-21 e P.I. 328216-21 Protocollo EmPulia), la Commissione Giudicatrice ha dichiarato le relative offerte non ammissibili per le motivazioni ivi riportate.
Con ordinanza n.46 del 26/01/2022, il TAR Puglia – Bari ha rigettato l'istanza cautelare richiesta nell'ambito del ricorso promosso dalla ditta Stago Italia s.r.l. avverso la sua esclusione dal procedimento di gara
La S.A. pertanto, alla luce di tale ordinanza, procede alla lettura dei punteggi tecnico-qualitativi ed alla successiva apertura delle offerte economiche:
Ditta Dasit s.p.a. punteggio totale **65,10**
Ditta Instrumentation Laboratory s.p.a. punteggio totale **64,50**
Ditta Siemens Healtcare s.r.l.. punteggio totale **62,60**

A questo punto, il sig. Massimo De Padova, in qualità di procuratore della ditta Instrumentation Laboratory s.p.a. (giusta procura conferita in data 10/02/2021), evidenzia che le modalità di attribuzione del punteggio di cui al punto 1.3 (criterio quantitativo) *"Capacità produttiva: sarà valutata la soluzione tecnologica che completi la routine nella giornata di picco nel più breve tempo possibile; minor tempo maggior punteggio"* - punteggio massimo attribuibile 4) non appaiono in linea con quanto formalmente chiarito dalla S.A.; in merito, il Presidente del Seggio invita la ditta a puntualizzare la propria generica osservazione tramite nota pec, che sarà trasmessa alla Commissione per gli approfondimenti del caso.

Lotto 7 - Protidologia
Sebia Italia s.r.l.. punteggio totale **68,61**
Medical Systems s.p.a.. punteggio totale **59,60**

Lotto 8- Emoglobina Glicosilata e Patologiche
Ditta Bio- Rad Laboratories punteggio totale **66,99**
Ditta Tosoh Bioscience s.r.l. punteggio totale **51,96**
Ditta A.Menarini Diagnostics s.r.l. punteggio totale **52,75**

Lotto 16 Proteine Speciali
Ditta The Binding Site Italia punteggio totale **69,20**
Ditta a. Siemens Healtcare s.r.l.. punteggio totale **59,98**

Tutte le ditte ammesse hanno ottenuto un punteggio di qualità superiore alla soglia minima di 42 punti prevista negli atti di gara e, pertanto, vengono ammesse alla fase successiva dell'apertura delle buste economiche, previa riparametrazione effettuata in automatico dalla piattaforma
Il Presidente, non essendo state sollevate dalle ditte presenti altre obiezioni in merito agli esiti della valutazione tecnico-qualitativa, procede per singolo Lotto alla verifica della documentazione

economica ed alla lettura delle quotazioni offerte ed inserite nello spazio telematico "Valore Offerto", quale elemento di valutazione e comparazione economica, come sotto riportato:

Lotto 4 – Ematologia

Ditta Dasit s.p.a..	offerta economica €	**1.999.999,60**
Ditta Beckman Coulter s.r.l..	offerta economica €	**2.743.075,20**
Ditta Medical Systems s.p.a..	offerta economica €	**1.619.202,40**
Ditta Abbott s.r.l.	offerta economica €	**2.245.000,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Dasit s.p.a	63,7	70,00	€ 1.999,999,60	24,29	94,29
Beckman Coulter s.r.l.	61,82	67,93	€ 2.743.075,20	17,71	85,64
Medical Systems s.p.a.	62,36	68,53	€ 1.619.202,40	30,00	98,53
Abbott s.r.l.	51,22	56,29	€ 2.245.000,00	21,64	77,93

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta Medical Systems s.p.a.

Lotto 5 – V.E.S.

Ditta Diesse Diagnostica Senese	offerta economica €	**467.500,00**
Ditta Alifax s.r.l.	offerta economica €	**265.045,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Diesse Diagnostica Senese	58,10	61,07	€ 467.500,00	17,01	78,08
Alifax s.r.l.	66,60	70,00	€ 265.045,00	30,00	100,00

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta Alifax s.r.l.

Lotto 6 - Coagulazione

Ditta Dasit s.p.a.	offerta economica €	**1.599.999,60**
Ditta Instrumentation Laboratory s.p.a.	offerta economica €	**2.178.900,00**
Ditta Siemens Healtcare s.r.l..	offerta economica €	**2.213.616,50**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Dasit s.p.a.	65,10	70,00	€ 1.599.999,60	30,00	100,00
Instrumentation Labotayory s.p.a.	64,50	69,35	€ 2.178.900,00	22,03	91,38
Siemens Healtcare s.r.l.	62,60	67,31	€ 2.213.616,50	21,68	88,99

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta Dasit s.p.a

Lotto 7 - Protidologia

Sebia Italia s.r.l.. offerta economica **€ 1.044.000,00**

Medical Systems s.p.a.. offerta economica **€ 699.569,20**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Sebia Italia s.r.l.	68,61	70,00	€ 1.044.000,00	20,10	90,10
Medical Systems s.p.a.	59,60	60,81	€ 699.569,20	30,00	90,81

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta Medical Systems s.p.a., precisando che verrà, comunque, attivata la verifica di congruità sull'offerta della ditta prima graduata

Lotto 8- Emoglobina Glicosilata e Patologiche

Ditta Bio- Rad Laboratories offerta economica **€ 697.490,00**

Ditta Tosoh Bioscience s.r.l. offerta economica **€ 499.000,00**

Ditta A.Menarini Diagnostics s.r.l. offerta economica **€ 575.185,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Bio Rad Laboratories	66,99	70 00	€ 697.490,00	21,46	91,46
Tosoh Bioscience s.r.l.	51,96	54,29	€ 499.000,00	30,00	84,29
A. Menarini Diagnostics s.r.l.	52,75	55,12	€ 575.185,00	26,03	81,15

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta Bio- Rad Laboratories

Lotto 16 Proteine Speciali
Ditta The Binding Site Italia offerta economica **€ 257.238,93**
Ditta a. Siemens Healtcare s.r.l.. offerta economica **€ 250.233,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
The Binding Site Italia .	69,20	70,00	€ 257.238,93	29,18	99,18
Siemens Healtcare s.r.l	59,98	60,67	€ 250.233,00	30,00	90,67

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta The Binding Site Italia

Alle ore 12:30 si conclude la seduta, evidenziando che tutte le comunicazioni/convocazioni avverranno esclusivamente tramite piattaforma EmPulia e rinviando al RUP per gli adempimenti di legge concernenti la verifica dell'anomalia ex art, 97, co. 2 e co. 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., segnalata automaticamente dalla stessa piattaforma.
Del ché viene redatto il presente verbale, composto da n. 5 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

f.to Vincenzo Napoliello

f.to Angelo Maiano

f.to Emanuela Nisio

f.to Leonardo Sardella

f.to Giovanna Amoruso

f.to Felicia Anna Spadavecchia

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 4 – EMATOLOGIA

1	OBIETTIVI HUB	• Creazione di un'area sangue con la più elevata automazione possibile che preveda la gestione, in routine ed in urgenza, dell'esame emocromocitometrico; • Completa tracciabilità dei campioni, dalla accettazione alla archiviazione • Gestione dei campioni ematologici che richiedono ulteriori esami (VES/Glicate) con utilizzo della stessa provetta; • Ottimizzazione dei flussi operativi e delle risorse umane; • Sistema automatizzato per la lettura e la digitalizzazione del vetrino ematologico; • Validazione clinica da "Middleware" di settore con sistema esperto personalizzabile sulla base delle esigenze dell'operatore; • Collegamento in rete dei vari Presidi periferici per la visualizzazione e refertazione a distanza; • Refertazione dei campioni entro 3 ore			
2	BASE D'ASTA	EURO 850.000/ANNO			
3	PANNELLO ANALITI	- Emocromo con formula - Eritroblasti - Reticolociti - Strisci e colorazione vetrini - Liquidi Biologici			
4	CARICHI DI LAVORO ANNO	P.O. Di Venere: 300.000 Emocromi con formula ed Eritroblasti, 11.000 Reticoliciti, 4.000 Liquidi Biologici, 10.000 Strisci e colorazione vetrini			
		P.O. San Paolo: 70.000 Emocromi con formula ed Eritroblasti, 1.000 Reticoliciti			
		P.O. Altamura: 70.000 Emocromi con formula ed Eritroblasti, 1.000 Reticoliciti			
		P.O: Corato: 30.000 Emocromi con formula ed Eritroblasti, 500 Reticoliciti			
		P.O. Monopoli: 70.000 Emocromi con formula ed Eritroblasti, 1.000 Reticoliciti			
5	MODALITA' OPERATIVE	Frequenza sedute: h24-365gg Frequenza CQI per tutti i parametri oggetto di gara: 3 livelli x 1 volta al giorno x 365gg per tutti gli analizzatori offerti			
6	WORKFLOW NELLA		ORE 9.30	ORE 11.30	ORE 14.30

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

	GIORNATA DI PICCO	P.O. Di Venere:	100 Emocromi	900 Emocromi	100 Emocromi
		P.O. San Paolo:	30 Emocromi	300 Emocromi	20 Emocromi
		P.O. Altamura:	30 Emocromi	300 Emocromi	20 Emocromi
		P.O: Corato:	20 Emocromi	150 Emocromi	10 Emocromi
		P.O. Monopoli:	30 Emocromi	300 Emocromi	20 Emocromi
7	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI HUB	Fornitura di un Sistema, dotato della più elevata automazione possibile, che deve: • avere una produttività adeguata a soddisfare il TAT max richiesto secondo il flusso dei campioni nella giornata di picco; • prevedere il caricamento in continuo dei campioni; • eseguire reflex e rerun test in completa automazione in base a regole predefinite dagli utilizzatori; • preparare i vetrini etichettati con barcode e gestire anche quelli preparati manualmente; • prevedere la digitalizzazione, la pre-classificazione automatizzata delle cellule da vetrino ematologico; • prevedere il sorting per altri settori (VES, Emoglobina Glicata); • essere gestito da un Middleware di settore con sistema di validazione. Il middleware dovrà essere dotato di almeno quattro postazioni di lavoro			
8	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI SPOKE	Fornitura di un Sistema, costituito da 2 analizzatori, che deve: • avere una produttività adeguata a soddisfare il TAT max richiesto secondo il flusso dei campioni nella giornata di picco; • prevedere il caricamento in continuo dei campioni; • utilizzare gli stessi reagenti e la medesima tecnologia per consentire l'allineamento dei magazzini, delle metodiche e dei valori di riferimento • essere gestito da un Middleware di settore con sistema di validazione. Il middleware dovrà essere dotato di almeno tre postazioni di lavoro			

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	DASIT	BECKMAN	MEDICAL SYSTEM	ABBOTT
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	27	1.1	Livello di automazione proposto che preveda il miglioramento del TAT dichiarato negli obiettivi; minor tempo maggior punteggio		9		135 min per 900 campioni durante il picco 6	135 min per 900 campioni durante il picco 6	90 min per 900 campioni durante il picco 9	113.4 min per 900 campioni durante il picco 7.14
			1.2	Completa tracciabilità dei campioni, dalla accettazione alla archiviazione compreso il sorter di quelli che richiedono ulteriori esami (VES/Glicate); Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che garantisca la completa tracciabilità del campione in tutto il workflow (relazionare)	5			La soluzione proposta dalla ditta soddisfa in modo ottimale il requisito richiesto grazie anche al completo livello di automazione proposto che comprende anche la lettura automatica del vetrino, senza ulteriore intervento manuale. 5	La soluzione proposta dalla ditta soddisfa in modo ottimale il requisito richiesto grazie anche al completo livello di automazione proposto 4.5	La soluzione proposta dalla ditta soddisfa in modo ottimale il requisito richiesto grazie anche al completo livello di automazione proposto 4.5	La soluzione proposta dalla ditta soddisfa in modo ottimale il requisito richiesto grazie anche al completo livello di automazione proposto 4.5
			1.3	Descrizione dei flussi operativi necessari sulla base della soluzione tecnologica proposta; sarà assegnato maggior	5			La soluzione proposta soddisfa pienamente il requisito richiesto	La soluzione proposta soddisfa pienamente il requisito richiesto	La soluzione proposta richiede l'intervento del personale in più fasi del processo analitico (gestione dei vetrini,	La soluzione proposta richiede l'intervento del personale in più fasi del processo analitico

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				punteggio al progetto che preveda il miglior livello di automazione e che ottimizzi il work flow del settore con riduzione del FTE dell'operatore. (relazionare)				5	5	riposizionamento dei rack sulla preanalitica per esecuzione sorter) 4	(caricamento degli strumenti, gestione dei vetrini, riposizionamento dei rack sulla preanalitica per esecuzione sorter) 3
			1.4	Gestione del re-run per emocromo, reticolociti e vetrini; sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione in pieno automatismo (relazionare)	3			La soluzione proposta soddisfa pienamente il requisito richiesto maggiormente garantita dalla presenza automatizzata della lettura dei vetrini 3	La soluzione proposta soddisfa pienamente il requisito richiesto ad eccezione dell'automatismo della lettura dei vetrini 2.7	La soluzione proposta soddisfa pienamente il requisito richiesto ad eccezione dell'automatismo della lettura dei vetrini 2.7	La soluzione proposta risulta sufficiente in quanto il re run è gestito esclusivamente solo sulle provette ancora presenti nel sistema 1.8
			1.5	Middleware di settore: saranno valutate le funzionalità del sistema esperto, il grado di personalizzazioni in base alle esigenze dell'operatore, il	5			La soluzione proposta risulta essere nella sua interezza pienamente soddisfacente 5	La soluzione proposta risulta essere nella sua interezza pienamente soddisfacente 5	La soluzione proposta risulta essere nella sua interezza pienamente soddisfacente 5	La soluzione proposta risulta essere nella sua interezza pienamente soddisfacente 5

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				collegamento in rete con i vari Presidi periferici per la validazione a distanza da parte dell'HUB (relazionare)							
2	TECNOLOGIA Indici Eritrocitari e Reticolocitari	8	2.1	Alterazione delle dimensioni: saranno valutati i parametri proposti, eventuali certificazioni , studi di validazione pubblicati su riviste scientifiche di settore.	2			Tutta la documentazione fornita dalla ditta risulta completa ed esaustiva. Ottime le certificazioni prodotte 2	I parametri proposti e le certificazioni prodotte anche ausiliarie per ricerca risultano essere buoni 1.6	I parametri proposti e le pubblicazioni prodotte risultano essere buoni 1.6	I parametri proposti risultano sufficienti rispetto alle richieste 1.2
			2.2	Alterazione di cromia: saranno valutati i parametri proposti, eventuali certificazioni , studi di validazione pubblicati su riviste scientifiche di settore.	2			Tutta la documentazione fornita dalla ditta risulta completa ed esaustiva. Ottime le certificazioni prodotte 2	I parametri proposti e le certificazioni prodotte anche ausiliarie per ricerca risultano essere buoni 1.6	I parametri proposti e le pubblicazioni prodotte risultano essere buoni 1.6	I parametri proposti risultano sufficienti rispetto alle richieste 1.2
			2.3	Frazioni maturative reticolocitarie: saranno valutati i	2			Tutta la documentazione fornita dalla ditta risulta completa ed esaustiva. Ottime	Tutta la documentazione fornita dalla ditta risulta completa ed esaustiva. Ottime	Tutta la documentazione fornita dalla ditta risulta completa ed esaustiva. Ottime	I parametri proposti risultano sufficienti rispetto alle

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				parametri proposti, eventuali certificazioni, studi di validazione pubblicati su riviste scientifiche di settore.				le certificazioni prodotte 2	le certificazioni prodotte 2	le pubblicazioni prodotte 2	richieste 1.2
			2.4	Emoglobina Reticolocitaria: saranno valutati i parametri proposti, eventuali certificazioni, studi di validazione pubblicati su riviste scientifiche di settore.	2			Tutta la documentazione fornita dalla ditta risulta completa ed esaustiva. Ottime le certificazioni prodotte 2	I parametri proposti risultano sufficienti rispetto alle richieste. Non presenti certificazioni ma buona la bibliografia 1.4	Tutta la documentazione fornita dalla ditta risulta completa ed esaustiva. Ottime le certificazioni prodotte 2	I parametri proposti risultano appena sufficienti rispetto alle richieste. Minima la dotazione di pubblicazione a supporto 1
3	TECNOLOGIA Piastrine	6	3.1	Conteggio delle piastrine: saranno prese in considerazione la tecnologia utilizzata (relazionare)	2			Ottico, impedenziometrico ed in citofluorimetria 2	Ottico ed impedenziometrico con sistema Sweepf l ow 2	Ottico, impedenziometrico ed in fluorimetria 2	Lettura ottica 1.2
			3.2	Frazione immatura delle piastrine: sarà valutato il parametro	2			Tutta la documentazione fornita dalla ditta risulta completa ed esaustiva.	Tutta la documentazione fornita dalla ditta risulta completa ed esaustiva.	Tutta la documentazione fornita dalla ditta risulta completa ed esaustiva.	Tutta la documentazione fornita dalla ditta risulta completa ed esaustiva.

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				proposto, eventuali certificazioni, studi di validazione pubblicati su riviste scientifiche di settore				2	2	2	2
			3.3	Linearità di conteggio delle piastrine nella determinazione dei campioni con piastrinosi senza necessità di reflex test . Massima linearità a valori alti maggior punteggio		2		0 - 5000 x 10^3/ µl 1.85	3000 x10^3/µl 1.11	0-5000 X(10^3/µL) 1.85	0,92 – 5400 x 10^3 µL 2
4	TECNOLOGIA Parametri Leucoticari	9	4.1	Determinazione della formula leucocitaria: saranno valutati i parametri proposti, gli eventuali parametri di approfondimento, eventuali certificazioni, studi di validazione pubblicati su riviste scientifiche di settore	2			Tutti i parametri sono correttamente certificati ed ampia e consistente la letteratura e le pubblicazioni a supporto delle validazioni 2	Tutti i parametri sono correttamente certificati ed ampia e consistente la letteratura e le pubblicazioni a supporto delle validazioni 2	Buona la bibliografia presentata a supporto della validazione dei parametri offerti 1.4	Nessun riferimento a certificazioni e/o pubblicazioni 1
			4.2	Granulociti Immaturi:	2			Il parametro è certificato CE come	Nell'offerta della ditta non si fa	Il parametro è certificato CE come	Nessun riferimento a

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				saranno valutati i parametri proposti, eventuali certificazioni, studi di validazione pubblicati su riviste scientifiche di settore				dimostrato nel fascicolo presentato in sede di approvazione CE IVD che forniamo allegato alla documentazione di gara. Ottime le pubblicazioni prodotte 2	riferimento a certificazioni e pubblicazioni di validazioni ma solo a letteratura di settore 1.2	dimostrato nel fascicolo presentato in sede di approvazione CE IVD che forniamo allegato alla documentazione di gara. Ottime le pubblicazioni prodotte 2	certificazioni e/o pubblicazioni di validazione 0.6
			4.3	Parametri e/o indici ematologici utili alla valutazione della sepsi: saranno valutati i parametri proposti, eventuali certificazioni, studi di validazione pubblicati su riviste scientifiche di settore	3			Presenza di certificazioni di parametri non espressamente specifici per la sepsi con assenza di pubblicazioni a comprova di validazioni, ma solo letteratura scientifica che comprova l'utilità diagnostica di tali parametri 1.8	Tutti i parametri sono correttamente certificati ed ampia e consistente la letteratura e le pubblicazioni a supporto delle validazioni 3	Non vi è traccia di certificazioni e/o pubblicazioni a supporto delle validazioni richieste. Solo riferimenti a letteratura di settore 1.5	Nessun riferimento a certificazioni e/o pubblicazioni di validazione 0.9
			4.4	Identificazione cellule patologiche (Blasti, Linfociti Neoplastici)			2	L'offerta risponde ai requisiti di gara 2	L'offerta risponde ai requisiti di gara 2	L'offerta risponde ai requisiti di gara 2	L'offerta risponde ai requisiti di gara 2
5	TECNOLOGIA Liquidi Biologici	4	5.1	Disponibilità del conteggio dei WBC e della loro	2			L'offerta risponde correttamente ai requisiti richiesti	L'offerta risponde correttamente ai requisiti richiesti	L'offerta risponde correttamente ai requisiti richiesti	Nessun riferimento a certificazioni e/o pubblicazioni di

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				differenziazione in Mononucleati e Polimorfonucleati: saranno valutate eventuali certificazioni, studi di validazione pubblicati su riviste scientifiche di settore. (relazionare)				2	2	2	validazione. Nessun riferimento a differenziazioni 0.6
			5.2	Disponibilità del conteggio delle cellule nucleate totali: saranno valutate eventuali certificazioni, studi di validazione pubblicati su riviste scientifiche di settore. (relazionare)	2			L'offerta risponde correttamente ai requisiti richiesti 2	L'offerta risponde correttamente ai requisiti richiesti 2	L'offerta risponde correttamente ai requisiti richiesti 2	Nessun riferimento a certificazioni e/o pubblicazioni di validazione. Nessun riferimento a differenziazioni 0.6
6	TECNOLOGIA	1	6.1	Volume di aspirazione; minor volume maggior punteggio		1		88 ul 1	165 µL 0.53	190 µl 0.46	100 µl 0.88
			7.1	Facilità per gli operatori nella	6			12 reagenti a temperatura ambiente, disponibilità di un	Solo 5 reagenti a temperatura ambiente; Ottima la descrizione della	Sono presente 9 reagenti tutti da conservare a temperatura	Sono presenti 8 reagenti, di cui uno a temperatura

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

7	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	10		gestione del settore. In particolare: conservazione, tracciabilità ,semplicità di carico, ingombro e gestione del magazzino				sistema automatico di produzione del diluente 5.4	tracciabilità e del magazzino 6	ambiente. 4.8	controllata; Gestione RFID del magazzino; 4.8
			7.2	Modalità di esecuzione dello striscio periferico (relazionare)	2			La soluzione proposte soddisfa correttamente i requisiti richiesti 2	La soluzione proposte soddisfa correttamente i requisiti richiesti 2	La soluzione proposte soddisfa correttamente i requisiti richiesti 2	La soluzione proposte soddisfa correttamente i requisiti richiesti 2
			7.3	Volume dei reflui di scarico nel profilo CBC + DIFF per singolo emocromo; minor volume maggior punteggio		2		36,3 mL 1.95	60 ml/emocromo 1.18	36mL (valore medio calcolato) 1.95	35,42 mL 2
8	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	5	8.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e	3			Discreto il servizio operativo di assistenza tecnica per numero di tecnici (3) a disposizione , tempo di intervento e di attesa ricambi. Buono il supporto remoto e scientifico	Ottimo il servizio operativo di assistenza tecnica per numero di tecnici (6) a disposizione , tempo di intervento e di attesa ricambi. Ottimo il supporto remoto e scientifico	Buono il servizio operativo di assistenza tecnica per numero di tecnici (6) a disposizione , tempo di intervento e leggermente più lunghi rispetto alle concorrenti i tempi attesa ricambi. Nessun particolare rilievo per il	Ottimo il servizio operativo di assistenza tecnica per numero di tecnici (6) a disposizione , tempo di intervento e di attesa ricambi. Ottimo il supporto remoto e scientifico

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				metodologico e le tempistiche garantite di intervento.				2.1	3	supporto metodologico 2.4	3
			8.2	Piano di formazione	2			Adeguata la formazione proposta 1.6	Elevato il numero di ore di formazione da erogare e numero di formatori rispetto alle concorrenti 2	Adeguata la formazione proposta 1.6	Adeguata la formazione proposta 1.6
					Totale			**63.70**	**61.82**	**62.36**	**51.22**

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

LOTTO 6 - COAGULAZIONE

1	OBIETTIVI HUB & SPOKE	• Creazione di un'area plasma, con la più elevata automazione possibile, che preveda la gestione, in routine ed in urgenza, degli esami emocoaugulativi. • Completa tracciabilità dei campioni, dalla accettazione alla archiviazione. • Ottimizzazione dei flussi operativi e delle risorse umane. • Validazione clinica da "Middleware" di settore con sistema esperto personalizzabile sulla base delle esigenze dell'operatore. • Collegamento in rete dei vari Presidi periferici per la visualizzazione e refertazione a distanza. • Refertazione dei campioni entro 1 ora (calcolata sul PT)
2	BASE D'ASTA	900.000 euro
3	PANNELLO ANALITI	- PT - aPTT - D_DIMERO -ANTITROMBINA III -FIBRINOGENO CLAUSS
4	CARICHI DI LAVORO	
5	MODALITA' OPERATIVE	Frequenza sedute: h24-365gg Frequenza CQI per tutti i parametri oggetto di gara: 2 livelli x 2 volta al giorno x 365gg per tutti gli analizzatori offerti.
6	WORKFLOW	

Test	Di Venere	S.Paolo	Monopoli	Altamura	Corato
PT	130000	30000	50000	70000	20000
aPTT	110000	25000	40000	40000	15000
D-DIMERO	20000	15000	15000	15000	10000
ANTITROMBINA III	15000	8000	8000	8000	3000
FIBRINOGENO CLAUSS	110000	25000	40000	40000	15000

	Ore 9.30	Ore 11.30	Ore 14.30

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

	NELLA GIORNATA DI PICCO	Ospedale Di Venere	100 PT	260 PT	100 PT
		Ospedale Altamura	50 PT	160 PT	50 PT
		Ospedale Corato	10 PT	70 PT	10 PT
		Ospedale Monopoli	20 PT	160 PT	20 PT
		Ospedale S.Paolo	10 PT	100 PT	10 PT
7	CARATTERISTICHE STRUMENTALI INDISPENSABILI HUB & SPOKE	**Fornitura di un Sistema, dotato della più elevata automazione possibile, che deve:** • Essere composto da 2 analizzatori uguali ciascuno dei quali deve avere una produttività adeguata a soddisfare il TAT max richiesto secondo il flusso dei campioni nella giornata di picco; • consentire l'esecuzione di test coagulativi, cromogenici e immunoturbidimetrici • prevedere il campionamento da tubi primari di varia dimensione o da coppetta di trasferimento; • essere dotato di cap piercing • eseguire reflex e rerun test in completa automazione in base a regole predefinite dagli utilizzatori; • caricamento in continuo e random dei campioni • essere gestito da un Middleware di settore con sistema di validazione automatico integrato in rete con tutti i Presidi della ASL.			
8	CARATTERISTICHE DEI REAGENTI INDISPENSABILI HUB & SPOKE	• PT: tromboplastina con ISI non superiore 1.10; metodo coagulativo • aPTT: reagente liquido e pronto all'uso costituito da fosfolipidi sintetici o da estrazione vegetale o da cefalina di coniglio; metodo coagulativo • D-DIMERO: metodo immunologico a lattice • Antitrombina III: metodo cromogenico di tipo funzionale basato sull'inibizione del fattore Xa o del fattore IIa • Fibrinogeno Clauss: dosaggio coagulativo di tipo funzionale con metodo Clauss e con concentrazione di trombina non inferiore a 100 UNIH/mL			

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	DASIT	IL	SIEMENS
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	35	1.1	Valutazione del progetto nel contesto organizzativo del settore diagnostico in riferimento a quanto riportato negli obiettivi organizzativi degli Hub e Spoke. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto più rispondente agli obiettivi organizzativi dichiarati (relazionare)	7			La soluzione proposta rispondi pienamente a quanto richiesto negli obbiettivi aziendali 7	La soluzione proposta rispondi pienamente a quanto richiesto negli obbiettivi aziendali 7	La soluzione proposta rispondi pienamente a quanto richiesto negli obbiettivi aziendali 7
			1.2	Uniformità tecnologica e strumentale dei sistemi offerti al fine di facilitare la formazione del personale e l' allineamento analitico.			4	4	4	4
			1.3	Capacità produttiva; sarà valutata la soluzione tecnologica che completi la routine nella giornata di picco nel più breve tempo possibile; minor tempo maggior punteggio		4		800 PT/ora (considerando 2 strumenti) 4	540 PT/ora (considerando 2 strumenti) 2.7	800 PT/ora (considerando 2 strumenti) 4
			1.4	Livello di automazione del sistema che limiti al massimo le attività manuali e ottimizzi le risorse umane necessarie.	6			La soluzione proposta garantisce il massimo livello di automazione richiesto,	La soluzione proposta garantisce un ottimo livello di automazione richiesto,	La soluzione proposta garantisce un ottimo livello di automazione richiesto, anche

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				Sarà assegnato maggior punteggio al sistema che preveda la maggiore automazione ed il minor numero di operatori necessari (relazionare)				avendo anche tutti i reagenti pronti all'uso. 6	anche se non tutti i reagenti sono pronti all'uso. 4.8	se non tutti i reagenti sono pronti all'uso. 4.8
			1.5	Semplificazione della gestione del campione con tracciabilità semplice e sicura in tutte le fasi. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che preveda l'utilizzo di sistemi che garantiscano la completa tracciabilità del campione durante il workflow e la massima semplificazione nella gestione dello stesso (relazionare)	6			La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 6	La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 6	La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 6
			1.6	Middleware di settore che consenta la validazione clinica in un Laboratorio in rete, integrando informazione cliniche, dati strumentali, risultati analitici e carte di controllo facilmente aggiornabili ed adattabili alle esigenze del personale. (relazionare)	8			La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 8	La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 8	La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 8

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

2	TECNOLOGIA	20	2.1	Caricamento in continuo di campioni, reagenti e disposable senza interruzione flusso di lavoro			3	La ditta dichiara che il caricamento dei campioni, dei reagenti e dei consumabili avviene in modo continuo senza interruzione del flusso di lavoro 3	La ditta dichiara che il caricamento dei campioni, dei reagenti e dei consumabili avviene in modo continuo senza interruzione del flusso di lavoro 3	La ditta dichiara che il caricamento dei campioni, dei reagenti e dei consumabili avviene in modo continuo senza interruzione del flusso di lavoro 3
			2.2	Sistema di controllo per anomalie del campione (Ittero, Emolisi, Lipemia) relazionare	3			La soluzione proposta dalla ditta risulta essere ottimale 3	La soluzione proposta dalla ditta risulta essere ottimale 3	La soluzione proposta dalla ditta risulta essere ottimale 3
			2.3	Livello di automazione nella gestione del cambio lotto relativo a Reagenti, Calibratori e Controlli Maggiore automazione, maggior punteggio		2		La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 2	La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 2	La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 2
			2.4	Segnalazione con allarme di anomalie nella processazione del campione come codice a barre non letto, programmazione assente, reagente assente o insufficiente per l' esame, calibrazione assente o			3	3	3	3

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				scaduta, controlli fuori range .						
			2.5	Identificazione tramite barcode all' introduzione del rack campioni e rack reagenti			2	2	2	2
			2.6	Visualizzazione, memorizzazione e stampa delle curve di formazione del coagulo quando si usa il canale coagulativo			2	2	2	2
			2.7	Possibilità di eseguire Re-Run automatico e test Reflex a "cascata" in automatico in base a regole prestabilite dall' operatore			2	2	2	2
			2.8	Gestione dei controlli di qualità in automatico con programmazione per intervalli di tempo e cambio flacone. (relazionare)	2			La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 2	La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 2	La soluzione proposta soddisfa pienamente le richieste della SA 2
			2.9	Capacità del sistema di mantenere la programmazione degli esami in caso di errore strumentale e di riprendere automaticamente il processo analitico alla risoluzione del problema.			1	1	1	1

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	10	3.1	Numero reagenti liquidi (4-5 reagenti liquidi, 3 reagenti liquidi, 2 reagenti liquidi, 1 reagente liquido)		2		Tutti liquidi 2	7 liquidi ed uno liofilo 2	2 liofili e 3 liquidi 1.5
			3.2	D-dimero con certificazione del cut-off clinico di esclusione embolia polmonare/trombosi venosa profonda			2	Assenza di certificazione CE – IVD 0	Assenza di certificazione CE – IVD 0	Assenza di certificazione CE – IVD 0
			3.3	Determinazione del D-dimero eseguibile in tempi rapidi con linearità del test su campione non diluito di almeno 7000 ng/ml			2	Linearità sino a 3500 ng/ml 0	Linearità sino a 7650 ng/ml 2	Linearità sino 4400 ng/mL 0
			3.4	D-dimero espresso in FEU			1	1	1	1
			3.5	Possibilità di eseguire il Fibrinogeno derivato da PT			1	1	1	1
			3.6	Stabilità a bordo dei reagenti	2			Sclavo PT-ReadyQuick: 5 giorni per singolo flacone, il kit è composto da 10 flaconi Sclavo APTT: 7 giorni per singolo flacone, il kit è composto da 10 flaconi D-Dimero: 7 giorni per	Tromboplastina e reagente aPTT sono stabili 10 giorni. La trombina del kit QFA è stabile 7 giorni. I reagenti per determinare l'AT sono stabili 2 giorni. Il reagente al lattice del kit D-Dimero è	PT (Innovin) 96 ore (4 giorni) di permanenza continuativa a bordo dello strumento aPTT (Actin FS) 96 ore (4 giorni) di permanenza continuativa a bordo dello strumento Fibrinogeno (Reagente Trombina) 120

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

								singolo flacone, il kit è composto da 4 flaconi Antitrombina III: 7 giorni per singolo flacone, il kit è composto da 6 flaconi Fibrinogeno Clauss: 14 giorni per singolo flacone, il kit è composto da 6 flaconi 2	stabile 7 giorni. La somma delle stabilità dei reattivi offerti a bordo macchina è pari a 36 giorni. 1.6	ore (5 giorni) di permanenza continuativa a bordo dello strumento con tappo reagenti antievaporazione AT (Innovance AT) 120 ore (5 giorni) di permanenza continuativa a bordo dello strumento con tappo reagenti antievaporazione D-Dimero (Innovance D-Dimero) 120 ore (5 giorni) di permanenza continuativa a bordo dello strumento con tappo reagenti antievaporazione 1.2

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

4	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	5	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.	3			Buona la disponibilità ad intervenire in tutti i gg compresi i festivi (08: 14 i festivi). Buoni i tempi di consegna materiale di consumo (3 gg) 2.7	Ottima la disponibilità ad intervenire in tutti i gg compresi i festivi (08:30 – 17:30 . Ottimi i tempi di consegna materiale consumabile (1 gg) 3	Ottima la disponibilità ad intervenire in tutti i gg compresi i festivi 08:00 – 18:00). Sufficienti i tempi di consegna materiale consumabile (5 gg) 2.7
			4.2	Piano di formazione	2			La formazione soddisfa le richieste della SA 1.4	La formazione soddisfa le richieste della SA 1.4	La formazione soddisfa le richieste della SA 1.4
					Totale			**65,10**	**64.50**	**62.60**

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

LOTTO 7 - PROTIDOLOGIA

1	OBIETTIVI HUB	• Creazione di un'area per l'elettroforesi delle sieroproteine e tipizzazione delle componenti monoclonali con la più elevata automazione possibile che preveda la gestione, in routine ed in urgenza, dei protidogrammi; • Completa tracciabilità dei campioni, dalla accettazione alla archiviazione • Ottimizzazione dei flussi operativi e delle risorse umane; • Consolidamento strumentale; • Validazione clinica da "Middleware" di settore con sistema esperto personalizzabile sulla base delle esigenze dell'operatore; • Collegamento in rete dei vari Presidi periferici per la visualizzazione e refertazione a distanza; • Refertazione dei campioni entro 3 ore
2	BASE D'ASTA	EURO 300.000/ANNO
3	PANNELLO ANALITI	Elettroforesi sieroproteine Tipizzazione componenti monoclonali siero Tipizzazione componenti monoclonali urine

4	CARICHI DI LAVORO	TEST	Di Venere	Monopoli	Altamura	Corato	San Paolo
		Elettroforesi sieroproteine	130000	10000	10000	3000	6000
		Tipizzazione componenti monoclonali siero	1000				
		Tipizzazione componenti monoclonali urine	1000				

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

<table>
<tr><td>5</td><td>MODALITA' OPERATIVE</td><td colspan="4">Frequenza sedute: h12-300gg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">6</td><td rowspan="6">WORKFLOW NELLA GIORNATA DI PICCO</td><td></td><td>ORE 9.30</td><td>ORE 11.30</td><td>ORE 13.30</td></tr>
<tr><td>P.O. Di Venere:</td><td>10 %</td><td>45 %</td><td>45 %</td></tr>
<tr><td>P.O. San Paolo:</td><td></td><td>50 %</td><td>50 %</td></tr>
<tr><td>P.O. Altamura:</td><td></td><td>50 %</td><td>50 %</td></tr>
<tr><td>P.O: Corato:</td><td></td><td>50 %</td><td>50 %</td></tr>
<tr><td>P.O. Monopoli:</td><td></td><td>50 %</td><td>50 %</td></tr>
<tr><td>7</td><td>CARATTERISTICHE INDISPENSABILI HUB</td><td colspan="4">Fornitura di un Sistema, dotato della più elevata automazione possibile, che deve:
• avere una produttività adeguata a soddisfare il TAT max richiesto secondo il flusso dei campioni nella giornata di picco;
• prevedere il caricamento in continuo dei campioni;
• metodica capillare per l'elettroforesi delle sieroproteine;
• metodica in gel d'agarosio per la tipizzazione delle componenti monoclonali
• massimo livello di automazione che riduca al minimo la manualità degli operatori
• garantire una continuità analitica (backup)per l'elettroforesi sieroproteine;
• prevedere un campionatore/diluitore automatico o una diluizione manuale per la tipizzazione delle componenti monoclonali
• essere gestito da un Middleware di settore con sistema di validazione anche su rete aziendale.</td></tr>
<tr><td></td><td>CARATTERISTICHE INDISPENSABILI SPOKE</td><td colspan="4">Fornitura di un Sistema, dotato della più elevata automazione possibile, che deve:
• avere una produttività adeguata a soddisfare il TAT max richiesto secondo il flusso dei campioni nella giornata di picco;
• prevedere il caricamento in continuo dei campioni;
• metodica capillare per l'elettroforesi delle sieroproteine;
• massimo livello di automazione che riduca al minimo la manualità degli operatori</td></tr>
</table>

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX.	SEBIA	MEDICAL SYSTEM
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	26	1.1	Capacità produttiva; sarà valutata la soluzione tecnologica che completi la routine nella giornata di picco nel più breve tempo possibile; minor tempo maggior punteggio		6		81 test/ora 5.06	96 test/ora 6
			1.2	Uniformità tecnologica e strumentale in grado di facilitare la formazione e l' attività del personale e che permetta allo stesso tempo l' allineamento analitico			4	4	4
			1.3	Livello di automazione del sistema che limiti al massimo le attività manuali e ottimizzi le risorse umane necessarie. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che preveda la completa automazione (relazionare)	5			Il sistema offerto per l'esecuzione delle SPE risulta completamente automatico; il sistema per le immunofissazioni risulta completamente automatico. Gli strumenti possono lavorare anche contemporaneamente 5	Il sistema offerto per l'esecuzione delle SPE risulta completamente automatico; per quanto riguarda le immunofissazioni, il sistema offerto risulta di tipo modulare quindi con un necessario intervento dell'operatore. Inoltre per l'esecuzione della diluizione di campioni necessita dell'utilizzo del V8 con conseguente blocco della

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

									lavorazione delle SPE 3
			1.4	Semplificazione della gestione del campione con tracciabilità semplice e sicura in tutte le fasi. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che preveda sistemi con completa tracciabilità del campione durante tutto il workflow e la massima semplificazione nella gestione dello stesso (relazionare)	5			La completa tracciabilità del campione-lotto-tampoe è assicurata dalla tecnologia RFID. 5	La tracciabilità è garantita dalla codifica dei campioni e seguiti da lettori di codici a barre 3
			1.5	Middleware di settore che consenta la validazione clinica in un Laboratorio in rete, integrando informazione cliniche, dati strumentali, risultati analitici e carte di controllo facilmente aggiornabili ed adattabili alle esigenze del personale.(relazionare)	6			La soluzione proposta prevede un unico sw di gestione integrata con sistema esperto a reti neurali con regole quantificative e qualitative per la guida alla validazione. Supportato dal sistema con alert anche su rete aziendale 6	Il sistema offerto risulta soddisfacente ed essenziale 3.6

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

2	TECNOLOGIA	22	2.1	Caricamento in continuo campioni			3	3	3
			2.2	Impiego di materiale monouso			3	3	3
			2.3	Minima produzione di reflui di lavorazione. Minore quantità, maggior punteggio		2		SPE 1.6 ml/test IFE 207 ml/test 1.55	SPE 1.14 ml/test IFE 161.11 ml/test 2
			2.4	Minima manutenzione giornaliera da parte dell'operatore. Minore manutenzione maggior punteggio		3		La soluzione proposta necessita di minima manutenzione giornaliera in quanto automatizzata 3	La soluzione proposta necessita di minima manutenzione giornaliera in quanto automatizzata 3
			2.5	Software per aiuto interpretativo del tracciato elettroforetico			2	2	2
			2.6	Possibilità di confronto e sovrapposizione tra tracciato dello studio e tracciato precedentemente archiviato			2	2	2
			2.7	Sistema di controllo della temperatura di migrazione elettroforetica con particolare riguardo alla tecnologia utilizzata	2			Regolazione della temperatura a celle di Peltier	Regolazione della temperatura a semplice conduzione termica

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

				per realizzare il sistema di termostatazione (Indicare il tipo).				2	con aria 1.2
			2.8	Sistema di lettura del campione elettroforetico . (relazionare)	3			Capillarys 3 Octa impiega capillari con finestra di lettura a bolla. garantisce superiore qualità analitica grazie anche alla separazione netta e precisa delle frazioni 3	La lettura del campione avviene in maniera classica con doppia lettura del campione riducendo l'accuratezza del dato 1.8
			2.9	Assistenza scientifica dedicata			2	2	2
3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	15	3.1	Modalità di esecuzione immunofissazione sierica (relazionare)	5			L'analizzatore integra al suo interno la camera di migrazione, colorazione e il compartimento di lettura. Le fasi di applicazione del campione sono gestite automaticamente con il sistema di "Maschera dinamica", essiccazione, colorazione decolorazione ed essiccazione finale 5	Il sistema offerto è costituito da moduli non integrati tra loro che determina una maggiore manualità nella preparazione del gel di Agarosio 3
			3.2	Reagenti per sieroproteine pronti					

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				all'uso			5	5	5
			3.3	Disponibilità gel agarosio in varie pezzature			5	5	5
4	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	7	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento	5			Ottima l'organizzazione del servizio di assistenza tecnica, in termini di risorse a disposizione, tempistiche di intervento e risoluzione 5	Ottima l'organizzazione del servizio di assistenza tecnica, in termini di risorse a disposizione, tempistiche di intervento e risoluzione 5
			4.2	Piano di formazione	2			Il paino di formazione proposto dalla ditta risulta essere pienamente soddisfacente 2	Il paino di formazione proposto dalla ditta risulta essere pienamente soddisfacente 2
						Totale		**68.61**	**59.60**

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 8 – EMOGLOBINA GLICOSILATA E PATOLOGICHE

1	OBIETTIVI	• Implementazione del massimo livello di automazione, e massima efficienza operativa dell'intero sistema in relazione alle specifiche esigenze; • Contenimento dei costi operativi diretti ed indiretti; • Razionalizzazione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane; • Massima uniformità delle metodologie ed intervalli di riferimento; • Massima uniformità delle tecnologie; • Ottimizzazione dei flussi operativi in funzione delle provenienze interne ed esterne; • Standardizzazione del tempo di refertazione; • Integrazione funzionale ed organizzativa con l'intera area ematologica			
2	BASE D'ASTA	EURO 300.000 ANNO			
3	PANNELLO ANALITI	HbA1c, HbA2, HbF, e le più comuni varianti emoglobiniche			
4	CARICHI DI LAVORO		HbA1c	EMOGLOBINE ANOMALE	
		P.O. Di Venere:	37000	5000	
		P.O. San Paolo:	8000		
		P.O. Altamura:	8000		
		P.O: Corato:	5000		
		P.O. Monopoli:	8000		
5	MODALITA' OPERATIVE	Frequenza sedute: h12-300gg			
6	WORK FLOW NELLA GIORNATA DI PICCO		ORE 9.30	ORE 10.30	ORE 11.30
		P.O. Di Venere:	25		100 HbA1c/20 Hb anomale
		P.O. San Paolo:		30	
		P.O. Altamura:		30	
		P.O: Corato:		20	
		P.O. Monopoli:		30	

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

7	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI HUB & SPOKE	• Strumentazione in cromatografia liquida ad alta pressione HPLC • Sistema completamente automatico • Diluizione automatica dei campioni • Identificazione positiva dei campioni tramite codice a barre • Campionamento da provetta chiusa • Caricamento in continuo dei campioni • Produttività adeguata ai carichi di lavoro

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BIORAD	TOSOH	MENARINI
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	20	1.1	Valutazione del progetto nel contesto organizzativo del settore diagnostico in riferimento a quanto riportato negli obiettivi organizzativi degli Hub e Spoke. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto più rispondente agli obiettivi organizzativi dichiarati (relazionare)	4			La soluzione proposta risponde pienamente ai requisiti richiesti 4	La soluzione proposta richiede una maggiore interazione con il personale utilizzatore durante tutto il percorso lavorativo. Raggiunto con buoni livelli gli altro obiettivi 3.2	La soluzione proposta richiede una maggiore interazione con il personale utilizzatore durante tutto il percorso lavorativo. Raggiunto con buoni livelli gli altro obiettivi. 3.2
			1.2	Uniformità tecnologica e strumentale in grado di facilitare l' informazione e l' attività del personale e che permetta allo stesso tempo l' allineamento analitico.			4	4	4	4
			1.3	Livello di automazione del sistema che limiti al massimo le attività manuali e ottimizzi le risorse umane necessarie. Sarà assegnato maggior punteggio al sistema che preveda la	4			La soluzione proposta garantisce massima automazione (utilizzo di colonne da 10.000 test; reagenti con	La soluzione proposta richiede una maggiore interazione con il personale utilizzatore durante tutto il percorso lavorativo	La soluzione proposta richiede una maggiore interazione con il personale utilizzatore durante tutto il percorso lavorativo

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				maggiore automazione ed il minor numero di operatori necessari (relazionare)				RFID; orientamento automatico della provetta) 4	(colonne da 5.000 test; no RFID e NO orientamento automatico provetta) 2.8	(colonne da 1000 test; no RFID e NO orientamento automatico provetta 2.8
			1.4	Semplificazione della gestione del campione con tracciabilità semplice e sicura in tutte le fasi. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che preveda sistemi con completa tracciabilità del campione durante tutto il workflow e la massima semplificazione nella gestione dello stesso (relazionare)	4			Positiva la funzione di orientamento automatico del campione. Presenza di tecnologia RFID; gestione della tracciabilità gestita integralmente dal middle ware 4	No tecnologia RFID e no orientamento automatico del campione; tracciabilità completamente gestita dal middleware 3.2	No tecnologia RFID e no orientamento automatico del campione; gestione della tracciabilità non gestita integralmente dal middle ware 2.4
			1.5	Middleware di settore che consenta la validazione clinica in un Laboratorio in rete, integrando informazione cliniche, dati strumentali, risultati analitici e carte di controllo facilmente	4			La soluzione proposta risponde pienamente al criterio	La soluzione proposta risponde pienamente al criterio	La soluzione proposta risponde in maniera ottimale al criterio; non eccellente la gestione della traccialbilità

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

				aggiornabili ed adattabili alle esigenze del personale (relazionare)				4	4	3.6
2	TECNOLOGIA	27	2.1	Tecnica di separazione delle Emoglobine glicate che non risenta di interferenze da parte di qualsiasi variante emoglobinica . Sarà assegnato maggior punteggio al sistema che non risente della interferenza di nessuna variante emoglobinica. (relazionare)	5			La tecnica di separazione proposta rispetta il criterio richiesto 5	La tecnica di separazione proposta rispetta il criterio richiesto 5	La tecnica di separazione proposta rispetta il criterio richiesto 5
			2.2	Capacità produttiva; sarà valutata la soluzione tecnologica che completi la routine nella giornata di picco nel più breve tempo possibile; minor tempo maggior punteggio		2		160 test/ora 2	120 test/ora 1.5	96 test/ora 1.2
			2.3	Capacità caricamento campioni (campioni on board). Più campioni, più punteggio		3		200 campioni 0.89	670 campioni 3	420 campioni 1.88
			2.4	Gestione automatizzata dei controlli all'interno della seduta di lavoro con possibilità di programmazione automatica dei			3	3	3	3

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

				controlli ai tempi stabiliti dall'operatore						
			2.5	Possibilità di eseguire campioni da provetta pediatrica in completa automazione			2	2	2	La soluzione proposta non prevede l'utilizzo della provetta pediatrica 0
			2.6	Fornitura di strumentazione di back-up per l'esecuzione dell'HbA1c			4	4	4	4
			2.7	Possibilità di effettuare diverse corse in base alla tipologia di campione. Verranno premiate soluzioni che prevedono corse di screen e reflex test in caso di presenza di varianti emoglobiniche	5			Soddisfa pienamente i requisiti richiesti 5	Non esegue corse di screen e reflex test 0	Soddisfa parzialmente i requisiti in quanto non si evincono i test reflex sulla HBA1C 2.5
			2.8	Caricamento in continuo dei reagenti e consumabili monouso senza interruzione operativa			3	La ditta dichiara l apossibilità di caricamento in continuo dei reagenti e consumabili monouso senza interruzione operativa 3	La ditta dichiara:" A protezione dell'analizzatore per il solo caricamento dei reagenti occorre che l'analizzatore sia in stand-by" 0	La ditta dichiara:".... Se il reagente in esaurimento non viene sostituito dall'operatore, l'analizzatore si metterà automaticamente in standby 0

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	15	3.1	Gestione semplificata di reattivi, colonna, calibratori e controlli (completa intercambiabilità, riferita al loro utilizzo, tra differenti lotti, singoli eluenti, colonna cromatografica, calibratori e controlli)	3			La ditta dichiara la piena interscabiabilità dei Lotti in quanto dispositivo lotto indipendenti 3	La ditta dichiara:" Seppur possibile l'interscambiabilità tra lotti diversi, ne viene comunque negato il libero scambio" 0.3	La ditta dichiara l'interscambiabilità dei Lotti 3
			3.2	Metodologia di gestione dei reagenti. Saranno prese in considerazione tutte le caratteristiche che facilitino il personale tecnico dedicato alla gestione del settore (tracciabilità, semplicità, ingombro, registrazione automatica del n. lotto, scadenza). (relazionare)	4			La soluzione proposta risponde pienamente ai requisiti richiesti -4	La soluzione proposta risulta poco automatizzata e con notevole intervento dell'operatore 2.4	La soluzione proposta risulta poco automatizzata e con notevole intervento dell'operatore 2.4
			3.3	Quantità e gestione dei reflui prodotti. Minore quantità, maggior punteggio		3		4.5 mL/campione 3	615l/anno ovvero 8.66 ml/campione (considerando i 71000 campioni previsti) 1.56	volume reflui per singolo campione = 9,18 mL 1.47

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

			3.4	Tipologia del controllo di qualità per il test HbA1c	2			Tre livelli 2	Due livelli 1.6	Due livelli 1.6
			3.5	Possibilità di programmazione automatica controlli ad inizio seduta e/o a fine seduta e/o ad intervalli tra i campioni da analizzare stabiliti dall'operatore			3	3	3	3
4	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	8	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.	3			Buona in generale l'organizzazione della assistenza tecnica ma non sono presenti SAT in regione. Non definito il tempo di consegna consumabili 2.1	Buona l'organizzazione del servizio di assistenza tecnica, in termini di risorse a disposizione, tempistiche di intervento e risoluzione 2.4	Ottima l'organizzazione del servizio di assistenza tecnica, in termini di risorse a disposizione, tempistiche di intervento e risoluzione 2.7
			4.2	Piano di formazione	2			Il paino di formazione proposto dalla ditta risulta essere pienamente soddisfacente	Il paino di formazione proposto dalla ditta risulta essere pienamente soddisfacente	Il paino di formazione proposto dalla ditta risulta essere pienamente soddisfacente

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

								2	2	2
			4.3	Assistenza remota per software di settore			3	3	3	3
					Totale			66.99	51.96	52.75

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 16 – PROTEINE SPECIALI (TURBIDIMETRIA/NEFELOMETRIA)

1	OBIETTIVI HUB	• Creazione di un'area diagnostica con la più elevata automazione possibile, che preveda la gestione degli esame riportati in tabella. • Completa tracciabilità dei campioni dalla accettazione alla refertazione. • Ottimizzazione dei flussi operativi e delle risorse umane. • Collegamento al LIS di laboratorio. • Ottimizzazione del consumo di reagenti e dei calibratori • Elevato consolidamento in termini di volume e tipologia di analiti sui sistemi proposti • Refertazione dei campioni entro 3 ore.		
2	BASE D'ASTA	EURO 60.000/ANNO		
3	PANNELLO ANALITI CARICHI DI LAVORO WORK FLOW	**TEST**	**TOT/ANNO**	**SEDUTE/SETTIMANALI**
		Alfa-1-antitripsina	500	1
		Apolipoproteina A	500	1
		Apolipoproteina B	500	1
		Catene kappa totali	4000	3
		Catene lambda totali	4000	3
		Catene kappa libere	2000	3
		Catene lambda libere	2000	3
		Ceruloplasmina	500	1
		Complemento C1 inibitore	200	1
		IgG1 sottoclassi	200	1
		IgG2 sottoclassi	200	1
		IgG3 sottoclassi	200	1
		IgG4 sottoclassi	200	1
		Lipoproteina A	500	1
		Prealbumina	500	1

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

4	MODALITA' OPERATIVE	Esecuzione dei controlli in base alle sedute operative settimanali
5	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI HUB & SPOKE	• Metodica in turbidimetria e/o nefelometria • Massima automazione • Cadenza analitica rapportata al carico di lavoro • Identificazione positiva del campione tramite bar code o similare Determinazioni eseguibili su siero, plasma, urine e liquor • Dimensioni contenute • Collegamento al LIS di laboratorio • Possibilità di caricamento di provette di varie dimensioni • Massima disponibilità di reagenti on board

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	THE BINDING SITE	SIEMENS
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	25	1.1	Livello di automazione del sistema che limiti al massimo le attività manuali e ottimizzi le risorse umane necessarie. Sarà assegnato maggior punteggio al sistema che preveda la maggiore automazione ed il minor numero di operatori necessari (relazionare)	10			Il sistema proposto non necessita di nessun intervento manuale dell'operatore anche in rapporto al carico di lavoro della seduta 10	Il sistema proposto necessita dell'intervento dell'operatore ogni qual volta si necessita del cambio delle cuvette di reazione e la ricostiutuzione, conservazione e gestione di reagenti liofili 6
			1.2	Completa tracciabilità dei campioni dall'accettazione alla refertazione.			5	5	5
			1.3	Descrizione dei flussi operativi necessari sulla base della soluzione tecnologica proposta. Sarà assegnato maggior punteggio alla migliore ottimizzazione del work flow del settore. ((relazionare)	10			Il sistema proposto evidenzia una maggiore capacità produttiva con una maggiore disponibilità di posizioni e stabilità dei reagenti che si ripercuote sull'efficienza del ciclo produttivo. 10	Il sistema proposto evidenzia una discreta capacità produttiva con una disponibilità di posizioni e stabilità dei reagenti che si ritiene soddisfacente. 6
2	TECNOLOGIA	15	2.1	Diluizioni automatiche dei campioni per valori superiori o inferiori al limite di misura per tutte le metodiche disponibili;			5	5	5

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

			2.2	Caricamento in continuo dei campioni			5	5	5
			2.3	Cadenza analitica; maggior numero maggior punteggio		5		Cadenza analitica di 120/h 5	Cadenza analitica di 100/h 4.16
3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	25	3.1	Autocalibrazione per tutte le metodiche senza interruzione della routine			5	5	5
			3.2	Dispositivo per controllo dell'eccesso di Antigene	5			La soluzione proposta risponde a pieno alla richiesta della SA 5	La soluzione proposta risponde a pieno alla richiesta della SA 5
			3.3	Massima disponibilità di reagenti on board; maggior numero maggior punteggio		5		36 reagenti on board 5	30 reagenti on board 4.16
			3.4	Numero reagenti liquidi. Maggior numero , maggior punteggio		5		Tutti i reagenti offerti sono liquidi pronti all'uso. 5	15 con l'esclusione della lipoproteina A 4.66
			3.5	Caricamento e gestione contemporanea on board di differenti flaconi dello stesso reagente anche di lotti diversi			5	5	5
4	POST-VENDITA (FORMAZIONE,	5	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in	3			Buona l'organizzazione della assistenza ma basso il numero di tecnici a disposizione	Eccellente l'offerta sulla organizzazione manutenzione. 11 i tecnici a disposizione

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

	ASSISTENZA TECNICA)			considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.				per i dispositivi offerti. Buone le tempistiche di intervento 2.4	per i dispositivi offerti. Ottime le tempistiche sugli interventi 3
			4.2	Piano di formazione	2			Ottimo il piano formazione offerto, in termini di professionalità, numero di ore a disposizione e temi trattati 1.8	Eccellente il piano formazione offerto, in termini di professionalità, numero di ore a disposizione e temi trattati 2
						Totale		**69.20**	**59.98**

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

LOTTO 5 – V.E.S.

1	OBIETTIVI	• Implementazione del massimo livello di automazione, e massima efficienza operativa dell'intero sistema in relazione alle specifiche esigenze; • Contenimento dei costi operativi diretti ed indiretti; • Razionalizzazione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane; • Massima uniformità delle metodologie ed intervalli di riferimento; • Massima uniformità delle tecnologie; • Ottimizzazione dei flussi operativi in funzione delle provenienze interne ed esterne; • Standardizzazione del tempo di refertazione; • Integrazione funzionale ed organizzativa con l'intera area ematologica • Refertazione dei campioni entro 3 ore			
2	BASE D'ASTA	EURO 150.000 ANNO			
3	PANNELLO ANALITI	Velocità di eritrosedimentazione			
4	CARICHI DI LAVORO	P.O. Di Venere: 75.000 test/anno			
		P.O. San Paolo: 10.000 test/anno			
		P.O. Altamura: 10.000 test/anno			
		P.O: Corato: 5.000 test/anno			
		P.O. Monopoli: 10.000 test/anno			
5	MODALITA' OPERATIVE	Frequenza sedute: h12-300gg			
6	WORKFLOW NELLA GIORNATA DI PICCO		Ore 9.30	Ore 11.30	Ore 13.30
		P.O. Di Venere	35	200	15
		P.O. San Paolo		40	
		P.O. Altamura		40	
		P.O: Corato		20	
		P.O. Monopoli		40	

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

6	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI HUB & SPOKE	• Strumento/i identici e di ultima generazione • Metodica correlabile con metodo Westergren • Utilizzo dello stesso campione per emocromo (sangue EDTA) e della stessa provetta in uso • Identificazione del campione attraverso barcode interno • Completa rintracciabilità del campione • Cadenza analitica adeguata ai carichi di lavoro • Utilizzo dei più comuni rack per contaglobuli

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	DIESSE	ALIFAX
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	20	1.1	Valutazione del sistema offerto nel contesto organizzativo del settore diagnostico in riferimento a quanto riportato negli obiettivi organizzativi degli Hub e Spoke. Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione che preveda il miglioramento del TAT dichiarato negli obiettivi; minor tempo maggior punteggio		4		Dichiara di eseguire 190 campioni/h **3.8**	Dichiara di eseguire 200 campioni/h con 2 macchine 4
			1.2	Uniformità tecnologica e strumentale in grado di facilitare la formazione e l' attività del personale e che permetta allo stesso tempo l' allineamento analitico			4	La ditta fornisce la strumentazione principale identica in tutti i laboratori; la strumentazione di back up risulta tecnologicamente uniforme ma	Si, La ditta fornisce tutti gli strumenti, compresi quelli di back up, identici 4

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

								strumentalmente differente. 4	
			1.3	Livello di automazione proposto che limiti al massimo le attività manuali dal caricamento all'archiviazione; sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione che preveda, dopo il caricamento del campione, la completa assenza di intervento manuale dell'operatore (relazionare)	4			La proposta offerta evidenzia, dopo il caricamento, una ottima automazione **3.6**	La proposta offerta evidenzia, dopo il caricamento, una ottima automazione **3.6**
			1.4	Semplificazione della gestione del campione con tracciabilità semplice e sicura in tutte le fasi. Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che preveda l'utilizzo di sistemi che garantiscano la completa tracciabilità del campione durante il workflow e la massima semplificazione nella gestione dello stesso (relazionare)	4			La soluzione proposta risponde in modo sufficiente al parametro richiesto in quanto Il campione è identificato mediante lettura del codice a barre posto sull'etichetta della provetta, ma non identifica il rack di carico e non mantiene lo stesso rack in fase di scarico.	La soluzione proposta risponde in modo eccellente al parametro richiesto in quanto Il campione è identificato sia mediante lettura del codice a barre posto sull'etichetta della provetta, sia mediante identificazione di posizione nel rack e numero del rack in cui è caricato. Il rack di scarico coincide con quello di carico mantenendo in questo modo la

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

								2.4	completa tracciabilità 4
			1.5	Continuità operativa: soluzioni proposte in caso di fermo parziali del sistema. Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione proposta che garantisca una continuità operativa anche in caso di fermo macchina parziale (relazionare)	4			La soluzione proposta risulta sufficiente a garantire una ridotta capacità operativa in quanto lo strumento risulta molto meno performante rispetto allo strumento principale 2.4	La strumentazione di backup, identica alla strumentazione di routine, garantisce la massima omogeneità di lavoro e il più alto grado di prestazione strumentale. 4
2	TECNOLOGIA	30	2.1	Capacità produttiva: sarà valutata la soluzione tecnologica che completi la routine nella giornata di picco nel più breve tempo possibile; minor tempo maggior punteggio		10		87 minuti/200 test 6.9	60 minuti/200 test 10
			2.2	Sistema di controllo che indichi il corretto funzionamento, il numero di esami ancora disponibili a bordo, eventuali codici di errore, lo stato di lavorazione del campione e la sua posizione (Autodiagnosi)			5	5	5
			2.3	Esecuzione degli esami direttamente sulle provette anticoagulate con EDTA K3 o K2, utilizzabili anche sul contaglobuli			2	2	2

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

			2.4	Volume minimo del campione necessario, minor volume maggior punteggio		3		Il volume minimo presente in provetta deve essere di 1,5 mL 1.6	Il volume minimo di campione necessario in provetta è pari a 800 micro/l 3
			2.5	Correlazione/interferenza con la presenza nel campione di proteine della fase acuta, interferenza con il valore di ematocrito. Sarà assegnato maggior punteggio al sistema con assenza di interferenza (relazionare)	5			La ditta dichiara che per la interferenza con l'ematocrito, il sistema necessita della valutazione dell'ematocrito misurato sullo strumento del contaglobuli per ricalcolare i campioni con ematocrito < 0.4; per le interferenze con le proteine della fase acuta la ditta non relaziona	La ditta dichiara che grazie alla tecnologia utilizzata, la fotometria capillare quantitativa, il Sistema proposto restituisce valori pressocchè indipendenti dal livello di ematocrito del campione analizzato. Il brevissimo tempo di analisi per campione (solo 20 secondi), ed il principio di funzionamento non basato sulla sedimentazione, non consentono all'ematocrito alterato di influenzare la misurazione della VES; per le

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

								3	proteine della fase acuta la ditta presenta pubblicazioni scientifiche a sostegno della sua tecnologia capillare 5
			2.6	Manutenzione giornaliera: sarà assegnato maggior punteggio al sistema con manutenzione giornaliera automatica . (relazionare)	5			La strumentazione offerta non richiede alcuna manutenzione **5**	La strumentazione offerta non richiede alcuna manutenzione **5**
3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	15	3.1	Metodo di lettura utilizzato e unità di misura utilizzata per esprimere i risultati, loro compatibilità con il metodo Westergren classico. (relazionare)	10			La soluzione proposta risponde in modo ottimale al requisito **9**	La soluzione proposta risponde in modo ottimale al requisito **9**
			3.2	Volume dei reflui di scarico, minor volume maggior punteggio		2		La ditta dichiara che la strumentazione proposta non produce alcun refluo 2	La soluzione proposta procuce un volume di 500 ml, pari all'esecuzione di circa 1000 analisi 0
			3.3	Quantità di reagenti e consumabili, minor numero maggior punteggio		3		3	3
4	POST-VENDITA (FORMAZIONE,	5	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico:	3			La soluzione proposta dalla	La soluzione proposta dalla ditta

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

	ASSISTENZA TECNICA)			sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.				ditta risulta essere pienamente soddisfacente 3	risulta essere pienamente soddisfacente 3
			4.2	Piano di formazione	2			Il piano di formazione proposto risulta essere discreto, limitato in numero di ore, specialisti e temi trattati rispetto alla concorrente 1.4	Il piano di formazione proposto risulta essere pienamente soddisfacente in termini di ore erogate, temi trattati e professionalità a disposizione 2
						Totale		**58.10**	**66.60**

Allegato n.ro 8) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

ALL 9

ASL Bari
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 30/03/2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di marzo alle ore 09:45 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio – in Bari, Lungomare Starita n. 6, 2° piano – si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice (Commissione C – Area Microbiologica), nominata e costituita con Deliberazione del Direttore Generale n.1542 del 02/09/2021, per proseguire nelle operazioni della gara richiamata in oggetto, concernenti gli esiti della valutazione tecnico-qualitativa e l'apertura delle offerte economiche, costituendo Seggio di Gara come di seguito riportato:

- Ing. Angelo Maiano – Dirigente Responsabile UOS Manutenzione Elettromedicali ASL BA (Presidente Commissione Giudicatrice)
- Dott. Giuseppe Gagliardi – Dirigente UOC Patologia Clinica e Microbiologia ASL BA (Commissario)
- Dott. Edmondo Ceci – Direttore per l'Innovazione Organizzativa e Tecnologica UOC Patologia Clinica Ospedale "F. Miulli" (Commissario)
- Dott. Vincenzo Napoliello – Dirigente Responsabile UOS Acquisizione Servizi ASL BA (Presidente Seggio)
- Dott.ssa Emanuela Nisio – Collaboratore Amministrativo Professionale ASL BA - Testimone e segretario verbalizzante
- Sig.ra Giovanna Amoruso – Assistente Amministrativo ASL BA - Testimone

Preliminarmente, il Presidente del Seggio di gara dà atto

- che la presente seduta si terrà in modalità virtuale, tramite piattaforma Webex, come previsto dal Disciplinare di gara, nel rispetto della vigente normativa in tema di distanziamento sociale;
- che i competenti Uffici hanno comunicato a tutti i concorrenti interessati, tramite il portale Empulia, l'indirizzo di collegamento per poter partecipare alla seduta pubblica
- che hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: A.Menarini Diagnostics s.r.l., Beckton Dickinson Italia s.p.a., Dasit s.p.a, Qiagen, Roche Diagnostics s.p.a.,
- che, nella presente seduta, si procederà alla lettura del prospetto riepilogativo contenente gli esiti delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione Giudicatrice, ossia la motivazione sintetica e relativo punteggio attribuiti, per singolo criterio, alle offerte presentate dai concorrenti ammessi ai lotti n. 9, 12, 15 e 18 come da documentazione trasmessa all'Area Gestione Patrimonio in data 16/03/2022; terminata tale fase, il Seggio di Gara procederà con l'apertura delle offerte economiche
- che, per ragioni di economia procedimentale, si è proceduto, prima di dare inizio alla presente seduta, alle operazioni di mero inserimento dei suddetti punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice nell'apposita sezione della piattaforma telematica Empulia

Si procede, quindi, con la lettura del predetto prospetto riepilogativo, qui allegato quale parte integrante e sostanziale, contenente le motivazioni ed i punteggi assegnati, per singolo criterio di valutazione, nonché il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascun concorrente ammesso ai citati Lotti, come di seguito riportato:

Lotto 9– Esame Urine
Ditta Dasit s.p.a. punteggio totale **62,40**
Ditta Roche Diagnostics s.p.a.: il Presidente procede con la lettura del verbale datato 13/10/2021 (che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato), già notificato alla ditta in data 18/10/2021 tramite portale Empulia (P.I. 280780-21 Protocollo EmPulia), in cui la Commissione Giudicatrice dichiara l'offerta non ammissibile per le motivazioni ivi riportate
Ditta A.Menarini Diagnostics punteggio totale **50,00**

Lotto 12 – Micobatteri
Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a. punteggio totale **66,40**

Lotto 15 – Diagnosi Prenatale
Ditta Dasit s.p.a. punteggio totale **62,12**
Ditta Perkin Elmer Italia. punteggio totale **47,02**

Lotto 18 Biologia Molecolare per Virologia
Ditta Qiagen s.r.l. punteggio totale **48,10**
Ditta Roche Diagnostics s.p.a. punteggio totale **58,36**
Ditta Abbott s.r.l. punteggio totale **56,57**

Tutte le ditte ammesse hanno ottenuto un punteggio di qualità superiore alla soglia minima di 42 punti prevista negli atti di gara e, pertanto, vengono ammesse alla fase successiva dell'apertura delle buste economiche, previa riparametrazione effettuata in automatico dalla piattaforma
Il Presidente, non essendo stata sollevata dalle ditte presenti alcuna obiezione in merito agli esiti della valutazione tecnico-qualitativa, procede alla verifica della documentazione economica ed alla lettura delle quotazioni offerte ed inserite nello spazio telematico "Valore Offerto", quale elemento di valutazione e comparazione economica, come sotto riportato:

Lotto 9– Esame Urine
Ditta Dasit s.p.a. offerta economica **€ 1.249.999,80**
Ditta A.Menarini Diagnostics offerta economica **€ 989.130,60**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Dasit s.p.a.	62,40	70,00	€ 1.249.999,80	23,74	93,74
A.Menarini Diagnostics	50,00	56,08	€ 989.130,60	30,00	86,08

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta Dasit s.p.a

Lotto 12 – Micobatteri
Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a. offerta economica **€ 877.626,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, della quotazione offerta in punteggio economico, sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Becton Dickinson Italia s.p.a	66,40	70,00	€ 877.626,00	30,00	100,00

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore dell'unica ditta offerente Becton Dickinson Italia s.p.a., come consentito dalla lex specialis di gara (disciplinare di gara, §8 pag. 21 *"l'Amministrazione si riserva la facoltà di .....procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua sia tecnicamente che economicamente"*)

Lotto 15 – Diagnosi Prenatale

Ditta Dasit s.p.a. offerta economica **€ 449.999,95**
Ditta Perkin Elmer Italia. offerta economica **€ 433.250,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Dasit s.p.a.	62,12	70,00	€ 449.999,95	28,88	98,88
Perkin Elmer Italia	47,02	52,98	€ 433.250,00	30,00	82,98

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta Dasit s.p.a

Lotto 18 Biologia Molecolare per Virologia

Ditta Qiagen s.r.l. offerta economica **€ 1.650.330,00**
Ditta Roche Diagnostics s.p.a. offerta economica **€ 942.654,50**
Ditta Abbott s.r.l. offerta economica **€ 951.800,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Qiagen s.r.l.	48,10	57,68	€ 1.650.330,00	17,14	74,82
Roche Diagnostics s.p.a.	58,36	70,00	€ 942.654,50	30,00	100,00
Abbott s.r.l.	56,57	67,85	€ 951.800,00	29,71	97,56

Il Presidente, pertanto, dichiara l'aggiudicazione in favore della ditta Roche Diagnostics s.p.a.

Alle ore 11,30 si conclude la seduta, evidenziando che tutte le comunicazioni/convocazioni avverranno esclusivamente tramite piattaforma EmPulia e rinviando al RUP per gli adempimenti di legge concernenti la verifica dell'anomalia ex art, 97, co. 2 e co. 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., segnalata automaticamente dalla stessa piattaforma.
Del ché viene redatto il presente verbale, composto da n. 4 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

f.to Vincenzo Napoliello

f.to Angelo Maiano

f.to Emanuela Nisio

f.to Giuseppe Gagliardi

f.to Giovanna Amoruso

f.to Edmondo Ceci

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 9 – ESAME URINE

1	OBIETTIVI HUB	• Creazione di un'area diagnostica con la più elevata automazione possibile, che preveda la gestione dell'esame chimico-fisico e della frazione corpuscolata delle urine. • Completa tracciabilità dei campioni dalla accettazione alla refertazione. • Ottimizzazione dei flussi operativi e delle risorse umane. • Validazione clinica da "Middleware" di settore con sistema esperto personalizzabile sulla base delle esigenze dell'operatore. • Collegamento in rete dei vari Presidi periferici per la visualizzazione e refertazione a distanza. • Refertazione dei campioni entro 2 ore.			
2	BASE D'ASTA	EURO 450.000/ANNO			
3	PANNELLO ANALITI	**Esame Chimico-Fisico**: pH, glucosio, proteine, emoglobina, corpi chetonici, peso specifico, nitriti, esterasi leucocitaria. **Sedimento Urinario**: globuli rossi, leucociti, cellule epiteliali e transizionali, batteri, cilindri, cristalli, miceti, muco, spermatozoi			
4	CARICHI DI LAVORO	P.O. Di Venere: 180.000 Urine			
		P.O. San Paolo: 30.000 Urine			
		P.O. Altamura: 30.000 Urine			
		P.O: Corato: 10.000 Urine			
		P.O. Monopoli: 30.000 Urine			
5	MODALITA' OPERATIVE	• Frequenza sedute: h24-365gg • Frequenza CQI per tutti i parametri oggetto di gara: 2 livelli x 1 volta al giorno x 365gg per tutti gli analizzatori offerti			
6	WORK FLOW NELLA GIORNATA DI PICCO		ORE 9.30	ORE 10.00	ORE 11.30
		P.O. Di Venere:	150 Urine		600 Urine
		P.O. San Paolo:		200 Urine	
		P.O. Altamura:		200 Urine	
		P.O: Corato:		50 Urine	
		P.O. Monopoli:		200 Urine	

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

7	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI HUB & SPOKE	• Fornitura di Sistemi diagnostici, dotati della più elevata automazione possibile, composti da analizzatori automatici, nuovi di fabbrica e di ultima generazione, per l'analisi chimico-fisico e della frazione corpuscolata delle urine; • Produttività dei Sistemi adeguata a soddisfare il TAT max richiesto secondo il flusso dei campioni nella giornata di picco; • Caricamento in continuo dei campioni; • Parametri di minima eseguibili dell'esame chimico fisico per ogni campione: pH, glucosio, proteine, emoglobina, corpi chetonici, peso specifico, nitriti, esterasi leucocitaria; • Valutazione e quantificazione automatizzata della frazione corpuscolata eseguibile in microscopia automatizzata, cattura di immagini o citofluorimetria; • Analizzatori della frazione corpuscolata in grado di determinare qualitativamente e quantitativamente i seguenti parametri: globuli rossi, leucociti, cellule epiteliali e transizionali, batteri, cilindri, cristalli, miceti, muco, spermatozoi; • Prevedere un sistema automatico/semiautomatico per l'esecuzione dell'esame chimico-fisico delle urine in regime d'urgenza nella fascia dalle 20.00 alle 8.00 • Middleware di settore;

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	DASIT	MENARINI
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	25	1.1	Livello di automazione proposto che limiti al massimo le attività manuali dal caricamento all'archiviazione; sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione che preveda, dopo il caricamento del campione, la completa assenza di intervento manuale dell'operatore (relazionare)	7			La ditta offre una soluzione completamente automatizzata con unico punto di carico ed uno di scarico, con tutti gli analizzatori connessi fisicamente e logisticamente in catena tra loro. Tale soluzione non prevede alcun intervento manuale dell'operatore 7	La soluzione proposta presenta un livello di automazione parziale in quanto i tre sistemi offerti non sono logicamente e fisicamente connessi tra di loro 2.8
			1.2	Completa tracciabilità dei campioni, dalla accettazione alla archiviazione; Sarà assegnato maggior punteggio al progetto che garantisca la completa tracciabilità del campione in tutto il workflow (relazionare)	5			La soluzione proposta garantisce la completa tracciabilità del campione non solo con la lettura del bar code provetta in due distinti punti del percorso ma anche attraverso la	La soluzione proposta basa la tracciablità esclusivamente sulla lettura del bar code di provetta

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

								lettura del doppio bar code posizionato sul rack, il tutto supportato da un middleware di gestione 5	2
			1.3	Capacità produttiva; sarà valutata la soluzione tecnologica che completi la routine nella giornata di picco nel più breve tempo possibile; minor tempo maggior punteggio		5		114 minuti 4.00	92 minuti 5
			1.4	Continuità operativa: soluzioni proposte in caso di fermo parziali del sistema. Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione proposta che garantisca una continuità operativa anche in caso di fermo macchina parziale (relazionare)	3			La soluzione proposta garantisce la continuità operativa anche in caso di blocco di due dei tre sistemi di chimica e di uno dei due strumenti del segmento. Inoltre garantisce il caricamento fronte macchina in caso di emergenza	La soluzione proposta garantisce la continuità operativa anche in caso di blocco parziale della strumentazione fornita, ma con un forte intervento dell'operatore

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

								3	2.4
			1.5	Middleware di settore: saranno valutate le funzionalità del sistema esperto, il grado di personalizzazioni in base alle esigenze dell'operatore, il collegamento in rete con i vari Presidi periferici per la validazione a distanza.	5			Il sistema proposto è perfettamente rispondente alle esigenze richieste 5	Si esprime giudizio buono nel complesso riferito alle regole di impostazione del middleware 4
2	TECNOLOGIA	20	2.1	Tecnologie di analisi della frazione corpuscolata: numero di tecnologie utilizzate; maggior numero maggior punteggio		5		2 tecnologie 5	Una tecnologia 2.5
			2.2	Esame frazione corpuscolata: numero e tipologia di parametri aggiuntivi, rispetto ai minimi richiesti, ad elevata valenza clinica (allegare pubblicazioni scientifiche); maggior numero maggior punteggio		5		18 parametri 5	4 parametri 1.11
			2.3	Esame Chimico fisico: numero e tipologia di parametri aggiuntivi, rispetto ai minimi richiesti, ad elevata valenza clinica (allegare pubblicazioni		5		Quattro 5	Tre 3.75

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				scientifiche); maggior numero maggior punteggio					
			2.4	Esame Chimico fisico: caricamento in continuo delle strip			3	3	3
			2.5	Volume minimo del campione di urina necessario per l'esecuzione dell'esame chimico fisico; minor volume maggior punteggio		2		1 ml 2	2 ml 1
3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	20	3.1	Modalità di calibrazione: sarà assegnato maggior punteggio alla sistema con più semplice modalità di calibrazione sia per la l'esame chimico fisico che per la frazione corpuscolata. (relazionare)	5			La soluzione proposte risulta ottimale e sovrapponibile a quella della concorrente (calibrazione peso specifico contro acqua) 5	La soluzione proposte risulta ottimale e sovrapponibile a quella della concorrente (calibrazione peso specifico contro acqua) 5
			3.2	Esame chimico fisico: livello di sensibilità dei parametri più significativi ad elevata valenza clinica (emoglobina, glucosio, proteine); maggior sensibilità maggior punteggio		5		Migliore sensibilità solo per il dosaggio delle proteine rispetto ai tre parametri richiesti 1.70	Migliore sensibilità per emoglobina e glucosio rispetto ai tre parametri richiesti 3.3

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

			3.3	Controllo di qualità: sarà valutato il numero e la tipologia dei parametri controllati sia per l'esame chimico fisico sia per la frazione corpuscolata. Più parametri ,più punteggio		4		18 parametri 4	15 parametri 3.33
			3.4	Volume dei reflui di scarico; minor volume maggior punteggio		4		41.70 l al giorno 2.40	25 l al giorno 4
			3.5	Quantità di reagenti e consumabili; minor numero maggior punteggio		2		8 reagenti 0.5	2 reagenti 2
4	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	5	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.	3			Il servizio proposto soddisfa pienamente la richiesta della SA 3	Il servizio proposto soddisfa pienamente la richiesta della SA 3
			4.2	Piano di formazione	2			Il piano di formazione proposto risulta nel suo	Il piano di formazione proposto risulta nel suo

								complesso ottimo 1.8	complesso ottimo 1.8
						Totale		62.40	50

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 12 – MICOBATTERI

1	OBIETTIVI HUB	Realizzare un centro di riferimento per l'intero percorso diagnostico dei Micobatteri Ridurre al minimo il rischio degli operatori durante tutto l'iter diagnostico dalla raccolta del campione al risultato Limitare il più possibile la variabilità dei risultanti derivanti dall'esecuzione di attività manuali per garantire la massima tracciabilità del assegnato diagnostico. Ridurre al minimo il rischio di contaminazione/cross contaminazione dei campioni in tutto il processo diagnostico. Garantire elevato grado di capacità strumentale e produttività oraria per una migliore distribuzione dei carichi di lavoro durante i picchi di arrivo dei campioni al laboratorio. Ridurre il numero di operatori necessari per l'effettuazione delle analisi in oggetto, privilegiando ipotesi che favoriscano l'ottimale e razionale impegno del personale. Ridurre hand-on.time tecnico e time-to-result analitico, per avere un reale impatto sul TAT clinico			
2	BASE D'ASTA	EURO 200.000/ANNO			
3	PANNELLO ANALITI	Ricerca Bk in materiale biologico			
4	CARICHI DI LAVORO	Colturali BK: 3000/anno			
5	MODALITA' OPERATIVE	Frequenza sedute: h12-300gg			
6	WORK FLOW	test	Quantità/giorno	Sedute analitiche	Arrivo campioni
		Ricerca Bk in materiale biologico	10	giornaliera	Ore 11.00
7	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI HUB & SPOKE	Sistema automatico in grado di eseguire la ricerca colturale e test di farmacosensibilità dei micobatteri con utilizzo di terreno liquido e con rilevazione non radiometrica Test di farmacosensibilità per Streptomicina, Isoniazide, Rifampicina, Etambutolo e Pirazinamide per M. tuberculosis; farmaci di seconda linea per NTM e per MDR-XDR Capacità di carico del Sistema adeguato al carico di lavoro Middleware gestionale collegato in modo bidirezionale con il sistema informatico del laboratorio che consenta di ottimizzare i flussi di lavoro attraverso una piattaforma omogenea che permetta la validazione, la refertazione e le analisi statisticoepidemiologiche e allert alla Direzione Sanitaria, all'Osservatorio Epidemiologico Regionale e al Dipartimento di Prevenzionale Aziendale			

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BD	Punteggio
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	25	1.1	Livello di automazione del sistema che limiti al massimo le attività manuali e ottimizzi le risorse umane necessarie. Sarà assegnato maggior punteggio al sistema che preveda la maggiore automazione ed il minor numero di operatori necessari (relazionare)	10			Ottimo La soluzione proposta presenta una ottimale livello di automazione con riduzione delle attività manuali	9
			1.2	Sistema di raccolta e trasporto dei campioni respiratori in totale sicurezza per gli operatori			5	L'azienda fornisce sistemi di raccolta e trasporto dotati di chiusura a vite che garantisce la completa sigillatura del campione	5
			1.3	Middleware: integrazione dei dati strumentali con eventuali test manuali.			5	La soluzione proposta permette l'integrazione dei dati strumentali con quelli eseguiti con test manuali	5
			1.4	Middleware: Possibilità di gestione dei dati/refertazione in remoto			5	La soluzione proposta permette la gestione da remoto dei dati	5
2	TECNOLOGIA	15	2.1	tecnologia di rilevazione non invasiva			8	La tecnologia proposta risulta NON invasiva in quanto al rilevazione è fatta in modalità fluorescente	8
			2.2	Sensibilità del meccanismo di rilevazione Maggiore sensibilità, maggior punteggio		7		Il sistema proposto risulta estremamente sensibile in comparazione con i metodi tradizionali.	7

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	22	3.1	Antibiogrammi di I° linea: livello di automazione dell'antibiogramma per Isoniazide, Rifampicina, Etambutolo e Pirazinamide (relazionare)	10			Giudizio OTTIMO. Il sistema risulta performante secondo le linee guida internazionali (CLSI)	9
			3.2	Antibiogrammi di II° linea: numero di molecole testabili; maggior numero maggior punteggio		7		Il sistema risulta particolarmente completo	7
			3.3	Provette con tappo a vite per la massima garanzia di sicurezza per gli operatori			5	Criterio verificato	5
4	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	8	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.	4			Il giudizio sulla Assistenza tecnica è buono nel suo complesso	3.2
			4.2	Piano di formazione	4			Giudizio ritenuto buono	3.2
								Totale	**66.4**

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 15 – DIAGNOSI PRENATALE

1	OBIETTIVI HUB	Creazione di un settore diagnostico che gestisca, al primo trimestre di gravidanza, il rischio di trisomia fetale ed il rischio di sviluppo di preeclampsia per mezzo del dosaggio di F-BhCG, PAPP-A e PlGF. Elevata sensibilità dei singoli parametri. Completa tracciabilità dei campioni.
2	BASE D'ASTA	EURO 200.000/ANNO
3	PANNELLO ANALITI	F-BhCG PAPP-A PIGF
4	CARICHI DI LAVORO	F-BhCG: 4.000 test/anno
		PAPP-A: 4.000 test/anno
		PIGF: 4.000 test/anno
5	MODALITA' OPERATIVE	Frequenza sedute: 3 sedute settimanali
6	WORK FLOW	ORE 10: 30 campioni complessivi
7	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI	• Sistema, nuovo e di ultima generazione, per l'esecuzione degli esami elencati al punto 3; • Produttività adeguata a soddisfare il TAT max richiesto secondo il flusso dei campioni nella giornata di picco; • Validazione FMF (Fetal Medicine Foundation); • Utilizzo della PAPP-A al primo trimestre anche per il rischio di sviluppo di preeclampsia; • Utilizzo della PIGF al primo trimestre anche per la valutazione del rischio di trisomia fetale 21 • Iscrizione gratuita alla VEQ gestita da Provider dotato di terzietà

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	DASIT	PERKIN ELMER	Punteggio Dasit	Punteggio PE
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	10	1.1	Livello di automazione del sistema che limiti al massimo le attività manuali e ottimizzi le risorse umane necessarie. Sarà assegnato maggior punteggio al sistema che preveda la maggiore automazione ed il minor numero di operatori necessari (relazionare)	10			Il sistema proposto presenta un livello di automazione elevato derivante dalla possibilità di ridurre notevolmente le procedure di preparazione e gestione della strumentazione (reagenti integrati)	Il sistema proposto necessita di maggiori fasi di preparazione dello strumento riducendo così il livello di automazione	9	8
2	TECNOLOGIA	25	2.1	Semplicità della calibrazione da parte dell'operatore. (relazionare)	5			La ditta propone due calibratori pronti all'uso ed uno liofilo da ricostruire ed utilizzabile dopo 15'. Necessita di calibrazione ogni 15 gg;	La ditta propone un calibratore pronto all'uso e due liofili da ricostruire ed utilizzabili dopo 30'. Necessita di calibrazione ogni 90 gg;	4	4
			2.2	Produttività oraria del sistema offerto; maggior numero maggior punteggio		5		115 test/ora	40 test/ora	5	1.74
			2.3	Tempi di incubazione dei parametri; minor tempo maggior punteggio		5		19' per due analiti, 29' per il terzo analita	20' per tutti gli analiti offerti	4.48	5

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

			2.4	Gestione dei campioni fuori range per PAPP-A e F-BhCG	5			La gestione dei campioni fuori range risulta completamente automatica e rapida in quanto viene eseguita entro i 3' dall'inizio dell'incubazione.	Pur essendo l'analizzatore dotato di sistema di diluizione automatica del campione fuori range occorre attendere la fine del test con conseguente allungamento dei tempi.	5	3.5
			2.5	Funzione STAT			3	verificata	verificata	3	3
			2.6	Quantità di reflui liquidi e solidi prodotti; minor quantità maggior punteggio		2		Non valutabile in quanto non è stata indicata la quqntita della soluzione 4, soluzione 3 e del tampone di lavaggio per singolo test		0	2
3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	30	3.1	Stabilità on board della F-BhCG incluso eventuali reagenti accessori presenti nel kit necessari all'esecuzione del test; maggior stabilità maggior punteggio		5		29gg tale stabilità è determinata dal fatto che il kit viene mantenuto on board in quanto in area refrigerata	5gg	5	0.86
			3.2	Stabilità on board della PAPP-A incluso eventuali reagenti accessori presenti		5		29gg tale stabilità è determinata dal fatto che il kit viene mantenuto on board	5gg	5	0.86

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				nel kit necessari all'esecuzione del test; maggior stabilità maggior punteggio				in quanto in area refrigerata				
			3.3	Stabilità on board della PIGF incluso eventuali reagenti accessori presenti nel kit necessari all'esecuzione del test; maggior stabilità maggior punteggio		5		29gg tale stabilità è determinata dal fatto che il kit viene mantenuto on board in quanto in area refrigerata	5gg	5	0.86
			3.4	Sensibilità analitica della PAPP-A; maggior stabilità maggior punteggio		5		0.004 IU/L	0.005 IU/L	5	4
			3.5	Sensibilità analitica della F-BhCG; maggior stabilità maggior punteggio		5		0.16 IU/L	0.20 IU/L	5	4
			3.6	Sensibilità analitica della PIGF; maggior stabilità maggior punteggio		5		3.6 pg/ml	1.9 pg/ml	2.64	5

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

4	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	5	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.	3			La ditta propone 2 tecnici a disposizione del dispositivo offerto; 2 SAT in Regione 4 ore lavorative con ripristino funzionalità entro 8 ore lavorative dalla chiamata. Ricezione chiamata 08:30 – 17:30 e h 24 festivi e prefestivi	La ditta propone 3 tecnici a disposizione del dispositivo offerto; 1 SAT in Regione Intervento in 8 ore lavorative e risoluzione entro le 24 ore solari; . Ricezione chiamata 08:30 – 17:30 ma non i festivi	2.4	2.4
			4.2	Piano di formazione	2			Due moduli formativi da 4 ore tenuti da uno specialist; buona la struttura dei corsi di formazione	Tre giornate di formazione continua per un totale di 24 ore; un solo formatore a disposizione. Ben strutturato il corso di formazione	1.60	1.80
									Totale	**62.12**	**47.02**

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 18 – BIOLOGIA MOLECOLARE PER VIROLOGIA

1	OBIETTIVI HUB	Creazione di un settore di Biologia Molecolare per la Virologia che automatizzi la fase di estrazione, amplificazione, incubazione e lettura di HCV, HBV e HIV; Elevata sensibilità dei singoli parametri; Completa tracciabilità dei campioni; Ottimizzazione dei flussi operativi e delle risorse umane; Semplificare al massimo l'operatività; Gestione delle urgenze Refertazione dei campioni entro 5 ore.
2	BASE D'ASTA	EURO 600.000/ANNO
3	PANNELLO ANALITI	HCV RNA Quantitativo HBV DNA Quantitativo HIV RNA Quantitativo
4	CARICHI DI LAVORO	HCV: 8.000 test/anno
		HBV: 2.000 test/anno
		HIV: 1.000 test/anno
5	MODALITA' OPERATIVE	Frequenza sedute: 3 sedute settimanali
6	WORK FLOW	ORE 10.00: 40 campioni complessivi con profilo HCV, HBV, HIV
7	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI	• Sistema, nuovo e di ultima generazione, per l'esecuzione degli esami elencati al punto 3 con metodica real-time PCR/real-time TMA; • Produttività adeguata a soddisfare il TAT max richiesto secondo il flusso dei campioni nella giornata di picco; • Identificazione del campione tramite barcode; • Identificazione dei reagenti tramite barcode; • Presenza di un controllo per la verifica dell'amplificazione • Iscrizione gratuita alla VEQ gestita da Provider dotato di terzietà

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	QUIAGEN	ROCHE	ABBOTT
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	20	1.1	Livello di automazione del sistema che limiti al massimo le attività manuali e ottimizzi le risorse umane necessarie. Sarà assegnato maggior punteggio al sistema che preveda la maggiore automazione ed il minor numero di operatori necessari (relazionare)	7			5.6	7	6.3
								Il maggiore punteggio viene attribuito sulla scorta delle maggiore stabilità dei reagenti a bordo di estrazione ed amplificazione, con conseguente riduzione dell'intervento dell'operatore		
			1.2	Capacità produttiva; sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione tecnologica che completi la routine nella giornata di picco nel più breve tempo possibile; minor tempo maggior punteggio		7		Dalla documentazione tecnica prodotta dalla ditta non è possibile evincere chiaramente il dato richiesto, nonostante il chiarimento formulato in merito alla giornata di picco 0	270 min per il completamento della giornata di picco 4.61	178 min per il completamento della giornata di picco 7
			1.3	Semplificazione della gestione del campione con tracciabilità semplice e sicura in tutte le fasi. Sarà assegnato maggior punteggio al sistema con completa tracciabilità del campione durante tutto il workflow e la massima	6			Le soluzioni proposte dalle ditte risultano tutte confrontabili 6	Le soluzioni proposte dalle ditte risultano tutte confrontabili 6	Le soluzioni proposte dalle ditte risultano tutte confrontabili 6

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				semplificazione nella gestione dello stesso (relazionare)						
2	TECNOLOGIA	20	2.1	Tempo di refertazione del singolo test dal caricamento a bordo del campione fino alla generazione del risultato; minor tempo maggior punteggio		5		80 min 5	145 min 2.76	115 min 3.48
			2.2	Tipologia, frequenza e semplicità della calibrazione (maggiore stabilità della calibrazione maggior punteggio)		5		Una calibrazione ogni 90 gg 1.25	La calibrazione è automatica in quanto il sistema non necessita di calibratori esterni 5	1 calibrazione ogni 6 mesi 2.5
			2.3	Modalità di gestione delle urgenze. Sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione proposta che preveda la gestione delle urgenze senza interruzione della routine. (relazionare)	5			La soluzioni proposte dalle ditte risultano tutte confrontabili 5	La soluzioni proposte dalle ditte risultano tutte confrontabili 5	La soluzioni proposte dalle ditte risultano tutte confrontabili 5
			2.4	Modalità di gestione del rischio di contaminazione. (relazionare)	5			La soluzioni proposte dalle ditte risultano tutte confrontabili	La soluzioni proposte dalle ditte risultano tutte confrontabili	La soluzioni proposte dalle ditte risultano tutte confrontabili

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

								5	5	5
3	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	25	3.1	Sensibilità analitica del test HCV-RNA; maggior sensibilità maggior punteggio		5		7.5 UI/ml 5	15UI/ml 2.5	12 UI/ml 3.12
			3.2	Sensibilità analitica del test HBV-DNA; maggior sensibilità maggior punteggio		5		4.3UI/ml 3.14	2.7 UI/ml 5	10UI/ml 1.35
			3.3	Sensibilità analitica del test HIV-RNA; maggior sensibilità maggior punteggio		5		8.9cp/ml 5	13.20 cp/ml 3.37	20cp/ml 2.22
			3.4	Reagenti pronti all'uso			5	5	5	5
			3.5	Quantità e gestione dei reflui prodotti. (Minore quantità, maggior punteggio)		5		Dato non riscontrabile dalla documentazione di gara 0	1.7 l/96 test 2.12	480ml al gg 5
4	POST-VENDITA (FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)	5	4.1	Servizio di Assistenza Tecnica e supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.	3			Nessun SAT in regione; nessuna disponibilità a ricezione chiamate prefestivi e festivi; 1 solo tecnico a disposizione per le attrezzature	La proposta del servizio di assistenza tecnica proposta dalla ditta risulta essere pienamente soddisfacente	La proposta del servizio di assistenza tecnica proposta dalla ditta risulta essere pienamente soddisfacente

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

								offerte, e se non disponibile quello da Napoli/Avellino, giungerà tecnico da altre aree 0.9	3	3
			4.2	Piano di formazione	2			Si ritiene il piano della formazione sufficiente 1.2	Ottimo il piano della formazione proposto dalla ditta in termini di organizzazione, ore di formazione, docenti e temi trattati 2	Si ritiene il piano della formazione buono in termini di organizzazione, ore di formazione, docenti e temi trattati 1.6
						Totale		**48.10**	**58.36**	**56.57**

Allegato n.ro 9) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

All. 10

ASL Bari
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 04/04/2022

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di aprile alle ore 09:50 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio – in Bari, Lungomare Starita n. 6, 2° piano – si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice (Commissione C – Area Microbiologica), nominata e costituita con Deliberazione del Direttore Generale n.1542 del 02/09/2021, per proseguire nelle operazioni della gara richiamata in oggetto, concernenti gli esiti della valutazione tecnico-qualitativa e l'apertura delle offerte economiche, costituendo Seggio di Gara come di seguito riportato:

-Ing. Angelo Maiano – Dirigente Responsabile UOS Manutenzione Elettromedicali ASL BA (Presidente Commissione Giudicatrice)
-Dott. Giuseppe Gagliardi – Dirigente UOC Patologia Clinica e Microbiologia ASL BA (Commissario)
-Dott. Edmondo Ceci – Direttore per l'Innovazione Organizzativa e Tecnologica UOC Patologia Clinica Ospedale "F. Miulli" (Commissario)
-Dott. Vincenzo Napoliello – Dirigente Responsabile UOS Acquisizione Servizi ASL BA (Presidente Seggio)
-Dott.ssa Emanuela Nisio – Collaboratore Amministrativo Professionale ASL BA - Testimone e segretario verbalizzante
-Sig.ra Giovanna Amoruso – Assistente Amministrativo ASL BA - Testimone

Preliminarmente, il Presidente del Seggio di gara dà atto

- che la presente seduta si terrà in modalità virtuale, tramite piattaforma Webex, come previsto dal Disciplinare di gara, nel rispetto della vigente normativa in tema di distanziamento sociale;
- che i competenti Uffici hanno comunicato a tutti i concorrenti interessati, tramite il portale Empulia, l'indirizzo di collegamento per poter partecipare alla seduta pubblica
- che hanno confermato la loro presenza entrambi gli operatori partecipanti: Ditta Beckton Dickinson Italia s.p.a., ed R.T.I. A.D.A. s.r.l. – Biomerieux Italia s.p.a. - Biomedical Service s.r.l.
- che, con riferimento al R.T.I. A.D.A. s.r.l. – Biomerieux Italia s.p.a. - Biomedical Service s.r.l., come da verbale datato 17/12/2021 (che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato), già notificato alla ditta in data 21/12/2021 tramite il portale Empulia (P.I. 333346-21 Protocollo EmPulia), la Commissione Giudicatrice ha dichiarato la relativa offerta non ammissibile per le motivazioni ivi riportate
- che, a seguito di ricorso presentato dal R.T.I. A.D.A. s.r.l. – Biomerieux Italia s.p.a. - Biomedical Service s.r.l. avverso la propria esclusione, sia il Tar Puglia – Bari con Ordinanza cautelare n.68/2022 e, successivamente, il Consiglio di Stato – Sez. III con Ordinanza n. 1401/2022 del 25/03/2022, hanno accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, riconosciuto l'interesse del ricorrente a non essere escluso dalla procedura in corso, fatta salva *un'attenta valutazione delle difese dell'Amministrazione da compiersi nella più approfondita sede di merito, fissata in primo grado per il 24/05/2022*
- che, in forza delle predette Ordinanze, la Commissione Giudicatrice ha proceduto nella valutazione tecnico-qualitativa di entrambe le offerte presentate nell'ambito del Lotto 10, come da documentazione trasmessa all'Area Gestione Patrimonio in data 30/03/2022, le cui risultanze (motivazione sintetica e relativo punteggio attribuiti per singolo criterio) vengono rese note nella presente seduta; terminata tale fase, il Seggio di Gara procederà con l'apertura delle offerte economiche

Si procede, quindi, con la lettura del predetto prospetto riepilogativo, qui allegato quale parte integrante e sostanziale, contenente le motivazioni ed i punteggi assegnati, per singolo criterio di valutazione, nonché il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascun concorrente ammesso al citato Lotto, come di seguito riportato:

Lotto 10 – Microbiologia

Ditta Beckton Dickinson Italia s.p.a. punteggio totale **67,73**

R.T.I A.D.A. s.r.l. – Biomerieux Italia s.p.a. - Biomedical Service s.r.l. punteggio totale **52,87**

A seguire, si procede con le operazioni di inserimento dei suddetti punteggi nell'apposita sezione della piattaforma telematica EmPulia.

Tutte le ditte ammesse hanno ottenuto un punteggio di qualità superiore alla soglia minima di 42 punti prevista negli atti di gara e, pertanto, vengono ammesse alla fase successiva dell'apertura delle offerte economiche, previa riparametrazione effettuata in automatico dalla piattaforma.

Il Presidente, non essendo stata sollevata dalle ditte presenti alcuna obiezione in merito agli esiti della valutazione tecnico-qualitativa, procede alla verifica della documentazione economica ed alla lettura delle quotazioni offerte ed inserite nello spazio telematico "Valore Offerto", quale elemento di valutazione e comparazione economica, come sotto riportato:

Ditta Beckton Dickinson Italia s.p.a. offerta economica **€ 4.762,963,00**

R.T.I A.D.A. s.r.l. – Biomerieux Italia s.p.a. - Biomedical Service s.r.l. offerta economica **€ 5.601.865,00**

Preso atto della trasformazione, effettuata automaticamente dalla stessa piattaforma telematica, delle quotazioni offerte in punteggio economico, nonché della graduatoria di merito sulla base della formula prevista dagli atti di gara, si evidenzia la seguente situazione:

ditta	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio totale
Beckton Dickinson Italia s.p.a.	67,73	70,00	€ 4.762.963,00	30,00	100,00
A.D.A. s.r.l. – Biomerieux Italia s.p.a. - Biomedical Service s.r.l.	52,87	54,64	€ 5.601.865,00	25,51	80,15

Il Presidente, pertanto, prende atto delle risultanze che vedono prima in graduatoria la ditta Beckton Dickinson Italia.

Alle ore 10:40 si conclude la seduta, del ché viene redatto il presente verbale, composto da n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

f.to Vincenzo Napoliello

f.to Angelo Maiano

f.to Emanuela Nisio

f.to Giuseppe Gagliardi

f.to Giovanna Amoruso

f.to Edmondo Ceci

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

LOTTO 10 – MICROBIOLOGIA

1	OBIETTIVI HUB	• Standardizzare ed uniformare i processi di acquisizione dei campioni per la centralizzazione dell'esecuzione degli esami in un unico sito aziendale. • Ridurre al minimo il rischio degli operatori durante tutto l'iter diagnostico dalla raccolta del campione al risultato; con particolare focus per le emocolture. • Migliorare la gestione del paziente settico nella fase pre-analitica, analitica e post-analtica, rivolgendo la massima attenzione ad eventuali accorgimenti che impattino nella riduzione del TAT per il modello Hub-Spoke da attuare, per il miglioramento dell'outcome clinico per il paziente. • Limitare il più possibile la variabilità dei risultanti derivanti dall'esecuzione di attività manuali per garantire la massima tracciabilità del dato diagnostico. • Migliorare la qualità dell'intero processo di semina/lettura, sia in ottica di certificazione dei processi, sia di riduzione dei tempi di refertazione. • Ridurre al minimo il rischio di contaminazione/cross contaminazione dei campioni e di inquinamento ambientale in tutto il processo diagnostico. • Garantire elevato grado di capacità strumentale e produttività oraria per una migliore distribuzione dei carichi di lavoro durante i picchi di arrivo dei campioni al laboratorio. Ridurre il numero di operatori necessari per l'effettuazione delle analisi in oggetto, privilegiando ipotesi che favoriscano l'ottimale e razionale impegno del personale. • Migliorare la qualità dell'antibiogramma in termini di standardizzazione e tracciabilità per migliorare il rapporto con i clinici. • Attuare un programma di sorveglianza per i germi sentinella che migliori la comunicazione tra laboratorio e reparti, al fine di intervenire tempestivamente e limitare l'impatto delle infezioni nosocomiali • Disporre di sistemi automatici di supporto alle decisioni per coadiuvare ed accelerare i processi di refertazione con massimo focus sui campioni urinari che impattano maggiormente sulla routine	
2	BASE D'ASTA	EURO 1.500.000/ANNO	
3	MATERIALE DI	**DISPOSITIVO PRELIEVO CAMPIONI BIOLOGICI**	**QUANTITA' ANNO**

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

	CONSUMO SPECIFICO	Urine (sistema di raccolta + sistema di trasferimento + provetta di automazione)	70.000
		Tamponi vari in fase liquida	30.000
		Sistema di trasferimento per emocolture positive	3.000
		TERRENI DI COLTURA	
		Agar MacConkey	60.000
		Agar Sangue (5% Montone)	60.000
		CNA Agar + 5% Sangue Montone	30.000
		Agar cioccolato	30.000
		Agar cioccolato + bacitracina	3.000
		Agar Schaedler + 5% Sangue Montone	3.000
		Agar Salmonella-Shigella	6.000
		Agar Gardnerella	2.000
		Agar Yersinia CIN	1.000
		Agar selettivo per Neisseria meningitidis e gonorrhoeae	5.000
		Agar Sabouraud destrosio/glucosio + gentamicina e CAF	20.000
		Agar Cromogeno per urine	70.000
		Agar Cromogeno per Candida	2.000
		Agar Cromogeno per MRSA	2.000
		Agar Cromogeno per ESBL	2.000
		Agar Cromogeno per CRE	2.000
		Brodo di arricchimento selenite	5.000
		Brain Hearth infusion broth	3.000
		Lowenstein Jensen	3.000
		Todd Hewitt	3.000
	MATERIALE DI	**Tipologie campioni**	**Quantità anno**

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

4	CONSUMO SPECIFICO	Urinocolture	70.000
		Colturali vari	25.000
		Coprocolture	5.000
		Respiratori	1.000
		Emocolture*	12.000
		*: campioni positivi circa il 20% della quantità annua espressa	
		Identificazione Maldi da coltura	25.000
		Identificazione Maldi diretta da emocoltura Positiva	2.000
		Pannelli/ card sistema automatico identificazione	**Quantità anno**
		Gram negativi	1.500
		Gram positivi	1.000
		lieviti	500
		Pannelli/ card sistema automatico antibiogramma	**Quantità anno**
		Gram negativi	10.000
		Gram positivi	8.000
		Gram negativi/positivi MDR	2.000
		Pannelli/ card sistema semi automatico*	**Quantità anno**
		anaerobi	200
		esigenti	200
		lieviti	400
		*Dovrà essere garantita quantomeno l'automazione di lettura dei pannelli	

		Flaconi Emocoltura **			27.200
	FLACONI AEROBI	FLACONI ANAEROBI	FLACONI MICETI	FLACONI PEDIATRICI	FLACONI MICOBATTERI (OPZIONALI)
PO DI	5000	5000	1000	500	100

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

VENERE					
PO MONOPOLI	1500	1500	250	150	50
PO ALTAMURA	1500	1500	250	150	50
PO SAN PAOLO	1500	1500	250	150	50
PO CORATO	800	800	100	50	0
PO PUTIGNANO	800	800	100	50	0
PO MOLFETTA	800	800	100	50	0
TOTALI	**11900**	**11900**	**2050**	**1100**	**250**

**I carichi di lavoro dei singoli centri sono espressi per consentire di definire l'opportuna offerta strumentale
Per l'offerta dei reagenti si faccia riferimento esclusivamente ai totali espressi per tipologia di flacone

5	MODALITA' OPERATIVE	Frequenza sedute: h12-300gg					
6	WORKFLOW NELLA GIORNATA DI PICCO	**Tipologie campioni**	**Totale campioni giorno**	**Ore 9.30**	**Ore 11.30**	**Ore 12.30**	**Ore 14.30**
		Urinocolture	260	10	120	120	10
		Colturali vari	90	3	42	42	3
		Coprocolture	22	1	10	10	1
		Respiratori	8	1	3	3	1
		Emocolture*	50	5	20	20	5

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

7	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI	**DISPOSITIVI DI PRELIEVO PER I CAMPIONI BIOLOGICI:** • sistema di raccolta per le urine, con sistema di trasferimento in provetta da automazione, che garantisca la massima sicurezza per l'operatore. • Provette con terreno liquido dotate di tamponi di prelevamento ad eluizione, conformi al documento CLSI M40 A **SISTEMA ROBOTIZZATO COMPLETAMENTO AUTOMATIZZATO PER GESTIONE DELLE INDAGINI COLTURALI DELLA MICROBIOLOGIA (AUTOMAZIONE DELLE FASI DI INOCULO DEL CAMPIONE, SEMINA, INCUBAZIONE E DIGITAL IMMAGING):** • Automazione delle fasi di inoculo e semina di terreni di coltura in piastra (90 mm) direttamente da campione primario • Automazione dell'inoculo dei brodi di arricchimento direttamente da campione primario. • Automazione dell'inoculo dei vetrini direttamente da campione primario. • Capacità di stappare/svitare e tappare/avvitare automaticamente i sistemi per il prelievo e per il trasporto dei campioni biologici in fase liquida e la maggior parte dei contenitori. • Etichettatura delle piastre tramite codice a barre. • Sorting in uscita al seminatore. • Sistema di acquisizione e analisi delle immagini. • Sistema di collegamento e trasporto per incubatori a O_2 e a CO_2 di dimensioni adeguate ai carichi di lavoro. • Sistema di gestione (hardware e software), collegamento con il LIS di laboratorio e accesso in remoto tramite VPN. **SISTEMA AUTOMATIZZATO DI IDENTIFICAZIONE E TIPIZZAZIONE DI MICROORGANISMI (BATTERI, LIEVITI, FUNGHI) MEDIANTE SPETTROMETRIA DI MASSA MALDI-TOF:** • Strumento di ultima generazione automatico per l'identificazione di batteri, miceti, anaerobi, germi esigenti, micobatteri con tecnologia MALDI-TOF munito di software gestionale. • Integrazione del dato di identificazione MALDI-TOF e di quello di farmaco-sensibilità proveniente dalla strumentazione per ID/AST **SISTEMA PER L'ESECUZIONE DELL'ANTIBIOGRAMMA IN ALTA AUTOMAZIONE PER I PRINCIPALI BATTERI GRAM- E GRAM+**

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

		• Sistema in grado di eseguire i test di antibiogramma dei batteri Gram- e Gram+ in elevata automazione • Capacità analitica adeguata al carico di lavoro (anche strumentazione modulabile/scalabile, purchè di pari grado di tecnologia nelle performance analitiche) • Inserimento in ogni momento della giornata di nuovi pannelli, gallerie, cards. • Pannelli/gallerie/cards identificabili con codice a barre prestampato • Sistema anche semi-automatico per l'esecuzione dell'antimicogramma e antibiogramma dei batteri anaerobi ed esigenti

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

		SISTEMA AUTOMATIZZATO PER EMOCOLTURE CHE CONSENTA LA CRESCITA E IL RILEVAMENTO DEI MICROORGANISMI AEROBI, ANAEROBI E DEI MICETI: • Sistema completamente non invasivo sia nella fase analitica che pre-analitica. Capacità analitica adeguato al carico di lavoro (anche strumentazione modulabile/scalabile, purchè di pari grado di tecnologia nelle performance analitiche) • Sistema in grado di ricercare germi aerobi, anaerobi, miceti • Disponibilità di floconi dedicati per campioni a basso volume (pediatrici) **SISTEMA GESTIONALE (MIDDLEWARE) CHE CONSENTA LA GESTIONE INTEGRATA E L'ANALISI DEI DATI STRUMENTALI:** • Il sistema deve consentire di ottimizzare i flussi di lavoro attraverso una piattaforma omogenea che permetta la validazione, la refertazione, le analisi statistico epidemiologiche • Il sistema deve garantire un sistema sorveglianza dei microorganismi sentinella, con possibilità di invio dei messaggi di alert alla Direzione Sanitaria/CIO/Reparto. **Marcatura CE di tutte le soluzione proposte**

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	BD	RTI
1	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO LAVORATIVO	8	1.1	Livello di automazione proposta; sarà valutato il livello di automazione delle operazioni e conseguente riduzione dei rischi per l'operatore associati ad attività manuali (relazionare)	2			Il sistema proposto garantisce la massima integrazione di tutte le fasi (picking integrato) 2	La soluzione proposta risponde alle richieste di minima con un grado di automazione basso (molte componenti del processo sono stand alone topo il picking non integrato) 1
			1.2	Tracciabilità: sarà valutato il livello di tracciabilità garantita dalla soluzione in tutte le fasi pre-analitiche ed analitiche, dall'accettazione dei campioni alla refertazione (relazionare)	2			2	2
			1.3	Descrizione dei flussi operativi necessari, sulla base della soluzione tecnologica proposta. saranno valutati in particolare: la compatibilità della soluzione tecnologica con i locali messi a disposizione del progetto; il livello di integrazione logica/fisica dei vari moduli strumentali (relazionare)	2			La soluzione proposta risponde alla massima integrazione logico/fisica dei vari moduli strumentali offerti 2	La soluzione proposta non trova totale e completo riscontro funzionale nel layout richiesto a causa della mancanza del posizionamento della *manual station* di preparazione dei campioni non liquidi e risponde solo in parte alla massima integrazione logico/fisica dei vai moduli strumentali 0.8

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

			1.4	Middleware di settore: saranno valutati: il grado di integrazione informatica e l'uniformità dell'interfaccia utente per i vari strumenti preanalitici e analitici; la possibilità di gestione dei dati/ refertazione in remoto. (relazionare)	2			2	2
2	TECNOLOGIA SEMINA CAMPIONI LIQUIDI	9	2.1	Prelievo del campione. Procedure di prelievo del campione biologico in fase liquida: qualità dei processi che garantiscono un accurato inoculo del campione sulla piastra Petri. In particolare verranno valutati positivamente elementi che promuovano la standardizzazione della semina, l'automazione delle varie operazioni, i controlli dei processi volti a limitare i falsi negativi. (relazionare)	3			3	3
								La commissione ritiene i due sistemi ugualmente validi	
			2.2	Esecuzione della semina. Possibilità di personalizzazione dei pattern di semina,	2			2	2

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				tecnologia utilizzata e la capacità di isolamento delle colonie, accorgimenti che limitano il rischio di carry over e che garantiscono la sicurezza per gli operatori. (relazionare)				La commissione ritiene i due sistemi ugualmente validi	
			2.3	Autonomia funzionale: numero massimo di campioni caricabili a bordo contemporaneamente; maggior numero maggior punteggio		1		540 1	144 0.27
			2.4	Produttività: produttività garantita in termini di piastre seminate/ora; maggior numero maggior punteggio		1		440 1	360 0.82
			2.5	Ridondanza strumentale. Fornitura di uno strumento stand alone aggiuntivo per la semina (back up)			2	2	2
3	TECNOLOGIA SEMINA CAMPIONI NON LIQUIDI	4	3.1	Standardizzazione/automazione del processo e sicurezza per l'operatore. Livello di automazione, standardizzazione, tracciabilità, sicurezza per gli operatori, limitazione del carry over, garantiti per le seguenti fasi del processo: selezione delle piastre nel protocollo, etichettatura delle piastre,	2			Il sistema proposto garantisce la massima integrazione di tutte le fasi 2	La soluzione proposta comporta un impegno significativo manuale dell'operatore 1

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				inoculo del campione, semina e sorting in uscita. (relazionare)					
			3.2	Automazione/produttività. Livello di automazione e produttività massima garantita in termini di piastre seminate/ora; maggior numero maggior punteggio		2		680 2	400 1.18
4	TECNOLGIA INCUBAZIONE INTELLIGENTE E ACQUISIZIONE IMMAGINE	9	4.1	Integrazione fisica del sistema di incubazione con quello di semina mediante catena di collegamento			2	2	2
			4.2	gestione dei processi. modalità di gestione dei seguenti processi: (i) ingresso piastre seminate, (ii) uscita piastre per esecuzione di esami successivi (ID, AST, sottocolture...), (iii) acquisizione dell'immagine digitale a tempi definiti dall'operatore; dovranno essere dettagliati gli accorgimenti adottati per la migliore gestione nei momenti di picco. (relazionare)	3			La soluzione proposta dalla ditta risulta ottimale in quanto il sistema offerto gestisce i tre processi in maniera parallela ottimizzando così la gestione dei momenti di picco 3	La soluzione proposta consente la gestione dei tre processi su un unico canale. 1.8
			4.3	Produttività incubatori. Numero massimo di piastre movimentate/ora ; maggior numero maggior punteggio		1		1800 piastre /h 1	720 piastre/h 0.4
			4.4	Produttività acquisizione immagine: numero massimo di		1		900 piastre/h	800 piastre/h

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

				immagini acquisite/ora; maggior numero maggior punteggio				1	0.89
			4.5	Ridondanza strumentale. Fornitura di incubatore aggiuntivo (back up)			2	Offerto un terzo incubatore collegato in catena con identiche caratteristiche tecnico-funzionali dei due principali 2	non viene fornito alcun incubatore di back up automatizzato che sia anche in grado di acquisire immagini ma viene fornito un semplice termostato non ritenuto idoneo 0
5	TECNOLOGIA APPLICAZIONI DIGITALI DI SUPPORTO ALLA REFERTAZIONE	2	5.1	L'offerente dovrà relazionare sulle applicazioni digitali di screening dei campioni negativi, con particolare focus sul campione di urinocoltura. Dovrà essere chiarito il livello di automazione e di supporto alla refertazione garantito, la possibilità di applicare regole esperte interpretative e il grado di personalizzazione delle stesse relativamente alle informazioni del paziente/reparto. (relazionare)	2			La soluzione proposta dispone di un algoritmo growth/no growth che consente una ottima acquisizione/refertazione dei campioni negativi 1.8	La soluzione proposta dispone di un algoritmo matematico che consente una eccellente acquisizione/refertazione dei campioni negativi 2
6	TECNOLOGIA COLONY PICKING E PREPARAZIONE MC FARLAND	7	6.1	Fornitura del sistema. Verrà valutata la fornitura opzionale di un sistema di colony picking per la preparazione automatica del target Maldi-tof e preparazione del Mc Farland.			2	2	2
			6.2	In caso di offerta di tale modulo, l'offerente dovrà relazionare					

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

				su:					
			6.2A	Integrazione. sarà valutato il livello di integrazione (logica/fisica) con il sistema robotizzato per le indagini colturali (relazionare)	2			Il sistema offerto risulta integrato logisticamente e fisicamente con il sistema robotizzato 2	Il sistema offerto risulta integrato logisticamente con il sistema robotizzato 1.2
			6.2B	Produttività. Numero di ID Maldi allestite/ora		2		50 spot 2	48 spot 1.92
			6.3	Sospensione unica per ID/AST. Possibilità di assicurare che il target Maldi e la sospensione Mc Farland da cui originerà il dato di antibiogramma, siano preparati a partire dalla stessa colonia/subset di colonie selezionate sulla piastra			1	1	0
7	TECNOLOGIA MALDI	8	7.1	Database. Ampiezza del database di riferimento (numero massimo di specie identificabili).		3		3065 2.73	3359 3
			7.2	Identificazione diretta da emocoltura positiva. Modalità di identificazione dei microrganismi direttamente da emocoltura positiva. (relazionare)	3			Certificazione CE IVD 3	Comitati scientifici e i tempi sono lunghi rispetto alla concorrente 1.5
			7.3	Integrazione Maldi-antibiogramma. Dettagliare il livello di integrazione effettiva del dato di identificazione con quello dell'antibiogramma.	2			Le soluzioni sono confrontabili 2	Le soluzioni sono confrontabili 2

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

				Semplicità operativa, interfaccia di collegamento. (relazionare)					
8	TECNOLOGIA EMOCOLTURE	3	8.1	Adattabilità al modello HUB/spoke. Descrivere come la soluzione proposta si adatta al modello Hub/spoke della ASL Bari, relazionando sulla modularità e scalabilità della soluzione, sulla capacità di garantire nell'intera rete uniformità di qualità del dato e di formazione per il personale, sul livello di controllo informatico garantito per l'Hub su tutti i vari moduli periferici (relazionare)	3			3	2.7
			9.1	Determinazione della MIC e dei Marker resistenza. Tecnologia di determinazione del valore di MIC e capacità di rispondere all'emergenza dei nuovi feno tipi di resistenza. possibilità di determinare all'interno del pannello/card offerto i principali marker di resistenza conosciuti, con particolare focus su quelli di attuale rilievo (produzione di carbapenemasi ed eventuale classificazione, ESBL, MRSA, VRE...). (relazionare)	3			Due metodologie: Tecnologia turbidimetrica e colorimetrica. Meccanismo di resistenza alla crescita microbica tramite sistema CPO 3	Tecnologia turbidimetrica. Rilevazione fenotipica della resistenza 2.4
			9.2	Antibiotici testati. numero		2		34	22

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

9	QUALITA' E COMPLETEZZA DEI REAGENTI	12		massimo di molecole di antibiotico testate per singolo pannello/card offerto				2	1.29
			9.3	numero massimo di concentrazioni fisicamente testate per singolo pannello/card offerto		1		126 1	63 0.5
			9.4	EUCAST Compliance. Allineamento alle direttive EUCAST e modalità di aggiornamento. (relazionare)	1			Soluzioni sovrapponibili 1	Soluzioni sovrapponibili 1
			9.5	Dispositivi di sicurezza. Disponibilità di dispositivi che minimizzino il rischio per l'operatore in tutte le fasi di processazione dell'esame emocolturale (prelievo, sottocoltura) e che limitino il rischio di contaminazione. (relazionare)	2			La soluzione proposta garantisce massima sicurezza, senza utilizzo di adattatori 2	Il sistema proposto necessita di un adattatore per il trasferimento di emocultura positiva a provetta sottovuoto in parziale sicurezza 1.2
			9.6	Gamma flaconi. Descrivere la gamma di flaconi disponibili compatibili con la strumentazione offerta, per la migliore gestione delle particolari esigenze diagnostiche. Maggior numero maggior punteggio		3		6 1.2	15 3
10	POST-VENDITA	8	10.1	Servizio di Assistenza Tecnica e	4			Assistenza unica per tutti i prodotti offerti; ottimi i	L'assistenza tecnica offerta si differenzia pe

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

	(FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA)			supporto scientifico-metodologico: sarà presa in considerazione l'organizzazione dell'assistenza tecnica, quella per il supporto scientifico e metodologico e le tempistiche garantite di intervento.				tempi di ricezione ed intervento su chiamata; buono il numero di tecnici a disposizione del sito. Ottimo il supporto scientifico 4	tipologia di prodotto, non è unica per l'intera fornitura; tempo di disponibilità alla ricezione chiamata buoni; Ottimo il numero di tecnici a disposizione del sito. Ottimo il supporto scientifico 3.6
			10.2	Piano di formazione	4			4	4
					Totali			**67.73**	**52.87**

Allegato n.ro 10) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

All. 11

Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 29/04/2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 09:58 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio siti in Bari, Lungomare Starita n.6, si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice (Commissione B – Area Sangue), nominata e costituita con Deliberazione del Direttore Generale n.1542 del 02/09/2021, per dare atto degli esiti dell'ulteriore attività istruttoria effettuata successivamente alla seduta pubblica del 25/03/2022 in cui, relativamente ai Lotti di gara nn.4 e 7, è stata notificata la valutazione tecnico-qualitativa, data lettura delle offerte economiche e preso atto delle conseguenti graduatorie di merito. Il Seggio di Gara è costituito come di seguito riportato:

- Ing. Angelo Maiano – Dirigente Responsabile UOS Manutenzione Elettromedicali ASL BA (Presidente Commissione Giudicatrice)
- Dott. Leonardo Sardella - Direttore UOSV Medicina Trasfusionale ASL BA (Commissario)
- Dott.ssa Felicia Anna Spadavecchia - Direttore UOSVD Patologia Clinica ASL BT (Commissario)
- Dott. Vincenzo Napoliello – Dirigente Responsabile UOS Acquisizione Servizi ASL BA (Presidente Seggio)
- Dott.ssa Emanuela Nisio – Collaboratore Amministrativo Professionale ASL BA - Testimone e segretario verbalizzante
- Sig.ra Giovanna Amoruso – Assistente Amministrativo ASL BA - Testimone

Preliminarmente, il Presidente del Seggio di gara dà atto:

- che la presente seduta si svolge in modalità telematica, tramite piattaforma Webex, come previsto dal Disciplinare di gara, nel rispetto della vigente normativa in tema di distanziamento sociale;
- che il dott. Leonardo Sardella e la dott.ssa Felicia Anna Spadavecchia partecipano alla seduta in videoconferenza
- che i competenti Uffici hanno comunicato a tutti i concorrenti interessati, tramite il portale Empulia, l'indirizzo di collegamento per poter partecipare alla presente seduta pubblica
- che hanno confermato la loro presenza le seguenti Ditte: Beckman Coulter s.r.l., Dasit s.p.a., Medical Systems s.p.a. e Sebia Italia s.r.l.
- che, nella presente seduta, si procederà:

    - con riferimento al Lotto 4, a rendere note le risultanze dell'attività di supporto al Rup (come espressamente prevista nel Disciplinare di gara) svolta dalla Commissione Giudicatrice nell'ambito delle verifiche sull'apparente anomalia dell'offerta prodotta dalla ditta Medical Systems s.p.a., risultata prima nella graduatoria di merito

    - con riferimento al lotto 7, a rendere note le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione Giudicatrice a seguito di formale istanza pervenuta dalla ditta Sebia Italia s.r.l., in ordine alla rivalutazione dell'offerta tecnica della Medical Systems s.p.a. relativamente al criterio ***2.2 (impiego di materiale monouso)*** e della propria offerta tecnica relativamente al criterio ***2.3 (Minima produzione di reflui di lavorazione)***

Si procede, quindi, come innanzi rappresentato:

Lotto 4 – Ematologia

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, con riferimento all'offerta presentata per il Lotto 4 dalla ditta Medica Systems s.p.a., prima classificata nell'ambito della relativa graduatoria, dà lettura della relazione datata 27/04/2022 e notificata all'interessata tramite il portale Empulia (P.I. 117333-22 Protocollo EmPulia), in cui la Commissione dà atto che, nell'ambito dell'attività istruttoria di supporto al Rup in ordine all'apparente anomalia dell'offerta, sulla base delle c.d. *spiegazioni sul prezzo* rese dalla stessa Ditta ai sensi degli artt. 96 e 97 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., ha effettuato un ulteriore approfondimento sulla documentazione tecnica ed economica e, per l'effetto, dichiarata l'inammissibilità della stessa, avendo riscontrato la mancata rispondenza ai requisiti quantitativi previsti negli atti di gara, coerentemente a quanto disposto nei confronti di altri concorrenti partecipanti ai Lotti 6, 9 ed 11 e dettagliatamente rappresentato nella predetta comunicazione. Inoltre, è stato rilevato che, per un determinato codice prodotto, in offerta economica sono state indicate quotazioni diverse, determinando la non dovuta univocità della stessa ed ingenerando ambiguità sul prezzo.

Il Presidente prosegue dando atto che sono pervenute da parte della Medical Systems s.p.a. formali osservazioni in merito alla citata esclusione (acquisite agli atti dell'AGP in data odierna, rispettivamente, con prot. nn. 56636/2022 e 56641/2022) che, pur non potendo essere approfondite seduta stante, ad una prima lettura non parrebbero inficiare il giudizio espresso.

A questo punto, la dott.ssa Rosalia Profumo in qualità di Product Manager della ditta Medical Systems s.p.a. (giusta delega conferita in data 28/04/2022) chiede che la C.G. rivaluti l'esclusione, proprio, alla luce dei dati contenuti nelle predette note ed, altresì, evidenzia che nella confermata ipotesi di indicazione di un numero di confezioni inferiori rispetto al dovuto, in offerta è stata riportata la seguente dichiarazione: *"Eventuale ulteriore materiale necessario per l'esecuzione degli esami, Vi sarà fornito gratuitamente a titolo di sconto merce dietro Vs. richiesta secondo necessità"*

Interviene il Presidente della Commissione Giudicatrice, evidenziando che la Commissione, comunque, procederà ad un'attenta analisi di quanto comunicato dalla ditta, dandone tempestivo riscontro alla stessa, ma puntualizza che il proprio giudizio deve basarsi sui dati ufficiali contenuti nell'offerta tecnica/economica presentata al momento della partecipazione.

A conclusione di tale intervento, il Presidente del Seggio di gara comunica che, a causa dell'intervenuta attività di manutenzione da parte del gestore della piattaforma telematica EmPulia, le operazioni automaticamente effettuate da quest'ultima in ordine alla rimodulazione della graduatoria di merito del Lotto 4 avverranno successivamente al ripristino della funzionalità della stessa, ossia nella prima data utile prevista per il 2 maggio p.v., precisando che verrà allegato al presente verbale il relativo prospetto "Riepilogo finale Lotto" elaborato dalla piattaforma.

Lotto 7 - Protidologia

Il Presidente della Commissione Giudicatrice procede con la lettura della relazione del 27/04/2022 (allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale), in cui la Commissione Giudicatrice, preso atto della formale istanza datata 13/04/2022 della ditta Sebia Italia s.r.l., seconda classificata nell'ambito della relativa graduatoria, con cui viene chiesta la rivalutazione dell'offerta tecnica della Medical Systems s.p.a. relativamente al criterio *2.2 (impiego di materiale monouso)* e della propria offerta tecnica relativamente al criterio *2.3 (Minima produzione di reflui di lavorazione)*, motiva la conferma del punteggio assegnato al criterio tabellare 2.2 e l'accoglimento delle osservazioni riferite al criterio proporzionale 2.3 (Minima produzione di reflui di lavorazione).

Pertanto, è stato rimodulato il suddetto punteggio parziale, evidenziando le seguenti risultanze per entrambi i concorrenti:

Punteggio parziale:

Sebia Italia s.r.l.	criterio 2.3 **punti 2,00**
Medical Systems s.p.a.	criterio 2.3 **punti 1,30**

Punteggio Complessivo (non normalizzato)

Sebia Italia s.r.l.	punteggio totale **69,06**
Medical Systems s.p.a.	punteggio totale **58,90**

Al termine, il Presidente del Seggio di gara ribadisce che, a causa dell'intervenuta attività di manutenzione da parte del gestore della piattaforma telematica EmPulia, le operazioni automaticamente effettuate da quest'ultima in ordine alla rimodulazione della graduatoria di merito del Lotto 7 avverranno successivamente al ripristino della funzionalità della stessa, ossia nella prima data utile prevista per il 2 maggio p.v., precisando che verrà allegato al presente verbale il relativo prospetto "Riepilogo finale Lotto" elaborato dalla piattaforma.

Alle ore 10:45 si conclude la seduta, evidenziando che tutte le comunicazioni/convocazioni avverranno esclusivamente tramite piattaforma EmPulia e rinviando al RUP per gli adempimenti di legge concernenti l'eventuale verifica dell'anomalia ex art, 97, co. 2 e co. 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., segnalata automaticamente dalla stessa piattaforma a seguito delle nuove formulazioni delle graduatorie di merito.
Del ché viene redatto il presente verbale, composto da n. 3 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

f.to Vincenzo Napoliello

f.to Angelo Maiano

f.to Emanuela Nisio

f.to Leonardo Sardella

f.to Giovanna Amoruso

f.to Felicia Anna Spadavecchia

ASL Bari
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Bari 27/04/2022

Al RUP/Direttore Area Gestione del Patrimonio
Dott.ssa Pia Paciello

OGGETTO: Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA – Riscontro richiesta chiarimenti ditta Sebia Italia s.r.l. - LOTTO 7

Con riferimento all'Istanza di chiarimenti datata 13/04/2022 (nota PEC del 13 aprile 2022) richiamata in oggetto, formulata dalla Ditta Sebia Italia s.r.l., valutato il contenuto con gli altri Commissari, Dott. Leonardo Sardella – Dirigente UOSVD Medicina trasfusionale ASL BA e Dott.ssa Felicia Anna Spadavecchia– Dirigente Responsabile UOSVD Patologia Clinica ASL BT, all'unanimità la Commissione rappresenta quanto segue:

- Per quanto concerne il criterio 2.2 – impiego di materiale monouso (attribuzione punteggio tabellare – max 3 punti), la Commissione, trattandosi di criterio di carattere generico sull'utilizzo di materiale monouso sulle strumentazioni offerte, ritiene di confermare il giudizio già espresso e, quindi, di non accogliere le eccezioni sollevate dalla ditta Sebia.
- Per quanto riguarda il criterio 2.3, la Commissione ha effettuato, nella corretta ottica comparativa, una ulteriore verifica delle offerte presentate dalle due concorrenti al Lotto in questione, anche sulla base dei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di pubblicazione degli atti di gara, con particolare riferimento ai quantitativi dei reflui prodotti nella giornata di picco dalle apparecchiature proposte dalle ditte concorrenti. Nell'ambito di tale attività istruttoria, sono stati nuovamente effettuati i dovuti calcoli, evidenziando le seguenti risultanze:

Ditta Medical Systems:

Giornate anno lavorative :300 giorni
n. di test anno da eseguire: 130.000 test
N. di test eseguiti in una giornata di picco: 130.000/ 300 = 433.33 test/giorno

La ditta dichiara di eseguire i 433.33 test/giorno in 138 minuti;
La ditta dichiara altresì di produrre 758.8 ml/h di reflui per l'esecuzione delle SPE

Considerando che 138 minuti sono 2 ore e 18 minuti, la produzione dichiarata è pari a 758.8ml/h *2 h 18" = 1745.24 ml al giorno per l'esecuzione delle SPE

Per l'esecuzione di una seduta di IFE pari a 6,66 campioni al giorno (cfr. Scheda Lotto) la ditta dichiara una produzione pari a 1.450 ml di reflui.
Pertanto la produzione giornaliera totale di reflui è pari a
Reflui giornalieri Medical Systems: 1450 + 1745.24 = **3.195.24 ml al giorno**

ASL Bari
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Ditta Sebia:
Giornate anno lavorative :300 giorni
n. di test anno da eseguire: 130.000 test
N. di test eseguiti in una giornata di picco: 130.000/ 300 = 433.33 test/giorno

La ditta dichiara di produrre 1.6 ml/test di reflui per l'esecuzione delle SPE

Pertanto, considerando il numero di test giornalieri di 433.33, la produzione dichiarata è pari a 1.6 * 433.33 = 693.33 ml al giorno per l'esecuzione delle SPE

Per l'esecuzione di una seduta di IFE pari a 6,66 campioni al giorno (cfr. Scheda Lotto) la ditta dichiara una produzione pari a 207ml/test di reflui, ovvero 207 *6.66 = 1378.62 ml al giorno per i test IFE
Pertanto la produzione giornaliera totale di reflui è pari a:
Reflui giornalieri Sebia: 693.33 + 1.378,62 = **2.071,95 ml al giorno**

Considerato che il punteggio da attribuire relativamente al criterio 2.3 della Scheda Lotto 7 risulta essere di tipo **proporzionale**, si riportano di seguito i punteggi corretti:

Ditta Sebia: Punteggio 2
Ditat Medical Systems: Punteggio 1.3

Pertanto i punteggi tecnici complessivi, non normalizzati, risultano essere:

Ditta Sebia: Punteggio 69.06
Ditat Medical Systems: Punteggio 58.90

Pertanto, vengono accolte le eccezioni sollevate dalla citata ditta Sebia Italia s.r.l., esclusivamente, in merito al criterio 2.3 della Scheda Lotto 7 e, per l'effetto, viene rimodulato il punteggio parziale e complessivo nei termini sopra rappresentati.

Tanto, per i conseguenziali adempimenti di competenza.

Cordiali saluti

– OMISSIS –

Allegato n.ro 11) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Riepilogo Finale Lotto

chiudi

Esito ▼ | Rettifica Valore Economico | Calcolo Economico | Verifica Anomalia | Sorteggio ▼ | Decadenza | Esito Verifica Anomalia | Aggiudicazione | Ripristina Fase | chiudi

Estremi della Gara

Protocollo Bando
PI327317-20

Fascicolo
FE033072

U. O. Proponente
ASL BA - Area Patrimonio

Stato Lotto
Verifica Anomalia

Criterio di Aggiudicazione Gara
Offerta economica più vantaggiosa

Offerte Anomale
Valutazione

Modalità di partecipazione
Telematica

Criterio Formulazione Offerta Economica
Prezzo

CIG
7969475

CUP

N.D.D. Indizione

Data D.D. Indizione

Oggetto
Procedura aperte telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di Laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

Estremi del Lotto

Numero Lotto
4

CIG
85407577A2

Descrizione
Ematologia

Base d'Asta Lotto
4.250.000,00

Aggiudicatario

Pag. 1 / 1 [1]

Lista Offerte Lotto

	Te...	Ec...	Valutazione Ammin...	Wa...	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	% Assegnata	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
○			ammessa		DASIT		1		100,00	70,00	30,00	Aggiudicatario proposto			1.999.999,60	Valutato		
○			ammessa		Beckman Coulter		2		89,80	67,93	21,87	II Classificato			2.743.075,20	Valutato		
○			ammessa		ABBOTT		3		83,02	56,29	26,73				2.245.000,00	Valutato		

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

Riepilogo Finale Lotto

chiudi

Esito ▼ Rettifica Valore Economico Calcolo Economico Verifica Anomalia Sorteggio ▼ Decadenza Esito Verifica Anomalia Aggiudicazione Ripristina Fase chiudi

Estremi della Gara

Protocollo Bando
PI327317-20

Fascicolo
FE033072

U. O. Proponente
ASL BA - Area Patrimonio

Stato Lotto
Aggiudicazione Proposta

Criterio di Aggiudicazione Gara
Offerta economica più vantaggiosa

Offerte Anomale
Valutazione

Modalità di partecipazione
Telematica

Criterio Formulazione Offerta Economica
Prezzo

CIG
7969475

CUP

N.D.D. Indizione

Data D.D. Indizione

Oggetto
Procedura aperte telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di Laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA

Estremi del Lotto

Numero Lotto
7

CIG
8540784DE8

Descrizione
Protidologia

Base d'Asta Lotto
1.500.000,00

Aggiudicatario
SEBIA ITALIA S.R.L.

Pag. 1 / 1 [1]

Lista Offerte Lotto

	Te...	Ec...	Valutazione Ammin...	Wa...	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	% Assegnata	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
○			ammessa		SEBIA ITALIA S.R.L.		1		90,10	70,00	20,10	Aggiudicatario proposto			1.044.000,00	Valutato		
○			ammessa		MEDICAL SYSTEMS S.P.A.		2		89,70	59,70	30,00	II Classificato			699.569,20	Valutato		

Allegato n.ro 11) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001377/2022

ALLEGATO 12

LOTTO	OGGETTO	DITTA AGGIUDICATARIA	IMPORTO ANNUALE DIAGNOSTICI	IMPORTO ANNUALE LOCAZIONE SISTEMI	IMPORTO ANNUALE MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMI	IMPORTO QUINQUENNALE DIAGNOSTICI	IMPORTO QUINQUENNALE LOCAZIONE SISTEMI	IMPORTO QUINQUENNALE MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMI	IMPORTO QUINQUENNALE TOTALE	OPZIONE DI ADESIONE MAX 60% IMPORTO QUINQUENNALE	12 MESI DI PROROGA IN FAVORE DELL'ASL BA	TOTALE COMPLESSIVO
1		EOS	5.362,68 €	176.304,00 €	58.200,00 €	26.813,40 €	881.520,00 €	291.000,00 €	1.199.333,40 €	719.600,04 €	239.866,68 €	2.158.800,12 €
2	CONTROLLI QUALITA'	BIO RAD	260.388,45 €	0,00 €	0,00 €	1.301.942,25 €	0,00 €	0,00 €	1.301.942,25 €	781.165,35 €	260.388,45 €	2.343.496,05 €
4	EMATOLOGIA	DASIT	298.617,80 €	35.511,72 €	65.870,40 €	1.493.089,00 €	177.558,60 €	329.352,00 €	1.999.999,60 €	1.199.999,76 €	399.999,92 €	3.599.999,28 €
5	VES	ALIFAX	8.800,00 €	18.095,00 €	26.114,00 €	44.000,00 €	90.475,00 €	130.570,00 €	265.045,00 €	159.027,00 €	53.009,00 €	477.081,00 €
6	COAGULAZIONE	DASIT	278.467,20 €	12.132,12 €	29.400,60 €	1.392.336,00 €	60.660,60 €	147.003,00 €	1.599.999,60 €	959.999,76 €	319.999,92 €	2.879.999,28 €
7	PROTIDOLOGIA	SEBIA	117.800,00 €	47.000,00 €	44.000,00 €	589.000,00 €	235.000,00 €	220.000,00 €	1.044.000,00 €	626.400,00 €	208.800,00 €	1.879.200,00 €
8	EMOGLOBINA GLICOSATA	BIO RAD	118.498,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	592.490,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €	697.490,00 €	418.494,00 €	139.498,00 €	1.255.482,00 €
9	URINE	DASIT	177.669,36 €	20.800,20 €	51.530,40 €	888.346,80 €	104.001,00 €	257.652,00 €	1.249.999,80 €	749.999,88 €	249.999,96 €	2.249.999,64 €
10	MICROBIOLOGIA	BD	365.192,60 €	379.750,00 €	207.650,00 €	1.825.963,00 €	1.898.750,00 €	1.038.250,00 €	4.762.963,00 €	2.857.777,80 €	952.592,60 €	8.573.333,40 €
12	MICOBATTERI	BD	146.025,20 €	19.500,00 €	10.000,00 €	730.126,00 €	97.500,00 €	50.000,00 €	877.626,00 €	526.575,60 €	175.525,20 €	1.579.726,80 €
13	AUTOIMMUNITA'	EUROIMMUN/MENARI	170.108,90 €	29.500,00 €	53.000,00 €	850.544,50 €	147.500,00 €	265.000,00 €	1.263.044,50 €	757.826,70 €	252.608,90 €	2.273.480,10 €
14	ALLERGOLOGIA	THERMO FISHER	474.386,40 €	10.000,00 €	6.000,00 €	2.371.932,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	2.451.932,00 €	1.471.159,20 €	490.386,40 €	4.413.477,60 €
15	DIAGNOSI PRENATALE	DASIT	76.004,39 €	6.000,00 €	7.995,60 €	380.021,95 €	30.000,00 €	39.978,00 €	449.999,95 €	269.999,97 €	89.999,99 €	809.999,91 €
16	PROTEINE SPECIALI	THE BINDING SITE	49.347,79 €	900,00 €	1.200,00 €	246.738,93 €	4.500,00 €	6.000,00 €	257.238,93 €	154.343,36 €	51.447,79 €	463.030,07 €
17	LABORATORI SPOKE D'URGENZA	A DE MORI	355.087,86 €	13.177,92 €	49.699,92 €	1.775.439,30 €	65.889,60 €	248.499,60 €	2.089.828,50 €	1.253.897,10 €	417.965,70 €	3.761.691,30 €
18	BIOLOGIA MOLECOLARE PER VIROLO	ROCHE	181.730,90 €	4.300,00 €	2.500,00 €	908.654,50 €	21.500,00 €	12.500,00 €	942.654,50 €	565.592,70 €	188.530,90 €	1.696.778,10 €
	TOTALE		3.083.487,53 €	775.970,96 €	631.160,92 €	**15.417.437,63 €**	**3.879.854,80 €**	**3.155.804,60 €**	**22.453.097,03 €**	**13.471.858,22 €**	**4.490.619,41 €**	**40.415.574,65 €**

Allegato n.ro 12) alla Proposta N.ro 0002479/2022 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000036 - Materiali diagnostici	2022	940.463,70
70010000036 - Materiali diagnostici	2023	3.761.854,78
70010000036 - Materiali diagnostici	2024	3.761.854,78
70010000036 - Materiali diagnostici	2025	3.761.854,78
70010000036 - Materiali diagnostici	2026	3.761.854,78
70010000036 - Materiali diagnostici	2027	2.821.391,09
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2022	236.671,14
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2023	946.684,57
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2024	946.684,57
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2025	946.684,57
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2026	946.684,57
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2027	710.013,43
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2022	192.504,08
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2023	770.016,32
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2024	770.016,32
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2025	770.016,32
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2026	770.016,32
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2027	577.512,24

☐ CONTIENE liquidazione ☒ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA a pubblicazione ☐ NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

PROPOSTA N.RO 20220002479 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001377 DEL 14/07/2022

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

Stab. Osp. Rivera - Direzione Amministrativa	Stab. Osp. Monopoli - Direzione Amministrativa
Stab. Osp. Corato - Direzione Amministrativa	Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa
Stab. Osp. Putignano - Direzione Amministrativa	Stab. Osp. Molfetta - Direzione Amministrativa
Dipartimento Aziendale Gestionale del Farmaco	Dipartimento Aziendale Immuno - Trasfusionale

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e nell'ambito di rispettiva competenza attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

DESTINATARI/NOTIFICHE/TRASMISSIONE *non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.*

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Nisio Emanuela	*Firmato digitalmente il 12/07/2022 15:22*
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	*Firmato digitalmente il 12/07/2022 15:56*