

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000602	22/03/2023

OGGETTO: U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S Manutenzione Elettromedicali - Servizio di Assistenza tecnica Full-risk post-garanzia su sistemi di RMN di marca GE Healthcare in dotazione al PTA di Conversano ed al P.O. “F. Perinei” di Altamura - Affidamento alla ditta esclusivista “GE Medical Systems S.p.A. – Milano”. Periodo 01.01.2023 – 31.12.2024.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000728 DEL 17/03/2023





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 21/03/2023 17:38 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 21/03/2023 18:01 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 22/03/2023 11:37 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 21/03/2023 18:26 Antonio SANGUEDOLCE


### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/03/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L’Addetto alla Pubblicazione

  
Firmato Digitalmente il 22/03/2023 11:38

Domenico ROVETO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S Manutenzione Elettromedicali - Servizio di Assistenza tecnica Full-risk post-garanzia su sistemi di RMN di marca GE Healthcare in dotazione al PTA di Conversano ed al P.O. “F. Perinei” di Altamura - Affidamento alla ditta esclusivista “GE Medical Systems S.p.A. – Milano”. Periodo 01.01.2023 – 31.12.2024.</b>
-----------------	--

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della UOC di Ingegneria Clinica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

### Premesso che:

- presso il PTA “Jaja” di Conversano, a seguito di regolare procedura di gara, è stata installata e risulta essere funzionante una Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W sistema N. A5813110 e relativa workstation;
- all’interno dell’offerta tecnica-economica di cui alla predetta procedura di gara il suddetto operatore economico oltre ad offrire la manutenzione del sistema di cui al punto precedente ha contemplato il servizio di assistenza tecnica post garanzia di tipo full-risk di tutti gli accessori elencati al punto 2 della suddetta offerta economica;
- l’offerta dell’assistenza tecnica full-risk post garanzia, valida per 8 anni al prezzo di € 70.000,00 oltre IVA per anno, è stata essa stessa aggiudicata in sede di gara;
- che a seguito della scadenza del periodo di garanzia, avvenuta in data 31/12/2018, la suddetta apparecchiatura, di complesso livello tecnologico, è stata comunque sottoposta ad un regolare programma di manutenzione e di assistenza tecnica onde assicurarne la corretta funzionalità in condizioni di sicurezza;
- con propria mail del 12 marzo 2019, la competente struttura della UO Elettromedicali della ASL BA ha formalmente richiesto il rispetto delle attività manutentive ivi comprese quelle straordinarie tra cui quella richiesta con n. 48398961 del 11/03/2019;
- la GE Healthcare in data 16/04/2019 ed in riscontro alla mail di cui al punto precedente dichiarava di accettare quanto proposto nella mail del 11/03/2019 offrendo, altresì, come condizione migliorativa a quanto dichiarato in sede di gara la possibilità di prolungare l’assistenza tecnica di che trattasi di ulteriori tre mesi senza alcun costo per la ASL BA;
- con Deliberazione n. 1865 del 01 ottobre 2019 è stato affidato il contratto di manutenzione full risk post-garanzia, della Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W sistema N. A5813110 e relativa workstation nonché di tutti gli accessori sino alla data del 31.03.2021;
- con Deliberazione n. 2045 del 16 Novembre 2021 è stato affidato per il periodo dal 01.04.2021 al 31.12.2022 il servizio di manutenzione “Full Risk” per la Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W sistema N. A5813110 e relativa workstation nonché di tutti gli accessori sino alla data del 31.12.2022, ad un canone complessivo di € 122.739,73 oltre IVA per manutenzione full- risk, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b-2) del D. Lgs. 50/16, per ragioni di natura tecnica;

### Premesso inoltre che:

- presso la UOC di Radiologia del P.O. della Murgia “F. Perinei”, a seguito di regolare procedura di gara, è stata installata e risulta essere funzionante una Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W W GEM XP sistema D174150001 con annessa workstation di post elaborazione AW 4.6 DEXUS e stampante LASER Fujifilm

- che a seguito della scadenza del periodo di garanzia, la suddetta apparecchiatura, di complesso livello tecnologico, con deliberazione n. 1103 del 13/06/2016 è stata sottoposta ad un regolare programma di manutenzione e di assistenza tecnica onde assicurarne la corretta funzionalità in condizioni di sicurezza;
- che il predetto contratto è scaduto in data 23/06/2018 e che, pertanto, è risultato necessario continuare a garantire la corretta funzionalità in condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura di che trattasi;
- con Deliberazione n. 2064 del 21 Dicembre 2018 è stato affidato per il periodo dal 24.06.2018 al 23.06.2021 il servizio di manutenzione "Full Risk" per la Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W W GEM XP sistema D174150001, workstation di post elaborazione AW 4.6 DEXUS e stampante LASER Fujifilm installate presso la UOC di Radiologia del P.O. della Murgia "F. Perinei" come da proposta n. 961F98, inviata via mail il 03/12/2018, alla Ditta GE Medical Systems S.p.A. – Milano, ad un canone annuo di € 90.000,00 oltre IVA per manutenzione full- risk e di € 18.000,00 oltre IVA per aggiornamento evolutivo, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b-2) del D. Lgs. 50/16, per ragioni di natura tecnica;
- con Deliberazione n. 2045 del 16 Novembre 2021 è stato affidato per il periodo dal 24.06.2021 al 31.12.2022 il servizio di manutenzione "Full Risk" per la Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W W GEM XP sistema D174150001, workstation di post elaborazione AW 4.6 DEXUS e stampante LASER Fujifilm installate presso la UOC di Radiologia del P.O. della Murgia "F. Perinei" come da proposta n. 961G87, inviata via PEC il 22/09/2021, alla Ditta GE Medical Systems S.p.A. – Milano, ad un canone complessivo di € 129.479,45 oltre IVA per manutenzione full-risk, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b-2) del D. Lgs. 50/16, per ragioni di natura tecnica;

**Visto, inoltre, che:**

- ai sensi del D.Lgs. 46/97 e Direttive 93/42 CE aggiornate con il Nuovo Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (Regolamento UE 2017/745) e la Direttiva EN 14971 sottolineano la necessità che *...omissis "I dispositivi siano oggetto di un'adeguata manutenzione e utilizzati in conformità della loro destinazione uso"*;
- ai sensi della raccomandazione ministeriale n.9 del 2009: *"è indispensabile che il manutentore agisca nel pieno rispetto degli obblighi sanciti dalla legislazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 e s. m. ed i. (cfr. Artt. 26 e 71 del D. Lgs. 81/08). Nello svolgimento di tale attività egli deve tenere in debita considerazione tutte le indicazioni relative alla manutenzione che il fabbricante, ai sensi delle Direttive sui Dispositivi Medici, ha fornito a corredo di ciascun dispositivo..."*;
- per garantire una corretta manutenzione, essendo un dispositivo medico ed un sistema complesso, è necessario accertare le competenze tecniche della ditta manutentrice;
- con particolare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica, l'unica capace di garantire la conduzione degli impianti in termini di massima sicurezza, gestendo con standard di qualità esclusiva la fornitura delle parti di ricambio originali e corredati di tutte le certificazioni di legge che ne accertano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indispensabili per un utilizzo appropriato ed ottimale dell'apparecchiatura nel rispetto delle normative CEI relative alla sicurezza;
- l'unica in possesso del Know how specifico, dotato di personale tecnico adeguatamente addestrato e qualificato, costantemente aggiornato con corsi anche presso le fabbriche di produzione;
- l'unica dotata della strumentazione di misura e controlli, dei manuali e degli schemi necessari per intervenire a regola d'arte sulle apparecchiature di cui sopra ed in possesso delle indispensabili autorizzazioni per l'accesso ai software protetti da copyright;
- per quanto sopra ricorrono anche i presupposti di cui al D.Lgs. 50/16 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. art. 63 comma 2 lettera b 2);
- nelle "Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" pubblicate dall'ANAC in data 27.11.2015:

*“Per i casi in cui il servizio o il bene è effettivamente infungibile, il legislatore comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all’evidenza pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsi la gara e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse;*

**Considerato che:**

- i sistemi di che trattasi sono dispositivi medici che garantiscono prestazioni essenziali ed insusctibili di interruzione e sono tutti di marca G.E. Medical Systems;
- per garantire una corretta manutenzione, essendo i dispositivi medici sistemi complessi, è necessario accertare le competenze tecniche della ditta manuttrice;
- il Decreto 14 gennaio 2021 sancisce la Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione;
- nell’ottica di ottimizzazione dei costi di gestione si ritiene di dover affidare tutte le apparecchiature in questione, di marca GE Healthcare, ad un unico operatore qualificato in grado di garantire il mantenimento del livello di erogazione del servizio sino ad oggi ottenuto;
- si è ritenuto opportuno al fine di definire la tipologia di scelta del contraente, ex art.59 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., effettuare apposita indagine di mercato, al fine di conoscere se altri operatori economici diversi dal produttore possano fornire il servizio richiesto con caratteristiche tecniche equivalenti nel rispetto dell’art.68 del D.Lgs 50/2016

**Preso atto che:**

- con nota PI302748–22 del 16.12.2022 pubblicata sulla piattaforma EmpULIA, è stata esperita una consultazione preliminare di mercato con la finalità di conoscere gli eventuali operatori economici in grado di offrire servizio assistenza tecnica Full Risk, Verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione parti/componenti HW e SW originali), supporto remoto e aggiornamento tecnologico per i sistemi di Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T R450W sistema N. A5813110 e relativa workstation del Presidio “Jaja” di Conversano e della Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W W GEM XP sistema D174150001 con annessa workstation di post elaborazione AW 4.6 DEXUS del P.O. “Perinei” di Altamura, in dotazione della ASL Bari;
- alla suddetta consultazione hanno presentato domanda la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. e la Ditta Polygon S.p.A.;
- dagli atti documentali prodotti dalla ditta GE in seno alla manifestazione di interesse di cui sopra è stato possibile evincerne la piena rispondenza ai requisiti richiesti in procedura, mentre lo stesso non è stato possibile verificare per la ditta Polygon S.p.A.;
- con riferimento al documento “Dichiarazione su attestazioni casa madre Polygon” del 22.12.2022 relativamente alla manifestazione PI302748–22 del 16.12.2022 la ditta Polygon S.p.A. dichiara ed attesta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che “*Polygon S.p.A. non possiede formale attestazione da parte della casa madre per cui i tecnici siano autorizzati dal fabbricante ad intervenire sulla apparecchiatura, come richiesta da Vostra documentazione*”;
- l’unico operatore economico in grado di garantire le prestazioni tecniche richieste secondo i requisiti richiamati nella procedura PI302748–22 del 16.12.2022 pubblicata sulla piattaforma EmpULIA è la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A.;
- poiché GE Medical Systems Italia S.p.A. è rappresentante della casa madre produttrice dei sistemi, la U.O.C. di Ingegneria Clinica dell’ASL BA ha ritenuto di dover chiedere, a mezzo mail inviata in data 06/02/2023 e successiva PEC del 08/02/2023 un’offerta tecnico economica che rispondesse alle necessità dell’Amministrazione;
- la ditta GE Healthcare a seguito di interlocuzioni avute anche per le vie brevi con i referenti dell’ASL BA, al fine di produrre un’offerta personalizza sulle reali necessità dell’Amministrazione, con PEC inviata in data 20/02//2023, faceva pervenire una proposta di

canone full risk, n° 961H73, per un importo complessivo biennale, relativo alla Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T R450W sistema N. A5813110 e relativa workstation del Presidio “Jaja” di Conversano, pari ad € 190.000,00 oltre IVA, e proposta di canone full risk, n° 961H74 relativo alla Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W W GEM XP sistema D174150001 con annessa workstation di post elaborazione AW 4.6 DEXUS del P.O. “Perinei” di Altamura, pari ad € 230.000,00 oltre IVA per un valore complessivo per entrambi i sistemi e per l’intera durata contrattuale di € 420.000,00 oltre IVA;

- con ulteriore richiesta PEC del 24 Febbraio 2023 la U.O.C. di Ingegneria Clinica richiedeva alla GE Healthcare chiarimenti ed una miglioria sulle condizioni economiche contrattuali già presentate con la precedente proposta;
- La ditta GE Healthcare, con nota mail del 02 Marzo 2023 agli atti di questi uffici, faceva pervenire miglioria della precedenti proposte contrattuali, con una nuova proposta di canone full risk, n° 961H73, per un importo complessivo biennale, relativo alla Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T R450W sistema N. A5813110 e relativa workstation del Presidio “Jaja” di Conversano, pari ad € 171.000,00 oltre IVA, e nuova proposta di canone full risk, n° 961H74 relativo alla Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W W GEM XP sistema D174150001 con annessa workstation di post elaborazione AW 4.6 DEXUS del P.O. “Perinei” di Altamura, pari ad € 207.000,00 oltre IVA per un valore complessivo per entrambi i sistemi e per l’intera durata contrattuale biennale di € 378.000,00 oltre IVA;

**Constatato che:**

- le nuove proposte di contratto inviate in data 02/03/2023 dalla ditta GE Medical Systems S.p.A, ed agli atti di questa UOC Ingegneria Clinica, risultano essere in linea con i prezzi medi di mercato per analoghe prestazioni;
- gli importi riportati nelle nuove proposte contrattuali n° 961H73 e n° 961H74 del 02.03.2023 risultano essere superiori agli importi dei precedenti periodi contrattuali scaduti, in quanto aumentati del costo del servizio di reperibilità, servizio non richiesto nei precedenti periodi contrattuali ma resosi estremamente necessario alla luce delle innumerevoli richieste di intervento ricevute negli ultimi anni, durante i giorni festivi, prefestivi e fuori dagli orari ordinari di lavoro;

**Visto che:**

- il predetto contratto garantisce la continuità operativa del servizio, in quanto oltre all’esecuzione di manutenzioni preventive programmate, la ditta ha assicurato interventi illimitati necessari ad eliminare eventuali guasti o inconvenienti che si dovessero e si sono verificati nel corso del normale utilizzo degli apparecchi così come già assicurato per a partire dalle scadenze dei precedenti contratti in attesa della formalizzazione degli atti;

**Verificato che:**

- la ditta G.E. Medical Systems S.p.A ha provveduto ad effettuare tutte le attività di manutenzione preventiva e correttiva, come da rapporti tecnici agli atti della U.O.C. Ingegneria Clinica che saranno totalmente assorbiti all’interno del presente contratto;

**Accertato, inoltre, che:**

- gli interventi, sia quelli già erogati nel periodo di vacanza contrattuale compreso tra la data del 01.01.2023 e l’adozione del presente atto che quelli futuri, sono stati e saranno effettuati avendo cura di mantenere le caratteristiche originarie di conformità dell’apparecchiatura ai sensi del D.Lgs. 46/97 in applicazione della Direttiva 93/42/CE e s.m.e i. concernente i dispositivi medici, nonché l’utilizzo delle apparecchiature medesime in regime di sicurezza in adempimento degli obblighi manutentivi previsti dalla normativa vigente in tema di attrezzature di lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art.70 e seguenti;

**Valutate**, quindi, le nuove proposte di contratto di manutenzione ed assistenza tecnica “full-risk” n° 961H73 e n° 961H74 inviate via mail in data 02/03/2023, acquisite al protocollo aziendale rispettivamente l’offerta n. 961H73 al Prot. n. 30746/2023 del 03.03.2023 e l’offerta n. 961H74 al prot. n. 30749/2023 del 03.03.2023, meritevoli di accoglimento per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2024 per la RMN del PTA di Conversano e per la RMN del P.O. di Altamura, ad un costo totale di € 378.000,00 oltre IVA;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **DELIBERA**

**per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate**

1. **di dare atto** che la documentazione citata in narrativa risulta essere depositata agli atti della U.O.C. di Ingegneria Clinica;
2. **di prendere atto** che dalla data di scadenza del precedente periodo di contratto, nelle more del perfezionamento dell’iter amministrativo, la ditta GE Medical Systems S.p.A. ha adempiuto ai propri oneri contrattuali in tema di manutenzione preventiva e correttiva “Full Risk” per la Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W sistema N. A5813110 e relativa workstation nonché di tutti gli accessori, agli atti di questi uffici, tutti installati presso la Radiologia del PTA di Conversano;
3. **di prendere atto** che dalla data di scadenza del precedente periodo di contratto, nelle more del perfezionamento dell’iter amministrativo, la ditta GE Medical Systems S.p.A. ha adempiuto ai propri oneri contrattuali in tema di manutenzione preventiva e correttiva “Full Risk” per la Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W W GEM XP sistema D174150001 con annessa workstation di post elaborazione AW 4.6 DEXUS elencati nella suddetta offerta economica, agli atti di questi uffici, tutti installati presso la Radiologia del P.O. “F. Perinei” di Altamura;
4. **di affidare** il contratto di manutenzione full risk post-garanzia, della Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare modello 1-5T MR450W sistema N. A5813110 e relativa workstation nonché di tutti gli accessori elencati nella suddetta offerta economica, e della Risonanza Magnetica di marca GE Healthcare 1-5T MR450W W GEM XP sistema D174150001 con annessa workstation di post elaborazione AW 4.6 DEXUS elencati nell’offerta agli atti di questi uffici, così come confermato nelle proposte di contratto “full-risk” n. 961H73 acquisita al Prot. n. 30746/2023 del 03.03.2023 e n. 961H74 acquisita al prot. n. 30749/2023 del 03.03.2023, per un importo complessivo di **€ 378.000,00 oltre IVA**;
5. **di attestare**, altresì, che il presente affidamento avviene anche ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b-2) del D. Lgs. 50/16, per ragioni di natura tecnica;
6. **di attestare** che il periodo del presente contratto, decorrerà dal 01/01/2023 e terminerà il 31.12.2024, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per la ASL BA per il periodo compreso tra le precedenti scadenze contrattuali e l’adozione di questo atto deliberativo;
7. **di attestare** che con il presente affidamento vengono assorbiti tutti i costi sostenuti dalla ditta GE Healthcare per mantenere in sicurezza ed efficienza i sistemi di che trattasi dalle date di scadenza dei precedenti contratti, fino all’approvazione del presente atto;

8. **di attestare** che alla spesa complessiva di € 461.160,00 IVA compresa si farà fronte con i normali mezzi di bilancio a carico del budget assegnato alla U.O.C. Ingegneria Clinica per le manutenzioni di apparecchiature elettromedicali, con imputazione al conto 715.100.00020, come di seguito suddiviso:

ANNO	IMPORTO IVA INCLUSA
2023	€ 230.580,00
2024	€ 230.580,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 461.160,00</b>

con pagamento in rate trimestrali posticipate con la emissione delle relative fatture, corredate da rapporti di lavoro attestanti l'avvenuta manutenzione debitamente sottoscritti dal Responsabile della struttura sanitaria interessata;

9. **di attestare** ai sensi dell'art. 3 L.136/2010 di aver richiesto per il presente affidamento il codice CIG n. 9719206E81 che è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
10. **di notificare** il presente provvedimento alla società affidataria e all'Area Gestione Risorse Finanziarie per i consequenziali adempimenti di competenza;
11. **di dare atto** che tutti i firmatari del presente provvedimento attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2023	230.580,00
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2024	230.580,00

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230000728 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000602 DEL 22/03/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Fasanelli Giancarlo	 Firmato digitalmente il 17/03/2023 12:09
Responsabile UOS/UOSD	Maiano Angelo	 Firmato digitalmente il 17/03/2023 13:38
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 21/03/2023 09:48