

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001307	27/06/2023

OGGETTO: A.G.P. - Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura quinquennale in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo destinata alle Strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL di Bari. Approvazione atti ed indizione di gara.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001600 DEL 27/06/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 21 (ventiuno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 252 (duecentocinquantadue) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 27/06/2023 15:38 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 27/06/2023 15:55 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 27/06/2023 16:16 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 27/06/2023 16:13 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/06/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione


Firmato Digitalmente il 27/06/2023 16:17

Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	A.G.P. - Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura quinquennale in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo destinata alle Strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL di Bari. Approvazione atti ed indizione di gara.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria effettuata dalla UOS "Direzioni Amministrative PP.OO. Corato e Molfetta" e della proposta formulata dal Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che

- Con le Deliberazioni del Direttore Generale n.543/2018, del Commissario Straordinario n.1276/2018 e del Direttore Generale n.1155/2019, per le motivazioni in esse contenute, sono stati recepiti gli esiti della procedura aperta in UTA, bandita dalla Capofila ASL TA, concernente la fornitura in service di sistemi per vitrectomia e facoemulsificazione e relativo materiale di consumo, aggiudicata alla Ditta Alcon Italia SpA;
- Il relativo contratto, decorrente dal mese di marzo 2018, prevedeva la relativa scadenza ad ottobre 2023;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2559 del 30/12/2022, è stato approvato il Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, allegato J del Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2023 e Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2023-2024-2025;
- in tale Programma è stato previsto per l'anno 2023, tra le altre acquisizioni, la fornitura in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo, occorrenti alle Strutture aziendali ospedaliere e territoriali di Oculistica, individuando il RUP della procedura in parola nella persona del Dirigente U.O.S. PP.OO. Corato-Molfetta, dott. Saverio Quacquarelli;

Considerato che

- la complessa attività istruttoria, finalizzata all'elaborazione della documentazione di gara, sia tecnica che amministrativa, è stata effettuata dall'apposito gruppo multidisciplinare, costituito dal RUP, dal Direttore del competente Dipartimento Neurosensoriale e dal Direttore della U.O.C. di Ingegneria Clinica;
- in esito a tale attività, con nota prot. 52655/2023 del 27/06/2023 il RUP ha acquisito il capitolato tecnico e relativi allegati, come predisposti dalle citate Direzioni, in cui sono stati, tra l'altro, indicati, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, la stima delle basi d'asta, i fabbisogni suddivisi per singola Struttura interessata;
- a seguito del perfezionamento dell'istruttoria, si è accertato che né il Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, hanno, attualmente, attivato convenzioni per la fornitura di cui all'oggetto, alle quali aderire e, pertanto, si rende necessario indire apposita procedura di gara aziendale, mediante procedura aperta telematica, suddivisa in n. 5 lotti funzionali, per l'affidamento della fornitura di facovitrectomi e facoemulsificatori in service, comprensiva di manutenzione *full risk*

e dei correlati consumabili, per le Strutture ospedaliere e territoriali della ASL di Bari, di durata quinquennale, prevedendo le seguenti opzioni:

- opzione di incremento del 40%, di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004, a beneficio di altri Enti S.S.R.
 - opzione di estensione/integrazione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 40 % del valore di aggiudicazione: in tale opzione rientrano sia l'ipotesi di aumento delle prestazioni contrattuali, di cui all'art. 106 c. 1 lett. a) del Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che l'ipotesi di prestazioni complementari, ex art. 63 c. 5 del citato decreto
 - opzione di proroga di 12 mesi, ai sensi dell'art 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i
- ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i. è stato stimato il seguente valore complessivo presunto dell'appalto, comprensivo delle predette opzioni e degli oneri da DUVRI, non soggetti a ribasso:

Lotto	Oggetto del Lotto	valore lotto 60 mesi	estensione 40% L.R. n. 1/2004 art. 28 (Opzione 1)	estensione/prestazioni complementari 40% (Opzione 2)	proroga 12 mesi (Opzione 3)	valore massimo stimato	DUVRI
1	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica	2.849.491,84 €	1.139.796,74 €	1.139.796,74 €	569.898,37 €	5.698.983,68 €	2.800,00 €
2	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	1.767.999,76 €	707.199,90 €	707.199,90 €	353.599,95 €	3.535.999,52 €	2.800,00 €
3	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso(tipo peristaltico) che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica	741.364,66 €	296.545,86 €	296.545,86 €	148.272,93 €	1.482.729,32 €	2.800,00 €
4	Sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	753.738,75 €	301.495,50 €	301.495,50 €	150.747,75 €	1.507.477,50 €	2.800,00 €
5	Sistema per facoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	1.758.723,75 €	703.489,50 €	703.489,50 €	351.744,75 €	3.517.447,50 €	2.800,00 €
TOTALI		7.871.318,76 €	3.148.527,50 €	3.148.527,50 €	1.574.263,75 €	15.742.637,52 €	14.000,00 €
Totale progetto						15.756.637,52 €	

- alla presente procedura sono stati attribuiti i seguenti C.I.G. ed il **codice unico intervento (CUI) F06534340721202300006**:
- Lotto 1: C.I.G. 9919802F8F
 - Lotto 2: C.I.G. 9919803067
 - Lotto 3: C.I.G. 991980520D
 - Lotto 4: C.I.G. 99198062E0
 - Lotto 5: C.I.G. 99198073B3

Accertato che nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali, così come determinato nel DUVRI allegato al presente provvedimento, per un importo quantificato in € 14.000,00 correlato alla relativa gestione;

Preso atto che la fornitura di che trattasi è necessaria al fine di garantire l'erogazione di prestazioni indispensabili previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), così come attestato dal Direttore del Dipartimento Neurosensoriale della ASL Bari, giusta nota acquisita al prot. generale n.50504/2023 del

20/06/2023, che, pertanto, la stessa non richiede la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia, ai sensi del punto 8 della D.G.R. 412/2023;

Visti

- il Progetto della fornitura in parola, predisposto ai sensi dell'art.23 comma 14 del D. lgs. n.50/2016 s.m.i. e la seguente documentazione di gara, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - a) Bando di gara;
 - b) Disciplinare di gara e relativi documenti allegati:
 - All. I Istanza di partecipazione
 - All. II (DGUE)
 - All. III Schema di Contratto/Capitolato d'oneri
 - All. IV Autocertificazione GDPR
 - All. V Informativa GDPR
 - All. VI Patto di integrità
 - All. VII Capitolato Tecnico
 - All. VII-A) Criteri di valutazione per lotto
 - All. VII-B) Scheda SAT
 - All. VII-C) Scheda piano delle Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale
 - All. VII-D) Scheda cronoprogramma della fornitura, installazione e posa in opera
 - All. VII-E) Modulo di offerta tecnica
 - All. VIII Schema di offerta economica dal lotto 1 al lotto 5
 - All. IX DUVRI

- Il Regolamento aziendale sugli incentivi per funzioni tecniche, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 351 del 23/02/2023 in attuazione dell'art. 113 D.lgs. 50/2016, che dispone l'individuazione del personale costituente il gruppo di lavoro, nonché struttura di supporto al Responsabile Unico del procedimento e che di seguito si riporta:
 - Leonardo Altamura – Collaboratore Amministrativo cat. D;
 - Nicola Di Iiso – Collaboratore Tecnico Professionale cat. D;
 - Giovanni Dechirico – Assistente Tecnico cat. C;
 - Simona Figliuolo – Assistente Amministrativo cat. C;
 - Lucia Lucci – Assistente Amministrativo cat. C;
 - Veronica Marena – Assistente Amministrativo cat. C;
 - Andrea Riviello – Assistente Amministrativo cat. C;

Evidenziato che

- nel corso del mese di maggio u.s. è stata registrata, rispetto alla preventivata scadenza contrattuale di ottobre 2023, l'anticipata completa erosione delle correlate risorse economiche relative alla quota parte del service riguardante la fornitura del materiale di consumo (PAK) e, pertanto, nelle more della formalizzazione del presente provvedimento di indizione, si è reso necessario garantire, senza soluzione di continuità, tale approvvigionamento, onde scongiurare l'interruzione di prestazioni previste nei LEA, mediante affidamento interinale allo stesso Aggiudicatario, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. c) D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.
- a tal fine, è stato disposto dal Direttore AGP l'inserimento nel gestionale Euis di Magazzino del relativo contratto, previa acquisizione del correlato CIG (983889944E), dando anticipata esecuzione

alla fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per un valore complessivo stimato in € 610.000,00 iva inclusa;

Ritenuto pertanto

- di indire gara a procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.mi., per la fornitura in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo, suddivisa in n.5 lotti funzionali, destinata alle Strutture aziendali ospedaliere e territoriali, prevedendo una durata quinquennale ed il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95 comma 2 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., per un valore stimato in **€ 7.871.318,73** iva ed oneri per la sicurezza esclusi;
- di prevedere, altresì, le seguenti opzioni contrattuali, per un valore complessivo di appalto pari ad **€ 15.742.637,52** al netto degli oneri da DUVRI non soggetti a ribasso pari ad **€ 14.000,00**:
 1. opzione di incremento del 40%, di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004, a beneficio di altri Enti S.S.R.;
 2. opzione di estensione/integrazione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 40% del valore di aggiudicazione: in tale opzione rientrano sia l'ipotesi di aumento delle prestazioni contrattuali, di cui all'art. 106 c. 1 lett. a) del Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che l'ipotesi di prestazioni complementari, ex art. 63 c. 5 del citato decreto;
 3. opzione di proroga di 12 mesi, ai sensi dell'art 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni assunte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

Di approvare il Progetto della fornitura in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo suddivisa in n.5 lotti funzionali e destinata alle Strutture aziendali ospedaliere e territoriali, nonchè i seguenti atti di gara, tutti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara e relativi documenti allegati:
 - All. I Istanza di partecipazione
 - All. II (DGUE)
 - All. III Schema di Contratto/Capitolato d'oneri
 - All. IV Autocertificazione GDPR
 - All. V Informativa GDPR
 - All. VI Patto di integrità
 - All. VII Capitolato Tecnico
 - All. VII-A) Criteri di valutazione per lotto
 - All. VII-B) Scheda SAT
 - All. VII-C) Scheda piano delle Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale
 - All. VII-D) Scheda cronoprogramma della fornitura, installazione e posa in opera
 - All. VII-E) Modulo di offerta tecnica
 - All. VIII Schema di offerta economica dal lotto 1 al lotto 5
 - All. IX DUVRI

Di indire gara mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.mi., per la fornitura in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo, suddivisa in n.5 lotti funzionali, destinata alle Strutture aziendali ospedaliere e territoriali, prevedendo una durata quinquennale ed il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95 comma 2 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.;

Di prevedere le seguenti opzioni contrattuali:

1. opzione di incremento del 40%, di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004, a beneficio di altri Enti S.S.R.
2. opzione di estensione/integrazione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 40 % del valore di aggiudicazione: in tale opzione rientrano sia l'ipotesi di aumento delle prestazioni contrattuali, di cui all'art. 106 c. 1 lett. a) del Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che l'ipotesi di prestazioni complementari, ex art. 63 c. 5 del citato decreto
3. opzione di proroga di 12 mesi, ai sensi dell'art 106 comma 11 d.lgs. 50/2016

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i. il valore complessivo stimato dell'appalto è di **€ 15.756.637,52** oltre iva di cui **€ 15.742.637,52** per servizi/forniture ed **€ 14.000,00** per oneri da rischi di interferenze, come di seguito dettagliato:

Lotto	Oggetto del Lotto	valore lotto 60 mesi	estensione 40% L.R. n. 1/2004 art. 28 (Opzione 1)	estensione/prestazioni complementari 40% (Opzione 2)	proroga 12 mesi (Opzione 3)	valore massimo stimato	DUVRI
1	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica	2.849.491,84 €	1.139.796,74 €	1.139.796,74 €	569.898,37 €	5.698.983,68 €	2.800,00 €
2	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	1.767.999,76 €	707.199,90 €	707.199,90 €	353.599,95 €	3.535.999,52 €	2.800,00 €
3	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso(tipo peristaltico) che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica	741.364,66 €	296.545,86 €	296.545,86 €	148.272,93 €	1.482.729,32 €	2.800,00 €
4	Sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	753.738,75 €	301.495,50 €	301.495,50 €	150.747,75 €	1.507.477,50 €	2.800,00 €
5	Sistema per facoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	1.758.723,75 €	703.489,50 €	703.489,50 €	351.744,75 €	3.517.447,50 €	2.800,00 €
TOTALI		7.871.318,76 €	3.148.527,50 €	3.148.527,50 €	1.574.263,75 €	15.742.637,52 €	14.000,00 €
Totale progetto						15.756.637,52 €	

Di dare atto che è stato individuato, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Saverio Quacquarelli, Dirigente Amministrativo U.O.S Direzioni Amministrative PP.OO. Corato-Molfetta;

Di individuare, ai sensi del Regolamento aziendale sugli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016., il seguente gruppo di lavoro a supporto del RUP, per tutte le fasi della presente procedura concorsuale (dalla progettazione all'esecuzione):

- Leonardo Altamura – Collaboratore Amministrativo cat. D
- Nicola Di Iiso – Collaboratore Tecnico Professionale cat. D
- Giovanni Dechirico – Assistente Tecnico cat. C
- Simona Figliuolo – Assistente Amministrativo cat. C
- Lucia Lucci – Assistente Amministrativo cat. C
- Veronica Marena – Assistente Amministrativo cat. C
- Andrea Riviello – Assistente Amministrativo cat. C

demandando al Responsabile Unico del Procedimento la ripartizione, la rendicontazione e la liquidazione delle somme spettanti, secondo le modalità e i criteri previsti nel predetto Regolamento Aziendale;

Di disporre, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., la pubblicazione del Bando sulla G.U.U.E., G.U.R.I. e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul profilo del committente – sezione bandi di gara e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che le consequenziali spese del servizio editoriale saranno rimborsate all'Amministrazione dall'aggiudicatario della presente procedura, secondo le indicazioni fornitegli da questa Stazione Appaltante;

Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'eventuale disposizione di slittamento dei termini di ricezione delle offerte e la correzione di eventuali errori materiali contenuti nella documentazione di gara, mediante adozione di apposita Determinazione Dirigenziale;

Di rinviare al provvedimento di aggiudicazione la quantificazione della spesa effettiva da registrarsi sui pertinenti conti economici (715.100.000.20 e 700.100.00050 e 718.100.000.15) dei bilanci di competenza, nonché la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Di autorizzare, nelle more dell'espletamento della presente gara, l'affidamento interinale, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. c) D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., della fornitura in service di sistemi per vitrectomia e facoemulsificazione e relativo materiale di consumo destinata alle Strutture aziendali ospedaliere e territoriali, in favore dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro regionale Alcon Italia SpA, per un importo presuntivo di € 610.000,00 iva inclusa, relativo alla sola quota parte del service riguardante la fornitura del materiale di consumo, da imputarsi sul conto 700.100.00050 del bilancio 2023;

Di ratificare, nelle more della formalizzazione del presente provvedimento, l'intervenuto inserimento nel gestionale Eusis di Magazzino del predetto contratto avvenuto in data 23/05/2023, in esecuzione anticipata della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., onde scongiurare l'interruzione di prestazioni previste nei LEA;

Di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Progetto del Servizio ai sensi dell'art. 23 c. 14, 15 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.

Oggetto: Procedura aperta, svolta in modalita' telematica, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, comprensiva di manutenzione *full risk* e dei consumabili, suddivisa in lotti funzionali, di cui n. 3 lotti di facovitrectomi e n. 2 lotti di facoemulsificatori, destinati alle Strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL di Bari.

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO.

La chirurgia oftalmologica è in continuo cambiamento. L'evoluzione tecnologica dei sistemi di taglio del vitreo, l'evoluzione dell'endoilluminazione e della visione grandangolare, negli ultimi anni, è stata notevole.

Ogni sforzo nello sviluppo di nuove strumentazioni ha condotto a migliorare le capacità di esprimersi da parte dei chirurghi, con un migliore tasso di sicurezza.

I nuovi sistemi di visione grandangolare miglioreranno sicuramente l'approccio chirurgico della periferia della retina e della definizione delle immagini durante le procedure. Le unità oftalmologiche del dipartimento eseguono circa 10.000 interventi di cataratta l'anno, 1500 interventi di chirurgia Vitreo-Retinica e di alta complessità. È già stata maturata, con esito positivo, l'esperienza di una fornitura in service di sistemi di Vitrectomia e Facoemulsificazione comprensiva del relativo materiale di consumo, a seguito di adesione alla procedura aperta della ASL TA (Capofila), espletata su base regionale.

Nell'anno 2022 risultano, dal gestionale di magazzino, emessi ordini di materiale di consumo per un valore complessivo ammontante ad € 1.200.898,76 iva esclusa, suddivisi tra i seguenti Centro di Costo:

CENTRO DI COSTO	IMPORTO ORDINATO 2022 I.E.
Terlizzi	211.450,72
Grumo	20.730,08
Altamura	436.296,24
Triggiano	82.262,40
Di Venere	298.926,36
Gioia del Colle	12.520,80
Putignano	135.832,16
Conversano	2.880,00
TOTALE ORDINATO 2022	1.200.898,76

Le Strutture aziendali destinatarie della fornitura oggetto del nuovo appalto, sono le seguenti:

STRUTTURE Ospedaliere e Territoriali
Ospedale "Di Venere" di Bari
Ospedale "F. Perinei" di Altamura
Ospedale "M. Sarcone" di Terlizzi
Ospedale "F. Fallacara" di Triggiano
Ospedale "S. Maria Degli Angeli" di Putignano
PTA "F. Jaja" di Conversano
PTA di Gioia del Colle
PTA Grumo Appula

Per tutte le motivazioni esposte ed ai fini della nuova contrattualizzazione, è stato elaborato dal Direttore del Dipartimento Neurosensoriale ASL Bari e dalla U.O.C. Ingegneria Clinica aziendale, il Capitolato dell'apposita

gara in service di Facoemulsificatori ad esclusivo uso per interventi di Cataratta e di Facovitrectomi per uso combinato delle procedure. Tale gara, prevedendo la formula "service", avrà una durata quinquennale.

Al fine di creare le condizioni migliori per il raggiungimento di risultati anatomico-funzionali soddisfacenti per i pazienti, con il massimo grado di sicurezza, è stata prevista la suddivisione della gara in lotti funzionali, di cui n.3 lotti di Facovitrectomi e n.2 lotti di Facoemulsificatori. Per le specifiche tecniche di tali sistemi e del complesso delle prestazioni richieste, si rinvia al Capitolato Tecnico di gara.

Il Responsabile del Procedimento, supportato da apposito gruppo di lavoro, ha elaborato gli atti di gara propedeutici all'indizione della nuova procedura aperta, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come previsto nel Capitolato Tecnico.

2. DUVRI

In relazione ai rischi da interferenza (DUVRI) è stato redatto apposito documento, dal quale derivano oneri per la sicurezza pari ad € 14.000,00, come di seguito dettagliati:

Descrizione	Quantità	Quantità totali/anno	Costo unitario	Costo totale
Riunioni coordinamento con RSPP e/o DEC	1	1	500,00 €	500,00 €
Coni in gomma rifrangenti (bianco/rossi) da utilizzare durante gli stazionamenti	5	5	12,00 €	60,00 €
Totale oneri non soggetti a ribasso annui a lotto				560,00 €
Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su n. 5 lotti per n. 60 mesi				14.000,00 €

3. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

3.1. Durata

La durata contrattuale del presente appalto, escluse opzioni, è di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di decorrenza del servizio, come individuata nel contratto da stipularsi.

3.2 Opzione di estensione

Sono previste le seguenti opzioni contrattuali:

- opzione di proroga, ai sensi dell'art 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i, di 12 mesi
- opzione di estensione/integrazione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 40 % del valore di aggiudicazione. Nella predetta opzione rientrano sia l'ipotesi di aumento delle prestazioni contrattuali, di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che l'affidamento delle prestazioni complementari, ex art. 63 c. 5 del citato decreto;
- opzione di incremento del 40%, di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004, a beneficio di altri Enti del SSR.

3.3 Base d'asta per singolo lotto

Premesso che il nuovo appalto prevede, per singolo lotto, un valore posto a base d'asta omnicomprensivo, (costo del consumabile, locazione apparecchiatura principale e del relativo strumento di back up, assistenza/manutenzione full risk), si dettagliano, di seguito, i termini di stima:

LOTTO	descrizione lotto	Strutture destinatarie	stima valore quinquennale pak/ consumabili	Incremento del 15% dei consumabili rispetto alle precedenti quotazioni risalenti all'ultima aggiudicazione datata 2018, in linea con attuale andamento del mercato	incidenza 10% costo macchine ed assistenza	Base d'asta quinquennale
1	Lotto 1 - Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica	Di Venere Terlizzi Altamura Triggiano Putignano Conversano	2.279.593,47 €	341.939,02 €	227.959,35 €	2.849.491,84 €
2	Lotto 2 - Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	Terlizzi Altamura	1.414.399,81 €	212.159,97 €	141.439,98 €	1.767.999,76 €
3	Lotto 3 - Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso(tipo peristaltico) che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica	Di Venere Putignano	593.091,73 €	88.963,76 €	59.309,17 €	741.364,66 €
4	Lotto 4 - Sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	Terlizzi Altamura Di Venere	602.991,00 €	90.448,65 €	60.299,10 €	753.738,75 €
5	Lotto 5 - Sistema per facoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	Altamura Triggiano Conversano Putignano Grumo -Gioia	1.406.979,00 €	211.046,85 €	140.697,90 €	1.758.723,75 €
TOTALI			6.297.055,00 €	944.558,25 €	629.705,50 €	7.871.318,76 €

Valore totale appalto, comprensivo di opzioni:

Lotto	Oggetto del Lotto	Importo lotto 60 mesi	estensione 40% L.R. n. 1/2004 art. 28 (Opzione 1)	estensione 40% art. 63 comma 5 ed art.106, comma 1 lett. a) D. Lgs. n.50/2016 (Opzione 2)	Proroga tecnica 12 mesi	Valore complessivo	DUVRI
1	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica	2.849.491,84 €	1.139.796,74 €	1.139.796,74 €	569.898,37 €	5.698.983,68 €	2.800,00 €
2	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	1.767.999,76 €	707.199,90 €	707.199,90 €	353.599,95 €	3.535.999,52 €	2.800,00 €
3	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso(tipo peristaltico) che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica	741.364,66 €	296.545,86 €	296.545,86 €	148.272,93 €	1.482.729,32 €	2.800,00 €
4	Sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	753.738,75 €	301.495,50 €	301.495,50 €	150.747,75 €	1.507.477,50 €	2.800,00 €

5	Sistema per facoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	1.758.723,75 €	703.489,50 €	703.489,50 €	351.744,75 €	3.517.447,50 €	2.800,00 €
TOTALI		7.871.318,76 €	3.148.527,50 €	3.148.527,50 €	1.574.263,75 €	15.742.637,52 €	14.000,00 €
Totale progetto						15.756.637,52 €	

Tutte le somme qui indicate sono ripotate al netto di Iva, da calcolarsi come per legge e degli oneri per la sicurezza pari ad € 14.000,00. L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari o regionali e, pertanto, verrà finanziato con i mezzi ordinari di Bilancio.

3.4 Calcolo del fondo incentivante di cui all'ex art. 113 d.lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Ai sensi dell'ex art.113 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e del Regolamento aziendale della ASL di Bari, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 351 del 23/02/2023, il fondo incentivante, suddiviso per singolo lotto, è così calcolato:

LOTTO	tot. Stima spesa 5 anni	1,60%
1	2.849.491,84 €	45.591,87 €
2	1.767.999,76 €	28.288,00 €
3	741.364,66 €	11.861,83 €
4	753.738,75 €	12.059,82 €
5	1.758.723,75 €	28.139,58 €
	7.871.318,76 €	125.941,10 €

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Al fine di consentire, per singolo lotto, la selezione di un operatore economico affidabile, in considerazione della natura e complessità della fornitura in service oggetto dell'appalto, oltre ai **Requisiti Generali** (insussistenza delle cause di esclusione indicate all'art. 80 D.lgs 50/2016) e di **Idoneità** (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara), viene richiesto il seguente **REQUISITO DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE** :

- Esecuzione nell'ultimo triennio, con riferimento alla data del bando, di forniture analoghe a quelle oggetto dei lotti a cui si intende partecipare, di importo complessivo minimo, IVA esclusa, come di seguito indicato:

Numero Lotto	Importo minimo forniture analoghe
Lotto 1	1.424.745,92 €
Lotto 2	883.999,88 €
Lotto 3	370.682,33 €
Lotto 4	376.869,38 €
Lotto 5	879.361,88 €

5. CRITERIO di SELEZIONE

L'aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto di partecipazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che prevede l'assegnazione di 70 punti all'offerta tecnica (sulla base degli elementi di valutazione previsti nel Capitolato Tecnico) e dei restanti 30 punti all'offerta economica, sulla base della formula prevista nel Disciplinare di gara.

Nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica e con particolare riferimento alle caratteristiche prestazionali dell'apparecchiatura proposta, è prevista, altresì, la **prova pratica in Sala Operatoria**, secondo le modalità analiticamente descritte nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, alla presenza della ditta, supportata dal proprio *specialist* di prodotto.

6. RIFERIMENTI

RUP: Dott. Saverio Quacquarelli — Dirigente Responsabile U.O.S. Direzioni Amministrative PP.OO. Corato-Molfetta.

Direttore dell'esecuzione e assistenti del DEC: saranno individuati all'esito della procedura di gara (per ciascun lotto)

7. ELEMENTI CONTRATTUALI SPECIFICI

Per gli elementi contrattuali specifici si rimanda agli allegati di gara, quali Capitolato Tecnico e Capitolato d'oneri/Schema di contratto.



Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Info e formulari on-line: <http://simap.ted.europa.eu>

Bando di gara

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi ¹ (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)

Denominazione ufficiale: ASL BA			Numero di identificazione nazionale: ²
Indirizzo postale: LUNGOMARE STARITA, 6			
Città: BARI	Codice NUTS: ITF47	Codice postale: 70132	Paese: ITALIA
Persona di contatto: dott. Saverio Quacquarelli- Dirigente Amministrativo P.O. Corato-Molfetta			Tel.: 080/3357464
E-mail: saverio.quacquarelli@asl.bari.it			Fax:
Indirizzi Internet			
Indirizzo principale: (URL) www.sanita.puglia.it			
Indirizzo del profilo di committente: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari_			

I.2) Appalto congiunto

<input type="checkbox"/> Il contratto prevede un appalto congiunto Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore:
<input type="checkbox"/> L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione

<input checked="" type="checkbox"/> I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.empulia.it <input type="checkbox"/> L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso <input checked="" type="checkbox"/> l'indirizzo sopraindicato <input type="checkbox"/> altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate attraverso la piattaforma Empulia accessibile dal sito www.empulia.it
<input type="checkbox"/> La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

<input type="checkbox"/> Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale <input type="checkbox"/> Agenzia/ufficio nazionale o federale <input type="checkbox"/> Autorità regionale o locale	<input type="checkbox"/> Agenzia/ufficio regionale o locale <input type="checkbox"/> Organismo di diritto pubblico <input type="checkbox"/> Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale <input checked="" type="checkbox"/> Altro tipo:
--	--

I.5) Principali settori di attività

<input type="checkbox"/> Servizi generali delle amministrazioni pubbliche <input type="checkbox"/> Difesa <input type="checkbox"/> Ordine pubblico e sicurezza <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Affari economici e finanziari <input checked="" type="checkbox"/> Salute	<input type="checkbox"/> Edilizia abitativa e strutture per le collettività <input type="checkbox"/> Protezione sociale <input type="checkbox"/> Servizi ricreativi, cultura e religione <input type="checkbox"/> Istruzione <input type="checkbox"/> Altre attività:
---	---

Sezione II: Oggetto

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: procedura aperta multilotto, telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service, di durata quinquennale, di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO. Oculistica della ASL Bari.
II.1.2) Codice CPV principale: 33122000-1
II.1.3) Tipo di appalto <input type="radio"/> Lavori <input checked="" type="radio"/> Forniture <input type="radio"/> Servizi
II.1.4) Breve descrizione: fornitura in service, di durata quinquennale, di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO. Oculistica della ASL Bari, suddiviso in n. 5 lotti interi e indivisibili
II.1.5) Valore totale stimato ² Valore, IVA esclusa: 15.756.637,52 <i>comprensivi di oneri per la sicurezza pari a 14.000,00</i> Valuta: EURO
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti <input checked="" type="radio"/> sì Le offerte vanno presentate per <input checked="" type="radio"/> tutti i lotti <input type="radio"/> numero massimo di lotti: [] <input type="radio"/> un solo lotto <input checked="" type="radio"/> Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [5]

II.2) Descrizione ¹

II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica.	CIG 9919802F8F
II.2.2) Codici CPV supplementari ² Codice CPV principale: 33122000-1 Codice CPV supplementare: ^{1,2} [][][]	
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: P.O./PTA ASL BARI	
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Appalto per la fornitura in service di sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica	
II.2.5) Criteri di aggiudicazione <input type="radio"/> I criteri indicati di seguito <input checked="" type="radio"/> Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 70 <input checked="" type="radio"/> Prezzo – Ponderazione: 30 <input type="radio"/> Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.2.6) Valore massimo stimato per l'intera durata di questo lotto Valore, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 2.800,00, IVA esclusa: 5.701.783,68 Valuta: EURO	
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 60 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: <input checked="" type="radio"/> no	
II.2.8) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti <input checked="" type="radio"/> no	
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni Opzioni <input checked="" type="radio"/> sì Descrizione delle opzioni: - opzione di proroga ai sensi dell'art 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i di 12 mesi. - opzione di estensione/integrazione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 40 % del valore di aggiudicazione artt. 63 c.5 e 106 c. 1 del Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; - opzione di incremento del 40% di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004 per altre Aziende del SSR.	
II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea <input checked="" type="radio"/> no	
II.2.11) Informazioni complementari E' prevista prova pratica per la valutazione delle offerte tecniche (per specifiche si rimanda agli atti di gara)	

Sezione II: Oggetto

II.3) Descrizione

II.3.1) Denominazione: Lotto n. 2: Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.	CIG 9919803067
II.3.2) Codici CPV supplementari ² Codice CPV principale: 33122000-1 Codice CPV supplementare: ^{1,2} [][][]	
II.3.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: P.O./PTA ASL BARI	
II.3.4) Descrizione dell'appalto: <i>Appalto per la fornitura in service di sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.</i>	
II.3.5) Criteri di aggiudicazione <input type="radio"/> I criteri indicati di seguito <input checked="" type="checkbox"/> Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 70 <input checked="" type="checkbox"/> Prezzo – Ponderazione: 30 <input type="radio"/> Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.3.6) Valore massimo stimato per l'intera durata di questo lotto Valore, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 2.800,00, IVA esclusa: 3.538.799,52 Valuta: EURO	
II.3.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 60 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: <input checked="" type="checkbox"/> no	
II.3.8) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti <input checked="" type="checkbox"/> no	
II.3.9) Informazioni relative alle opzioni Opzioni <input checked="" type="checkbox"/> sì Descrizione delle opzioni: - opzione di proroga ai sensi dell'art 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i di 12 mesi. - opzione di estensione/integrazione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 40 % del valore di aggiudicazione artt. 63 c.5 e 106 c. 1 del Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; - opzione di incremento del 40% di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004 per altre Aziende del SSR.	
II.3.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea <input checked="" type="checkbox"/> no	
II.3.11) Informazioni complementari E' prevista prova pratica per la valutazione delle offerte tecniche (per specifiche si rimanda agli atti di gara)	

II.4) Descrizione

II.4.1) Denominazione: Lotto n. 3: Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso (tipo peristaltico) che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica.	CIG 991980520D
II.4.2) Codici CPV supplementari ² Codice CPV principale: 33122000-1 Codice CPV supplementare: ^{1,2} [][][]	
II.4.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: P.O./PTA ASL BARI	
II.4.4) Descrizione dell'appalto: <i>Appalto per la fornitura in service di sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso (tipo peristaltico) che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica.</i>	
II.4.5) Criteri di aggiudicazione <input type="radio"/> I criteri indicati di seguito <input checked="" type="checkbox"/> Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 70 <input checked="" type="checkbox"/> Prezzo – Ponderazione: 30 <input type="radio"/> Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.4.6) Valore massimo stimato per l'intera durata di questo lotto Valore, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 2.800,00, IVA esclusa: 1.485.529,32 Valuta: EURO	

Sezione II: Oggetto

II.4.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 60 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: <input checked="" type="checkbox"/> no
II.4.8) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti <input checked="" type="checkbox"/> no
II.4.9) Informazioni relative alle opzioni Opzioni <input checked="" type="checkbox"/> sì Descrizione delle opzioni: - opzione di proroga ai sensi dell'art 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i di 12 mesi. - opzione di estensione/integrazione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 40 % del valore di aggiudicazione artt. 63 c.5 e 106 c. 1 del Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; - opzione di incremento del 40% di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004 per altre Aziende del SSR.
II.4.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea <input checked="" type="checkbox"/> no
II.4.11) Informazioni complementari E' prevista prova pratica per la valutazione delle offerte tecniche (per specifiche si rimanda agli atti di gara)

II.5) Descrizione

II.5.1) Denominazione: Lotto n. 4: Sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.	CIG 99198062E0
II.5.2) Codici CPV supplementari ² Codice CPV principale: 33122000-1 Codice CPV supplementare: ^{1,2} [] [] [] []	
II.4.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: P.O./PTA ASL BARI	
II.5.4) Descrizione dell'appalto: <i>Appalto per la fornitura in service di sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.</i>	
II.5.5) Criteri di aggiudicazione <input type="radio"/> I criteri indicati di seguito <input checked="" type="checkbox"/> Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 70 <input checked="" type="checkbox"/> Prezzo – Ponderazione: 30 <input type="radio"/> Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.5.6) Valore massimo stimato per l'intera durata di questo lotto Valore, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 2.800,00, IVA esclusa: 1.507.477,50 Valuta: EURO	
II.5.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 60 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: <input checked="" type="checkbox"/> no	
II.5.8) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti <input checked="" type="checkbox"/> no	
II.5.9) Informazioni relative alle opzioni Opzioni <input checked="" type="checkbox"/> sì Descrizione delle opzioni: - opzione di proroga ai sensi dell'art 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i di 12 mesi. - opzione di estensione/integrazione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 40 % del valore di aggiudicazione artt. 63 c.5 e 106 c. 1 del Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; - opzione di incremento del 40% di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004 per altre Aziende del SSR.	
II.5.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea <input checked="" type="checkbox"/> no	
II.5.11) Informazioni complementari E' prevista prova pratica per la valutazione delle offerte tecniche (per specifiche si rimanda agli atti di gara)	

Sezione II: Oggetto

II.6) Descrizione

II.6.1) Denominazione: Lotto n. 5: Sistema per factoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.	CIG 99198073B3
II.6.2) Codici CPV supplementari ² Codice CPV principale: 33122000-1 Codice CPV supplementare: ^{1,2} [][][]	
II.6.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: P.O./PTA ASL BARI	
II.6.4) Descrizione dell'appalto: Appalto per la fornitura in service di sistema per factoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.	
II.6.5) Criteri di aggiudicazione <input type="radio"/> I criteri indicati di seguito <input checked="" type="checkbox"/> Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 70 <input checked="" type="checkbox"/> Prezzo – Ponderazione: 30 <input type="radio"/> Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.6.6) Valore massimo stimato per l'intera durata di questo lotto Valore, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 2.800,00, IVA esclusa: 3.520.247,50 Valuta: EURO	
II.6.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 60 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: <input checked="" type="checkbox"/> no	
II.6.8) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti <input checked="" type="checkbox"/> no	
II.6.9) Informazioni relative alle opzioni Opzioni <input checked="" type="checkbox"/> sì Descrizione delle opzioni: - opzione di proroga ai sensi dell'art 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i di 12 mesi. - opzione di estensione/integrazione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 40 % del valore di aggiudicazione artt. 63 c.5 e 106 c. 1 del Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; - opzione di incremento del 40% di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004 per altre Aziende del SSR.	
II.6.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea <input checked="" type="checkbox"/> no	
II.6.11) Informazioni complementari E' prevista prova pratica per la valutazione delle offerte tecniche (per specifiche si rimanda agli atti di gara)	

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Requisito di idoneità Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara
III.1.2) Capacità professionale e tecnica <input type="checkbox"/> Criteri di selezione indicati nei documenti di gara <input type="checkbox"/> Breve descrizione dei criteri di selezione: esecuzione forniture analoghe eseguite nell'ultimo triennio, antecedente al data di scadenza della presentazione delle offerte, con esito regolare.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto ²

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) <input type="checkbox"/> La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: come da Capitolato Tecnico e Capitolato d'oneri
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto <input type="checkbox"/> Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Indirizzo Internet: <i>(URL)</i>		Fax:
VI.4.3) Procedure di ricorso		
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:		
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso ²		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:		Tel.:
Indirizzo Internet: <i>(URL)</i>		Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: *(gg/mm/aaaa)*



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

**DISCIPLINARE DI
GARA**



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 DURATA.....	11
3.2 OPZIONI E RINNOVI.....	11
3.3 REVISIONE DEI PREZZI.....	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
5. REQUISITI GENERALI.....	15
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	18
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	18
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	18
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	19
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	20
7. AVVALIMENTO.....	20
8. SUBAPPALTO.....	21
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	21
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	24
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	30
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	32
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	34
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	37
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	37
13.5 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	38
13.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	39
14. OFFERTA TECNICA.....	40
14.1 PROVA PRATICA.....	43
15. OFFERTA ECONOMICA.....	44
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	46
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	46
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	46
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	47
16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	48
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	48
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	48



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

19.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	49
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	49
22.	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	51
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	51
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	53
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	53
26.	ACCESSO AGLI ATTI	54
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	54
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	54



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MULTILOTTO. IN MODALITA'TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN REGIME DI SERVICE QUINQUENNALE, COMPRENSIVA DI
MANUTENZIONE *FULL RISK* E DEI MATERIALI CONSUMABILI, DI N. 3 LOTTI DI FACOVITRECTOMI E N. 2
LOTTI DI FACOEMULSIFICATORI, PER I PP.OO. DELLA ASL DI BARI.**

PREMESSE

Con Deliberazione a contrarre n. ** del **/**/**** questa Amministrazione ha deliberato di indire procedura di gara per la fornitura in service di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO. Oculistica della ASL Bari ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.empulia.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Le forniture e i relativi servizi dovranno essere eseguiti presso i seguenti Presidi Ospedalieri:

PRESIDI	CODICE NUTS
Ospedale "Di Venere" di Bari	ITF47
Ospedale "F. Perinei" di Altamura	ITF47
Ospedale "M. Sarcone" di Telizzi	ITF47
Ospedale "F. Fallacara" di Triggiano	ITF47
Ospedale "S. Maria Degli Angeli" di Putignano	ITF47
PTA "F. Jaja" di Conversano	ITF47
PTA Gioia	ITF47
PTA Grumo	ITF47

La fornitura e i servizi oggetto di questa procedura di gara e la relativa aggiudicazione sono suddivise, ai sensi dell'art.51 del Codice, in n.5 Lotti:

Lotto 1: C.I.G. 9919802F8F

Lotto 2: C.I.G. 9919803067

Lotto 3: C.I.G. 991980520D

Lotto 4: C.I.G. 99198062E0

Lotto 5: C.I.G. 99198073B3



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il dott. Saverio Quacquarelli – mail: saverio.quacquarelli@asl.bari.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio, Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma *per gare telematiche*].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.sanita.puglia.it/aol/listBando> dove sono accessibili i documenti di



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre. Per informazioni relative alla gestione delle sospensioni, limitazioni di accesso e/o interruzioni per la manutenzione ordinaria della stessa, si rimanda all' Art. 12-Manleva della Disciplina di Utilizzo disponibile direttamente sul Portale.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) modello di domanda di partecipazione;
- d) documento di gara unico europeo;
- e) patto d'Integrità;
- f) informativa GDPR;
- g) autocertificazione GDPR;
- h) modello di dichiarazione di offerta economica dal lotto 1 al lotto 5;
- i) capitolato tecnico ed allegati;
- j) DUVRI
- k) schema di contratto/Capitolato d'oneri;
- l) Progetto del Servizio ai sensi dell'art. 23 c. 14, 15 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

m) documentazione, guide pratiche, FAQ e disciplina di utilizzo disponibili direttamente sul portale Empulia];

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.sanita.puglia.it/aol/listBando> e sulla Piattaforma Empulia al seguente link:

<http://www.empulia.it/tnoa/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx>.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro e non oltre le ore 12:00 del settimo giorno antecedente i termini perentori di scadenza della presentazione dell’offerta (**/**/2023) in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma EmPULIA riservata alle richieste di chiarimenti, utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il **sesto giorno antecedente il termine di scadenza** stabilito per la ricezione delle offerte (**/**/2023), saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma EmPULIA (www.empulia.it) all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto (sezione “Chiarimenti”) e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (al link suindicato per l’accessibilità alla documentazione di gara). L’avvenuta pubblicazione sulla Piattaforma EmPULIA del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email del legale rappresentante dell’operatore economico che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. In aggiunta a quanto indicato (documentazione, quesiti e chiarimenti) tramite la piattaforma EmPULIA saranno anche comunicate informazioni relative:

- al calendario delle sedute pubbliche di gara;
- alle eventuali rettifiche al Bando di gara, che sono pubblicate secondo le modalità di legge.

Pertanto, s’invitano i concorrenti a visionare costantemente le sezioni “Chiarimenti” e “Avvisi” della Piattaforma EmPULIA o il sito istituzionale della Stazione Appaltante (al link suindicato) per ottenere tutte le informazioni dell’appalto di cui trattasi (rinvio della prima seduta di gara, annullamento della gara, sospensione della gara, comunicazione della nuova data di apertura della documentazione amministrativa oppure della seduta relativa all’apertura delle offerte economiche, esito di gara, ditta aggiudicataria, concorrenti esclusi, rettifiche bando, precisazioni su punti del bando e del disciplinare di gara, etc.).

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma EmPULIA e sono accessibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa alla procedura in oggetto sia nella cartella COMUNICAZIONI. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21 e 21-bis, avvengono presso la Piattaforma.

I concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul Portale l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui sopra, in conformità a quanto previsto dagli artt.6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sul Portale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Lotto	Oggetto del Lotto	C.I.G.	CPV	Importo lotto 60 mesi (base d'asta)
1	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica	9919802F8F	33122000-1	2.849.491,84€
2	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e	9919803067	33122000-1	1.767.999,76 €

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

	relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica			
3	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso(tipo peristaltico) che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica	991980520D	33122000-1	741.364,66 €
4	Sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	99198062E0	33122000-1	753.738,75 €
5	Sistema per facoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	99198073B3	33122000-1	1.758.723,75 €
IMPORTO QUINQUENNALE A BASE DI GARA				7.871.318,75 €

L'IMPORTO QUINQUENNALE A BASE DI GARA del presente appalto, così come sopra determinato per ciascun Lotto, è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è composto dalle seguenti forniture:

LOTTI	MACCHINE RICHIESTE COMPRESSE QUELLE DI BACK UP IN LOCAZIONE	MATERIALE CONSUMABILE POSTO A BASE D'ASTA	QUANTITA EROGATA RIPARTITA %
Lotto 1 - Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica	12 (6 sistemi + 6 strumenti di backup)	a) pack sterili monouso per vitrectomia posteriore e combinata	1573
		b) pack sterili monouso per facoemulsificazione	9700
		c) pack sterili per vitrectomia posteriore	862
		d) procedura distacco	700
Lotto 2 sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	4 (2 sistemi + 2 strumenti di backup)	a) pack sterili monouso per vitrectomia posteriore e combinata	1210
		b) pack sterili monouso per facoemulsificazione	1150
		c) pack sterili per vitrectomia posteriore	792
		d) procedura distacco	300
Lotto 3 - Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso(tipo peristaltico)	4 (2 sistemi + 2 strumenti di backup)	a) pack sterili monouso per vitrectomia posteriore e combinata	363
		b) pack sterili monouso per facoemulsificazione	2300



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica		c) pack sterili per vitrectomia posteriore	246
		d) procedura distacco	300
Lotto 4 - Sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	6 (3 sistemi + 3 strumenti di backup)	a) pack sterili monouso per facoemulsificazione	10000
Lotto 5 - Sistema per facoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	12 (6 sistemi + 6 strumenti di backup)	a) pack sterili monouso per facoemulsificazione	23340
		TOTALE FABBISOGNO	52836

Per la presente procedura sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 14.000,00, così come determinato dal D.V.R.I. allegato al presente disciplinare di gara.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara possono presentare offerta per un solo Lotto, per alcuni Lotti o per tutti i Lotti (cfr. art.51 comma 2 del Codice).

Si segnala l'inesistenza alla data di pubblicazione del Bando di prezzi di riferimento ANAC per la categoria merceologica oggetto della presente gara.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse opzioni di cui al successivo punto 3.2) è di **n. 60 (sessanta)mesi**, decorrenti, per ciascun lotto, **data indicata nel contratto stipulato** successivamente all'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 del Codice.

È prevista l'esecuzione in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice e dell'art.8 comma 1 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modifiche, in Legge n. 120/2020.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Estensione del contratto ad altre aziende pubbliche di cui alla L.R. Puglia n. 1/2004 art. 28 (Opzione 1)

Al fine di realizzare migliori condizioni di mercato, la Stazione Appaltante prevede l'estensione, ad altre Aziende del SSR, nella misura massima del 40 per cento del valore quinquennale dell'appalto, a parità di condizioni e prezzi, previa accettazione da parte dell'aggiudicatario, pari ad **€ 3.148.527,50**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze così come di seguito dettagliato:

Numero Lotto	estensione 40% L.R. n. 1/2004 art. 28 (Opzione 1)
--------------	--



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Lotto 1	1.139.796,74 €
Lotto 2	707.199,90 €
Lotto 3	296.545,86 €
Lotto 4	301.495,50 €
Lotto 5	703.489,50 €

Affidamento di forniture/servizi analoghi di cui all'articolo 63, comma 5 e articolo 106 comma 1 lett. a) del Codice (opzione 2)

Entro il triennio successivo dalla data di stipula del contratto originale, la Stazione Appaltante ha la facoltà di estendere le condizioni contrattuali, nella misura massima del 40% del valore quinquennale dell'appalto, destinata all'incremento delle prestazioni richieste e forniture complementari di cui all'art. 63 comma 5 del Codice, per un importo pari ad **€ 3.148.527,50**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così come di seguito dettagliato:

Numero Lotto	estensione 40% art. 63 comma 5 e art. 106 comma 1 lett. a) del Codice (Opzione 2)
Lotto 1	1.139.796,74 €
Lotto 2	707.199,90 €
Lotto 3	296.545,86 €
Lotto 4	301.495,50 €
Lotto 5	703.489,50 €

Nella predetta opzione di estensione/integrazione delle condizioni contrattuali rientra anche l'ipotesi di aumento delle prestazioni di cui all'art. 106 comma 12 del Codice.

Opzione di proroga tecnica di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice

L'impresa appaltatrice, su richiesta della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, è tenuta a concedere una **PROROGA "TECNICA"** del contratto per un periodo di **n.12 (dodici) mesi**, decorrenti dalla scadenza ordinaria, ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

In tal caso il contraente appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. L'importo complessivo (comprensivo della totalità dei lotti in gara) corrispondente all'opzione di **PROROGA TECNICA** è di **€ 1.574.263,75** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così suddiviso tra i distinti Lotti:

Numero Lotto	Proroga tecnica di 12 mesi art. 106 comma 11 del Codice
Lotto 1	569.898,37 €
Lotto 2	353.599,95 €
Lotto 3	148.272,93 €
Lotto 4	150.747,75 €
Lotto 5	351.744,75 €

L'importo complessivo massimo stimato per il presente appalto ex art.35 comma 4 del Codice (incluse le tre opzioni suindicate), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ammonta ad



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

€ 15.756.637,52 oltre iva di cui € 15.742.637,52 per servizi/forniture ed € 14.000,00 per oneri per prevenzione rischi da interferenze non soggetti a ribasso, ed è così suddiviso per ciascun lotto:

Lotto	Oggetto del Lotto	Importo lotto 60 mesi	estensione 40% L.R. n. 1/2004 art. 28 (Opzione 1)	estensione 40% art. 63 comma 5 ed art. 106 comma 1 lett. a) d.lgs 50/2016 (Opzione 2)	Proroga tecnica 12 mesi	Valore complessivo	DUVRI
1	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica	2.849.491,84 €	1.139.796,74 €	1.139.796,74 €	569.898,37 €	5.698.983,68 €	2.800,00 €
2	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	1.767.999,76 €	707.199,90 €	707.199,90 €	353.599,95 €	3.535.999,52 €	2.800,00 €
3	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso(tipo peristaltico) che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica	741.364,66 €	296.545,86 €	296.545,86 €	148.272,93 €	1.482.729,32 €	2.800,00 €
4	Sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	753.738,75 €	301.495,50 €	301.495,50 €	150.747,75 €	1.507.477,50 €	2.800,00 €
5	Sistema per facoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	1.758.723,75 €	703.489,50 €	703.489,50 €	351.744,75 €	3.517.447,50 €	2.800,00 €
TOTALI		7.871.318,76 €	3.148.527,50 €	3.148.527,50 €	1.574.263,75 €	15.742.637,52 €	14.000,00 €
Totale progetto						15.756.637,52 €	

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile per tutta la durata dell'appalto fatto salvo quanto previsto dai commi successivi.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale (cinque anni, oltre opzione di proroga di ulteriori 12 mesi) l'aggiornamento del prezzo può essere ammesso, ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, a partire dalla seconda annualità contrattuale.

L'aggiornamento, in aumento o in diminuzione, può essere richiesto, rispettivamente, dal fornitore o dal RUP, tenuto conto delle variazioni dei prezzi standard rilevati da ANAC, ove pertinenti alla natura del contratto, ovvero della differenza tra l'indice FOI disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Per indice FOI si intende l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.

La richiesta di aggiornamento deve essere motivata, circostanziata e supportata da documentazione idonea a comprovare l'aumento dei prezzi al fine di consentire al competente ufficio l'espletamento di



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

adeguata attività istruttoria (es. le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche, prezzi ufficiali).

Entro sessanta giorni dalla richiesta di adeguamento prezzi, il RUP rigetta o accoglie la richiesta con provvedimento espresso in cui dà atto degli esiti dell'intervenuta negoziazione, comprensiva dei termini di decorrenza e durata in caso di accoglimento. Il termine per l'adozione del provvedimento è prorogato in misura corrispondente al tempo necessario per l'acquisizione di eventuale documentazione integrativa, ove richiesta.

Qualora la richiesta di aggiornamento sia giustificata da circostanze contingenti tali da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale e i rimedi previsti dal comma 3 non risultino adeguati a garantire la conservazione dell'accordo, la revisione del prezzo potrà essere accordata, al solo fine di ricondurre ad equità il sinallagma contrattuale, nella misura massima del 50% e per la sola parte eccedente il limite del 10%, in applicazione del combinato disposto degli artt. 106 co. 1 lett. a) e 30 comma 8 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"*] in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

SI PRECISA CHE: L'esclusione per la sussistenza delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art.80 del Codice va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art.179 comma 7 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art.80 comma 3 D.Lgs. n.50/2016 e cfr. Comunicato Presidente A.N.A.C. del 8.11.2017).

SI PRECISA, ALTRESI', CHE: Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante deve verificare l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) del Codice in capo:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche (cfr. Linee Guida ANAC n.6/2016 aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

DOCUMENTAZIONE DI COMPROVA DEI REQUISITI GENERALI

Ai sensi dell'art.86 comma 2 del Codice, la stazione appaltante accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo Codice:

- a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 del summenzionato art.80, il CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b) per quanto riguarda il comma 4 del medesimo articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente (art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) ovvero tramite analogia certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del Codice, che, in prima applicazione, sono messi a disposizione, mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice, attraverso il **Sistema FVOE (ex AVCpass)**, sono i seguenti:

- Certificato del Casellario Giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dell'impresa ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002, fornito dal Ministero della Giustizia;
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'ANAC nell'ambito del sistema FVOE (ex AVCpass).

Per quanto non espressamente ricompreso nell'ambito del presente articolo, la Stazione Appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art.40 comma 1 e dall'art.43 del D.P.R. n.445 del 2000.

5.1 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI e/o di CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, i suindicati REQUISITI GENERALI di cui al presente art.5 devono essere posseduti da ciascuna delle Imprese costituenti il Raggruppamento e/o il Consorzio.

In caso di partecipazione di AGGREGAZIONI DI RETISTI (art.45 comma 2 lett. f) del Codice), i suindicati REQUISITI GENERALI di cui al presente art.5 devono essere posseduti da ciascuno dei retisti, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. In caso di partecipazione di soggetti che hanno stipulato il contratto di GRUPPO EUROPEO d'INTERESSE ECONOMICO (art.45 comma 2 lett. g) del Codice), i suindicati REQUISITI GENERALI di cui al presente art.5 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti stipulanti.

5.2 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

In caso di partecipazione di CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (art.45 comma 2 lett. b) del Codice), i suindicati REQUISITI GENERALI di cui al presente art.5 devono essere posseduti dal Consorzio e anche dalle singole consorziate per le quali il consorzio concorre. Qualora il Consorzio partecipante indichi nella domanda di partecipazione, quale consorziata designata per l'esecuzione del contratto, un altro Consorzio ex art.45 comma 2 lettera b) del Codice, anche quest'ultimo dovrà possedere i suindicati requisiti generali, oltre al Consorzio partecipante e a ciascuna delle imprese consorziate indicate "a cascata" quali esecutrici finali.

In caso di partecipazione di CONSORZIO STABILE (art.45 comma 2, lett. c) del Codice), i suindicati REQUISITI GENERALI di cui al presente art.5 devono essere posseduti dal Consorzio e se quest'ultimo non opera per conto proprio anche dalle singole consorziate per le quali il consorzio concorre. Qualora il Consorzio partecipante indichi nella domanda di partecipazione, quale consorziata designata per



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

l'esecuzione del contratto, un altro Consorzio ex art.45 comma 2 lettera b) del Codice, anche quest'ultimo dovrà possedere i suindicati requisiti generali, oltre al Consorzio partecipante e a ciascuna delle imprese consorziate indicate "a cascata" quali esecutrici finali.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituisce requisito di idoneità per tutti i Lotti l'**iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso del requisito di idoneità di cui al suindicato comma 6.1, che è messo a disposizione, mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, attraverso il **Sistema FVOE (ex AVCpass)**, è la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere.

Ai sensi dell'art.83 comma 3 del Codice, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, ai concorrenti alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi cinque anni delle seguenti forniture analoghe

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio, antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, un elenco di forniture analoghe a quelle oggetto dei lotti di partecipazione, di importo complessivo minimo, IVA esclusa, come di seguito indicato:

Numero Lotto	Importo minimo forniture analoghe
Lotto 1	1.424.745,92 €
Lotto 2	883.999,88 €
Lotto 3	370.682,33 €
Lotto 4	376.869,38 €
Lotto 5	879.361,88 €

Per "forniture analoghe" si intende una fornitura avente la stessa tipologia della fornitura oggetto dei lotti della presente gara. La dichiarazione dovrà riportare l'elenco delle prestazioni effettuate con l'indicazione per ciascuna di esse di: committente, descrizione, periodo di riferimento (rientrante in uno o più dei cinque esercizi finanziari disponibili), importo complessivo ed eventuale quota di competenza e ruolo (capofila, partner, ...) del concorrente.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Relativamente al suddetto requisito di “**capacità tecnica e professionale**” si precisa che:

- L’operatore economico che intende partecipare a più Lotti deve possedere, per ciascun lotto un distinto elenco di forniture analoghe e corrispondente importo complessivo minimo: di conseguenza, le forniture elencate in un Lotto ed i corrispondenti importi non possono essere riportati e fatti valere dall’operatore economico nei restanti Lotti.
- In ogni caso, l’operatore economico che non possenga il requisito richiesto per la partecipazione a tutti i lotti per i quali ha presentato offerta sarà ammesso a partecipare ai soli lotti per i quali risulta qualificato, partendo dal lotto di maggiore valore tra quelli cui ha partecipato.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione di cui ai suindicati **commi 6.1 e 6.2** nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’elenco delle forniture analoghe di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall’impresa che esegue la prestazione principale.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione di cui ai suindicati **commi 6.1 e 6.2** nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. deve essere posseduto, per ciascun Lotto, dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. Qualora il Consorzio partecipante indichi nella domanda di partecipazione, quale consorziata designata per l'esecuzione del contratto, un altro Consorzio ex art.45 comma 2 lettera b) del Codice, anche quest'ultimo dovrà possedere i suindicati requisiti di idoneità, oltre al Consorzio partecipante e a ciascuno dei consorziati indicati "a cascata" quali esecutori finali.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al successivo art.13.4 del presente Disciplinare.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, i requisiti di carattere tecnico professionale (comma 6.2) di cui al precedente art.6, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento, e dichiararli in gara presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa nei termini indicati all'art.13.4 del presente Disciplinare;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89 comma 6 del Codice).



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo Lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. (cfr. art. 89 comma 5 del Codice). Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro n.15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte del R.U.P. secondo le modalità (telematiche) di cui al successivo art.13 del presente Disciplinare. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento di cui al successivo art.13.4 del presente Disciplinare.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario, che nel DGUE ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte della fornitura, qualora confermi tale intenzione, dovrà indicare alla Stazione Appaltante il/i subappaltatore e generare il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche della/e impresa/e subappaltatrice/i, così come previsto dall'art.2 comma 3 lett. d) della delibera dell'ANAC n.464 del 27/07/2022, avente ad oggetto "Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale", con la quale viene indicato quanto segue: "in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice".

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo totale a base di gara, e precisamente di importo così suddiviso per ciascun Lotto:



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Numero Lotto	Importo lotto 60 mesi	Garanzia provvisoria del 2%
1	2.849.491,84 €	56.989,84 €
2	1.767.999,76 €	35.360,00 €
3	741.364,66 €	14.827,29 €
4	753.738,75 €	15.074,78 €
5	1.758.723,75 €	35.174,48 €

Ai suddetti importi si applicano le riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del Codice.

- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico (versamento effettuato presso Banca Popolare di Bari IBAN n. IT57X054240429700000000202 intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa..

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per ... giorni *[almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento]* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... *[indicare]* giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n.621 del 20.12.2022 4, pubblicata al link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	Importo posto a base di gara	Importo contributo	C.I.G.
1	2.849.491,84 €	165,00 €	9919802F8F
2	1.767.999,76 €	165,00 €	9919803067
3	741.364,66 €	77,00 €	991980520D
4	753.738,75 €	77,00 €	99198062E0
5	1.758.723,75 €	165,00 €	99198073B3

Gli operatori economici concorrenti allegano nella sezione del portale EmPULIA "BUSTA DOCUMENTAZIONE" la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE (ex AVCpass).

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE (ex AVCpass), la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

10.1 REGISTRAZIONE IMPRESE CONCORRENTI AL SISTEMA FVOE

Dalla data di entrata in vigore (8 novembre 2022) del provvedimento di cui all'articolo 81 comma 2 del Codice (Delibera ANAC numero 464 del 27 luglio 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022), per tutte le procedure di importo pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, la Stazione Appaltante procede, ai sensi dell'art.81 comma 1 del Codice e della suddetta Delibera ANAC, alla verifica, nei confronti dell'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico).

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli Operatori Economici. È abrogata la Delibera n. 157/2016 di istituzione del sistema AVCPASS (cfr. art.9 Delibera ANAC n.464/2022).

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul Portale dell'A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute.

In particolare, come specificato all'art.2 della predetta Deliberazione ANAC n. 464/2022, **l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.** Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato;

In ogni caso, per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema FVOE si fa rinvio alla summenzionata Deliberazione ANAC n.464 del 27 luglio 2022, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Nota Bene: al fine di consentire alla stazione appaltante la corretta verifica dei requisiti, l'operatore economico dovrà compilare opportunamente tutti i campi indicati nel FVOE in fase di acquisizione del "PASSOE".



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione prevista all'art.13 del presente Disciplinare deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, fermo restando la disciplina contenuta nel D.Lgs.n.82/2005.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, **l'utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.**

La documentazione presentata in copia, ove ammessa, è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Consultazione delle "Guide Pratiche"

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "linee guida" disponibili sul portale EmPULIA nella sezione "Guide pratiche" al seguente link:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Presentazione dell'offerta sulla piattaforma EmPULIA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'art.1 del presente Disciplinare e nelle "Guide Pratiche", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, **a pena di irricevibilità**, devono inviare, **entro e non oltre le ore **:** del **/**/****** la propria offerta telematica, tramite il Portale di e-procurement EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito informativo www.empulia.it oppure direttamente dall'indirizzo <https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp>, secondo la procedura di seguito indicata.

1. Registrarsi al Portale tramite l'apposito link "Registrati" presente sulla home page del sito informativo di EmPULIA (www.empulia.it): l'operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su "LOGIN";
3. Cliccare sulla sezione "BANDI";
4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "BANDI PUBBLICATI": si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati;
5. Cliccare sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO", in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
6. Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione "DOCUMENTI COLLEGATI";
7. Denominare la propria offerta ("Titolo documento");
8. Cliccare sul pulsante "PARTECIPA" per creare la propria offerta (*tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte*);
9. Busta "Documentazione": inserire i documenti richiesti utilizzando il comando "Allegato"; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando "Aggiungi allegato"; qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie dalla stazione appaltante (documentazione facoltativa);

10. **Busta "Tecnica" e busta "Economica"**: inserire i documenti e le informazioni richieste afferenti all'offerta tecnica ed economica, direttamente sulle righe dei lotti di interesse nell'"**Elenco Prodotti**" della sezione "**Caricamento Lotti**", secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi (N.B. Il campo "*Esito riga*" mostrerà gli eventuali errori di importazione). È possibile eliminare le righe corrispondente ai lotti cui non si intende partecipare cliccando sul tasto "Elimina";
11. In alternativa è possibile **scaricare il file Excel** da compilare (*presente nella stessa sezione "Caricamento Lotti"*) con l'indicazione dei lotti di gara. Le uniche modifiche consentite sono l'eliminazione dei lotti (*attraverso la cancellazione delle righe corrispondenti del file excel*) a cui l'operatore economico non intende partecipare e la compilazione dei campi preimpostati;
12. Caricare il foglio prodotti, completo in ogni campo, inserendolo nella sezione "**Caricamento Lotti**" sulla riga "**Carica file offerte**". Durante il caricamento, all'interno della sezione "Caricamento Lotti", l'operatore economico ha la possibilità di:
 - controllare il corretto inserimento dei dati, attraverso il comando "**Verifica informazioni**";
 - ripristinare i campi predisposti dalla stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare, attraverso il comando "**Aggiorna Dati Bando**";
13. Nella scheda "**Elenco Lotti**" verranno riepilogate le Buste Tecniche ed Economiche relative ai lotti offerti, costruite sulla base dei dati, documenti ed informazioni inserite dall'Operatore Economico nella sezione "**Caricamento Lotti**";
14. "**Genera pdf** dell'offerta tecnica ed economica: nella sezione "**Elenco Lotti**", cliccando su tale funzione, il sistema genererà un file zip contenente le buste tecniche ed economiche in formato pdf. In alternativa si possono generare i pdf per ogni singolo lotto, utilizzando l'apposito pulsante in fondo alla pagina; salvare il file zip o i singoli file sul proprio PC;
15. **Apporre la firma digitale sui documenti pdf generati che compongono la busta tecnica e la busta economica**, comprimere in un unico file zip se si sceglie di importare in piattaforma con unica azione;
16. **Allegare i file pdf firmati** e compressi in un unico file zip utilizzando il comando "**Importa buste pdf**" o in alternativa i file pdf firmati possono essere caricati singolarmente nell'apposita area denominata "**Allega PDF Firmato**", per singola busta di ogni lotto. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma;

N.B. in caso di utilizzo del comando "**Modifica offerta**", entrando nel merito della busta economica di ogni singolo lotto, il sistema elimina il corrispondente file .pdf riepilogativo della busta generata dalla piattaforma. Dopo aver eseguito tale azione, pertanto, l'utente dovrà ripetere le operazioni necessarie alla compilazione, come innanzi descritte a partire dal punto denominato Busta "**Economica**".

17. Invio dell'offerta: Cliccare sul comando "**INVIA**".

Credenziali d'accesso

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d'accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page del Portale. Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'art. 40 del Codice, e saranno inoltrate come "avviso" all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti inseriti in fase di registrazione sul Portale EmPULIA.

Verifica della presentazione dell'offerta sul portale

È sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta osservando la seguente procedura:

- a. inserire i propri codici di accesso;
- b. cliccare sul link "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO";
- c. cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC COLLEGATI", posta in corrispondenza
- d. del bando di gara oggetto della procedura;
- e. cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura "OFFERTE";
- f. visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

Assistenza per l'invio dell'offerta

Si avvisa che gli operatori economici che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali sabato escluso dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, inviando una richiesta all'HELP DESK TECNICO di EmPULIA all'indirizzo email helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Al fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione delle attività svolte attraverso EmPULIA, nella sezione "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO", sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".

Partecipazione in forma associata

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) nella domanda di partecipazione indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

In caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata (caricata sulla piattaforma EMPULIA) esclusivamente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte di tutte le imprese raggruppande/consorziane; a tal fine le imprese raggruppande/consorziane dovranno



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

espressamente delegare, nella domanda di partecipazione (Allegato n.1), la capogruppo, che, essendo in possesso della terna di chiavi per accedere alla piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

In caso di AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE e di GRUPPO ECONOMICO di INTERESSE EUROPEO, l'offerta telematica deve essere presentata (caricata sulla piattaforma EMPULIA) con le medesime modalità sopra descritte per i raggruppamenti temporanei d'impresa.

In caso di partecipazione di CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZIO STABILE, l'offerta telematica di cui al punto precedente dovrà essere presentata (caricata sulla piattaforma EMPULIA) dal consorzio.

La Stazione Appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.

Nel caso RTI / Consorzio occorre utilizzare il comando "Inserisci mandante" / "Inserisci esecutrice", per indicare i relativi dati. La mandante / esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

La ridetta operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.

Firma digitale

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto, in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

- 1) Per Portale si intende la piattaforma EmpULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata InnovaPuglia s.p.a.;**
- 2) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della domanda di partecipazione alla gara, del DGUE, dell'offerta tecnica, l'offerta economica e di ogni ulteriore eventuale documento allegato;**
- 3) Attraverso il comando "Modifica offerta", l'utente ha la possibilità di modificare il contenuto della busta "tecnica/conformità" e/o "economica". Dopo aver eseguito tale azione, l'operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse buste (come precedentemente descritto al punto "Preparazione OFFERTA" (Termini e modalità di presentazione delle offerte));**
- 4) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;**
- 5) Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con**



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto;

- 6) Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art.1 paragrafo 1.1.;
- 7) Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l'esecuzione di alcune azioni, l'invio dell'offerta sarà inibito dallo stesso;
- 8) La Piattaforma non accetta le offerte telematiche presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta, informando l'impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata";
- 9) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
- 10) Entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima offerta telematica pervenuta. La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;
- 11) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta ("In lavorazione", ovvero "Salvato", ovvero "Inviato") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara, sezione "Offerta";
- 12) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, l'inoltro dell'offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superi i 7 Mbyte.

Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun operatore economico:

1. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
2. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
3. utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il portale.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni evidenziate in merito all'estensione/nome/dimensione dei file, l'operatore economico si assume ogni responsabilità relativamente alla mancata visualizzazione dei file stessi.

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;**
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante può richiedere tramite EmpULIA, ad ogni operatore economico che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". Gli operatori economici interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentante dell'operatore economico, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma.

L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza del termine indicato dalla stazione appaltante, non superiore a dieci giorni), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta".

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "Crea Risposta" verrà disabilitato dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato".



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella sezione del portale EmpULIA "BUSTA DOCUMENTAZIONE", nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale, la seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante 'Allegato' e caricandola sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE in formato elettronico;
- 3) [Eventuale] dichiarazione integrativa;
- 4) documentazione in caso di avvalimento;
- 5) documentazione amministrativa (passo-e-garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC; Informativa GDPR; Autodichiarazione GDPR; Patto di integrità;)
- 6) documentazione per i soggetti associati;

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta (in bollo) secondo l'apposito modello (**All. I – Istanza di partecipazione**) reso disponibile agli operatori economici secondo le modalità di cui all'art.2 del presente Disciplinare (paragrafo 2.1). Essa dovrà essere **sottoscritta con firma digitale** (o altra firma elettronica qualificata, fermo restando la disciplina contenuta nel D.Lgs.n.82/2005) **dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico concorrente**.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del Decreto Legge n. 76/20 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale/i lotto/i concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascuna impresa (*mandataria/mandante; capofila/consorziata*).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- 1) i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- 3) di non incorrere nelle cause di esclusione ex art. 80 comma 5 lett. c-quater) del Codice;
- 4) di non incorrere nelle cause di esclusione ex art. 80 comma 5 lett. f-bis) del Codice;
- 5) di non incorrere nelle cause di esclusione ex art. 80 comma 5 lett. f-ter) del Codice;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara allegata ed elencata all'art.2 del Disciplinare di gara (paragrafo 2.1);

7) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, adottato dalla S.A. con Deliberazione del Direttore Generale n. 470 del 21/03/2022, reperibile al link <https://www.sanita.puglia.it/documents/25619/101487901/deliberazione+470.2022.+codice+di+comportamento/f053054b-d530-4177-a4a6-59893380e4b9> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8) l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2 e 53, comma 3 del D.P.R. n.633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 comma 5 del Codice;

10) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art.25 del Disciplinare di gara.

SI PRECISA CHE in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI e/o di CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, la suddetta domanda di partecipazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei soggetti costituenti il Raggruppamento e/o il Consorzio e sottoscritta con firma digitale dai corrispondenti legali rappresentanti o procuratori.

In caso di partecipazione di AGGREGAZIONI DI RETISTI, la suddetta domanda di partecipazione dovrà essere prodotta da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, e sottoscritta con firma digitale dai corrispondenti legali rappresentanti o procuratori.

In caso di partecipazione di soggetti che hanno stipulato il contratto di GRUPPO EUROPEO d'INTERESSE ECONOMICO (art.45 comma 2 lett. g) del Codice), la suddetta domanda di partecipazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei soggetti stipulanti e sottoscritta con firma digitale dai corrispondenti legali rappresentanti o procuratori.

In caso di partecipazione di CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO e CONSORZIO STABILE, la suddetta domanda di partecipazione dovrà essere prodotta dal consorzio e se quest'ultimo non opera per conto proprio- anche dalle singole imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, e sottoscritta con firma digitale dai corrispondenti legali rappresentanti o procuratori. Qualora il Consorzio partecipante indichi nella propria domanda di partecipazione, quale consorziata designata per l'esecuzione del contratto, un altro Consorzio ex art.45 comma 2 lettera b) del Codice, anche quest'ultimo dovrà produrre la suddetta domanda di partecipazione, oltre al Consorzio partecipante e a ciascuna delle imprese consorziate indicate "a cascata" quali esecutrici finali.

13.1.1. Nell'ipotesi in cui la "domanda di partecipazione" di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore (*generale o speciale*) dell'operatore economico concorrente, ad essa dovrà essere allegata PROCURA notarile (*generale o speciale*) od altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

13.1.2 La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban **IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il **DGUE** è redatto dall'operatore economico sulla scorta delle indicazioni/istruzioni contenute nelle Linee Guida adottate con la Circolare n.3 del 18.07.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*pubblicata sulla G.U. n.174 del 27.07.2016*) e nel modello di formulario allegato alle medesime.

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico concorrente dovrà compilare il DGUE elettronicamente:

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Predisposizione e trasmissione del DGUE e in formato elettronico da parte del concorrente

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un'autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.

Il DGUE compilato sulla piattaforma EmpULIA è reso in conformità alle suindicate Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Circolare n.3 del 18.07.2016)

La compilazione può essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI).

Si invitano gli operatori economici a consultare le "*linee guida*", disponibili sul portale di EmpULIA nella sezione "*Guide pratiche*", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico.

Modalità di compilazione del DGUE su EmpULIA

1. Ai sensi dell'art.85 del Codice l'operatore economico utilizza il DGUE (Documento di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmpULIA cliccando sulla funzione "**Compila DGUE**". È possibile utilizzare la funzione "**Copia da DGUE**" per copiare i dati già disponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su un'altra procedura.

2. Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall'Ente, i campi obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. (Si precisa che l'e-mail recuperata automaticamente dal Sistema è quella indicata dall'utente in sede di registrazione come unica utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale, inviate tramite il portale).

3. Firma **del Documento di Gara unico europeo:** La "**Firma del Documento**" va eseguita solo a compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

a. “Genera PDF” del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE che dovrà essere salvato sul proprio PC;

b. Apporre la firma digitale al DGUE;

c. Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando **“Allega pdf firmato”** al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo **“File Firmato”**.

d. Cliccare su **“Chiudi”** per tornare all’Offerta, dove verrà data evidenza dell’avvenuto inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.

Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componenti del RTI

Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione Appaltante e la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti. *(la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l’invio dell’offerta).*

Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti dell’RTI, inserite nella busta Documentazione, attraverso la selezione **“SI”** sulla voce **“Partecipa in forma di RTI”** e con il comando **“Inserisci Mandante”** verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le informazioni anagrafiche; di seguito cliccare sul comando **“Richiedi Compilazione DGUE”**.

Il sistema indicherà nel campo **“Stato DGUE”** sulla griglia dell’RTI lo stato **“Inviata Richiesta”**.

Contestualmente all’invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI riceveranno un’e-mail di notifica, contenente l’invito a compilare il modulo richiesto.

Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti dell’RTI

La Mandataria riceverà un’e-mail di notifica ogni volta che un componente dell’RTI invierà il proprio DGUE compilato.

La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione dell’offerta salvata e cliccare sul comando **“Scarica documenti ricevuti”**.

Un messaggio a video confermerà l’avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile sulla griglia **“RTI”** nella colonna **“DGUE”**.

È possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull’icona con il bollino rosso, mentre per scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file.

Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull’icona della lente nella colonna **“Risposta”**.

Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell’RTI, la mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando **“Annulla”**.

A questo punto cliccare su **“Chiudi”** per tornare all’offerta ed inviare una nuova richiesta di compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato.

Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI

I componenti dell’RTI che riceveranno l’e-mail di notifica per il sollecito alla compilazione del modulo DGUE dovranno innanzitutto accedere al Portale e-procurement della Regione Puglia (<http://www.empulia.it>) cliccando sul comando **“Log-in”**.

Effettuato il Login, verrà mostrata la **“Lista Attività”** con la comunicazione relativa alla compilazione del DGUE richiesto dalla Mandataria.

È possibile cliccare sull’oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto **“Continua”** per accedere alla funzione **“Documentazione Richiesta da Terzi”** e gestire la richiesta.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Il gruppo funzionale **“Documentazione Richiesta da Terzi”** permette di gestire la compilazione della documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI.

Accesso alla Richiesta

- e. Cliccare sull'icona della lente nella colonna **“Apri”**;
- f. **“Prendi in Carico”**: funzione che consente di procedere alla compilazione della richiesta.

Accesso al DGUE da compilare

Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando **“Apri Risposta”**.

Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria

- g. Cliccare sull'omonimo comando **“Compila DGUE”** e compilare il DGUE come descritto in precedenza;
- h. **“Genera PDF”** del DGUE e **apporre la firma digitale**;
- i. Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando **“Allega pdf firmato”** al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo **“File Firmato”**. In alternativa, è possibile modificare le informazioni precedentemente inserite cliccando sul comando **“Modifica dati”**.
- j. Cliccare su **“Chiudi”** per tornare alla schermata precedente e procedere alla compilazione e, quindi, all'inoltro dell'Offerta.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute dall'Impresa Singola e dalla Mandataria per la richiesta di compilazione del DGUE da parte delle proprie Imprese esecutrici di Lavori, Ausiliarie, nonché per la compilazione del DGUE delle Imprese esecutrici di Lavori, Ausiliarie delle Mandanti.

SI PRECISA CHE:

- Nel caso di invio dell'offerta carente di uno o più DGUE **“Strutturati”** (da parte ad es., di mandatarie, mandanti, ausiliarie, esecutrici lavori, ecc.), l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio è rimesso esclusivamente alle decisioni e valutazioni della stazione appaltante, adottate nel rispetto delle norme previste dal Codice degli Appalti e s.m.i, in linea con quanto stabilito all'art 12 **“Manleva”** della Disciplina di utilizzo della piattaforma, secondo cui: *“Le procedure di gare telematiche, effettuate tramite la Piattaforma EmpULIA, si svolgono sotto la direzione e l'esclusiva responsabilità dell'Ente aderente”*.

Tanto precisato, si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione nella tempestiva compilazione telematica dei DGUE richiesti.

SI PRECISA, altresì, CHE:

- In riferimento alla **comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.2 del presente Disciplinare**, L'operatore economico che intende partecipare a più Lotti dovrà dichiarare nel DGUE, per ciascuno di essi, un **distinto elenco di forniture analoghe e corrispondente importo complessivo minimo**, e potrà assolvere al predetto obbligo dichiarativo anche **ALLEGANDO** nella **“Busta Documentazione”** apposita **dichiarazione integrativa**, sottoscritta con **firma digitale dal rappresentante legale/procuratore**, resa nelle forme dell'autocertificazione e contenente, per ciascun Lotto, l'elenco delle forniture analoghe di cui trattasi.
- Il **legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente/ausiliaria** dichiara nel DGUE il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 80 (cfr. *Comunicato Presidente A.NA.C. del 8.11.2017*).
- La **dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 comma 5 lett. c₁₁) del Codice** (gravi illeciti professionali), resa dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE, ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

informatico; essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione (cfr. Linee Guida ANAC n.6/2016 aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017).

- **Il legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente/ausiliaria dichiara nel DGUE il possesso del requisito di cui all'art. 80 comma 5 lett. c), c-bis, c-ter del Codice con riferimento sia all'impresa medesima che a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 80 (cfr. Linee Guida ANAC n.6/2016 aggiornate al D.Lgs. n.56/2017).**

In caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI e/o di CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI e/o di GRUPPO EUROPEO d'INTERESSE ECONOMICO, il D.G.U.E. dovrà essere prodotto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, e sottoscritto con firma digitale dai corrispondenti legali rappresentanti o procuratori, con le modalità di compilazione sopra descritte.

In caso di partecipazione di AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, il D.G.U.E. dovrà essere prodotto da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, e sottoscritto con firma digitale dai corrispondenti legali rappresentanti o procuratori.

In caso di partecipazione di CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO e CONSORZIO STABILE, il D.G.U.E. dovrà essere prodotto dal consorzio e -se quest'ultimo non opera per conto proprio- anche dalle singole imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, e sottoscritto con firma digitale dai corrispondenti legali rappresentanti o procuratori. Qualora il Consorzio partecipante indichi nella propria domanda di partecipazione, quale consorziata designata per l'esecuzione del contratto, un altro Consorzio ex art.45 comma 2 lettera b) del Codice, anche quest'ultimo dovrà produrre il D.G.U.E., oltre al Consorzio partecipante e a ciascuna delle imprese consorziate indicate "a cascata" quali esecutrici finali.

13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente, in documento separato da ALLEGARE nella sezione del portale EmPULIA "BUSTA DOCUMENTAZIONE", dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente ALLEGA, altresì, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente ALLEGA nella sezione del portale EmPULIA "BUSTA DOCUMENTAZIONE", per ciascun operatore economico "ausiliario", la seguente documentazione:

- 1) Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico, sottoscritto (*firma digitale*) dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa "ausiliaria", contenente le informazioni



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- concernenti l'impresa ausiliaria richieste nella Parte II (sezioni A e B), nella Parte III, nella Parte IV (*in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento*), nonché nella Parte VI.
- 2) Dichiarazione integrativa, resa nelle forme dell'autocertificazione e sottoscritta (*firma digitale*) dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa "ausiliaria".
 - 3) **(Eventuale)** Dichiarazione integrativa, resa nelle forme dell'autocertificazione e sottoscritta (*firma digitale*) dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa "ausiliaria", nei termini di cui al precedente paragrafo 13.3 del Disciplinare di gara.
 - 4) Dichiarazione, resa nelle forme dell'autocertificazione e sottoscritta (*firma digitale*) dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa "ausiliaria", con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (*cf. art. 89 comma 1 del Codice*).
 - 5) Dichiarazione, resa nelle forme dell'autocertificazione e sottoscritta (*firma digitale*) dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa "ausiliaria", con cui quest'ultima attesta di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente.
 - 6) Contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa "ausiliaria" si obbliga, nei confronti dell'operatore economico concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
 - 7) Documento "PASSOE" relativo all'impresa "ausiliaria" rilasciato dal servizio FVOE (ex AVCpass).

13.5 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente ALLEGA, altresì, nella sezione del portale EmPULIA "BUSTA DOCUMENTAZIONE:

- a) **PASSOE**, di cui all'art.2 comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n.157/2016, rilasciato dal servizio FVOE (ex AVCpass) e relativo all'operatore economico concorrente, sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente;
- b) Documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** con allegata **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all'art.9 del presente Disciplinare di gara;
- c) **RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO** (€ 16,00) per la Domanda di Partecipazione secondo le modalità indicate al paragrafo art.13.1 del presente Disciplinare, oppure **RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO** recante l'indicazione del CIG, mediante versamento da effettuarsi da parte del concorrente tramite Modello F23 – codice tributo 456T (imposta di bollo) – codice ufficio TUL (codice ufficio territoriale di Bari);
- d) **RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**, per i lotti per cui si concorre nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all'art.10 del presente Disciplinare di gara;
- e) **INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**, debitamente sottoscritto per accettazione con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa concorrente;
- f) **AUTODICHIARAZIONE GDPR**, debitamente sottoscritto per accettazione con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa concorrente;
- g) **PATTO DI INTEGRITÀ**, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa concorrente;

In caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI e/o di CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, i suindicati documenti di cui ai punti e), f) dovranno essere sottoscritti



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

con firma digitale dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle Imprese costituenti il Raggruppamento e/o il Consorzio.

In caso di partecipazione di AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (*art.45 comma 2 lett. del Codice*), i suindicati documenti di cui ai punti e), f) dovranno essere sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle Imprese retiste, se l'intera rete partecipa; ovvero, sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti o procuratori dell'organo comune e di ciascuna delle singole imprese retiste indicate.

In caso di partecipazione di soggetti che hanno stipulato il contratto di GRUPPO EUROPEO d'INTERESSE ECONOMICO (*art.45 comma 2 lett. g) del Codice*), i suindicati documenti di cui ai punti e), f) dovranno essere sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti stipulanti.

In caso di partecipazione di CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO e CONSORZIO STABILE, i suindicati documenti di cui ai punti e), f) dovranno essere sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti o procuratori del consorzio e -se quest'ultimo non opera per conto proprio- anche dai legali rappresentanti o procuratori delle singole imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. Qualora il Consorzio partecipante indichi nella propria domanda di partecipazione, quale consorziata designata per l'esecuzione del contratto, un altro Consorzio ex art.45 comma 2 lettera b) del Codice, anche quest'ultimo dovrà sottoscrivere con firma digitale (tramite il proprio legale rappresentante o procuratore) i suindicati documenti, oltre al Consorzio partecipante e a ciascuna delle imprese consorziate indicate "a cascata" quali esecutrici finali.

13.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto a cui concorre la documentazione tecnica di seguito elencata, richiesta nel Capitolato Tecnico, firmata digitalmente, che si elenca di seguito:



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

La ditta per il tramite del legale rappresentante o suo delegato dovrà allegare la documentazione tecnica richiesta nel Capitolato Tecnico/Schede tecniche lotti (Allegati da VII-B a VII-E), **per singolo lotto firmati digitalmente dal legale rappresentante**, che si elenca di seguito:

1. **Relazione generale** concernente la soluzione progettuale proposta che dovrà essere armonica e coerente con quanto richiesto dal Capitolato Tecnico, finalizzata alla sintetica illustrazione del modello organizzativo/gestionale proposto.

La relazione deve essere composta, al massimo di 10 facciate, in formato A4, carattere "ARIAL", dimensione minima "10", interlinea minima, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva

N.B. Qualora si rendesse necessario allegare ulteriore documentazione, la stessa tassativamente non potrà essere superiore a 20 facciate in formato A4 carattere Arial dimensione minima 10, interlinea minima

2. **Relazione tecnica** riguardante i singoli elementi oggetto di valutazione previsti nel Capitolato tecnico della documentazione di gara, con espresso e chiaro rinvio a ciascuno di essi e che contenga tutte le informazioni utili ai fini dell'assegnazione dei relativi punteggi da parte della Commissione Giudicatrice.

La relazione dovrà essere articolata in paragrafi corrispondenti agli aspetti di qualità riportati nelle tabelle di valutazione di cui all'**All. VII-A) "Criteri di valutazione per lotto"** del Capitolato Tecnico.

La relazione deve essere composta, al massimo di 40 facciate, in formato A4, carattere "ARIAL", dimensione minima "10", interlinea minima, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva.

Il contenuto della suddetta relazione, in quanto impegnativo (verrà integralmente richiamata nel contratto), deve essere inequivocabile, dettagliato, specifico, oltreché privo di riferimenti generici.

3. **Tabelle sinottiche**, per ciascun lotto, di cui all'**All. VII-E) "Modulo di offerta tecnica"** del Capitolato Tecnico, contenente il riepilogo delle caratteristiche richieste e gli elementi migliorativi proposti;
4. **Schede Tecniche** del produttore, preferibilmente redatte in lingua italiana, con allegati i corrispondenti supporti illustrativi, da cui risultino i parametri relativi alle caratteristiche dei prodotti proposti e la conformità degli stessi alla normativa vigente in materia, con eventuali depliant per la migliore illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine, in lingua italiana. Ogni caratteristica dichiarata nelle schede dovrà intendersi parte integrante dell'offerta.

In caso di disponibilità delle Schede Tecniche in lingua diversa da quella italiana, le Ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata della traduzione in lingua italiana e della dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000 dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma, di veridicità della stessa.

In particolare, **per il materiale consumabile**, dovranno essere tassativamente fornite le seguenti informazioni:

- Il nome commerciale, codice prodotto e tipo di confezionamento
- Classificazione CND (classificazione nazionale dispositivi medici) e numero di pezzi per confezione



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- Le schede di sicurezza
- Certificato di analisi dei prodotti (di recente revisione e redatte secondo la normativa vigente)
- Le certificazioni CEE di legge
- 5. **Scheda "SAT" di cui all'All. VII-B) del Capitolato Tecnico contenente la relazione illustrativa del servizio di assistenza tecnica full risk, manutenzione;**
- 6. **Scheda "Piano delle Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale" di cui all' All. VII-C) del Capitolato Tecnico per quanto concerne la formazione del personale dell'Azienda sanitaria, l'impresa aggiudicataria dovrà proporre il relativo piano consistente in corsi di addestramento in loco, rivolti a tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei nuovi sistemi.**
- 7. **Scheda cronoprogramma della fornitura, installazione e posa in opera di cui all'All. VII-D) del capitolato Tecnico;**
- 8. **Offerta economica senza prezzi**
- 9. **Dichiarazione di impegno**, ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante, a rendere disponibili eventuali aggiornamenti tecnologici o nuovi release di programma che dovessero sopravvenire nel corso del contratto senza alcun onere economico per l'Azienda Sanitaria;
- 10. **Dichiarazione** resa ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente che attesti che le apparecchiature fornite siano conformi alle direttive europee in materia ed alle vigenti normative in materia di sicurezza
- 11. **Eventuale Dichiarazione motivata, ex art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.**, firmata digitalmente, con la quale vengono individuate, nell'ambito dell'offerta tecnica, le informazioni che si ritiene costituiscano segreti tecnici e/o commerciali e, pertanto, devono essere escluse da ogni diritto di accesso o forma di divulgazione. **La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.**

NOTA BENE: L'Operatore Economico potrà produrre la documentazione tecnica in lingua straniera con traduzione semplice e non giurata. I certificati di qualità o conformità alla normativa vigente rese da Enti certificatori/Enti notificati di paesi stranieri possono essere forniti in lingua originale anche se diversa dall'italiano, privi di traduzione. Le suddette certificazioni saranno accompagnate da dichiarazione in lingua italiana che ne riassumeranno quanto in esse indicato. **Su eventuale richiesta, che sarà formulata dalla Commissione Giudicatrice in sede di valutazione delle offerte, potrà essere richiesta la traduzione in italiano e inglese del documento bibliografico in questione; in tale ipotesi, dovrà essere fornita traduzione giurata.**

La documentazione amministrativa, così come quella tecnica, deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/specificazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione,



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato nel corso dei contratti di fornitura.

N.B. LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE CON POTERI DI FIRMA.

14.1 PROVA PRATICA

Al fine di effettuare un'adeguata valutazione in termini di rispondenza alle specifiche minime previste in Capitolato tecnico e ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici come indicati nelle griglie di valutazione di cui all'**All. VII-A) "Criteri di valutazione per lotto"**, verrà richiesta una prova pratica, in Sala Operatoria, delle caratteristiche prestazionali per le apparecchiature proposte alla presenza della ditta supportata dal proprio *specialist* di prodotto, a seguito dell'apertura della busta contenente l'offerta tecnica.

Il periodo e il luogo di visione e prova dell'apparecchiatura sarà comunicato, contestualmente a tutte le ditte partecipanti, almeno da 4 a 7 giorni lavorativi prima tramite portale Empulia, in relazione alla casistica operatoria.

La prova è **obbligatoria pena l'esclusione**. Al termine del periodo di visione indicato tutte le attrezzature devono essere ritirate.

Per le procedure inerenti la prova pratica, che durerà per il tempo necessario ad eseguire una giornata di sedute chirurgiche a tema secondo quanto indicato dal programma operatorio, al fine di valutare le diverse procedure oggetto della presente fornitura, si farà riferimento, per quanto applicabile, al Regolamento aziendale per l'accettazione e l'utilizzo di attrezzature, apparecchiature elettromedicali, biomediche, informatiche in visione o prova, di cui alla delibera aziendale n. 1404/2017, che è possibile visionarlo al seguente link: <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/regolamenti> e che si intende in toto richiamato,

In particolare:

- Durante le sessioni di prova apparecchiature dovranno avere a corredo le certificazioni medicali, la modulistica d'uso ed una copia delle verifiche di sicurezza elettriche e funzionali che dovranno essere effettuate contestualmente alla consegna del bene alla presenza del Servizio Ingegneria Clinica della ASL Bari;
- La ditta fornitrice del bene in prova si fa carico di tutte le operazioni necessarie a rendere lo strumento funzionante e formare gli operatori al suo utilizzo;
- **Il Responsabile della Macrostruttura** che ha preso in carico il bene dovrà sottoscrivere dichiarazione con impegno a: custodire il bene con diligenza e servirsene esclusivamente per gli obiettivi di cui alla valutazione tecnica nell'ambito della procedura di gara; non cedere il bene a terzi; utilizzare il bene secondo le indicazioni previste nel manuale d'uso/scheda tecnica e normativa CE; restituire il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna.
- **La ditta partecipante alla procedura di gara** mediante la fornitura del bene in prova dichiara: di aver preso visione del Regolamento aziendale succitato; di impegnarsi a sostenere in proprio durante il periodo di prova qualsiasi spesa necessaria al funzionamento dell'apparecchiatura ivi



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

compreso l'uso di prodotti e consumabili vari; assumersi la responsabilità e tenere indenne la ASL Bari da qualsiasi conseguenza o onere derivante dai danni di ogni genere eventualmente provocati o subiti dall'apparecchiatura durante la prova; che il trasporto la consegna e l'installazione la messa a punto e quant'altro necessario per rendere funzionale l'apparecchiatura saranno a totale spesa e cura della ditta offerente; che durante la prova la ditta provvederà a proprie spese, a garantire l'assistenza completa all'attrezzatura ai fini del suo funzionamento da effettuarsi a mezzo di propri tecnici di fiducia (manutenzione ordinaria e straordinaria); che l'apparecchiatura fornita in prova è conforme alle normative vigenti a livello europeo e nazionale in materia di sicurezza e che quindi non comporta pericolo alcuno per operatori e pazienti; che al termine della prova la ditta ritirerà a proprie spese l'apparecchiatura e garantirà il ripristino delle condizioni originarie dei locali in cui sarà fatto uso dell'attrezzatura; di esonerare l'Asl Bari da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del bene ed a tal fine di aver stipulato idonea polizza assicurativa e di infortunio contro i rischi da responsabilità civile verso terzi;

Si precisa inoltre che tale dimostrazione non impegna in alcuna misura l'Azienda della ASL di Bari all'acquisizione del bene.

La commissione giudicatrice procederà ad effettuare apposita valutazione, secondo i criteri di cui **all'All. VII A) Criteri di valutazione** del Capitolato Tecnico, su cui è prevista una **soglia minima di 6 punti**. Qualora non si raggiunga la predetta soglia, anche su uno dei criteri di valutazione della prova pratica, l'Operatore Economico verrà automaticamente escluso dalla presente procedura.

15. OFFERTA ECONOMICA

La Busta economica viene generata in automatico dal sistema nella sezione "Elenco lotti".

A tal fine l'operatore economico concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione**, nella sezione "Caricamento Lotti", direttamente sulle righe dei lotti di interesse nell' "Elenco Prodotti", i seguenti dati/documenti L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà indicare **per singolo lotto**:

- A) l'offerta quinquennale**, comprensiva della fornitura del materiale di consumo, della locazione delle apparecchiature, dell'assistenza tecnica full risk delle stesse e di tutto quanto altro previsto negli atti di gara, nel campo denominato **"Valore offerto"**
- B) Schema di Offerta Economica (All VIII) debitamente compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente**. Nella scheda di offerta dovranno essere dettagliati i costi del materiale di consumo, il costo della manutenzione full risk e la miglior quotazione dei materiali accessori, ordinabili a consumo ed in base alle necessità della Stazione Appaltante;

Il file dovrà essere firmato digitalmente a pena di nullità dell'offerta.

L'offerta economica quinquennale **non dovrà essere superiore, pena l'esclusione, al valore stimato a base d'asta per singolo lotto di partecipazione.**

L'importo totale offerto di cui al precedente punto A) dovrà essere comprensivo dei costi aziendali per la sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di tutto quanto specificato nel capitolato tecnico e relativi allegati, di seguito dettagliato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Locazione delle apparecchiature richieste;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

2. assistenza e garanzia *full risk* per tutta la durata della fornitura;
3. trasporto ed eventuali oneri connessi (imballo e il relativo smaltimento, facchinaggio, assicurazione e trasporto nel magazzino e nei locali di installazione del presidio interessato, compreso l'utilizzo di macchine di sollevamento e relativi lavori etc.) per l'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato;
4. oneri connessi al ritiro e alla rimozione dell'apparecchiature al termine del contratto o durante lo svolgimento;
5. installazione a regola d'arte;
6. spese amministrative connesse alla produzione della documentazione tecnica e della reportistica periodica;
7. impegno a costituire una scorta di pezzi di ricambio dell'apparecchiatura installata, sufficiente a garantire la tempestiva rimessa in servizio;
8. oneri di legge, spese generali e utili di impresa, spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere.
9. corso di formazione per gli operatori sul funzionamento della strumentazione;
10. eventuali aggiornamenti che dovessero sopravvenire nel corso del contratto;
11. Ogni altro necessario per la corretta esecuzione del contratto.

C) Idonee giustificazioni relative ai prezzi offerti

In caso di discordanza tra l'importo offerto inserito nel campo denominato "Valore offerto" e quello contenuto nello Schema di offerta economica, sottoscritta digitalmente, prevale quello più favorevole per l'Amministrazione.

Ad ogni buon fine si precisa che:

- I singoli prezzi potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a 5 (cinque);
- il valore complessivo dell'offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due).

Il prezzo offerto e il costo della sicurezza sono da considerarsi elementi essenziali dell'offerta.

L'offerta economica si intende fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Si precisa infine che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione dalla gara se:

1. incompleta/parziale
2. condizionata
3. indeterminata

L'offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se materialmente non menzionati nella offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta dell'aggiudicatario rimarrà irrevocabile, nonché valida ed impegnativa per 360 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Resta inteso, altresì, che oltre il predetto termine, le offerte rimarranno valide ed impegnative, salvo espressa dichiarazione contraria da parte dell'offerente, sino alla data di stipula del contratto e comunque non oltre il 60° giorno successivo alla data della comunicazione di esito ai soggetti.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle di cui all'All. VII-A) "Criteri di valutazione" del Capitolato Tecnico, con la relativa ripartizione dei punteggi, per ogni singolo lotto.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi della tabella è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario tenendo conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTI
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Quasi insufficiente	0,5
Mediocre	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Inadeguato	0,1
Non valutabile	0,0

I componenti della Commissione, con il metodo su riportato, valuteranno, con brevi giudizi sintetici relativi a ciascun criterio di valutazione, ogni proposta tecnica assegnando conclusivamente, a proprio insindacabile giudizio e per ciascuno dei parametri sopra elencati, un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) ed il massimo indicato, in funzione dei contenuti qualitativi, rispondenza alle necessità operative indicate nel Capitolato Tecnico/Schede Tecniche Lotti, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri/Schema di Contratto. Il punteggio complessivo è dato dalla somma aritmetica dei punteggi relativi ottenuti per ciascun parametro.

In caso di mancata unanimità nell'attribuzione del punteggio per ciascun criterio, si procederà ad effettuare la media dei singoli punteggi attribuiti da ciascun componente della Commissione Giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **42 punti** su 70 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo inferiore alla predetta soglia. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo successivo.

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:

- Riparametrazione del punteggio per ciascun criterio, qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo previsto per il criterio stesso; in tale caso la commissione attribuirà al concorrente con il punteggio più elevato, il punteggio massimo previsto per il criterio e ai restanti concorrenti il punteggio in forma proporzionale;
- Riparametrazione del punteggio totale previsto, qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito tale valore; in tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti tutti i punti disponibili, mentre ai restanti concorrenti sarà attribuito il punteggio relativo in forma proporzionale;
- Alla stesura dei punteggi totali risultanti per ciascun concorrente ammesso.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *[selezionare una delle formule di seguito indicate]*:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_a}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_a = ribasso percentuale del concorrente i-esimo



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore; quindi, il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n , ovvero il numero di criteri di valutazione]

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a $n + 3$ membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno ****/**/****, alle ore **.**.**.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Portale Empulia.

La seduta sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento, in veste di Presidente del seggio di gara e da almeno due testimoni e si svolgerà in modalità virtuale, in linea con quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n° 312/2020 e nel rispetto delle attuali disposizioni di legge in materia di distanziamento sociale. A tale seduta, nonché alle successive sedute, saranno ammessi a partecipare tutti i legali rappresentati degli operatori economici partecipanti alla gara oppure loro incaricati.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Entro la data antecedente quella fissata per la prima seduta pubblica, le ditte dovranno trasmettere al seguente indirizzo pec: pomolfetta.aslbari@pec.rupar.puglia.it la delega a partecipare, corredata altresì di eventuale procura.

I legali rappresentanti o loro incaricati, purché muniti di procura, potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale.

Prima dell'avvio delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio provvederà ad accertare la presenza e l'identità delle persone legittimate a rappresentare l'impresa specifica. Nell'ipotesi venga esibita procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti.

Il link per accedere alla seduta pubblica in modalità virtuale verrà comunicato alle ditte che hanno presentato offerta mediante la piattaforma Empulia.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede:

- all'apertura telematica della "Busta documentazione" di tutte le offerte pervenute
- a verificare la regolarità e completezza della documentazione amministrativa
- ad esaminare la conformità della suddetta documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare, nonché alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- alla redazione di un apposito verbale, che verrà successivamente notificato a tutti i concorrenti mediante piattaforma;
- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio;

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

All'esito di tale fase la Stazione Appaltante provvederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" – Bandi di Gara e contratti.

Successivamente alla pubblicazione del predetto provvedimento di ammissione/esclusione, il Direttore Generale designerà la Commissione Giudicatrice che sarà nominata con Determinazione Dirigenziale.

Il provvedimento di nomina sarà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77 d.lgs. 50/2016.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in modalità telematica, in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite il Portale Empulia ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 19.

La commissione giudicatrice in seduta pubblica procede, relativamente a ciascun singolo lotto:

- all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;
- alla verifica della sola completezza della documentazione presentata;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- alla conseguente ammissione/non ammissione delle Ditte al prosieguo della valutazione;

in una o più sedute riservate:

- alla prova pratica così come descritta all'art. 14.1 del presente Disciplinare, attribuendo ad ogni singolo concorrente in punteggio riportati nella griglia di valutazione; di cui all'**All. VII-A) "Criteri di valutazione"** del Capitolato Tecnico;
- ad escludere gli Operatori Economici che non abbiano raggiunto il punteggio di 6/10 sulla prova pratica;
- all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti che hanno superato la prova pratica, effettuando le valutazioni di competenza, nei limiti del punteggio massimo a disposizione (70) e provvederà alla attribuzione del punteggio ripartito secondo i criteri riportati nella griglia di valutazione; di cui all'**All. VII-A) "Criteri di valutazione"** del Capitolato Tecnico;
- alla, eventuale, notifica al RUP di inammissibilità dell'offerta tecnica per verificata non conformità alle prescrizioni minime capitolari; oggetto di comunicazione al concorrente interessato da parte dello stesso RUP, ai sensi dell'art. 76 co. 2 bis del Codice dei Contratti pubblici.

La Commissione Giudicatrice di regola lavorerà a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Giova evidenziare, in tal senso, che nelle procedure di gara interamente telematiche è garantita l'inviolabilità dell'offerta e la piena tracciabilità delle operazioni di gara, svoltesi sulla piattaforma, come ribadito dal C.d.S. (Sent. 1700/2021) Sez. V.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 16.2.

Nel giorno stabilito (e comunicato tramite la piattaforma di Empulia), la Commissione Giudicatrice coadiuvato dal RUP comunicherà:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non avranno raggiunto un punteggio complessivo, per l'elemento qualità, **pari ad almeno 42 punti**, (ante riparametrazione).

Al termine delle operazioni di cui sopra il Portale Empulia consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice quindi procederà:

- all'apertura delle offerte economiche nella stessa seduta o in altra che sarà comunicata tramite la piattaforma di Empulia. Il sistema telematico attribuirà automaticamente il punteggio massimo previsto (**30 punti**) all'Impresa che avrà offerto il prezzo più basso e, alle altre, punteggi inversamente proporzionali;
- alla sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per gli elementi qualità e prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi per il prezzo per tutti gli elementi di valutazione, sarà collocato prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 *giorni* dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.500,00 oltre iva. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore e saranno ripartite tra ciascun aggiudicatario in proporzione all'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 470 del 21/03/2022 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, inserito nel P.I.A.O. dell'ASL Bari approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 31/01/2023.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/altri-contenuti-corruzione>.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo la Legge n. 241/90 e s.m.i.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bari.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali – Reg. UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare Starita n. 6 – Bari, PEC: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy, mail: dpo@asl.bari.it; ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

Finalità del trattamento.

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione e della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale del Partecipante al bando di gara nonché dell'aggiudicazione e per quanto riguarda ogni altro adempimento di legge.

I dati del Partecipante aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.

Tipologia dati.

I dati forniti dai Partecipanti e dall'Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, di cui agli artt. 6 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "sensibili e giudiziari").

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- Terzi che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990, dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 97/2016;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei soli casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

Diritti.

In relazione al trattamento dei dati, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati o al Responsabile della protezione dei dati sopra indicati, per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

Responsabile per il riscontro all'interessato sia in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 che in caso di accesso agli atti è il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s. i. m., individuato nel Dirigente dell'U.O.S. Direzione Amministrativa PP.OO. Corato-Molfetta, al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: po-molfetta.direzione.amministrativa@asl.bari.it.

Per dettagli si rinvia all'informativa Privacy in allegato al presente disciplinare ("GDPR_Gare_Contratti"), disponibile anche nella sezione tematica "Privacy" della home page del sito internet istituzionale, all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>.

Nomina a Responsabile del trattamento

Se l'aggiudicazione comporta il trattamento di dati personali di cui è titolare l'ASL BARI (ad es. dati di pazienti, dipendenti e collaboratori), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'Aggiudicatario saranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, l'Aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Pertanto, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a sottoscrivere, contestualmente al Contratto, l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello in allegato "Designazione del Responsabile del trattamento dei dati".

Dichiarazione di conformità

L'Operatore Economico, in fase di partecipazione, compila e sottoscrive digitalmente la "Dichiarazione di conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (modello in allegato "Autocertificazione-GDPR");

DOMANDA DI AMMISSIONE

Assolvimento bollo legale (€ 16,00)

Allegato I

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI
.....

(nome della stazione appaltante)
 Servizio
 Via/Piazza N.
 CAP Città

Oggetto: Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO. Oculistica della ASL Bari.

Importo complessivo dell'appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): € 15.756.637,52 IVA esclusa.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: €

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto nato a
 il nella qualità di
 C.F..... in qualità di legale rappresentante della Società:
 codice fiscale
, partita I.V.A.
 tel.....
 mail:..... PEC:.....

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:

come impresa singola

Oppure

come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale

- verticale
- misto

già costituito fra le seguenti imprese:

.....
.....
.....

Oppure

- come capogruppo** di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
- orizzontale
- verticale
- misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

.....
.....
.....

Oppure

- come mandante** di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
- orizzontale
- verticale
- misto

già costituito fra le imprese:

.....
.....
.....

Oppure

- come mandante** di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
- orizzontale
- verticale
- misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

.....
.....
.....

Oppure

come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs. 50/2016,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato.

DICHIARA

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016;

- che l'Impresa:

- ha la seguente forma giuridica
- è iscritta al n. del REA

- è iscritta al n.del Registro delle Imprese
nella sezione
- Presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di
- ha il seguente oggetto sociale:
- ed esercita le seguenti attività:
- che l'Impresa ha sede legale in: Via
..... n.
- che l'Impresa ha i seguenti recapiti:
telefono: mail:.....
pec:
- che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono:
(*soggetti che devono essere indicati*)
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
 - membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - direttore tecnico;
 - socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci);

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Socio % proprietà	Qualifica (legale rappresentante, direttore tecnico, socio, altro)

(Si fa presente che in relazione ai soggetti sopra specificati vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE)

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche;

(Oppure)

che i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Socio % proprietà	Qualifica (legale rappresentante, direttore tecnico, socio, altro)

(Si fa presente che in relazione ai soggetti cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE)

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando sono state emesse le seguenti condanne penali contemplate dall'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016: e che comunque la società ha adottato le seguenti misure di dissociazione:

(Oppure)

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando non sono state emesse condanne penali contemplate dall'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

(per i soli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001)

di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze e prevista dall'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e ne indica gli estremi

(Oppure)

di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

- dichiara, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

- di conformarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della ASL di Bari" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 470 del 21/03/2022, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Detti obblighi vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo della ditta contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori della ditta contraente del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti della ASL di Bari".

L'impresa prende atto che l'indirizzo url del sito della ASL di Bari in cui il menzionato Codice è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente <https://www.sanita.puglia.it/documents/25619/80521921/deliberazione+470.2022.+codice+di+comportamento/c28d98eb-e3a0-408b-96b3-32f2b72a5f9b>;

- di essere consapevole che l'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- che ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente ha sede a, via, cap, pec, tel..... codice società
- che l'Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria (si veda l'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016):

INFINE DICHIARA

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 360 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
- di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- che le parti di appalto che intende subappaltare sono le seguenti:
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di essere edotto ed accettare il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L.190/2012) riguardante gli obblighi di comportamento adottato dalla stazione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (*per operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*);
- di rendersi disponibile ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, l'espletamento del presente appalto;
- di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese con la presente, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione della medesima;
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di essere (*oppure* di non essere) una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio
- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- di non essere sottoposto a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che non è in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di non essersi reso inottemperante agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertati, costituenti una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo dell'art. 80, comma 4 del Codice dei contratti;
- di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al presente modulo;
- con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti rende la seguente dichiarazione (selezionare la casella corrispondente al caso ricorrente):

di autorizzare amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un concorrente voglia esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016;

(*Oppure*)

di non autorizzare l'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle parti dell'offerta tecnica come espressamente specificate in apposita dichiarazione resa insieme all'offerta, in quanto coperte da know how industriale.

Data.....

Firmato digitalmente
il legale rappresentante

.....

N.B.

- Il presente documento deve essere reso e firmato dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte l'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
- Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, il

presente documento può essere firmato soltanto dal legale rappresentante dell'impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l'atto costitutivo in originale o copia autentica.

- Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il presente documento deve essere sottoscritto dal consorzio medesimo.

Inoltre:

Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.

Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia conforme della procura.

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facoviretomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari. Lotto XX

Allegato XI
**Schema di Contratto/
Capitolato d'Oneri**

Sommario

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	4
ART. 2 DEFINIZIONI	4
ART. 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	4
ART. 4 OGGETTO	4
ART. 5 LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	4
ART. 6 DURATA E VALORE DELL'APPALTO	5
ART. 7 CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	6
ART. 8 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	7
ART. 9 ESECUZIONE E VARIAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA PRESTAZIONE.	8
ART. 10 CONSEGNA E VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE.....	8
ART. 11 COLLAUDO	8
ART. 12 MANUTENZIONE FULL RISK	13
ART. 13 FASCICOLO DI MACCHINA	13
ART. 14 NORME DI SICUREZZA	13
ART. 15 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	14
ART. 16 RUP, DEC E PENALI	14
ART. 17 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	15
ART. 18 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	15
ART. 19 TRASPARENZA	16
ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA	16
ART. 21 REVISIONE DEI PREZZI	16
ART. 22 RISERVATEZZA	17
ART. 23 RISOLUZIONE	17
ART. 24 RECESSO	18
ART. 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	19
ART. 26 RESPONSABILE DELLA COMMESSA	19
ART. 27 FORO COMPETENTE	19
ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	19
ART. 29 CODICE DI COMPORTAMENTO - DIVIETO DI PANTOUFLAGE	20

ART. 30 SPESE CONTRATTUALI	21
ART. 31 CLAUSOLA FINALE	21

CONTRATTO

Procedura Aperta Telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitreтоми e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari. Lotto XX. C.I.G. *****

TRA

L'ASL Bari con sede legale in xxx al xxx, nel seguito per brevità anche "xxx", in persona del Direttore xxx, Dott./Dott.ssa xxx

E

_____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

che la ASL di Bari, con Deliberazione del Direttore Generale n. xxx del xx/xx/2023, ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt.58 e 60 del D.lgs. 50/2016 S.M.I., suddivisa in 5 lotti, per la fornitura in service, di facovitreтоми e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della ASL Bari, mediante l'utilizzo della piattaforma Empulia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un periodo di mesi sessanta, con facoltà di proroga della fornitura sino ad un massimo di 12 mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., eventuale opzione di estensione della prestazione nella misura massima del 40% ai sensi dell'art. 106 co. 12 e ex art. 63 c. 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed incremento del 40% di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004 per altre Aziende del SSR,

che il sottoscrittore del presente contratto è risultato aggiudicatario del/i lotto/i _____ e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le forniture oggetto del presente contratto ed eseguire le conseguenti prestazioni, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;

che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara, disciplinare e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

che il Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prestato cauzione definitiva a mezzo di garanzia fideiussoria n° _____ rilasciata da _____ per un importo di € _____ pari al ____% del valore complessivo triennale del contratto

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, anche se non materialmente allegata.
3. Integra il presente atto, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, il DUVRI riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno eseguite le prestazioni, debitamente compilato e sottoscritto dall'appaltatore, sia pur non materialmente allegato; resta inteso che, trattandosi di contratto di durata, se determinate condizioni dovessero subire modifiche, il DUVRI verrà aggiornato.

Art. 2 Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

- ✓ *Amministrazione Aggiudicatrice/Contraente*: ASL Bari
- ✓ *Contratto*: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti in esso richiamati
- ✓ *Fornitore*: la Ditta affidataria o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario

Art. 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, richiamati nell'art. 1 co. 1 e 2, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e relativi provvedimenti attuativi, dal codice civile e da altre disposizioni normative applicabili, dalle norme in materia di Contabilità dello Stato, dal D.lgs. 51/2018, dal D. Lgs. n.81/2008, dalla L. n.136/2010, dalla L. n.190/2012 e dal D.lgs. n.33/2013, dalla L.r. n.4/2010.
2. Le presenti clausole sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del contratto, fermo restando che ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi contrattualizzati, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere

Art. 4 Oggetto

L'oggetto del presente contratto è la fornitura in regime di service, per la durata di 60 mesi, comprensiva di manutenzione full risk, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della ASL Bari di cui al lotto/i _____ come dettagliato nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica del Fornitore

Art. 5 Luogo di esecuzione della fornitura

1. Il luogo di esecuzione della presente fornitura in service per il **Lotto di riferimento** sono i seguenti PP.OO. dell'Asl di Bari:

LOTTO	descrizione lotto	Presidi per lotto
1	Lotto 1 - Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica	Bari Divenere – Terlizzi- Altamura – Triggiano – Putignano - Conversano
2	Lotto 2 - Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	Terlizzi- Altamura
3	Lotto 3 - Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso(tipo peristaltico) che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica	Bari Divenere - Putignano
4	Lotto 4 - Sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	Terlizzi – Altamura – Bari Divenere
5	Lotto 5 - Sistema per facoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	Altamura – Triggiano – Conversano – Putignano – Grumo -Gioia

2. Qualora dovessero intervenire modifiche all'attuale assetto organizzativo, anche in attuazione di intervenuti nuovi indirizzi regionali, l'appaltatore si impegna, senza oneri aggiuntivi, a recepire le modifiche di cui sopra, garantendo il servizio presso eventuali nuove sedi delle strutture laboratoristiche, diverse da quelle inizialmente individuate.

Art. 6 Durata e Valore dell'appalto

- L'appalto avrà una durata pari a 60 mesi, decorrenti dalla data di avvenuto collaudo positivo dell'ultima apparecchiatura consegnata per singolo lotto, oltre opzione di eventuale proroga per ulteriori 12 mesi, ed eventuale opzione di estensione della prestazione nella misura massima del 40% ai sensi dell'art. 106 co. 12 e ex art. 63 c. 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed incremento del 40% di cui all'art. 28 L.R. n. 1/2004 per altre Aziende del SSR.
- L'ASL eserciterà tale facoltà comunicandola all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, almeno 3 mesi prima della scadenza naturale del contratto.
- In caso di proroga, l'Amministrazione corrisponderà alla ditta aggiudicataria i soli costi per la manutenzione full risk delle apparecchiature e per la fornitura del relativo materiale di consumo/reagenti, cassando i costi di locazione.
- Il presente contratto potrà avere una durata inferiore a quella stabilita, in caso di intervenuta aggiudicazione di una procedura di gara avente il medesimo oggetto, a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, espletata dalla Centrale di Committenza regionale o nel caso di intervenuta attivazione, per uno o più lotti, di apposita Convenzione Consip.
La Stazione Appaltante procederà al recesso dal contratto qualora il fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione, in tal caso nessun indennizzo è dovuto a quest'ultimo, fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni già rese.
- L'importo complessivo presunto quinquennale dell'appalto, per il/i lotto/i n. xxx, è pari ad € xxx.
- I fabbisogni stimati, in termini di numero di apparecchiature e quantità del materiale di consumo, specificati nel Capitolato Tecnico, non sono vincolanti, bensì concorrono esclusivamente alla determinazione del valore presuntivo del service e possono variare di un quinto in aumento o in diminuzione, ex art.106 comma 12 D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., a cui si rinvia integralmente.
- E' previsto l'eventuale esercizio dell'opzione di estensione delle condizioni contrattuali, nella misura massima del 40% del valore quinquennale dell'appalto, a beneficio delle Aziende Sanitarie Regionali; la stessa sarà, nel caso, applicata nei seguenti termini: a) l'esecuzione delle prestazioni contrattualizzate avverrà presso le UU,OO. delle Aziende aderenti; b) l'esercizio di tale opzione è vincolato alla verifica positiva, da parte delle citate Aziende, di congruità e rispondenza delle offerte presentate dalle Ditte aggiudicatarie alle proprie esigenze, previa effettuazione di appositi

sopralluoghi; c) verranno, pertanto, mantenute le medesime condizioni tecnico-economiche qui contrattualizzate.

Art. 7 Condizioni per l'erogazione della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Le apparecchiature dovranno essere fornite dall'impresa aggiudicataria entro 40 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine emesso dalle varie strutture ospedaliere. Le forniture e le somministrazioni di materiale dovranno essere eseguite nelle quantità e nei luoghi nonché, secondo le modalità indicate di volta in volta nell'ordine emesso dal centro ordinante.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute in tutta la documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche previste nel Capitolato Tecnico e nell'offerta dell'aggiudicatario. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti in materia, nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data fissata per la presentazione delle offerte con produzione di effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Sono a carico del Fornitore, durante il periodo di efficacia contrattuale, tutti gli oneri necessari alla perfetta funzionalità della singola apparecchiatura. Gli oneri sono compresi nel canone di manutenzione/assistenza; altresì, sono ricompresi in quest'ultimo la fornitura di tutti i pezzi di ricambio necessari all'erogazione del servizio di assistenza tecnica.
7. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri correlati all'esecuzione della fornitura e, quindi, compresi nel prezzo offerto, come: l'imballaggio e relativo smaltimento, il facchinaggio, l'assicurazione e il trasporto delle apparecchiature nel magazzino e nei locali di installazione del presidio interessato, compreso l'utilizzo di macchine di sollevamento e relativi lavori, nonché le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente; inoltre, tutte le spese di posa in opera, montaggio, installazione a regola d'arte e di assistenza al collaudo dell'attrezzatura. In particolare, gli oneri a carico del Fornitore comprendono le seguenti prestazioni:
 - l'installazione, il collegamento delle apparecchiature;
 - la fornitura di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento delle stesse;
 - la fornitura dei manuali d'uso e di manutenzione, in lingua italiana, dei dispositivi forniti;
 - la fornitura di tutti gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuale che dovessero risultare necessari per l'utilizzo in sicurezza sia dell'apparecchiatura che dei relativi accessori, sostanze chimiche nonché materiali vari proposti;
 - il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, in modo da garantire l'incolumità del personale e di terzi;
 - lo smontaggio ed il ritiro delle apparecchiature al termine del periodo di fornitura in service, previo accordo con il Responsabile della Struttura interessata;
8. Per tutti i materiali di consumo offerti, di cui il Fornitore ha indicato il nome commerciale, numero di codice o di listino, tipo di confezionamento; classificazione CND (classificazione nazionale dispositivi medici) e numero di pezzi per confezione, quest'ultimo dichiara:

- di essere disponibili a fornire, con cadenza da concordare, alla U.O. di Farmacia competente i "reports" da cui si possa verificare il numero di prestazioni corrispondente alla somma del materiale di consumo inviato, per un controllo più rapido sull'andamento della spesa;
 - di essere disponibile al ritiro, al cambio o all'accredito di tutti i prodotti eventualmente giunti a scadenza e non ancora utilizzati dal reparto.
9. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri connessi all'addestramento degli operatori al corretto utilizzo delle apparecchiature e degli eventuali Dispositivi Individuali di Protezione necessari, nonché all'esecuzione dell'attività manutentiva di primo livello: pulizia, disinfezione, disincrostazione e manipolazione di prodotti. Agli operatori addestrati il Fornitore dovrà rilasciare apposito attestato; se l'ASL ne facesse richiesta, tali corsi formativi dovranno essere ripetuti.
10. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'offerta dell'aggiudicatario. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Art. 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- a) fornire le apparecchiature ed allocarle presso i locali individuati dalla Amministrazione beneficiaria ed espressamente indicati nel Capitolato Tecnico di gara;
- b) effettuare, prima dell'esecuzione della verifica di conformità, tutti i controlli e le verifiche di buon funzionamento delle medesime attrezzature, comprese le verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme in vigore;
- c) garantire l'Amministrazione contraente contro l'evizione ex art. 1476, punto 3), c.c., nonché la conformità dell'apparecchiatura alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell'Offerta Tecnica;
- d) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno fornite dall'Amministrazione contraente attraverso i rispettivi Direttori dell'esecuzione aziendali (DEC)
- f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del/i nuovo/i Responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in fase di presentazione offerta e stipula del presente contratto, le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente all'Amministrazione contraente, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia.
- g) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

- h) I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione.
- i) Se in vigore di contratto, sopravvenissero modifiche normative in merito, il Fornitore è tenuto ad adeguare la qualità/gestione dei prodotti forniti, senza oneri aggiuntivi e a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso.

Art. 9 Esecuzione e variazione qualitativa e quantitativa della prestazione.

1. Esecuzione della prestazione:

Il Fornitore è tenuto ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto/capitolato d'oneri, sulla base degli ordinativi informatici emessi da parte delle competenti Strutture dell'ASL di Bari

2. Variazione quali - quantitativa della prestazione:

I quantitativi indicati si riferiscono al fabbisogno presunto annuale e non impegnano in modo assoluto l'Azienda Sanitaria, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità, quantitativi maggiori o minori, nei limiti di cui al precedente art.6, senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

3. L'Appaltatore dovrà assicurare la conformità dei prodotti forniti rispetto all'evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di validità della fornitura stessa.
4. Qualora il lotto relativo alla singola fornitura non risultasse conforme alle prescrizioni di gara, come segnalato dal DEC, l'Appaltatore è tenuto alla tempestiva sostituzione del medesimo.

Art. 10 Consegna e verifica delle apparecchiature

Si rinvia integralmente a quanto disciplinato/prescritto nel Capitolato Tecnico.

Art. 11 Collaudo

Le apparecchiature dovranno essere fornite complete di tutte le dotazioni e gli accessori necessari per l'immediato e regolare funzionamento ed idonee all'uso cui sono destinate. In particolare si precisa che costituiscono oggetto del collaudo:

- la documentazione a bordo della macchina (almeno: manuale di uso e manuale di manutenzione);
- le apparecchiature fornite, compresi accessori, software eccetera;
- i servizi offerti, compreso l'addestramento in fase di avviamento.

Il collaudo deve essere inteso come la verifica della perfetta corrispondenza tra quanto fornito ed installato e quanto richiesto dalla parte acquirente, con le integrazioni e le modificazioni (a vantaggio della parte acquirente) derivanti dalla offerta tecnico-economica della ditta.

Di conseguenza, esso consisterà:

- nella verifica della esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previsto dal complesso della documentazione di gara e della offerta tecnica della Ditta, verificando in particolare la presenza e la adeguatezza della documentazione tecnica a corredo della macchina (manuali, istruzioni, cd di installazione eccetera), le certificazioni, la presenza delle attestazioni di conformità dei lavori, dei materiali edili e impiantistici, della presenza delle autorizzazioni ove dovute;
- in caso di forniture informatiche a corredo (sia hardware che software), nella verifica della consegna di tutte le password e le abilitazioni necessarie per rendere la stazione appaltante autonoma nella gestione delle forniture. In caso di rifiuto, comunque giustificato (ad esempio per motivi di salvaguardia di segreto industriale), a consegnare tali abilitazioni, se ne darà atto nel verbale per il definitivo giudizio circa la collaudabilità o meno della fornitura;
- nell'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche offerte dalla ditta in

sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti dall'obbligo al rispetto della legge; in particolare, si procederà a verificare la esistenza e conformità di:

- ✓ apparecchiature principali;
- ✓ accessori, software, optional eccetera
- nella verifica della funzionalità della macchina, attraverso:
 - ✓ opportune prove di funzionamento, creando simulazioni della attività cui la macchina è destinata;
 - ✓ prove e misurazioni strumentali;

Analogamente si procederà per tutte le forniture accessorie, i software, gli optional eccetera;

- nella verifica della corrispondenza e della conformità dei lavori edili e impiantistici, laddove previsti, attraverso:
 - ✓ riscontri e misurazioni volti a confermare la adeguatezza delle soluzioni e dei materiali impiegati a quanto offerto in sede di gara;
 - ✓ opportune prove di funzionamento degli impianti;
 - ✓ prove e misurazioni strumentali;

In particolare il collaudo dell'attrezzatura dovrà svolgersi eseguendo le sottototate prestazioni:

A. Invio documentazione

Costituisce adempimento PREGIUDIZIALE alla conclusione del collaudo l'invio della seguente documentazione, per ogni apparecchiatura in formato elettronico e cartaceo:

- il manuale d'uso e tecnico (in formato informatico 1 copia e cartaceo 2 copie);
- il manuale di service dell'apparecchiatura (in formato informatico 1 copia e cartaceo 2 copie) incluse tutte le eventuali password di sistema;
- il manuale di "troubleshooting", che elenchi le possibili anomalie e le relative procedure di diagnosi e intervento.

Durante il periodo di garanzia o di validità dell'eventuale contratto di assistenza tecnica e manutenzione full risk post garanzia, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni che rimarranno ad esclusivo carico del fornitore ivi incluse le verifiche di sicurezza elettrica generale CEI 62.5;

B. Fasi propedeutiche al collaudo

Al termine dell'installazione, il fornitore potrà effettuare in proprio una prova di funzionamento, che non avrà comunque valore ai fini del collaudo. Tale prova è obbligatoria in caso di forniture che prevedano emissioni ionizzanti, e in tal caso deve essere completata insieme alla Fisica Sanitaria dell'ASL BA. In ogni caso, se il fornitore intende esperire tale prova, deve preventivamente darne comunicazione alla parte acquirente, la quale potrà farvi assistere propri incaricati. Se la prova di funzionamento non dovesse avere esito positivo, il fornitore è tenuto a darne comunicazione alla parte acquirente, comunicando altresì l'impegno a risolvere i motivi di malfunzionamento entro una data certa. L'Amministrazione Contraente potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera ed anche prima del collaudo, per l'accertamento della conformità delle forniture.

Solo in caso di forniture che prevedano l'uso di agenti ionizzanti: la ditta aggiudicataria deve fornire il progetto del presidio di radioprotezione elaborato e firmato da un Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta aggiudicataria deve presentare alla SA, entro 60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto, tutta la documentazione e le certificazioni per l'inoltro della richiesta di nullaosta.

Solo in caso di forniture che prevedano la realizzazione di opere edili e/o impiantistiche: l'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal credito dell'appaltatore.

C. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile il DEC che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni o Enti Pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore. Se i funzionari di cui sopra, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente.

L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

D. Modalità operative del collaudo

Le apparecchiature offerte e gli accessori, i materiali, dovranno essere forniti tali da rendere le apparecchiature pienamente funzionanti ed idonee all'uso a cui sono destinate. In particolare si precisa che:

L'operazione di collaudo deve iniziare entro il termine di venti giorni dalla comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere/forniture. Il collaudo avverrà alla presenza di persona incaricata dall'impresa aggiudicataria e debitamente invitata.

In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato dell'impresa, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.

Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'Amministrazione contraente; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.

L'incaricato all'accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, possono accettare i beni o rifiutarli o dichiararli rivedibili, secondo quanto stabilito in seguito.

Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche definite nei disciplinari. In questi casi, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, nel termine indicato nel contratto, alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali.

Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dalla parte acquirente, sulla scorta di una proposta di protocollo di collaudo fornita dal fornitore contestualmente all'inizio delle operazioni di installazione. Detta proposta dovrà contenere, come requisiti minimi, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di collaudo serviranno alla parte acquirente, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate alle apparecchiature.

Il fornitore dovrà dare copia alla parte acquirente, preliminarmente al collaudo, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal caso il fornitore è invitato dalla parte acquirente ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

Le apparecchiature, e, laddove previsti, i lavori edili e impiantistici, all'atto del collaudo, dovranno risultare completi di ogni accessorio, anche se materialmente non menzionato nella propria proposta tecnica, necessario per rendere il tutto perfettamente funzionante, conforme all'offerta e pronto all'uso.

Eventuale materiale di uso e consumo necessario per il collaudo deve essere posto a disposizione dalla ditta a proprio esclusivo onere così come tutto il materiale necessario per garantire la massima compatibilità con le predisposizioni impiantistiche esistenti. Il collaudo delle opere edili, laddove previste, avverrà con le specifiche modalità previste dal d.lgs 50/2016.

Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove per l'accettazione della fornitura (strumenti di misura, mano d'opera, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

Le prove di accettazione della fornitura (apparecchiature, sw e hw, accessori, e, laddove previsti, opere e impianti, arredi eccetera) verranno eseguite in contraddittorio da personale di fiducia della ditta aggiudicataria e alla presenza degli esperti nominati dall'Amministrazione dell'Ente appaltante e dovranno accertare che l'intera fornitura sia stata regolarmente installata, sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze per essa previste ed espresse nel presente capitolato e sia conforme alle indicazioni ivi previste. In tale sede si procederà altresì alla verifica dei dati prestazionali della fornitura dichiarati in sede di offerta in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione.

Se tutte le prove di cui sopra avranno avuto esito positivo, la fornitura si intenderà accettata; l'Ente appaltante invierà pertanto formale lettera di comunicazione di accettazione della fornitura.

E. Linee guida delle prove di accettazione della fornitura

Il protocollo delle prove di accettazione della fornitura (apparecchiature, sw e hw, accessori, e, laddove previsti, opere e impianti, arredi eccetera) prevede che venga raccolto il materiale così come descritto più nel dettaglio di seguito; per quanto riguarda in particolare le apparecchiature tale materiale andrà a costituire il "File di accettazione" delle apparecchiature e servirà come riferimento durante tutta la loro vita presso l'Azienda.

La ditta aggiudicataria deve fornire la dichiarazione di conformità di ogni parte della fornitura da cui risultino chiaramente le direttive e normative di riferimento per ogni singola parte.

La Ditta aggiudicataria deve fornire i report delle verifiche e prove sottoelencate, effettuate da personale della Ditta in contraddittorio col personale designato dall'Ente appaltante. Tali report devono contenere chiari riferimenti alle procedure utilizzate.

Per le Apparecchiature si dovrà procedere:

- all'accertamento della presenza di tutti i componenti hardware e software ordinati e verifica del loro stato;
- alla verifica di presenza e funzionalità delle protezioni meccaniche e delle dotazioni di sicurezza tra cui, ad esempio:
 - pulsanti,
 - microfono apparecchiatura - consolle, o parti applicate, o etc;
- alla verifica di rispondenza alle norme vigenti nel settore elettrico all'accertamento del corretto funzionamento delle parti che costituiscono la fornitura a livello hardware e software, mediante dimostrazione effettuata da specialista della Ditta aggiudicataria o da personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria stessa e di sua fiducia, inclusa la registrazione dei dati ottenuti su tabelle, supporto per archiviazione e riproduzione di immagini test, se del caso.

Il personale medico, in collaborazione col personale della Ditta aggiudicataria, provvederà alla verifica di funzionalità di dispositivi ancillari per il paziente, utili al suo monitoraggio e/o alla esecuzione dell'esame ed alla verifica delle prestazioni delle apparecchiature attraverso l'esecuzione di esami dei diversi distretti corporei.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire quanto richiesto dal DL 46 del 24 febbraio 1997 (direttiva 93/42) ed altre direttive applicabili, in particolare:

- i manuali operatore e tecnici relativi a tutto l'hardware e il software forniti ed installati;

- le chiavi di accesso (hardware e software) presenti sull'apparecchiatura eventualmente necessarie per accedere ai protocolli di diagnostica, manutenzione ed intervento;
- l'elenco e la descrizione dettagliati delle operazioni e delle verifiche previste in relazione agli interventi programmati di:
 - manutenzione preventiva,
 - sicurezza elettrica,
 - sicurezza ambientale e confort,
 - Controlli di Qualità,
 - software;

L'appaltatore, inoltre, dovrà indicare la cadenza con la quale si ritiene che ognuna delle attività descritte debba essere fatta al fine di mantenere costantemente e apparecchiature secondo le specifiche e secondo gli standard di qualità previsti dal produttore. Deve essere inoltre fornito il dettaglio dei valori e parametri che definiscono le specifiche sopradescritte e i loro limiti di tolleranza (devono essere chiaramente indicati i manuali tecnici, in dotazione allo strumento, a cui ognuna delle operazioni fa riferimento, le eventuali tabelle, etc....).

La Ditta si impegna a modificare le chiavi e le modalità di accesso dandone comunicazione scritta all'Ente appaltante.

Per le Apparecchiature che producono rischio ionizzante si dovrà procedere:

- ad effettuare tutte le verifiche di cui ai punti precedenti;
- prove di funzionamento di competenza dell'Esperto Qualificato.

In caso di apparecchiature che devono essere connesse in rete internet, o intranet, o mediante protocollo Dicom) Impianti, opere accessorie e connessione in rete si dovrà procedere altresì:

- alle verifiche iniziali, previste dalle norme CEI prima della messa in esercizio dell'impianto elettrico e la compilazione della documentazione tecnica sui risultati di tutte le verifiche iniziali, comprendente gli schemi elettrici e le informazioni necessarie;
- Verifica dei collegamenti di rete e delle certificazioni che dovranno essere prodotte per tutte le tratte cablate;
- Verifica di corretto funzionamento delle comunicazioni tra le apparecchiature installate e il sistema di archiviazione, a seguito della corretta configurazione e parametrizzazione dei protocolli TCP/IP DICOM (Send, Retrieve, Storage, Print) etc.;

Solo per forniture di apparecchiature che emettono agenti ionizzanti si dovrà procedere alla verifica dei Sistemi di sicurezza ed in particolare:

- Verifica delle schermature e del presidio di radioprotezione ai sensi della vigente normativa;
- verifica di tutti i sistemi di segnalazione e sicurezza installati;
- verifica dei sistemi di controllo ambientale.

F. Accettazione della fornitura

Quando tutti i requisiti precedenti siano stati soddisfatti, sia stato fornito il materiale richiesto e siano stati accettati dall'Ente appaltante i dati documentati nei report, l'Ente appaltante invierà la lettera di accettazione della fornitura.

G. Esito del collaudo

Ad esito del collaudo potrà essere formulata una delle seguenti dichiarazioni:

- a) ESITO FINALE: collaudo superato.
- b) ESITO FINALE: collaudo sospeso con autorizzazione provvisoria all'utilizzo e prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura.
- c) ESITO FINALE: collaudo sospeso senza autorizzazione provvisoria all'utilizzo e con prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura.

- d) ESITO FINALE: apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con prescrizione di sostituzione della apparecchiatura con altra uguale.
- e) ESITO FINALE: apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con recesso dal contratto.

Nei casi da "b" a "d", sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. In tal caso dell'esito del verbale l'Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, la quale, per le attrezzature contestate, dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione nel termine che verrà prescritto. Superato detto termine, senza che la Ditta abbia adempiuto, la parte acquirente avrà il diritto di procedere senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nell'articolo "Penali" di cui all'allegato schema di contratto.

Nel caso "e", sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto della fornitura. In tal caso dell'esito del verbale l'Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, procedendo senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nell'articolo "Penali" di cui al presente contratto.

Del collaudo è redatto processo verbale.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione" della fornitura. Tale data farà fede per quanto riguarda l'inizio del periodo di garanzia che, fatte salve le eventuali proposte migliorative indicate dalla Ditta aggiudicataria, non potrà essere inferiore a quanto prescritto nel presente capitolato.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie, ivi compresa l'eventuale sostituzione delle apparecchiature, entro 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali previste.

Art. 12 Manutenzione full risk

Si rinvia integralmente a quanto disciplinato/prescritto nel Capitolato Tecnico.

Art. 13 Fascicolo di Macchina

Per ogni singola apparecchiatura oggetto del service dovrà essere costituito e costantemente aggiornato il c.d. "Fascicolo Macchina".

Rientra nelle competenze dell'appaltatore la costituzione e corretta tenuta del Fascicolo Macchina, comprensiva dell'aggiornamento continuo in situ.

Il Fascicolo Macchina deve contenere almeno la seguente documentazione:

- Certificato di Collaudo
- Dichiarazione di conformità CEE
- Manuale d'uso
- Richieste di intervento
- Rapporti di lavoro (rientranti nell'attività manutentiva di cui al precedente articolo)

Art. 14 Norme di sicurezza

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale in materia antinfortunistica e, in particolare, nel D. Lgs 81/2008 s.m.i. Il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di idonei indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutte le misure atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

2. Le clausole del presente capitolato d'oneri/contratto in tema di sicurezza sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula dello stesso

Art. 15 Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore dovrà fornire in locazione le apparecchiature proposte in offerta, nell'ultima versione disponibile, sia sotto il profilo hardware che software
2. Il Fornitore dovrà garantire il progressivo aggiornamento ed adeguamento della macchina ad eventuali nuovi standard e procedure, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 16 RUP, DEC e Penali.

1. Il RUP è stato individuato, ai sensi della l. n.241/90 s.m.i. e dell'art.31 D. Lgs n.50/2016 s.m.i., nel Dirigente dell'U.O.S. PP.OO. Corato-Molfetta, dott. Saverio Quacquarelli, il quale, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art.102 del d. lgs. n.50/2016 s.m.i., verrà affiancato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) _____.
2. Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto contrattualmente previsto.
3. Al DEC competeranno, tra l'altro, i controlli a campione del servizio svolto, in contraddittorio con il Responsabile della commessa nominato dall'appaltatore; in esito a tali verifiche, sarà redatto apposito verbale. Il Responsabile della ditta, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio, dovrà provvedere immediatamente al ripristino, senza nulla pretendere e ferma restando l'applicazione delle penali. L'inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di apposita comunicazione scritta all'appaltatore da parte del DEC. La ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Nel caso di definitivo accertamento degli inadempimenti, l'Amministrazione, su indicazione del DEC e per il tramite del RUP, applicherà le penali previste dal presente contratto, di cui sarà data notifica al Fornitore a mezzo PEC.
4. Laddove necessario, il DEC potrà avvalersi di propri Assistenti.
5. Nel caso di inosservanza delle norme del presente contratto e per ciascuna carenza rilevata, l'Azienda Sanitaria applicherà le penali relative alla tipologia di inadempienza rilevata.
6. L'Asl di Bari, dopo avere contestato formalmente a mezzo PEC l'irregolarità, provvederà, dopo aver inutilmente diffidato l'appaltatore alla corretta esecuzione di quanto previsto nel termine stabilito dal DEC, **ad applicare le penali di cui al successivo comma 8**, a seconda della gravità dell'inadempimento, in esito al contraddittorio avviato con l'Appaltatore.
7. Qualora l'appaltatore protraesse l'inosservanza delle prescrizioni previste in contratto, l'Asl Bari potrà dichiararlo risolto a proprio insindacabile giudizio e provvedere alla stipula di un nuovo contratto, ponendo gli eventuali maggiori oneri a carico dell'appaltatore stesso.
8. Nelle ipotesi di cui al punto 6 l'Amministrazione procederà nei seguenti termini:
 - a) formale contestazione;
 - b) richiesta di sostituzione della merce, che dovrà essere effettuata a cura e con oneri e rischio a carico della ditta aggiudicataria, entro 2 giorni lavorativi dalla stessa richiesta;
 - c) applicazione della penale pari all'1 per mille del valore netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardata sostituzione;
 - d) in caso di inosservanza di ogni altro obbligo contrattuale e delle norme del codice civile in materia di contratti: penale dello 0,6 per mille del valore netto contrattuale, per ciascuna violazione.
9. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore, in via prioritaria, sulle prime fatture in scadenza e, se non sufficiente, mediante escussione della cauzione definitiva, senza preventiva diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

10. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa, entro i termini contrattualmente previsti ed ai sensi dell'art.103 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
12. L'applicazione delle penali previste dal presente Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. In caso di applicazione di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore netto contrattuale, il medesimo verrà risolto per grave inadempimento, con esecuzione in danno dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo PEC. In tale caso, l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art. 17 Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere inviate, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto nonché, indispensabile per la liquidazione, l'indicazione del centro ordinante, del Codice identificativo gara (CIG). nonché la c.d. tripletta di identificazione costituita da: -
 - Identificativo dell'ordine da riportare nel Campo 2.1.2.2 <IdDocumento>: si specifica che il numero ordine in ASL BARI è identificato da area/serie/numero;
 - Data di emissione dell'ordine da riportare nel campo 2.1.2.3 < Data > ;
 - Identificativo del soggetto (EndPointID) che ha emesso l'ordine da riportare nel campo 2.2.2.5. <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi. Tale codice coincide con il codice ufficio ordinante di NSO che per la Asl Bari è: 0201:LJIJT5
14. Il codice IPA della ASL di Bari è il seguente: UFUH02.
15. Le fatture riguardanti i canoni del servizio di assistenza/manutenzione, per singola Struttura, saranno emesse trimestralmente, fatti salvi diversi accordi fra le parti.
16. Il pagamento del materiale di consumo è disposto dall'ASL BA successivamente al ricevimento della merce e previa accettazione della stessa, a seguito di regolare presentazione di fattura.
17. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere il riferimento all'ordine di fornitura, al CIG relativo alla procedura di gara, nonché eventuale allegata documentazione utile ai fini del pagamento.
18. In caso di incompleta o erronea documentazione prodotta dal Fornitore, i termini di pagamento si intendono sospesi fino all'integrazione/regolarizzazione della stessa; la liquidazione sarà curata dalle competenti Macrostrutture destinatarie del service
19. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nei termini di cui all'art. 4, comma 5 lett. b) del D.lgs. n° 231 del 09.10.2002, come modificato dal D.lgs. n° 192 del 09.11.2012.
20. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e tutte le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Pec dall'Amministrazione

Art. 18 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Asl BA, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed ha reso le informazioni di legge, come da documentazione agli atti del RUP e

dell'Area Gestione Risorse Finanziarie.

Art. 19 Trasparenza

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto
 - b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque, volte a facilitare la conclusione del contratto stesso
 - c) che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 20 Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti, ha costituito idonea garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad € _____ a mezzo di garanzia fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ pari al _____ del valore netto presunto dell'importo contrattuale, fatte salve le variazioni di cui al comma 1 dell'art. 103 su citato.
2. La cauzione ha una validità di 60 mesi e sarà svincolata alla scadenza del contratto medesimo e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art. 102 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia integralmente all'art.103 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.

Art. 21 Revisione dei prezzi

1. Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile per tutta la durata dell'appalto fatto salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Trattandosi di contratto di durata pluriennale (cinque anni, oltre opzione di proroga di ulteriori 12 mesi) l'aggiornamento del prezzo può essere ammesso, ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, a partire dalla seconda annualità contrattuale.
3. L'aggiornamento, in aumento o in diminuzione, può essere richiesto, rispettivamente, dal fornitore o dal RUP, tenuto conto delle variazioni dei prezzi standard rilevati da ANAC, ove pertinenti alla natura del contratto, ovvero della differenza tra l'indice FOI disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Per indice FOI si intende l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
4. La richiesta di aggiornamento deve essere motivata, circostanziata e supportata da documentazione idonea a comprovare l'aumento dei prezzi al fine di consentire al competente ufficio l'espletamento di

adeguata attività istruttoria (es. le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche, prezzi ufficiali).

5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di adeguamento prezzi, il RUP rigetta o accoglie la richiesta con provvedimento espresso in cui dà atto degli esiti dell'intervenuta negoziazione, comprensiva dei termini di decorrenza e durata in caso di accoglimento. Il termine per l'adozione del provvedimento è prorogato in misura corrispondente al tempo necessario per l'acquisizione di eventuale documentazione integrativa, ove richiesta.
6. Qualora la richiesta di aggiornamento sia giustificata da circostanze contingenti tali da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale e i rimedi previsti dal comma 3 non risultino adeguati a garantire la conservazione dell'accordo, la revisione del prezzo potrà essere accordata, al solo fine di ricondurre ad equità il sinallagma contrattuale, nella misura massima del 50% e per la sola parte eccedente il limite del 10%, in applicazione del combinato disposto degli artt. 106 co. 1 lett. a) e 30 comma 8 del Codice.

Art. 22 Riservatezza

1. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste da capitolato, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste.
2. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Stazione Appaltante, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.
3. La Ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. La Ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Art. 23 Risoluzione

1. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.1671 del C.C., per motivi di interesse pubblico esplicitati nel relativo atto deliberativo.
2. Inoltre, si stabilisce espressamente che il contratto si risolverà ipso jure, ai sensi dell'art.1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), per i seguenti motivi:
 - nel caso in cui l'importo complessivo delle penali comminate raggiunga il 10% dell'importo complessivo contrattuale
 - per il mancato rinnovo della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL, in caso di proroga del contratto.
 - in caso di collaudo con esito negativo;
 - in caso di cui all'art. 108 comma 1, lett.c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
 - in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; si applica, in tale ipotesi, quanto previsto dall'art. 110 comma 1 d.lgs n. 50/2016s.m.i.

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
 - il fornitore ceda il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett d) punto 2 del d.lgs n. 50/2016s.m.i.;
 - il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'ASL BA.
4. L'ASL Bari ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
- il fornitore non installi, consegni e collaudi l'apparecchiatura nei termini previsti dal presente contratto
 - il fornitore non esegua le prestazioni in modo strettamente conformi alle disposizioni del presente capitolato d'onere;
 - il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature con i requisiti concordati;
 - il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ASL/OO.RR. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
 - il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
 - il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
 - il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente contratto in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
 - in caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di Comportamento dell'Amministrazione contraente, integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013.
5. Il Direttore Generale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp
6. In caso di risoluzione del contratto, l'ASL BA incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio.
- Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione
 - Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso ed integrale rinvio alle ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 d.lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 24 Recesso

1. L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al fornitore, per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento.
2. L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto, senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento a titolo di indennizzo per il recesso anticipato, in caso di aggiudicazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, della procedura di gara che sarà indetta dalla Centrale di Committenza Regionale.
3. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 109 d.lgs 50/2016 e s.m.i.

4. L'Amministrazione, si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.I. 06 luglio 2012 n° 95, convertito con modificazioni con Legge 07 agosto 2012, n° 135, nella eventualità di attivazione di convenzione CONSIP relativa ai medesimi servizi a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, qualora il fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.
5. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 21 co. 5 della L.R. n° 37 del 01.08.2014, previo preavviso di 15 giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui siano state attivate convenzioni o accordi quadro dal Soggetto Aggregatore (InnovaPuglia S.p.A.) più convenienti per l'Amministrazione, qualora il fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.
6. Nell'ipotesi in cui si verifichi una necessità urgente di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l'Amministrazione potrebbe procedere alla stipula del presente contratto in assenza delle informazioni antimafia avvalendosi dei termini di cui all'art. 92, comma 3 del D.lgs. n° 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. In caso di accertamento di "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa", di cui all'art. 84 comma 4, della suddetta normativa, l'Amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore della fornitura già eseguita e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.
8. In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 25 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione del divieto, l'Amministrazione contraente ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
3. I crediti derivanti dalle fatture emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria possono essere ceduti secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 106 del d. lgs 50/2016 e l'Amministrazione può opporre rifiuto a tale cessione, nei termini previsti dal medesimo articolo di legge.
4. L'Appaltatore è tenuto, in caso di cessione, a darne comunicazione preventiva all'Area Gestione Patrimonio, tramite il RUP, nonché all'Area Gestione Risorse Finanziarie

Art. 26 Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della ASL, nonché di ciascun centro ordinante.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____ indirizzo e-mail _____, indirizzo di posta elettronica certificata _____

Art. 27 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente, rimarrà competente il Foro nel cui circondario ha sede l'Amministrazione aggiudicatrice

Art. 28 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. A sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679
5. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione. L'Appaltatore si impegna, altresì, a conformare i trattamenti di dati personali di cui è titolare l'Amministrazione contraente al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali ed al Codice in materia di protezione dei dati personali.
6. Il Fornitore, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il quale integrerà il presente contratto.
7. La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016:
8. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ASL Bari, con sede legale al Lungomare Starita n. 6- Bari – pec pomolfetta.aslbari@pec.rupar.puglia.it
9. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy, mail: dpo@asl.bari.it; ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.
10. I dati del Partecipante aggiudicatario sono stati acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.
11. I dati forniti dall'Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, ai sensi degli artt. 6-10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "giudiziari").
12. I trattamenti dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

Art. 29 Codice di comportamento - Divieto di pantouflage

1. Il Fornitore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di Comportamento dell'Amministrazione contraente, integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'ASL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL BARI che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da un periodo inferiore ai tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Asl Bari nei suoi confronti.

Art. 30 Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali ed eventuali tasse di registrazione saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 31 Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Appaltatore

Per l'Amministrazione Contraente

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Condizioni per l'erogazione della fornitura e limitazione di responsabilità, Obbligazioni specifiche del Fornitore, Esecuzione e variazione qualitativa e quantitativa della prestazione, Consegna e verifica dell'apparecchiatura, Collaudo, aggiornamento tecnologico, RUP DEC e Penali, Revisione prezzi contrattuali, Risoluzione, Recesso, Divieto di cessione del contratto e dei crediti, Foro competente, Codice di comportamento – Divieto di pantouflage, Spese contrattuali, Clausola finale.

Per l'Appaltatore

	AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' AL REG. UE 2016/679	Rev. 1.0 Pag. 1/2 PR-01_mod_05_Autocertificazione- GDPR
--	---	--

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

MODELLO "Autocertificazione Garanzie GDPR"

**DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
FORNITURA DI BENI E SERVIZI CHE COMPORTANO IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ alla via _____
codice fiscale _____ partita iva _____, in qualità di
_____ della ditta _____, con sede in
_____ alla via _____ (P.IVA/C.F. _____), consapevole che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.
28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

DICHIARA

- che la propria Organizzazione dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o RGD);**
- che la propria Organizzazione NON dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o GDPR);
- che le garanzie di cui sopra sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 40 del RGD ovvero certificazione ai sensi dell'art. 42 del RGD;**
- che le garanzie di cui sopra NON sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta, ai sensi dell'art. 40 del GDPR ovvero certificazione, ai sensi dell'art. 42 del GDPR.
- che il servizio/prodotto che si intende offrire NON comporta il trattamento di dati personali di persone fisiche**
- che il servizio/prodotto che si intende offrire comporta il trattamento di dati personali di persone fisiche qualificabili:**

	<p>AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' AL REG. UE 2016/679</p>	<p>Rev. 1.0 Pag. 2/2 PR-01_mod_05_Autocertificazione- GDPR</p>
--	--	--

- anonimi**
- personali “comuni”, in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default e Privacy by design*);**
- personali “appartenenti a categorie particolari” (*dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona*), in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default e Privacy by design*);**
- personali giudiziari relativi a “condanne penali e reati”, in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default e Privacy by design*).**

che l’Organizzazione ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR contattabile come di seguito: [Ragione Sociale/Nome e Cognome – Tel./Cell. – email – Pec]

.....;

che l’Organizzazione NON ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ma ha individuato un Referente interno Privacy contattabile come di seguito: [Nome e Cognome – Tel./Cell. – email – Pec]

.....;

Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali dovranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che il Fornitore aggiudicatario/affidatario si impegna sin d’ora a sottoscrivere, ove necessario.

Luogo.....data.....

Firma del legale rappresentante

.....





NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante della ditta partecipante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.

		Rev. 1.0 Pag. 1/3 INF_04_Informativa_GDPR_Gare_Contratti V1.0 del 21/10/2021
---	---	---



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI A GARE D'APPALTO O ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE



La presente informativa viene resa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento o RGPD), di cui potrà prendere visione sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali (<http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>), in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure di gara e contratti.

<p style="text-align: center;"><u>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</u></p>  <p style="text-align: center;">Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati personali?</p>	<p>ASL BARI Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA) Telefono: 0805842568 email: direzione.generale@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it</p>
<p style="text-align: center;"><u>RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)</u></p>  <p style="text-align: center;">Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?</p>	<p>Dati di contatto del DPO: email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565</p>
<p style="text-align: center;"><u>FINALITA' DEL TRATTAMENTO</u></p>  <p style="text-align: center;">A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?</p>	<p style="text-align: center;"><u>BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO</u></p>  <p style="text-align: center;">Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali?</p>
<p>I dati personali degli interessati sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità delle seguenti fasi procedurali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'affidamento dell'appalto, di cui al provvedimento a contrarre; • con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula ed esecuzione del contratto di appalto, con i connessi adempimenti legati ad obblighi in materia amministrativa, fiscale e tributaria; • per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale; • per l'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 	<p>I dati personali sono raccolti e trattati per l'esecuzione del contratto e adempimenti di legge, ai sensi dell'art. 6 co.1, lett. b) e c) del Reg. UE n. 2016/679 e artt. 10 Reg. UE n. 2016/679, e 2-octies, co. 1 e 3, lett. i) del d.lgs. 196/03, come modificato dal d.lgs. 101/2018, in relazione all'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa sugli appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Il trattamento dei dati connesso alla gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione e repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita trova giustificazione negli artt. 6, lett. f) e 9 lett. f), del D. lgs.196/03, come modificato dal D.lgs. 101/2018.</p>

		Rev. 1.0 Pag. 2/3 INF_04_Informativa_GDPR_Gare_Contratti V1.0 del 21/10/2021
---	---	---

<p><u>CATEGORIA DI DATI</u></p>  <p>Quali tipologie di dati sono trattati?</p>	<p><u>TEMPI DI CONSERVAZIONE</u></p>  <p>Per quanto tempo sono conservati i dati personali?</p>	<p><u>DESTINATARI DEI DATI</u></p>  <p>A chi possono essere comunicati i dati personali?</p>
<p>I dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie:</p> <p>Dati Comuni: dati anagrafici, documento identità, dati di contatto, dati economico-finanziari, reddituali, fiscali, curriculum vitae, dati di carriera.</p> <p>Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia.</p> <p>Potrebbe rendersi necessaria la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza); • Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA); • Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice Appalti); • Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; • Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AVCPass (ANAC); • Comunicazioni ed Informativa Antimafia; • Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate); • S.O.A.; • Impiego di lavoratori disabili; • Iscrizione al M.E.P.A/EMPULIA. 	<p>L'ASL di Bari conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I dati personali sono conservati nell'osservanza del Piano di conservazione aziendale, per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'ASL di Bari; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.</p>	<p>Nell'ambito delle finalità di cui sopra, i dati personali trattati verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti Uffici dell'ASL di Bari, che, per il trattamento dei dati, saranno adeguatamente istruiti dal Titolare.</p> <p>I dati personali dei partecipanti alle gare d'appalto o altre procedure di selezione del contraente potranno essere comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai soggetti nominati dall'ASL di Bari, quali Responsabili del trattamento dei dati, in quanto fornitori di specifici servizi; -all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore; -all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012; -alle Autorità preposte per attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; -all'Autorità giudiziaria o Polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; -ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano. <p>I soggetti sopra elencati, ad esclusione dei Responsabili di cui al p.to a), tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento e</p>

		Rev. 1.0 Pag. 3/3 INF_04_Informativa_GDPR_Gare_Contratti V1.0 del 21/10/2021
---	---	---

		forniranno autonoma informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ASL di Bari, nella sezione dell'Amministrazione Trasparente e dell'Albo pretorio on-line, dei dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza, anticorruzione, appalti e pubblicità legale.
--	--	---

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare del trattamento.

<u>DIRITTI ESERCITABILI</u> ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD)	
Accesso ai dati personali – art. 15 RGPD	Rettifica dei dati personali – art. 16 RGPD
Opposizione al trattamento – art. 21 RGPD	Limitazione del trattamento – art. 18 RGPD
Diritto alla comunicazione della violazione dei dati – art. 34 RGPD	Diritto al reclamo all'Autorità Garante – art. 77 RGPD
<u>DATI DI CONTATTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI</u>	email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565
<u>PREVISIONE DI PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO – PROFILAZIONE</u>	Non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato. Non è prevista alcuna profilazione.
<u>TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI EXTRA UE</u>	I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
<u>FONTE DEI DATI</u>	I dati personali sono conferiti direttamente dall'interessato. L'ASL di Bari può tuttavia acquisire taluni dati personali, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti, anche tramite consultazione di Pubblici Registri, Banche dati centralizzate previste da specifiche norme di legge, ovvero a seguito di comunicazione da parte di Pubbliche Autorità.
<u>CONFERIMENTO DEI DATI</u>	Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico professionale nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara o l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

La versione aggiornata di questa informativa sarà resa disponibile sul sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>, nell'apposita sezione "Privacy".



[inquadra il Qrcode per accedere on-line alla sezione Privacy del sito internet istituzionale]

Il Titolare del trattamento dei dati personali
ASL BARI

Allegato II

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara.

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA EMPULIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 58 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,

Patto di Integrità

tra la ASL di Bari (di seguito denominata Amministrazione) e:

Denominazione impresa:	
Sede legale:	
Via/Corso/Piazza: N.	
Codice Fiscale:	Partita IVA:
Registro imprese Tribunale di: N.	
Rappresentata dal Sig/Dott	
Nato a	il
In qualità di	munito dei relativi poteri

Premesso

- Che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai **principi di lealtà, trasparenza e correttezza**, nonché l’espreso **impegno anticorruzione** di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- Che con l’inserimento del “Patto di integrità” nella documentazione di gara si intende garantire una **leale concorrenza** e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una **corretta e trasparente esecuzione del procedimento** di selezione e affidamento;

- Che l'Amministrazione, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni livello dell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto;

in osservanza con quanto previsto:

- Dalla **Legge n. 190/2012** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - art. 1, comma 17 "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- dal Piano Nazionale Anticorruzione (**P.N.A.**) approvato dall'Autorità Nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC ex CIVIT);
- dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- dal Codice di Comportamento dell'ASL di Bari emanato ai sensi del DPR n. 62, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

si conviene quanto segue:

1. Il Patto di Integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiesta dal bando di gara/disciplinare di gara da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi.
L'assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.
2. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto stipulato con l'Amministrazione per lavori, forniture e servizi.
3. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione dell'Amministrazione e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione consistente nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.
4. L'Amministrazione si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti il procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.
5. L'Amministrazione si impegna inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, in particolare del D. Lgs. 50/2016, della legge 190/2012 e del D. Lgs 33/2013.
6. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza da parte di ogni interessato o addetto o chiunque

possa avere influenza sulle determinazioni da assumere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l'Impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto.

7. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare, entro il termine di presentazione dell'offerta:
 - i possibili conflitti di interesse, alla stessa noti, relativi a funzionari dell'ASL di Bari coinvolti nel procedimento di gara nel suo complesso;
 - ogni elemento idoneo a limitare una leale e trasparente concorrenza.

8. La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza e che sarà altresì ritenuta responsabile nei confronti dell'Amministrazione del comportamento delle ditte a lei collegate.

9. Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrenti costituiti in consorzi, il documento deve essere prodotto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, dal rappresentante legale del Consorzio.
 Nel caso di concorrenti costituiti da Reti Temporanee di Imprese (R.T.I.) o da Consorzi non ancora costituiti, il patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, i predetti R.T.I. o il Consorzio.
 La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

10. La sottoscritta Impresa è consapevole che nel caso di violazione degli obblighi assunti con il presente Patto, nonché di inosservanza delle disposizioni ivi contenute, potranno essere applicate le seguenti sanzioni e provvedimenti:
 - Escussione della cauzione provvisoria;
 - Escussione della cauzione definitiva;
 - Risoluzione del contratto;
 - Esclusione del concorrente dalle procedure ad evidenza pubblica indette dall'Amministrazione per 5 anni;
 - Segnalazione del fatto alle Autorità competenti di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora in cui si configurino fattispecie di reato.

11. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra l'Amministrazione ed i concorrenti sarà devoluta al Tribunale di Bari competente per territorio.

Il Responsabile del Procedimento

Per l'Impresa

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

**ALLEGATO VII
CAPITOLATO
TECNICO**



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Sommario

Art. 1. Oggetto della procedura di appalto.	3
Art. 2. Istruzioni per la compilazione.	4
Art. 3. Principio di equivalenza	4
Art. 4. Caratteristiche Tecniche di minima.	4
Art. 5. Prova pratica	15
Art. 6. Fabbisogno	16
Art. 7. Piano formazione del personale	17
Art. 8. Cronoprogramma della fornitura, installazione e posa in opera	17
Art. 9. Programma di manutenzione.	17
Art. 10. Modulo di offerta tecnica	19
Art. 11. Fornitura materiale accessorio	19

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Art. 1. Oggetto della procedura di appalto.

Procedura aperta multilotto per la fornitura, in regime di service per un periodo pari a cinque anni, da affidare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 c. 4 del d.lgs. 50/2016), individuata secondo i **criteri di valutazione di cui all'allegato VII A) del presente capitolato**, di N. 3 lotti di facovitrectomi e N. 2 lotti di facoemulsificatori, in favore della ASL di Bari.

La fornitura in oggetto dovrà essere effettuata in regime di service per i materiali di consumo e dovrà comprendere la locazione delle apparecchiature per vitrectomia e facoemulsificazione e la manutenzione *full risk* e di tutti gli accessori indispensabili per il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature stesse.

Di seguito la tabella riepilogativa dei siti di interesse:

PRESIDI	CODICE NUTS
Ospedale "Di Venere" di Bari	ITF47
Ospedale "F. Perinei" di Altamura	ITF47
Ospedale "M. Sarcone" di Telizzi	ITF47
Ospedale "F. Fallacara" di Triggiano	ITF47
Ospedale "S. Maria Degli Angeli" di Putignano	ITF47
PTA "F. Jaja" di Conversano	ITF47
PTA Gioia	ITF47
PTA Grumo	ITF47

Di seguito si riporta la suddivisione in lotti e relativa base d'asta:

Lotto	Oggetto del Lotto	Importo lotto 60 mesi	estensione 40% L.R. n. 1/2004 art. 28 (Opzione 1)	estensione 40% art. 63 comma 5 (Opzione 2)	Proroga tecnica 12 mesi	Importo massimo stimato	DUVRI
1	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica	2.849.491,84 €	1.139.796,74 €	1.139.796,74 €	569.898,37 €	5.698.983,68 €	2.800,00 €
2	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	1.767.999,76 €	707.199,90 €	707.199,90 €	353.599,95 €	3.535.999,52 €	2.800,00 €
3	Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso (tipo peristaltico) che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica	741.364,66 €	296.545,86 €	296.545,86 €	148.272,93 €	1.482.729,32 €	2.800,00 €
4	Sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	753.738,75 €	301.495,50 €	301.495,50 €	150.747,75 €	1.507.477,50 €	2.800,00 €
5	Sistema per facoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	1.758.723,75 €	703.489,50 €	703.489,50 €	351.744,75 €	3.517.447,50 €	2.800,00 €



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

	TOTALI	7.871.318,76 €	3.148.527,50 €	3.148.527,50 €	1.574.263,75 €	15.742.637,52 €	14.000,00 €
Totale progetto						15.756.637,52 €	

Art. 2. Istruzioni per la compilazione.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, e, qualora in lingua straniera, dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana a norma di legge.

Art. 3. Principio di equivalenza

La descrizione dei prodotti posti a gara, come di seguito riportata, è stata elaborata attingendo a descrizioni di analoghi prodotti effettivamente presenti sul mercato, mediando tra le caratteristiche di diversi produttori in modo da garantire una procedura il più possibile aperta alla concorrenza.

Nonostante tale impostazione di principio, è però possibile che la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara possa individuare o avvicinarsi a una provenienza determinata o a un procedimento particolare, a un marchio o a un brevetto determinato, a un tipo o a un'origine o una produzione specifica. In tal caso tali assonanze avrebbero come effetto di favorire talune imprese o prodotti, o limitare o eliminarne altri. Ad evitare una simile evenienza, si precisa esplicitamente che ogni indicazione, descrizione, definizione, devono intendersi sempre integrate dalla menzione "o equivalente".

L'Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è obbligata a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Allo stesso modo, le misure indicate sono da considerarsi suscettibili di lievi modifiche (indicativamente, nel limite del 10%), **purché e comunque siano garantiti, a giudizio della commissione giudicatrice, i livelli di funzionalità previsti per lo scopo della fornitura**

Art. 4. Caratteristiche Tecniche di minima.

I sistemi concessi dovranno possedere le caratteristiche di minima di seguito riportate.

Requisiti obbligatori richiesti per i sistemi sono:

Le apparecchiature proposte devono essere di ultima generazione, nuove di fabbrica;

Si precisa che la strumentazione di backup richiesta è riferita limitatamente alla strumentazione principale e quindi da ritenersi priva di ogni accessorio già contemplato nella configurazione di base

Le apparecchiature offerte devono riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE, recepita con Decreto Legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, così come emendata dalla 2007/47/CE, recepita dal Decreto Legislativo N°37 del 25/01/2010 e.s.m. e i., con indicazione del numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciata. Qualora l'apparecchiatura risulti, secondo tale direttiva, in classe superiore alla I, la ditta dovrà produrre copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato. La ditta dovrà indicare la classificazione dell'apparecchiatura (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla norma CEI 62.5.

Indicazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici e della Registrazione al Repertorio, c.d. CND e RDM, come prevista dal Decreto 21 dicembre 2009, Modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007 recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici». (G.U. Serie Generale, n. 17 del 22 gennaio 2010).

LOTTO N.1 - FACOVITRECTOMO DI UTLIMA GENRAZIONE AD ALTA FREQUENZA DI TAGLIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione, particolarmente indicata per distacco di retina, con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.

Il “Facovitrectomo” dovrà possedere le caratteristiche di minima di seguito riportate.

Caratteristiche essenziali del sistema

- Pompa venturi: possibilità di controllo lineare del vuoto, fino a 660 mmHg sia in modalità anteriore che posteriore;
- Vitrectomia pneumatica: vitrectomi a ghigliottina ad azionamento pneumatico con frequenza di lavoro almeno di 7500 tagli/minuto; 15.000 con sistemi a doppia lama;
- Sonde vitrectomi disponibili nei calibri 20, 23, 25 e 27 Gauge, modalità di funzionamento proporzionale e momentaneo preferibilmente con sistemi a doppio taglio;
- Infusione soluzione salina: infusione a gravità o preferibilmente a pressione controllata, valori selezionabili da 0 ad almeno 150 mmHg;
- Infusione aria: controllo della pressione di infusione aria in modo bidirezionale con valori da 0 a minimo 150 mmHg;
- Linee di aspirazione indipendenti tra loro;
- Infusione/aspirazione fluidi viscosi;
- Fonte luminosa con luce primaria e di sicurezza;
- Endolaser: endolaser integrato nel sistema, lunghezza d’onda 532 nm;
- Pedale stagno programmabile wireless con controllo per tutte le funzioni chirurgiche di vitrectomia, faco, I/A, diatermia, infusione/aspirazione fluidi viscosi, endolaser e illuminazione;
- Manipolo faco
- Il sistema deve essere dotato di controllo doppio lineare indipendente e simultaneo;
- Schermo LCD di tipo “touch screen” con visualizzazione e possibilità di modifica per tutti i parametri chirurgici visualizzati.

Configurazione del sistema

- N. 1 Vassoio Mayo;
- N. 2 Sistemi di endoilluminazione tipo XENON;
- N. 1 Endolaser;

Completo dei seguenti accessori multiuso:

- N. 6 Manipoli faco ad ultrasuoni;
- N. 6 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell’operatore);
- N. 3 chiavi per punte faco;
- N. 2 cavi per endodiatermia;
- N. 2 Pinze Bipolari;

Pak per procedura Cataratta

- Cassetta e tubi;
- Punta US e sleeve da 1.8 o 2.4 a scelta dell'operatore;
- Cistotomo modellato da 25 Ga;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- Coprimonitor;
- Telo copritavolo 140x140 cm circa;
- Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale;
- Sclerotomo 20 Ga;
- Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.0 o 2.4 a seconda dell'operatore;
- Conchiglia post-operatoria trasparente;
- 2 Tamponi oculari;
- 5 Garze 10x10 cm circa;
- 5 Asciughini a sigaretta;
- Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;
- Ago cannula idrodissezione 27 Ga;
- Coppa graduata da 60 cc;
- Siringa LL da 1 cc;
- Siringa LL da 3 cc;
- Siringa LL da 20 cc.

Pak per procedura Combinata

- Cassetta combinata, tubi, 3 trocars valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 15.000 tagli/min a seconda dell'operatore;
- Punta US e sleeve da 1.8 o 2.4 a scelta dell'operatore;
- Cistotomo modellato da 25 Ga;
- Coprimonitor;
- Telo copritavolo 140x140 cm circa;
- Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;
- Sclerotomo 20 Ga;
- Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.0 o 2.4 a seconda dell'operatore;
- Conchiglia post-operatoria trasparente;
- 2 Tamponi oculari;
- 5 Garze 10x10 cm circa;
- 5 Asciughini a sigaretta;
- Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;
- Ago cannula idrodissezione 27 Ga;
- Coppa graduata da 60 cc;
- Siringa LL da 1 cc;
- Siringa LL da 3 cc;
- Siringa LL da 20 cc;
- Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Pak per procedura Vitrectomia

- Cassetta combinata, tubi, 3 trocar valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 15.000 tagli/min a seconda dell'operatore;
- Coprimonitor;
- Telo copritavolo 140x140 cm circa;
- Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;
- Sclerotomo 20 Ga;
- Conchiglia post-operatoria trasparente;
- 2 Tamponi oculari;
- 5 Garze 10x10 cm circa;
- 5 Asciughini a sigaretta;
- 2 Aghi cannula da camera anteriore 27 Ga;
- Coppa graduata da 60 cc;
- Siringa LL da 1 cc;
- Siringa LL da 3 cc;
- Siringa LL da 20 cc;
- Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.

Pak per procedura Distacco

- Endolaser angolato 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Cavi monouso bipolare;
- Pennello a punta per endodiatemie 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Kit Iniezione/Aspirazione per fluidi viscosi 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.

LOTTO N.2 - FACOVITRECTOMO DI UTLIMA GENERAZIONE A DOPPIA POMPA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA

Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione, particolarmente indicata per la chirurgia della Macula, con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.

Il "Facovitrectomo" dovrà possedere le caratteristiche di minima di seguito riportate.

Caratteristiche essenziali del sistema

- Pompa Venturi: possibilità di controllo lineare sia del vuoto fino a 650 mmHg in modalità posteriore e anteriore, che del flusso da 0 a 60 cc/min in modalità anteriore;
- Vitrectomia Pneumatica: Vitrectomi a ghigliottina a doppio azionamento pneumatico con capacità di taglio di almeno 10000 tagli a minuto disponibile nei calibri 23, 25, 27 Gauge e un alto numero di tagli;
- Punta del vitrectomo di tipo bevel;
- Infusione: Sistema integrato per il controllo ed il mantenimento costante della pressione intraoculare in condizioni statiche e dinamiche, pressione selezionabile da 0 a 120 mmHg;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- Sistema per infusione/scambio aria;
- Cicli di lavoro vitrectomo: possibilità di controllo del ciclo di apertura/chiusura della porta del vitrectomo selezionabile tra: normalmente aperta, normalmente chiusa, 50/50, per una estrema sicurezza di controllo durante tutte le fasi della vitrectomia;
- Fonte luminosa: il sistema deve essere dotato di almeno 2 lampade;
- Sistema di scambio aria/gas;
- Manipolo Pneumatico: per il controllo automatico per terminali microforbici e micropinze;
- Facoemulsificazione: disponibile sia per segmento anteriore che segmento posteriore (pars-plana) disponibilità sia di manipoli U/S 40 KHZ con elongazione longitudinale tradizionale e preferibilmente di manipoli U/S combinanti;
- Software: di ultima generazione con guida video in linea per facile set-up;
- Lettore codice a barre;
- Connettori: riconoscimento automatico degli accessori collegati e predisposizione automatica dei parametri dedicati per singolo accessorio collegato;
- Carrello: porta strumento che integra braccio articolato con vassoio porta accessori, con eventuale integrazione di un laser fotocoagulatore allo stato solido lunghezza d'onda 532 nm con gestione dei parametri dal display dello strumento.

Configurazione del sistema

- N. 1 Vassoio Mayo;
- N. 4 Sistemi di endoilluminazione tipo XENON;
- N. 1 Endolaser;

Completo dei seguenti accessori multiuso:

- N. 6 Manipoli faco ad ultrasuoni;
- N. 6 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell'operatore);
- N. 3 chiavi per punte faco;
- N. 2 cavi per endodiatermia;
- N. 2 Pinze Bipolari o matita;

Pak per procedura Cataratta

- Cassetta e tubi;
- Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;
- Cistotomo modellato da 25 Ga;
- Coprimonitor;
- Telo copritavolo 140x140 cm circa;
- Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale;
- Sclerotomo 20 Ga;
- Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;
- Conchiglia post-operatoria trasparente;
- 2 Tamponi oculari;
- 5 Garze 10x10 cm circa;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- 5 Asciughini a sigaretta;
- Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;
- Ago cannula idrodissezione 27 Ga;
- Coppa graduata da 60 cc;
- Siringa LL da 1 cc;
- Siringa LL da 3 cc;
- Siringa LL da 20 cc.

Pak per procedura Combinata

- Cassetta combinata, tubi, 3 trocar valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 10.000 tagli/min a seconda dell'operatore;
- Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;
- Cistotomo modellato da 25 Ga;
- Coprimonitor;
- Telo copritavolo 140x140 cm circa;
- Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;
- Sclerotomo 20 Ga;
- Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;
- Conchiglia post-operatoria trasparente;
- 2 Tamponi oculari;
- 5 Garze 10x10 cm circa;
- 5 Asciughini a sigaretta;
- Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;
- Ago cannula idrodissezione 27 Ga;
- Coppa graduata da 60 cc;
- Siringa LL da 1 cc;
- Siringa LL da 3 cc;
- Siringa LL da 20 cc;
- Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.

Pak per procedura Vitrectomia

- Cassetta combinata, tubi, 3 trocar valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 10.000 tagli/min a seconda dell'operatore;
- Coprimonitor;
- Telo copritavolo 140x140 cm circa;
- Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;
- Sclerotomo 20 Ga;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- Conchiglia post-operatoria trasparente;
- 2 Tamponi oculari;
- 5 Garze 10x10 cm circa;
- 5 Asciughini a sigaretta;
- 2 Aghi cannula da camera anteriore 27 Ga;
- Coppa graduata da 60 cc;
- Siringa LL da 1 cc;
- Siringa LL da 3 cc;
- Siringa LL da 20 cc;
- Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operator.

Pak per procedura Distacco

- Endolaser angolato 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Cavi monouso bipolare;
- Pennello a punta per endodiatemie 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Kit Iniezione/Aspirazione per fluidi viscosi 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.

LOTTO N.3 – SISTEMA PER VTRECTOMIA E FACOEMULSIFICAZIONE CON CONTROLLO DI FLUSSO (TIPO PERISTALTICO), CONTROLLO DEL VUOTO (TIPO VENTURI) E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA

Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione, particolarmente indicata per la chirurgia vitroretinica in pazienti affetti da retinopatia diabetica e casi complessi, dotata sia di controllo di flusso (di tipo PERISTALTICO) che di controllo del vuoto (di tipo VENTURI) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.

Il “Facovitrectomo” dovrà possedere le caratteristiche di minima di seguito riportate.

Caratteristiche essenziali del sistema

- Sistema dotato di monitor touch screen da almeno 15” di facile ed intuitivo utilizzo;
- Sistema con pompe di ultima generazione: peristaltica e venturi;
- Peristaltica: da 0 a 90 ml/min;
- Venturi da 0 a 650 mmHg o superiore;
- Dotato di diatermia bipolare e relative punte e pinze riutilizzabili;
- Pedale doppio lineare, wireless con possibilità di personalizzazione dei settaggi per ogni singolo utilizzatore;
- Possibilità di infusione di tipo gravitazionale e forzata;
- Emissione degli ultrasuoni in diverse modalità: continuo, pulsato e burst;
- Possibilità di utilizzare punte monouso di diverse angolazioni e dimensioni da 1.6 mm a 2.8 mm;
- Sistema dotato di pompa per iniezione ed estrazione di fluidi viscosi;
- Modulo di infusione di aria;
- Possibilità di iniettare olio ed aspirare attivamente tramite vitrectomo;
- Possibilità di effettuare scambi aria/acqua in modo automatico;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- Dotato di vitrectomi da 23G, 25G, e 27G con velocità di almeno 10.000 tagli/min;
- Sistema Trocar valvolati da 23G, 25G e 27G;
- Modulo a doppia illuminazione o superiore con fonti LED o Xenon indipendenti;
- Sistema Laser integrato;
- Pedale multifunzione con connessione via cavo e wireless con programmazioni multiple con controllo endolaser integrato o con pedale separato.

Configurazione del sistema

- N. 1 Vassoio Mayo;
- N.1 Carrello integrato con alzabottiglie elettrico;
- N. 4 Sistemi di endoilluminazione tipo XENON o LED;
- N. 1 Endolaser.

Completo dei seguenti accessori multiuso:

- N. 6 Manipoli faco ad ultrasuoni;
- N. 6 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell'operatore);
- N. 3 chiavi per punte faco;
- N. 3 cavi per endodiatermia;
- N. 3 Pinze Bipolari.

Pak per procedura Cataratta

- Cassetta e tubi;
- Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;
- Cistotomo modellato da 25 Ga;
- Coprimonitor;
- Telo copritavolo 140x140 cm circa;
- Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale;
- Sclerotomo 20 Ga;
- Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;
- Conchiglia post-operatoria trasparente;
- 2 Tamponi oculari;
- 5 Garze 10x10 cm circa;
- 5 Asciughini a sigaretta;
- Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;
- Ago cannula idrodissezione 27 Ga;
- Coppa graduata da 60 cc;
- Siringa LL da 1 cc;
- Siringa LL da 3 cc;
- Siringa LL da 20 cc.

Pak per procedura Combinata



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- Cassetta combinata, tubi, 3 trocari valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 10.000 tagli/min a seconda dell'operatore;
- Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;
- Cistotomo modellato da 25 Ga;
- Coprimonitor;
- Telo copritavolo 140x140 cm circa;
- Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;
- Sclerotomo 20 Ga;
- Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;
- Conchiglia post-operatoria trasparente;
- 2 Tamponi oculari;
- 5 Garze 10x10 cm circa;
- 5 Asciughini a sigaretta;
- Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;
- Ago cannula idrodissezione 27 Ga;
- Coppa graduata da 60 cc;
- Siringa LL da 1 cc;
- Siringa LL da 3 cc;
- Siringa LL da 20 cc;
- Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.

Pak per procedura Vitrectomia

- Cassetta combinata, tubi, 3 trocari valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 10.000 tagli/min a seconda dell'operatore;
- Coprimonitor;
- Telo copritavolo 140x140 cm circa;
- Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;
- Sclerotomo 20 Ga;
- Conchiglia post-operatoria trasparente;
- 2 Tamponi oculari;
- 5 Garze 10x10 cm circa;
- 5 Asciughini a sigaretta;
- 2 Aghi cannula da camera anteriore 27 Ga;
- Coppa graduata da 60 cc;
- Siringa LL da 1 cc;
- Siringa LL da 3 cc;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- Siringa LL da 20 cc;
- Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.

Pak per procedura Distacco

- Endolaser angolato 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Cavi monouso bipolare;
- Pennello a punta per endodiatemie 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;
- Kit Iniezione/Aspirazione per fluidi viscosi 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.

LOTTO N.4 – SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE A DOPPIA POMPA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA

Sistema per facoemulsificazione a doppia pompa, particolarmente indicata per la chirurgia della cataratta in presenza di zonula lassa, e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.

Il “Facoemulsificatore” dovrà possedere le caratteristiche di minima di seguito riportate.

Caratteristiche essenziali del sistema

- Sistema carrellato, con monitor touch-screen integrato non inferiore a 19”;
- Unità di controllo con possibilità di programmazione e memorizzazione di profili pre-impostati;
- Pedale waterproof e wireless multifunzione con tasti programmabili;
- Controllo lineare e doppio lineare;
- Manipolo pluriuso di nuova concezione;
- Possibilità di pilotaggio del manipolo in multi modalità di emissione degli ultrasuoni: continua, pulsata, multiburst e attivazione automatica in caso di occlusione della punta;
- Controllo simultaneo sia della linea di irrigazione che di aspirazione in real time;
- Vuoto max non inferiore a 650 mmHg;
- Flusso max non inferiore a 60 cc/min;
- Possibilità di regolazione dell’aspirazione sia in controllo di flusso che di vuoto.

Configurazione del sistema

- N. 1 Vassoio Mayo;

Completo dei seguenti accessori multiuso:

- N. 10 Manipoli faco ad ultrasuoni;
- N. 10 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell’operatore);
- N. 5 chiavi per punte faco;
- N. 2 cavi per endodiatemia con pinza o matita a scelta dell'operatore.

Pak per procedura Cataratta

- Cassetta e tubi;
- Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;
- Cistotomo modellato da 25 Ga;
- Coprimonitor;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- Telo copritavolo 140x140 cm circa;
- Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale;
- Sclerotomo 20 Ga;
- Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;
- Conchiglia post-operatoria trasparente;
- 2 Tamponi oculari;
- 5 Garze 10x10 cm circa;
- 5 Asciughini a sigaretta;
- Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;
- Ago cannula idrodissezione 27 Ga;
- Coppa graduata da 60 cc;
- Siringa LL da 1 cc;
- Siringa LL da 3 cc;
- Siringa LL da 20 cc;

Accessori

- Vitrectomo anteriore (da fornire in un quantitativo minimo da garantire la fase iniziale o di avvio dell'apparecchiatura)

LOTTO N.5 – SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA

Sistema per facoemulsificazione, particolarmente indicata per la chirurgia della cataratta per la tecnica a 4 quadranti e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.

Il "Facoemulsificatore" dovrà possedere le caratteristiche di minima di seguito riportate.

Caratteristiche essenziali del sistema

- Pompa di aspirazione di tipo peristaltico;
- Rimozione del cristallino tramite ultrasuoni a bassa produzione di calore e più modalità di emissione;
- Emissione di ultrasuoni programmabile in diverse modalità: continuo, pulsato e preferibilmente burst;
- Disponibilità di manipoli U/S con elongazione longitudinale tradizionale;
- Controllo della fluidica mediante doppio sensore di infusione ed aspirazione;
- Irrigazione passiva per gravità;
- Possibilità di impostare parametri di vuoto e di aspirazione differenti per tutte le fasi dal pedale con controllo fisso e lineare compresa la fase di emissione degli ultrasuoni (fase 3);
- Controllo fisso e lineare del vuoto con valori pari o superiori a 600 mmHg;
- Controllo fisso e lineare del flusso con valori da 0 a 60 cc/min;
- Pedale programmabile preferibilmente wireless;
- Vitrectomia anteriore con potenza di taglio preferibilmente fino a 5.000 tagli/min;
- Possibilità di aggiornamento software;
- Sistema di coagulazione;
- Sistema anticollasso della Camera Anteriore con controllo attivo;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- Cassetta monouso per la raccolta liquidi reflui di tipo chiuso per evitare contaminazione.

Configurazione del sistema

- N. 1 Vassoio Mayo;

Completo dei seguenti accessori multiuso:

- N. 10 Manipoli faco ad ultrasuoni;
- N. 10 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell'operatore);
- N. 5 chiavi per punte faco;
- N. 3 cavi per endodiatermia;
- N. 3 Pinze Bipolari o matiatà.

Pak per procedura Cataratta

- Cassetta e tubi;
- Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;
- Cistotomo modellato da 25 Ga;
- Coprimonitor;
- Telo copritavolo 140x140 cm circa;
- Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale;
- Sclerotomo 20 Ga;
- Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;
- Conchiglia post-operatoria trasparente;
- 2 Tamponi oculari;
- 5 Garze 10x10 cm circa;
- 5 Asciughini a sigaretta;
- Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;
- Ago cannula idrodissezione 27 Ga;
- Coppa graduata da 60 cc;
- Siringa LL da 1 cc;
- Siringa LL da 3 cc;
- Siringa LL da 20 cc.

Accessori

- Vitrectomo anteriore (da fornire in un quantitativo minimo da garantire la fase iniziale o di avvio dell'apparecchiatura)

Si precisa che le specifiche tecniche non devono essere intese come elementi di esclusiva (cfr Principio di equivalenza). Pertanto saranno ammesse soluzioni tecniche che ottemperano in maniera equivalente ai requisiti richiesti, secondo le prescrizioni e le modalità indicate dall'art. 68, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i.

Art. 5. Prova pratica

La Commissione giudicatrice richiederà di effettuare la visione con verifica pratica in Sala Operatoria delle caratteristiche prestazionali per le apparecchiature proposte alla presenza della ditta supportata dal proprio *specialist*

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

di prodotto (tecnico), al fine di valutare al meglio gli aspetti qualitativi e determinare la valutazione delle caratteristiche indicate nella griglia di valutazione.

A tal fine la Ditta dovrà impegnarsi a:

- fornire le apparecchiature dello stesso modello offerto, accessori compresi, e la relativa documentazione attestante la conformità alle normative vigenti;
- sostenere tutte le spese di consegna, installazione e ritiro delle stesse;
- non richiedere alcun indennizzo per danni di qualunque natura eventualmente subiti dalle apparecchiature durante il trasporto e la prova e in caso di furto o incendio.

Per le modalità di espletamento della prova pratica si rimanda all'art. 14.1 del Disciplinare di gara.

Art. 6. Fabbisogno

Si riporta nel seguito la tabella di sintesi con individuazione dei lotti associati ai presidi e il relativo fabbisogno indicativo di materiale di consumo e apparecchiature

LOTTE	MACCHINE RICHIESTE COMPRESSE BACK UP IN LOCAZIONE	DESTINATARI DELLA FORNITURA	CONSUMABILE RICHIESTO E POSTO A BASE D'ASTA	QUANTITA EROGATA RIPARTITA %
Lotto 1 - Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa singola venturi per microincisioni e relativo materiale consumo e assistenza tecnica	12 (6 sistemi+6 strumenti backup)	Bari (Di Venere) - Terlizzi - Altamura - Triggiano - Putignano - Conversano	a) pack sterili monouso per vitrectomia posteriore e combinata	1573
			b) pack sterili monouso per facoemulsificazione	9700
			c) pack sterili per vitrectomia posteriore	862
			d) procedura distacco	700
Lotto 2 sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa doppia ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	4 (2 sistemi +2 strumenti backup)	Terlizzi - Altamura	a) pack sterili monouso per vitrectomia posteriore e combinata	1210
			b) pack sterili monouso per facoemulsificazione	1150
			c) pack sterili per vitrectomia posteriore	792
			d) procedura distacco	300
Lotto 3 - Sistema per vitrectomia e facoemulsificazione con pompa dotata sia di controllo di flusso(tipo peristaltico) che di controllo di vuoto (venturi) ad altissima frequenza di taglio e relativo materiale di consumo e assistenza tecnica	4 (2 sistemi+2 strumenti backup)	Bari (Di Venere) - Putignano	a) pack sterili monouso per vitrectomia posteriore e combinata	363
			b) pack sterili monouso per facoemulsificazione	2300
			c) pack sterili per vitrectomia posteriore	246
			d) procedura distacco	300
Lotto 4 - Sistemi per facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica	6 (3 sistemi+3 strumenti backup)	Terlizzi - Altamura - Bari (Di Venere)	a) pack sterili monouso per facoemulsificazione	10000
Lotto 5 - Sistema per facoemulsificazione a pompa singola a controllo fluidica e relativo materiale di	12 (6 sistemi strumenti+6 strumenti backup)	Altamura - Triggiano - Conversano - Putignano -	a) pack sterili monouso per facoemulsificazione	23340



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

consumo ed assistenza tecnica		Grumo Appula – Gioia del Colle		
			TOTALE FABBISOGNO	52836

Art. 7. Piano formazione del personale

Dovrà essere erogato un corso per la formazione all'uso delle tecnologie offerte di tutto il personale interessato, secondo la offerta tecnica formulata dalla Ditta in sede di gara.

Le caratteristiche minime della formazione sono le seguenti:

- almeno un corso per operatori, della durata di 8 ore, suddiviso in almeno due giornate distinte;
- fornitura del necessario materiale didattico.
- Devono essere previsti corsi tenuti da personale qualificato. La ditta dovrà descrivere in dettaglio il pacchetto formativo offerto con riferimento all'addestramento per le apparecchiature offerte. Dovrà inoltre indicare il numero di giorni da dedicare all'addestramento, la frequenza degli incontri formativi, sia in Italia che all'estero,

La Ditta descriverà il “**Piano delle Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale**”, compreso nel prezzo offerto per l'oggetto del presente appalto, necessario per preparare il personale che verrà incaricato di utilizzare le apparecchiature. *La Ditta potrà ulteriormente approfondire la descrizione della propria proposta, ma dovrà in ogni caso compilare la tabella di cui all' All. VII-C) Scheda piano delle Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale*

Art. 8. Cronoprogramma della fornitura, installazione e posa in opera

Le forniture saranno poste in opera in condizione di “pronte all'uso” secondo il cronoprogramma, **di cui all' All. VII-D) “Scheda cronoprogramma della fornitura, installazione e posa in opera”**, che la Ditta definirà in sede di offerta.

Il massimo periodo accettabile per la predisposizione di “pronto all'uso” è di quaranta giorni dal momento dell'invio di richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Art. 9. Programma di manutenzione.

Ciascuna Ditta concorrente dovrà produrre un programma delle attività che saranno rese a titolo di manutenzione e di assistenza tecnica per la durata del service (e quindi senza aggravio di costi alla SA) che faccia riferimento alle seguenti condizioni.

La ditta dovrà proporre le condizioni di manutenzione durante il service di durata pari a 60 mesi, impegnandosi a mantenere il prezzo invariato per il periodo di durata contrattuale e per l'eventuale periodo di proroga che la Stazione Appaltante intenderà attivare dopo la scadenza del contratto.

Si precisa fin d'ora che, nell'ambito della validità del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà inviare copia di tutti gli interventi di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria e verifiche di sicurezza elettrica alla U.O.C. di Ingegneria Clinica e HTA. per permettere il controllo tecnico e per consentire l'avvio della procedura di liquidazione da parte della Stazione Appaltante. Nelle copie degli interventi sopradescritti dovranno essere espressamente indicati i riferimenti amministrativi dell'Ordine o Determina o Delibera e devono essere convalidati con il timbro e firma del Reparto di appartenenza dell'apparecchiatura.

Il programma di cui sopra dovrà essere riepilogato nella scheda SAT di cui all'Allegato VII-B)

Art. 9.1.1 Caratteristiche di minima dei servizi di manutenzione. SLA (Service Level Agreement) minimi.

Premessa. Acronimi e definizioni.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Parametro	Definizione
Incidente	Ogni evento che non è parte del normale funzionamento di un servizio e che causa o potrebbe causare una interruzione o una riduzione della qualità del servizio.
Workaround	Soluzione temporanea a un problema, che implica che una soluzione definitiva sia necessaria per permettere al Cliente di lavorare secondo la qualità di servizio correntemente accettabile, senza interruzioni o ritardi nella erogazione delle prestazioni
Disponibilità del sistema	<p>Abilità di completare le prestazioni che dipendono dalle soluzioni tecniche fornite da Ditta.</p> <p>Se c'è un qualsiasi metodo elettronico per raggiungere tale risultato allora il sistema è disponibile.</p>
Downtime	<p>denota lo stato di un sistema che non è operativo oppure l'intervallo di tempo in cui un sistema è in tale stato, che può essere dovuto ad un guasto, a indisponibilità per interventi di manutenzione non programmata, o comunque qualsiasi altra causa. La misurazione viene effettuata in valori assoluti (per esempio, in minuti), oppure in percentuale in riferimento ad un periodo (per esempio, il 0,002% corrisponde ad un downtime di 10 minuti in un anno). Per misurare la durata di downtime si fa riferimento ad un periodo di tempo nel quale valgono le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il sistema non è disponibile per guasto; 2) il cliente ha notificato Ditta che il sistema non è disponibile 3) il sistema è coperto da contratto di servizio ed è disponibile per il servizio di riparazione 4) il sistema non è in manutenzione programmata concordata con il cliente
Uptime	letteralmente «tempo in attività», traducibile in «tempo di funzionamento», denota l'intervallo di tempo in cui un singolo apparato o un intero sistema è stato ininterrottamente acceso e correttamente funzionante. La misurazione viene effettuata in valori assoluti (per esempio, in minuti), oppure in percentuale in riferimento ad un periodo (per esempio, il 99,998% corrisponde ad un downtime di 10 minuti in un anno)
Esclusioni	<p>Non concorrono al calcolo del Downtime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli interventi di manutenzione programmata, inclusa l'installazione di aggiornamenti e nuove versioni software - Guasti causati da prodotti non forniti dalla Ditta, o non sotto la responsabilità della Ditta (es. problemi di rete) - Trasferimento attrezzature - Modifiche non autorizzate del sistema (hardware e software) - Problemi causati da Software non autorizzato - Problemi relativi a lavori elettrici esterni alle attrezzature

Indice delle Severità di Guasto

Parametro	Definizione
Severità 1	<p>Un incidente che non permette alla Stazione Appaltante di lavorare secondo il normale standard funzionamento, che impedisce di erogare la prestazione per cui la attrezzatura è stata acquisita e per il quale non c'è una ragionevole soluzione immediata.</p> <p>Può anche trattarsi di un incidente che compromette l'integrità dei dati, o la sicurezza e la salute del paziente</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blocco della attrezzatura; - Perdita di dati che causa problemi di sicurezza dei pazienti
	La severità 2 è meno grave della severità 1. È un incidente che comunque permette al cliente di lavorare


AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Severità 2	limite usando un workaround, ma che ha un significativo impatto negativo sul flusso di lavoro clinico di base può provocare perdite finanziarie. Esempi: - Crash frequenti di pc - Perdita di dati che non causa problemi di sicurezza dei pazienti
Severità 3	E un incidente che comunque permette al cliente di lavorare e ha un impatto moderato sul flusso di lavoro clinico di base. Esempi: - I pc non funzionano occasionalmente - la attrezzatura si blocca occasionalmente ma con interventi del personale locale può riavviarsi
Severità 4	Un incidente che ha un impatto minore sul sito o è un cambiamento programmato e concordato. Esempi: - Cambiamenti nella configurazione di utenti, licenze - Cambiamenti di tipo puramente estetico - minori malfunzionamenti che non generano ricadute tali da impedire la erogazione delle prestazioni rappresentano evento sentinella di possibili malfunzionamenti futuri di severità maggiore

Art. 10. Modulo di offerta tecnica

Per favorire la comparazione tra offerte omogenee, **la Ditta dovrà compilare il Modulo di Offerta Tecnica, di cui all'Al. VII-E "Modulo Offerta Tecnica", nella quale vengono riportate (colonna di sinistra) le richieste prestazionali della SA, e nella quale la Ditta (colonna di destra) riporterà le proprie caratteristiche di offerta.**

Si raccomanda di evidenziare opportunamente gli elementi migliorativi che la Ditta propone.

Si precisa che la configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali cui devono corrispondere le forniture, **vengono indicate a titolo preferenziale ma non vincolante**. Pertanto, la non conformità di talune caratteristiche merceologiche non comporterà la non validità dell'offerta. **Resta confermato il principio di equivalenza riportato negli atti di gara e quanto riportato nell'Art. 68 del D.Lgs 50 del 2016 e s.m.e i.**

Nella fase di valutazione delle proposte formulate la Commissione Giudicatrice potrà ritenere valide offerte contenenti caratteristiche diverse da quelle indicate purché le stesse non limitino il corretto utilizzo dei beni rispetto allo specifico uso cui i beni sono destinati.

Le forniture dovranno essere di produzione corrente, nuove di fabbrica, non ricondizionate né riassemblate; dovranno essere prive di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica; inoltre dovranno rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.

Ogni sistema deve essere corredato già alla presentazione dell'offerta di gara di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti che dovranno essere prodotte all'interno dell'offerta tecnica.

Per ogni software applicativo deve essere fornito: 1 copia dei dischi di installazione, 1 copia dei dischi di ripristino del sistema operativo, 1 copia dei contratti di licenza originali rilasciati dalle case produttrici del software.

Ogni sistema deve essere corredato di n.2 copie dei manuali d'uso in lingua italiana (1 copia in formato elettronico – CD).

Ogni sistema deve essere corredato di manuale di manutenzione in formato elettronico.

Art. 11. Fornitura materiale accessorio

La stazione Appaltante potrà procedere ad ordinare a consumo il seguente materiale accessorio non inserito nell'appalto e che dovrà essere quotato nell'offerta economica già comprensivo di ribasso.

1. bombolette di gas micro SF6 esafluoruro di zolfo 50 ml;
2. bombolette gas micro C3F8 50 ml



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

3. elettro cauterio monouso
4. cavo coagulazione monouso
5. pinza coagulazione monouso iridea angolata
6. matita bipolare non stick curvato calibro 18G 10,8 cm
7. penna bipolare ed endodiatemia 25G
8. sutura nylon 10/0 0.2 metric, 30 cm (10-0 12") nylon monofilamento nero Ago 3/8 di cerchio
9. sutura polipropilene, monofilamento blu, 0.2 metric, 20 cm (10/0") per fissazione sclerale ed ansa chiusura con ago ¼ di cerchio
10. Lente piatta a contatto per osservazione intraoperatoria del fondo oculare (tipo machemer) con anello in silicone;
11. Lente prismatica 50° - 60 diottrie con anello in silicone
12. Lente prismatica 30° diottrie con anello in silicone
13. Lente biconcava – 145 diottrie monouso diottrie con anello in silicone
14. Pinza monouso per membrana limitante interna, varie misure (23/25/27G)
15. Pinza monouso per membrana epiretinica varie misure (23/25/27G)
16. Micro forbici curve per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)
17. Pinza a coccodrillo monouso per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)
18. Ago di Charles con punta traumatica in silicone varie misure (23/25/27G) con raccordo per aspirazione attiva
19. Sistema di endoilluminazione Chandelier varie misure (23/25/27G)
20. Pik endovitreali varie misure (23/25/27G)
21. Pik endoilluminato varie misure (23/25/27G)
22. Sonda per endolaser retta varie misure (23/25/27G)
23. Sonda per endolaser curva varie misure (23/25/27G)
24. Soda per endoilluminazione GRANDANGOLO variemisure (23/25/27G)
25. Dual bore cannula per infusione perfluorocarbonato varie misure (23/25/27G)
26. Perfluorodecaline purificato per chirurgia retinica 5 ml
27. Olio di silicone 1000 cts 10 cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento
28. Olio di silicone 5000 cts cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento
29. Olio di silicone "pesante" ultra-purificato per chirurgia vitreo retinica
30. Retrattori flessibili per iride in polipropilene con sistema di arresto scorrevoli in silicone
31. Trypan blu per chirurgia del segmento anteriore
32. Trypan blu per chirurgia vitreo retinica
33. Vitrectomo anteriore varie misure (23/25/27G)
34. Dispositivo minishunt per chirurgia del glaucoma
35. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo dispersivo, ialuronato di sodio 1% in fiale preriempite da 0.85 ml e con ago dedicato
36. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo coesivo, ialuronato di sodio 3% e condroitiniosolfato 4%, in fiale preriempite da 0.35 ml a 0.55 ml con ago delicato.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

**ALLEGATO VII-A)
CRITERI DI
VALUTAZIONE PER
LOTTO**



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Griglia di Valutazione LOTTO 1	Soglia Prova Pratica	Punteggio
Caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali della pompa Venturi (saranno valutate positivamente le modalità di controllo del vuoto, la potenza in mmHg, campo di applicazione).		8
Fonte luminosa (tipo di lampade, possibilità di inserire automaticamente i filtri da pedale).		5
Manipolo Faco (caratteristiche tecniche, funzionali e frequenza di lavoro).		4
Linee di infusione/aspirazione (caratteristiche tecniche e funzionali)		5
Possibilità di aggiornamenti tecnologici verso sistemi alternativi ai vitrectomi tradizionali a ghigliottina.		5
Caratteristiche dei Pak e aderenza a quanto richiesto		3
Caratteristiche tecniche e funzionali del laser		3
Accessori e completezza della fornitura(indicare quanto offerto in gara, oltre alla dotazione di minima richiesta)		2
Assistenza tecnica, formazione e garanzia		5
Facilità di gestione delle cassette monouso nelle varie fasi chirurgiche e qualità delle cannule valvolate (Prova pratica)	6	10
Efficacia nella aspirazione del vitreo soprattutto con i calibri 27 e 25 gauge (Prova pratica)	6	10
Stabilità della retina in modalità di aspirazione shave (Prova pratica)	6	10
TOTALE		70

Griglia di Valutazione LOTTO 2	Soglia Prova Pratica	Punteggio
Vitrectomia Pneumatica: Vitrectomi a gliottina: caratteristiche di azionamento (elementi valutativi: se senza ritorno a molla; capacità di taglio; calibri disponibili; disponibilità nei calibri più piccoli tipo 25 e 27 di vitrectomi a doppia porta per un'aspirazione di flussi continua e un alto numero di tagli.		8
Fonte luminosa (saranno valutati il tipo di lampade, numero di uscite, possibilità di integrazione con lo strumento).		3
Punta di beve (angolazioni e finiture di realizzazione)		6
Caratteristiche del sistema INFUSIONE/SCAMBIO ARIA (saranno valutate positivamente commutazione BSS/aria, comandi, assenza di utilizzo di rubinetto, possibilità di selezione pressione).		5
Caratteristiche del sistema di scambio Aria/gas.		5
Caratteristiche del sistema di facoemulsificazione (saranno premiati la possibilità di utilizzo ant e post, disponibilità di manipoli e loro caratteristiche, azione longitudinale con una azione oscillante/torsionale).		3
Caratteristiche dei Pak e aderenza a quanto richiesto.		3
Accessori e completezza della fornitura (indicare quanto offerto in gara, oltre alla dotazione di minima richiesta)		2
Assistenza tecnica, formazione e garanzia		5
Facilità di gestione delle cassette monouso nelle varie fasi chirurgiche e qualità delle cannule valvolate (Prova pratica)	6	10
Efficacia nella aspirazione del vitreo soprattutto con i calibri 27 e 25 gauge (Prova pratica)	6	10
Stabilità della retina in modalità di aspirazione shave (Prova pratica)	6	10
TOTALE		70



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Griglia di Valutazione LOTTO 3	Soglia Prova Pratica	Punteggio
Caratteristiche tecniche e prestazionali del monitor (saranno valutate positivamente dimensioni e risoluzione).		2
Caratteristiche costruttive e di funzionamento delle pompe (saranno valutati positivamente in particolar modo il tipo di controllo e la tecnologia).		6
Modulo fluido viscoso (saranno valutate positivamente le possibilità di iniezioni micrometriche).		5
Velocità del vitrectomo e tipologie a disposizione		4
Controlli e Sicurezze (Controllo elastomerico, sicurezze sulle microiniezioni, controlli e sicurezze diretti sull'infusione)		5
Caratteristiche del pedale.		4
Modalità di funzionamento/utilizzo		3
Caratteristiche del sistema scambio aria/acqua (sarà premiato il maggior livello di automatismo).		3
Caratteristiche dei Pak e aderenza a quanto richiesto		2
Accessori e completezza della fornitura(indicare quanto offerto in gara, oltre alla dotazione di minima richiesta)		1
Assistenza tecnica, formazione e garanzia		5
Facilità di gestione delle cassette monouso nelle varie fasi chirurgiche e qualità delle cannule valvolate (Prova pratica)	6	10
Efficacia nella aspirazione del vitreo soprattutto con i calibri 27 e 25 gauge (Prova pratica)	6	10
Stabilità della retina in modalità di aspirazione shave (Prova pratica)	6	10
TOTALE		70

Griglia di Valutazione LOTTO 4	Soglia Prova Pratica	Punteggio
Caratteristiche tecniche e prestazionali del carrello e del monitor (saranno valutate positivamente caratteristiche costruttive del carrello, dimensioni e risoluzione del monitor).		4
Caratteristiche costruttive e di funzionamento delle pompe (saranno valutati positivamente in particolar modo il tipo di controllo e la tecnologia, capacità di vuoto e di flusso).		4
Caratteristiche della doppia pompa (saranno valutate positivamente le caratteristiche funzionali e la possibilità di variare la procedura durante l'utilizzo).		3
Sistema di gestione dell'aria compressa (saranno valutate positivamente soluzioni con la minima necessità di aria compressa esterna).		6
Controlli lineare e doppio lineare		6
Controlli e Sicurezze (Controllo elastomerico, controlli e sicurezze diretti sull'infusione)		3
Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di pilotaggio del manipolo e modalità di emissioni del manipolo.		6
Caratteristiche dei Pak e aderenza a quanto richiesto		2
Accessori e completezza della fornitura(indicare quanto offerto in gara, oltre alla dotazione di minima richiesta)		1
Assistenza tecnica, formazione e garanzia		5
Semplicità, rapidità ed efficienza nella preparazione della macchina per la chirurgia (Prova pratica)	6	10
Efficienza e precisione nella scolpitura del nucleo e nella faco-aspirazione (Prova pratica)	6	10
Stabilità della camera anteriore in tutte le fasi della chirurgia (Prova pratica)	6	10
TOTALE		70



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Griglia di Valutazione LOTTO 5	Soglia Prova Pratica	Punteggio
Caratteristiche costruttive e di funzionamento della pompa (saranno valutati positivamente in particolar modo il tipo di controllo e la tecnologia, capacità di vuoto e di flusso tipologia di interfaccia, controllo della fluidica).		6
Caratteristiche del sistema ultrasonico per la rimozione del cristallino (saranno valutate positivamente la bassa produzione di calore, maggior numero di modalità di emissione).		6
Caratteristiche tecnologiche dei manipoli (saranno valutate positivamente in particolar modo le tecnologie ad azione oscillante e rilevazione automatica del PEL).		6
Caratteristiche del sistema di irrigazione (saranno valutate positivamente in particolare le modalità di funzionamento, capacità di mantenimento della pressione intraoculare).		5
Capacità di impostare i parametri del vuoto e di aspirazione e relativi controlli		3
Caratteristiche funzionali del controllo da pedale		2
Controlli e Sicurezze (Controllo elastomerico, controlli e sicurezze diretti sull'infusione)		2
Caratteristiche del sistema anticollasso		2
Caratteristiche dei Pak e aderenza a quanto richiesto		2
Accessori e completezza della fornitura (indicare quanto offerto in gara, oltre alla dotazione di minima richiesta)		1
Assistenza tecnica, formazione e garanzia		5
Semplicità, rapidità ed efficienza nella preparazione della macchina per la chirurgia (Prova pratica)	6	10
Efficienza e precisione nella scolpitura del nucleo e nella faco-aspirazione (Prova pratica)	6	10
Stabilità della camera anteriore in tutte le fasi della chirurgia (Prova pratica)	6	10
TOTALE		70



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

**ALLEGATO VII-B)
SCHEDA SAT**

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (SAT):					
Denominazione della erogatrice del SAT					
Sede amministrativa					
Sede operativa da cui sarà effettuato il servizio					
Numero di operatori tecnici dipendenti della ditta					
Numero di operatori tecnici dipendenti della dittanella sede da cui sarà effettuato il servizio					
	PARAMETRI	Risposta			
SAT 1	CARATTERISTICHE				
SAT 1.1	numero sedi SAT in regione	n.			
SAT 1.2	ubicazione sede SAT più vicina	n.			
SAT 1.3	numero tecnici addetti alla manutenzione del dispositivo offerto	n.			
SAT 2	MODALITA' DI RICHIESTA TEMPI DI INTERVENTO				
SAT 2.1	Modalità di richiesta tramite Call center, servizi tecnici contattabili via email, etc				
SAT 2.2	tempo massimo di risposta dal momento del ricevimento della chiamata				
SAT 2.3	tempo massimo di intervento su chiamata dal momento del ricevimento del fax di chiamata	Severità guasto 1	ore		
		Severità guasto 2	ore		
		Severità guasto 3	ore		
		Severità guasto 4	ore		
SAT 2.4	Ordine del materiale consumabile: tempo di consegna dalla data di ordine	giorni			
SAT 3	DISPONIBILITA'				
	Orario di disponibilità alla ricezione delle segnalazioni dei guasti				
SAT 3.1	giorni feriali	dalle	alle		
SAT 3.2	giorni prefestivi	dalle	alle		
SAT 3.3	giorni festivi	dalle	alle		
SAT 3.4	Orario di disponibilità alla erogazione di interventi di manutenzione				
		giorni feriali	dalle	alle	
		giorni prefestivi	dalle	alle	
		giorni festivi	dalle	alle	
SAT 3.5	Dichiarazione circa la percentuale minima garantita di ore di disponibilità delle forniture rispetto alle ore lavorative	% _____			
SAT 3.6	numero di interventi di preventiva nell'arco di un anno che saranno erogati in modo programmato	n.			
SAT 4	FORMAZIONE				
SAT 4.1	disponibilità ad istruire tecnici incaricati dalla SA per il primo intervento	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
SAT 4.2	disponibilità a fornire le procedure per il primo intervento	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
SAT 5	Reperibilità di Ricambi ed accessori				

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

SAT 5.1	Numero minimo di anni per i quali si garantisce la disponibilità di tutti i ricambi e gli accessori	n.
----------------	---	----

SAT 6	Fermo Macchina programmato	
SAT 6.1	numero di giorni annuali di fermo macchina necessari alle operazioni di manutenzione programmata	gg.
SAT 6.2	percentuale di up-time annuale garantita al netto del numero di giorni di fermo macchina necessari alla manutenzione programmata preventiva	%
SAT 7	Esclusioni dal contratto offerto dalla ditta a copertura degli oneri di propria competenza compreso nel prezzo di offerta	
SAT 7.1	La manutenzione preventiva (ordinaria) è contemplata come onere a carico della ditta offerente. La manutenzione ordinaria deve comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i controlli di sicurezza, la regolazione, l'elettronica, la calibrazione, la sostituzione di eventuali parti difettose e tutti gli interventi rientranti nella manutenzione generale dell'apparecchiatura nella configurazione fornita.	(elencare)
SAT 8	Modalità operative	
SAT 8.1	Previsione, per tutto il periodo di contratto di service, di tutti gli interventi di manutenzione programmata e sostituzione dei componenti e degli accessori delle apparecchiature, anche di tipo consumabile (quali per esempio le batterie, le lampade, le parti in vetro, le celle di ossigeno i trasduttori etc.)	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
SAT 8.2	Manutenzione correttiva, su segnalazione dell'Ente, da considerarsi in numero illimitato, con eliminazione dei guasti con sostituzione di tutte le parti di ricambio difettose con parti di ricambio originali, anche con sostituzione dell'intero sistema qualora non fosse riparabile entro 24 ore solari	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
SAT 8.3	Aggiornamenti Hardware e Software	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
SAT 8.4	Garanzia, a proprio carico, per il periodo di copertura del service, del costante aggiornamento dell'apparecchiatura oggetto del presente Capitolato con l'ultima release disponibile e messa in commercio; prima dell'eventuali modifiche e di miglioramenti tecnici, la Ditta ha l'obbligo di tenere informata preventivamente la SA, la quale ha la facoltà di opporsi alla sostituzione o all'introduzione di modifiche e/o miglioramenti quando questi possano determinare cambiamenti nei programmi stabiliti.	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
SAT 9	Disponibilità dei pezzi di ricambio	
SAT 9.1	La ditta dovrà indicare il tempo in anni per il quale vengono garantiti i ricambi a partire dalla data di installazione dell'apparecchiatura, comunque non inferiore a 10 anni	

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Tipologia di Servizi	Descrizione Servizi/ Programmi	Unità di misura	Standard minimi richiesti	Offerta della Ditta (compilare)	
Servizi di Assistenza Tecnica	Help Desk - Orari ricezione richieste di assistenza	(da h. a h.)	8,30-17,00		
	Help Desk - Tempo di Risposta	(in minuti)	3 minuti		
	Interventi di manutenzione correttiva (riparazione)	(n./anno)	illimitati		
	Interventi di riparazione on site	(n./anno)	illimitati		
	Interventi di manutenzione preventiva	(n./anno)	secondo manuale d'uso		
	Interventi di Manutenzione Proattiva	(n./anno)	2		
	Massimo Downtime	Giorni/anno	10 giorni		
	Minimo Uptime garantito	%	85%		
	Tempo di intervento	Guasto Severità 1	ore	< 2	
		Guasto Severità 2	ore	< 4	
		Guasto Severità 3	ore	< 8	
	Guasto Severità 4	ore	< 24		
Servizi di Assistenza Tecnica Aggiuntivi	Reperibilità e supporto specialistico telefonici 24x7	Si/no	si		
	Reperibilità Remota & On site (Full) 24x7	Si/no	no		
	Fornitura di apparecchiatura di back up RESIDENTE , 7 giorni su 7, 365 gg all'anno, festivi inclusi.	Si/no	Si		
Parti di Ricambio	Sostituzione di parti di ricambio	Si/no	si		

Altro (eventuale):

**ALLEGATO VII C)
SCHEDA PIANO
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE**

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoeumulificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

Art. 7. Piano formazione del personale

Oggetto della richiesta:	offerta della Ditta (compilare):
durata dell'intervento formativo (in giornate);	
numero e qualifiche dei formatori;	
numero di ore complessive previste;	
numero di ore previste per ciascuna qualifica di formatori	
numero dei moduli di formazione previsti;	
numero dei destinatari;	
temi trattati:	
sistemi di verifica dell'apprendimento, con particolare riferimento all'eventuale follow-up, con specifica delle modalità e la tempistica di effettuazione;	
descrizione del materiale didattico che sarà fornito.	
La ditta si impegna, oltre alla formazione del personale sanitario, a sostenere i costi di formazione tecnica di primo intervento di numero due figure professionali individuate dalla SA, presso la sede della Casa Madre delle apparecchiature offerte. In tal senso la ditta concorrente si impegna a comunicare modalità, luoghi e programma di massima della formazione	

**ALLEGATO VII D)
CRONOPROGRAM
MA DELLA
FORNITURA,
INSTALLAZIONE E
POSA IN OPERA**

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

Art. 8. Cronoprogramma della fornitura, installazione e posa in opera

n.	fase	Tempo espresso in (indicare: giorni o settimane)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
...									
n									

NB: La Ditta inserirà il programma temporale dell'esecuzione della fornitura e della relativa installazione. Il programma dovrà essere realizzato in forma di diagramma di Gantt, con scala dei tempi a partire dal primo giorno di consegna, indicando la durata in giorni lavorativi (ad esclusione del sabato) e le relative precedenze delle diverse fasi (tempi di consegna della fornitura, esecuzione, installazione, calibrazione, test preliminare, formazione del personale utilizzatore, collaudo, ecc.). Il programma temporale dovrà prevedere la conclusione delle attività (collaudo escluso) entro il termine massimo in giorni solari consecutivi indicato nel bando di gara, ovvero entro il termine migliorativo offerto in sede di gara. Tali termini decorreranno dalla data di consegna dei locali).



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

**ALLEGATO VII-E)
MODELLO DI
OFFERTA TECNICA**



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

LOTTO 1

Oggetto	Unità di misura/caratteristiche preferenziali richieste dalla SA				Proposta della Ditta
Caratteristiche della strumentazione					
Le apparecchiature offerte devono riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE, recepita con Decreto Legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, così come emendata dalla 2007/47/CE, recepita dal Decreto Legislativo N°37 del 25/01/2010, con indicazione del numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciata. Qualora l'apparecchiatura risulti, secondo tale direttiva, in classe superiore alla I, la ditta dovrà produrre copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato. La ditta dovrà indicare la classificazione dell'apparecchiatura (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla norma CEI 62.5.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Indicazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici e della Registrazione al Repertorio, c.d. CND e RDM, come prevista dal Decreto 21 dicembre 2009, Modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007 recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici». (G.U. Serie Generale, n. 17 del 22 gennaio 2010).	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Indicazione della Ditta produttrice e nome commerciale dei prodotti offerti.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Data di introduzione sul mercato italiano della strumentazione offerta, intesa come data di effettiva prima immissione sul mercato, e la data di immissione sul mercato della versione (release) offerta.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Sicurezza: sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore ed al paziente anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi ed in particolare i SW, gli HW e le parti a microprocessore non devono deteriorarsi, perdere i dati relativi all'esame in corso o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) sia per guasti/black out sia a causa di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione). I sistemi offerti non devono essere sensibili ai disturbi eventualmente derivanti dall'uso contemporaneo nel Reparto di altre apparecchiature o di condizionamento dell'aria.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

FACOVITRECTOMO AD ALTA FREQUENZA DI TAGLIO					DESCRIZIONE
a) Caratteristiche essenziali del sistema					
• Pompa venturi: possibilità di controllo lineare del vuoto, fino a 660 mmHg sia in modalità anteriore che posteriore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Vitrectomia pneumatica: vitrectomi a ghigliottina ad azionamento pneumatico con frequenza di lavoro almeno di 7500 tagli/minuto; 15000 con sistemi a doppia lama;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sonde vitrectomi disponibili nei calibri 20, 23, 25 e 27 Gauge, modalità di funzionamento proporzionale e momentaneo preferibilmente con sistemi a doppio taglio;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Possibilità di aggiornamenti tecnologici verso sistemi alternativi ai vitrectomi tradizionali a ghigliottina;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Infusione soluzione salina: infusione a gravità o preferibilmente a pressione controllata, dinamica o attiva, valori selezionabili da 0 ad almeno 150 mmHg;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Infusione aria: controllo della pressione di infusione aria in modo bidirezionale con valori da 0 a minimo 150 mmHg;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Doppia linea di aspirazione indipendenti tra loro;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Infusione/aspirazione fluidi viscosi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Fonte luminosa: il sistema deve essere dotato di almeno 2 lampade (indicare eventuali filtri colorati inseribili automaticamente da pedale);	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Endolaser: endolaser integrato nel sistema, lunghezza d'onda 532 nm;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pedale stagno programmabile wireless con controllo per tutte le funzioni chirurgiche di vitrectomia, faco, I/A, diatermia, infusione/aspirazione fluidi viscosi, endolaser e illuminazione;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Manipolo Faco (indicare frequenza di lavoro, max 32 KHz);	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Il sistema deve essere dotato di controllo doppio lineare indipendente e simultaneo;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Schermo LCD di tipo "touch screen" con visualizzazione e possibilità di modifica per tutti i parametri chirurgici visualizzati.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

b) Configurazione del sistema					
• N. 1 Vassoio Mayo;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 2 Sistemi di endoilluminazione tipo XENON;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 1 Endolaser.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Completo dei seguenti accessori multiuso:					
• N. 6 Manipoli faco ad ultrasuoni;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 6 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell'operatore);	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 3 chiavi per punte faco;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 2 cavi per endodiatermia;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 2 Pinze Bipolari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Set accessori per infusione olio di silicone.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
c) Pak per procedura Cataratta					
• Cassetta e tubi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Punta US e sleeve da 1.8 o 2.4 a scelta dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cistotomo modellato da 25 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coprimonitor;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copritavolo 140x140 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sclerotomo 20 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.0 o 2.4 a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Conchiglia post-operatoria trasparente;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Tamponi oculari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Garze 10x10 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Asciughini a sigaretta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula idrodissezione 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coppa graduata da 60 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 1 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 3 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 20 cc.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
d) Pak per procedura Combinata					
• Cassetta combinata, tubi, 3 trocar valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 15.000 tagli/min a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Punta US e sleeve da 1.8 o 2.4 a scelta dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cistotomo modellato da 25 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coprimonitor;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copritavolo 140x140 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sclerotomo 20 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.0 o 2.4 a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Conchiglia post-operatoria trasparente;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Tamponi oculari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Garze 10x10 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Asciughini a sigaretta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula idrodissezione 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coppa graduata da 60 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 1 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 3 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• Siringa LL da 20 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
e) Pak per procedura Vitrectomia					
• Cassetta combinata, tubi, 3 trocar valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 15.000 tagli/min a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coprimonitor;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copritavolo 140x140 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sclerotomo 20 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Conchiglia post-operatoria trasparente;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Tamponi oculari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Garze 10x10 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Asciughini a sigaretta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Aghi cannula da camera anteriore 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coppa graduata da 60 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 1 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 3 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 20 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
f) Pak per procedura distacco					
• Endolaser angolato 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cavi monouso bipolare;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• Pennello a punta per endodermie 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Kit Iniezione/Aspirazione per fluidi viscosi 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Accessori compresi nella fornitura (indicare eventualmente quali)	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

LOTTO 2

Oggetto	Unità di misura/caratteristiche preferenziali richieste dalla SA				Proposta della Ditta
Caratteristiche della strumentazione					
Le apparecchiature offerte devono riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE, recepita con Decreto Legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, così come emendata dalla 2007/47/CE, recepita dal Decreto Legislativo N°37 del 25/01/2010, con indicazione del numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciata. Qualora l'apparecchiatura risulti, secondo tale direttiva, in classe superiore alla I, la ditta dovrà produrre copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato. La ditta dovrà indicare la classificazione dell'apparecchiatura (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla norma CEI 62.5.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Indicazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici e della Registrazione al Repertorio, c.d. CND e RDM, come prevista dal Decreto 21 dicembre 2009, Modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007 recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici». (G.U. Serie Generale, n. 17 del 22 gennaio 2010).	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Indicazione della Ditta produttrice e nome commerciale dei prodotti offerti.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Data di introduzione sul mercato italiano della strumentazione offerta, intesa come data di effettiva prima immissione sul mercato, e la data di immissione sul mercato della versione (release) offerta.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Sicurezza: sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore ed al paziente anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi ed in particolare i SW, gli HW e le parti a microprocessore non devono deteriorarsi, perdere i dati relativi all'esame in corso o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) sia per guasti/black out sia a causa di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione). I sistemi offerti non devono essere sensibili ai disturbi eventualmente derivanti all'uso contemporaneo nel Reparto di altre apparecchiature o di condizionamento dell'aria.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

FACOVITRECTOMO A DOPPIA POMPA					DESCRIZIONE
a) Caratteristiche essenziali del sistema					
<ul style="list-style-type: none"> • Pompa Venturi: possibilità di controllo lineare sia del vuoto fino a 650 mmHg in modalità posteriore e anteriore, che del flusso da 0 a 60 cc/min in modalità anteriore; 	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Vitrectomia Pneumatica: Vitrectomi a gliogliottina a doppio azionamento pneumatico (descrivere se senza ritorno a molla) con capacità di taglio di almeno 10000 tagli a minuto disponibile nei calibri 23, 25, 27 Gauge, disponibilità nei calibri più piccoli come 25 e 27 di vitrectomi a doppia porta per un'aspirazione di flussi continua e un alto numero di tagli; 	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Punta del vitrectomo di tipo bevel per una maggior controllo e prossimità al piano retinico; 	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Infusione: Sistema integrato per il controllo ed il mantenimento costante della pressione intraoculare in condizioni statiche e dinamiche, pressione selezionabile da 0 a 120 mmHg; 	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Infusione/scambio aria: commutazione BSS/aria in automatico con comando a pannello o a pedale attraverso la cassetta del sistema senza necessario utilizzo del rubinetto a 3 vie, pressione selezionabile da 0 a 120 mmHg; 	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Cicli di lavoro vitrectomo: possibilità di controllo del ciclo di apertura/chiusura della porta del vitrectomo selezionabile tra: normalmente aperta, normalmente chiusa, 50/50, per una estrema sicurezza di controllo durante tutte le fasi della vitrectomia; 	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Fonte luminosa: il sistema deve essere dotato di almeno 2 lampade; 	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Scambio aria/gas: possibilità di gestire tramite strumento la preparazione per la miscelazione di gas; 	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Manipolo pneumatico: per il controllo automatico per terminali microforbici e micropinze; 	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Facoemulsificazione: Disponibile sia per segmento anteriore che segmento posteriore (pars-plana) disponibilità sia di manipoli U/S 40 KHz con elongazione longitudinale tradizionale e preferibilmente di manipoli U/S combinanti l'azione longitudinale con una azione oscillante/torsionale; 	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• Software: di ultima generazione con guida video in linea per facile set-up;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Lettore codice a barre: scanner integrato per la lettura dei pak in uso per un conseguente set up automatico del sistema (opzionale);	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Connettori: riconoscimento automatico degli accessori collegati e predisposizione automatica dei parametri dedicati per singolo accessorio collegato;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Carrello: porta strumento che integra braccio articolato con vassoio porta accessori, con eventuale integrazione di un laser fotocoagulatore allo stato solido lunghezza d'onda 532 nm con gestione dei parametri dal display dello strumento.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
b) Configurazione del sistema					
• N. 1 Vassoio Mayo;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 4 Sistemi di endoilluminazione tipo XENON;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 1 Endolaser.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Completo dei seguenti accessori multiuso:					
• N. 6 Manipoli faco ad ultrasuoni;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 6 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell'operatore);	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 3 chiavi per punte faco;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 2 cavi per endodiatermia;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 2 Pinze Bipolari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. Set accessori per infusione olio di silicone.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
c) Pak per procedura Cataratta					
• Cassetta e tubi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cistotomo modellato da 25 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coprimonitor;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copritavolo 140x140 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sclerotomo 20 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Conchiglia post-operatoria trasparente;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Tamponi oculari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Garze 10x10 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Asciughini a sigaretta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula idrodissezione 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coppa graduata da 60 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 1 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 3 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 20 cc.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
d) Pak per procedura Combinata					
• Cassetta combinata, tubi, 3 trocar valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 10.000 tagli/min a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cistotomo modellato da 25 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coprimonitor;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copritavolo 140x140 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sclerotomo 20 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Conchiglia post-operatoria trasparente;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• 2 Tamponi oculari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Garze 10x10 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Asciughini a sigaretta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula idrodissezione 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coppa graduata da 60 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 1 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 3 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 20 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
e) Pak per procedura Vitrectomia					
• Cassetta combinata, tubi, 3 trocar valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 10.000 tagli/min a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coprimonitor;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copritavolo 140x140 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sclerotomo 20 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Conchiglia post-operatoria trasparente;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Tamponi oculari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Garze 10x10 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Asciughini a sigaretta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Aghi cannula da camera anteriore 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coppa graduata da 60 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 1 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• Siringa LL da 3 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 20 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
f) Pak per procedura distacco					
• Endolaser angolato 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cavi monouso bipolare;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pennello a punta per endodiermie 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Kit Iniezione/Aspirazione per fluidi viscosi 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Accessori compresi nella fornitura (indicare eventualmente quali)	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

LOTTO 3

Oggetto	Unità di misura/caratteristiche preferenziali richieste dalla SA				Proposta della Ditta
Caratteristiche della strumentazione					
Le apparecchiature offerte devono riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE, recepita con Decreto Legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, così come emendata dalla 2007/47/CE, recepita dal Decreto Legislativo N°37 del 25/01/2010, con indicazione del numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciata. Qualora l'apparecchiatura risulti, secondo tale direttiva, in classe superiore alla I, la ditta dovrà produrre copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato. La ditta dovrà indicare la classificazione dell'apparecchiatura (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla norma CEI 62.5.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Indicazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici e della Registrazione al Repertorio, c.d. CND e RDM, come prevista dal Decreto 21 dicembre 2009, Modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007 recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici». (G.U. Serie Generale, n. 17 del 22 gennaio 2010).	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Indicazione della Ditta produttrice e nome commerciale dei prodotti offerti.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Data di introduzione sul mercato italiano della strumentazione offerta, intesa come data di effettiva prima immissione sul mercato, e la data di immissione sul mercato della versione (release) offerta.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Sicurezza: sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore ed al paziente anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi ed in particolare i SW, gli HW e le parti a microprocessore non devono deteriorarsi, perdere i dati relativi all'esame in corso o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) sia per guasti/black out sia a causa di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione). I sistemi offerti non devono essere sensibili ai disturbi eventualmente derivanti all'uso contemporaneo nel Reparto di altre apparecchiature o di condizionamento dell'aria.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

FACOVITRECTOMO CON CONTROLLO DEL FLUSSO (PERISTALTICO) E DEL VUOTO (VENTURI)					DESCRIZIONE
a) Caratteristiche essenziali del sistema					
• Sistema dotato di monitor touch screen da almeno 15" di facile ed intuitivo utilizzo;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sistema con pompe di ultima generazione: peristaltica e venturi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Peristaltica: da 0 a 90 ml/min;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Venturi da 0 a 650 mmHg o superiore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Dotato di diatermia bipolare e relative punte e pinze riutilizzabili;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pedale doppio lineare, wireless. Con possibilità di personalizzazione dei settaggi per ogni singolo utilizzatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Possibilità di infusione di tipo gravitazionale e forzata;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Emissione degli ultrasuoni in diverse modalità: continuo, pulsato e burst;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Possibilità di utilizzare punte monouso di diverse angolazioni e dimensioni da 1.6 mm a 2.8 mm;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sistema dotato di pompa per iniezione ed estrazione di fluidi viscosi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Modulo di infusione di aria;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Possibilità di iniettare olio ed aspirare attivamente tramite vitrectomo;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Possibilità di effettuare scambi aria/acqua in modo automatico;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Dotato di vitrectomi da 23G, 25G, e 27G con velocità di almeno 10.000 tagli/min;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sistema Trocar valvolati da 23G, 25G e 27G;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Modulo a doppia illuminazione o superiore con fonti LED o Xenon indipendenti;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sistema Laser integrato;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pedale multifunzione con connessione via cavo e wireless con programmazioni multiple con controllo endolaser integrato o con pedale separato.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
b) Configurazione del sistema					
• N. 1 Vassoio Mayo;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• N.1 Carrello integrato con alzabottiglie elettrico;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 4 Sistemi di endoilluminazione tipo XENON o LED;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 1 Endolaser.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Completo dei seguenti accessori multiuso:					
• N. 6 Manipoli faco ad ultrasuoni;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 6 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell'operatore);	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 3 chiavi per punte faco;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 3 cavi per endodiatermia;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 3 Pinze Bipolari.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
c) Pak per procedura Cataratta					
• Cassetta e tubi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cistotomo modellato da 25 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coprimonitor;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copritavolo 140x140 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sclerotomo 20 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Conchiglia post-operatoria trasparente;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Tamponi oculari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Garze 10x10 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Asciughini a sigaretta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula idrodissezione 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• Coppa graduata da 60 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 1 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 3 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 20 cc.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
d) Pak per procedura Combinata					
• Cassetta combinata, tubi, 3 trocars valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 10.000 tagli/min a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cistotomo modellato da 25 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coprimonitor;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copritavolo 140x140 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sclerotomo 20 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Conchiglia post-operatoria trasparente;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Tamponi oculari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Garze 10x10 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Asciughini a sigaretta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula idrodissezione 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coppa graduata da 60 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 1 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 3 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 20 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
e) Pak per procedura Vitrectomia					
• Cassetta combinata, tubi, 3 trocars valvolati, vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 10.000 tagli/min a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coprimonitor;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copritavolo 140x140 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e con 2 tasche laterali raccogli liquidi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sclerotomo 20 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Conchiglia post-operatoria trasparente;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Tamponi oculari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Garze 10x10 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Asciughini a sigaretta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Aghi cannula da camera anteriore 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coppa graduata da 60 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 1 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 3 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 20 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cannula Backflush, soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
f) Pak per procedura distacco					
• Endolaser angolato 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cavi monouso bipolare;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pennello a punta per endodiatemie 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Kit Iniezione/Aspirazione per fluidi viscosi 23 o 25 o 27 Ga a seconda dell'operatore.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Accessori compresi nella fornitura (indicare eventualmente quali)	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

LOTTO 4

Oggetto	Unità di misura/caratteristiche preferenziali richieste dalla SA				Proposta della Ditta
Caratteristiche della strumentazione					
Le apparecchiature offerte devono riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE, recepita con Decreto Legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, così come emendata dalla 2007/47/CE, recepita dal Decreto Legislativo N°37 del 25/01/2010, con indicazione del numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciata. Qualora l'apparecchiatura risulti, secondo tale direttiva, in classe superiore alla I, la ditta dovrà produrre copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato. La ditta dovrà indicare la classificazione dell'apparecchiatura (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla norma CEI 62.5.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Indicazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici e della Registrazione al Repertorio, c.d. CND e RDM, come prevista dal Decreto 21 dicembre 2009, Modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007 recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici». (G.U. Serie Generale, n. 17 del 22 gennaio 2010).	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Indicazione della Ditta produttrice e nome commerciale dei prodotti offerti.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Data di introduzione sul mercato italiano della strumentazione offerta, intesa come data di effettiva prima immissione sul mercato, e la data di immissione sul mercato della versione (release) offerta.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Sicurezza: sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore ed al paziente anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi ed in particolare i SW, gli HW e le parti a microprocessore non devono deteriorarsi, perdere i dati relativi all'esame in corso o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) sia per guasti/black out sia a causa di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione). I sistemi offerti non devono essere sensibili ai disturbi eventualmente derivanti all'uso contemporaneo nel Reparto di altre apparecchiature o di condizionamento dell'aria.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

FACOEMULSIFICATORE A DOPPIA POMPA					DESCRIZIONE
a) Caratteristiche essenziali del sistema					
• Sistema carrellato, con monitor touch-screen integrato non inferiore a 19”;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Necessità di aria compressa esterna;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Unità di controllo con possibilità di programmazione e memorizzazione di profili pre-impostati;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pedale waterproof e wireless multifunzione con tasti programmabili.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Controllo lineare e doppio lineare.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Manipolo pluriuso di nuova concezione.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Possibilità di pilotaggio del manipolo in multi-modalità di emissioni degli ultrasuoni: continua, pulsata, multiburst e attivazione automatica in caso di occlusione della punta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Controllo simultaneo sia della linea di irrigazione che di aspirazione in real time;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Vuoto max non inferiore a 650 mmHg;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Flusso max non inferiore a 60 cc/min;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Possibilità di regolazione dell’aspirazione sia in controllo di flusso che di vuoto.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
b) Configurazione del sistema					
• N. 1 Vassoio Mayo;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Completo dei seguenti accessori multiuso:					
• N. 10 Manipoli faco ad ultrasuoni;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 10 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell’operatore);	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 5 chiavi per punte faco;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 2 cavi per endodiatermia con pinza o matita a scelta dell’operatore.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
c) Pak per procedura Cataratta					



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• Cassetta e tubi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cistotomo modellato da 25 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coprimonitor;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copritavolo 140x140 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sclerotomo 20 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Conchiglia post-operatoria trasparente;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Tamponi oculari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Garze 10x10 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Asciughini a sigaretta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula idrodissezione 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coppa graduata da 60 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 1 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 3 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 20 cc.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
d) Accessori					
• Vitrectomo anteriore.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Accessori compresi nella fornitura (indicare eventualmente quali)	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

LOTTO 5

Oggetto	Unità di misura/caratteristiche preferenziali richieste dalla SA				Proposta della Ditta
Caratteristiche della strumentazione					
Le apparecchiature offerte devono riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE, recepita con Decreto Legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, così come emendata dalla 2007/47/CE, recepita dal Decreto Legislativo N°37 del 25/01/2010, con indicazione del numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciata. Qualora l'apparecchiatura risulti, secondo tale direttiva, in classe superiore alla I, la ditta dovrà produrre copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato. La ditta dovrà indicare la classificazione dell'apparecchiatura (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla norma CEI 62.5.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Indicazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici e della Registrazione al Repertorio, c.d. CND e RDM, come prevista dal Decreto 21 dicembre 2009, Modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007 recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici». (G.U. Serie Generale, n. 17 del 22 gennaio 2010).	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Indicazione della Ditta produttrice e nome commerciale dei prodotti offerti.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Data di introduzione sul mercato italiano della strumentazione offerta, intesa come data di effettiva prima immissione sul mercato, e la data di immissione sul mercato della versione (release) offerta.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Sicurezza: sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore ed al paziente anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi ed in particolare i SW, gli HW e le parti a microprocessore non devono deteriorarsi, perdere i dati relativi all'esame in corso o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) sia per guasti/black out sia a causa di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione). I sistemi offerti non devono essere sensibili ai disturbi eventualmente derivanti all'uso contemporaneo nel Reparto di altre apparecchiature o di condizionamento dell'aria.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

FACOEMULSIFICATORE					DESCRIZIONE
a) Caratteristiche essenziali del sistema					
• Pompa di aspirazione di tipo peristaltico;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Interfaccia elastometrica della pompa di aspirazione;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Rimozione del cristallino tramite ultrasuoni a bassa produzione di calore e più modalità di emissione;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Emissione di ultrasuoni programmabile in diverse modalità: continuo, pulsato e preferibilmente burst;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Disponibilità di manipoli U/S con elongazione longitudinale tradizionale e preferibilmente di manipoli U/S;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Manipoli azione oscillante e con rilevazione automatica del "PEL" (livello dell'occhio del paziente);	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Controllo della fluidica mediante doppio sensore di infusione ed aspirazione;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Irrigazione passiva per gravità;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Possibilità di irrigazione passiva per gravità con funzione attiva per il controllo e mantenimento automatico della pressione intraoculare durante la procedura operatoria;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Possibilità di impostare parametri di vuoto e di aspirazione differenti per tutte le fasi dal pedale con controllo fisso e lineare compresa la fase di emissione degli ultrasuoni (fase 3);	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Controllo fisso e lineare del vuoto con valori pari o superiori a 600 mmHg;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Controllo fisso e lineare del flusso con valori da 0 a 60 cc/min;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Pedale programmabile preferibilmente wireless;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Vitrectomia anteriore con potenza di taglio preferibilmente fino a 5.000 tagli/min;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Possibilità di aggiornamento software;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sistema di coagulazione;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sistema anticollasso della Camera Anteriore con controllo attivo;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cassetta monouso per la raccolta liquidi reflui di tipo chiuso per evitare contaminazione.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
b) Configurazione del sistema					



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

• N. 1 Vassoio Mayo;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Completo dei seguenti accessori multiuso:					
• N. 10 Manipoli faco ad ultrasuoni;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 10 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell'operatore);	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 5 chiavi per punte faco;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 3 cavi per endodiaternia;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• N. 3 Pinze Bipolari o matiata.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
c) Pak per procedura Cataratta					
• Cassetta e tubi;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Punta US e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Cistotomo modellato da 25 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coprimonitor;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copritavolo 140x140 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Telo copripaziente 140x150 circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Sclerotomo 20 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Microbisturi angolato, satinato, single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda dell'operatore;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Conchiglia post-operatoria trasparente;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 2 Tamponi oculari;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Garze 10x10 cm circa;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• 5 Asciughini a sigaretta;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula da camera anteriore 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Ago cannula idrodissezione 27 Ga;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Coppa graduata da 60 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 1 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 3 cc;	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
• Siringa LL da 20 cc.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
d) Accessori					
• Vitrectomo anteriore.	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Accessori compresi nella fornitura (indicare eventualmente quali)	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

**ALLEGATO VIII
MODULO OFFERTA
ECONOMICA
LOTTO 1**

Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di Facovitreтоми e Facemuлsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO. Oculistica della ASL Bari. Lotto 1.

ALLEGATO VIII

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

Sig. / Sig.a

Nella sua qualità di legale rappresentante della

Ditta

giusta poteri allo stesso conferiti da

sede legale in

Via

P. IVA

domiciliato ai fini del presente atto in

Via

Telefono / fax / posta elettronica

Con riferimento alla Procedura in oggetto esperita dall'ASL BA, avendo preso conoscenza di ogni elemento conoscitivo necessario per formulare la propria proposta,

DICHIARA

- di approvare e di accettare tutte le clausole e condizioni menzionate nel disciplinare di gara e nei documenti ad esso allegati, nessuna esclusa o eccettuata;
- di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta, dei costi della manodopera, pari ad € _____ e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) pari ad € _____ (**indicazioni obbligatorie, ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**);
- di aver preso visione del DUVRI predisposto dalla ASL BA e di aver pertanto formulato l'offerta tenendo conto dei costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza per i rischi da interferenza pari ad € 2.800,00;
- che i prezzi unitari sotto elencati sono comprensivi, pro-quota, dei predetti costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Esprime pertanto la seguente offerta economica:

Lotto 1 - faco vitrectomo di ultima generazione ad alta frequenza di taglio e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica

- RIQUADRO A) VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Numero indicativo pak quinquennale	Valore base d'asta	Prezzo offerto quinquennale i.e. *	Prezzo offerto quinquennale i.i.
12.835	2.849.491,84		

***Il valore inserito deve essere pari alla somma dei totali dei riquadri B)+C)+D)**

RIQUADRO B) MATERIALE DI CONSUMO (tot pak a+ pak b+ pak c+ pak d = _____)

quantità	composizione custom pak a) - pak sterili monouso	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi PAK A)	fabbisogno presunto per 60 mesi	iva
1	cassetta combinata tubi 3 trocars valvolati vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 15.000 tagli/min a seconda operatore								
1	punta us e sleeve da 1,8 o 2.4 a scelta operatore								
1	cistotomo modellato da 25 Ga								
1	coprimonitor								
1	telo copritavolo 140*140cm							1573	
1	telo copripaziente 140*150 cm circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e 2 tasche laterali raccogli liquidi								
1	sclerotomo 20 ga								

quantità	composizione pac b) - monouso per facoemulsificazione	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi (PAK B)	fabbisogno presunto per 60 mesi	iva
1	microbisturi angolato satinato single bevel da 2.0 o 2.4 a seconda operatore								
1	conchiglia post-operatoria trasparente								
2	tamponi oculari								
5	garze 10*10 cm circa								
5	asciughini a sigaretta								
1	ago cannula da camera anteriore 27 Ga								
1	ago cannula idrodissezione 27 Ga								
1	coppa graduata da 60 cc								
1	siringa II da 1 cc								
1	siringa II da 3 cc								
1	siringa II da 20 cc								
1	cannula blackflush soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore								
1	pinza iLM 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore								
	composizione custom pac b) - pac sterili per facoemulsificazione								
1	cassetta e tubi								

quantità	composizione custom pak c) - pak sterili per vitrectomia posteriore	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi PAK C)	fabbisogno presunto per 60 mesi	iva
1	siringa II da 20 cc								
1	cassetta combinata tubi 3 trocars valvolati vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 15.000 tagli/min a seconda operatore								
1	coprimonitor								
1	telo copritavolo 140*140cm circa								
1	telo copripaziente 140*150 cm circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e 2 tasche laterale raccogli liquidi							862	
1	sclerotomo 20 ga								
1	conchiglia post-operatoria trasparente								
2	tamponi oculari								
5	garze 10*10 cm circa								
5	asciughini a sigaretta								
2	ago cannula da camera anteriore 27 Ga								

RIQUADRO C) SISTEMI/STRUMENTAZIONE

Configurazione di sistema	SISTEMA	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto canone Mensile I.E.	prezzo offerto canone 60 mesi I.E. per i sistemi/strumentazione richiesti	iva
12	Sistemi con strumentazione di backup (6 sistemi + 6 strumenti di backup)							
	ogni sistema completo di:							
1	vassoio mayo							
2	sistemi endoilluminazione tipo xenon							
1	endolaser							
6	manipoli faco ad ultrasuoni							
6	manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta operatore)							
3	chiavi per punte faco							
2	cavi per endodiatetermia							
2	pinze bipolari							

N.B. LA STRUMENTAZIONE DI BACKUP E' RIFERITA' LIMITATAMENTE ALLA STRUMENTAZIONE PRINCIPALE E QUINDI PRIVA DI OGNI ACCESSORIO GIA' CONTEMPLATO NELLA CONFIGURAZIONE DI BASE

RIQUADRO D) assistenza tecnica, di tipo "full risk.

Oggetto	Prezzo unitario mensile IVA esclusa (in cifre e in lettere)	TOTALE I.E. QUINQUENNALE SU TUTTA LA STRUMENTAZIONE RICHIESTA	IVA
Costo servizio assistenza tecnica			

- La ditta dichiara che, per le classi tecnologiche di che trattasi, il costo della manutenzione full risk non supera il 7% del valore commerciale delle apparecchiature offerte

RIQUADRO E) INCIDENZA COSTI SUL PREZZO OFFERTO PER 5 ANNI

DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO I.E.	INCIDENZA DELLE COMPONENTI DI COSTO IN % I.E.
CANONE LOCAZIONE *		
CANONE MANUTENZIONE FULL RISK*		
MATERIALE CONSUMABILE-PAK		
COSTO RISORSE UMANE UTILIZZATE(FORMAZIONE- ASSISTEZA- ETC)		
COSTI AMMINISTRAZIONE IMPOSTE TASSE		
COSTI SICUREZZA LEGGE 81/2008		
UTILE IMPRESA		
TOTALE **		100%

* Nel caso in cui abbia proposto un canone unico onnicomprensivo delle voci di costo dovrà comunque evidenziare l'incidenza % di ciascuna voce

** Il totale dei costi deve corrispondere al valore dell'offerta i.e.

Dichiara inoltre di essere disponibile ad applicare il seguente sconto sul prezzo di listino dei principali ricambi, accessori e consumabili inerenti la fornitura e non compresi in essa, inclusivi di trasporto e mano d'opera, per un periodo di 5 anni dalla presentazione della proposta tecnico-economica

DESCRIZIONE	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto
1. bombolette di gas micro SF6 esafluoruro di zolfo 50 ml;					
2. bombolette gas micro C3F8 50 ml					
3. elettro cauterio monouso					
4. cavo coagulazione monouso					
5. pinza coagulazione monouso iridea angolata					
6. matita bipolare non stick curvato calibro 18G 10,8 cm					
7. penna bipolare ed endodiatermia 25G					
8. sutura nylon 10/0 0.2 metric, 30 cm (10-0 12") nylon monofilamento nero Ago 3/8 di cerchio					
9. sutura polipropilene, monofilamento blu, 0.2 metric, 20 cm (10/0") per fissazione sclerale ed ansa chiusura con ago ¼ di cerchio					
10. Lente piatta a contatto per osservazione intraoperatoria del fondo oculare (tipo machemer) con anello in silicone;					
11. Lente prismatica 50° - 60 diottrie con anello in silicone					
12. Lente prismatica 30° diottrie con anello in silicone					
13. Lente biconcava – 145 diottrie monouso diottrie con anello in silicone					
14. Pinza monouso per membrana limitante interna, varie misure (23/25/27G)					

15. Pinza monouso per membrana epiretinica varie misure (23/25/27G)					
16. Micro forbici curve per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)					
17. Pinza a coccodrillo monouso per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)					
18. Ago di Charles con punta traumatica in silicone varie misure (23/25/27G) con raccordo per aspirazione attiva					
19. Sistema di endoilluminazione Chandelier varie misure (23/25/27G)					
20. Pik endovitreali varie misure (23/25/27G)					
21. Pik endoilluminato varie misure (23/25/27G)					
22. Sonda per endolaser retta varie misure (23/25/27G)					
23. Sonda per endolaser curva varie misure (23/25/27G)					
24. Soda per endoilluminazione GRANDANGOLO variemisure (23/25/27G)					
25. Dual bore cannula per infusione perfluorocarbonato varie misure (23/25/27G)					
26. Perfluorodecaline purificato per chirurgia retinica 5 ml					
27. Olio di silicone 1000 cts 10 cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento					
28. Olio di silicone 5000 cts cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento					
29. Olio di silicone "pesante" ultra-purificato per chirurgia vitreo retinica					
30. Retrattori flessibili per iride in polipropilene con sistema di arresto scorrevoli in silicone					

31. Trypan blu per chirurgia del segmento anteriore				
32. Trypan blu per chirurgia vitreo retinica				
33. Vitrectomo anteriore varie misure (23/25/27G)				
34. Dispositivo minishunt per chirurgia del glaucoma				
35. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo dispersivo, ialuronato di sodio 1% in fiale preriempite da 0.85 ml e con ago dedicato				
36. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo coesivo, ialuronato di sodio 3% e condroitiniosolfato 4%, in fiale preriempite da 0.35 ml a 0.55 ml con ago delicato.				

Sconto in percentuale

- N.B. il prezzo totale non deve superare la base d'asta, pari a € 2.849.491,84 I. E., a pena d'esclusione.
al presente modulo di offerta deve essere allegata, copia digitalizzata, anche per estratto, del listino ufficiale vigente;
questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

Il Rappresentante Legale

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facomulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

**ALLEGATO VIII
MODULO OFFERTA
ECONOMICA
LOTTO 2**

Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di Facovitreotomi e Facovitreotomi e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO. Oculistica della ASL Bari. Lotto 2.

ALLEGATO VIII

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

Sig. / Sig.a

Nella sua qualità di legale rappresentante della

Ditta

giusta poteri allo stesso conferiti da

sede legale in

Via

P. IVA

domiciliato ai fini del presente atto in

Via

Telefono / fax / posta elettronica certificata

Con riferimento alla Procedura in oggetto esperita dall'ASL BA, avendo preso conoscenza di ogni elemento conoscitivo necessario per formulare la propria proposta,

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

DICHIARA

- di approvare e di accettare tutte le clausole e condizioni menzionate nel disciplinare di gara e nei documenti ad esso allegati, nessuna esclusa o eccettuata;
- di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta, dei costi della manodopera, pari ad € _____ e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) pari ad € _____ (indicazioni obbligatorie, ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- di aver preso visione del DUVRI predisposto dalla ASL BA e di aver pertanto formulato l'offerta tenendo conto dei costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza per i rischi da interferenza pari ad € 2.800,00;
- che i prezzi unitari sotto elencati sono comprensivi, pro-quota, dei predetti costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Esprime pertanto la seguente offerta economica:

Lotto 2 - Faco vitrectomo di ultima generazione con doppia pompa e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica

RIQUADRO A) VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Numero indicativo pak quinquennale	Valore base d'asta	Prezzo offerto quinquennale i.e. *	Prezzo offerto quinquennale i.i.
3452	1.767.999,76		

*Il valore inserito deve essere pari alla somma dei totali dei riquadri B)+C)+D)

RIQUADRO B) MATERIALE DI CONSUMO (tot pak a+ pak b+ pak c+ pak d = _____)

quantità	composizione custom pak a) - pak sterili monouso per vitrectomia combinata	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi PAK A)	fabbisogno presunto per 60 mesi	IVA
1	cassetta combinata tubi 3 trocar valvolati vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 10.000 tagli/min a seconda operatore								
1	punta us e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta operatore								
1	cistotomo modellato da 25 Ga								
1	coprimonitor								
1	telo copritavolo 140*140cm circa							1210	
1	telo copripaziente 140*150 cm circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e 2 tasche laterali raccolgii liquidi								
1	sclerotomo 20 ga								
1	microbisturi angolato satinato single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda operatore								

quantità	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi PAK B)	fabbisogno presunto per 60 mesi	IVA
1								
	conchiglia post-operatoria trasparente							
2								
	tamponi oculari							
5								
	garze 10*10 cm circa							
5								
	asciughini a sigaretta							
1								
	ago cannula da camera anteriore 27 Ga							
1								
	ago cannula idrodisezione 27 Ga							
1								
	coppa gradulata da 60 cc							
1								
	siringa II da 1 cc							
1								
	siringa II da 3 cc							
1								
	siringa II da 20 cc							
1								
	cannula blackflush soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore							
1								
	pinza ILM 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore							
	composizione custom pak b) - pak sterili monouso per facoemulsificazione							
1								
	cassetta e tubi							
1								
	punta us e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta operatore							
1								
	cistotomo modellato da 25 Ga							
1								
	coprimonitor							
1								
	telo copritavolo 140*140cm circa						1150	

quantità	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi pak D)	fabbisogno presunto per 60 mesi	IVA
1	pinza iLM 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore							
1	composizione custom pak d) - procedura distacco							
1	Endolaser angolato 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore							
1	cavi monouso bipolare							
1	pennello a punta per endodiatermie 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore						300	
1	kit iniezione/aspirazione per fluidi viscosi 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore							

RIQUADRO C) SISTEMI/STRUMENTAZIONE

configurazione di sistema	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto canone mensile i.e.	Prezo offerta canone 60 mesi i.e. per i sistemi/strumentazione richiesta	iva
SISTEMA	cnd					
4 Sistemi con strumentazione di backup (2 sistemi +2 strumenti di backup)						

	ogni sistema completo di:					
1	vassoio mayo					
4	sistemi endoilluminazione tipo xenon					
1	endolaser					
6	manipoli faco ad ultrasuoni					
6	manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta operatore					
3	chiavi per punte faco					
2	cavi per endodiatereamia					
2	pinze bipolari o matita					

N.B. LA STRUMENTAZIONE DI BACKUP E' RIFERITA LIMITATAMENTE ALLA STRUMENTAZIONE PRINCIPALE E QUINDI PRIVA DI OGNI ACCESSORIO GIA' CONTEMPLATO NELLA CONFIGURAZIONE DI BASE

RIQUADRO D) assistenza tecnica, di tipo "full risk.

Oggetto	Prezzo unitario mensile IVA esclusa (in cifre e in lettere)	TOTALE I.E. QUINQUENNALE SU TUTTA LA STRUMENTAZIONE RICHIESTA	IVA
Costo servizio assistenza tecnica			

- La ditta dichiara che, per le classi tecnologiche di che trattasi, il costo della manutenzione full risk non supera il 7% del valore commerciale delle apparecchiature offerte

RIQUADRO E) INCIDENZA COSTI SUL PREZZO OFFERTO PER 5 ANNI

DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO I.E.	INCIDENZA DELLE COMPONENTI DI COSTO IN % I.E.
CANONE LOCAZIONE *		
CANONE MANUTENZIONE FULL RISK*		
MATERIALE CONSUMABILE-PAK		
COSTO RISORSE UMANE UTILIZZATE(FORMAZIONE- ASSISTEZA- ETC)		
COSTI AMMINISTRAZIONE IMPOSTE TASSE		
COSTI SICUREZZA LEGGE 81/2008		
UTILE IMPRESA		
TOTALE **		100%

* Nel caso in cui abbia proposto un canone unico omnicomprensivo delle voci di costo dovrà comunque evidenziare l'incidenza % di ciascuna voce

** Il totale dei costi deve corrispondere al valore dell'offerta i.e.

Dichiara inoltre di essere disponibile ad applicare il seguente sconto sul prezzo di listino dei principali ricambi, accessori e consumabili inerenti la fornitura e non compresi in essa, inclusivi di trasporto e mano d'opera, per un periodo di 5 anni dalla presentazione della proposta tecnico-economica

DESCRIZIONE	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto
1. bombole di gas micro SF6 esafluoruro di zolfo 50 ml;					
2. bombole gas micro C3F8 50 ml					
3. elettro cauterio monouso					
4. cavo coagulazione monouso					
5. pinza coagulazione monouso iridea angolata					
6. matita bipolare non stick curvato calibro 18G 10,8 cm					
7. penna bipolare ed endodiatermia 25G					
8. sutura nylon 10/0 0.2 metric, 30 cm (10-0 12") nylon monofilamento nero Ago 3/8 di cerchio					
9. sutura polipropilene, monofilamento blu, 0.2 metric, 20 cm (10/0") per fissazione sclerale ed ansa chiusura con ago 1/4 di cerchio					
10. Lente piatta a contatto per osservazione intraoperatoria del fondo oculare (tipo machemer) con anello in silicone;					
11. Lente prismatica 50° - 60 diottrie con anello in silicone					
12. Lente prismatica 30° diottrie con anello in silicone					
13. Lente biconcava - 145 diottrie monouso diottrie con anello in silicone					
14. Pinza monouso per membrana limitante interna, varie misure (23/25/27G)					
15. Pinza monouso per membrana epiretinica varie misure (23/25/27G)					

16. Micro forbici curve per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)					
17. Pinza a coccodrillo monouso per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)					
18. Ago di Charles con punta traumatica in silicone varie misure (23/25/27G) con raccordo per aspirazione attiva					
19. Sistema di endoilluminazione Chandeller varie misure (23/25/27G)					
20. Pik endovitreali varie misure (23/25/27G)					
21. Pik endoilluminato varie misure (23/25/27G)					
22. Sonda per endolaser retta varie misure (23/25/27G)					
23. Sonda per endolaser curva varie misure (23/25/27G)					
24. Soda per endoilluminazione GRANDANGOLO variemisure (23/25/27G)					
25. Dual bore cannula per infusione perfluorocarbonato varie misure (23/25/27G)					
26. Perfluorodecaline purificato per chirurgia retinica 5 ml					
27. Olio di silicone 1000 cts 10 cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento					
28. Olio di silicone 5000 cts cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento					
29. Olio di silicone "pesante" ultra-purificato per chirurgia vitreo retinica					
30. Retrattori flessibili per iride in polipropilene con sistema di arresto scorrevoli in silicone					
31. Trypan blu per chirurgia del segmento anteriore					
32. Trypan blu per chirurgia vitreo retinica					

33. Vitrectomo anteriore varie misure (23/25/27G)				
34. Dispositivo minishunt per chirurgia del glaucoma				
35. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo dispersivo, ialuronato di sodio 1% in fiale preriempite da 0.85 ml e con ago dedicato				
36. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo coesivo, ialuronato di sodio 3% e condroitiniosolfato 4%, in fiale preriempite da 0.35 ml a 0.55 ml con ago delicato.				

Sconto in percentuale

N.B. il prezzo totale non deve superare la base d'asta, pari a € 1.767.999,76 I. E., a pena d'esclusione.

al presente modulo di offerta deve essere allegata, copia digitalizzata, anche per estratto, del listino ufficiale vigente; questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

Il Rappresentante Legale

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

**ALLEGATO VIII
MODULO OFFERTA
ECONOMICA
LOTTO 3**

Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di Facovitrectomi e Facoeulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO. Oculistica della ASL Bari. Lotto 3.

ALLEGATO VIII

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

Sig. / Sig.a

Nella sua qualità di legale rappresentante della

Ditta

giusta poteri allo stesso conferiti da

sede legale in

Via

P. IVA

domiciliato ai fini del presente atto in

Via

Telefono / fax / posta elettronica certificata

Con riferimento alla Procedura in oggetto esperita dall'ASL BA, avendo preso conoscenza di ogni elemento conoscitivo necessario per formulare la propria proposta,

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

DICHIARA

- di approvare e di accettare tutte le clausole e condizioni menzionate nel disciplinare di gara e nei documenti ad esso allegati, nessuna esclusa o eccettuata;
- di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta, dei costi della manodopera, pari ad € _____ e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) pari ad € _____ (indicazioni obbligatorie, ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- di aver preso visione del DUVRI predisposto dalla ASL BA e di aver pertanto formulato l'offerta tenendo conto dei costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza per i rischi da interferenza pari ad € 2.800,00;
- che i prezzi unitari sotto elencati sono comprensivi, pro-quota, dei predetti costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Esprime pertanto la seguente offerta economica:

Lotto 3 - Sistema vitrectomia e facoemulsificazione con controllo di flusso (peristaltico) e di vuoto (venturi) e pompa addizionale con consumabile ed assistenza tecnica

RIQUADRO A) VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Numero indicativo pak quinquennale	Valore base d'asta	Prezzo quinquennale i.e. *	Prezzo offerto quinquennale i.i.
3209	741.364,66		

*Il valore inserito deve essere pari alla somma dei totali dei riquadri B)+(C)+D)

RIQUADRO B) MATERIALE DI CONSUMO (tot pak a + pak b+ pak c+ pak d = _____)

quantità	composizione custom pak a) - pak sterili monouso per vitrectomia combinata	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi pak A)	fabbisogno presunto per 60 mesi	iva
1	cassetta combinata tubi 3 trocars valvolati vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 10.000 tagli/min a seconda operatore							363	
1	punta us e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta operatore								
1	cistotomo modellato da 25 Ga								
1	coprimonitor								
1	telo copritavolo 140*140cm								
1	telo copripaziente 140*150 cm circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e 2 tasche laterali copri liquidi								
1	sclerotomo 20 ga								

quantità	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi PAK b)	fabbisogno presunto per 60 mesi	iva
1								
	microbisturi angolato satinato single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda operatore							
1								
	conchiglia post-operatoria trasparente							
2								
	tamponi oculari							
5								
	garze 10*10 cm circa							
5								
	asciughini a sigaretta							
1								
	ago cannula da camera anteriore 27 Ga							
1								
	ago cannula idrodissiezione 27 Ga							
1								
	coppa gradulata da 60 cc							
1								
	siringa II da 1 cc							
1								
	siringa II da 3 cc							
1								
	siringa II da 20 cc							
1								
	cannula blackflush soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore							
1								
	pinza iLM 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore							
	composizione custom pak b) - pack sterili monouso per facoemulsificazione							
1								
	cassetta e tubi							
1								
	punta us e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta operatore							
							2300	

quantità	composizione custom pak c) - pack sterili per vitrectomia posteriore	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi PAK C)	fabbisogno presunto per 60 mesi	iva
1	cassetta combinata tubi 3 trocars valvolati vitrectomo 23 o 25 o 27 Ga con frequenza di taglio superiore/uguale a 10.000 tagli/min a seconda operatore								
1	coprimonitor								
1	telo copritavolo 140*140cm								
1	telo copripaziente 140*150 cm circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale raccolgi liquidi							246	
1	sclerotomo 20 ga								
1	conchiglia post-operatoria								
2	tamponi oculari								
5	garze 10*10 cm circa								
5	asciughini a sigaretta								
2	ago cannula da camera anteriore 27 Ga								
1	coppa gradulata da 60 cc								
1	siringa II da 1 cc								
1	siringa II da 3 cc								

quantità	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi PAK D)	fabbisogno presunto per 60 mesi	iva
1								
1	siringa ll da 20 cc							
1	cannula blackflush soft tip 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore							
1	pinza iLM 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore							
	composizione custom pak d) - procedura distacco							
1	Endolaser angolato 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore							
1	cavi monouso bipolare							
1	pennello a punta per endodiatermie 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore						300	
1	kit iniezione/aspirazione per fluidi viscosi 23 o 25 o 27 Ga a seconda operatore							

RIQUADRO C) SISTEMI/STRUMENTAZIONE

CONFIGURAZIONE SISTEMA	quantità	SISTEMA	cnd	rdrm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto canone mensile i.e.	Prezzo offerto canone 60 mesi per i sistemi/strumentazione richiesti	iva
	4	Sistemi con Strumentazione di backup (2 sistemi +2 strumenti di backup)							
	1	ogni sistema completo di: vassoio mayo							
	1	carrello integrato con alzabottiglie elettrico							
	4	sistemi endoilluminazione tipo xenon							
	1	endolaser							
	6	manipoli faco ad ultrasuoni							
	6	manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta operatore							
	3	chiavi per punte faco							
	3	cavi per endodiatetermia							
	3	pinze bipolari							

N.B. LA STRUMENTAZIONE DI BACKUP E' RIFERITA LIMITATAMENTE ALLA STRUMENTAZIONE PRINCIPALE E QUINDI PRIVA DI OGNI ACCESSORIO GIA' CONTEMPLATO NELLA CONFIGURAZIONE DI BASE

RIQUADRO D) assistenza tecnica, di tipo "full risk.

Oggetto	Prezzo unitario mensile IVA esclusa (in cifre e in lettere)	TOTALE I.E. QUINQUENNALE SU TUTTA LA STRUMENTAZIONE RICHIESTA	IVA
Costo servizio assistenza tecnica			

- La ditta dichiara che, per le classi tecnologiche di che trattasi, il costo della manutenzione full risk non supera il 7% del valore commerciale delle apparecchiature offerte

RIQUADRO E) INCIDENZA COSTI SUL PREZZO OFFERTO PER 5 ANNI

DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO I.E.	INCIDENZA DELLE COMPONENTI DI COSTO IN % I.E.
CANONE LOCAZIONE *		
CANONE MANUTENZIONE FULL RISK*		
MATERIALE CONSUMABILE-PAK		
COSTO RISORSE UMANE UTILIZZATE(FORMAZIONE- ASSISTEZA- ETC)		
COSTI AMMINISTRAZIONE IMPOSTE TASSE		
COSTI SICUREZZA LEGGE 81/2008		
UTILE IMPRESA		
TOTALE **		100%

* Nel caso in cui abbia proposto un canone unico omnicomprensivo delle voci di costo dovrà comunque evidenziare l'incidenza % di ciascuna voce
** Il totale dei costi deve corrispondere al valore dell'offerta i.e.

Dichiara inoltre di essere disponibile ad applicare il seguente sconto sul prezzo di listino dei principali ricambi, accessori e consumabili inerenti la fornitura e non compresi in essa, inclusi di trasporto e mano d'opera, per un periodo di 5 anni dalla presentazione della proposta tecnico-economica

DESCRIZIONE	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto
1. bombolette di gas micro SF6 esafluoruro di zolfo 50 ml;					
2. bombolette gas micro C3F8 50 ml					
3. elettro cauterio monouso					
4. cavo coagulazione monouso					
5. pinza coagulazione monouso iridea angolata					
6. matita bipolare non stick curvato calibro 18G 10,8 cm					
7. penna bipolare ed endodiatermia 25G					
8. sutura nylon 10/0 0.2 metric, 30 cm (10-0 12") nylon monofilamento nero Ago 3/8 di cerchio					
9. sutura polipropilene, monofilamento blu, 0.2 metric, 20 cm (10/0") per fissazione sclerale ed ansa chiusura con ago ¼ di cerchio					
10. Lente piatta a contatto per osservazione intraoperatoria del fondo oculare (tipo machemer) con anello in silicone;					
11. Lente prismatica 50° - 60 diottrie con anello in silicone					
12. Lente prismatica 30° diottrie con anello in silicone					
13. Lente biconcava - 145 diottrie monouso diottrie con anello in silicone					

14. Pinza monouso per membrana limitante interna, varie misure (23/25/27G)					
15. Pinza monouso per membrana epiretinica varie misure (23/25/27G)					
16. Micro forbici curve per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)					
17. Pinza a coccodrillo monouso per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)					
18. Ago di Charles con punta traumatica in silicone varie misure (23/25/27G) con raccordo per aspirazione attiva					
19. Sistema di endoilluminazione Chandelier varie misure (23/25/27G)					
20. Pik endovitreali varie misure (23/25/27G)					
21. Pik endoilluminato varie misure (23/25/27G)					
22. Sonda per endolaser retta varie misure (23/25/27G)					
23. Sonda per endolaser curva varie misure (23/25/27G)					
24. Soda per endoilluminazione GRANDANGOLO variemisure (23/25/27G)					
25. Dual bore cannula per infusione perfluorocarbonato varie misure (23/25/27G)					
26. Perfluorodecaline purificato per chirurgia retinica 5 ml					
27. Olio di silicone 1000 cts 10 cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento					
28. Olio di silicone 5000 cts cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento					
29. Olio di silicone "pesante" ultra-purificato per chirurgia vitreo retinica					

30. Retrattori flessibili per iride in polipropilene con sistema di arresto scorrevoli in silicone					
31. Trypan blu per chirurgia del segmento anteriore					
32. Trypan blu per chirurgia vitreo retinica					
33. Vitrectomo anteriore varie misure (23/25/27G)					
34. Dispositivo minishunt per chirurgia del glaucoma					
35. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo dispersivo, ialuronato di sodio 1% in fiale preriempite da 0.85 ml e con ago dedicato					
36. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo coesivo, ialuronato di sodio 3% e condroitiniosolfato 4%, in fiale preriempite da 0.35 ml a 0.55 ml con ago delicato.					

Sconto in percentuale

- N.B. il prezzo totale non deve superare la base d'asta, pari a € 741.364,66 I. E., a pena d'esclusione.

al presente modulo di offerta deve essere allegata, copia digitalizzata, anche per estratto, del listino ufficiale vigente; questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

Il Rappresentante Legale

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

**ALLEGATO VIII
MODULO OFFERTA
ECONOMICA
LOTTO 4**

Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di Facovitreтоми e Facomulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO. Oculistica della ASL Bari. Lotto 4.

ALLEGATO VIII

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

Sig. / Sig.a

Nella sua qualità di legale rappresentante della
Ditta

giusta poteri allo stesso conferiti da
sede legale in

Via

P. IVA

domiciliato ai fini del presente atto in

Via

Telefono / fax / posta elettronica certificata

Con riferimento alla Procedura in oggetto esperita dall'ASL BA, avendo preso conoscenza di ogni elemento conoscitivo necessario per formulare la propria proposta,

DICHIARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- di approvare e di accettare tutte le clausole e condizioni menzionate nel disciplinare di gara e nei documenti ad esso allegati, nessuna esclusa o eccettuata;
- di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta, dei costi della manodopera, pari ad € _____ e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) pari ad € _____ (**indicazioni obbligatorie, ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**);
- di aver preso visione del DUVRI predisposto dalla ASL BA e di aver pertanto formulato l'offerta tenendo conto dei costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza per i rischi da interferenza pari ad € 2.800,00;
- che i prezzi unitari sotto elencati sono comprensivi, pro-quota, dei predetti costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Esprime pertanto la seguente offerta economica:

Lotto 4 - Sistema facoemulsificazione a doppia pompa variabile nel corso della procedura chirurgica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica.

- RIQUADRO A) VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Numero indicativo pak quinquennale	Valore base d'asta	Prezzo offerto quinquennale i.e. *	Prezzo offerto quinquennale i.i.
10.000	753.738,75		

***Il valore inserito deve essere pari alla somma dei totali dei riquadri B)+C)+D)**

RIQUADRO B) MATERIALE DI CONSUMO (tot pak a _____)

quantità	composizione custom pak a) - pack sterili monouso per facoemulsificatori	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi	fabbisogno presunto per 60 mesi	iva
1	cassetta e tubi								
1	punta us e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta operatore								
1	cistotomo modellato da 25 Ga								
1	coprimonitor								
1	telo copritavolo 140*140cm								
1	telo copripaziente 140*150 cm circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale raccogli liquidi								
1	sclerotomo 20 ga								
1	microbisturi angolato satinato single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda operatore								
1	conchiglia post-operatoria trasparente								
2	tamponi oculari								
5	garze 10*10 cm circa								
5	asciughini a sigaretta								
1	ago cannula da camera anteriore 27 Ga								
1	ago cannula idrodissezione 27 Ga								
1	coppa graduata da 60 cc								
1	siringa II da 1 cc								
								10000	

N.B. LA STRUMENTAZIONE DI BACKUP E' RIFERITA LIMITATAMENTE ALLA STRUMENTAZIONE PRINCIPALE E QUINDI PRIVA DI OGNI ACCESSORIO GIA' CONTEMPLATO NELLA CONFIGURAZIONE DI BASE

RIQUADRO D) assistenza tecnica, di tipo "full risk.

Oggetto	Prezzo unitario mensile IVA esclusa (in cifre e in lettere)	TOTALE I.E. QUINQUENNALE SU TUTTA LA STRUMENTAZIONE RICHIESTA	IVA
Costo servizio assistenza tecnica			

- *La ditta dichiara che, per le classi tecnologiche di che trattasi, il costo della manutenzione full risk non supera il 7% del valore commerciale delle apparecchiature offerte*

RIQUADRO E) INCIDENZA COSTI SUL PREZZO OFFERTO PER 5 ANNI

DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO I.E.	INCIDENZA DELLE COMPONENTI DI COSTO IN % I.E.
CANONE LOCAZIONE *		
CANONE MANUTENZIONE FULL RISK*		
MATERIALE CONSUMABILE-PAK		
COSTO RISORSE UMANE UTILIZZATE(FORMAZIONE- ASSISTEZA- ETC)		
COSTI AMMINISTRAZIONE IMPOSTE TASSE		
COSTI SICUREZZA LEGGE 81/2008		
UTILE IMPRESA		
TOTALE **		100%

* Nel caso in cui abbia proposto un canone unico onnicomprensivo delle voci di costo dovrà comunque evidenziare l'incidenza % di ciascuna voce
 ** Il totale dei costi deve corrispondere al valore dell'offerta i.e.

Dichiara inoltre di essere disponibile ad applicare il seguente sconto sul prezzo di listino dei principali ricambi, accessori e consumabili inerenti la fornitura e non compresi in essa, inclusi di trasporto e mano d'opera, per un periodo di 5 anni dalla presentazione della proposta tecnico-economica

DESCRIZIONE	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto
1. bombolette di gas micro SF6 esafluoruro di zolfo 50 ml;					
2. bombolette gas micro C3F8 50 ml					
3. elettro cauterio monouso					
4. cavo coagulazione monouso					
5. pinza coagulazione monouso iridea angolata					
6. matita bipolare non stick curvato calibro 18G 10,8 cm					
7. penna bipolare ed endodiatermia 25G					
8. sutura nylon 10/0 0.2 metric, 30 cm (10-0 12") nylon monofilamento nero Ago 3/8 di cerchio					
9. sutura polipropilene, monofilamento blu, 0.2 metric, 20 cm (10/0") per fissazione sclerale ed ansa chiusura con ago ¼ di cerchio					
10. Lente piatta a contatto per osservazione intraoperatoria del fondo oculare (tipo machemer) con anello in silicone;					
11. Lente prismatica 50° - 60 diottrie con anello in silicone					
12. Lente prismatica 30° diottrie con anello in silicone					
13. Lente biconcava - 145 diottrie monouso diottrie con anello in silicone					
14. Pinza monouso per membrana limitante interna, varie misure (23/25/27G)					

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

15. Pinza monouso per membrana epiretinica varie misure (23/25/27G)					
16. Micro forbici curve per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)					
17. Pinza a coccodrillo monouso per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)					
18. Ago di Charles con punta traumatica in silicone varie misure (23/25/27G) con raccordo per aspirazione attiva					
19. Sistema di endoilluminazione Chandelier varie misure (23/25/27G)					
20. Pik endovitreali varie misure (23/25/27G)					
21. Pik endoilluminato varie misure (23/25/27G)					
22. Sonda per endolaser retta varie misure (23/25/27G)					
23. Sonda per endolaser curva varie misure (23/25/27G)					
24. Soda per endoilluminazione GRANDANGOLO variemisure (23/25/27G)					
25. Dual bore cannula per infusione perfluorocarbonato varie misure (23/25/27G)					
26. Perfluorodecaline purificato per chirurgia retinica 5 ml					
27. Olio di silicone 1000 cts 10 cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento					
28. Olio di silicone 5000 cts cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento					
29. Olio di silicone "pesante" ultra-purificato per chirurgia vitreo retinica					
30. Retrattori flessibili per iride in polipropilene con sistema di arresto scorrevoli in silicone					

31. Trypan blu per chirurgia del segmento anteriore					
32. Trypan blu per chirurgia vitreo retinica					
33. Vitrectomo anteriore varie misure (23/25/27G)					
34. Dispositivo minishunt per chirurgia del glaucoma					
35. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo dispersivo, ialuronato di sodio 1% in fiale preriempite da 0.85 ml e con ago dedicato					
36. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo coesivo, ialuronato di sodio 3% e condroitiniosolfato 4%, in fiale preriempite da 0.35 ml a 0.55 ml con ago delicato.					

Sconto in percentuale

N.B. il prezzo totale non deve superare la base d'asta, pari a € 753.738,75 I. E., a pena d'esclusione.

al presente modulo di offerta deve essere allegata, copia digitalizzata, anche per estratto, del listino ufficiale vigente; questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

Il Rappresentante Legale

Procedura Aperta Telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

**ALLEGATO VIII
MODULO OFFERTA
ECONOMICA
LOTTO 5**

Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di Facovitrectomi e Facovitrectomi e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO. Oculistica della ASL Bari. Lotto 5.

ALLEGATO VIII

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

Sig. / Sig.a

Nella sua qualità di legale rappresentante della

Ditta

giusta poteri allo stesso conferiti da

sede legale in

Via

P. IVA

domiciliato ai fini del presente atto in

Via

Telefono / fax / posta elettronica certificata

Con riferimento alla Procedura in oggetto esperita dall'ASL BA, avendo preso conoscenza di ogni elemento conoscitivo necessario per formulare la propria proposta,

DICHIARA

- di approvare e di accettare tutte le clausole e condizioni menzionate nel disciplinare di gara e nei documenti ad esso allegati, nessuna esclusa o eccettuata;

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta, dei costi della manodopera, pari ad € _____ e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) pari ad € _____ (**indicazioni obbligatorie, ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**);
 - di aver preso visione del DUVRI predisposto dalla ASL BA e di aver pertanto formulato l'offerta tenendo conto dei costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza per i rischi da interferenza pari ad € 2.800,00;
 - che i prezzi unitari sotto elencati sono comprensivi, pro-quota, dei predetti costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Esprime pertanto la seguente offerta economica:

Lotto 5 - Sistema facoemulsificazione a pompa singola a controllo della fluidica e relativo materiale di consumo ed assistenza tecnica

RIQUADRO A) VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Numero indicativo pak quinquennale	Valore base d'asta	Prezzo offerto quinquennale i.e. *	Prezzo offerto quinquennale i.i.
23340	1.758.723,75		

RIQUADRO B) MATERIALE DI CONSUMO (tot pak a = _____)

quantità	composizione custom pak a) - pak sterili monouso per facoemulsificatori	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto	importo totale offerto 60 mesi	fabbisogno presunto per 60 mesi	iva
1	cassetta e tubi							23.340	
1	punta us e sleeve da 2.2 o 2.4 a scelta operatore								
1	cistotomo modellato da 25 Ga								
1	coprimonitor								
1	telo copritavolo 140*140cm								
1	telo copripaziente 140*150 cm circa con foro ricoperto da membrana trasparente autoadesiva e tasca laterale raccogli liquidi								
1	sclerotomo 20 ga								
1	microbisturi angolato satinato single bevel da 2.2 o 2.4 a seconda operatore								
1	conchiglia post-operatoria trasparente								
2	tamponi oculari								

10	manipoli faco ad ultrasuoni							
10	manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta operatore							
5	chiavi per punte faco							
3	cavi per endodieremia							
3	pinze bipolari o matita							
1	Vitrectomo anteriore							

N.B. LA STRUMENTAZIONE DI BACKUP E' RIFERITA LIMITATAMENTE ALLA STRUMENTAZIONE PRINCIPALE E QUINDI PRIVA DI OGNI ACCESSORIO GIA' CONTEMPLATO NELLA CONFIGURAZIONE DI BASE

RIQUADRO D) assistenza tecnica, di tipo "full risk.

Oggetto	Prezzo unitario mensile IVA esclusa (in cifre e in lettere)	TOTALE I.E. QUINQUENNALE SU TUTTA LA STRUMENTAZIONE RICHIESTA	IVA
Costo servizio assistenza tecnica			

- La ditta dichiara che, per le classi tecnologiche di che trattasi, il costo della manutenzione full risk non supera il 7% del valore commerciale delle apparecchiature offerte

RIQUADRO E) INCIDENZA COSTI SUL PREZZO OFFERTO PER 5 ANNI

DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO I.E.	INCIDENZA DELLE COMPONENTI DI COSTO IN % I.E.
CANONE LOCAZIONE *		
CANONE MANUTENZIONE FULL RISK*		

MATERIALE CONSUMABILE-PAK	
COSTO RISORSE UMANE UTILIZZATE(FORMAZIONE- ASSISTEZA- ETC)	
COSTI AMMINISTRAZIONE IMPOSTE TASSE	
COSTI SICUREZZA LEGGE 81/2008	
UTILE IMPRESA	
TOTALE **	100%

* Nel caso in cui abbia proposto un canone unico omnicomprensivo delle voci di costo dovrà comunque evidenziare l'incidenza % di ciascuna voce

** Il totale dei costi deve corrispondere al valore dell'offerta i.e.

Dichiara inoltre di essere disponibile ad applicare il seguente sconto sul prezzo di listino dei principali ricambi, accessori e consumabili inerenti la fornitura e non compresi in essa, inclusi di trasporto e mano d'opera, per un periodo di 5 anni dalla presentazione della proposta tecnico-economica

DESCRIZIONE	cnd	rdm	codice prodotto offerto	nome commerciale	prezzo unitario offerto
1. bombolette di gas micro SF6 esafluoruro di zolfo 50 ml;					
2. bombolette gas micro C3F8 50 ml					
3. elettro cauterio monouso					
4. cavo coagulazione monouso					
5. pinza coagulazione monouso iridea angolata					
6. matita bipolare non stick curvato calibro 18G 10,8 cm					
7. penna bipolare ed endodiatermia 25G					
8. sutura nylon 10/0 0.2 metric, 30 cm (10-0 12") nylon monofilamento nero Ago 3/8 di cerchio					

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

9. sutura polipropilene, monofilamento blu, 0.2 metric, 20 cm (10/0") per fissazione sclerale ed ansa chiusura con ago ¼ di cerchio					
10. Lente piatta a contatto per osservazione intraoperatoria del fondo oculare (tipo machemer) con anello in silicone;					
11. Lente prismatica 50° - 60 diottrie con anello in silicone					
12. Lente prismatica 30° diottrie con anello in silicone					
13. Lente biconcava - 145 diottrie monouso diottrie con anello in silicone					
14. Pinza monouso per membrana limitante interna, varie misure (23/25/27G)					
15. Pinza monouso per membrana epiretinica varie misure (23/25/27G)					
16. Micro forbici curve per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)					
17. Pinza a coccodrillo monouso per chirurgia vitreo retinica monouso varie misure (23/25/27G)					
18. Ago di Charles con punta traumatica in silicone varie misure (23/25/27G) con raccordo per aspirazione attiva					
19. Sistema di endoilluminazione Chandelier varie misure (23/25/27G)					
20. Pik endovitreali varie misure (23/25/27G)					
21. Pik endoilluminato varie misure (23/25/27G)					
22. Sonda per endolaser retta varie misure (23/25/27G)					
23. Sonda per endolaser curva varie misure (23/25/27G)					
24. Soda per endoilluminazione GRANDANGOLO variemisure (23/25/27G)					

25. Dual bore cannula per infusione perfluorocarbonato varie misure (23/25/27G)							
26. Perfluorodecaline purificato per chirurgia retinica 5 ml							
27. Olio di silicone 1000 cts 10 cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento							
28. Olio di silicone 5000 cts cc per impianto oculare con siringa prevaricata e raccordo per attacco alla porta dello strumento							
29. Olio di silicone "pesante" ultra-purificato per chirurgia vitreo retinica							
30. Retrattori flessibili per iride in polipropilene con sistema di arresto scorrevoli in silicone							
31. Trypan blu per chirurgia del segmento anteriore							
32. Trypan blu per chirurgia vitreo retinica							
33. Vitrectomo anteriore varie misure (23/25/27G)							
34. Dispositivo minishunt per chirurgia del glaucoma							
35. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo dispersivo, ialuronato di sodio 1% in fiale preriempite da 0.85 ml e con ago dedicato							
36. Sostanza viscoelastica per uso endoculare di tipo coesivo, ialuronato di sodio 3% e condroitiniosolfato 4%, in fiale preriempite da 0.35 ml a 0.55 ml con ago delicato.							

Sconto in percentuale

**N.B. il prezzo totale non deve superare la base d'asta, pari a € 1.758.723,75 I. E., a pena d'esclusione.
al presente modulo di offerta deve essere allegata, copia digitalizzata, anche per estratto, del listino ufficiale vigente;
questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.**

Il Rappresentante Legale

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08)

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, IN REGIME DI SERVICE QUINQUENNALE, COMPRESIVA DI MANUTENZIONE FULL RISK E DEI MATERIALI CONSUMABILI PER UN PERIODO PARI A CINQUE ANNI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (EX ART. 95 C. 4 DEL D.LGS. 50/2016), DI N. 3 LOTTI DI FACOVITRECTOMI E N. 2 LOTTI DI FACOEMULSIFICATORI (di seguito elencati), IN FAVORE DELLA ASL DI BARI

LOTTO N.1 - FACOVITRECTOMO DI UTLIMA GENRAZIONE AD ALTA FREQUENZA DI TAGLIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA

LOTTO N.2 - FACOVITRECTOMO DI UTLIMA GENERAZIONE A DOPPIA POMPA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA

LOTTO N.3 - SISTEMA PER VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAZIONE CON CONTROLLO DI FLUSSO (TIPO PERISTALTICO), CONTROLLO DEL VUOTO (TIPO VENTURI) E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA

LOTTO N.4 - SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE A DOPPIA POMPA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA

LOTTO N.5 - SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA

Committente: **Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari**

Società Appaltatrice:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

PREMESSA

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I .) viene redatto dalla stazione appaltante in adempimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè :

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

Il presente D.U.V.R.I. ha quindi lo scopo di:

- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l'Impresa aggiudicataria e le altre imprese già operanti nel medesimo sito, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra tutti lavoratori impegnati ad operare nello stesso ambiente;
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento consapevole e responsabile e la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro;
- ridurre anche per i pazienti ed i visitatori ogni possibile rischio che dalle attività oggetto dell'appalto possano derivare;

Il presente Documento è stato elaborato dall'*Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari* allo scopo di ottemperare ai disposti di legge in materia di sicurezza nella gestione degli appalti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) n. 3 del 05 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'A.V.C.P. ha inoltre escluso la possibilità di interferenze nei seguenti casi:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Il D.U.V.R.I. riguarda quindi esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

Infine il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell'espletamento dell'appalto verrà aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

L' AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DATI GENERALI	
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
SEDE LEGALE	Lungomare Starita, 6 - BARI
PARTITA IVA	0653434072
TELEFONO (DIREZIONE GENERALE)	080 5842568
SETTORE / ATTIVITÀ	Sanità – Assistenza Didattica Ricerca
DIRETTORE GENERALE	Dott. Antonio SANGUEDLOCE
DIRETTORE SANITARIO	Dott. Luigi ROSSI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott. Luigi FRUSCIO
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA	
DATORE DI LAVORO	Dott. Antonio SANGUEDLOCE
RESPONSABILE SPPA	Dott. Fulvio Italo Maria FUCILLI
MEDICI COMPETENTI	Dott. Franco POLEMIO, Dott.ssa Ingrid ALOISE, Dott. Giuseppe DI GIESI, Dott. Vincenzo NUNZIANTE CESARO, Dott.ssa Monica PALMISANO, Dott.ssa Annelisa PAPPALATTERA, Dott. Eric Alexander TANTIMONACO, Dott. Michele TEMPESTA
MEDICI AUTORIZZATI	Dott. Franco POLEMIO, Dott.ssa Ingrid ALOISE, Dott. Vincenzo NUNZIANTE CESARO, Dott.ssa Annelisa PAPPALATTERA,
ESPERTI di RADIOPROTEZIONE	Dott.ssa Patrizia CARMONE, Dott.ssa Rita TERLIZZI
ESPERTI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA RMN	Dott.ssa Patrizia CARMONE, Dott.ssa Rita TERLIZZI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	CASIELLO Nicola, CEGLIE Filippo, COLASUONNO Anna, COMES Vito, FASCICOLO Romualdo Enrico, GALASSO Pasquina, GIUGA Michele, LABATE Gianni, PARISI Raffaele, PERLINO Cosimo Damiano, QUERCIA Pasquale, ROMANO Vincenzo, SPORTELLI Michele, VENTURA Ivan

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Indice generale

PREMESSA.....	2
CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
Indice generale.....	5
1. PARAGRAFO I: Sezione Descrittiva.....	6
1.1 Definizioni.....	6
1.2 Dati identificativi.....	7
1.2.1 Anagrafica dell'Appalto.....	7
1.2.2 Anagrafica e dati generali del Committente e dell'appalto.....	7
1.2.3 Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore.....	8
1.3 Obblighi del committente.....	8
1.4 Obblighi generali per l'Appaltatore.....	9
1.5 Diritto d'interruzione del servizio.....	11
1.6 Modalità di aggiornamento/revisione del DUVRI.....	11
2. PARAGRAFO II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro.....	12
2.1 Premessa.....	12
2.2 Descrizione sintetica del sito di intervento e delle condizioni generali di lavoro..	12
2.3 Individuazione dei Rischi nelle aree interessate dall'appalto e delle Misure di Prevenzione e Protezione adottate.....	14
3. PARAGRAFO III: VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE.....	17
3.1 Introduzione.....	17
3.2 Descrizione delle attività oggetto dell'appalto e Individuazione delle aree interessate.....	18
3.3 Metodologia e Criteri di Valutazione del Rischio.....	19
3.4 Individuazione delle misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze.....	21
3.5 Oneri della Sicurezza.....	27
3.6 Validità e Revisione del DUVRI.....	28

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

1. PARAGRAFO I: Sezione Descrittiva

1.1 Definizioni

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati:

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore o fornitore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri, secondo quanto previsto contrattualmente.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 comma 1 lett. (a) D.Lgs. 81/08).

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

Popolazione ospedaliera: insieme dei soggetti che operano per conto della ASL Ba (personale medico, paramedico, tecnici, ausiliari, vigilanza, studenti ecc ecc.) e pazienti.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

1.2 Dati identificativi

1.2.1 Anagrafica dell'Appalto

Natura dell'opera	FORNITURA BENI E SERVIZI
Fasi Lavorative	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso ai locali destinatari del bene • Fornitura del bene e dei materiali di consumo • Somministrazione dei corsi di formazione • Manutenzione ordinaria e straordinaria
Importo	
Numero massimo di lavoratori	
Data Inizio lavori (presunta)	
Data Fine lavori (presunta)	
Durata in giorni (presunta)	
Sede di lavoro	P.O. "Di Venere" Bari

1.2.2 Anagrafica e dati generali del Committente e dell'appalto

Committente del servizio	AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI
Indirizzo e sede legale:	Lungomare Starita , 6
Datore di Lavoro Committente	Dr. Antonio SANGUEDOLCE
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:	Dr. Fulvio Italo Maria FUCILLI
Coordinatore Medici Competenti	Dr. Francesco POLEMIO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

1.2.3 Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore

Denominazione Azienda	
Indirizzo sede legale	
Indirizzo sede operativa	
Codice Fiscale o Partita IVA	
Datore di Lavoro (appaltatore)	
Referente dell'impresa appaltatrice	
Recapiti telefonici Referente	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico Competente	

1.3 Obblighi del committente

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 introduce degli obblighi precisi a carico sia dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori, che dei datori di lavoro dell'azienda appaltante (committente). In particolare gli obblighi del Datore di Lavoro committente, sono di seguito specificati:

- verificare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore;
- fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla ditta appaltatrice;
- promuovere la cooperazione fra datori di lavoro delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto;
- promuovere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati alla eliminazione o, ove ciò non fosse possibile alla riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l'elaborazione del presente "Documento unico di valutazione dei rischi".

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

1.4 Obblighi generali per l'Appaltatore

Prima di iniziare il lavoro l'Appaltatore si impegna a visionare quanto riportato nel presente documento, a condividerlo e a collaborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di cui è pienamente e consapevolmente responsabile, sia verso i lavoratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attività di coordinamento e collaborazione.

L'Appaltatore si impegna:

1. ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad applicare nel corso del lavoro le norme unificate nazionali ed internazionali (UNI, CEI, CEN, ISO) e tutte le altre eventuali norme di buona tecnica applicabili;
2. ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08, per quanto attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuali, ove necessari, ed inclusi gli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori;
3. ad adempiere agli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori (nonché quelli di eventuali ditte subappaltatrici, ove il subappalto fosse ammesso), per quanto attiene ai rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro dell'Azienda, di cui al presente accordo;
4. a fornire, qualora operino contemporaneamente più imprese, tutte le indicazioni necessarie affinché l'Azienda possa adeguatamente promuovere il coordinamento tra le imprese stesse, in particolare per i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività lavorative;
5. a far rispettare al proprio personale e a terzi per esso operanti, oltre le norme di legge, anche quelle di comportamento in vigore nella ASL Ba, in particolare tutto il personale deve essere munito ed esibire il tesserino di riconoscimento conforme all'art 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08;
6. ad attenersi alle indicazioni informative della ASL Ba per un appropriato comportamento del personale di fronte al verificarsi di una situazione di emergenza di qualsiasi natura (incendio, scoppio, crollo, fuga o spandimento di prodotto pericoloso, ecc.);

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

7. a dotare il proprio personale dei dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dall'Azienda committente in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti nell'area delle Unità Ospedaliere o derivanti dalla interferenza delle attività lavorative;
8. a vietare al proprio personale l'accesso ad impianti, reparti e luoghi non previsti contrattualmente; a rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita dalle aree di pertinenza della ASL Ba ;
9. ad operare senza alterare/modificare, se non espressamente richiesto dalla committenza, le caratteristiche degli impianti e delle attrezzature presenti nei luoghi di pertinenza della ASL Ba;
10. ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (marchio CE delle attrezzature, ecc.), a rimuoverli dopo il loro utilizzo e a custodirli in maniera adeguata;
11. a mantenere in ordine e ad assicurare la pulizia nelle zone delle sedi in cui opera e che sono interessate dal lavoro dei propri addetti o dei propri macchinari durante e dopo lo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
12. ad utilizzare automezzi che, qualora dovessero essere autorizzati a circolare nell'interno delle pertinenze della ASL Ba, saranno guidati nel pieno rispetto delle norme del codice della strada, oltre che di quelle speciali evidenziate dalla cartellonistica;
13. a segnalare immediatamente anche al RSPP committente, tenendosi a disposizione per eventuali richieste di chiarimento, ogni infortunio occorso al proprio personale;
14. a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso di svolgimento del servizio, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
15. ad assumersi la piena e completa responsabilità civile e/o penale e/o amministrativa sia per i danni alle persone che alle cose in caso di sinistro, disastro, incendio o incidente di qualsiasi genere causato dall'Appaltatore;
16. ad eseguire in condizioni di sicurezza tutte le attività straordinarie che si dovessero

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

rendere necessarie, cooperando con la committenza laddove le attività possano interferire con qualsiasi attività della committenza o con la popolazione ospedaliera;

17. a richiedere alla stazione appaltante autorizzazione scritta al subappalto, come previsto nel contratto, fornendo al Committente le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti tecnico-professionali del subappaltatore (come precedente tabella di paragrafo 1.2.3) , facendosi carico di fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla ditta subappaltatrice e verificando anch'essa il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati all'eliminazione o, ove ciò non fosse possibile, alla riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l'aggiornamento del presente DUVRI.

1.5 Diritto d'interruzione del servizio

In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nei punti precedenti, o di infrazioni alle norme, per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente - ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge dell'Appaltatore – l'Appaltatore riconosce alla Azienda il diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio:

- di non consentire l'ulteriore prosecuzione del servizio;
- di vietare l'accesso alle sedi dell'Azienda Sanitaria Locale a tutti i dipendenti dell'Appaltatore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge, o che non si attengono alle disposizioni dell'Azienda.

1.6 Modalità di aggiornamento/revisione del DUVRI

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d'opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d'appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:

- compilazione di appositi verbali da allegare al DUVRI come integrazione;
- revisione del DUVRI (da adottare in riunione) qualora siano rilevate variazioni sostanziali.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

2. PARAGRAFO II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro**2.1 Premessa**

In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. (b) del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro Committente è tenuto ad informare la ditta appaltatrice o il lavoratore autonomo sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.

Il presente Paragrafo contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio per i lavoratori esterni, nonché l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate dal Committente.

2.2 Descrizione sintetica del sito di intervento e delle condizioni generali di lavoro

Di seguito si riportano le strutture ospedaliere destinatarie dei beni oggetto della procedura di gara e le fasi delle lavorazioni per le quali si reputa necessario valutare i rischi da interferenze

PRESIDI	LOTTI
Ospedale "Di Venere" di Bari	1-3-4
Ospedale "F. Perinei" di Altamura	1-2-4-5
Ospedale "M. Sarcone" di Telizzi	1-2-4
Ospedale "F. Fallacara" di Triggiano	1-5
Ospedale "S. Maria Degli Angeli" di Putignano	1-3-5
PTA "F. Jaja" di Conversano	1-5
PTA Gioia	5
PTA Grumo	5

**FASI DELLE LAVORAZIONI
 FORNITURA e FORMAZIONE**

1. Accesso ai locali destinatari del bene
2. Attività di carico/scarico e consegna del sistema
3. Start-up e collaudo
4. Formazione del Personale

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

MANUTENZIONE

5. Accesso ai locali destinatari del bene
6. Avvio delle attività di manutenzione ordinaria/straordinaria

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO	
Accesso ai Reparti	<ul style="list-style-type: none"> • I locali in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente DUVRI sono confinate con barriere fisiche che non consentono l'accesso ai vicini reparti sanitari.
Attività svolte nella zona di intervento	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna all'interno dei locali in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente DUVRI • Durante gli orari di apertura va considerata la possibile presenza, oltre che del personale ospedaliero, anche di esterni (pazienti, fornitori, cittadini, etc.) nelle immediate vicinanze dei locali in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente DUVRI
Comunicazioni di accesso e controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale della ditta deve essere individuabile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto e all'ingresso del Presidio deve qualificarsi alla vigilanza, se da questa fermata. • Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita insieme ai coordinatori di manutenzione dell'Area Gestione Tecnica. • Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto.
PRONTO SOCCORSO	<ul style="list-style-type: none"> • La ditta appaltatrice deve disporre di quanto previsto dalla normativa e della dotazione prevista dal DM 388/2003 in ragione della classe di appartenenza. • Nelle strutture sanitarie è possibile fruire delle prestazioni sanitarie della struttura di Pronto Soccorso; in caso di necessità è comunque possibile rivolgersi anche al personale sanitario presente nei reparti più vicini.
ALLARME INCENDIO EVACUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di allarme da dispositivo acustico-visivo o per evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale addetto e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri. • Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature, mezzi e materiali che non devono formare intralcio o impedimento lungo le vie di esodo o di passaggio dei mezzi di emergenza.
Apparecchi telefonici utilizzabili	<ul style="list-style-type: none"> • Nei reparti ospedalieri è disponibile un telefono sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali.
Viabilità e sosta	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati e di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione.


DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

	<ul style="list-style-type: none"> • All'interno delle aree di pertinenza della ASL Ba la circolazione con mezzi motorizzati deve avvenire a bassissima velocità onde scongiurare incidenti. • Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi utilizzati per trasporto siano dotati di indicatori acustici di retromarcia. • Le aree di sosta per i mezzi di soccorso devono essere lasciate sgombrare; gli idranti devono essere accessibili e deve essere consentito il loro impiego da parte di operatori. • Per la riduzione del rischio è necessario che i mezzi dell'Appaltatore rispettino i percorsi definiti preventivamente per il raggiungimento dei luoghi dove dovranno svolgersi i lavori.
--	---

2.3 Individuazione dei Rischi nelle aree interessate dall'appalto e delle Misure di Prevenzione e Protezione adottate

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del committente **per diverse tipologie di ambienti**.




Per ciascun rischio sono indicate le relative misure di prevenzione adottate dall'Azienda.

INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI DI INFORTUNIO O DI ESPOSIZIONE	
<p>Agenti chimici e cancerogeni</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Infortuni o esposizione all'uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e farmaci antitumorali. Queste sostanze sono presenti soprattutto in laboratori di analisi, anatomia patologica, oncologia, ematologia, ambulatori, sale operatorie, sale parto, ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti. • Per l'impiego di dette sostanze sono stati predisposti specifici protocolli di manipolazione che riducono la possibilità di esposizione per il personale a livelli del tutto trascurabili.
	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio in generale, dovuto all'inalazione o al contatto con pazienti ed escreti / secreti o liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive. E' un rischio da ritenersi diffuso negli ambienti sanitari. • L'accesso alle zone ad elevato rischio è regolamentato e controllato dai responsabili dell'attività specifica di reparto. • I rifiuti sanitari sono raccolti in appositi contenitori rigidi, resistenti agli urti ed




DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

<p>Agenti biologici</p> 	<p>alle sollecitazioni, a tenuta, con indicata la scritta esterna “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, di apposito colore, collocati nei reparti e depositati temporaneamente in locali dedicati.</p> <ul style="list-style-type: none"> · In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione (della cute, degli occhi, ...) attenersi alle seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> - Recarsi al Pronto Soccorso dell’Azienda e segnalare l’accaduto. - Rispettare le regole interne che si applicano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria definita dal Medico competente dell’Appaltatore che segnalerà l’accaduto al Medico Competente Coordinatore del Servizio di Sorveglianza Medica dell’Azienda.
<p>Radiazioni ionizzanti</p> 	<ul style="list-style-type: none"> · Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere di tipi differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione esterna (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio da contaminazione (sorgenti non sigillate). · L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX, sorgenti rappresentate da radioisotopi in forma sigillata e non) avviene solitamente nelle aree radiologiche tradizionali (Radiologia, Cardiologia Emodinamica), ma possono avvenire anche nei Comparti Operatori. · L’accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica. · È fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle Zone Classificate “a rischio”, identificate da apposita cartellonistica di avvertimento. Ogni informazione in merito potrà essere richiesta al Dirigente Responsabile del Reparto ed all’Esperto di Radioprotezione aziendale.
<p>Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti</p> 	<ul style="list-style-type: none"> · Esposizione legata all’uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso; per Laser vedere nel seguito). Nell’ambiente ospedaliero sono in uso apparecchiature che impiegano le proprietà dei campi elettromagnetici: <ul style="list-style-type: none"> - - Risonanza Magnetica Nucleare RMN (Sezioni di Radiologia). · Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare il rischio è dovuto alla presenza del campo magnetico statico sempre attivo per cui si impone la massima attenzione. L’introduzione di elementi metallici nelle stanze, in cui è presente il magnete, può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto a gravi incidenti qualora all’interno di esse sia presente il paziente. · L’accesso al locale sede di RMN avviene solo su autorizzazione da parte del Servizio RMN; devono essere rispettate le disposizioni impartite; occorre depositare, nell’apposito armadio all’ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) nonché carte di credito, tessere magnetiche, cellulari ecc.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

	<p>Prima di accedere è comunque necessario compilare la apposita Scheda per ottenere l'autorizzazione all'ingresso E PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO DI SICUREZZA presente nel sito RMN per il quale si chiede l'autorizzazione all'accesso.</p>
<p>Radiazioni laser</p> 	<ul style="list-style-type: none"> · Infortunio dovuto alla presenza di apparecchi laser di <i>Classe 3- Rischio moderato</i> o <i>Classe 4- Rischio elevato</i> (pericolosi particolarmente per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione). · I Laser emettono un particolare tipo di luce (VIS, UV o IR), in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso. · Apparecchiature utilizzate in ambulatori chirurgici dedicati a Oculistica e nelle sale operatorie. · Ogni informazione in merito alla sicurezza è fornita dal Dirigente Responsabile del Reparto prima di accedere ai locali dove si impiegano tali laser.
<p>Energia elettrica</p> 	<p>In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche verificati e gestiti da personale interno qualificato.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ogni manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più assoluto. · E' vietato utilizzare energia elettrica senza specifica autorizzazione dell'Area Gestione Tecnica.
<p>INCENDIO</p> 	<p>Incendio· LE STRUTTURE SANITARIE SONO CONSIDERATE LUOGHI A RISCHIO ELEVATO PER LA PRESENZA DI PERSONE AMMALATE CON DIFFICOLTA' O IMPOSSIBILITA' DI MOVIMENTO E CON TEMPI NECESSARIAMENTE LUNGHY IN CASO DI EVACUAZIONE.</p> <ul style="list-style-type: none"> · L'evento incendio è connesso con maggiore probabilità a: <ul style="list-style-type: none"> -deposito ed utilizzo di materiali infiammabili / facilmente combustibili; -utilizzo di fonti di calore; -impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente; -presenza di fumatori; -interventi di manutenzione e di ristrutturazione; -accumulo di rifiuti e scarti combustibili; -locali ove si eroga ossigeno. La distribuzione di questo gas medicale è realizzata in rete di tubazioni; nei locali sanitari il gas è erogato da prese a muro; è possibile la presenza di bombole di ossigeno trasportabili; -locali ove si utilizzano liquidi infiammabili. · La presenza di locali seminterrati o di locali non presidiati incrementa la pericolosità dell'incendio. <p>L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente pericoloso ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione come ad es. pazienti e visitatori che non conoscono a fondo i luoghi e sono limitati nei movimenti e nelle percezioni.</p>

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Movimentazione carichi 	<ul style="list-style-type: none"> · Infortuni connessi alla logistica del movimento delle merci all'interno dell'Ospedale. · Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici.
Viabilità	<ul style="list-style-type: none"> · Infortuni connessi alla viabilità ospedaliera (transito di veicoli aziendali e di altre ditte per i viali dell'Azienda).
Cadute 	<p>Cadute: Infortunio possibile in ogni luogo ospedaliero, particolarmente in presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Il rischio può essere sensibilmente ridotto dall'uso di transenne, catene e cartelli mobili, che delimitano le aree interessate.
Cadute dall'Alto 	<p>Cadute dall'alto: Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse. · Le coperture degli edifici ospedalieri sono differenziate per condizioni e impiantistica presente: ogni accesso sarà preventivamente autorizzato dall'Area Gestione Tecnica.

3. PARAGRAFO III: VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

3.1 Introduzione

In questo paragrafo, così come previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, sono individuati i possibili rischi di interferenze, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Enti diversi nello stesso luogo di lavoro del committente, derivanti da attività particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

I rischi specifici dell'ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nel paragrafo II.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Nel presente documento non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.

3.2 Descrizione delle attività oggetto dell'appalto e Individuazione delle aree interessate

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, ha per oggetto:

“Procedura negoziata per la fornitura, in regime di service quinquennale, comprensiva di manutenzione full risk e dei materiali consumabili per un periodo pari a cinque anni, da affidare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 c. 4 del d.lgs. 50/2016), di N. 3 lotti di facovitrectomi e N. 2 lotti di facoemulsificatori, in favore della ASL di Bari.”

La fornitura interesserà i seguenti Presidi appartenenti al territorio della ASL Ba:

PRESIDI	LOTTI
Ospedale "Di Venere" di Bari	1-3-4
Ospedale "F. Perinei" di Altamura	1-2-4-5
Ospedale "M. Sarcone" di Telizzi	1-2-4
Ospedale "F. Fallacara" di Triggiano	1-5
Ospedale "S. Maria Degli Angeli" di Putignano	1-3-5
PTA "F. Jaja" di Conversano	1-5
PTA Gioia	5
PTA Grumo	5

Di seguito si riportano le fasi di interesse per il DUVRI:

FORNITURA E START-UP

- Arrivo presso l'area di parcheggio esterna del P.O. o del PTA e parcheggio automezzo
- Accesso ai locali della UOC interessata alla consegna del bene
- Introduzione in reparto del sistema e del materiale di consumo
- Start-up e collaudo

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

MANUTENZIONE

- Arrivo presso l'area di parcheggio esterna del P.O. o del PTA e parcheggio automezzo
- Accesso ai locali della UOC in cui è installato il sistema oggetto della fornitura
- Avvio delle attività di manutenzione

FORMAZIONE DEL PERSONALE ASL BA

- Arrivo presso l'area di parcheggio esterna del P.O. o del PTA e parcheggio automezzo
- Accesso ai locali della UOC in cui è installato il sistema oggetto della fornitura
- Avvio delle attività formative

3.3 Metodologia e Criteri di Valutazione del Rischio

In termini generali il **rischio (R)** associato ad un evento pericoloso può essere definito dalla combinazione di **probabilità (P)** che si verifichi il danno e di **gravità (D)** o ampiezza del danno possibile derivante dall'accadimento dell'evento.

Il rischio può quindi essere rappresentato come un concetto probabilistico, rappresentabile con la formula generale:

$$R = P \times D$$

Esistono diversi criteri adottati che fondamentalmente basano la predisposizione delle scale qualitative di valutazione sull'entità delle variabili in gioco (possibilità di accadimento e conseguenze ipotizzate per ciascun binomio "fonte di pericolo/soggetti a rischio").

La **scala delle probabilità P** fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato (es. frequenza e durata dell'esposizione da parte dell'operatore) e/o all'esistenza di dati statistici noti al riguardo (es. dati di letteratura e modelli; dati statistici aziendali o di comparto) e/o al giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa (che a volte costituisce l'unica fonte di valutazione disponibile).

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

SCALA DELLE PROBABILITÀ (P)

Valore	Livello	criterio
4	Molto Probabile	<ul style="list-style-type: none"> - esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori - si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili - il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> - la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto - è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa
2	Poco Probabile	<ul style="list-style-type: none"> - la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi - sono noti rarissimi episodi già verificatisi - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una grande sorpresa
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> - la mancanza rilevata può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi indipendenti e poco probabili - non sono noti episodi già verificatisi - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità

SCALA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO (D)

Valore	Livello	criterio
4	GRAVISSIMO	<ul style="list-style-type: none"> - infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale - esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> - infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale - esposizione cronica con effetti reversibili e/o parzialmente invalidanti
2	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile - esposizione cronica con effetti reversibili
1	LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> - infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile - esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

		DANNO					
		1	2	3	4		
P R O B A B I L I T A'	1	1	2	3	4	da 9 a 16	Rischio elevato
	2	2	4	6	8	da 6 a 8	Rischio alto
	3	3	6	9	12	4	Rischio medio
	4	4	8	12	16	da 1 a 3	Rischio basso

3.4 Individuazione delle misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze

I rischi derivanti dalle interferenze sono individuabili essenzialmente nelle seguenti attività:

Durante l'accesso all' area esterna del Presidio:

1. Attività con mezzi di trasporto o con macchine che potrebbero comportare incidenti tra personale della ditta appaltatrice e pazienti, popolazione ospedaliera, dispositivi o mezzi di trasporto dell'Azienda o di altre ditte in questa operanti;
2. Attività di carico/scarico e movimentazione carichi che potrebbero comportare schiacciamento di arti o corpo intero


Durante l'accesso al Reparto di interesse

- Rischio Biologico
- Rischio Chimico (esposizione accidentale a sostanze tossiche)
- Intrappolamento in ascensore
- Rischio da sorgenti LASER

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

	DESCRIZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	STIMA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
ACCESSO ALL'AREA DI CARICO	Possibilità di interferenza con altri veicoli ed altri mezzi condotti dai dipendenti dell'Azienda, di altre Ditte in appalto e degli utenti, con traffico pedonale	(3x1) BASSO	L'accesso e la circolazione dei mezzi nelle aree esterne deve avvenire rispettando la segnaletica presente e conformemente alle regole generali del codice della strada. All'interno delle aree di pertinenza della struttura tutti i mezzi devono comunque procedere con velocità "a passo d'uomo" . Il parcheggio delle auto è consentito solo negli appositi spazi
CARICO/SCARICO e MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MERCI	Lo scarico delle merci e dei materiali avviene di regola nei magazzini in gestione alla Ditta. Occasionalmente materiali ed attrezzature possono essere scaricati nelle vicinanze dei locali destinati al servizio;	(3x1) BASSO	Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro, deve avvenire negli orari ed in prossimità dagli ingressi concordati con il referente dell'appalto. Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è necessario per evitare interferenze che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento nonché senza ostacolare la viabilità dei mezzi sanitari e/o privati. Durante la sosta è necessario l'impiego di idonea segnaletica e dispositivo che delimitino l'area di sicurezza intorno al mezzo (coni bianco-rossi di segnalazione)
COMUNICAZIONI DI ACCESSO E CONTROLLO	1) Accesso alle strutture senza preavviso : rischi di esposizione a rischi specifici in particolare nelle strutture in cui si svolge attività sanitaria di assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica strumentale e di laboratorio ed attività tecnica . Esposizione a rischi specifici dell'attività in appalto di operatori, utenti, visitatori della ASL BA. 2) E' previsto l'accesso del personale dell' Azienda ai locali assegnati alla Ditta per motivi di servizio .	(3x1) BASSO	Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto . E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dall'appalto e trattarsi nei locali dell' ASL BA fuori degli orari di lavoro. 2) E' obbligo dei referenti della Ditta in appalto la comunicazione di eventuali rischi specifici durante l'accesso del personale dell'ASL BA


DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

RISCHIO STRUTTURALE	Non è previsto utilizzo/deposito di attrezzature e/o di materiali con sovraccarico dei solai		NON PRESENTI RISCHI INTEFERENTI NOTA: In nessun caso si devono disporre in Azienda carichi superiori ai 200 kg/m2 prima di avere avuto autorizzazione specifica da parte del AGT
RISCHIO ELETTRICO 	<p>Uso improprio degli impianti elettrici, sovraccarichi e possibilità di corto circuiti ,elettrocuzioni , incendio e black out.</p> <p>Accesso non autorizzato a locali / armadi contenenti quadri elettrici e cabine media tensione / trasformazione con possibilità di elettrocuzione .</p>	(2x1) BASSO	<p>Non è previsto l'uso di apparecchi sotto tensione. In ogni caso, nell'eventualità di utilizzo le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. Il personale della Ditta deve essere formato e addestrato all'impiego in sicurezza delle apparecchiature e degli impianti elettrici E' vietato l'accesso non autorizzato ai locali / armadi contenenti quadri elettrici e l' utilizzo improprio di impianti e apparecchiature attive.</p>
RISCHIO DI INCIDENTI E/O INVESTIMENTI DI PERSONE E MEZZI	<p>La movimentazione avviene sia con percorsi esterni che interni attraverso corridoi e passaggi. I percorsi possono essere promiscui, utilizzati anche da operatori sanitari, pazienti, visitatori ed operatori di altre Ditte : rischio di impatto con altre persone o mezzi .</p> <p>Rischio dovuto all' utilizzo dei mezzi (carrelli, transpallet, carrozzine , barelle,ecc) per il trasporto di materiali merci attrezzature pazienti</p>	(1x3) BASSO	<p>I percorsi interni verso le strutture per tutte le attività vengono concordate con il referente dell'appalto e sono stati individuati privilegiando quelli a minor densità di presenze. Il trasporto dei carrelli lungo le rampe deve essere effettuato con la massima attenzione e con il rispetto di bassissima velocità di movimento (passo d'uomo).</p> <p>Il trasporto di materiali ingombranti e/o pesanti e dei pazienti lungo le rampe deve avvenire con due operatori.</p>
RISCHIO DI CADUTA	Rischio di caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi a causa di sversamento accidentale di liquidi O di materiali/attrezzature abbandonati sui percorsi da altre Ditte nei locali dell'Azienda	(1x3) BASSO	<p>1) Attenzione e rispetto della segnaletica mobile di presenza di rischio .</p> <p>2) Tenere disponibile ed apporre idonea segnaletica mobile;</p>
INTRAPPOLMENTO	Può essere previsto l'impiego di ascensori per raggiungere i piani inferiori del plesso	(2x1) BASSO	Gli impianti elevatori aziendali sono oggetto di manutenzioni e revisioni periodiche. In caso di intrappolamento chiamare il servizio di prevenzione 0805015717 (ore diurne) o il 115 dopo le ore 14:00


DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

RUMORE/ VIBRAZIONI	Rischio di raggiungimento di livelli di rumore elevati nel locale sede di attività e nelle strutture adiacenti durante alcune lavorazioni ed interferenza con le attività assistenziali		NON PRESENTI RISCHI INTERFERENTI
RISCHIO INCENDIO ALLARME INCENDIO GESTIONE EMERGENZA	<p>1) Rischio di innesco e propagazione di incendio ; ostruzione delle vie di esodo Evento connesso con maggiore probabilità a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; - utilizzo di fonti di calore; - impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente; - violazione del divieto di fumo ; - accumulo di rifiuti e scarti combustibili. <p>· Luoghi più pericolosi per il principio d'incendio i locali seminterrati, i locali non presidiati</p> <p>2) Difficoltà nella gestione dell'emergenza e nell'esodo</p>	(3x3) ELEVATO	<p>Le strutture sanitarie sono classificate come strutture a rischio elevato di incendio. Al loro interno è vietato fumare e usare fiamme libere. E' necessario evitare l'accumulo di materiali combustibili . Non utilizzare mai fiamme libere senza prima avere chiesto l'autorizzazione all'AGT, tramite il tecnico di riferimento per i lavori in appalto. Ad operazioni ultimate, le zone interessate devono essere lasciate sgombre e libere da materiali di risulta combustibili . Durante l'attività bisogna prestare particolare attenzione a non causare l'ostruzione delle vie di esodo o il bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco. Sono vietate inoltre la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dall'ASL BA (estintori, segnaletica, armadi antincendio ecc.).</p>
GESTIONE DEI RIFIUTI	Rischio di abbandono di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi nelle aree di pertinenza delle strutture sanitarie	(1x3) BASSO	I rifiuti prodotti dall'attività in appalto vengono raccolti direttamente a cura dell'appaltatore
INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI			
USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO	Non è previsto nè autorizzato l'utilizzo promiscuo delle attrezzature		NON PRESENTI RISCHI INTERFERENTI
AGENTI BIOLOGICI	Esposizione accidentale legato al contatto con pazienti o operatori sanitari con patologia infettiva contagiosa e parti o liquidi organici	(2x2) MEDIO	<p>Applicare i principi di buona prassi igienica , in particolare la corretta igiene delle mani. Per tutti gli operatori non addetti specificatamente a questa mansione è richiesto di evitare la manipolazione dei</p>

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

	<p>provenienti da persone affette da patologie infettive.</p> <p><u>E' un rischio ubiquitario;</u></p>		<p>contenitori dei rifiuti sanitari.</p> <p>Informazione e formazione specifica sul rischio biologico. Nel periodo di diffusione del Sars-Cov-2 seguire le disposizioni di sicurezza del P.O. ed indossare correttamente idonei DPI (FFP2, Guanti)</p>
<p>AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI</p>	<p>1) Non è previsto l'uso di sostanze chimiche da parte della Ditta in appalto; la esposizione del personale, degli utenti e dei visitatori è da considerare accidentale .</p> <p>2) Presso le Farmacie Territoriali Esposizione accidentale a disinfettanti, decontaminanti, reagenti di laboratorio.</p>	<p>(1x2) BASSO</p>	<p>1) Sono disponibili le scheda di sicurezza. In caso di sversamento di sostanze, rottura accidentale di contenitori, avvertire immediatamente il coordinatore di reparto / area e provvedere alla raccolta / contenimento secondo le Istruzioni della scheda di sicurezza.</p> <p>2) Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area le modalità e gli orari di accesso per effettuare l'attività , in modo che sia possibile programmarla quando sia ridotta l'attività assistenziale e di supporto; non manipolare contenitori di sostanze chimiche senza autorizzazione;</p>
<p>RADIAZIONI NON IONIZZANTI (LASER)</p> 	<p>Esposizioni accidentali dovute all'impiego di apparecchi LASER nelle sale attigue</p>	<p>(2x2) MEDIO</p>	<p>Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area le modalità e gli orari di accesso per effettuare l'attività , in modo che sia possibile programmarla quando sia ridotta l'attività assistenziale e di supporto;</p> <p>In caso di necessità utilizzare gli appositi dispositivi di protezione oculare</p>

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

RADIAZIONI IONIZZANTI	<p>E' improbabile, sebbene possibile, l'impiego di macchine radiogene nei locali vicini a quelli oggetto delle attività</p> <p>L'accesso alla Zona Controllata è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.</p>	(1x3) BASSO	<p>Rispetto della segnaletica e divieto di accesso a zone con segnale luminoso indicante il funzionamento.</p> <p>Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area le modalità e gli orari di accesso prima di ogni intervento per effettuarli in assenza rischio.</p>
ESPLOSIONE 	<p>1) Incidente dovuto a gas combustibile (metano in centrale termica e nel laboratorio di Microbiologia e Virologia e Genetica), esalazioni da batterie non sigillate di carrelli elevatori nei vari locali dell'Azienda.</p> <p>2) Introduzione all'interno della ASL BA e stoccaggio di sostanze infiammabili da parte della Ditta in appalto .</p> <p>3) impiego di bombole di gas medicinali sottopressione (NO)</p>	(1x3) BASSO	<p>1) La distribuzione dei gas è realizzata in rete di tubazioni.</p> <p>I caricatterie dei carrelli elevatori sono alloggiati in ambienti idonei .</p> <p>2) E' fatto divieto alle Ditte l'utilizzo e lo stoccaggio di sostanze infiammabili e l'installazione di caricatterie senza autorizzazione dell' AGT .</p> <p>Seguire la procedura aziendale per la gestione in sicurezza dei gas compressi</p>
STRESS LAVORO CORRELATO, MOBBING	<p>Rischio di disagio e situazioni di conflitto per la presenza di operatori con mansioni e/o genere e/o origine e/o culture diverse</p>	(1x3) BASSO	<p>L' ASL BA si oppone a qualsiasi forma di discriminazione, separazione ed emarginazione di persone, garantendo apporto e favorendo la soluzione di problematiche nate da difficoltà di relazione e comunicazione, e di conseguente disagio psicologico, fra il proprio personale ed il personale addetto all'appalto. Il Responsabile incaricato della Ditta è tenuto alla comunicazione e segnalazione di tali eventi al RSPP aziendale</p>
NOTE	<p>- Dovranno essere comunicati dalla Ditta appaltatrice al SPPA della ASL tutti gli infortuni subiti dal proprio personale durante lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto</p> <p>- Riunioni di coordinamento verranno effettuate a seguito di variazioni (strutturali, di dotazioni tecnologiche, organizzative, ecc) significative per la sicurezza, che intervengano a carico sia della struttura appaltante che dell'appaltatore.</p>		

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

3.5 Oneri della Sicurezza

Tenuto conto che le fasi lavorative sono identiche per ogni singolo lotto, che l'abbattimento dei rischi interferenti si raggiunge con il rispetto delle regole di viabilità, della segnaletica stradale e con comportamenti idonei a fronteggiare situazioni emergenziali (incendio, terremoto, ecc) e che gli eventuali DPI necessari (mascherine FFP2 e guanti) sono diffusamente impiegati per via della attuale diffusione del Sars-CoV2, ed in ogni caso potranno essere anche forniti dalla committenza al momento dell'accesso ai locali destinati alla attività, gli oneri relativi all'abbattimento dei rischi derivanti dalle attività interferenti sono determinati essenzialmente dai costi derivati da riunioni di coordinamento ed impiego dei coni catarifrangenti da utilizzare durante la sosta e le attività di movimentazione merci nelle aree esterne dei presidi.

Si ritiene dunque di quantificare tali costi in 560,00 euro/anno per ogni singolo LOTTO, secondo il seguente schema:

	Quantità	Quantità totali/anno	Costo unitario (euro)	Costo totale (euro)
Riunioni coordinamento con RSPP e/o DEC	1	1	500,00	500,00
Coni in gomma rifrangenti (bianco-rossi) da usare durante gli stazionamenti	5 coni	5	12,00	60,00

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

3.6 Validità e Revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto d'appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto principale o dell'atto aggiuntivo al contratto principale. Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto o in caso di condizioni emergenti, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

BARI,

Il Direttore Generale

Dr. Antonio SANGUEDOLCE (Committente) _____

Il Responsabile SPP

Dr. Fulvio Italo Maria FUCILLI(Committente) _____

Il Responsabile Ditta Appaltatrice _____


Il Responsabile SPP (Appaltatore) _____

FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

GU UE S Numero:

Data

Pagina

Numero dell'avviso nella GU S:

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

Identità del committente

*Denominazione

ASL BA

*Paese

Italia

*Codice Fiscale

06534340721

Informazioni sulla procedura di appalto

*Titolo

Gara multilotto Facovitrectomi e Facoemulsificatori

*Breve descrizione dell'appalto

Procedura aperta telematica, multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di durata quinquennale, di facovitrectomi e facoemulsificatori e relativo materiale di consumo dedicato, per le UU.OO Oculistica della Asl Bari

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

CIG

CUP (ove previsto)

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi

*Nome/denominazione:

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

Indirizzo postale:

*Via e numero civico

*Città

*Paese

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1

*Persona di contatto:

*Telefono:

*PEC o e-mail:

*L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media? *si* *no*

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? *si* *no*

*L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri? *si* *no*

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Elenco Lotti

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

Legali rappresentanti #1

*Nome:

*Cognome:

Via e numero civico:

E-mail:

Codice postale:

Telefono:

Città:

Posizione/Titolo ad agire:

Paese:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

si

no

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

si

no

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

- Partecipazione a un'organizzazione criminale;
- Corruzione;
- Frode;
- Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
- Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
- Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

*I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

si

no

applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

si *no*

La documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o tasse è disponibile elettronicamente?

si *no*

Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

si *no*

La documentazione pertinente relativa al pagamento di contributi previdenziali è disponibile elettronicamente?

si *no*

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

si *no*

*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale?

si *no*

*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto sociale?

si *no*

*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro?

si *no*

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice :

*b) liquidazione coatta *si* *no*

*c) concordato preventivo *si* *no*

*d) è ammesso a concordato con continuità aziendale *si* *no*

*L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? *si* *no*

*L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? *si* *no*

*L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice)? *si* *no*

*L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, *si* *no*

*b) non avere occultato tali informazioni? *si* *no*

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

*Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? *si* *no*

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

*1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); *si* *no*

*2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il *si* *no*

periodo durante il quale perdura l'Affidamento
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

*3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

sì no

*4. l'operatore economico è tenuto alla disciplina legge 68/1999?

sì no

*5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?

sì no

*6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m).

sì no

*7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?

sì no

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

*È iscritto in un registro commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento.

sì no

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato. Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):

Descrizione	Importo	Data	Destinatari
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? *si* *no*

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?

si *no*

10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità *si* *no*

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? *si* *no*

12) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? *si* *no*

PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000. Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Data e Luogo

*Data

*Luogo

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	2023	610.000,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Patrimonio
-----------------------------------	--------------------------

PROPOSTA N.RO 20230001600 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001307 DEL 27/06/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Quacquarelli Saverio	 Firmato digitalmente il 27/06/2023 15:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 27/06/2023 15:28