

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001684	22/08/2023

OGGETTO: AGP - POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12a. Procedura aperta multilotto per la fornitura e per l'allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. CUP D47H19003860006 - N. GARA 9253062. Indizione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230002024 DEL 21/08/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 19 (diciannove) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 171 (centosettantauno) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 32 (trentadue) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 22/08/2023 14:16 Luigi FRUSCIO	Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 22/08/2023 16:12 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 22/08/2023 16:03 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/08/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 22/08/2023 16:12

Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Il Direttore Generale

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria formulata dalla competente UOS acquisizione Attrezzature e Beni mobili e della proposta del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio che attesta la regolarità e la legittimità del relativo procedimento, considera e determina quanto segue:

Premesso

- che, con determinazione dirigenziale n.142 del 06/10/2022, Il Dipartimento regionale Promozione della Salute e benessere Animale ha ammesso a finanziamento l'intervento proposto dall'Asl di Bari denominato "Ampliamento e realizzazione dell'Officina dei servizi trasfusionali ed uffici in via Aldo Moro a Triggiano", per un importo complessivo di € 2.500.000,00 a valere sulla misura POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12a, la cui realizzazione è posta a carico della competente Area Gestione Tecnica;
- che detto intervento prevede, tra l'altro, uno stanziamento di € 256.660,74 oltre iva 22% destinato all'allestimento dell'Officina di che trattasi;
- che, con nota prot.119 del 24/01/2023, la Regione Puglia ha precisato che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese finanziate con fondi FESR dovranno essere liquidate e rendicontate entro il 31/12/2023;
- che al fine di adeguare gli obiettivi perseguiti con il citato intervento alle più attuali esigenze del Centro di Lavorazione e Qualificazione Biologica degli emocomponenti dell'Area Vasta di Bari, con la nota prot. 98448/2023 del 26/07/2023, questa Direzione, su richiesta del Direttore dell'Area Gestione Tecnica, ha proposto alla Regione Puglia la rimodulazione *in itinere* del progetto originario prevedendo l'incremento del numero di attrezzature sanitarie (area catena del freddo) da acquistare con il finanziamento;
- che la Regione Puglia ha assentito la rimodulazione con successiva nota prot. gen. n.99532. in data 28/07/2023;
- che l'Area Gestione del Patrimonio, ha acquisito il capitolato tecnico relativo alla fornitura in oggetto giusta nota prot. 51601 del 23/06/2023 e successiva modifica prot. n. 60709 del 28.07.2023 dalla UOC Ingegneria Clinica dell'Asl di Bari;
- che sulla base del ridetto capitolato, risulta che la fornitura in parola, per un costo presunto di € 290.000,00, è suddivisa nei seguenti lotti:

ELENCO LOTTI	Descrizione	Quantità	Prezzo singolo elemento	Valore lotto iva esclusa
Lotto 1	Congelatore per l'abbattimento rapido di sacche di plasma	2	35.000,00	70.000,00
Lotto 2	Frigoemoteca +4°	6	7.500,00	45.000,00
Lotto 3	Congelatore -40°	2	12.500,00	25.000,00
Lotto 4	Armadio prefabbricato – 30°	1	50.000,00	50.000,00
Lotto 5	Congelatore - 30°	2	10.000,00	20.000,00

Lotto 6	Incubatori integrati con agitatori piastrinici	3	11.666,67	35.000,00
Lotto 7	Frigoriferi + 4°	8	5.625,00	45.000,00
A Totale base d'asta Iva esclusa			€ 290.000,00	
B Costi della sicurezza complessivi (7 lotti)			€ 3.920,00	
A + B Importo complessivo Iva esclusa			€ 293.920,00	

Considerato

- che il finanziamento a valere sulla misura finanziata dal FESR a disposizione di questa Azienda sanitaria per l'acquisto di apparecchiature sanitarie, da destinare alla "realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in viale Aldo Moro a Triggiano", ammonta a complessivi € 256.660,74 oltre iva 22%;
- che, pertanto, la quota parte eccedente, pari ad € 33.339,26 oltre iva, sarà coperta con risorse del bilancio aziendale, giusta autorizzazione del Direttore Amministrativo apposta in calce alla nota prot. 51601 del 23.06.2023 di trasmissione della prima stesura del capitolato tecnico elaborato dalla UOC Ingegneria Clinica, aggiornato da quest'ultima in data 28.07.2023;
- che è intendimento di questa Direzione dare completa attuazione, entro i termini di scadenza della misura, all'intervento denominato "Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in viale Aldo Moro a Triggiano", mediante l'acquisto delle sopra descritte apparecchiature sanitarie, individuate dal competente Servizio Trasfusionale;

Dato atto

- Che il valore complessivo presunto della fornitura è stato stimato in **€ 293.920,00** Iva esclusa;
- Che trattasi di procedura di gara di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023;
- Che in considerazione degli stringenti termini entro i quali dovrà essere conclusa l'esecuzione dell'appalto (31/12/2023), giustificati dall'improrogabilità del termine ultimo di scadenza del POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12a, come attestato dalla Regione Puglia con la citata nota prot. 119 del 24/01/2023, il termine di pubblicazione della presente procedura è stabilito in giorni VENTI, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D.lgs. 36/2023

Ritenuto:

- di indire la procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale Empulia, per l'affidamento della fornitura di apparecchiature sanitarie finalizzate alla realizzazione dell'Officina dei servizi trasfusionali in Triggiano, nelle quantità previste dal disciplinare di gara allegato alla presente deliberazione;
- di prevedere la suddivisione della fornitura in oggetto in sette lotti unici e indivisibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 1 D.lgs. 36/2023;
- di prevedere, altresì, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 108 comma 2 D.lgs. 36/2023;

Vista:

- la nota di assenso alla rimodulazione del progetto, inviata dalla Regione Puglia ed acquisita al prot. gen. n. 99532 del 28/07/2023;

Vista, altresì, la documentazione di gara allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, la quale, avendo recepito gli esiti dell'attività istruttoria descritta in premessa, costituisce progettazione ai sensi dell'art. 41 comma 12 D.lgs. 36/2023:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara e relativi documenti allegati:

All. A	Capitolato Tecnico e relativi allegati A1, A2, A3, A4 e A5
All. B	Istanza di partecipazione
All. C	Dgue
All. D	Scheda riepilogo prodotti senza indicazione del prezzo
All. E	Scheda offerta economica
All. F	Patto di Integrità
All. G	Informativa GDPR Gare d'Appalto
All. H	Dichiarazione di conformità al GDPR
All. I	Dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di documenti formati da terzi
All. J	Schema di contratto/capitolato d'oneri
All. K	Duvri
All. L	Attestazione di sopralluogo

Verificato

- che, allo stato, sia la Centrale di committenza regionale che Consip SpA non hanno attivato alcuna convenzione per la fornitura oggetto della presente procedura di gara;
- che la fornitura di che trattasi non rientra nell'elenco delle categorie merceologiche per le quali è prevista l'attivazione di gare di appalto centralizzate da parte del Soggetto Aggregatore regionale (DGR n. 2256/2015 del 17.12.2015 e DPCM 11/07/2018);

Individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il dott. Nicola Sardaro, Dirigente Responsabile della UOS acquisizione attrezzature e beni mobili, quale responsabile unico del progetto, dando atto che, per la fase di esecuzione del contratto, quest'ultimo sarà affiancato dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi degli artt. 115 e 116 del D. lgs 36/2023, o suo delegato;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

Di approvare gli atti di gara allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale di seguito elencati:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara e relativi documenti allegati:

All. A	Capitolato Tecnico (Allegati A1, A2, A3, A4 e A5)
All. B	Istanza di partecipazione
All. C	Dgue
All. D	Scheda riepilogo prodotti senza indicazione del prezzo
All. E	Scheda offerta economica
All. F	Patto di Integrità
All. G	Informativa GDPR Gare d'Appalto
All. H	Dichiarazione di conformità al GDPR
All. I	Dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di documenti formati da terzi
All. J	Schema di contratto/capitolato d'oneri

All. K Duvri
All. L Attestazione di sopralluogo

Di indire la procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale Empulia, per l'affidamento della fornitura di apparecchiature sanitarie destinate all'allestimento dell'Officina dei servizi Trasfusionali in Viale Aldo Moro a Triggiano, stimando l'importo a base d'asta, comprensiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in € 293.920,00 Iva esclusa

Di dare atto:

che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 D.lgs. 36/2023

che la spesa complessiva riveniente dalla procedura di gara è finanziata per € 256.660,74 con fondi FESR, nell'ambito della misura POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12a, intervento A0912.197, con scadenza 31.12.2023 e per € 33.339,26 con risorse del bilancio aziendale

che i termini di pubblicazione sono stabiliti in giorni **VENTI**, ai sensi dell'art.71 comma 3 del D.lgs. 36/2023

che la spesa per la pubblicazione del bando sulla GURI e sui quotidiani (D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016), stimabile, in via presuntiva, in € 4.000,00 più IVA, verrà imputata sul conto economico 71210000165 "spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gara" del bilancio corrente, fermo restando il rimborso da parte dell'aggiudicatario/degli aggiudicatari

che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è stato individuato quale RUP il dott. Nicola Sardaro, Dirigente Responsabile della UOS acquisizione attrezzature e beni mobili

Di demandare al direttore dell'Area Gestione Patrimonio la rettifica di eventuali errori materiali presenti negli atti di gara, mediante adozione di apposita determinazione dirigenziale, ai sensi dell'allegato a) alla deliberazione del Direttore generale n. 1064 del 18/06/2019

Di disporre, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 36/2023, la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta dell'Unione europea, sulla G.U.R.I. e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a maggior diffusione locale, nonché sulla piattaforma telematica Empulia

Di disporre, ai sensi dell'art.27 D.lgs. 36/2023, la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati nel profilo del committente www.sanita.puglia.it nella sezione Bandi di Gara e per le informazioni di competenza nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Info e formulari on-line: <http://simap.ted.europa.eu>

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Bando di gara

Direttiva 2014/24/UE

I.1) Denominazione e indirizzi ¹ (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)

Denominazione ufficiale: ASL BA			Numero di identificazione nazionale: ²
Indirizzo postale: LUNGOMARE STARITA, 6			
Città: BARI	Codice NUTS: ITF47	Codice postale: 70126	Paese: ITALIA
Persona di contatto: Dott. Nicola Sardaro; Dott. Luigi Grosso AREA GESTIONE PATRIMONIO			Tel.: 0805842335
E-mail: nicola.sardaro@asl.bari.it ; luigi.grosso@asl.bari.it patrimonio.asl.bari@legalmail.it			Fax: 080/584.24.97
Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) www.sanita.puglia.it Indirizzo del profilo di committente: (URL)			

I.2) Appalto congiunto

☐ Il contratto prevede un appalto congiunto Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: ☐ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione (BARRARE UNA DELLE DUE RISPOSTE)

☒ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.empulia.it ☐ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) Ulteriori informazioni sono disponibili presso (BARRARE UNA DELLE DUE RISPOSTE)			
☒ L'indirizzo sopraindicato ☐ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)			
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate (BARRARE UNA DELLE TRE RISPOSTE)			
☐ in versione elettronica: (URL) _____ ☒ all'indirizzo sopraindicato ☐ al seguente indirizzo: (se si barra questa opzione compilare il riquadro successivo)			
Denominazione ufficiale:			Numero di identificazione nazionale: ²
Indirizzo postale:			
Città:	Codice NUTS	Codice postale:	Paese:
Persona di contatto:			Tel.:
E-mail:			Fax:
Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) Indirizzo del profilo di committente: (URL)			

☐ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

☐ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale ☐ Agenzia/ufficio nazionale o federale ☐ Autorità regionale o locale	☐ Agenzia/ufficio regionale o locale ☐ Organismo di diritto pubblico ☐ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale ☒ Altro tipo:
--	--

I.5) Principali settori di attività

☐ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche ☐ Difesa ☐ Ordine pubblico e sicurezza ☐ Ambiente ☐ Affari economici e finanziari ☒ Salute

Sezione II: Oggetto,

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO	Numero di riferimento: ² 7 Lotti
II.1.2) Codice CPV principale: Codice CPV principale: 39711100-0 CPV supplementare:	
II.1.3) Tipo di appalto ☐ Lavori ☒ Forniture ☐ Servizi	
II.1.4) Breve descrizione: FORNITURA IN ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO (BA)	
II.1.5) Valore totale stimato ² Valore, IVA esclusa: € 293.920,00 Valuta: EURO (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)	
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti ☒ sì ☐ no Le offerte vanno presentate ☒ per tutti i lotti ☐ numero massimo di lotti ☐ un solo lotto ☐ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [] ☐ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:	

Descrizione

II.2.1) Denominazione: Congelatori per l'abbattimento rapido sacche di plasma - Quantità 2 pezzi CIG: 9992705109	Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 39711100-0 CPV supplementare:	
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: PTA Fallacara di Triggiano (BA)	
II.2.4) Descrizione dell'appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO	
II.2.5) Criteri di aggiudicazione ☐ I criteri indicati di seguito ☒ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: ^{1, 2, 20} 70/30 ☐ Costo – Nome: / Ponderazione: ^{1, 20} ☐ Prezzo – Ponderazione: ²¹ ☒ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.2.6) Valore stimato € 70.560,00 Valore, IVA esclusa: Valuta: EURO	
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: oppure Durata in giorni: 1 [] oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ☐ sì ☒ no Descrizione dei rinnovi	
II.2.8) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte) Numero previsto di candidati: [] oppure Numero minimo previsto: [] / Numero massimo: ² [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:	
II.2.9) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti ☐ sì ☒ no	
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni Opzioni ☐ sì ☒ no _____	

II.2.11) Informazioni relative ai cataloghi elettronici ☐ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ☒ sì ☐ no Numero o riferimento del progetto: POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB AZIONE 9.12a
II.2.13) Informazioni complementari: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali dal sito Internet: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it – ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Deliberazione del D.G. ASL Bari n° del Richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia, www.empulia.it. Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti gli avvisi inerenti la procedura saranno pubblicati sul citato portale. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all'aggiudicazione o di non aggiudicare. CIG: 9992705109

Descrizione

II.2.1) Denominazione: Frigoemoteca +4°C – Quantità 6 pezzi CIG: 9992733822	Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale 39711100-0 CPV supplementare:	
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 - Luogo principale di esecuzione: PTA Fallacara di Triggiano (BA)	
II.2.4) Descrizione dell'appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO	
II.2.5) Criteri di aggiudicazione ☐ I criteri indicati di seguito ☒ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: ^{1, 2, 20} 70/30 ☐ Costo – Nome: / Ponderazione: ^{1, 20} ☐ Prezzo – Ponderazione: ²¹ ☒ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.2.6) Valore stimato € 45.560,00 Valore, IVA esclusa: Valuta: EURO	
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: <i>oppure</i> Durata in giorni: 1 [] <i>oppure</i> Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ☐ sì ☒ no Descrizione dei rinnovi	
II.2.8) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (<i>ad eccezione delle procedure aperte</i>) Numero previsto di candidati: [] <i>oppure</i> Numero minimo previsto: [] / Numero massimo: ² [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:	
II.2.9) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti ☐ sì ☒ no	
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni Opzioni ☐ sì ☒ no _____	
II.2.11) Informazioni relative ai cataloghi elettronici ☐ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico	
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ☒ sì ☐ no Numero o riferimento del progetto: POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB AZIONE 9.12a	
II.2.13) Informazioni complementari: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali dal sito Internet: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it – ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Deliberazione del D.G. ASL Bari n° del Richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia, www.empulia.it. Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti gli avvisi inerenti la procedura saranno pubblicati sul citato portale. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all'aggiudicazione o di non aggiudicare. CIG: 9992733822	

Descrizione	
II.2.1) Denominazione: Armadio prefabbricato a -30°C – Quantità 2 pezzi CIG:999417916B	Lotto n. 3
II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 39711100-0 CPV supplementare:	
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 - Luogo principale di esecuzione: PTA Fallacara di Triggiano (BA)	
II.2.4) Descrizione dell'appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO	
II.2.5) Criteri di aggiudicazione ☐ I criteri indicati di seguito ☒ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: ^{1, 2, 20} 70/30 ☐ Costo – Nome: / Ponderazione: ^{1, 20} ☐ Prezzo – Ponderazione: ²¹ ☒ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.2.6) Valore stimato € 25.560,00 Valore, IVA esclusa: Valuta: EURO	
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: oppure Durata in giorni: 1 [] oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ☐ sì ☒ no Descrizione dei rinnovi	
II.2.8) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte) Numero previsto di candidati: [] oppure Numero minimo previsto: [] / Numero massimo: ² [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:	
II.2.9) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti ☐ sì ☒ no	
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni Opzioni ☐ sì ☒ no _____	
II.2.11) Informazioni relative ai cataloghi elettronici ☐ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico	
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ☒ sì ☐ no Numero o riferimento del progetto: POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB AZIONE 9.12a	
II.2.13) Informazioni complementari: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali dal sito Internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it – ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Deliberazione del D.G. ASL Bari n° xxxx del xxxx . Richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia, www.empulia.it . Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti gli avvisi inerenti la procedura saranno pubblicati sul citato portale. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all'aggiudicazione o di non aggiudicare. CIG: 999417916B	

Descrizione	
II.2.1) Denominazione: ARMADIO PREFABBRICATO -30°C – Quantità un pezzo. CIG:9994201392	Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 39711100-0	
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: PTA Fallacara di Triggiano (BA)	
II.2.4) Descrizione dell'appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO	
II.2.5) Criteri di aggiudicazione ☐ I criteri indicati di seguito ☒ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: ^{1, 2, 20} 70/30 ☐ Costo – Nome: / Ponderazione: ^{1, 20} ☐ Prezzo – Ponderazione: ²¹ ☒ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.2.6) Valore stimato € 50.560,00 Valore, IVA esclusa: Valuta: EURO <i>(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)</i>	
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: oppure Durata in giorni: 1 [] oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ☐ sì ☒ no Descrizione dei rinnovi	
II.2.8) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare <i>(ad eccezione delle procedure aperte)</i> Numero previsto di candidati: [] oppure Numero minimo previsto: [] / Numero massimo: ² [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:	
II.2.9) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti ☐ sì ☒ no	
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni Opzioni ☐ sì ☒ no _____ Descrizione delle opzioni:	
II.2.11) Informazioni relative ai cataloghi elettronici ☐ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico	
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ☒ sì ☐ no Numero o riferimento del progetto: POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB AZIONE 9.12a	
II.2.13) Informazioni complementari: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali dal sito Internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it – ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Deliberazione del D.G. ASL Bari n° XXX del XXXX . Richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia, www.empulia.it . Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti gli avvisi inerenti la procedura saranno pubblicati sul citato portale. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all'aggiudicazione o di non aggiudicare. CIG: 9994201392	

Descrizione	
II.2.1) Denominazione: Congelatore -30°C - Quantità 2 pezzi CIG:999422575F	Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 39711100-0	
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 - Luogo principale di esecuzione: PTA Fallacara di Triggiano (BA)	
II.2.4) Descrizione dell'appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO	

II.2.5) Criteri di aggiudicazione ☐ I criteri indicati di seguito ☒ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: ^{1, 2, 20} 70/30 ☐ Costo – Nome: / Ponderazione: ^{1, 20} ☐ Prezzo – Ponderazione: ²¹ ☒ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.2.6) Valore stimato € 20.560,00 Valore, IVA esclusa: Valuta: EURO (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)	
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: oppure Durata in giorni: 1 [] oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ☐ sì ☒ no Descrizione dei rinnovi	
II.2.8) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte) Numero previsto di candidati: [] oppure Numero minimo previsto: [] / Numero massimo: ² [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:	
II.2.9) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti ☐ sì ☒ no	
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni Opzioni ☐ sì ☒ no _____ Descrizione delle opzioni:	
II.2.11) Informazioni relative ai cataloghi elettronici ☐ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico	
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ☒ sì ☐ no Numero o riferimento del progetto: POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB AZIONE 9.12a	
II.2.13) Informazioni complementari: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali dal sito Internet: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it – ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Deliberazione del D.G. ASL Bari n° XXX del XXXXXX. Richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia, www.empulia.it. Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti gli avvisi inerenti la procedura saranno pubblicati sul citato portale. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all'aggiudicazione o di non aggiudicare. CIG: 999422575F	

Descrizione

II.2.1) Denominazione: INCUBATORI INTEGRATI CON AGITATORI PIASTRINICI Quantità 3 pezzi CIG: 9994235F9D	Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 38436000-0 CPV supplementare: 38436300-3	
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: PTA Fallacara di Triggiano (BA)	
II.2.4) Descrizione dell'appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO	
II.2.5) Criteri di aggiudicazione ☐ I criteri indicati di seguito ☒ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: ^{1, 2, 20} 70/30 ☐ Costo – Nome: / Ponderazione: ^{1, 20} ☐ Prezzo – Ponderazione: ²¹ ☒ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.2.6) Valore stimato € 35.560,00 Valore, IVA esclusa: Valuta: EURO (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)	

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: *oppure* Durata in giorni: 1 []
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ☐ sì ☒ no Descrizione dei rinnovi

II.2.8) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (*ad eccezione delle procedure aperte*)
Numero previsto di candidati: []
oppure Numero minimo previsto: [] / Numero massimo: ² []
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

II.2.9) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ☐ sì ☒ no

II.2.10) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni ☐ sì ☒ no _____ Descrizione delle opzioni:

II.2.11) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
☐ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ☒ sì ☐ no
Numero o riferimento del progetto: POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB AZIONE 9.12a

II.2.13) Informazioni complementari: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali dal sito Internet: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it – ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Deliberazione del D.G. ASL Bari n° XXXX del XXXXX. Richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia, www.empulia.it. Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti gli avvisi inerenti la procedura saranno pubblicati sul citato portale. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all'aggiudicazione o di non aggiudicare. CIG: 9994235F9D

Descrizione

II.2.1) Denominazione: Frigoriferi +4°C – Quantità 7 pezzi CIG: 9994252DA5	Lotto n. 7
II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale 39711100-0	
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: PTA Fallacara di Triggiano (BA)	
II.2.4) Descrizione dell'appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO	
II.2.5) Criteri di aggiudicazione ☐ I criteri indicati di seguito ☒ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: ^{1, 2, 20} 70/30 ☐ Costo – Nome: / Ponderazione: ^{1, 20} ☐ Prezzo – Ponderazione: ²¹ ☒ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara	
II.2.6) Valore stimato € 45.560,00 Valore, IVA esclusa: Valuta: EURO <i>(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)</i>	
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: <i>oppure</i> Durata in giorni: 1 [] <i>oppure</i> Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ☐ sì ☒ no Descrizione dei rinnovi	
II.2.8) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (<i>ad eccezione delle procedure aperte</i>) Numero previsto di candidati: [] <i>oppure</i> Numero minimo previsto: [] / Numero massimo: ² [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:	
II.2.9) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti ☐ sì ☒ no	

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare ⁴

Data: (gg/mm/aaaa)

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [] [] ¹

IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

L'offerta deve essere valida fino al:

oppure Durata in mesi: [] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte: **TELEMATICA**

Data: ___/___/2023 Ora locale:

Luogo: ASL BA – AREA GESTIONE PATRIMONIO - LUNGOMARE STARITA, 6 - BARI

Informazioni per l'ammissione alla procedura di apertura: legale rappresentante o delegato munito di procura speciale

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile ☐ sì ☒ no

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: ²

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

☐ Si farà ricorso all'ordinazione elettronica

☒ Sarà accettata la fatturazione elettronica

☐ Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari: ²

La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali dal sito Internet: www.empulia.it. Deliberazione del D.G. ASL Bari n° 2334 del 06/12/2022. Richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia, www.empulia.it. Entro e non oltre il ___ ore. Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti gli avvisi inerenti la procedura saranno pubblicati sul citato portale. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all'aggiudicazione o di non aggiudicare. **Il Rup è il dott. Nicola Sardaro c.f. SRDNCL80H01A662X.**

Il numero di gara ANAC è: 9253062

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA

Indirizzo postale: PIAZZA MASSARI, 14

Città: BARI

Codice postale: 70100

Paese: ITALIA

E-mail:

Tel.: 080/573.31.11

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione ²

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso ²

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)	Fax:
---------------------------	------

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

IL DIRETTORE AREA GESTIONE PATRIMONIO
Pia PACIELLO

IL DIRETTORE GENERALE ASL BARI
Antonio SANGUEDOLCE



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB-AZIONE 9.12. PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VNTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023

CIG LOTTO 1:9992705109
CIG LOTTO 2:9992733822
CIG LOTTO 3:999417916B
CIG LOTTO 4:9994201392
CIG LOTTO 5:999422575F
CIG LOTTO 6:9994235F9D
CIG LOTTO 7:9994252DA5

DISCILINARE DI GARA



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

SOMMARIO

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.	5
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	6
4. AVVALIMENTO	8
5. SUBAPPALTO	8
6. SOPRALLUOGO	9
7. CAMPIONI.....	9
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	9
9. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)	12
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
11. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA (BUSTA B)	19
12. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA (BUSTA C)	19
13. MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. VALUTAZIONE OFFERTE	20
14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	22
15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	24
16. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE	25
17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
19. DISPOSIZIONI FINALI. ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	27


AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
1.1. Premesse

Con determinazione dirigenziale n.142 del 06/10/2022, Il Dipartimento Promozione della Salute e benessere Animale della Regione Puglia ha ammesso a finanziamento l'intervento proposto dall'Asl di Bari denominato "Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in via Aldo Moro a Triggiano" per un importo complessivo di € 2.500.000,00 a valere sulla misura POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12

Detto intervento, che prevede uno stanziamento di € 256.660,74 oltre Iva 22% per l'acquisto di apparecchiature sanitarie a fronte di un valore complessivo presunto della fornitura oggetto della presente gara pari a € 290.000 oltre Iva;

Con nota prot. 119 del 24/01/2023 la Regione Puglia ha precisato che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese finanziate con fondi FESR dovranno essere liquidate e quietanziate entro il 31/12/2023;

che la parte del valore della fornitura non coperta da fondi FESR, pari a € 33.339,26 oltre iva, è finanziata con fondi del bilancio aziendale, giusta autorizzazione del Direttore Amministrativo dell'Asl di Bari in data 26.06.2023.

1.2. Oggetto

Il presente disciplinare regola la procedura aperta telematica ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. (in seguito "Codice") per la fornitura di attrezzature sanitarie da destinare al PTA di Triggiano (area vasta centro) per l'allestimento del centro lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari. La gara, interamente gestita da ASL Bari, consta di sette lotti unici.

1.3. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

Attesa la natura istantanea della fornitura in oggetto, la durata dell'appalto coincide con il termine di adempimento decorrente dalla data di conclusione del contratto.

Non sono previste opzioni di estensione e rinnovi.

1.4. Valore dell'appalto

Il valore complessivo della fornitura è pari ad € 293.920,00 iva esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 560,00 per ogni singolo lotto (cfr. Allegato K - DUVRI):

Elenco lotti unici ed indivisibile di apparecchiature sanitarie occorrenti per l'allestimento del centro lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano (area vasta centro)					
LOTTO	Descrizione	Quantità	Prezzo singolo elemento	Valore lotto iva esclusa	CIG
Lotto 1	Congelatore per l'abbattimento rapido di sacche di plasma	2	35.000,00	70.000,00	9992705109
Lotto 2	Frigoemoteca +4°	6	7.500,00	45.000,00	9992733822
Lotto 3	Congelatore -40°	2	12.500,00	25.000,00	999417916B
Lotto 4	Armadio prefabbricato - 30°	1	50.000,00	50.000,00	9994201392
Lotto 5	Congelatore -30°	2	10.000,00	20.000,00	999422575F


AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Lotto 6	Incubatori integrati con agitatori piastrinici	3	11.666,67	35.000,00	9994235F9D
Lotto 7	Frigoriferi + 4°	8	5.625,00	45.000,00	9994252DA5
A Totale base d'asta			€ 290.000,00 iva esclusa		
B Costi della sicurezza complessivi (7 lotti)			€ 3.920,00 (€ 560,00 x 7 lotti)		
(A + B) Importo complessivo			€ 293.920,00		

1.5. Luogo di consegna della fornitura

La fornitura deve essere eseguita presso il PTA "Fallacara" sito in Triggiano (BA).

1.6. Criterio e modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione della fornitura, in sette lotti unici ed indivisibili, avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. n.36/2023, sulla base dei punteggi massimi indicati nell'art. 13 del presente Disciplinare.

Le Ditte partecipanti devono presentare l'offerta per tutto quanto richiesto nel **Capitolato tecnico (allegato A) e relativi allegati (da A1 ad A5)**.

1.7. Il RUP

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. lgs 36/2023 è il Dott. Nicola Sardaro, dirigente amministrativo dell'Area Gestione del Patrimonio della ASL BARI.

1.8. Utilizzo esclusivo della piattaforma telematica EmPulia. Rinvio.

La presente procedura è interamente svolta attraverso il portale telematico di negoziazione regionale Empulia, ai sensi dell'art. 25 del D. lgs 36/2023.

La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Portale dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Portale e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

La registrazione al sistema EmPulia dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate al successivo art. 4 "Modalità di registrazione" e nel manuale di l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito (<http://www.empulia.it>).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.
2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara che costituisce, insieme al presente disciplinare, progettazione ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.lgs. 36/2023 è così composta:

- A. Capitolato tecnico e relative schede (allegati A1, A2, A3, A4, e A5)
- B. Istanza di partecipazione
- C. DGUE
- D. Schede riepilogo prodotti senza prezzi



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- E. Scheda offerta economica
- F. Patto di integrità
- G. Informativa sul trattamento dati
- H. Dichiarazione sostitutiva di conformità al GDPR
- I. Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti provenienti da terzi
- J. Schema di contratto/capitolato d'oneri
- K. DUVRI
- L. Attestazione di sopralluogo

La documentazione di gara è integralmente disponibile sul portale Empulia ed è inoltre reperibile, solo per la consultazione, sul profilo del committente dell'Asl di Bari all'indirizzo: www.asl.bari.it - sezione Bandi di gara e contratti - Bandi di gara.

2.2. Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente ed esclusivamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l'apposita funzione "Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui" e dovranno pervenire entro e non oltre il termine indicato sul Portale. Pertanto, non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

I chiarimenti hanno esclusivo valore di interpretazione autentica con i quali la Stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale, precisando e meglio delucidando le previsioni della *lex specialis* di gara.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (lettera di invito, capitolato tecnico, schema di contratto ecc.) pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Si precisa che le richieste di chiarimenti non potranno essere frazionabili. L'impresa concorrente in tal senso dovrà se del caso, far pervenire una unica richiesta contenente tutte le precisazioni richieste.

L'amministrazione, di norma, risponderà entro 5 giorni lavorativi (escluso il sabato) dal ricevimento della richiesta di chiarimenti e comunque, non oltre 6 giorni prima della data fissata per la scadenza della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 88 co. 3 D.lgs. 36/2023.

I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno suindicato nell'area pubblica del portale EmPULIA all'interno della procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, da parte della stazione appaltante agli operatori economici, comprese quelle di cui all'art. 90 del Codice, saranno inviate tramite piattaforma telematica.

Salvo quanto disciplinato per le richieste di chiarimenti, eventuali diverse comunicazioni da parte degli operatori economici potranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo pec: patrimonio.asl.bari@legalmail.it

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

3.1. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.2. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.3. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

3.4. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

3.5. Requisiti di idoneità professionale

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

Per i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) e g) h). del D.lgs. n.36/2023 s.m.i., il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d). del citato Decreto, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

3.6. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Non sono richiesti requisiti particolari di capacità tecnica e professionale

3.7. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono richiesti requisiti particolari di capacità economica e finanziaria.

4. AVVALIMENTO

Non essendo richiesti particolari requisiti di carattere tecnico, professionale, economico e finanziario, di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice, l'istituto dell'avvalimento non si applica alla presente procedura di gara.

5. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo consentito dalla legge relativamente all'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in caso di mancata indicazione il subappalto è **vietato**.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 110, comma 3 del Codice.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6. SOPRALLUOGO

È richiesto l'espletamento da parte delle ditte concorrenti, con personale qualificato, di un sopralluogo nei luoghi dove saranno ubicate le apparecchiature oggetto del presente appalto.

La data e la modalità di svolgimento del sopralluogo va previamente concordata con il referente dell'Asl di Bari, Ing. Angelo Maiano, ai seguenti recapiti cell: 3357214611 - mailto: angelo.maiano@asl.bari.it.

Il sopralluogo sarà debitamente attestato dal citato referente aziendale, o da un suo delegato, attraverso la compilazione del documento di Attestazione di avvenuto sopralluogo (**allegato L**) da inserire nella busta A - Documentazione amministrativa.

Il sopralluogo non è previsto a pena di esclusione ma è necessario a consentire all'impresa partecipante la migliore e consapevole formulazione dell'offerta tecnica ed economica. La volontaria mancata esecuzione del medesimo non esime il concorrente dal rilasciare le dichiarazioni riguardanti la piena conoscenza di fatti, condizioni e situazioni che possano influire sulla formulazione dell'offerta ed esecuzione delle prestazioni mediante compilazione del suddetto modello L.

La mancata allegazione del modello L è sanabile mediante soccorso istruttorio.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

7. CAMPIONATURA

Per questa procedura non è richiesto l'invio di campionatura.

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta [ove richiesto, aggiungere "e la documentazione"] deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora e il giorno indicati nel bando e riportati nella piattaforma Empulia a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

L'“OFFERTA” è composta da:

BUSTA A - Documentazione amministrativa;

BUSTA B - Offerta tecnica (una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare);

BUSTA C - Offerta economica (una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

8.1. FVOE

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito sul link portale dell'ANAC (servizio di accesso riservato - FVOE) e indicare a sistema il CIG relativo al lotto di partecipazione.

Il sistema rilascerà un “PassOe” che l'operatore economico dovrà inserire all'interno della Busta Documentazione contenente i “Documenti amministrativi” di cui al par.4), per consentire all'Asl Bari di effettuare le verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico medesimo in sede di gara.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione, da parte di questa stazione appaltante, della procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 D.lgs. 36/2023, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato.

In caso di ricorso al subappalto, di cui all' articolo 119 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le predette modalità (rif. art. 2 co. 3 lett. b) della Delibera attuativa ANAC n. 464 del 27.07.2022). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 del succitato articolo 119, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

8.2. Registrazione al Portale Empulia e presentazione offerte

Per partecipare alla gara, gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica tramite il portale EmPULIA, entro il termine perentorio ivi indicato, secondo le procedure indicate nelle apposite guide dedicate agli operatori Economici reperibili su sito www.empulia.it nonché al seguente link: <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

Le ditte concorrenti che presentano offerta telematica possono richiedere **supporto tecnico al numero verde 800900121 o via e-mail helpdesk@empulia.it, entro 2 giorni** lavorativi dal termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Le richieste devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk indicati sul portale di EmPULIA, in caso contrario saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal bando di gara/lettera di invito, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara/lettera di invito, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima dell'inoltro dell'istanza e/o offerta, tramite il portale, www.empulia.it, all'interno della procedura di gara in oggetto, la presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.

Per quanto riportato nel presente disciplinare/lettera di invito si precisa che per:

- "Portale" si intende il Portale EmPULIA raggiungibile all'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia denominata EmPULIA;
- "Offerta telematica" si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza e dell'offerta economica e di ogni ulteriore eventuale allegato.

Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:

- utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
- utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il Portale.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- fiducia, risultato, parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi degli art. 1 comma 2 bis L. 241/1990, 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto nel documento denominato ... [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale - Sezione Albo Pretorio - dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

9. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

Il concorrente dovrà inserire nella sezione "BUSTA DOCUMENTAZIONE" i seguenti documenti, in formato elettronico, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura, di seguito specificati:

9.1. Domanda di partecipazione alla gara (allegato B) redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

contrassegni. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

9.2. Dgue (allegato C) di cui all'art. 91, del D.lgs. n° 36/2023 e s.m.i. contenente la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94, 95, 96, 97, 98 del D.lgs. n° 36/2023, opportunamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto munito dei necessari poteri, di data non anteriore a quella di pubblicazione sulla GUUE della presente gara.

È necessario a rendere anche le dichiarazioni per la gara specifica riportate dopo la parte V del modello DGUE;

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l'Istanza/DGUE deve essere sottoscritta da ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento o consorzio;

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e il DGUE devono essere sottoscritti dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e il DGUE devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione e il DGUE devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

9.3. Passoe di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157 del giorno 17/02/2016, relativo al



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

concorrente. Nel caso di avvalimento occorre generare ed allegare altresì il Passoe relativo alla società ausiliaria.

9.4. Garanzia provvisoria. L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, da una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore dell'appalto (al netto delle eventuali opzioni di estensione). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

L'operatore economico può prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto n. [REDACTED] intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, precisando la causale del versamento

La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve, altresì:

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193, avere validità per almeno 180 giorni e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

della stazione appaltante per uguale periodo nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni suddette e delle altre riduzioni, anche cumulabili, di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9.5. Documentazione in formato digitale comprovante l'avvenuto pagamento della contribuzione obbligatoria a favore della A.N.A.C., nella misura e con le modalità di cui alla relativa deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 o successive, reperibili sul sito web dell'ANAC. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di RTI, consorzio o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa capogruppo. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo anche mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

9.6. Patto di Integrità (allegato F), reso ai sensi del DPR 445/200, compilato dal soggetto legittimato alla sottoscrizione e firmato digitalmente da quest'ultimo. La non accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- 9.7. Dichiarazione di conformità GDPR UE 2016/679 (allegato H)** opportunamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri. In caso di partecipazione alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete valgono, per la sottoscrizione del suddetto documento, le indicazioni precedentemente fornite per la sottoscrizione del DGUE.
- 9.8. Dichiarazione** resa ai sensi del DPR n.445/2000 e firmata digitalmente, con la quale si attesta che tutti i documenti provenienti da soggetti terzi (es. certificazioni di qualità ovvero documenti contenenti dichiarazioni di terzi non firmati digitalmente) sono conformi all'originale in possesso dell'impresa partecipante **(allegato I)**.
- 9.9. Attestazione** di eseguito sopralluogo **(allegato L)** controfirmato dal referente dell'azienda sanitaria di cui all'art. 9 del presente disciplinare.
- 9.10. (eventuale) in caso di dichiarazioni rese da procuratore speciale**, la stessa dovrà essere allegata la documentazione, in formato digitale (*originale o copia autenticata nei modi di legge*), della procura speciale.
- 9.11. (eventuale) in caso di ricorso al subappalto**, ciascun subappaltatore dovrà firmare digitalmente la Dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all'art.94,95, 96, 97 del D.lgs.36/2023.
- 9.12. (eventuale)** In tutti i casi in cui alcuni documenti di gara siano sottoscritti, con firma digitale, da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata la documentazione in formato digitale (originale o copia autenticata nei modi di legge) che attesti la legittimità del potere di firma di chi sottoscrive.
- 9.13. (eventuale) in caso di R.T.I. già costituito**
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 9.14. (eventuale) in caso di Consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- 9.15. (eventuale) per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:**
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 9.16. (eventuale) per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

9.17. (eventuale) per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

9.18. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000
- obbliga la Stazione Appaltante a darne segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 96 comma 15 D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa, infine, che la documentazione di gara da inserire in copia nella busta documentazione dovrà essere firmata digitalmente:

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppende, in caso di R.T.I. e



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.

(eventuale) in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine massimo di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA (BUSTA B)

L'operatore economico deve inserire per ciascun lotto nella piattaforma Empulia, pena l'esclusione, l'offerta tecnica avente le caratteristiche minime indicate nel capitolato speciale, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate all'art. 9 per la sottoscrizione della domanda.

L'offerta tecnica contiene, per ciascun lotto, i seguenti documenti:

- A. la relazione tecnica** in formato .pdf, descrittiva dell'offerta, strutturata esattamente nei capitoli e nei paragrafi riportati nelle prime due colonne nelle griglie di valutazione di cui al punto 6 del Capitolato. I paragrafi 1.1, 1.2, e 1.3 di ciascuna relazione sono costituiti, rispettivamente, dalle tabelle A.1, A.2 e A.3 allegate al capitolato. La lunghezza della relazione deve essere contenuta nel numero di pagine strettamente necessario e sufficiente a fornire una descrizione chiara dell'offerta. La lunghezza della relazione non è elemento premiante.
- B. la tabella A.4** allegata al Capitolato - Scheda caratteristiche minime da compilare a cura della Ditta. I campi A e B sono comuni a tutti i lotti. Gli altri campi vanno compilati solo per i lotti di proprio interesse.
- C. le certificazioni** di conformità alle normative vigenti.
- D. le schede tecniche e/o manuali** d'uso in lingua italiana (possibilmente in formato cartaceo ed elettronico).
- E. il manuale di manutenzione** (possibilmente in formato cartaceo ed elettronico).
- F. i dischi di installazione** degli eventuali software applicativi.
- G. (eventuale)** dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali. L'operatore economico dovrà dichiarare e motivare l'eventuale sussistenza di informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, anche allegando la documentazione a comprova, nonché ad indicare quali parti dell'offerta tecnica contengono segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, potranno essere sottratte, previo idoneo bilanciamento, dal



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. La mancata allegazione della dichiarazione esonera la stazione appaltante dal richiedere controdeduzioni in caso di accesso agli atti da parte delle altre ditte concorrenti.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA (BUSTA C)

La ditta concorrente deve inserire nel portale Empulia, per ciascun lotto, pena l'esclusione, l'offerta economica firmata digitalmente, utilizzando la Scheda Offerta Economica (**allegato E**) in ogni sua parte.

L' Offerta economica deve essere inserita anche nel Portale telematico, nell'apposito campo, e contenere, a pena di esclusione, tutti i seguenti elementi:

- a) Il prezzo offerto, espresso con 2 cifre decimali, ribassato rispetto all'importo a base di gara di Euro 293.920,00 (di cui € 3.920,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

Il totale complessivo della fornitura indicato nel Portale EmPulia deve corrispondere all'importo complessivo dell'allegato Scheda offerta economica (Allegato E). In caso di discordanza sarà preso in considerazione l'importo risultante dalla Scheda di offerta economica e la graduatoria prodotta dal portale sarà rettificata mediante menzione a verbale.

La Ditta è tenuta a precisare nell'offerta l'aliquota Iva a cui è assoggettato la fornitura oggetto della presente procedura.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che risultino incomplete/parziali, condizionate o indeterminate.

L'offerta si intenderà onnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se materialmente non menzionati nella offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del codice, l'offerta dell'aggiudicatario rimarrà irrevocabile, nonché valida ed impegnativa per 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

13. MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. VALUTAZIONE OFFERTE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi:

OFFERTE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

I prodotti devono essere conformi a quanto prescritto dal capitolato speciale.

13.1. Valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio massimo da attribuire all'aspetto tecnico-qualitativo è di 70 (settanta) suddivisi secondo le



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

specifiche indicate nell'apposita tabella del capitolato tecnico.

13.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La Commissione Giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri di natura discrezionale e quantitativa, attribuisce i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio generale di valutazione:

GIUDIZIO QUALITATIVO SINTETICO	COEFFICIENTI
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Quasi insufficiente	0,5
Mediocre	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Inadeguato	0,1
Non valutabile	0,0

I componenti della Commissione valutano, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica, assegnando, a proprio insindacabile giudizio e per ciascuno degli elementi qualitativi oggetto di valutazione, un punteggio compreso tra 0 (zero) e quello massimo previsto dalla griglia dei punteggi, in funzione dei contenuti qualitativi, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale.

A ciascun coefficiente è collegato un giudizio qualitativo sintetico in linea con quanto previsto dal "Piano integrato di performance ed integrità ASL Bari 2022-2024 Sezione III PTPCT 2022 - Tabella 1 Misure di Prevenzione della corruzione.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma aritmetica dei punteggi attribuiti a ciascun elemento qualitativo.

Non saranno ammesse alla fase successiva (apertura e valutazione delle offerte economiche) le Ditte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo pari ad **almeno 42 punti** ottenuti prima delle operazioni di riparametrazione.

Nel caso in cui non venga assegnato ad alcuno dei concorrenti il punteggio massimo di 70, si procederà alla riparametrazione nel modo seguente:

Alla Ditta che avrà conseguito il punteggio qualità più alto verranno attribuiti 70 punti ed alle altre punteggi proporzionali a quelli conseguiti, secondo la seguente formula

Punteggio qualità Ditta considerata = $70 \times P / P_{max}$, dove
P = punteggio assegnato alla Ditta
P_{max} = miglior punteggio assegnato

Si precisa che, in tutti i calcoli di gara, saranno attribuiti punteggi interi e decimali fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata, per difetto, in caso di terza cifra decimale fino a quattro e, per eccesso, in caso di terza cifra decimale superiore a quattro.

13.3. Valutazione offerta economica



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Per assegnare il punteggio dell'offerta economica, la Commissione Giudicatrice utilizzerà, in esito all'esame delle offerte presentate da ciascun concorrente, la formula seguente:

- al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso verranno attribuiti 30 punti e alle altre punteggi proporzionali secondo la seguente formula:

Punteggio prezzo = $30 \times P_{min} / P$ dove
P_{min} = prezzo più basso offerto dalle ditte concorrenti
P = prezzo offerto dalla ditta in esame

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore della ditta che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto dalla sommatoria dei singoli punteggi conseguiti in relazione ai criteri A) e B), in esito all'esecuzione delle rispettive operazioni di perequazione, così come sopra riportate.

Si precisa che, in tutti i calcoli di gara, ivi inclusi quelli relativi alla individuazione delle offerte apparentemente anomale, saranno attribuiti punteggi interi e decimali fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata, per difetto, in caso di terza cifra decimale fino a cinque e, per eccesso, in caso di terza cifra decimale superiore a cinque.

14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

14.1. Verifica documentazione amministrativa

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente al portale Empulia, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro, fermo restando quanto previsto al precedente punto 8.

In considerazione del fatto che il portale Empulia garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute virtuali, previa adeguata comunicazione ai concorrenti, tramite portale EmpULIA, del link per partecipare alle sedute, giusta Delibera ANAC n° 312 del 9 aprile 2020.

Tutti i soggetti coinvolti nella procedura (RUP, Seggio di gara, Commissari, ecc.) rilasceranno, ai sensi di legge, apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse (art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 s.m.i. art. 6, comma 1 ed art. 13 del DPR 62/2013, art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i. art. 6, comma 2 del Codice di Comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, artt. 6,7,14 del D.P.R. 62/2013 art. 51 c.p.).

Entro la data antecedente quella fissata per la prima seduta pubblica, le ditte dovranno trasmettere al seguente indirizzo pec: patrimonio.asl.bari@legalmail.it e, per conoscenza, al seguente indirizzo mail: nicola.sardaro@asl.bari.it, la delega a partecipare, corredata del documento d'identità del delegante.

Prima dell'avvio delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio provvederà ad accertare la presenza e l'identità delle persone legittimate a rappresentare le imprese in gara. Nell'ipotesi in cui venga esibita procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti. I partecipanti legittimati potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale.

Il seggio di gara, presieduto da un Dirigente dell'Amministrazione e da almeno due testimoni procederà a:

- aprire la "busta documentazione" e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10. Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi dell'Art 101 comma 1 del Codice avverrà tramite il Portale;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

All'esito di tale fase la Stazione Appaltante provvederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di Gara e contratti.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

I risultati di tale seduta saranno pubblicati, ai sensi dell'art 27 e 28 del Codice, sul sito istituzionale di ASL BARI, sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti, e comunicato ai concorrenti tramite il Portale, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Codice.

14.2. Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

14.3. Apertura delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. Il seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel giorno stabilito (e comunicato tramite la piattaforma Empulia), il Presidente del seggio di gara procederà, in seduta pubblica, alla presenza della Commissione Giudicatrice:

- alla comunicazione dei risultati della valutazione effettuata dalla suddetta Commissione;
- alla non ammissione alla fase successiva (apertura e valutazione delle offerte economiche) delle Ditte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo, per l'elemento qualità, pari ad almeno 42 punti, prima della riparametrazione come innanzi indicata;
- all'apertura, nella stessa seduta o in altra che sarà comunicata tramite il portale Empulia, delle offerte economiche. Il sistema telematico attribuirà automaticamente il punteggio massimo previsto all'impresa che avrà offerto il miglior prezzo per la fornitura e, alle altre, punteggi proporzionali secondo la formula innanzi riportata;
- alla sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per gli elementi qualità e prezzo, elaborando la graduatoria di gara sulla base della quale sarà dichiarata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente classificatosi primo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che saranno successivamente comunicate a sistema.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di **esclusione** da disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 nonché per mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

Si precisa che qualora la documentazione tecnica di uno o più concorrenti dovesse risultare mancante o



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

incompleta, non potrà essere integrata e che, in tale eventualità, la Commissione Giudicatrice dovrà darne immediata comunicazione al RUP, dichiarando l'offerta tecnica non valutabile o non attribuendo i punteggi relativi a singoli elementi di valutazione. Si precisa, altresì, che la mancanza o incompletezza deve essere sostanziale e non meramente formale. Se, pertanto, il dato non è presente nel documento previsto, ma è comunque reperibile in altro documento tecnico presentato, deve essere valutato e qualora la Commissione lo ritenga necessario/opportuno, tramite il RUP, si potrà chiedere al concorrente, fermo restando la **immodificabilità dell'offerta**, di indicare se ed in quale parte della documentazione tecnica presentata, sia possibile rinvenire il suddetto elemento.

14.4. Verifica anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 comma 1, 2, 3 del codice e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito del sub-procedimenti di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà adottato formale provvedimento di aggiudicazione e si procederà alle relative comunicazioni.

L'aggiudicazione diventerà efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo dei controlli, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ad ogni buon fine si rammenta che l'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale
- sospendere, ribandire o non aggiudicare la gara motivatamente o aggiudicarla parzialmente
- non stipulare il contratto, qualora sia intervenuto motivato provvedimento di autotutela sull'aggiudicazione
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua sia tecnicamente che economicamente
- non dar corso all'aggiudicazione, qualora i prezzi offerti in gara risultassero superiori a quelli eventualmente determinati dal Ministero della Salute ed ai valori di riferimento pubblicati sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b), D.L. 95/2012.
- non dar corso all'aggiudicazione qualora, nell'eventualità di attivazione di convenzione CONSIP



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

relativa alla medesima fornitura (con caratteristiche sovrapponibili) a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, il concorrente non acconsenta all'adeguamento dei prezzi offerti

- non dar corso all'aggiudicazione qualora, nell'eventualità di attivazione di convenzione o accordo quadro dal Soggetto Aggregatore, più conveniente per l'Amministrazione, il concorrente non acconsenta all'adeguamento dei prezzi offerti.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica dal Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, giusta delega conferita dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1064 del 18.06.2019.

La ditta sarà tenuta ad assolvere l'imposta di bollo, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 10 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è **pari a € 4.000,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono, altresì, a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La ditta aggiudicataria dovrà inviare una dichiarazione di avere assolto agli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dovrà avere elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l'attività del contratto, documentato da fotocopia del frontespizio del documento con firma e data.

16. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non applicabile alla presente fornitura.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

18.1. Informativa

La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali - Reg. UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare Starita n. 6 - Bari, PEC: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy, mail: dpo@asl.bari.it; ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

18.2. Finalità del trattamento.

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione e della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale del Partecipante al bando di gara nonché dell'aggiudicazione e per quanto riguarda ogni altro adempimento di legge.

I dati del Partecipante aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal Codice.

18.3. Tipologia dati.

I dati forniti dai Partecipanti e dall'Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, di cui agli artt. 6 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "sensibili e giudiziari").

18.4. Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

18.5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- soggetti terzi che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990, e dal D.lgs. 97/2016;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei soli casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

18.6. Diritti.

In relazione al trattamento dei dati, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati o al Responsabile della protezione dei dati sopra indicati, per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

Responsabile per il riscontro all'interessato sia in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 che in caso di accesso agli atti è il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s. i. m., individuato nel Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: patrimonio.asl.bari@legalmail.it.

Per dettagli si rinvia all'informativa Privacy in allegato al presente disciplinare (**allegato G**) disponibile anche nella sezione tematica "Privacy" della home page del sito internet istituzionale, all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>.

18.7. Nomina a Responsabile del trattamento

Se l'aggiudicazione comporta il trattamento di dati personali di cui è titolare l'ASL BARI (ad es. dati di



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

pazienti, dipendenti e collaboratori), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'Aggiudicatario saranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, l'Aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Pertanto, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a sottoscrivere, contestualmente al Contratto, l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello in allegato J "Dichiarazione conformità al GDPR".

18.8. Dichiarazione di conformità

L'Operatore Economico, in fase di partecipazione, compila e sottoscrive digitalmente la "Dichiarazione di conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (**allegato H "Autocertificazione-GDPR"**);

18.9. Accesso agli atti

Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si rinvia, in materia di accesso agli atti, alla L. n. 241/1990 ss.mm.ii., e al Regolamento aziendale approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.1898 del 24/10/2011 (reperibile sul sito www.sanita.puglia.it - ASL BA - Albo pretorio - regolamenti).

19. DISPOSIZIONI FINALI. ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

In caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa la ditta aggiudicataria nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all'Ufficio Territoriale del Governo di Bari, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.lgs. 6/9/11 n.159).

La Ditta aggiudicataria è tenuta a inoltrare tale comunicazione anche all'ASL BARI.

ASL Bari procederà all'espletamento dell'intera procedura di gara e curerà, altresì, l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a prendere visione del Codice di Comportamento di ASL Bari, consultabile sul portale regionale della salute della Regione Puglia all'indirizzo: www.sanita.puglia.it.

In particolare, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento adottati dalle singole Aziende interessate, integrativi del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'ASL di Bari, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB-AZIONE 9.12. PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023

Allegato A.1: piano della formazione
Allegato A.2: diagramma di Gantt
Allegato A.3: scheda SAT
Allegato A.4: caratteristiche di minima
Allegato A.5: planimetria

Allegato A
Capitolato Tecnico

SOMMARIO

1.	OGGETTO DELLA FORNITURA	3
2.	PRINCIPIO DI EQUIVALENZA.....	3
3.	PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	4
4.	CRONOPROGRAMMA DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA.....	4
5.	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.....	5
6.	GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	10
7.	PRECISAZIONI	25
8.	SOPRALLUOGO E ATTESTATO	25
9.	SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA.....	25
10.	CONSEGNA E INSTALLAZIONE	25
11.	GARANZIA - ASSISTENZA TECNICA	26
12.	ALLEGATI AL CAPITOLATO.....	26

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e, per l'affidamento della fornitura suddivisa in lotti unici ed indivisibili, da aggiudicare anche separatamente, di apparecchiature sanitarie occorrenti per l'allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della ASL di BARI presso il PTA di Triggiano (area vasta centro) – ASL BARI, come meglio di seguito descritte:

LOTTI	DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE IVA ESCLUSA
Lotto 1	Congelatori per l'abbattimento rapido sacche di plasma	2	€70.000
Lotto 2	Frigoemoteca +4°C	6	€ 45.000
Lotto 3	Congelatori -40°C	2	€ 25.000
Lotto 4	Armadio prefabbricato -30°C	1	€ 50.000
Lotto 5	Congelatore -30°C	2	€ 20.000
Lotto 6	Incubatori integrati con agitatori piastrinici	3	€ 35.000
Lotto 7	Frigoriferi +4°C	8	€ 45.000
TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA			€ 290.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 3.920,00

Le forniture dovranno essere di produzione corrente, nuove di fabbrica, non ricondizionate né riassemblate; dovranno essere prive di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica; inoltre dovranno rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.

La fornitura comprende le seguenti ulteriori prestazioni:

1. il trasporto, la consegna, l'installazione a regola d'arte (comprese eventuali integrazioni con i sistemi informativi aziendali, laddove richiesto), la messa a punto, il collaudo tecnico funzionale e quant'altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale le forniture, il tutto a totali spese e cura dell'aggiudicataria;
2. collaudo e istruzione del personale;
3. garanzia per 24 mesi (dal collaudo dell'apparecchiatura);
4. manutenzione assistenza tecnica full risk nel periodo di garanzia (24 mesi);

2. PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali cui devono corrispondere le forniture, vengono indicate come di minima e comunque secondo il principio di equivalenza richiamato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto la non conformità di talune caratteristiche merceologiche non comporterà la non validità dell'offerta, che sarà opportunamente valutata.

La descrizione dei prodotti posti a gara, come di seguito riportata, è stata elaborata attingendo a descrizioni di analoghi prodotti effettivamente presenti sul mercato, mediando tra le caratteristiche di diversi produttori in modo da garantire una procedura il più possibile aperta alla concorrenza.

Nonostante tale impostazione di principio, è però possibile che la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara possa individuare o avvicinarsi a una provenienza determinata o a un procedimento particolare, a un marchio o a un brevetto determinato, a un tipo o a un'origine o a una produzione specifica. In tal caso tali assonanze avrebbero come effetto di favorire talune imprese o prodotti, o limitare o eliminarne altri. Ad evitare una simile evenienza, si precisa esplicitamente che ogni indicazione, descrizione, definizione, devono intendersi sempre integrate dalla menzione "o equivalente".

L'impresa che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche ha l'obbligo di segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Allo stesso modo, le misure indicate sono da considerarsi suscettibili di lievi modifiche (nel limite del 10%), purché e comunque siano garantiti, a giudizio della commissione giudicatrice, i livelli di funzionalità previsti per lo scopo della fornitura. Nella fase di valutazione delle proposte formulate la Commissione Giudicatrice potrà ritenere valide offerte contenenti caratteristiche diverse da quelle indicate purché le stesse non limitino il corretto utilizzo dei beni rispetto allo specifico uso cui i beni sono destinati.

3. PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE

Dovrà essere erogato un corso per la formazione all'uso delle tecnologie offerte di tutto il personale interessato, secondo la offerta tecnica formulata dalla Ditta in sede di gara.

Le caratteristiche minime della formazione sono le seguenti:

1. almeno un corso per operatori, della durata di 8 ore, suddiviso in almeno due giornate distinte;
2. fornitura del necessario materiale didattico.
3. devono essere previsti corsi tenuti da personale qualificato. La ditta dovrà descrivere in dettaglio il pacchetto formativo offerto con riferimento all'addestramento per le apparecchiature offerte. Dovrà inoltre indicare il numero di giorni da dedicare all'addestramento, la frequenza degli incontri formativi, sia in Italia che all'estero,

Il concorrente deve compilare il sottostante prospetto (**Allegato A.1**) offrendo una sintetica descrizione del **Piano della formazione e dell'aggiornamento del Personale**, compreso nel prezzo offerto per l'oggetto del presente appalto, necessario per preparare il personale che verrà incaricato di utilizzare le apparecchiature. *La Ditta potrà ulteriormente approfondire la descrizione della propria proposta, ma dovrà in ogni caso compilare la seguente tabella:*

Tabella A.1 – Piano della formazione (da compilare a cura della Ditta)

Dettaglio del Piano	Sintetica proposta della Ditta (compilare):
Caratteristiche generali	
durata dell'intervento formativo (in giornate);	
numero e qualifiche dei formatori;	
numero di ore complessive previste;	
numero di ore previste per ciascuna qualifica di formatori;	
numero dei moduli di formazione previsti;	
numero dei destinatari;	
temi trattati:	
sistemi di verifica dell'apprendimento, con particolare riferimento all'eventuale follow-up, con specifica delle modalità e la tempistica di effettuazione;	
descrizione del materiale didattico fornito	
Caratteristiche particolari	
La ditta si impegna, oltre alla formazione del personale sanitario, a garantire la formazione tecnica di primo intervento di numero due figure professionali individuate dalla stazione appaltante, anche presso la sede della Casa Madre delle apparecchiature offerte. Indicare sinteticamente modalità, luoghi e programma della formazione	

4. CRONOPROGRAMMA DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA

Le forniture saranno poste in opera in condizione di "pronte all'uso" secondo il crono-programma che la Ditta deve indicare in sede di offerta.

Il massimo periodo accettabile per la predisposizione di "pronto all'uso" è di 30 giorni dal momento dell'invio di richiesta da parte della Stazione Appaltante.

La Ditta deve inserire il programma temporale dell'esecuzione della fornitura e della relativa installazione. Il programma dovrà essere realizzato in forma di diagramma di Gantt, con scala dei tempi a partire dal primo giorno di consegna, indicando la durata in giorni lavorativi (ad esclusione del sabato) e le relative precedenze delle diverse fasi (tempi di consegna della fornitura, esecuzione, installazione, calibrazione, test preliminare, formazione del personale utilizzatore, collaudo, ecc.). Il programma temporale dovrà prevedere la conclusione delle attività (collaudo escluso) entro il termine massimo in giorni solari consecutivi indicato nel bando di gara, ovvero entro il termine migliorativo offerto in sede di gara. Tali termini decorreranno dalla data di consegna dei locali).

Tabella A.2 – diagramma di Gantt (da compilare a cura della Ditta)

n.	fase	Tempo espresso in (indicare: giorni o settimane)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
...									
n									

5. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Ciascuna Ditta concorrente dovrà produrre un programma delle attività che saranno rese a titolo di manutenzione e di assistenza tecnica per la durata della garanzia (e quindi senza aggravio di costi alla SA) che faccia riferimento alle seguenti condizioni.

La ditta dovrà proporre le condizioni di manutenzione FULL RISK durante il periodo di garanzia di 24 mesi.

Si precisa fin d'ora che, nell'ambito della validità dell'eventuale futuro contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà inviare copia di tutti gli interventi di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria e verifiche di sicurezza elettrica alla U.O. C di Ingegneria Clinica per permettere il controllo tecnico e per consentire l'avvio della procedura di liquidazione da parte del Provveditorato. Nelle copie degli interventi sopradescritti dovranno essere espressamente indicati i riferimenti amministrativi dell'Ordine o Determina o Delibera e devono essere convalidati con il timbro e firma del Reparto di appartenenza dell'apparecchiatura.

Caratteristiche di minima dei servizi di manutenzione. SLA (Service Level Agreement).

Premessa. Acronimi e definizioni.

Parametro	Definizione
Incidente	Ogni evento che non è parte del normale funzionamento di un servizio e che causa o potrebbe causare una interruzione o una riduzione della qualità del servizio.
Workaround	Soluzione temporanea a un problema, che implica che una soluzione definitiva sia necessaria per permettere al Cliente di lavorare secondo la qualità di servizio correntemente accettabile, senza interruzioni o ritardi nella erogazione delle prestazioni
Disponibilità del sistema	Abilità di completare le prestazioni che dipendono dalle soluzioni tecniche fornite da Ditta. Se c'è un qualsiasi metodo elettronico per raggiungere tale risultato allora il sistema è disponibile.
Downtime	denota lo stato di un sistema che non è operativo oppure l'intervallo di tempo in cui un sistema è in tale stato, che può essere dovuto ad un guasto, a indisponibilità per interventi di manutenzione non programmata, o comunque a qualsiasi altra causa. La misurazione viene effettuata in valori assoluti (per esempio, in minuti), oppure in percentuale in riferimento ad un periodo (per esempio, il 0,002% corrisponde ad un downtime di 10 minuti in un anno). Per misurare la durata di downtime si fa riferimento ad un periodo di tempo nel quale valgono le seguenti condizioni: 1) Il sistema non è disponibile per guasto; 2) il cliente ha notificato Ditta che il sistema non è disponibile

	3)il sistema è coperto da contratto di servizio ed è disponibile per il servizio di riparazione 4)il sistema non è in manutenzione programmata concordata con il cliente
Uptime	letteralmente «tempo in attività», traducibile in «tempo di funzionamento», denota l'intervallo di tempo in cui un singolo apparato o un intero sistema è stato ininterrottamente acceso e correttamente funzionante. La misurazione viene effettuata in valori assoluti (per esempio, in minuti), oppure in percentuale in riferimento ad un periodo (per esempio, il 99,998% corrisponde ad un downtime di 10 minuti in un anno)
Esclusioni	Non concorrono al calcolo del Downtime: - Gli interventi di manutenzione programmata, inclusa l'installazione di aggiornamenti e nuove versioni software - Guasti causati da prodotti non forniti dalla Ditta, o non sotto la responsabilità della Ditta (es. problemi di rete) - Trasferimento attrezzature - Modifiche non autorizzate del sistema (hardware e software) - Problemi causati da Software non autorizzato - Problemi relativi a lavori elettrici esterni alle attrezzature

Indice delle Severità di Guasto

Parametro	Definizione
Severità 1	Un incidente che non permette alla Stazione Appaltante di lavorare secondo il normale standard di funzionamento, che impedisce di erogare la prestazione per cui la attrezzatura è stata acquisita e per il quale non c'è una ragionevole soluzione immediata. Può anche trattarsi di un incidente che compromette l'integrità dei dati, o la sicurezza e la salute del paziente. Esempi: - blocco della attrezzatura; - Perdita di dati che causa problemi di sicurezza dei pazienti
Severità 2	La severità 2 è meno grave della severità 1. E un incidente che comunque permette al cliente di lavorare, al limite usando un workaround, ma che ha un significativo impatto negativo sul flusso di lavoro clinico di base, o può provocare perdite finanziarie. Esempi: - Crash frequenti di pc - Perdita di dati che non causa problemi di sicurezza dei pazienti
Severità 3	E un incidente che comunque permette al cliente di lavorare e ha un impatto moderato sul flusso di lavoro clinico di base. Esempi: - I pc non funzionano occasionalmente - la attrezzatura si blocca occasionalmente ma con interventi del personale locale può riavviarsi
Severità 4	Un incidente che ha un impatto minore sul sito o è un cambiamento programmato e concordato. Esempi: - Cambiamenti nella configurazione di utenti, licenze - Cambiamenti di tipo puramente estetico - minori malfunzionamenti che non generano ricadute tali da impedire la erogazione delle prestazioni ma rappresentano evento sentinella di possibili malfunzionamenti futuri di severità maggiore

Tabella A.3 - Scheda SAT (da compilare a cura della Ditta)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (SAT):					
	Denominazione della erogatrice del SAT				
	Sede amministrativa				
	Sede operativa da cui sarà effettuato il servizio				
	Numero di operatori tecnici dipendenti della ditta				
	Numero di operatori tecnici dipendenti della ditta nella sede da cui sarà effettuato il servizio				
	PARAMETRI	Risposta			
SAT 1	CARATTERISTICHE				
SAT 1.1	numero sedi SAT in regione	n.			
SAT 1.2	ubicazione sede SAT più vicina	n.			
SAT 1.3	numero tecnici addetti alla manutenzione del dispositivo offerto	n.			
SAT 2	MODALITA' DI RICHIESTA TEMPI DI INTERVENTO				
SAT 2.1	Modalità di richiesta tramite Call center, servizi tecnici contattabili via email, etc				
SAT 2.2	tempo massimo di risposta dal momento del ricevimento della chiamata				
SAT 2.3	tempo massimo di intervento su chiamata dal momento del ricevimento del fax di chiamata	Severità guasto 1	ore		
		Severità guasto 2	ore		
		Severità guasto 3	ore		
		Severità guasto 4	ore		
SAT 2.4	Ordine del materiale consumabile: tempo di consegna dalla data di ordine	giorni			
SAT 3	DISPONIBILITA'				
	Orario di disponibilità alla ricezione delle segnalazioni dei guasti				
SAT 3.1	giorni feriali	dalle	alle		
SAT 3.2	giorni prefestivi	dalle	alle		
SAT 3.3	giorni festivi	dalle	alle		
SAT 3.4	Orario di disponibilità alla erogazione di interventi di manutenzione				
	giorni feriali	dalle	alle		
	giorni prefestivi	dalle	alle		
	giorni festivi	dalle	alle		
SAT 3.5	Dichiarazione circa la percentuale minima garantita di ore di disponibilità delle forniture rispetto alle ore lavorative	% _____			
SAT 3.6	numero di interventi di preventiva nell'arco di un anno che saranno erogati in modo programmato	n.			
SAT 4	FORMAZIONE				
SAT 4.1	disponibilità ad istruire tecnici incaricati dalla SA per il primo intervento	si	☐	no	☐

SAT 4.2	disponibilità a fornire le procedure per il primo intervento	si	☐	no	☐
SAT 4.3	disponibilità a fornire i ricambi per i tecnici incaricati dall'ASL BA	si	☐	no	☐
SAT 5	Reperibilità di Ricambi ed accessori				
SAT 5.1	Numero minimo di anni per i quali si garantisce la disponibilità di tutti i ricambi e gli accessori	n.			
SAT 6	Fermo Macchina programmato				
SAT 6.1	numero di giorni annuali di fermo macchina necessari alle operazioni di manutenzione programmata	gg.			
SAT 6.2	percentuale di up-time annuale garantita al netto del numero di giorni di fermo macchina necessari alla manutenzione programmata preventiva	%			
SAT 7	Esclusioni dal contratto offerto dalla ditta a copertura degli oneri di propria competenza compreso nel prezzo di offerta				
SAT 7.1	La manutenzione preventiva (ordinaria) è contemplata come onere a carico della ditta offerente. La manutenzione ordinaria deve comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i controlli di sicurezza, la regolazione, l'elettronica, la calibrazione, la sostituzione di eventuali parti difettose e tutti gli interventi rientranti nella manutenzione generale dell'apparecchiatura nella configurazione fornita.	(elencare)			
SAT 8	Modalità operative				
SAT 8.1	previsione, per tutto il periodo di garanzia, di tutti gli interventi di manutenzione programmata e sostituzione dei componenti e degli accessori delle apparecchiature, anche di tipo consumabile (quali per esempio le batterie, le lampade, le parti in vetro, le celle di ossigeno i trasduttori etc.)		☐	no	☐
SAT 8.2	Manutenzione correttiva, su segnalazione dell'Ente, da considerarsi in numero illimitato, con eliminazione dei guasti con sostituzione di tutte le parti di ricambio difettose con parti di ricambio originali, anche con sostituzione dell'intero sistema qualora non fosse riparabile entro 24 ore solari		☐	no	☐
SAT 8.3	Aggiornamenti Hardware e Software		☐	no	☐
SAT 8.4	Garanzia, a proprio carico, per il periodo di copertura di garanzia, del costante aggiornamento dell'apparecchiatura oggetto del presente Capitolato con l'ultima release disponibile e messa in commercio; prima dell'eventuali modifiche e di miglioramenti tecnici, la Ditta ha l'obbligo di tenere informata preventivamente la SA, la quale ha la facoltà di opporsi alla sostituzione o all'introduzione di modifiche e/o miglioramenti quando questi possano determinare cambiamenti nei programmi stabiliti.		☐	no	☐
SAT 9	Disponibilità dei pezzi di ricambio				
SAT 9.1	La ditta dovrà indicare il tempo in anni per il quale vengono garantiti i ricambi a partire dalla data di installazione dell'apparecchiatura, comunque non inferiore a 10 anni				

Tipologia Servizi	Descrizione Servizi/ Programmi		Unità di misura	Standard minimi richiesti	Offerta della Ditta (compilare)
Servizi di Assistenza Tecnica	Help Desk - Orari ricezione richieste di assistenza		(da h. a h.)	8,30-17,00	
	Help Desk - Tempo di Risposta		(in minuti)	3 minuti	
	Interventi di manutenzione correttiva (riparazione)		(n./anno)	illimitati	
	Interventi di riparazione on site		(n./anno)	illimitati	
	Interventi di manutenzione preventiva		(n./anno)	secondo manuale d'uso	
	Interventi di Manutenzione Proattiva		(n./anno)	2	
	Massimo Downtime		Giorni/anno	10 giorni	
	Minimo Uptime garantito		%	85%	
	Tempo di intervento	Guasto Severità 1	ore	< 2	
		Guasto Severità 2	ore	< 4	
		Guasto Severità 3	ore	< 8	
		Guasto Severità 4	ore	< 24	
Servizi di Assistenza Tecnica Aggiuntivi	Reperibilità e supporto specialistico telefonici 24x7		Si/no	si	
	Reperibilità Remota & On site (Full) 24x7		Si/no	no	
	Fornitura di apparecchiatura sostitutiva entro le 24 ore solari, 7 giorni su 7, 365 gg all'anno, festivi inclusi.		Si/no	no	
Parti di Ricambio	Sostituzione di parti di ricambio		Si/no	si	
Altro (eventuale):					

6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per favorire la migliore comparazione tra le offerte da parte della Commissione giudicatrice, le ditte concorrenti devono formulare, per ciascun lotto di interesse, una relazione tecnica descrittiva struttura esattamente nei **capitoli** e nei **paragrafi** riportati nelle prime due colonne delle griglie di valutazione (es. Capitolo 1 – Caratteristiche generali; Paragrafo 1.1 – Progetto di formazione; Paragrafo 1.2 ...; Capitolo 2 – Caratteristiche particolari; Paragrafo 2.1 – Migliorie; ecc.).

I paragrafi 1.1, 1.2, e 1.3 di ciascuna relazione sono costituiti, rispettivamente, dalle tabelle A.1, A.2 e A.3 allegate al presente capitolato da compilare a cura della ditta. È preferibile che le tabelle siano inserite all'interno della relazione.

La Commissione valuterà le offerte attribuendo a ciascun paragrafo di ciascun capitolo il punteggio massimo indicato nella colonna "sub punteggio" delle seguenti griglie di valutazione moltiplicati per i coefficienti previsti dall'art. 13 del disciplinare.

Griglia di valutazione dei lotti nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Proposta della ditta	Punteggio totale	Sub punteggio
Cap. 1	Caratteristiche generali dell'offerta	Elementi a disposizione della Commissione per la valutazione della proposta	10	-
Par. 1.1	Progetto di formazione	La tabella A.1 prevista al punto 3 del presente capitolato		2
Par. 1.2	Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine	La tabella A.2 prevista al punto 4 del presente capitolato		2
Par. 1.3	Condizioni di garanzia e manutenzione	La tabella A.3 prevista al punto 5 del presente capitolato		4
Par. 1.4	Eco-sostenibilità dell'offerta	Maggiore eco-sostenibilità, maggiore punteggio		2
Cap. 2	Caratteristiche particolari dell'offerta	Elementi a disposizione della Commissione per la valutazione della proposta	60	-
Par. 2.1	Materiali di realizzazione rivestimento interno	Sarà data preferenza alle offerte che garantiscono migliori caratteristiche di qualità del materiale costruttivo, spessori dei materiali, ai fini di un uso intensivo giornaliero e di un uso durevole negli anni nonché maggiore resistenza ai prodotti chimici utilizzati per la disinfezione		6
Par. 2.2	Sistemi migliorativi per l'organizzazione interna	Sarà valutata positivamente il progetto di organizzazione degli spazi, numero cassette e ottimizzazione dei volumi utili al carico		7
Par. 2.3	Materiali di realizzazione e caratteristiche struttura esterna	Sarà data preferenza alle offerte che garantiscono migliori caratteristiche di qualità del materiale costruttivo, spessori dei materiali, ai fini di un uso intensivo giornaliero e di un uso durevole negli anni nonché maggiore resistenza ai prodotti chimici utilizzati per la disinfezione		7
Par. 2.4	Sistemi di tenuta e uniformità a garanzia della temperatura impostata	Descrivere la soluzione tecnologica utilizzata a garanzia della tenuta della temperatura		3
Par. 2.6	Sistema di controllo delle aperture porte	Descrivere la soluzione tecnologica utilizzata per la chiusura e controllo delle porte		3
Par. 2.7	Impianto frigorifero	Saranno premiate le soluzioni con tecnologia a risparmio energetico		8
Par. 2.8	Impianto refrigerante	Descrivere tecnologia, tipologia di gas		8

		utilizzato, numero di stadi, tipologia di alimentazione elettrica, sistemi di risparmio energetico		
Par. 2.9	Contenimento della rumorosità	Maggior abbattimento, maggiore punteggio		5
Par. 2.10	Display	Saranno valutate positivamente le caratteristiche funzionali prestazionali e le maggiori dimensioni		5
Par. 2.11	Porte/interfacce e connettività di comunicazione	Saranno valutate positivamente numero e tipologia		5
Par. 2.12	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto	Le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante		3
TOTALE			70	70

Griglia di valutazione del solo lotto n. 6

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – lotto n. 6	Descrizione a cura della ditta	Punteggio totale	Sub punteggio
Cap. 1	Caratteristiche generali dell'offerta	Elementi a disposizione della Commissione per la valutazione della proposta	10	-
Par. 1.1	Progetto di formazione	La tabella A.1 prevista al punto 3 del presente capitolato		2
Par. 1.2	Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine	La tabella A.2 prevista al punto 3 del presente capitolato		2
Par. 1.3	Condizioni di garanzia e manutenzione	La tabella A.3 prevista al punto 3 del presente capitolato		4
Par. 1.4	Eco-sostenibilità dell'offerta			2
Cap. 2	Caratteristiche particolari della offerta	Elementi a disposizione della Commissione per la valutazione della proposta	60	-
Par. 2.1	Materiali di realizzazione rivestimento interno	Sarà data preferenza alle offerte che garantiscono migliori caratteristiche di qualità del materiale costruttivo, spessori dei materiali, ai fini di un uso intensivo giornaliero e di un uso durevole negli anni nonché maggiore resistenza ai prodotti chimici utilizzati per la disinfezione		5
Par. 2.2	Numero e caratteristiche degli agitatori interni	Descrivere caratteristiche tecniche degli agitatori, tipologia, numero di giri, dimensioni, numero di provette processabili		5
Par. 2.3	Consumo di CO2	Saranno premiate soluzioni a minore consumo		4
Par. 2.4	Materiali di realizzazione e caratteristiche struttura esterna	Sarà data preferenza alle offerte che garantiscono migliori caratteristiche di qualità del materiale costruttivo, spessori dei materiali, ai fini di un uso intensivo giornaliero e di un uso durevole negli anni nonché maggiore resistenza ai prodotti chimici utilizzati per la disinfezione		7
Par. 2.6	Sistemi di tenuta e uniformità a garanzia della temperatura impostata	Descrivere la soluzione tecnologica utilizzata a garanzia della tenuta della temperatura		3
Par. 2.7	Sistema di controllo delle aperture porte	Descrivere la soluzione tecnologica utilizzata per la chiusura e controllo delle porte		3
Par. 2.8	Impianto frigorifero	Saranno premiate le soluzioni con tecnologia a risparmio energetico		8

Par. 2.9	Impianto refrigerante	Descrivere tecnologia, tipologia di gas utilizzato, numero di stadi, tipologia di alimentazione elettrica, sistemi di risparmio energetico		7
Par. 2.10	Contenimento della rumorosità	Maggior abbattimento, maggiore punteggio		5
Par. 2.11	Display	Saranno valutate positivamente le caratteristiche funzionali prestazionali e le maggiori dimensioni		5
Par. 2.12	Porte/interfacce e connettività di comunicazione	Saranno valutate positivamente numero e tipologia		5
Par. 2.13	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto	Le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante		3
TOTALE			70	70

Nel seguito si espone la **scheda A.4**, da compilare a cura della Ditta, nella quale vengono riportate le caratteristiche di minima richieste (colonna di sinistra). Le ditte concorrenti devono indicare nell'apposito spazio riservato (colonna di destra) "sì" o "no" e la descrizione sintetica dell'elemento possibilmente con il riferimento alla documentazione tecnica nella quale è possibile verificare l'informazione.

Tabella A.4 - Scheda caratteristiche minime (da compilare a cura della Ditta. I campi A e B sono comuni a tutti i lotti. Gli altri campi vanno compilati solo per i lotti di proprio interesse).

Spazio riservato alla Stazione Appaltante		Spazio riservato alla Ditta	
CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I LOTTI		SI/NO	DESCRIZIONE SINTETICA CON RIFERIMENTO ALLA PAGINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA (SCHEDE TECNICHE, MANUALI, ECC.). PRECISARE SE TRATTASI DI PRODOTTO EQUIVALENTE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
A	I sistemi offerti dovranno essere di ultima generazione e di ultima release con le caratteristiche tecniche più avanzate al fine di ottenere la migliore performance del sistema		
B	Tutte le apparecchiature dovranno essere realizzate in maniera tale da essere altamente resistenti agli agenti chimici per le dovute ed accurate pratiche di disinfezione (descrivere) e possedere un adeguato livello IP contro le infiltrazioni di liquidi dovute alle azioni di lavaggio e disinfezione.		
LOTTO 1	CONGELATORE PER ABBATTIMENTO RAPIDO SACCHE DI PLASMA DESTINATO AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMO-COMPONENTI COMPRESO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO (DI MINIMA).		
	Congelatore per abbattimento rapido della temperatura in grado di congelare sacche di plasma fresco ad una temperatura di almeno - 30°C, entro e non oltre i 60 minuti, in osservanza		

	alle norme internazionali per la salvaguardia dei principi attivi contenuti nel plasma.		
	Capacità: 250 litri circa Capacità (in sacche di plasma) indicativamente pari a: n° 40 sacche di capacità nominale 250 ml (sacche da separazione) n° 14 sacche di capacità nominale 750 ml (sacche da aferesi).		
	La temperatura di esercizio all'avvio del ciclo deve essere = -80°C e comunque non superiore a -75 °C		
	L'apparecchiatura potrà essere in configurazione verticale o orizzontale, con carico orizzontale.		
	Il sistema deve garantire il rispetto della Raccomandazione Europea R(95)15 in termini di tempo di raggiungimento della temperatura ed R(86)6 in termini di maggior resa del Fattore VIII (congelamento delle sacche in posizione orizzontale).		
	Struttura portante costituita da scocca e sportello in lamiera di acciaio verniciati a polveri, con ruote e piedini per maggior stabilità, vano interno in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati.		
	Isolamento termico a base di schiume poliuretaniche, spessore isolamento non inferiore a 100 mm.		
	Chiusura dello sportello con serratura elettro-attuata o dispositivo analogo, controllato da elettronica a bordo macchina, per impedire l'apertura manuale dell'apparecchio durante il ciclo di congelamento.		
	Numero di ripiani porta sacche non inferiore a 4 , del tipo refrigerato, in grado di congelare sacche di qualsiasi forma e volume: possibilità di utilizzo di sacche con formati da 200-300 ml sino a 600-1000ml		
	Pannello di controllo del gruppo frigo posizionato frontalmente, dotato di interruttore on/off con segnalazione luminosa, indicatore acustico e visivo di fine ciclo di congelamento, allarme di massima per alta pressione circuito refrigerante alto/basso stadio, display digitale per la visualizzazione della temperatura interna (Risoluzione display di 0,1°C sia nella visualizzazione che nell'impostazione).		
	Il sistema di regolazione, controllo e monitoraggio, con sonde PT100, deve essere integrato nella macchina, e deve permettere agli utenti di svolgere l'attività di carico/scarico delle sacche di plasma e di interfacciare il dispositivo con il sistema gestionale informatico locale. Tali attività devono poter aver luogo tramite computer di bordo integrato, con monitor LCD Touch a colori e tastiera capacitiva, per la gestione delle attività e il monitoraggio parametri, che implementi su un'unica videata le sezioni di regolazione e di allarme.		
	Segnalazione allarmi tramite segnale acustico e visivo per temperatura min/max, mancanza tensione di rete, porta aperta, avaria batteria		

	tampone, avaria sonde, avarie compressori, avaria sezione di regolazione, avaria sezione di allarme.		
	Sistema di congelamento costituito da due compressori in cascata, del tipo semiermetico e condensati ad aria. Il circuito frigorifero deve funzionare con gas refrigerante CFC-free non vietato dal protocollo di Montreal e non contemplato come dannoso nella revisione di Londra.		
	Il congelamento delle sacche deve avvenire in posizione orizzontale attraverso conduzione termica del ripiano refrigerato, per garantire uniformità di congelamento, corretta distribuzione e conservazione dei fattori proteici fondamentali, contenuti nel plasma		
	Software di controllo e gestione del ciclo di congelamento in lingua italiana, con lettore di codice a barre esterno per identificazione sacche, porta USB per connessione di stampante esterna, porta Ethernet per trasferimento dei dati di congelamento		
	Caratteristiche di minima del software:		
	Acquisizione della sacca nell'archivio attraverso la lettura del barcode presente sulle sacche in uso		
	Gestione utenti con macchina accessibile solo da personale autorizzato tramite nome utente e password		
	Contatore di sacche caricate		
	Lettura e memorizzazione dei codici delle sacche caricate		
	Gestione dell'archivio dei codici delle sacche in accordo con i maggiori standard internazionali (AABB, ISBT).		
	Procedura di monitoraggio attivo e validazione dell'effettivo congelamento sacche che non preveda l'utilizzo di dummy bags		
	Produzione e stampa di file report contenenti almeno i dati di inizio ciclo (data/ora), utente che ha effettuato il carico e lo scarico, numero sacche e tipologia, codice sacca, esito del ciclo		
	Tutte le operazioni eseguite devono essere memorizzate dal sistema, incluso identificazione dell'operatore		
	Il congelatore deve essere dotato di porta Ethernet ed USB e deve essere interfacciabile in maniera unidirezionale con software gestionale attraverso cartella condivisa		
	Funzione di stoccaggio delle sacche eventualmente non scaricate a fine ciclo, con conservazione a temperatura idonea		
	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO Nella fornitura deve essere compreso l'aggiornamento tecnologico onsite e lo spostamento presso il Centro di Lavorazione Emocomponenti del PTA di Triggiano di n. 2 (due) congelatori rapidi, già in dotazione a questa ASL (Modelli Plasmafrost 3 attualmente installati presso Strutture Trasfusionali di Altamura e Di Venere)		

	Tale aggiornamento deve prevedere l'update del sistema operativo con software Windows, ed eventuale integrazione della parte hardware (personal computer e lettori di codici a barre).		
LOTTO 2	FRIGOEMOTECHE A + 4°C DESTINATE AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMO-COMPONENTI (DI MINIMA)		
	Configurazione verticale Temperatura di lavoro impostabili da operatore in un campo di temperatura regolabile almeno tra circa +2 °C e +8 °C con grado di accuratezza al decimo di grado Capacità interne indicative da 650 l Dotate di gruppo frigorifero affidabile silenzioso rumorosità massima nei limiti di legge Funzionante con gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free Isolamento in poliuretano ad alta densità Sbrinamento completamente automatico è che consente la raccolta e l'evaporazione automatica della condensa senza creare sbalzi interni di temperatura Tipo di refrigerazione ventilazione forzata in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +38 °C Dotata di almeno 6 cassette scorrevoli in acciaio inox con divisori interni per contenimento sacca Struttura esterna in acciaio plastificato tossico oppure pre-verniciato Camera interna in materiali antibatterico e/o facilmente sanificabile Dotato di memoria per la registrazione e l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi e acustici tacitabili • Alta e bassa temperatura • Black out • Porta aperta • Guasto sonde di temperatura • Condensatore Visualizzazione dello storico degli allarmi, anta in vetro temperato anti appannante e termo isolante con triplo spessore oppure doppio vetro con gas inserito all'interno del vetro camera Dotata di dispositivo di ritorno per la chiusura automatica e fermaporta Porta dotata di chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e maniglia ergonomica Illuminazione interna ad alta efficienza Dotata di sistema di controllo microprocessore e memoria interna con display da almeno 7"		

	totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di • Temperatura interna • Temperatura impostata • Indicazione di limite di allarme minimo e massimo • Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di Riusualizzazione a posteriori • Stato di carica della batteria Accesso le varie funzioni dell'Datalogger tramite password differenziate Dotato di batteria tampone Dotato almeno delle seguenti porte e interfaccia • USB • Contatti puliti • RS 485 Prenotazione elettrica 220 V, 50 Hz Dotato di piedini livellatori Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterne (es. Sirius, Spylog,Xweb)		
	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto; le migliori potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante		
LOTTO 3	CONGELATORI – 40° DESTINATI AL CENTRO DI QUALIFICAZIONE BIOLOGICA (DI MINIMA)		
	Capacità ALMENO 700 litri a configurazione verticale		
	Temperatura di esercizio – 40°C		
	Campo di temperatura da -20°C a -40°C		
	Congelatore dotato di microprocessore e display digitale		
	Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciata con interno in termoformato e serpentina a gas caldo posizionata sulla cornice della vasca per evitare formazione di ghiaccio sulle guarnizioni.		
	Struttura Interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitarne la pulizia.		
	Filtro condensatore antipolvere lavabile.		
	Porta principale realizzata con le stesse caratteristiche della struttura esterna, dotata di apertura e di chiusura porta tramite maniglia ergonomica a chiave integrata		
	Controportelli interni uguali o superiori a 4 dotati di chiusura magnetica e ripiani interni in acciaio inox AISI 304		
	Ruote piroettanti integrate nel profilo del congelatore e con piedini anteriori regolabili.		
	Valvola di compensazione che consenta di ridurre i tempi tra due successive aperture.		

	Isolamento ottenuto con combinazione di pannelli sottovuoto e schiume poliuretaniche CFC Free.		
	Spessore isolamento non inferiore a 70 mm.		
	Foro passante.		
	Sistema di raffreddamento costituito da compressore ermetico e serpentina in tubo di rame, avvolta attorno alla vasca del congelatore, funzionante con gas refrigerante non vietato dal protocollo di Montreal e non contemplato come dannoso nella revisione di Londra.		
	Sistema di regolazione e controllo elettronico di ultima generazione, dotato di display touch screen da almeno 7" retroilluminato ed interamente a colori, in grado di mostrare contemporaneamente data e ora di sistema, temperatura impostata, temperatura attuale, limiti degli allarmi e grafico della temperatura.		
	Visualizzazione delle temperature con risoluzione 0,1 °C		
	Porta USB frontale per esportare su USB-key tutte le impostazioni, valori memorizzati e file log degli eventi, per la memorizzazione su PC o trasferimento ad altre macchine compatibili: i dati esportati devono essere utilizzabili con software dedicato.		
	Il sistema deve inoltre produrre allarmi per temperatura alta o bassa (impostazione regolabile), prolungata apertura porte, mancanza di corrente o tensione fuori range, malfunzionamento compressore, guasto relè, batteria tampone scarica, sonde guaste		
	Il sistema di allarme deve essere in grado di segnalare situazioni critiche quali utilizzo del compressore fuori range, ed altre anomalie del sistema, per consentire interventi programmati in grado di anticipare eventuali fermo-macchina.		
	-		
	In caso di assenza di alimentazione il sistema deve poter comunque garantire il funzionamento del display e della scheda con batteria di backup e la funzionalità della registrazione dei valori derivanti dalla sonda di allarme		
LOTTO 4	CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO PER ARMADIO PREFABBRICATO DA CA. 6000 LT PER CONSERVAZIONE PLASMA, VALIDATO CE COME DM, A TEMPERATURA DI -30°C DESTINATO AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMOCOMPONENTI DIMENSIONI ESTERNE INDICATIVE [MM CIRCA] L:3.900 X P:1.300 X H:2.200 (DA VERIFICARE IN SEDE DI SOPRALLUOGO)		
	Capacità netta: circa 6000 litri		
	Temperatura di esercizio -30°C		
	Campo di temperatura: -20°C / -75°C		
	Uniformità su tutto il volume utile: +4°C (escluso sbrinamento) con setpoint a -30°C e sonda in aria		

	Struttura portante costituita da pannelli prefabbricati, assemblati tra loro, esterno in lamiera di acciaio zincato preverniciato, interno in acciaio inox AISI 304		
	N. 4 (quattro) porte di servizio con luce netta 600x1.600H mm circa, chiusure e guarnizioni speciali in gomma.		
	Resistenze elettriche riscaldanti poste sulla guarnizione e battuta porta, per evitare formazione di ghiaccio sulle guarnizioni stesse		
	N° 24 (ventiquattro) ripiani forati in acciaio inox [6 (sei) per anta] regolabili in altezza.		
	Portata massima singolo ripiano non inferiore a 40 kg		
	Isolamento termico ottenuto con iniezione di schiume poliuretaniche sotto forte pressione (tecnica "sandwich"), con spessore isolamento non inferiore a 120 mm.		
	Valvola di compensazione riscaldata in dotazione		
	Impianto frigorifero con compressore semi-ermetico posto a terra di fianco all'armadio o nella parte alta dell'armadio o in posizione remota a max 5 metri lineari (da definire in sede di installazione)		
	Sistema di refrigerazione costituito da unità condensatrice con condensazione ad aria tramite n°2 ventilatori assiali con variatore di velocità.		
	Compressore semi-ermetico, a gas refrigerante ecocompatibile, con elevata efficienza energetica e ambientale, non vietato dal protocollo di Montreal e non contemplato come dannoso nella revisione di Londra		
	L'armadio deve essere completo di impianto frigorifero ed elettrico ridondante a funzionamento alternato, per garantire un uguale e costante funzionamento nel tempo		
	L'impianto frigorifero secondario dovrà avere le medesime caratteristiche indicate per l'impianto primario e dovrà essere gestito da un proprio sistema di controllo e monitoraggio		
	Trattamento interno dell'aria con evaporatore interno a ventilazione forzata, ancorato lateralmente sul soffitto dell'armadio		
	Sbrinamento automatico temporizzato, presenza di sonda per il controllo della temperatura all'interno dell'evaporatore per gestire la durata dello sbrinamento e la partenza della ventilazione.		
	Termostato meccanico di sicurezza.		
	Impianto elettrico con cavi del tipo antifiamma, multipolari, dimensionati per il carico che devono garantire, componenti elettrici posizionati sulla parte superiore dell'armadio.		
	Quadro elettrico con controporta in vetro installato in prossimità dell'armadio per il controllo della macchina e per la visualizzazione temperatura e allarmi.		
	Sistema di regolazione e controllo elettronico di ultima generazione, dotato di display touch screen da almeno 7" retroilluminato ed interamente a colori, in grado di mostrare contemporaneamente		

	data e ora di sistema, temperatura impostata, temperatura attuale, limiti degli allarmi e grafico della temperatura.		
	Visualizzazione delle temperature con risoluzione 0,1 °C		
	Porta USB frontale per esportare su USB key tutte le impostazioni, valori memorizzati e file log degli eventi, per la memorizzazione su PC o trasferimento ad altre macchine compatibili: i dati esportati devono essere utilizzabili con software dedicato.		
	Visualizzazione dei parametri variabile a seconda della necessità, in modalità tempo reale e storica, in un arco temporale di sei ore		
	Il sistema deve inoltre produrre allarmi per temperatura alta o bassa (impostazione regolabile), prolungata apertura porte, mancanza di corrente o tensione fuori range, malfunzionamento compressore, guasto relè, batteria tampone scarica, sonde guaste		
	Il sistema di allarme deve essere in grado di segnalare situazioni critiche quali utilizzo del compressore fuori range e relè del compressore prossimo a fine vita, per consentire interventi programmati in grado di anticipare eventuali fermo-macchina.		
	L'apparecchiatura deve avere una batteria tampone per garantire le funzioni del controllore in caso di mancata alimentazione di rete, con autonomia di almeno 36 ore		
	In caso di assenza di alimentazione il sistema deve poter comunque garantire il funzionamento del display e della scheda con batteria di backup e la funzionalità della registrazione dei valori derivanti dalla sonda di allarme		
	Il sistema deve essere disattivabile in caso di guasto per alta condensazione o alta pressione, allarme di alta temperatura o alimentazione mancante ad una sola unità, e può essere sospeso con riattivazione automatica, in caso di guasto alle sonde, allarme di utilizzo elevato del compressore e superamento del tempo massimo di sbrinamento		
	L'armadio deve essere equipaggiato di sistema per il controllo degli accessi, tramite card a radiofrequenza, in grado di tracciare e registrare tutte le aperture della macchina, riservate solo a personale autorizzato: ogni accesso deve poter essere tracciabile e registrabile nella memoria residente del controller dello strumento		
	Dotazione di serie di 3 card con possibilità di associare anche altre card alla strumentazione.		
	Possibilità di accesso alla camera anche in caso di avaria o smarrimento delle card, tramite opportuno Intervento su interruttore principale		
	Modulo di connessione Ethernet per interconnessione a sistema di monitoraggio remoto residente		
LOTTO	CARATTERISTICHE SPECIFICHE CONGE-		

5	LATORE -30°C (DI MINIMA) Configurazione verticale Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un range di temperatura regolabile almeno tra -10 e -30 °C con grado di accuratezza al decimo di grado Capacità interne indicativa da 750 l Dotato di gruppo in frigorifero affidabile silenzioso rumorosità massima nei limiti di legge Funzionamento con gas refrigerante ecologico di tipo C FC e HCFC free Isolamento in poliuretano ad alta densità Dotato di almeno tre ripiani regolabili in altezza con possibilità di montaggio anche di cassette Struttura esterna in acciaio plastificata Atossico oppure preverniciato Camera interna in materiale antibatterico e o facilmente sanificabile suddivisa in almeno quattro scompartimenti chiusi ciascuno da un proprio contro sportello Dotato di memoria per la registrazione e l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni Dotato almeno dei seguenti allarmi visive ed acustici tacita abili • Alta e bassa temperatura • Black out • Porta aperta • Guasto sonde di temperatura condensatore Visualizzazione dello storico degli allarmi Porta dotata di guarnizione di valvola compensatrice e chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e maniglia ergonomica Dotato di sistema di controllo amico processore e memoria interna con display da almeno 7" totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di • Temperatura interna • Temperatura impostata • Indicazione di limite di allarme minimi e massimi • Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di rivisualizzazione a posteriori • Stato di carica della batteria • Accesso alle varie funzioni dell'Datalogic tramite password differenziate Dotato di batteria tampone Dotato almeno delle seguenti porta interfaccia • USB • Contatti puliti • RS 485 Alimentazione elettrica 220 V, 50 Herz Dotato di piedini livellatori Conformità al marchio CE Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterno esempio Sirius Spylog Xweb		
	Migliorie offerta nella fornitura del lotto le migliori potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei		

	medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla stazione appaltante		
LOTTO 6	INCUBATORI INTEGRATI CON AGITATORI PIASTRINICI DESTINATI AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMOCOM-PONENTI		
	Configurazione dell'incubatore: verticale da pavimento con tensione di alimentazione 230V		
	L'apparecchiatura incubatore con agitatori piastrinici integrati dovrà essere conforme alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CE		
	L'apparecchiatura deve avere una capacità nominale come incubatore ≥ 700 litri		
	L'apparecchiatura deve avere una temperatura di esercizio di $+22^{\circ}\text{C}$ con tolleranza $\pm 2^{\circ}\text{C}$		
	L'incubatore deve essere integrato con un minimo di 2 agitatori		
	La struttura interna deve essere completamente in acciaio inox Aisi304 con angoli arrotondati per facilitarne la pulizia		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di isolamento termico di almeno 40 mm di spessore e la schiuma isolante deve essere di poliuretano espanso priva di CFC		
	Il refrigerante deve essere di ultima generazione		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di valvola per ricarica gas in sede di manutenzione		
	L'apparecchiatura deve avere una porta con visiva trasparente auto chiudente completa di guarnizioni magnetiche, dotata di un sistema di chiusura /apertura degli sportelli sicura con chiave		
	Presenza illuminazione interna		
	L'apparecchiatura dovrà avere la predisposizione per inserimento sonda temperatura sistema esterno per la rilevazione della temperatura in continuo		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di un sistema che garantisca la massima uniformità interna di temperatura		
	L'apparecchiatura deve avere un sistema di arresto automatico in caso di apertura porta con riavvio automatico del programma di lavoro dopo successiva chiusura della porta stessa		
	L'apparecchiatura deve avere un display che mostri almeno la data e l'ora di sistema, la temperatura impostata, la temperatura attuale, i limiti degli allarmi e il grafico della temperatura		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di una porta USB per esportare tutte le impostazioni, i valori memorizzati e i file log degli eventi: i dati esportati devono poter essere memorizzati su PC o trasferiti su altre macchine compatibili		
	Presenza contatto per allacciamento sistema allarme remoto		
	Gli agitatori all'interno dell'incubatore devono essere attuati da motori indipendenti		

	programmabili da sistemi digitali di regolazione		
	Ognuno degli agitatori deve avere la possibilità di alloggiare minimo 100 sacche disposte su ripiani a griglia scorrevoli verso l'esterno e facilmente estraibili		
	L'apparecchiatura deve avere una rumorosità <=60db ad un metro di distanza		
	L'apparecchiatura in caso di mancata alimentazione di rete deve essere alimentata tramite batteria tampone con ricarica automatica per garantirne le funzioni di monitoraggio con autonomia minima di 24h		
LOTTO 7	CARATTERISTICHE SPECIFICHE FRIGORIFERO BIOLOGICO A SINGOLA ANTA DI MINIMA		
	Frigorifero biologico pensato appositamente per garantire le corrette condizioni di conservazione per tutti i tipi di campioni biologici, completo di ogni accessorio necessari al normale corretto utilizzo e aventi le seguenti caratteristiche tecniche: Configurazione verticale Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un campo di temperatura regolabile almeno tra circa +2 è +8 °C con grado di accuratezza al 10° di grado Capacità interne indicative da 500 L. dotato di gruppo frigorifero affidabile silenzioso con rumorosità massima nei limiti di legge Funzionante con gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free Isolamento in poliuretano ad alta densità Sbrinamento completamente automatiche che consente la raccolta e l'evaporazione automatica della condensa senza creare spazi interni di temperatura Tipo di refrigerazione ventilazione forzata in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +38° Dotato di almeno 3 ripiani grigliati regolabili in altezza con possibilità di montaggio anche di cassetti Struttura esterna in acciaio plastificato atossico oppure pre-verniciato Camera interna il materiale antibatterico facilmente sanificabile Dotato di memoria per la registrazione l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi acustici tacita abili ● Alta e bassa temperatura ● Black out ● Porta aperta ● Guasto sonde di temperatura ● Condensatore Visualizzazione dello storico degli allarmi Anta in vetro temperato antiappannante e		

	termoisolante con triplo spessore oppure doppio vetro con gas inserito all'interno del vetro camera dotata di dispositivo di ritorno per la chiusura automatica fermo porta Porta dotata di chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e di maniglia ergonomica Illuminazione interna ad alta efficienza Dotato di sistema di controllo a microprocessore e memoria interna con display da almeno 7" totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di ● Temperatura interna ● Temperatura impostata ● Indicazione di limite di allarme minimo e massimo ● Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di Rivisualizzazione a posteriori ● Stato di carica della batteria Accesso alle varie funzioni del Data logger tramite password differenziate Dotato di batteria tampone Dotato almeno delle seguenti porta interfaccia ● USB ● Contatti puliti ● RS 485 Alimentazione elettrica 220 V 50Hz Dotato di piedini livellatori Conformità alle seguenti direttive 2066/42 CE, 2014/35/UE, 2004/108 CE Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterno (ES. Sirius, Spylog, Xweb)		
	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto; le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante		
	Caratteristiche specifiche di minima frigorifero biologico a doppia anta		
	Frigorifero biologico pensato appositamente per garantire le corrette condizioni di conservazione per tutti i tipi di campioni biologici, completo di ogni accessorio necessari al normale corretto utilizzo e aventi le seguenti caratteristiche tecniche: Configurazione verticale Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un campo di temperatura regolabile almeno tra circa +2 è +8 °C con grado di accuratezza al 10° di grado Capacità interne indicative da almeno 1100 l dotato di gruppo frigorifero affidabile silenzioso con rumorosità massima nei limiti di legge Funzionante con gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free Isolamento in poliuretano ad alta densità Sbrinamento completamente automatiche che		

consente la raccolta e l'evaporazione automatica della condensa senza creare spazi interni di temperatura Tipo di refrigerazione ventilazione forzata in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +38° Dotato di almeno 6 ripiani grigliati regolabili in altezza con possibilità di montaggio anche di cassette Struttura esterna in acciaio plastificato atossico oppure preverniciato Camera interna il materiale antibatterico facilmente sanificabile Dotato di memoria per la registrazione l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi acustici tacita abili • Alta e bassa temperatura • Black out • Porta aperta • Guasto sonde di temperatura • Condensatore Visualizzazione dello storico degli allarmi Anta in vetro temperato antiappannante e termoisolante con triplo spessore oppure doppio vetro con gas inserito all'interno del vetro camera dotata di dispositivo di ritorno per la chiusura automatica fermo porta Porta dotata di chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e di maniglia ergonomica Illuminazione interna ad alta efficienza Dotato di sistema di controllo a microprocessore e memoria interna con display da almeno 7" totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di • Temperatura interna • Temperatura impostata • Indicazione di limite di allarme minimo e massimo • Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di Rivisualizzazione a posteriori • Stato di carica della batteria • Accesso alle varie funzioni dell'Datalogger tramite password differenziate • Dotato di batteria tampone • Dotato almeno delle seguenti porta interfaccia • USB • Contatti puliti • RS 485 • Alimentazione elettrica 220 V 50Hz • Dotato di piedini livellatori • Conformità alle seguenti direttive 2066/42 CE, 2014/35/UE, 2004/108 CE • Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterno (ES. Sirius, Spylog, Xweb)	
--	--

	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto; le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante		
--	--	--	--

7. PRECISAZIONI

L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni dispositivo, accessorio e materiale di consumo necessario per il normale e corretto utilizzo. Inoltre tutte le apparecchiature dovranno essere realizzate in maniera tale da essere altamente resistenti agli agenti chimici per le dovute ed accurate pratiche di disinfezione (descrivere) ed un adeguato livello IP contro le infiltrazioni di liquidi dovute alle azioni di lavaggio e disinfezione, anche attraverso sistemi meccanici di disinfezione.

8. SOPRALLUOGO E ATTESTATO

L'offerente dovrà effettuare, con personale qualificato, un opportuno sopralluogo nei luoghi dove saranno ubicate le apparecchiature oggetto del presente appalto. Le ditte interessate dovranno contattare, per concordare la data e le modalità di svolgimento di detto sopralluogo l'Ing. Angelo Maiano (cell: 3357214611 – mailto: angelo.maiano@asl.bari.it).

Il sopralluogo sarà debitamente attestato dal citato Referente aziendale o da un suo delegato attraverso la compilazione del documento di Attestazione di Avvenuto Sopralluogo (**allegato L al disciplinare**) da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa.

L'effettuazione del sopralluogo consentirà all'impresa partecipante la migliore formulazione dell'offerta tecnica ed economica, a cui sarà vincolata e, pertanto, la volontaria mancata esecuzione del medesimo non esime il concorrente dal rilasciare le dichiarazioni riguardanti la piena conoscenza di fatti, condizioni e situazioni che possano influire sulla formulazione dell'offerta ed esecuzione delle prestazioni mediante compilazione dell'apposita sezione del suddetto allegato L.

9. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

Le prestazioni ed attività descritte nei successivi paragrafi costituiscono servizi connessi all'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto, vale a dire che il corrispettivo per l'esecuzione di tali prestazioni ed attività deve intendersi compreso ed incluso nel prezzo complessivo offerto dai concorrenti per la fornitura oggetto della presente gara.

L'aggiudicatario della fornitura risulterà pertanto obbligato ad eseguire, con riferimento ad ogni apparecchiatura offerta, anche tutte le seguenti prestazioni contrattuali, il tutto per il prezzo complessivo di esecuzione della fornitura offerto in gara.

10. CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature si intendono incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere e spesa che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso.

Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, installazione e posa in opera, asporto dell'imballaggio, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all'installazione; installazione, compresi i necessari collegamenti, verifiche tecniche post installazione, collaudo, messa in funzione dell'apparecchiatura, adeguata istruzione degli operatori sanitari destinati ad utilizzare l'apparecchiatura ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna.

L'aggiudicatario dovrà eseguire la consegna ed installazione di tutte le apparecchiature entro il termine indicato nella propria offerta e, in ogni caso, **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura**. Alla scadenza del termine sopra indicato tutte le apparecchiature dovranno essere consegnate e installate, pronte all'uso, al fine dell'espletamento del necessario collaudo.

La consegna oggetto della fornitura dovrà essere eseguita, a cura e spese dall'aggiudicatario, presso il locale che verrà specificato in sede di richiesta di consegna dal singolo contraente.

Al termine delle operazioni di consegna, l'Aggiudicatario dovrà procedere alle operazioni relative all'installazione delle apparecchiature consegnate, compresi gli eventuali necessari collegamenti impiantistici presso i locali indicati dall'Amministrazione contraente.

La consegna della fornitura si intende accettata con riserva, sino all'espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo.

11. GARANZIA - ASSISTENZA TECNICA

La garanzia contrattuale opera automaticamente, nei primi 24 mesi a far data dal collaudo positivo dell'apparecchiatura, come manutenzione e assistenza tecnica full risk secondo quanto dettagliato nella scheda SAT al paragrafo 4.

12. ALLEGATI AL CAPITOLATO

Fanno parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:

1. Allegato A.1 – Piano della formazione (da compilare e inserire nel paragrafo 1.1 della relazione tecnica)
2. Allegato A.2 – diagramma di Gantt (da compilare e inserire nel paragrafo 1.2 della relazione tecnica)
3. Allegato A.3 - Scheda SAT (da compilare e inserire nel paragrafo 1.2 della relazione tecnica)
4. Allegato A.4 - Scheda caratteristiche minime da compilare a cura della Ditta. I campi A e B sono comuni a tutti i lotti. Gli altri campi vanno compilati solo per i lotti di proprio interesse.
5. Allegato A.5 – Planimetria del piano seminterrato del PTA Fallacara di Triggiano

13. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELL'OFFERTA TECNICA

La documentazione da inserire nell'offerta tecnica è quella indicata all'art. 11 del disciplinare.



U.O.S. ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E BENI MOBILI

Tel. 0805842538

Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/procuratore

Marca da bollo da Euro 16,00

Procedura Aperta Telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 per la fornitura, in acquisto e per l'allestimento di apparecchiature sanitarie da destinare centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano nell'ambito Por Puglia 2014-2020, Asse IX, azione 9.12, sub-azione 9.12a.

ALLEGATO B-ISTANZADI PARTECIPAZIONE

(ALLEGARE MARCA O RICEVUTA F24 ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BOLLO)

Il sottoscritto nato il a (prov.)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a (prov.), in via n.....in qualità di:

legale rappresentante

titolare

procuratore

(altro specificare)

dell'impresa / società

con sede in (Cap.....), (prov.....), via/piazza.....

con Codice Fiscale n. con Partita IVA n.

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

a) impresa singola/società cooperativa;

ovvero

b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443;

ovvero

c) consorzio stabile, di cui di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 36/2023

ovvero

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 36/2023, di tipo:

verticale;

orizzontale;

misto;

ovvero

e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, lett. f) dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

ovvero

f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

ovvero **U.O.S. ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E BENI MOBILI**

Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/procuratore

g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie), di cui al comma 2, lett. h) dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE SPECIALE

	VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 <u>SUDDIVISA IN 7 LOTTI UNICI ED INDIVISIBILI</u>
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[9253062]
CIG Lotto 1 CIG Lotto 2 CIG Lotto 3 CIG Lotto 4 CIG Lotto 5 CIG Lotto 6 CIG Lotto 7 CUP (ove previsto)	9992705109 9992733822 999417916B 9994201392 999422575F 9994235F9D 9994252DA5 [D47H19003860006]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽⁵⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 61 e All. II.3 del Codice)?	
<u>In caso affermativo</u>	
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?	[.....]
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 87, comma 3 e All. II.8 del Codice?	☐ Sì ☐ No ☐ Non applicabile
<u>In caso affermativo:</u> Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.	
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione	[.....]
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....]
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	☐ Sì ☐ No
<u>In caso di risposta negativa alla lettera d):</u> Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:	
L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?	☐ Sì ☐ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,	☐ Sì ☐ No

⁽⁹⁾ Un "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

⁽¹⁰⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 100 comma 4 e allegato II.12 del Codice (settori ordinari)?	☐ Sì ☐ No
<u>ovvero</u>	
è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 168 comma 5 del Codice, previsti per i settori speciali	☐ Sì ☐ No
<u>In caso affermativo:</u>	
a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)	a) [.....]
b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:	c) [.....]
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d) ☐ Sì ☐ No
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 50 comma 2, del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 100 comma 4 e All. II.12 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 168 comma 5 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.	
<u>Forma della partecipazione:</u>	<u>Risposta:</u>
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾ ?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.	
<u>In caso affermativo:</u>	
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di	a) [.....]

⁽¹¹⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) e all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):	
b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:	b) [.....]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	c) [.....]
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), o di una società di professionisti di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d) [.....]
<u>Lotti:</u>	<u>Risposta:</u>
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[.....]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico dovrà indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

<u>Eventuali rappresentanti:</u>	<u>Risposta:</u>
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]
<u>Soggetti eventualmente cessati dalla carica:</u>	
Gli Amministratori/soci/direttore tecnico cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:	

Sig. _____, nato a _____, il _____, residente in _____, codice fiscale _____, carica _____, data di cessazione dalla carica _____;
<u>Direttori tecnici:</u>
I Direttori tecnici sono i seguenti:
Sig. _____, nato a _____, il _____, residente in _____, codice fiscale _____, carica _____
<u>Socio unico persona fisica o socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a 4)</u>
Il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a 4) sono i seguenti:
Sig. _____, nato a _____, il _____, residente in _____, codice fiscale _____, carica _____,
<u>Titolari di incarichi di direzione, vigilanza e controllo (incluso il collegio sindacale e gli organismi di vigilanza ex l n. 231/2001):</u>
I titolari di incarichi di direzione, vigilanza e controllo (incluso il collegio sindacale e gli organismi di vigilanza ex l n. 231/2001) sono i seguenti:
Sig. _____, nato a _____, il _____, residente in _____, codice fiscale _____, carica _____,

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 104 del Codice - Avvalimento)

<u>Affidamento:</u>	<u>Risposta:</u>
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
<u>In caso affermativo:</u>	
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 119 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

<u>Subappaltatore:</u>	<u>Risposta:</u>
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	☐ Sì ☐ No
<u>In caso affermativo:</u>	
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articoli 94 e ss del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 94, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2. Corruzione ⁽¹³⁾
3. Frode ⁽¹⁴⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera h) articolo 94, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 94, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice sono stati **condannati con sentenza definitiva** o a definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in

[] Sì [] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[.....][.....][.....][.....]
[.....] ⁽¹⁸⁾

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;	
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
<u>In caso affermativo</u>, per le fattispecie sopra riportate di cui all'art. 94, comma 1, lett. da a) ad h), indicare ⁽¹⁹⁾:	
<u>Dati identificativi persona/e condannata/e:</u>	
Sig. _____, nato a _____, il _____, residente in _____, codice fiscale _____,	
a) Estremi decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta: [_____]	b) Data della condanna: [gg/mm/aaaa]
c) Reato commesso [_____] di cui all'articolo 94, comma 1, lett. [....]	d) Durata della condanna [_____]
e) Durata del periodo d'esclusione [_____]	
f) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata e la tipologia della pena accessoria, [gg/mm/aaaa], [_____]	
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione²⁰? (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 96, comma 6)	☐ Sì ☐ No
<u>In caso affermativo, indicare:</u>	
<u>Dati identificativi persona/e condannata/e:</u>	

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

Sig. _____, nato a _____, il _____, residente in _____, codice fiscale _____,	
Se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	☐ Sì ☐ No
<u>In caso di risposta affermativa per le ipotesi di cui agli artt. 94, comma da 1 a 5, e 95, comma 1, i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice:</u>	
hanno risarcito interamente il danno causato dal reato o dall'illecito?	☐ Sì ☐ No
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno causato dal reato o dall'illecito?	☐ Sì ☐ No
hanno collaborato attivamente con le autorità investigative al fine di chiarire i fatti e le circostanze in modo globale?	☐ Sì ☐ No
hanno adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente ☐ e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
Le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 94 comma 3?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare i motivi di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: [.....]
Qualora sussistano cause di inapplicabilità dell'esclusione di cui agli artt. 94, comma 7, e 95, comma 3, del Codice , indicare le motivazioni, ed eventualmente gli estremi del provvedimento/sentenza, per cui tale esclusione non si applica: [_____]	

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 94, comma 6, e 95, comma 2, del Codice):	Risposta
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi	☐ Sì ☐ No

relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?		
<u>In caso negativo, indicare:</u>	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:	c) [.....]	c) [.....]
c1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	[] Sì [] No	[] Sì [] No
– Tale decisione è definitiva e vincolante?	[] Sì [] No	[] Sì [] No
– Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione	[gg/mm/aaaa]	[gg/mm/aaaa]
– Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	[.....]	[.....]
c2) <u>In altro modo</u> ? Specificare:	[.....]	
L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe , avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (articolo 94, comma 6, e 95 comma 2, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²¹⁾ : [.....][.....][.....] Es: - Agenzia delle Entrate di [.....] Ufficio competente [.....] via [.....] n. [.....] CAP [.....] tel [.....] fax [.....] mail/pec [.....] - INPS sede di [.....] matricola azienda [.....]	

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

	- INAIL sede di [.....] codice ditta [.....]
--	--

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

<u>Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali</u>	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , ⁽²³⁾ di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice?	[] Sì [] No
<u>In caso affermativo</u> , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁴ (autodisciplina o "Self-Cleaning" , cfr. articolo 96, comma 6)?	[] Sì [] No
<u>In caso affermativo</u> , indicare se l'operatore economico ha:	
risarcito interamente il danno causato dal reato o dall'illecito?	[] Sì [] No
Si è impegnato formalmente a risarcire il danno causato dal reato o dall'illecito?	[] Sì [] No
ha collaborato attivamente con le autorità investigative al fine di chiarire i fatti e le circostanze in modo globale?	[] Sì [] No
ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti?	[] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [.....] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²⁴⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<u>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. d), del Codice:</u>	
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	☐ Sì ☐ No
<u>In caso affermativo, indicare:</u>	
Autorità giudiziaria competente:	Tribunale Fallimentare di [...] via [...] n. [...] CAP [...] Tel. [...] Fax [...] mail/PEC[...]
Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale è stato autorizzato all'esercizio provvisorio dal giudice delegato e può stipulare ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale? (articolo 124, comma 4 del Codice)	☐ Sì ☐ No Data [gg/mm/aaaa] ed estremi del provvedimento di autorizzazione [...]
LIQUIDAZIONE COATTA	☐ Sì ☐ No
<u>In caso affermativo, indicare:</u>	
Autorità amministrativa di sorveglianza competente:	Ministero/Autorità Pubblica di [...] via [...] n. [...] CAP [...] Tel. [...] Fax [...] mail/PEC[...]
CONCORDATO PREVENTIVO	☐ Sì ☐ No
<u>In caso affermativo, indicare:</u>	
Domanda di accesso al concordato preventivo, ai sensi del combinato disposto dagli artt 161 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, e dell'art. 186 bis, comma 5, del Regio Decreto, presentata presso il:	Tribunale di [...] via [...] n. [...] CAP [...] Tel. [...] Fax [...] mail/PEC[...]
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186 bis del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942	☐ Sì ☐ No - Data [gg/mm/aaaa] ed estremi [...] del provvedimento di autorizzazione; - Giudice delegato [...];
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ⁽²⁵⁾ di cui all'art. 95, comma 1 lett. e) e art. 98 del Codice?	☐ Sì ☐ No

⁽²⁵⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina di cui all'art. 96, comma 6, del Codice?	[] Sì [] No
risarcito interamente il danno causato dal reato o dall'illecito?	[] Sì [] No
Si è impegnato formalmente a risarcire il danno causato dal reato o dall'illecito?	[] Sì [] No
ha collaborato attivamente con le autorità investigative al fine di chiarire i fatti e le circostanze in modo globale?	[] Sì [] No
ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti?	[] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [.....] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico, ai sensi dell'art. 98, comma 3 lett. b)	
- ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio? oppure - ha fornito, anche per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione,	[] Sì [] No
L'operatore economico, ai sensi dell'art. 98, comma 3 lett. c), ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento?	[] Sì [] No
L'operatore economico, ai sensi dell'art. 98, comma 3 lett. d), ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori?	[] Sì [] No

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi ⁽²⁶⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 95, comma 1, lett. <i>b</i>) del Codice)?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 95, comma 1, lett. <i>c</i>) del Codice?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[.....]
L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione	☐ Sì ☐ No
b) non avere occultato tali informazioni?	☐ Sì ☐ No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 94, comma 2 e comma 5, lett. <i>a</i>), <i>b</i>), <i>e</i>) e art. 98 comma 3 lett. <i>e</i>) ed <i>f</i>) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,	☐ Sì ☐ No In caso affermativo: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della

⁽²⁶⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 94, comma 2, del Codice)?	documentazione): [.....][.....][.....][..... ] ⁽²⁷⁾ Prefettura di [.....] indirizzo [.....] fax [.....] email [.....]
<u>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?</u>	
É stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (94, comma 5, lett. a));	[] Sì [] No In caso affermativo: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
È in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (94, comma 5, lett. b))	[] Sì [] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....] Ufficio provinciale del Lavoro di [.....] indirizzo [.....] Fax [.....] pec [.....]
È iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (94, comma 5, lett. e));	[] Sì [] No In caso affermativo: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
È iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false	[] Sì [] No

(27) Ripetere tante volte quanto necessario.

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 94, comma 5, lettera f));	In caso affermativo: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
Ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 98, comma 2, lettera e))?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] indicare la data dell'accertamento definitivo [gg/mm/aaaa] e l'autorità o organismo di emanazione [.....]
La violazione accertata è stata rimossa?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
È stato vittima dei reati previsti e puniti dagli <u>articoli 317 e 629 del codice penale</u> aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203? (Articolo 98, comma 3, lettera f))	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] indicare la data dell'accertamento definitivo [gg/mm/aaaa] e l'autorità o organismo di emanazione [.....]
<u>In caso affermativo:</u> - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No
L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,	☐ Sì ☐ No

comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?	
L'operatore economico è stato soggetto ad un provvedimento di esclusione ai sensi degli artt. 96 comma 8, lett. b) e c) del Codice (art. 96, comma 9)	[] Sì [] No
- il provvedimento è stato oggetto di contestazione in giudizio?	[] Sì [] No In caso affermativo: Indicare gli estremi del giudizio e relativo stato [_____]
- Ove sia già intervenuta, la relativa sentenza è passata in giudicato?	[] Sì [] No In caso affermativo: Indicare gli estremi della sentenza [_____]

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione ☐ o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

☐: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione ☐ della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	[] Sì [] No

A: IDONEITÀ (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
-----------------	-----------------

1) Iscrizione al registro delle imprese che svolgono attività commerciali, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice 2) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁸⁾	[.....] [.....]
- Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?	[] Sì [] No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [.....][.....][.....]
- Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

⁽²⁸⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; **gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.**

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 100, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta
e/o:	
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾ :	(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta
- Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta
e/o:	
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽³⁰⁾ :	(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta
- Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³¹⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³²⁾ , e valore) [.....], [.....] ⁽³³⁾

⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

indici richiesti sono i seguenti:	
- Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
4) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:	[.....] [...] valuta
- Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
5) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]
- Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:			
1a. Unicamente per gli appalti pubblici di lavori , durante il periodo di riferimento ⁽³⁴⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]			
- Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]			
1b. Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]			
Durante il periodo di riferimento l'operatore	Descrizione	importi	date	destinatari

⁽³²⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³³⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽³⁴⁾ Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati ⁽³⁵⁾ :				
2. Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁶⁾ citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:	[.....]			
- Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[.....]			
3. Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[.....]			
4. Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[.....]			
5. Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:				
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche ⁽³⁷⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità ?	[] Sì [] No			
6. Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) [.....]			
b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) [.....]			
7. L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale :	[.....]			

(35) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(36) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(37) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

8.L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [...], [...], [...], [...], [...], [...], Anno, numero di dirigenti [...], [...], [...], [...], [...], [...]
9.Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10.L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³⁸⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11.Per gli appalti pubblici di forniture/servizi	
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;	[] Sì [] No
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.	[] Sì [] No
- Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [...][...][...]
12.Per gli appalti pubblici di forniture/servizi	
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?	[] Sì [] No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:	[.....]
- Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [...][...][...]

⁽³⁸⁾ Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

13.Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]
- Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 57 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità , compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? (art. 57, comma 1, del Codice):	[] Sì [] No
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:	[.....] [.....]
- Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale ? (art. 57, comma 2, del Codice):	[] Sì [] No
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:	[.....] [.....]
- Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 70 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato: Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti: Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁹⁾ , indicare per ciascun documento :	[.....] [] Sì [] No ⁽⁴⁰⁾ (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....](⁽⁴¹⁾)

DICHIARAZIONI PER LA GARA SPECIFICA (barrare solo se le dichiarazioni sono pertinenti al proprio profilo).

Il sottoscritto dichiara altresì:

[] di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, nonché tutti i chiarimenti che la stazione appaltante pubblicherà, secondo le modalità riportate nel disciplinare o nella lettera invito;

[] di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;

[] di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

⁽³⁹⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

[] di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, in particolare di aver preso esatta cognizione dei locali oggetto di installazione delle apparecchiature, ritenendoli idonei;

[] di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l'offerta presentata ed i relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e che gli stessi comprendono i costi relativi alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

[] che l'offerta è valida per almeno 360 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

[] che le condizioni offerte sono vincolanti per l'intero periodo contrattuale, compresa l'eventuale proroga/adesione/ripetizione/ rinnovo (se del caso)

[] **Solo per le Cooperative** di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa

[] di essere informato, che i dati personali I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, saranno raccolti e conservati presso l'Area gestione Patrimonio della Asl Bari per finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti ancora in vigore. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza

[] di essere consapevole che, in relazione alla documentazione presentata in sede di gara, l'amministrazione valuterà le condizioni di ostensibilità con riferimento a quanto riportato nella "Dichiarazione relativa all'accesso agli atti", presentato a corredo dell'offerta, senza ulteriore contraddittorio;

[] che l'impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Consorzi o Gruppi;

[] in caso di RTI/Consorzio, di indicare di seguito le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dall'operatore economico (in termini percentuali e/o descrittivi);

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V, nonché le Dichiarazioni per la gara specifica, sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴²⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴³⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e firma/firme: [.....]

⁽⁴²⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴³⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

ASL BA - POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB-AZIONE 9.12. PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023.
ALLEGATO D-bis - SCHEDA ELENCO PRODOTTI OFFERTI SENZA INDICAZIONE DEI PREZZI
N.B. nessun riferimento ai prezzi deve essere indicato nel presente modello.

RIQUADRO A - NUMERO DEL LOTTO

N° _____

RIQUADRO B - Apparecchiature, accessori, consumabili.

(indicare le componenti comprese nell'offerta) *

N.B. le sottovoci nelle colonne sono indicative e vanno compilate solo se rilevanti

N.	Descrizione strumentazione*	Nome del produttore	modello	Codice CIVAB	Codice CND	CND/IVD	Altro	Quantità	NOTE
1									
2									
3									
4									
5									

E' consentito variare la descrizione o aggiungere righe

RIQUADRO C - PRESTAZIONI ULTERIORI COMPRESSE NELL'OFFERTA

N.	Descrizione servizio*	CCNL - COMPARTO	N. Addetti	N. Ore	Altro	Altro	Altro	Altro	NOTE
1	Mantenzione e assistenza full risk								
2	Formazione								
3	altro								

E' consentito variare la descrizione o aggiungere righe

firma digitale

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001684/2023

Il legale rappresentante
firmato digitalmente

ALLEGATO F

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara.

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VNTAGGIOSA NELL'AMBITO POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB-AZIONE 9.12	Lotto 1 CIG: 9992705109 Lotto 2 CIG: 9992733822 Lotto 3 CIG: 999417916B Lotto 4 CIG: 9994201392 Lotto 5 CIG: 999422575F Lotto 6 CIG: 9994235F9D Lotto 7 CIG: 9994252DA5
---	--

Patto di Integrità

tra ASL Bari (di seguito denominata Amministrazione) e:

Denominazione impresa:	
Sede legale:	
Via/Corso/Piazza:	N.
Codice Fiscale:	Partita IVA:
Registro imprese Tribunale di:	
Rappresentata dal Sig/Dott	
Nato a	il
In qualità di	munito dei relativi poteri

Premesso

Che per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai **principi di lealtà, trasparenza e correttezza**, nonché l'espresso **impegno anticorruzione** di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

Che con l'inserimento del "Patto di integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una **leale concorrenza** e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una **corretta e trasparente esecuzione del procedimento** di selezione e affidamento;

che l'Amministrazione, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni livello dell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto;

in osservanza con quanto previsto:

Dalla **Legge n. 190/2012** "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" - art. 1, comma 17 "*le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*";

dal Piano Nazionale Anticorruzione (**P.N.A.**) approvato dall'Autorità Nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC ex CIVIT);

dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

dal Codice di Comportamento dell'ASL di Bari emanato ai sensi del DPR n. 62, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;

si conviene quanto segue:

1. Il Patto di Integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiesta dal bando di gara/disciplinare di gara da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi.
L'assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara;
2. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto stipulato con l'Amministrazione per lavori, forniture e servizi;
3. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione dell'Amministrazione e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante;
4. L'Amministrazione si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti il procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
5. L'Amministrazione si impegna inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, in particolare del D. Lgs. 163/2006, della legge 190/2012 e del D. Lgs 33/2013;
6. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa avere influenza sulle determinazioni da assumere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l'Impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto;

7. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare, entro il termine di presentazione dell'offerta:
 - i possibili conflitti di interesse, alla stessa noti, relativi a funzionari dell'ASL di Bari coinvolti nel procedimento di gara nel suo complesso;
 - ogni elemento idoneo a limitare una leale e trasparente concorrenza;
8. La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza e che sarà altresì ritenuta responsabile nei confronti dell'Amministrazione del comportamento delle ditte a lei collegate;
9. Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrenti costituiti in consorzi, il documento deve essere prodotto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, dal rappresentante legale del Consorzio.
Nel caso di concorrenti costituiti da Reti Temporanee di Imprese (R.T.I.) o da Consorzi non ancora costituiti, il patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, i predetti R.T.I. o il Consorzio.
La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
10. La sottoscritta Impresa è consapevole che nel caso di violazione degli obblighi assunti con il presente Patto, nonché di inosservanza delle disposizioni ivi contenute, potranno essere applicate le seguenti sanzioni e provvedimenti:
 - Escussione della cauzione provvisoria;
 - Escussione della cauzione definitiva;
 - Risoluzione del contratto;
 - Esclusione del concorrente dalle procedure ad evidenza pubblica indette dall'Amministrazione per 5 anni;
 - Segnalazione del fatto alle Autorità competenti di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora in cui si configurino fattispecie di reato.
11. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra l'Amministrazione ed i concorrenti sarà devoluta al Tribunale di Bari competente per territorio.

Il Dirigente

Per l'Impresa

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

	AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' AL REG. UE 2016/679	Rev. 1.0 Pag. 1/2 PR-01_mod_05_Autocertificazione-GDPR
--	---	--

AII. G - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI <i>ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)</i>

MODELLO "Autocertificazione Garanzie GDPR"

**DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER FORNITURA
DI BENI E SERVIZI CHE COMPORTANO IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ alla via
_____ codice fiscale _____ partita iva
_____, in qualità di _____ della
ditta _____, con sede in _____ alla
via _____ (P.IVA/C.F. _____), consapevole che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

DICHIARA

☐ che la propria Organizzazione dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o RGPD);

ovvero

☐ che la propria Organizzazione **NON** dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o GDPR);

☐ che le garanzie di cui sopra **sono comprovabili** tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 40 del RGPD ovvero certificazione ai sensi dell'art. 42 del RGPD;

ovvero

☐ che le garanzie di cui sopra **NON sono comprovabili** tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta, ai sensi dell'art. 40 del GDPR ovvero certificazione, ai sensi dell'art. 42 del GDPR.

☐ che il servizio/prodotto che si intende offrire **NON comporta** il trattamento di dati personali di persone fisiche

ovvero

☐ che il servizio/prodotto che si intende offrire comporta il trattamento di dati personali di persone fisiche qualificabili:

	AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' AL REG. UE 2016/679	Rev. 1.0 Pag. 2/2 PR-01_mod_05_Autocertificazione- GDPR
--	--	--

- anonimi
- personali “comuni”, in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default* e *Privacy by design*);
- personali “appartenenti a categorie particolari” (*dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona*), in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default* e *Privacy by design*);
- personali giudiziari relativi a “condanne penali e reati”, in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default* e *Privacy by design*).

☐ che l’Organizzazione ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR contattabile come di seguito: [Ragione Sociale/Nome e Cognome – Tel./Cell. – email – Pec]

.....;

☐ che l’Organizzazione NON ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ma ha individuato un Referente interno Privacy contattabile come di seguito: [Nome e Cognome – Tel./Cell. – email – Pec]

.....;

Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali dovranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che il Fornitore aggiudicatario/affidatario si impegna sin d’ora a sottoscrivere, ove necessario.

Luogo.....data.....

Firma del legale rappresentante

.....

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante della ditta partecipante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.

		Rev. 1.0 Pag. 1/3 INF_04_Informativa_GDPR_Gare_Contratti V1.0 del 21/10/2021
---	---	---

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI A GARE D'APPALTO O ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE



La presente informativa viene resa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento o RGPD), di cui potrà prendere visione sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali (<http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>), in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure di gara e contratti.

<u>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</u>  Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati personali?	ASL BARI Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA) Telefono: 0805842568 email: direzione.generale@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
<u>RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)</u>  Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?	Dati di contatto del DPO: email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565
<u>FINALITA' DEL TRATTAMENTO</u>  A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?	<u>BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO</u>  Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali?
I dati personali degli interessati sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità delle seguenti procedure: • per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario; • per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti; • per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale; • per l'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.	I dati personali sono raccolti e trattati per l'esecuzione del contratto e adempimenti di legge, ai sensi dell'art. 6 co.1, lett. b) del Reg. UE n. 2016/679 e artt. 10 Reg. UE n. 2016/679, e 2-octies, co. 1 e 3, lett. i) del d.lgs. 196/03, come modificato dal d.lgs. 101/2018, in relazione all'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa sugli appalti (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). Il trattamento dei dati connesso alla gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione e repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita trova giustificazione negli artt. 6, lett. f) e 9 lett. f), del D. lgs.196/03, come modificato dal D.lgs. 101/2018.

 ASL Bari PugliaSalute		Rev. 1.0 Pag. 2/3 INF_04_Informativa_GDPR_Gare_Contratti V1.0 del 21/10/2021
--	---	---

<u>CATEGORIA DI DATI</u>  Quali tipologie di dati sono trattati?	<u>TEMPI DI CONSERVAZIONE</u>  Per quanto tempo sono conservati i dati personali?	<u>DESTINATARI DEI DATI</u>  A chi possono essere comunicati i dati personali?
I dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie: Dati Comuni: dati anagrafici, documento identità, dati di contatto, dati economico-finanziari, reddituali, fiscali, curriculum vitae, dati di carriera. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia. Potrebbe rendersi necessaria la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a: • DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza); • Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA); • Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice Appalti); • Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; • Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AVCPass (ANAC); • Comunicazioni ed Informative Antimafia; • Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate); • S.O.A. • Impiego di lavoratori disabili; • Iscrizione al M.E.P.A/EMPULIA.	L'ASL di Bari conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I dati personali sono conservati nell'osservanza del Piano di conservazione aziendale, per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'ASL di Bari; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.	Nell'ambito delle finalità di cui sopra, i dati personali trattati verranno comunicati osaranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti Uffici dell'ASL di Bari, che, per il trattamento dei dati, saranno adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali deipartecipanti alle gare d'appalto o altre procedure di selezione del contraente potranno essere comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti: - ai soggetti nominati dall'ASL di Bari, quali Responsabili del trattamento dei dati, inquanto fornitori di specifici; -all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore; -all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012; -alle Autorità preposte per attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; -all'Autorità giudiziaria o Polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; -ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano. I soggetti sopra elencati, ad esclusione dei Responsabili di cui al p.to a), tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi

 ASL Bari PugliaSalute		Rev. 1.0 Pag. 3/3 INF_04_Informativa_GDPR_Gare_Contratti V1.0 del 21/10/2021
--	---	---

		titolari del trattamento e forniranno autonoma informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ASL di Bari, nella sezione dell'Amministrazione Trasparente e dell'Albo pretorio on-line, dei dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza, anticorruzione, appalti e pubblicità legale.
--	--	--

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare del trattamento.

<u>DIRITTI ESERCITABILI</u> ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD)	
Accesso ai dati personali – art. 15 RGPD	Rettifica dei dati personali – art. 16 RGPD
Opposizione al trattamento – art. 21 RGPD	Limitazione del trattamento – art. 18 RGPD
Diritto alla comunicazione della violazione dei dati – art. 34 RGPD	Diritto al reclamo all'Autorità Garante – art. 77 RGPD
<u>DATI DI CONTATTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI</u>	email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565
<u>PREVISIONE DI PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO – PROFILAZIONE</u>	Non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato. Non è prevista alcuna profilazione.
<u>TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI EXTRA UE</u>	I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
<u>FONTE DEI DATI</u>	I dati personali sono conferiti direttamente dall'interessato. L' ASL di Bari può tuttavia acquisire taluni dati personali, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti, anche tramite consultazione di Pubblici Registri, Banche dati centralizzate previste da specifiche norme di legge, ovvero a seguito di comunicazione da parte di Pubbliche Autorità.
<u>CONFERIMENTO DEI DATI</u>	Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico professionale nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara o l' attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

La versione aggiornata di questa informativa sarà resa disponibile sul sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>, nell'apposita sezione "Privacy".



[inquadra il Qrcode per accedere on-line alla sezione Privacy del sito internet istituzionale]

Il Titolare del trattamento dei dati personali
ASL BARI

	AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' AL REG. UE 2016/679	Rev. 1.0 Pag. 1/2 PR-01_mod_05_Autocertificazione- GDPR
--	---	--

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

MODELLO "Autocertificazione Garanzie GDPR"

Allegato I

DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI CHE COMPORTANO IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ alla via _____
codice fiscale _____ partita iva _____, in qualità di _____
della ditta _____, con sede in _____
alla via _____ (P.IVA/C.F. _____), consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

D I C H I A R A

- ☐ che la propria Organizzazione dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o RGPD);
- ☐ che la propria Organizzazione NON dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o GDPR);
- ☐ che le garanzie di cui sopra sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 40 del RGPD ovvero certificazione ai sensi dell'art. 42 del RGPD;
- ☐ che le garanzie di cui sopra NON sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta, ai sensi dell'art. 40 del GDPR ovvero certificazione, ai sensi dell'art. 42 del GDPR.
- ☐ che il servizio/prodotto che si intende offrire NON comporta il trattamento di dati personali di persone fisiche
- ☐ che il servizio/prodotto che si intende offrire comporta il trattamento di dati personali di persone fisiche qualificabili:
 - ☐ anonimi
 - ☐ personali "comuni", in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell'art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default e Privacy by design*);
 - ☐ personali "appartenenti a categorie particolari" (*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*), in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell'art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default e Privacy by design*);
 - ☐ personali giudiziari relativi a "condanne penali e reati", in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell'art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del *Privacy by default e Privacy by design*).

	AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' AL REG. UE 2016/679	Rev. 1.0 Pag. 2/2 PR-01_mod_05_Autocertificazione- GDPR
--	---	--

☐ che l'Organizzazione ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR contattabile come di seguito: [Ragione Sociale/Nome e Cognome - Tel./Cell. - email - Pec]

.....;

☐ che l'Organizzazione NON ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, ma ha individuato un Referente interno Privacy contattabile come di seguito: [Nome e Cognome - Tel./Cell. - email - Pec]

.....;

Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali dovranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che il Fornitore aggiudicatario/affidatario si impegna sin d'ora a sottoscrivere, ove necessario.

Luogo.....data.....

Firma del legale rappresentante

.....

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante della ditta partecipante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO NELL'AMBITO POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB-AZIONE 9.12

CIG LOTTO 1: 9992705109

CIG LOTTO 2: 9992733822

CIG LOTTO 3: 999417916B

CIG LOTTO 4: 9994201392

CIG LOTTO 5: 999422575F

CIG LOTTO 6: 9994235F9D

CIG LOTTO 7: 9994252DA5

ALLEGATO J
SCHEMA DI CONTRATTO
CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

PREMESSO	3
ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	4
ARTICOLO 4 - OGGETTO	5
ARTICOLO 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	5
ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	5
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	6
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	6
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICHE.....	6
ARTICOLO 11 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ E COLLAUDO	7
ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
ARTICOLO 13 - TRASPARENZA.....	8
ARTICOLO 14 - DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. PENALI	9
ARTICOLO 15 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	10
ARTICOLO 16 - RISERVATEZZA	10
ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE	11
ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI12	
ARTICOLO 18.1 - OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI	12
ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ARTICOLO 19 - RECESSO.....	12
ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	13
ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO.....	13
ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	13
ARTICOLO 23 - RESPONSABILE DELLA COMMESSA.....	14
ARTICOLO 24 - REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI	14
ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE	14
ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	14
ARTICOLO 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO. DIVIETO DI PANTOUFLAGE	15
ARTICOLO 28 - SPESE CONTRATTUALI	15
ARTICOLO 29 - CLAUSOLA FINALE	15

SCHEMA DI CONTRATTO/CAPITOLATO
TRA

L'ASL della Provincia di Bari, sede legale in Bari - Lungomare Starita n.6, nel seguito per brevità anche "ASL", in persona del _____, delegato alla sottoscrizione dei contratti in forma di scrittura privata, giusta Delibera del Direttore Generale n. _____

E

_____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**appaltatore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**appaltatore**")

PREMESSO

- che con delibera del Direttore Generale n. _____ del _____, ASL Bari ha indetto una procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., per la fornitura in acquisto e l'allestimento di apparecchiature sanitarie del Centro di Lavorazione e Validazione Emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano nell'ambito Por Puglia 2014-2020 asse IX, Azione 9,12, Sub azione 9.12;
- che con la determinazione del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio n. _____ del _____, la fornitura è stata aggiudicata a _____;
- che l'aggiudicatario della predetta procedura ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire la fornitura e tutte le correlate prestazioni, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente contratto;
- che l'appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dalla documentazione di gara (disciplinare e suoi allegati), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, sia pur non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- è stata effettuata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per il tramite del portale della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia relativa alla Società aggiudicataria in parola dalla quale non risultano esserci iscrizioni a suo carico (eventuale...ma ad oggi non risultano ancora rilasciate, per cui ai sensi degli art. 94 e 95 del predetto D.lgs., si procederà a revoca e/o recesso contrattuale in caso di accertamento di esistenza di sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 sempre del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., successivo alla data di stipula contrattuale);

tutto ciò premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l'offerta tecnica ed economica del fornitore, anche se non materialmente allegata.
3. Integra il presente atto, ai sensi del D.lgs. n.81/2008, il DUVRI riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno eseguite le prestazioni, debitamente compilato e sottoscritto dall'appaltatore; resta inteso che, trattandosi di contratto di durata, se determinate condizioni dovessero subire modifiche, il DUVRI verrà aggiornato.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito del contratto si intende per:
 - ✓ *Amministrazione Aggiudicatrice/Contraente*: ASL Bari
 - ✓ *Contratto*: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - ✓ *Fornitore*: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario;

Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto dispongano diversamente.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, richiamati nell'art. 1 co. 1 e 2, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e della disciplina settoriale degli appalti di servizi D.lgs. 36/2023, dal codice civile, e in particolare dal libro IV titolo III capo VII, e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalle disposizioni (ove applicabili) previste dal D.P.R. 207/2010; dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici; dalle norme del D.lgs. n.196/2003, D.lgs. n.51/2018, del D.lgs. n.81/2008, della L. n.190/2012 e del D.lgs. n.33/2013, dal disciplinare di gara e tutti i suoi allegati;
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi proposti in sede di gara, migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. L'oggetto del presente contratto è per la fornitura in acquisto e l'allestimento di apparecchiature sanitarie da destinare al Centro di Lavorazione e Validazione Emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano, come indicate nel lotto _____.

Articolo 5 - Luogo di esecuzione dell'appalto

1. Il luogo di esecuzione della fornitura in argomento è presso il PTA Fallacara di Triggiano sito alla via Aldo Moro n.32 - 70019 Triggiano (BA).

Articolo 6 - Termini per l'adempimento e corrispettivo

1. La consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature dovrà avvenire entro e non oltre il termine di **30 giorni naturali e consecutivi**, (comprensivi, quindi di sabati, domeniche ed eventuali festività), decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura.

Tale termine è comprensivo di tutti gli adempimenti di fornitura, ovvero:

- fornitura della attrezzatura, da posizionarsi, a totale cura e spese del fornitore, nella sede indicata dotata di tutti i necessari allacci e collegamenti, anch'essi tutti a carico della Ditta, compresi gli eventuali collegamenti internet per il telecontrollo ove previsto;
- sgombero, a totale cura e spese del fornitore, di tutti gli imballaggi, i rifiuti prodotti durante la installazione, e pulizia del sito fino al ripristino dello stato del medesimo prima della installazione;
- erogazione del training formativo nei confronti degli operatori addetti all'uso della attrezzatura, nei modi e nei tempi previsti dalla ditta in sede di offerta;
- prove di funzionamento di competenza della ditta, propedeutiche al collaudo di competenza della stazione appaltante.

2. Il Fornitore si impegna ad effettuare il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full risk per tutto il periodo di vigenza contrattuale con le tempistiche indicate nella propria proposta tecnico - organizzativa.
3. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente, in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto è quello riportato nell'offerta economica formulata in sede di gara, richiamata dal presente contratto, (pari ad € _____ - oltre Iva) che sarà versato con cadenza _____ salvo, comunque, l'esito favorevole del collaudo.

Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'offerta economica, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura delle attrezzature e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'effettuazione della prestazione o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'offerta tecnica e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

4. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con i responsabili degli stessi. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni ad altre attività lavorative in atto.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; tale personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione beneficiaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il fornitore, oltre a garantire le caratteristiche di minima previsti dal capitolato tecnico, si impegna a garantire:
 - a) la fornitura di un sistema nuovo ed aggiornato alle ultime versioni;
 - b) la formazione del personale sanitario e tecnico coinvolto, da assicurarsi senza oneri aggiuntivi;
 - c) assistenza e manutenzione full risk (incluse tutte le tipologie di guasto; interventi illimitati) per tutta la durata contrattuale, includendo la fornitura gratuita di tutte la parti di ricambio necessarie;

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Il fornitore inoltre deve garantire, prima della consegna delle apparecchiature, all'Amministrazione contraente il rispetto della normativa di cui sopra, trasmettendo la documentazione specificata nel successivo articolo;

Articolo 10 - Modalità di consegna, installazione e verifiche

1. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere esattamente consegnata e installata presso la Struttura Sanitaria precisata nel buono d'ordine. La fornitura si intenderà comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione, collaudo ecc.
2. Il Fornitore dovrà curare e provvedere, previo accordo con la U.O.C. Ingegneria Clinica, alla consegna delle attrezzature sul luogo di destinazione, alla correlata loro installazione e messa in esercizio, alla relativa verifica di conformità ed alla conseguenziale consegna della fornitura finita (chiavi in mano), **entro e non oltre i termini massimi previsti, come riportati nel precedente art. 6**, pena la applicazione delle penali di seguito indicate. La data e l'ora di consegna dovranno essere stabiliti con un anticipo di almeno cinque giorni.
3. Costituiscono giusta causa per il differimento dei termini di consegna della fornitura finita, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accertati dall'Amministrazione contraente. In tal caso il

Fornitore rimane obbligato a motivare il differimento dei termini di consegna entro 5 giorni dalla data fissata nel presente contratto.

4. Al momento della consegna, l'apparecchiatura dovrà essere accompagnata dai relativi documenti di trasporto. I documenti di trasporto dovranno contenere le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente per la verifica della rispondenza tra quanto offerto e quanto consegnato dal Fornitore. Contestualmente alla consegna della apparecchiatura, il Fornitore dovrà consegnare alla Amministrazione Contraente anche la documentazione attestante la conformità della apparecchiatura stessa alle norme di legge, ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico.

Articolo 11 - Verifiche di conformità e collaudo

1. Il collaudo deve essere inteso come la verifica della perfetta corrispondenza tra quanto fornito ed installato e quanto richiesto dalla parte acquirente, di conseguenza, esso consisterà:
 - a) nell'accertamento della conformità della fornitura alle caratteristiche offerte dalla ditta in sede di gara, per quanto attiene:
 - ✓ alle apparecchiature principali;
 - ✓ agli accessori, software, materiali di consumo, eccetera;
 - b) nella verifica della esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previsto dal complesso della documentazione di gara e della offerta tecnica del fornitore, in particolare, della presenza della documentazione tecnica a corredo della macchina (manuali, istruzioni, cd di installazione eccetera);
 - c) nella verifica della consegna delle password, delle abilitazioni e di tutto quanto necessario a rendere la stazione appaltante autonoma nella gestione della fornitura;
 - d) nella verifica della funzionalità delle macchine, attraverso opportune prove di funzionamento.
2. Tutte le operazioni sopra indicate dovranno essere attestate da apposito verbale di collaudo o scheda report predisposto a cura del fornitore.

Il verbale/scheda di report, deve essere sottoscritti dai dipendenti della Struttura committente incaricati di partecipare al collaudo nonché dall'incaricato del fornitore.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione" della fornitura. Tale data farà fede per quanto riguarda l'inizio del periodo di garanzia.

Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche definite nei disciplinari.
3. L'esito finale del collaudo potrà consistere in una delle seguenti dichiarazioni che dovranno risultare in maniera chiara dal verbale:
 - a) collaudo superato.
 - b) collaudo sospeso con autorizzazione provvisoria all'utilizzo e prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura.
 - c) collaudo sospeso senza autorizzazione provvisoria all'utilizzo e con prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura.
 - d) apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con prescrizione di sostituzione della apparecchiatura con altra uguale.
 - e) apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con recesso dal contratto.

4. Nei casi da b) a d), il verbale deve contenere l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. In tal caso dell'esito del verbale l'Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, la quale, per le attrezzature contestate, dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione nel termine di 15 giorni. Superato detto termine, senza che la Ditta abbia adempiuto, la parte acquirente potrà esercitare i diritti indicati nell'articolo "Penali" di cui all'allegato schema di contratto.
5. Nel caso di cui alla lettera e) il verbale deve contenere l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto della fornitura. In tal caso dell'esito del verbale l'Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, procedendo senza ulteriori formalità ad esercitare il diritto di recesso e ad applicare le penali previste dal presente contratto.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

1. La fattura dovrà essere inviata per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 e s.m.i.
2. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati indicati nell'art 9 ter, comma 8, del D.L. n. 78/2015, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. 145/2018.
3. Il codice IPA della ASL BARI è il seguente: UFUH02.
4. In ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il numero di CIG relativo al lotto di cui alla presente procedura nonché la c.d. tripletta di identificazione costituita da:
 - a) Identificativo dell'ordine da riportare nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>: si specifica che il numero ordine in Asl Bari è identificato da area/serie/numero;
 - b) Data di emissione dell'ordine da riportare nel campo 2.1.2.3 <Data>;
 - c) Identificativo del soggetto (EndPointID) che ha emesso l'ordine da riportare nel campo 2.2.2.5. <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi. Tale codice coincide con il codice ufficio ordinante di NSO che per la Asl Bari è: 0201:LJIJT5
5. In caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini si intendono sospesi fino all'integrazione e completamento della stessa.
6. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n° 136 del 13.08.2010 e ss. mm. ii., come dettagliati negli articoli successivi.
7. I pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di conto corrente dedicato acceso presso banca a mezzo di bonifico bancario/postale ai seguenti codici IBAN: _____.
8. La liquidazione sarà curata dalle Macrostruttura destinataria del servizio.

Articolo 13 - Trasparenza

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente

contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

- Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 - Direttore di esecuzione del contratto. Penali

- Per la fase di esecuzione della fornitura il RUP sarà affiancato dal "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" (DEC), ai sensi degli artt. 102 e 111 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., individuato dalla Direzione Strategica, nella persona di _____.
- Il DEC, controllerà la corretta esecuzione della fornitura e, in caso di inadempienze ai patti contrattuali e/o non conformità delle prestazioni, instaurerà apposito contraddittorio con il Responsabile della commessa nominato dalla ditta affidataria (art. 25); in esito a tale verifica sarà redatto relativo verbale sottoscritto da entrambe le parti e, pertanto, in caso di verbalizzata inadempienza, quest'ultima si intende formalmente contestata al Fornitore da parte del DEC.
- Il Responsabile della commessa, dovrà provvedere immediatamente ad eseguire correttamente la mancata/carente attività contestata. In caso di reiterata inadempienza, accertata con le medesime predette modalità, su indicazione del DEC e per il tramite del RUP, verranno applicate le seguenti penali relative a ciascuna delle infrazioni di seguito indicate:

n.	Oggetto	Evenienza che attiva la procedura di erogazione delle penali	Entità delle penali
a	Fornitura dell'attrezzatura completa di accessori e consumabili	Mancato rispetto del termine ultimo previsto dal contratto per il completamento della fornitura dell'attrezzatura	1‰ (dicasi uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
b	Collaudo	Mancato rispetto dei termini previsti per le diverse fasi di collaudo che siano risultate non accettabili o parzialmente accettabili	1‰ (dicasi uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
b	Ritardi nell'esecuzione delle attività manutentive	In caso di mancato adempimento della tempistica e degli obblighi assunti in offerta tecnica per l'effettuazione delle prestazioni di assistenza tecnica.	0,2‰ (dicasi zero virgola due per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nonché per l'inadempimento per la mancata fornitura delle prestazioni incluse nella proposta tecnica.

- I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, recuperati mediante escussione della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
- Le eventuali inadempienze, all'atto del loro verificarsi, saranno notificate formalmente (anche a mezzo PEC) alla Ditta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo Referente, che ne cura il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile: l'esito di tale procedimento avviato (comprensivo di contraddittorio) dovrà essere formalizzato mediante redazione di apposito verbale da parte del DEC, corredato di tutta la documentazione/corrispondenza intervenuta, con cui verrà

espresso parere in merito all'eventuale applicazione delle penali o formulata proposta di risoluzione contrattuale. Tale verbale sarà trasmesso al RUP per i consequenziali adempimenti di competenza.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Si precisa che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ASL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi od imputabili alla stessa Azienda Sanitaria.
10. Perdurando la ditta aggiudicataria nell'inosservanza di pattuizioni di contratto, ASL BARI potrà dichiarare risolto il medesimo a proprio insindacabile giudizio e provvedere a nuovo contratto, ponendo le eventuali maggiori spese a carico della ditta aggiudicataria stessa.
11. Resta inteso che ASL BARI risolverà il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali irrogate raggiunga il 10% dell'importo del contratto.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

1. Il Fornitore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito una garanzia fideiussoria n° _____ rilasciata da _____, ai sensi dell'art. 117 del Codice, per un importo complessivo pari ad € _____ pari al _____% del valore complessivo triennale del contratto.
2. La cauzione ha validità di 36 mesi e sarà svincolata alla scadenza del contratto medesimo e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art. 116 del Codice.
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione Contraente.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia integralmente all'art. 117 del Codice.

Articolo 16 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste da capitolato, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste.
2. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Stazione Appaltante, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. Il Fornitore è obbligato al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 - D.Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Articolo 17 - Risoluzione

1. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi delle previsioni di cui all'art. 122 del Codice.
2. Inoltre, si stabilisce espressamente che il contratto si risolverà ipso jure, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), per i seguenti motivi:
 - nel caso in cui l'importo complessivo delle penali comminate raggiunga il 10% dell'importo di aggiudicazione
 - in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; si applica, in tale ipotesi, quanto previsto dall'art. 110 comma 1 del Codice.
 - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura risultino positivi
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
 - il fornitore ceda il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'Amministrazione.
3. L'ASL BA. ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
 - il fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nel contratto;
 - il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature con i requisiti concordati;
 - il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ASL BA di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
 - il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
 - il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
 - il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente contratto in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
 - in caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dell'ASLBA", integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'ASL BA incamererà a titolo di penale e di indennizzo

l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso ed integrale rinvio alle ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice

Articolo 18 - Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 18.1 - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'impresa _____ in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria, nell'ambito del contratto sottoscritto con la ASL BARI, identificato con il CIG n. _____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. L'impresa _____ in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (appaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 19 - Recesso

1. LASL BARI può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al fornitore, per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 123 del Codice.
2. Si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06 luglio 2012 n° 95, convertito con modificazioni con Legge 07 agosto 2012, n° 135, nella eventualità di attivazione di convenzione da parte di CONSIP S.p.a. O del Soggetto Aggregatore relativa alla medesima fornitura a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, qualora il fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.
3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. n° 37 del 01.08.2014, previo preavviso di 15 giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui siano state attivate convenzioni o accordi quadro dal Soggetto Aggregatore (InnovaPuglia s.p.a.) più convenienti per l'Amministrazione, qualora il fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.
4. Nell'ipotesi in cui si verifichi una necessità urgente di esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, l'Amministrazione potrebbe procedere alla stipula del presente contratto in assenza delle informazioni antimafia avvalendosi dei termini di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs. n° 159 del 06.09.2011 e s.m.i. In caso di accertamento di "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa", di cui all'art. 84, comma 4, della suddetta normativa, l'Amministrazione recederà dal

contratto, fatto salvo il pagamento del valore della fornitura già eseguita e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.
6. In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte dell'Amministrazione, di persone, sia dipendenti o pazienti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'appaltatore, inoltre, dichiara di aver stipulato o, comunque, di essere in possesso di una polizza assicurativa con massimale unico pari a € 5.000.000,00 per sinistro a beneficio anche dell'Amministrazione contraente e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto stesso. In particolare la suddetta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice.
2. Il fornitore, con il presente contratto, assume ogni responsabilità civile e penale in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività in subappalto connesse con la presente fornitura. Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai subappaltatori e/o ai loro ausiliari. Il fornitore si obbliga, altresì, a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti da parte del subappaltatore. In tal caso, il fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del presente contratto. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1 lett. d) del Codice.
2. I crediti derivanti dalle fatture emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria possono essere ceduti secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 120 del Codice e dalla vigente normativa e l'Amministrazione può opporre rifiuto a tale cessione, nei termini previsti dal medesimo articolo di legge.

3. In caso di inosservanza da parte della Società appaltatrice agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASL BARI al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto

Articolo 23 - Responsabile della Commessa

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della ASL BA e, in particolare del DEC (o suoi assistenti) e del RUP
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____, indirizzo di posta elettronica certificata _____.

Articolo 24 - Revisione prezzi contrattuali e modifiche contrattuali

1. Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile per tutta la durata dell'appalto fatto salvo quanto previsto dai commi successivi.

Articolo 25 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, derivanti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e recesso dal presente Contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679
5. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione. L'Appaltatore si impegna, altresì, a conformare i trattamenti di dati personali di cui è titolare

l'Amministrazione contraente al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali ed al Codice in materia di protezione dei dati personali.

6. Il Fornitore, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il quale integrerà il presente contratto.
7. La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016:
 - Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare starita, 6 - Bari - pec protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
 - Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy, mail: dpo@asl.bari.it;
 ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.
8. I dati del Partecipante aggiudicatario sono stati acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.
9. I dati forniti dall'Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, ai sensi degli artt. 6-10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "giudiziari").
10. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

Articolo 27 - Codice di comportamento. Divieto di pantouflage

1. Il Fornitore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dell'ASL BA", integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'ASL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.
3. L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 co. 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL Bari che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da un periodo inferiore ai tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Asl Bari nei suoi confronti.

Articolo 28 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali ed eventuali tasse di registrazione saranno a carico del Fornitore.
2. Ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016, l'appaltatore si impegna al rimborso delle spese obbligatorie di pubblicazione del bando di gara (su G.U.R.I. e quotidiani). Qualora l'appaltatore non adempia al suddetto obbligo di rimborso nel termine previsto dalla stazione appaltante, quest'ultima provvederà a trattenere l'importo dovuto dalla creditoria o dal deposito cauzionale.

Articolo 29 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Azienda

Il Fornitore

Il sottoscritto in qualità di _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 6 (Termini per l'adempimento e corrispettivo), Articolo 7 (Condizioni e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 14 (Direttore di esecuzione del contratto - Penali); Articolo 17 (Risoluzione); Articolo 19 (Recesso) Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e Polizza assicurativa), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Foro competente), Articolo 28 (Spese contrattuali) Articolo 29 (Clausola finale).

Il Fornitore



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE
SANITARIE OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE
EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI**

Committente: **Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari**

Società Appaltatrice:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

PREMESSA

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I .) viene redatto dalla stazione appaltante in adempimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè :

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

Il presente D.U.V.R.I. ha quindi lo scopo di:

- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l'Impresa aggiudicataria e le altre imprese già operanti nel medesimo sito, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra tutti lavoratori impegnati ad operare nello stesso ambiente;
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento consapevole e responsabile e la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro;
- ridurre anche per i pazienti ed i visitatori ogni possibile rischio che dalle attività oggetto dell'appalto possano derivare;

Il presente Documento è stato elaborato dall'*Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari* allo scopo di ottemperare ai disposti di legge in materia di sicurezza nella gestione degli appalti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) n. 3 del 05 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si parla di

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'A.V.C.P. ha inoltre escluso la possibilità di interferenze nei seguenti casi:

- a) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
- b) i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Il D.U.V.R.I. riguarda quindi esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

Infine il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell'espletamento dell'appalto verrà aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

L' AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DATI GENERALI	
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
SEDE LEGALE	Lungomare Starita, 6 - BARI
PARTITA IVA	0653434072
TELEFONO (DIREZIONE GENERALE)	080 5842568
SETTORE / ATTIVITÀ	Sanità – Assistenza Didattica Ricerca
DIRETTORE GENERALE	Dott. Antonio SANGUEDLOCE
DIRETTORE SANITARIO	Dott. Luigi ROSSI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott. Luigi FRUSCIO
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA	
DATORE DI LAVORO	Dott. Antonio SANGUEDLOCE
RESPONSABILE SPPA	Dott. Fulvio Italo Maria FUCILLI
MEDICI COMPETENTI	Dott. Franco POLEMIO, Dott.ssa Ingrid ALOISE, Dott. Giuseppe DI GIESI, Dott. Vincenzo NUNZIANTE CESARO, Dott.ssa Monica PALMISANO, Dott.ssa Annelisa PAPPALETTERA, Dott. Eric Alexander TANTIMONACO, Dott. Michele TEMPESTA
MEDICI AUTORIZZATI	Dott. Franco POLEMIO, Dott.ssa Ingrid ALOISE, Dott. Vincenzo NUNZIANTE CESARO, Dott.ssa Annelisa PAPPALETTERA,
ESPERTI di RADIOPROTEZIONE	Dott.ssa Patrizia CARMONE, Dott.ssa Rita TERLIZZI
ESPERTI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA RMN	Dott.ssa Patrizia CARMONE, Dott.ssa Rita TERLIZZI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	CASIELLO Nicola, CEGLIE Filippo, COLASUONNO Anna, COMES Vito, FASCICOLO Romualdo Enrico, GALASSO Pasquina, GIUGA Michele, LABATE Gianni, PARISI Raffaele, PERLINO Cosimo Damiano, QUERCIA Pasquale, ROMANO Vincenzo, SPORTELLI Michele, VENTURA Ivan

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Indice generale

PREMESSA.....	2
CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
Indice generale.....	5
1. PARAGRAFO I: Sezione Descrittiva.....	6
1.1 Definizioni.....	6
1.2 Dati identificativi.....	7
1.2.1 Anagrafica dell'Appalto.....	7
1.2.2 Anagrafica e dati generali del Committente e dell'appalto.....	7
1.2.3 Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore.....	8
1.3 Obblighi del committente.....	8
1.4 Obblighi generali per l'Appaltatore.....	9
1.5 Diritto d'interruzione del servizio.....	11
1.6 Modalità di aggiornamento/revisione del DUVRI.....	11
2. PARAGRAFO II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro.....	12
2.1 Premessa.....	12
2.2 Descrizione sintetica del sito di intervento e delle condizioni generali di lavoro..	12
2.3 Individuazione dei Rischi nelle aree interessate dall'appalto e delle Misure di Prevenzione e Protezione adottate.....	14
3. PARAGRAFO III: VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE.....	17
3.1 Introduzione.....	17
3.2 Descrizione delle attività oggetto dell'appalto e Individuazione delle aree interessate.....	18
3.3 Metodologia e Criteri di Valutazione del Rischio.....	19
3.4 Individuazione delle misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze.....	21
3.5 Oneri della Sicurezza.....	26
3.6 Validità e Revisione del DUVRI.....	27

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

1. PARAGRAFO I: Sezione Descrittiva**1.1 Definizioni**

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati:

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore o fornitore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri, secondo quanto previsto contrattualmente.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 comma 1 lett. (a) D.Lgs. 81/08).

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

Popolazione ospedaliera: insieme dei soggetti che operano per conto della ASL Ba (personale medico, paramedico, tecnici, ausiliari, vigilanza, studenti ecc ecc.) e pazienti.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

1.2 Dati identificativi

1.2.1 Anagrafica dell'Appalto

Natura dell'opera	FORNITURA BENI E SERVIZI
Fasi Lavorative	- Fornitura di apparecchiature sanitarie - Installazione e collaudo - Monitorizzazione del nursing - Formazione del personale ASL Ba all'uso delle apparecchiature - Manutenzione e assistenza tecnica full risk
Importo	
Numero massimo di lavoratori	
Data Inizio lavori (presunta)	
Data Fine lavori (presunta)	
Durata in giorni (presunta)	
Sede di lavoro	PTA Triggiano

1.2.2 Anagrafica e dati generali del Committente e dell'appalto

Committente del servizio	AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI
Indirizzo e sede legale:	Lungomare Starita , 6
Datore di Lavoro Committente	Dr. Antonio SANGUEDOLCE
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:	Dr. Fulvio Italo Maria FUCILLI
Coordinatore Medici Competenti	Dr. Francesco POLEMIO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

1.2.3 Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore

Denominazione Azienda	
Indirizzo sede legale	
Indirizzo sede operativa	
Codice Fiscale o Partita IVA	
Datore di Lavoro (appaltatore)	
Referente dell'impresa appaltatrice	
Recapiti telefonici Referente	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico Competente	

1.3 Obblighi del committente

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 introduce degli obblighi precisi a carico sia dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori, che dei datori di lavoro dell'azienda appaltante (committente). In particolare gli obblighi del Datore di Lavoro committente, sono di seguito specificati:

- verificare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore;
- fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla ditta appaltatrice;
- promuovere la cooperazione fra datori di lavoro delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto;
- promuovere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati alla eliminazione o, ove ciò non fosse possibile alla riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l'elaborazione del presente "Documento unico di valutazione dei rischi".

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

1.4 Obblighi generali per l'Appaltatore

Prima di iniziare il lavoro l'Appaltatore si impegna a visionare quanto riportato nel presente documento, a condividerlo e a collaborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di cui è pienamente e consapevolmente responsabile, sia verso i lavoratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attività di coordinamento e collaborazione.

L'Appaltatore si impegna:

1. ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad applicare nel corso del lavoro le norme unificate nazionali ed internazionali (UNI, CEI, CEN, ISO) e tutte le altre eventuali norme di buona tecnica applicabili;
2. ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08, per quanto attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuali, ove necessari, ed inclusi gli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori;
3. ad adempiere agli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori (nonché quelli di eventuali ditte subappaltatrici, ove il subappalto fosse ammesso), per quanto attiene ai rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro dell'Azienda, di cui al presente accordo;
4. a fornire, qualora operino contemporaneamente più imprese, tutte le indicazioni necessarie affinché l'Azienda possa adeguatamente promuovere il coordinamento tra le imprese stesse, in particolare per i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività lavorative;
5. a far rispettare al proprio personale e a terzi per esso operanti, oltre le norme di legge, anche quelle di comportamento in vigore nella ASL Ba, in particolare tutto il personale deve essere munito ed esibire il tesserino di riconoscimento conforme all'art 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08;
6. ad attenersi alle indicazioni informative della ASL Ba per un appropriato comportamento del personale di fronte al verificarsi di una situazione di emergenza di qualsiasi natura (incendio, scoppio, crollo, fuga o spandimento di prodotto pericoloso, ecc.);

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

7. a dotare il proprio personale dei dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dall'Azienda committente in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti nell'area delle Unità Ospedaliere o derivanti dalla interferenza delle attività lavorative;
8. a vietare al proprio personale l'accesso ad impianti, reparti e luoghi non previsti contrattualmente; a rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita dalle aree di pertinenza della ASL Ba ;
9. ad operare senza alterare/modificare, se non espressamente richiesto dalla committenza, le caratteristiche degli impianti e delle attrezzature presenti nei luoghi di pertinenza della ASL Ba;
10. ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (marchio CE delle attrezzature, ecc.), a rimuoverli dopo il loro utilizzo e a custodirli in maniera adeguata;
11. a mantenere in ordine e ad assicurare la pulizia nelle zone delle sedi in cui opera e che sono interessate dal lavoro dei propri addetti o dei propri macchinari durante e dopo lo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
12. ad utilizzare automezzi che, qualora dovessero essere autorizzati a circolare nell'interno delle pertinenze della ASL Ba, saranno guidati nel pieno rispetto delle norme del codice della strada, oltre che di quelle speciali evidenziate dalla cartellonistica;
13. a segnalare immediatamente anche al RSPP committente, tenendosi a disposizione per eventuali richieste di chiarimento, ogni infortunio occorso al proprio personale;
14. a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso di svolgimento del servizio, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
15. ad assumersi la piena e completa responsabilità civile e/o penale e/o amministrativa sia per i danni alle persone che alle cose in caso di sinistro, disastro, incendio o incidente di qualsiasi genere causato dall'Appaltatore;

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

16. ad eseguire in condizioni di sicurezza tutte le attività straordinarie che si dovessero rendere necessarie, cooperando con la committenza laddove le attività possano interferire con qualsiasi attività della committenza o con la popolazione ospedaliera;
17. a richiedere alla stazione appaltante autorizzazione scritta al subappalto, come previsto nel contratto, fornendo al Committente le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti tecnico-professionali del subappaltatore (come precedente tabella di paragrafo 1.2.3) , facendosi carico di fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla ditta subappaltatrice e verificando anch'essa il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati all'eliminazione o, ove ciò non fosse possibile, alla riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l'aggiornamento del presente DUVRI.

1.5 Diritto d'interruzione del servizio

In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nei punti precedenti, o di infrazioni alle norme, per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente - ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge dell'Appaltatore – l'Appaltatore riconosce alla Azienda il diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio:

- di non consentire l'ulteriore prosecuzione del servizio;
- di vietare l'accesso alle sedi dell'Azienda Sanitaria Locale a tutti i dipendenti dell'Appaltatore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge, o che non si attengono alle disposizioni dell'Azienda.

1.6 Modalità di aggiornamento/revisione del DUVRI

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d'opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d'appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:

- compilazione di appositi verbali da allegare al DUVRI come integrazione;
- revisione del DUVRI (da adottare in riunione) qualora siano rilevate variazioni sostanziali.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

2. PARAGRAFO II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro**2.1 Premessa**

In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. (b) del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro Committente è tenuto ad informare la ditta appaltatrice o il lavoratore autonomo sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.

Il presente Paragrafo contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio per i lavoratori esterni, nonché l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate dal Committente.

2.2 Descrizione sintetica del sito di intervento e delle condizioni generali di lavoro

La procedura di gara si articola su nr. 7 lotti unici ed indivisibili (elencati nelle seguente tabella), da aggiudicare anche separatamente, che riguardano: la fornitura, la posa in opera il collaudo, la formazione per il personale e la manutenzione di apparecchiature sanitarie sotto dettagliate:

Lotto 1	Congelatori per abbattimento rapido temperatura sacche di sangue	2 pezzi
Lotto 2	Frigoemoteca + 4°C	6 pezzi
Lotto 3	Congelatori – 40 °C	2 pezzi
Lotto 4	Armadi prefabbricati – 30 °C	1 pezzo
Lotto 5	Congelatore – 30°C	2 pezzi
Lotto 6	Incubatori integrati con agitatori piastrinici	3 pezzi
Lotto 7	Frigoriferi + 4°C	8 Pezzi

Le attività lavorative che possono generare rischi interferenti sono quelle che saranno svolte presso il PTA di Triggiano (Bari) nelle aree esterne di pertinenza del PTA (parcheggio) e nei locali del centro di lavorazione e validazione emocomponenti del PTA e risultano sostanzialmente identiche per tutti i lotti

FASI DELLE LAVORAZIONI**a) CONSEGNA E FORMAZIONE**

1. Accesso alle aree esterne del PTA
2. Parcheggio automezzo e scarico del materiale
3. Introduzione in reparto dei beni oggetto della fornitura e delle attrezzature eventualmente necessarie per la posa in opera

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

4. Start-up e collaudo
5. Avvio delle attività formative

b) MANUTENZIONE

1. Accesso ai locali del PTA
2. Parcheggio automezzo
3. Accesso ai locali del centro di lavorazione/validazione
4. Avvio delle attività di manutenzione

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO	
Accesso ai Reparti	I locali in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente DUVRI sono confinate con barriere fisiche che non consentono l'accesso ai vicini reparti sanitari.
Attività svolte nella zona di intervento	- Nessuna all'interno dei locali in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente DUVRI - Durante gli orari di apertura va considerata la possibile presenza, oltre che del personale ospedaliero, anche di esterni (pazienti, fornitori, cittadini, etc.) nelle immediate vicinanze dei locali in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente DUVRI
Comunicazioni di accesso e controllo	- Il personale della ditta deve essere individuabile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto e all'ingresso del Presidio deve qualificarsi alla vigilanza, se da questa fermata. - Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita insieme ai coordinatori di manutenzione dell'Area Gestione Tecnica. - Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto.
PRONTO SOCCORSO	- La ditta appaltatrice deve disporre di quanto previsto dalla normativa e della dotazione prevista dal DM 388/2003 in ragione della classe di appartenenza. - Nelle strutture sanitarie è possibile fruire delle prestazioni sanitarie della struttura di Pronto Soccorso; in caso di necessità è comunque possibile rivolgersi anche al personale sanitario presente nei reparti più vicini.
ALLARME INCENDIO EVACUAZIONE	- In caso di allarme da dispositivo acustico-visivo o per evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale addetto e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri. - Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature, mezzi e materiali che non devono formare intralcio o impedimento lungo le vie di

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

	esodo o di passaggio dei mezzi di emergenza.
Apparecchi telefonici utilizzabili	• Nei reparti ospedalieri è disponibile un telefono sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali.
Viabilità e sosta	• Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati e di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione. • All'interno delle aree di pertinenza della ASL Ba la circolazione con mezzi motorizzati deve avvenire a bassissima velocità onde scongiurare incidenti. • Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi utilizzati per trasporto siano dotati di indicatori acustici di retromarcia. • Le aree di sosta per i mezzi di soccorso devono essere lasciate sgombre; gli idranti devono essere accessibili e deve essere consentito il loro impiego da parte di operatori. • Per la riduzione del rischio è necessario che i mezzi dell'Appaltatore rispettino i percorsi definiti preventivamente per il raggiungimento dei luoghi dove dovranno svolgersi i lavori.

2.3 Individuazione dei Rischi nelle aree interessate dall'appalto e delle Misure di Prevenzione e Protezione adottate

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del committente **per diverse tipologie di ambienti**.

Per ciascun rischio sono indicate le relative misure di prevenzione adottate dall'Azienda.

INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI DI INFORTUNIO O DI ESPOSIZIONE	
Agenti chimici e cancerogeni 	• Infortuni o esposizione all'uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e farmaci antitumorali. Queste sostanze sono presenti soprattutto in laboratori di analisi, anatomia patologica, oncologia, ematologia, ambulatori, sale operatorie, sale parto, ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti. • Per l'impiego di dette sostanze sono stati predisposti specifici protocolli di manipolazione che riducono la possibilità di esposizione per il personale a livelli del tutto trascurabili.
	• Infortunio in generale, dovuto all'inalazione o al contatto con pazienti ed escreti / secreti o liquidi organici provenienti da persone affette da patologie

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Agenti biologici 	infettive. E' un rischio da ritenersi diffuso negli ambienti sanitari. · L'accesso alle zone ad elevato rischio è regolamentato e controllato dai responsabili dell'attività specifica di reparto. · I rifiuti sanitari sono raccolti in appositi contenitori rigidi, resistenti agli urti ed alle sollecitazioni, a tenuta, con indicata la scritta esterna "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo", di apposito colore, collocati nei reparti e depositati temporaneamente in locali dedicati. · In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione (della cute, degli occhi, ...) attenersi alle seguenti disposizioni: - Recarsi al Pronto Soccorso dell'Azienda e segnalare l'accaduto. - Rispettare le regole interne che si applicano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria definita dal Medico competente dell'Appaltatore che segnalerà l'accaduto al Medico Competente Coordinatore del Servizio di Sorveglianza Medica dell'Azienda.
Radiazioni ionizzanti 	· Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere di tipi differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione esterna (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio da contaminazione (sorgenti non sigillate). · L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX, sorgenti rappresentate da radioisotopi in forma sigillata e non) avviene solitamente nelle aree radiologiche tradizionali (Radiologia, Cardiologia Emodinamica), ma possono avvenire anche nei Comparti Operatori. · L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica. · È fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle Zone Classificate "a rischio", identificate da apposita cartellonistica di avvertimento. Ogni informazione in merito potrà essere richiesta al Dirigente Responsabile del Reparto ed all'Esperto di Radioprotezione aziendale.
Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti 	· Esposizione legata all'uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso; per Laser vedere nel seguito). - Nell'ambiente ospedaliero sono in uso apparecchiature che impiegano le proprietà dei campi elettromagnetici: - Risonanza Magnetica Nucleare RMN (Sezioni di Radiologia). · Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare il rischio è dovuto alla presenza del campo magnetico statico sempre attivo per cui si impone la massima attenzione. - L'introduzione di elementi metallici nelle stanze, in cui è presente il magnete,

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

	può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto a gravi incidenti qualora all'interno di esse sia presente il paziente. · L'accesso al locale sede di RMN avviene solo su autorizzazione da parte del Servizio RMN; devono essere rispettate le disposizioni impartite; occorre depositare, nell'apposito armadio all'ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) nonché carte di credito, tessere magnetiche, cellulari ecc. Prima di accedere è comunque necessario compilare la apposita Scheda per ottenere l'autorizzazione all'ingresso E PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO DI SICUREZZA presente nel sito RMN per il quale si chiede l'autorizzazione all'accesso.
Radiazioni laser 	· Infortunio dovuto alla presenza di apparecchi laser di <i>Classe 3- Rischio moderato</i> o <i>Classe 4- Rischio elevato</i> (pericolosi particolarmente per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione). · I Laser emettono un particolare tipo di luce (VIS, UV o IR), in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso. · Apparecchiature utilizzate in ambulatori chirurgici dedicati a Oculistica e nelle sale operatorie. · Ogni informazione in merito alla sicurezza è fornita dal Dirigente Responsabile del Reparto prima di accedere ai locali dove si impiegano tali laser.
Energia elettrica 	In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche verificati e gestiti da personale interno qualificato. · Ogni manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più assoluto. · E' vietato utilizzare energia elettrica senza specifica autorizzazione dell'Area Gestione Tecnica.
INCENDIO 	Incendio- LE STRUTTURE SANITARIE SONO CONSIDERATE LUOGHI A RISCHIO ELEVATO PER LA PRESENZA DI PERSONE AMMALATE CON DIFFICOLTA' O IMPOSSIBILITA' DI MOVIMENTO E CON TEMPI NECESSARIAMENTE LUNGI IN CASO DI EVACUAZIONE. · L'evento incendio è connesso con maggiore probabilità a: -deposito ed utilizzo di materiali infiammabili / facilmente combustibili; -utilizzo di fonti di calore; -impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente; -presenza di fumatori; -interventi di manutenzione e di ristrutturazione; -accumulo di rifiuti e scarti combustibili; -locali ove si eroga ossigeno. La distribuzione di questo gas medicale è realizzata in rete di tubazioni; nei locali sanitari il gas è erogato da prese a muro; è possibile la presenza di bombole di ossigeno trasportabili; -locali ove si utilizzano liquidi infiammabili. · La presenza di locali seminterrati o di locali non presidiati incrementa la

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

	pericolosità dell'incendio. L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente pericoloso ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione come ad es. pazienti e visitatori che non conoscono a fondo i luoghi e sono limitati nei movimenti e nelle percezioni.
Movimentazione carichi 	· Infortuni connessi alla logistica del movimento delle merci all'interno dell'Ospedale. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici.
Viabilità	· Infortuni connessi alla viabilità ospedaliera (transito di veicoli aziendali e di altre ditte per i viali dell'Azienda).
Cadute 	Cadute: Infortunio possibile in ogni luogo ospedaliero, particolarmente in presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti. · Il rischio può essere sensibilmente ridotto dall'uso di transenne, catene e cartelli mobili, che delimitano le aree interessate.
Cadute dall'Alto 	Cadute dall'alto: Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura. · Possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse. · Le coperture degli edifici ospedalieri sono differenziate per condizioni e impiantistica presente: ogni accesso sarà preventivamente autorizzato dall'Area Gestione Tecnica.

3. PARAGRAFO III: VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

3.1 Introduzione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

In questo paragrafo, così come previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, sono individuati i possibili rischi di interferenze, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Enti diversi nello stesso luogo di lavoro del committente, derivanti da attività particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

I rischi specifici dell'ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nel paragrafo II.

Nel presente documento non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.

3.2 Descrizione delle attività oggetto dell'appalto e Individuazione delle aree interessate

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, ha per oggetto:

“fornitura di apparecchiature sanitarie per l'allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti del PTA di Triggiano.”

Di seguito si riportano le fasi di interesse per il DUVRI:

1. Accesso alle aree esterne del PTA
2. Parcheggio automezzo e scarico del materiale
3. Introduzione in reparto dei beni oggetto della fornitura e delle attrezzature eventualmente necessarie per la posa in opera
4. Stazionamento nei locali del centro di lavorazione/validazione per le attività di:
 - a. Installazione e collaudo
 - b. Formazione del personale
 - c. Manutenzione ed assistenza

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

3.3 Metodologia e Criteri di Valutazione del Rischio

In termini generali il **rischio (R)** associato ad un evento pericoloso può essere definito dalla combinazione di **probabilità (P)** che si verifichi il danno e di **gravità (D)** o ampiezza del danno possibile derivante dall'accadimento dell'evento.

Il rischio può quindi essere rappresentato come un concetto probabilistico, rappresentabile con la formula generale:

$$R = P \times D$$

Esistono diversi criteri adottati che fondamentalmente basano la predisposizione delle scale qualitative di valutazione sull'entità delle variabili in gioco (possibilità di accadimento e conseguenze ipotizzate per ciascun binomio "fonte di pericolo/soggetti a rischio").

La **scala delle probabilità P** fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato (es. frequenza e durata dell'esposizione da parte dell'operatore) e/o all'esistenza di dati statistici noti al riguardo (es. dati di letteratura e modelli; dati statistici aziendali o di comparto) e/o al giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa (che a volte costituisce l'unica fonte di valutazione disponibile).

SCALA DELLE PROBABILITÀ (P)

Valore	Livello	criterio
4	Molto Probabile	- esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori - si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili - il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore
3	Probabile	- la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto - è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa
2	Poco Probabile	- la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi - sono noti rarissimi episodi già verificatisi - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una grande sorpresa
1	Improbabile	- la mancanza rilevata può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi indipendenti e poco probabili - non sono noti episodi già verificatisi - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

SCALA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO (D)

Valore	Livello	criterio
4	GRAVISSIMO	- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale - esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	GRAVE	- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale - esposizione cronica con effetti reversibili e/o parzialmente invalidanti
2	MEDIO	- infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile - esposizione cronica con effetti reversibili
1	LIEVE	- infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile - esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

DANNO						
P R O B A B I L I T À	1	2	3	4	da 9 a 16	Rischio elevato
	2	4	6	8	da 6 a 8	Rischio alto
	3	6	9	12	4	Rischio medio
	4	8	12	16	da 1 a 3	Rischio basso

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

3.4 Individuazione delle misure per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze

I rischi derivanti dalle interferenze sono individuabili essenzialmente nelle seguenti attività:

Durante l'accesso alle aree esterne :

1. Attività con mezzi di trasporto o con macchine che potrebbero comportare incidenti tra personale della ditta appaltatrice e pazienti, popolazione ospedaliera, dispositivi o mezzi di trasporto dell'Azienda o di altre ditte in questa operanti;
2. Attività di carico/scarico e movimentazione carichi che potrebbero comportare schiacciamento di arti o corpo intero

Durante l'accesso ai locali del centro di lavorazione/validazione:

1. Attività di carico/scarico e movimentazione carichi che potrebbero comportare schiacciamento di arti o corpo intero
2. Rischio Biologico
3. Rischio intrappolamento in ascensore

	DESCRIZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	STIMA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
ACCESSO ALL'AREA DI CARICO	Possibilità di interferenza con altri veicoli ed altri mezzi condotti dai dipendenti dell'Azienda, di altre Ditte in appalto e degli utenti, con traffico pedonale	(3x1) BASSO	L'accesso e la circolazione dei mezzi nelle aree esterne deve avvenire rispettando la segnaletica presente e conformemente alle regole generali del codice della strada. All'interno delle aree di pertinenza della struttura tutti i mezzi devono comunque procedere con velocità "a passo d'uomo" . Il parcheggio delle auto è consentito solo negli appositi spazi
CARICO/SCARICO e MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MERCI	Lo scarico delle merci e dei materiali avviene di regola nei magazzini in gestione alla Ditta. Occasionalmente materiali ed attrezzature possono essere scaricati nelle vicinanze dei locali destinati al servizio;	(3x1) BASSO	Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro, deve avvenire negli orari ed in prossimità dagli ingressi concordati con il referente dell'appalto. Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è necessario per evitare interferenze che

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

			ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento nonché senza ostacolare la viabilità dei mezzi sanitari e/o privati. Durante la sosta è necessario l'impiego di idonea segnaletica e dispositivo che delimitino l'area di sicurezza introno al mezzo (coni bianco-rossi di segnalazione)
COMUNICAZIONI DI ACCESSO E CONTROLLO	1) Accesso alle strutture senza preavviso : rischi di esposizione a rischi specifici in particolare nelle strutture in cui si svolge attività sanitaria di assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica strumentale e di laboratorio ed attività tecnica . Esposizione a rischi specifici dell'attività in appalto di operatori, utenti, visitatori della ASL BA. 2) E' previsto l'accesso del personale dell' Azienda ai locali assegnati alla Ditta per motivi di servizio .	(3x1) BASSO	Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto . E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dall'appalto e trattenersi nei locali dell' ASL BA fuori degli orari di lavoro. 2) E' obbligo dei referenti della Ditta in appalto la comunicazione di eventuali rischi specifici durante l'accesso del personale dell'ASL BA
RISCHIO STRUTTURALE	Non è previsto utilizzo/deposito di attrezzature e/o di materiali con sovraccarico dei solai		NON PRESENTI RISCHI INTEFERENTI NOTA: In nessun caso si devono disporre in Azienda carichi superiori ai 200 kg/m2 prima di avere avuto autorizzazione specifica da parte del AGT
RISCHIO ELETTRICO 	Uso improprio degli impianti elettrici, sovraccarichi e possibilità di corto circuiti ,elettrocuzioni , incendio e black out. Accesso non autorizzato a locali / armadi contenenti quadri elettrici e cabine media tensione / trasformazione con possibilità di elettrocuzione .	(2x1) BASSO	Non è previsto l'uso di apparecchi sotto tensione. In ogni caso, nell'eventualità di utilizzo le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. Il personale della Ditta deve essere formato e addestrato all'impiego in sicurezza delle apparecchiature e degli impianti elettrici E' vietato l'accesso non autorizzato ai locali / armadi contenenti quadri elettrici e l' utilizzo improprio di impianti e apparecchiature attive.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

RISCHIO DI INCIDENTI E/O INVESTIMENTI DI PERSONE E MEZZI	La movimentazione avviene sia con percorsi esterni che interni attraverso corridoi e passaggi. I percorsi possono essere promiscui, utilizzati anche da operatori sanitari, pazienti, visitatori ed operatori di altre Ditte : rischio di impatto con altre persone o mezzi . Rischio dovuto all' utilizzo dei mezzi (carrelli, transpallet, carrozzine , barelle,ecc) per il trasporto di materiali merci attrezzature pazienti	(1x3) BASSO	I percorsi interni verso le strutture per tutte le attività vengono concordate con il referente dell'appalto e sono stati individuati privilegiando quelli a minor densità di presenze. Il trasporto dei carrelli lungo le rampe deve essere effettuato con la massima attenzione e con il rispetto di bassissima velocità di movimento (passo d'uomo). Il trasporto di materiali ingombranti e/o pesanti e dei pazienti lungo le rampe deve avvenire con due operatori.
RISCHIO DI CADUTA	Rischio di caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi a causa di sversamento accidentale di liquidi O di materiali/attrezzature abbandonati sui percorsi da altre Ditte nei locali dell'Azienda	(1x3) BASSO	1) Attenzione e rispetto della segnaletica mobile di presenza di rischio . 2) Tenere disponibile ed apporre idonea segnaletica mobile;
INTRAPPOLAMENTO	Può essere previsto l'impiego di ascensori per raggiungere i piani inferiori del plesso	(2x1) BASSO	Gli impianti elevatori aziendali sono oggetto di manutenzioni e revisioni periodiche. In caso di intrappolamento chiamare il servizio di prevenzione 0805015717 (ore diurne) o il 115 dopo le ore 14:00
RUMORE/ VIBRAZIONI	Rischio di raggiungimento di livelli di rumore elevati nel locale sede di attività e nelle strutture adiacenti durante alcune lavorazioni ed interferenza con le attività assistenziali		NON PRESENTI RISCHI INTERFERENTI
RISCHIO INCENDIO ALLARME INCENDIO GESTIONE EMERGENZA	1) Rischio di innesco e propagazione di incendio ; ostruzione delle vie di esodo Evento connesso con maggiore probabilità a : - deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; - utilizzo di fonti di calore; - impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti	(3x3) ELEVATO	Le strutture sanitarie sono classificate come strutture a rischio elevato di incendio. Al loro interno è vietato fumare e usare fiamme libere. E' necessario evitare l'accumulo di materiali combustibili . Non utilizzare mai fiamme libere senza prima avere chiesto l'autorizzazione all'AGT, tramite il tecnico di riferimento per i lavori in appalto. Ad operazioni ultimate, le zone interessate

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

	correttamente; - violazione del divieto di fumo ; - accumulo di rifiuti e scarti combustibili. · Luoghi più pericolosi per il principio d'incendio i locali seminterrati, i locali non presidiati 2) Difficoltà nella gestione dell'emergenza e nell'esodo		devono essere lasciate sgombre e libere da materiali di risulta combustibili . Durante l'attività bisogna prestare particolare attenzione a non causare l'ostruzione delle vie di esodo o il bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco. Sono vietate inoltre la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dall'ASL BA (estintori, segnaletica, armadi antincendio ecc.).
GESTIONE DEI RIFIUTI	Rischio di abbandono di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi nelle aree di pertinenza delle strutture sanitarie	(1x3) BASSO	I rifiuti prodotti dall'attività in appalto vengono raccolti direttamente a cura dell'appaltatore
INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI			
USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO	Non è previsto nè autorizzato l'utilizzo promiscuo delle attrezzature		NON PRESENTI RISCHI INTERFERENTI
AGENTI BIOLOGICI	Esposizione accidentale legato al contatto con pazienti o operatori sanitari con patologia infettiva contagiosa e parti o liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive. <u>E' un rischio ubiquitario;</u>	(2x2) MEDIO	Applicare i principi di buona prassi igienica , in particolare la corretta igiene delle mani. Per tutti gli operatori non addetti specificatamente a questa mansione è richiesto di evitare la manipolazione dei contenitori dei rifiuti sanitari. Informazione e formazione specifica sul rischio biologico. Nel periodo di diffusione del Sars-Cov-2 seguire le disposizioni di sicurezza del PTA ed indossare correttamente idonei DPI (FFP2, Guanti)
AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI	1) Non è previsto l'uso di sostanze chimiche da parte della Ditta in appalto; la esposizione del personale, degli utenti e dei visitatori è da considerare accidentale . 2) E' possibile l'esposizione accidentale a disinfettanti, decontaminanti, reagenti di laboratorio.	(1x2) BASSO	1) Sono disponibili le scheda di sicurezza. In caso di sversamento di sostanze, rottura accidentale di contenitori, avvertire immediatamente il coordinatore di reparto / area e provvedere alla raccolta / contenimento secondo le Istruzioni della scheda di sicurezza. 2) Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore dell'area le modalità e gli orari di accesso per effettuare l'attività , in modo che sia possibile programmarla quando sia ridotta l'attività assistenziale e

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

			di supporto; non manipolare contenitori di sostanze chimiche senza autorizzazione;
ESPLOSIONE	1) Incidente dovuto a gas combustibile (metano in centrale termica e nel laboratorio di Microbiologia e Virologia e Genetica), esalazioni da batterie non sigillate di carrelli elevatori nei vari locali dell'Azienda. 2) Introduzione all'interno della ASL BA e stoccaggio di sostanze infiammabili da parte della Ditta in appalto.	(1x3) BASSO	1) La distribuzione dei gas è realizzata in rete di tubazioni. I caricabatterie dei carrelli elevatori sono alloggiati in ambienti idonei. 2) E' fatto divieto alle Ditte l'utilizzo e lo stoccaggio di sostanze infiammabili e l'installazione di caricabatterie senza autorizzazione dell' AGT.
STRESS LAVORO CORRELATO, MOBBING	Rischio di disagio e situazioni di conflitto per la presenza di operatori con mansioni e/o genere e/o origine e/o culture diverse	(1x3) BASSO	L' ASL BA si oppone a qualsiasi forma di discriminazione, separazione ed emarginazione di persone, garantendo apporto e favorendo la soluzione di problematiche nate da difficoltà di relazione e comunicazione, e di conseguente disagio psicologico, fra il proprio personale ed il personale addetto all'appalto. Il Responsabile incaricato della Ditta è tenuto alla comunicazione e segnalazione di tali eventi al RSPP aziendale
NOTE	- Dovranno essere comunicati dalla Ditta appaltatrice al SPPA della ASL tutti gli infortuni subiti dal proprio personale durante lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto - Riunioni di coordinamento verranno effettuate a seguito di variazioni (strutturali, di dotazioni tecnologiche, organizzative, ecc) significative per la sicurezza, che intervengano a carico sia della struttura appaltante che dell'appaltatore.		

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

3.5 Oneri della Sicurezza

Tenuto conto che l'abbattimento dei rischi interferenti si raggiunge con il rispetto delle regole di viabilità, della segnaletica stradale e con comportamenti idonei a fronteggiare situazioni emergenziali (incendio, terremoto, ecc) e che gli eventuali DPI necessari (mascherine FFP2 e guanti) sono diffusamente impiegati per via della attuale diffusione del Sars-CoV2, ed in ogni caso potranno essere anche forniti dalla committenza al momento dell'accesso ai locali destinati alla attività, gli oneri relativi all'abbattimento dei rischi derivanti dalle attività interferenti sono determinati essenzialmente dai costi derivati da riunioni di coordinamento, formazione del personale esterno ed impiego dei coni catarifrangenti da utilizzare durante la sosta e le attività di movimentazione merci nelle aree esterne alle farmacie territoriali.

Si ritiene dunque di quantificare tali costi in 560,00 euro/anno per singolo lotto, secondo il seguente schema (valido per tutti i lotti):

	Quantità	Quantità totali/anno	Costo unitario (euro)	Costo totale (euro)
Riunioni coordinamento con RSPP e/o DEC	1	1	500,00	500,00
Coni in gomma rifrangenti (bianco-rossi) da usare durante gli stazionamenti per il carico e lo scarico del materiale	5	5	12,00	60,00

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

3.6 Validità e Revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto d'appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto principale o dell'atto aggiuntivo al contratto principale. Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto o in caso di condizioni emergenti, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

BARI,

Il Direttore Generale

Dr. Antonio SANGUEDOLCE (Committente) _____

Il Responsabile SPP

Dr. Fulvio Italo Maria FUCILLI (Committente) _____

Il Responsabile Ditta Appaltatrice _____

Il Responsabile SPP (Appaltatore) _____

ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6
70123 Bari
C.F e P.IVA 06534340721

ALLEGATO "L"

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DA DESTINARE AL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO (AREA VASTA CENTRO) – ASL BARI

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Con la presente, il sottoscritto referente dell'Asl di Bari, attesta che in data odierna il signor _____ identificato mediante

Tipo documento	Numero	Ente di rilascio	Data di rilascio

In qualità di

- ☐ Legale Rappresentante
☐ Direttore Tecnico
☐ Dipendente o altra persona munita di delega e/o procura

dell'operatore economico: _____ ha espletato il sopralluogo previsto dagli atti di gara

Bari lì, ____/____/____

Il Referente dell'Asl di Bari

L'incaricato della Ditta

Spazio riservato all'incaricato dell'operatore economico in caso di volontario mancato sopralluogo

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ della ditta _____, giusta delega/procura allegata unitamente al documento di identità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di avere preso visione dei locali interessati dalle installazioni di cui alla presente procedura e di ogni altro elemento tecnico e organizzativo necessario ad una corretta e consapevole formulazione dell'offerta tecnica ed economica ovvero di avere già piena e perfetta conoscenza dello stato dei luoghi.

Il dichiarante

Allegato A.1 – Piano della formazione (da compilare a cura della Ditta)

Dettaglio del Piano	Sintetica proposta della Ditta (compilare):
Caratteristiche generali	
durata dell'intervento formativo (in giornate);	
numero e qualifiche dei formatori;	
numero di ore complessive previste:	
numero di ore previste per ciascuna qualifica di formatori;	
numero dei moduli di formazione previsti;	
numero dei destinatari;	
temi trattati:	
sistemi di verifica dell'apprendimento, con particolare riferimento all'eventuale follow-up, con specifica delle modalità e la tempistica di effettuazione;	
descrizione del materiale didattico fornito	
Caratteristiche particolari	
La ditta si impegna, oltre alla formazione del personale sanitario, a garantire la formazione tecnica di primo intervento di numero due figure professionali individuate dalla stazione appaltante, anche presso la sede della Casa Madre delle apparecchiature offerte. Indicare sinteticamente modalità, luoghi e programma della formazione	

Allegato A.2 – diagramma di Gantt (da compilare a cura della Ditta)

n.	fase	Tempo espresso in (indicare: giorni o settimane)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
...									
n									

Allegato A.3 - Scheda SAT (da compilare a cura della Ditta)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (SAT):					
	Denominazione della erogatrice del SAT				
	Sede amministrativa				
	Sede operativa da cui sarà effettuato il servizio				
	Numero di operatori tecnici dipendenti della ditta				
	Numero di operatori tecnici dipendenti della ditta nella sede da cui sarà effettuato il servizio				
	PARAMETRI		Risposta		
SAT 1	CARATTERISTICHE				
SAT 1.1	numero sedi SAT in regione	n.			
SAT 1.2	ubicazione sede SAT più vicina	n.			
SAT 1.3	numero tecnici addetti alla manutenzione del dispositivo offerto	n.			
SAT 2	MODALITA' DI RICHIESTA TEMPI DI INTERVENTO				
SAT 2.1	Modalità di richiesta tramite Call center, servizi tecnici contattabili via email, etc				
SAT 2.2	tempo massimo di risposta dal momento del ricevimento della chiamata				
SAT 2.3	tempo massimo di intervento su chiamata dal momento del ricevimento del fax di chiamata	Severità guasto 1	ore		
		Severità guasto 2	ore		
		Severità guasto 3	ore		
		Severità guasto 4	ore		
SAT 2.4	Ordine del materiale consumabile: tempo di consegna dalla data di ordine	giorni			
SAT 3	DISPONIBILITA'				
	Orario di disponibilità alla ricezione delle segnalazioni dei guasti				
SAT 3.1	giorni feriali	dalle	alle		
SAT 3.2	giorni prefestivi	dalle	alle		
SAT 3.3	giorni festivi	dalle	alle		
SAT 3.4	Orario di disponibilità alla erogazione di interventi di manutenzione				
	giorni feriali	dalle	alle		
	giorni prefestivi	dalle	alle		
	giorni festivi	dalle	alle		
SAT 3.5	Dichiarazione circa la percentuale minima garantita di ore di disponibilità delle forniture rispetto alle ore lavorative	% _____			
SAT 3.6	numero di interventi di preventiva nell'arco di un anno che saranno erogati in modo programmato	n.			
SAT 4	FORMAZIONE				
SAT 4.1	disponibilità ad istruire tecnici incaricati dalla SA per il primo intervento	si	☐	no	☐
SAT 4.2	disponibilità a fornire le procedure per il primo intervento	si	☐	no	☐
SAT 4.3	disponibilità a fornire i ricambi per i tecnici incaricati dall'ASL BA	si	☐	no	☐

SAT 5	Reperibilità di Ricambi ed accessori				
SAT 5.1	Numero minimo di anni per i quali si garantisce la disponibilità di tutti i ricambi e gli accessori	n.			
SAT 6	Fermo Macchina programmato				
SAT 6.1	numero di giorni annuali di fermo macchina necessari alle operazioni di manutenzione programmata	gg.			
SAT 6.2	percentuale di up-time annuale garantita al netto del numero di giorni di fermo macchina necessari alla manutenzione programmata preventiva	%			
SAT 7	Esclusioni dal contratto offerto dalla ditta a copertura degli oneri di propria competenza compreso nel prezzo di offerta				
SAT 7.1	La manutenzione preventiva (ordinaria) è contemplata come onere a carico della ditta offerente. La manutenzione ordinaria deve comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i controlli di sicurezza, la regolazione, l’elettronica, la calibrazione, la sostituzione di eventuali parti difettose e tutti gli interventi rientranti nella manutenzione generale dell’apparecchiatura nella configurazione fornita.	(elencare)			
SAT 8	Modalità operative				
SAT 8.1	previsione, per tutto il periodo di garanzia, di tutti gli interventi di manutenzione programmata e sostituzione dei componenti e degli accessori delle apparecchiature, anche di tipo consumabile (quali per esempio le batterie, le lampade, le parti in vetro, le celle di ossigeno i trasduttori etc.)		☐	no	☐
SAT 8.2	Manutenzione correttiva, su segnalazione dell'Ente, da considerarsi in numero illimitato, con eliminazione dei guasti con sostituzione di tutte le parti di ricambio difettose con parti di ricambio originali, anche con sostituzione dell'intero sistema qualora non fosse riparabile entro 24 ore solari		☐	no	☐
SAT 8.3	Aggiornamenti Hardware e Software		☐	no	☐
SAT 8.4	Garanzia, a proprio carico, per il periodo di copertura di garanzia, del costante aggiornamento dell'apparecchiatura oggetto del presente Capitolato con l’ultima release disponibile e messa in commercio; prima dell'eventuali modifiche e di miglioramenti tecnici, la Ditta ha l'obbligo di tenere informata preventivamente la SA, la quale ha la facoltà di opporsi alla sostituzione o all'introduzione di modifiche e/o miglioramenti quando questi possano determinare cambiamenti nei programmi stabiliti.		☐	no	☐
SAT 9	Disponibilità dei pezzi di ricambio				
SAT 9.1	La ditta dovrà indicare il tempo in anni per il quale vengono garantiti i ricambi a partire dalla data di installazione dell'apparecchiatura, comunque non inferiore a 10 anni				

Tipologia Servizi	Descrizione Servizi/ Programmi	Unità di misura	Standard minimi richiesti	Offerta della Ditta (compilare)
Servizi di Assistenza Tecnica	Help Desk - Orari ricezione richieste di assistenza	(da h. a h.)	8,30-17,00	
	Help Desk - Tempo di Risposta	(in minuti)	3 minuti	
	Interventi di manutenzione correttiva (riparazione)	(n./anno)	illimitati	
	Interventi di riparazione on site	(n./anno)	illimitati	

	Interventi di manutenzione preventiva		(n./anno)	secondo manuale d'uso	
	Interventi di Manutenzione Proattiva		(n./anno)	2	
	Massimo Downtime		Giorni/anno	10 giorni	
	Minimo Uptime garantito		%	85%	
	Tempo di intervento	Guasto Severità 1	ore	< 2	
		Guasto Severità 2	ore	< 4	
		Guasto Severità 3	ore	< 8	
		Guasto Severità 4	ore	< 24	
Servizi di Assistenza Tecnica Aggiuntivi	Reperibilità e supporto specialistico telefonici 24x7		Si/no	si	
	Reperibilità Remota & On site (Full) 24x7		Si/no	no	
	Fornitura di apparecchiatura sostitutiva entro le 24 ore solari, 7 giorni su 7, 365 gg all'anno, festivi inclusi.		Si/no	no	
Parti di Ricambio	Sostituzione di parti di ricambio		Si/no	si	
Altro (eventuale):					

Allegato A.4 - Scheda caratteristiche minime (da compilare a cura della Ditta. I campi A e B sono comuni a tutti i lotti. Gli altri campi vanno compilati solo per i lotti di proprio interesse)

Spazio riservato alla Stazione Appaltante		Spazio riservato alla Ditta	
CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I LOTTI		SI/NO	DESCRIZIONE SINTETICA CON RIFERIMENTO ALLA PAGINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA (SCHEDE TECNICHE, MANUALI, ECC.). PRECISARE SE TRATTASI DI PRODOTTO EQUIVALENTE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
A	I sistemi offerti dovranno essere di ultima generazione e di ultima release con le caratteristiche tecniche più avanzate al fine di ottenere la migliore performance del sistema		
B	Tutte le apparecchiature dovranno essere realizzate in maniera tale da essere altamente resistenti agli agenti chimici per le dovute ed accurate pratiche di disinfezione (descrivere) e possedere un adeguato livello IP contro le infiltrazioni di liquidi dovute alle azioni di lavaggio e disinfezione.		
LOTTO 1	CONGELATORE PER ABBATTIMENTO RAPIDO SACCHE DI PLASMA DESTINATO AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMO-COMPONENTI COMPRESO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO (DI MINIMA).		
	Congelatore per abbattimento rapido della temperatura in grado di congelare sacche di plasma fresco ad una temperatura di almeno -30°C, entro e non oltre i 60 minuti, in osservanza alle norme internazionali per la salvaguardia dei principi attivi contenuti nel plasma.		
	Capacità: 250 litri circa Capacità (in sacche di plasma) indicativamente pari a: n° 40 sacche di capacità nominale 250 ml (sacche da separazione) n° 14 sacche di capacità nominale 750 ml (sacche da aferesi).		
	La temperatura di esercizio all'avvio del ciclo deve essere = -80°C e comunque non superiore a -75 °C		
	L'apparecchiatura potrà essere in configurazione verticale o orizzontale, con carico orizzontale.		
	Il sistema deve garantire il rispetto della Raccomandazione Europea R(95)15 in termini di tempo di raggiungimento della temperatura ed R(86)6 in termini di maggior resa del Fattore VIII		

	(congelamento delle sacche in posizione orizzontale).		
	Struttura portante costituita da scocca e sportello in lamiera di acciaio verniciati a polveri, con ruote e piedini per maggior stabilità, vano interno in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati.		
	Isolamento termico a base di schiume poliuretaniche, spessore isolamento non inferiore a 100 mm.		
	Chiusura dello sportello con serratura elettro-attuata o dispositivo analogo, controllato da elettronica a bordo macchina, per impedire l'apertura manuale dell'apparecchio durante il ciclo di congelamento.		
	Numero di ripiani porta sacche non inferiore a 4 , del tipo refrigerato, in grado di congelare sacche di qualsiasi forma e volume: possibilità di utilizzo di sacche con formati da 200-300 ml sino a 600-1000ml		
	Pannello di controllo del gruppo frigo posizionato frontalmente, dotato di interruttore on/off con segnalazione luminosa, indicatore acustico e visivo di fine ciclo di congelamento, allarme di massima per alta pressione circuito refrigerante alto/basso stadio, display digitale per la visualizzazione della temperatura interna (Risoluzione display di 0,1°C sia nella visualizzazione che nell'impostazione).		
	Il sistema di regolazione, controllo e monitoraggio, con sonde PT100, deve essere integrato nella macchina, e deve permettere agli utenti di svolgere l'attività di carico/scarico delle sacche di plasma e di interfacciare il dispositivo con il sistema gestionale informatico locale. Tali attività devono poter aver luogo tramite computer di bordo integrato, con monitor LCD <i>Touch</i> a colori e tastiera capacitiva, per la gestione delle attività e il monitoraggio parametri, che implementi su un'unica videata le sezioni di regolazione e di allarme.		
	Segnalazione allarmi tramite segnale acustico e visivo per temperatura min/max, mancanza tensione di rete, porta aperta, avaria batteria tampone, avaria sonde, avarie compressori, avaria sezione di regolazione, avaria sezione di allarme.		
	Sistema di congelamento costituito da due compressori in cascata, del tipo semiermetico e condensati ad aria. Il circuito frigorifero deve funzionare con gas refrigerante CFC-free non vietato dal protocollo di Montreal e non contemplato come dannoso nella revisione di Londra.		
	Il congelamento delle sacche deve avvenire in posizione orizzontale attraverso conduzione		

	termica del ripiano refrigerato, per garantire uniformità di congelamento, corretta distribuzione e conservazione dei fattori proteici fondamentali, contenuti nel plasma		
	Software di controllo e gestione del ciclo di congelamento In lingua italiana, con lettore di codice a barre esterno per identificazione sacche, porta USB per connessione di stampante esterna, porta Ethernet per trasferimento dei dati di congelamento		
	Caratteristiche di minima del software:		
	Acquisizione della sacca nell'archivio attraverso la lettura del barcode presente sulle sacche in uso		
	Gestione utenti con macchina accessibile solo da personale autorizzato tramite nome utente e password		
	Contatore di sacche caricate		
	Lettura e memorizzazione dei codici delle sacche caricate		
	Gestione dell'archivio dei codici delle sacche in accordo con i maggiori standard internazionali (AABB, ISBT).		
	Procedura di monitoraggio attivo e validazione dell'effettivo congelamento sacche che non preveda l'utilizzo di dummy bags		
	Produzione e stampa di file report contenenti almeno i dati di inizio ciclo (data/ora), utente che ha effettuato il carico e lo scarico, numero sacche e tipologia, codice sacca, esito del ciclo		
	Tutte le operazioni eseguite devono essere memorizzate dal sistema, incluso identificazione dell'operatore		
	Il congelatore deve essere dotato di porta Ethernet ed USB e deve essere interfacciabile in maniera unidirezionale con software gestionale attraverso cartella condivisa		
	Funzione di stoccaggio delle sacche eventualmente non scaricate a fine ciclo, con conservazione a temperatura idonea		
	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO Nella fornitura deve essere compreso l'aggiornamento tecnologico onsite e lo spostamento presso il Centro di Lavorazione Emocomponenti del PTA di Triggiano di n. 2 (due) congelatori rapidi, già in dotazione a questa ASL (Modelli Plasmafrost 3 attualmente installati presso Strutture Trasfusionali di Altamura e Di Venere)		

	Tale aggiornamento deve prevedere l'update del sistema operativo con software Windows, ed eventuale integrazione della parte hardware (personal computer e lettori di codici a barre).		
LOTTO 2	FRIGOEMOTECHE A + 4°C DESTINATE AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMO-COMPONENTI (DI MINIMA)		
	Configurazione verticale Temperatura di lavoro impostabili da operatore in un campo di temperatura regolabile almeno tra circa +2 °C e +8 °C con grado di accuratezza al decimo di grado Capacità interne indicative da 650 l Dotate di gruppo frigorifero affidabile silenzioso rumorosità massima nei limiti di legge Funzionante con gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free Isolamento in poliuretano ad alta densità Sbrinamento completamente automatico è che consente la raccolta e l'evaporazione automatica della condensa senza creare sbalzi interni di temperatura Tipo di refrigerazione ventilazione forzata in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +38 °C Dotata di almeno 6 cassette scorrevoli in acciaio inox con divisori interni per contenimento sacca Struttura esterna in acciaio plastificato tossico oppure pre-verniciato Camera interna in materiali antibatterico e/o facilmente sanificabile Dotato di memoria per la registrazione e l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi e acustici tacitabili ● Alta e bassa temperatura ● Black out ● Porta aperta ● Guasto sonde di temperatura ● Condensatore		

	Visualizzazione dello storico degli allarmi, anta in vetro temperato anti appannante e termo isolante con triplo spessore oppure doppio vetro con gas inserito all'interno del vetro camera Dotata di dispositivo di ritorno per la chiusura automatica e fermaporta Porta dotata di chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e maniglia ergonomica Illuminazione interna ad alta efficienza Dotata di sistema di controllo microprocessore e memoria interna con display da almeno 7" totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di ● Temperatura interna ● Temperatura impostata ● Indicazione di limite di allarme minimo e massimo ● Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di Riusualizzazione a posteriori ● Stato di carica della batteria Accesso le varie funzioni dell'Datalogger tramite password differenziate Dotato di batteria tampone Dotato almeno delle seguenti porte e interfaccia ● USB ● Contatti puliti ● RS 485 Prenotazione elettrica 220 V, 50 Hz Dotato di piedini livellatori Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterne (es. Sirius, Spylog,Xweb)		
	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto; le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante		
LOTTO 3	CONGELATORI – 40° DESTINATI AL CENTRO DI QUALIFICAZIONE BIOLOGICA (DI MINIMA)		

	Capacità ALMENO 700 litri a configurazione verticale		
	Temperatura di esercizio – 40°C		
	Campo di temperatura da -20°C a -40°C		
	Congelatore dotato di microprocessore e display digitale		
	Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciata con interno in termoformato e serpentina a gas caldo posizionata sulla cornice della vasca per evitare formazione di ghiaccio sulle guarnizioni.		
	Struttura Interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitarne la pulizia.		
	Filtro condensatore antipolvere lavabile.		
	Porta principale realizzata con le stesse caratteristiche della struttura esterna, dotata di apertura e di chiusura porta tramite maniglia ergonomica a chiave integrata		
	Controportelli interni uguali o superiori a 4 dotati di chiusura magnetica e ripiani interni in acciaio inox AISI 304		
	Ruote piroettanti integrate nel profilo del congelatore e con piedini anteriori regolabili.		
	Valvola di compensazione che consenta di ridurre i tempi tra due successive aperture.		
	Isolamento ottenuto con combinazione di pannelli sottovuoto e schiume poliuretaniche CFC Free.		
	Spessore isolamento non inferiore a 70 mm.		
	Foro passante.		
	Sistema di raffreddamento costituito da compressore ermetico e serpentina in tubo di rame, avvolta attorno alla vasca del congelatore, funzionante con gas refrigerante non vietato dal protocollo di Montreal e non contemplato come dannoso nella revisione di Londra.		
	Sistema di regolazione e controllo elettronico di ultima generazione, dotato di display touch screen da almeno 7" retroilluminato ed interamente a colori, in grado di mostrare contemporaneamente data e ora di sistema, temperatura impostata, temperatura attuale, limiti degli allarmi e grafico della temperatura.		
	Visualizzazione delle temperature con risoluzione 0,1 °C		
	Porta USB frontale per esportare su USB-key tutte le impostazioni, valori memorizzati e file log degli eventi, per la memorizzazione su PC o trasferimento ad altre macchine compatibili: i dati		

	esportati devono essere utilizzabili con software dedicato.		
	Il sistema deve inoltre produrre allarmi per temperatura alta o bassa (impostazione regolabile), prolungata apertura porte, mancanza di corrente o tensione fuori range, malfunzionamento compressore, guasto relè, batteria tampone scarica, sonde guaste		
	Il sistema di allarme deve essere in grado di segnalare situazioni critiche quali utilizzo del compressore fuori range, ed altre anomalie del sistema, per consentire interventi programmati in grado di anticipare eventuali fermo-macchina.		
	-		
	In caso di assenza di alimentazione il sistema deve poter comunque garantire il funzionamento del display e della scheda con batteria di backup e la funzionalità della registrazione dei valori derivanti dalla sonda di allarme		
LOTTO 4	CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO PER ARMADIO PREFABBRICATO DA CA. 6000 LT PER CONSERVAZIONE PLASMA, VALIDATO CE COME DM, A TEMPERATURA DI – 30°C DESTINATO AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMOCOMPONENTI DIMENSIONI ESTERNE INDICATIVE [MM CIRCA] L:3.900 X P:1.300 X H:2.200 (DA VERIFICARE IN SEDE DI SOPRALLUOGO)		
	Capacità netta: circa 6000 litri		
	Temperatura di esercizio -30°C		
	Campo di temperatura: -20°C / -75°C		
	Uniformità su tutto il volume utile: +4°C (escluso sbrinamento) con setpoint a -30°C e sonda in aria		
	Struttura portante costituita da pannelli prefabbricati, assemblati tra loro, esterno in lamiera di acciaio zincato preverniciato, interno in acciaio inox AISI 304		
	N. 4 (quattro) porte di servizio con luce netta 600x1.600H mm circa, chiusure e guarnizioni speciali in gomma.		
	Resistenze elettriche riscaldanti poste sulla guarnizione e battuta porta, per evitare formazione di ghiaccio sulle guarnizioni stesse		
	N° 24 (ventiquattro) ripiani forati in acciaio inox [6 (sei) per anta] regolabili in altezza.		

	Portata massima singolo ripiano non inferiore a 40 kg		
	Isolamento termico ottenuto con iniezione di schiume poliuretatiche sotto forte pressione (tecnica "sandwich"), con spessore isolamento non inferiore a 120 mm.		
	Valvola di compensazione riscaldata in dotazione		
	Impianto frigorifero con compressore semi-ermetico posto a terra di fianco all'armadio o nella parte alta dell'armadio o in posizione remota a max 5 metri lineari (da definire in sede di installazione)		
	Sistema di refrigerazione costituito da unità condensatrice con condensazione ad aria tramite n°2 ventilatori assiali con variatore di velocità.		
	Compressore semi-ermetico, a gas refrigerante ecocompatibile, con elevata efficienza energetica e ambientale, non vietato dal protocollo di Montreal e non contemplato come dannoso nella revisione di Londra		
	L'armadio deve essere completo di impianto frigorifero ed elettrico ridondante a funzionamento alternato, per garantire un uguale e costante funzionamento nel tempo		
	L'impianto frigorifero secondario dovrà avere le medesime caratteristiche indicate per l'impianto primario e dovrà essere gestito da un proprio sistema di controllo e monitoraggio		
	Trattamento interno dell'aria con evaporatore interno a ventilazione forzata, ancorato lateralmente sul soffitto dell'armadio		
	Sbrinamento automatico temporizzato, presenza di sonda per il controllo della temperatura all'interno dell'evaporatore per gestire la durata dello sbrinamento e la partenza della ventilazione.		
	Termostato meccanico di sicurezza.		
	Impianto elettrico con cavi del tipo antifiamma, multipolari, dimensionati per il carico che devono garantire, componenti elettrici posizionati sulla parte superiore dell'armadio.		
	Quadro elettrico con controporta in vetro installato in prossimità dell'armadio per il controllo della macchina e per la visualizzazione temperatura e allarmi.		
	Sistema di regolazione e controllo elettronico di ultima generazione, dotato di display touch screen da almeno 7" retroilluminato ed interamente a colori, in grado di mostrare contemporaneamente data e ora di sistema, temperatura impostata, temperatura attuale, limiti degli allarmi e grafico della temperatura.		

	Visualizzazione delle temperature con risoluzione 0,1 °C		
	Porta USB frontale per esportare su USB key tutte le impostazioni, valori memorizzati e file log degli eventi, per la memorizzazione su PC o trasferimento ad altre macchine compatibili: i dati esportati devono essere utilizzabili con software dedicato.		
	Visualizzazione dei parametri variabile a seconda della necessità, in modalità tempo reale e storica, in un arco temporale di sei ore		
	Il sistema deve inoltre produrre allarmi per temperatura alta o bassa (impostazione regolabile), prolungata apertura porte, mancanza di corrente o tensione fuori range, malfunzionamento compressore, guasto relè, batteria tampone scarica, sonde guaste		
	Il sistema di allarme deve essere in grado di segnalare situazioni critiche quali utilizzo del compressore fuori range e relè del compressore prossimo a fine vita, per consentire interventi programmati in grado di anticipare eventuali fermo-macchina.		
	L'apparecchiatura deve avere una batteria tampone per garantire le funzioni del controllore in caso di mancata alimentazione di rete, con autonomia di almeno 36 ore		
	In caso di assenza di alimentazione il sistema deve poter comunque garantire il funzionamento del display e della scheda con batteria di backup e la funzionalità della registrazione dei valori derivanti dalla sonda di allarme		
	Il sistema deve essere disattivabile in caso di guasto per alta condensazione o alta pressione, allarme di alta temperatura o alimentazione mancante ad una sola unità, e può essere sospeso con riattivazione automatica, in caso di guasto alle sonde, allarme di utilizzo elevato del compressore e superamento del tempo massimo di sbrinamento		
	L'armadio deve essere equipaggiato di sistema per il controllo degli accessi, tramite card a radiofrequenza, in grado di tracciare e registrare tutte le aperture della macchina, riservate solo a personale autorizzato: ogni accesso deve poter essere tracciabile e registrabile nella memoria residente del controller dello strumento		
	Dotazione di serie di 3 card con possibilità di associare anche altre card alla strumentazione.		
	Possibilità di accesso alla camera anche in caso di avaria o smarrimento delle card, tramite opportuno Intervento su interruttore principale		

	Modulo di connessione Ethernet per interconnessione a sistema di monitoraggio remoto residente		
LOTTO 5	CARATTERISTICHE SPECIFICHE CONGELATORE -30°C (DI MINIMA)		
	Configurazione verticale Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un range di temperatura regolabile almeno tra -10 e -30 °C con grado di accuratezza al decimo di grado Capacità interne indicativa da 750 l Dotato di gruppo in frigorifero affidabile silenzioso rumorosità massima nei limiti di legge Funzionamento con gas refrigerante ecologico di tipo C FC e HCFC free Isolamento in poliuretano ad alta densità Dotato di almeno tre ripiani regolabili in altezza con possibilità di montaggio anche di cassette Struttura esterna in acciaio plastificata Atossico oppure preverniciato Camera interna in materiale antibatterico e o facilmente sanificabile suddivisa in almeno quattro scompartimenti chiusi ciascuno da un proprio contro sportello Dotato di memoria per la registrazione e l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni Dotato almeno dei seguenti allarmi visive ed acustici tacita abili ● Alta e bassa temperatura ● Black out ● Porta aperta ● Guasto sonde di temperatura condensatore Visualizzazione dello storico degli allarmi Porta dotata di guarnizione di valvola compensatrice e chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e maniglia ergonomica Dotato di sistema di controllo amico processore e memoria interna con display da almeno 7" totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di ● Temperatura interna		

	● Temperatura impostata ● Indicazione di limite di allarme minimi e massimi ● Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di rivisualizzazione a posteriori ● Stato di carica della batteria ● Accesso alle varie funzioni dell'Datalogic tramite password differenziate Dotato di batteria tampone Dotato almeno delle seguenti porta interfaccia ● USB ● Contatti puliti ● RS 485 Alimentazione elettrica 220 V, 50 Herz Dotato di piedini livellatori Conformità al marchio CE Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterno esempio Sirius Spylog Xweb		
	Migliorie offerta nella fornitura del lotto le migliori potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla stazione appaltante		
LOTTO 6	INCUBATORI INTEGRATI CON AGITATORI PIASTRINICI DESTINATI AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMOCOMPONENTI		
	Configurazione dell'incubatore: verticale da pavimento con tensione di alimentazione 230V		
	L'apparecchiatura incubatore con agitatori piastrinici integrati dovrà essere conforme alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CE		
	L'apparecchiatura deve avere una capacità nominale come incubatore >= 700 litri		
	L'apparecchiatura deve avere una temperatura di esercizio di +22°C con tolleranza +/-2 °C		
	L'incubatore deve essere integrato con un minimo di 2 agitatori		
	La struttura interna deve essere completamente in acciaio inox Aisi304 con angoli arrotondati per facilitarne la pulizia		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di isolamento termico di almeno 40 mm di spessore e		

	la schiuma isolante deve essere di poliuretano espanso priva di CFC		
	Il refrigerante deve essere di ultima generazione		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di valvola per ricarica gas in sede di manutenzione		
	L'apparecchiatura deve avere una porta con visiva trasparente auto chiudente completa di guarnizioni magnetiche, dotata di un sistema di chiusura /apertura degli sportelli sicura con chiave		
	Presenza illuminazione interna		
	L'apparecchiatura dovrà avere la predisposizione per inserimento sonda temperatura sistema esterno per la rilevazione della temperatura in continuo		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di un sistema che garantisca la massima uniformità interna di temperatura		
	L'apparecchiatura deve avere un sistema di arresto automatico in caso di apertura porta con riavvio automatico del programma di lavoro dopo successiva chiusura della porta stessa		
	L'apparecchiatura deve avere un display che mostri almeno la data e l'ora di sistema, la temperatura impostata, la temperatura attuale, i limiti degli allarmi e il grafico della temperatura		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di una porta USB per esportare tutte le impostazioni, i valori memorizzati e i file log degli eventi: i dati esportati devono poter essere memorizzati su PC o trasferiti su altre macchine compatibili		
	Presenza contatto per allacciamento sistema allarme remoto		
	Gli agitatori all'interno dell'incubatore devono essere attuati da motori indipendenti programmabili da sistemi digitali di regolazione		
	Ognuno degli agitatori deve avere la possibilità di alloggiare minimo 100 sacche disposte su ripiani a griglia scorrevoli verso l'esterno e facilmente estraibili		
	L'apparecchiatura deve avere una rumorosità <=60db ad un metro di distanza		
	L'apparecchiatura in caso di mancata alimentazione di rete deve essere alimentata tramite batteria tampone con ricarica automatica per garantirne le funzioni di monitoraggio con autonomia minima di 24h		

LOTTO 7	CARATTERISTICHE SPECIFICHE FRIGORIFERO BIOLOGICO A SINGOLA ANTA DI MINIMA		
	Frigorifero biologico pensato appositamente per garantire le corrette condizioni di conservazione per tutti i tipi di campioni biologici, completo di ogni accessorio necessari al normale corretto utilizzo e aventi le seguenti caratteristiche tecniche: Configurazione verticale Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un campo di temperatura regolabile almeno tra circa +2 è +8 °C con grado di accuratezza al 10° di grado Capacità interne indicative da 500 L. dotato di gruppo frigorifero affidabile silenzioso con rumorosità massima nei limiti di legge Funzionante con gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free Isolamento in poliuretano ad alta densità Sbrinamento completamente automatiche che consente la raccolta e l'evaporazione automatica della condensa senza creare spazi interni di temperatura Tipo di refrigerazione ventilazione forzata in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +38° Dotato di almeno 3 ripiani grigliati regolabili in altezza con possibilità di montaggio anche di cassette Struttura esterna in acciaio plastificato atossico oppure pre-verniciato Camera interna il materiale antibatterico facilmente sanificabile Dotato di memoria per la registrazione l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi acustici tacita abili ● Alta e bassa temperatura ● Black out ● Porta aperta ● Guasto sonde di temperatura ● Condensatore		

	Visualizzazione dello storico degli allarmi Anta in vetro temperato antiappannante e termoisolante con triplo spessore oppure doppio vetro con gas inserito all'interno del vetro camera dotata di dispositivo di ritorno per la chiusura automatica fermo porta Porta dotata di chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e di maniglia ergonomica Illuminazione interna ad alta efficienza Dotato di sistema di controllo a microprocessore e memoria interna con display da almeno 7" totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di ● Temperatura interna ● Temperatura impostata ● Indicazione di limite di allarme minimo e massimo ● Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di Riusualizzazione a posteriori ● Stato di carica della batteria Accesso alle varie funzioni del Data logger tramite password differenziate Dotato di batteria tampone Dotato almeno delle seguenti porta interfaccia ● USB ● Contatti puliti ● RS 485 Alimentazione elettrica 220 V 50Hz Dotato di piedini livellatori Conformità alle seguenti direttive 2066/42 CE, 2014/35/UE, 2004/108 CE Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterno (ES. Sirius, Spylog, Xweb)		
	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto; le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante		
	Caratteristiche specifiche di minima frigorifero biologico a doppia anta		

Frigorifero biologico pensato appositamente per garantire le corrette condizioni di conservazione per tutti i tipi di campioni biologici, completo di ogni accessorio necessari al normale corretto utilizzo e aventi le seguenti caratteristiche tecniche: Configurazione verticale Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un campo di temperatura regolabile almeno tra circa +2 è +8 °C con grado di accuratezza al 10º di grado Capacità interne indicative da almeno 1100 l dotato di gruppo frigorifero affidabile silenzioso con rumorosità massima nei limiti di legge Funzionante con gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free Isolamento in poliuretano ad alta densità Sbrinamento completamente automatiche che consente la raccolta e l'evaporazione automatica della condensa senza creare spazi interni di temperatura Tipo di refrigerazione ventilazione forzata in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +38° Dotato di almeno 6 ripiani grigliati regolabili in altezza con possibilità di montaggio anche di cassetti Struttura esterna in acciaio plastificato atossico oppure preverniciato Camera interna il materiale antibatterico facilmente sanificabile Dotato di memoria per la registrazione l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi acustici tacita abili • Alta e bassa temperatura • Black out • Porta aperta • Guasto sonde di temperatura • Condensatore Visualizzazione dello storico degli allarmi Anta in vetro temperato antiappannante e termoisolante con triplo spessore oppure doppio vetro con gas inserito all'interno del vetro camera dotata di dispositivo di ritorno per la chiusura automatica fermo porta	
---	--

	Porta dotata di chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e di maniglia ergonomica Illuminazione interna ad alta efficienza Dotato di sistema di controllo a microprocessore e memoria interna con display da almeno 7" totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di • Temperatura interna • Temperatura impostata • Indicazione di limite di allarme minimo e massimo • Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di Rivisualizzazione a posteriori • Stato di carica della batteria • Accesso alle varie funzioni dell'Datalogger tramite password differenziate • Dotato di batteria tampone • Dotato almeno delle seguenti porta interfaccia • USB • Contatti puliti • RS 485 • Alimentazione elettrica 220 V 50Hz • Dotato di piedini livellatori • Conformità alle seguenti direttive 2066/42 CE, 2014/35/UE, 2004/108 CE • Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterno (ES. Sirius, Spylog, Xweb)		
	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto; le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante		

PROFILI CONTABILI☐ RILEVANTE, a valere su:☒ NON rilevante**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**☒ SOGGETTA a pubblicazione☐ NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare☒ NON contiene dati personali**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

PROPOSTA N.RO 20230002024 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001684 DEL 22/08/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Sardaro Nicola	 Firmato digitalmente il 21/08/2023 14:17
Responsabile UOS/UOSD	Sardaro Nicola	 Firmato digitalmente il 21/08/2023 14:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 21/08/2023 14:20