

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001838	15/09/2023

OGGETTO: AGP - POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12a. Procedura aperta per la fornitura e per l'allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. Modifica.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230002218 DEL 15/09/2023





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 52 (cinquantadue) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 15/09/2023 13:29 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 15/09/2023 13:41 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 15/09/2023 14:29 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 15/09/2023 14:28 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/09/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 15/09/2023 14:30
Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Il Direttore Generale

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria formulata dalla competente UOS acquisizione Attrezzature e Beni mobili e della proposta del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio che attesta la regolarità e la legittimità del relativo procedimento, considera e determina quanto segue:

Premesso:

che con deliberazione del Direttore Generale n. 1684 del 22/08/2023 è stata indetta la procedura aperta multilotto ai sensi degli artt. 25 e 72 del D.lgs. 36/2023 per la fornitura e l'allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano

che la procedura in parola è finanziata per € 256.660,74 con fondi FESR a valere sulla misura POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12a

Dato atto

che nelle more del termine concesso per la formulazione dei chiarimenti, ben due ditte potenziali concorrenti hanno segnalato l'inadeguatezza delle basi d'asta relative ai lotti 6 e 4 anche alla luce degli aumenti intervenuti non solo sulle materie prima ma anche sui costi di trasporto

che il RUP ha sottoposto le suddette segnalazioni alla U.O.C. Ingegneria Clinica - che ha formulato i capitolati tecnici dei diversi lotti e le rispettive basi d'asta - per gli opportuni approfondimenti e che la predetta Struttura, con la nota prot. n. 70124 del 15/09/2023, pur confermando la congruità delle basi d'asta, ha rappresentato la possibilità, alla luce degli aumenti di prezzo intervenuti negli ultimi anni, di incrementarle nella misura del 15%

Considerato che il requisito della convenienza della commessa pubblica è presupposto indispensabile per l'accesso al mercato con la conseguenza che l'ipotizzata insufficienza delle basi d'asta potrebbe comportare la mancata partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara e, quindi, l'impossibilità della tempestiva fruizione dei fondi FESR in scadenza;

Ritenuto, pertanto, di incrementare del 15% la base di suddetti lotti come segue:

Lotto 4 da € 50.000,00 a € 57.500,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €560,00 e Iva

Lotto 6 da € 35.000,00 a € 40.250,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €560,00 e Iva

Ritenuto, altresì, per effetto delle suddette modifiche,

- di modificare la delibera di indizione n. 1684 del 22/08/2023 e i relativi allegati – nello specifico, il capitolato tecnico e il disciplinare di gara – esclusivamente nella parte relativa al valore complessivo dell'appalto e che, pertanto, lo stesso deve intendersi pari a € 306.670,00 oltre Iva
- di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte in misura sufficiente ad assicurare un'adeguata pubblicità e, quindi, la massima partecipazione alla procedura di gara da parte degli operatori economici

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- di confermare nel resto la delibera di indizione e i relativi allegati

Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

Di modificare la base d'asta dei suddetti lotti come segue:

Lotto 4 da € 50.000,00 a € 57.500,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €560,00 e Iva

Lotto 6 da € 35.000,00 a € 40.250,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €560,00 e Iva

Di modificare delibera di indizione n. 1684 del 22/08/2023 e relativi allegati – nello specifico, il capitolato tecnico e il disciplinare di gara, qui allegati per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – nella parte relativa al valore complessivo dell'appalto nel senso che, lo stesso, deve intendersi pari a € 306.670,00 oltre iva.

Di prorogare i termini di scadenza di presentazione delle offerte, apertura delle offerte ed invio di richieste di chiarimenti, come segue:

- scadenza presentazione offerte: 03.10.2023 ore 12.00
- apertura offerte: 04.10.2023 alle ore 10.00
- scadenza richiesta chiarimenti: 22.09.2023 alle ore 12.00.

Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 27e 28 del D.lgs. n.36/2023.

POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB-AZIONE 9.12. PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023

Allegato A.1: piano della formazione

Allegato A.2: diagramma di Gantt

Allegato A.3: scheda SAT

Allegato A.4: caratteristiche di minima

Allegato A.5: planimetria

Allegato A
Capitolato Tecnico

SOMMARIO

1.	OGGETTO DELLA FORNITURA	3
2.	PRINCIPIO DI EQUIVALENZA.....	3
3.	PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	4
4.	CRONOPROGRAMMA DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA	4
5.	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.....	5
6.	GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	10
7.	PRECISAZIONI	25
8.	SOPRALLUOGO E ATTESTATO	25
9.	SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA.....	25
10.	CONSEGNA E INSTALLAZIONE	25
11.	GARANZIA - ASSISTENZA TECNICA	26
12.	ALLEGATI AL CAPITOLATO.....	26

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e, per l'affidamento della fornitura suddivisa in lotti unici ed indivisibili, da aggiudicare anche separatamente, di apparecchiature sanitarie occorrenti per l'allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della ASL di BARI presso il PTA di Triggiano (area vasta centro) – ASL BARI, come meglio di seguito descritte:

LOTTI	DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE IVA ESCLUSA
Lotto 1	Congelatori per l'abbattimento rapido sacche di plasma	2	€70.000
Lotto 2	Frigoemoteca +4°C	6	€ 45.000
Lotto 3	Congelatori -40°C	2	€ 25.000
Lotto 4	Armadio prefabbricato -30°C	1	€ 57.500
Lotto 5	Congelatore -30°C	2	€ 20.000
Lotto 6	Incubatori integrati con agitatori piastrinici	3	€ 40.250
Lotto 7	Frigoriferi +4°C	8	€ 45.000
TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA			€ 302.750,00
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 3.920,00

Le forniture dovranno essere di produzione corrente, nuove di fabbrica, non ricondizionate né riassemblate; dovranno essere prive di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica; inoltre dovranno rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.

La fornitura comprende le seguenti ulteriori prestazioni:

1. il trasporto, la consegna, l'installazione a regola d'arte (comprese eventuali integrazioni con i sistemi informativi aziendali, laddove richiesto), la messa a punto, il collaudo tecnico funzionale e quant'altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale le forniture, il tutto a totali spese e cura dell'aggiudicataria;
2. collaudo e istruzione del personale;
3. garanzia per 24 mesi (dal collaudo dell'apparecchiatura);
4. manutenzione assistenza tecnica full risk nel periodo di garanzia (24 mesi);

2. PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali cui devono corrispondere le forniture, vengono indicate come di minima e comunque secondo il principio di equivalenza richiamato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto la non conformità di talune caratteristiche merceologiche non comporterà la non validità dell'offerta, che sarà opportunamente valutata.

La descrizione dei prodotti posti a gara, come di seguito riportata, è stata elaborata attingendo a descrizioni di analoghi prodotti effettivamente presenti sul mercato, mediando tra le caratteristiche di diversi produttori in modo da garantire una procedura il più possibile aperta alla concorrenza.

Nonostante tale impostazione di principio, è però possibile che la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara possa individuare o avvicinarsi a una provenienza determinata o a un procedimento particolare, a un marchio o a un brevetto determinato, a un tipo o a un'origine o una produzione specifica. In tal caso tali assonanze avrebbero come effetto di favorire talune imprese o prodotti, o limitare o eliminarne altri. Ad evitare una simile evenienza, si precisa esplicitamente che ogni indicazione, descrizione, definizione, devono intendersi sempre integrate dalla menzione "o equivalente".

L'impresa che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche ha l'obbligo di segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Allo stesso modo, le misure indicate sono da considerarsi suscettibili di lievi modifiche (nel limite del 10%), purché e comunque siano garantiti, a giudizio della commissione giudicatrice, i livelli di funzionalità previsti per lo scopo della fornitura. Nella fase di valutazione delle proposte formulate la Commissione Giudicatrice potrà ritenere valide offerte contenenti caratteristiche diverse da quelle indicate purché le stesse non limitino il corretto utilizzo dei beni rispetto allo specifico uso cui i beni sono destinati.

3. PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE

Dovrà essere erogato un corso per la formazione all'uso delle tecnologie offerte di tutto il personale interessato, secondo la offerta tecnica formulata dalla Ditta in sede di gara.

Le caratteristiche minime della formazione sono le seguenti:

1. almeno un corso per operatori, della durata di 8 ore, suddiviso in almeno due giornate distinte;
2. fornitura del necessario materiale didattico.
3. devono essere previsti corsi tenuti da personale qualificato. La ditta dovrà descrivere in dettaglio il pacchetto formativo offerto con riferimento all'addestramento per le apparecchiature offerte. Dovrà inoltre indicare il numero di giorni da dedicare all'addestramento, la frequenza degli incontri formativi, sia in Italia che all'estero,

Il concorrente deve compilare il sottostante prospetto (**Allegato A.1**) offrendo una sintetica descrizione del **Piano della formazione e dell'aggiornamento del Personale**, compreso nel prezzo offerto per l'oggetto del presente appalto, necessario per preparare il personale che verrà incaricato di utilizzare le apparecchiature. *La Ditta potrà ulteriormente approfondire la descrizione della propria proposta, ma dovrà in ogni caso compilare la seguente tabella:*

Tabella A.1 – Piano della formazione (da compilare a cura della Ditta)

Dettaglio del Piano	Sintetica proposta della Ditta (compilare):
Caratteristiche generali	
durata dell'intervento formativo (in giornate);	
numero e qualifiche dei formatori;	
numero di ore complessive previste;	
numero di ore previste per ciascuna qualifica di formatori;	
numero dei moduli di formazione previsti;	
numero dei destinatari;	
temi trattati:	
sistemi di verifica dell'apprendimento, con particolare riferimento all'eventuale follow-up, con specifica delle modalità e la tempistica di effettuazione;	
descrizione del materiale didattico fornito	
Caratteristiche particolari	
La ditta si impegna, oltre alla formazione del personale sanitario, a garantire la formazione tecnica di primo intervento di numero due figure professionali individuate dalla stazione appaltante, anche presso la sede della Casa Madre delle apparecchiature offerte. Indicare sinteticamente modalità, luoghi e programma della formazione	

4. CRONOPROGRAMMA DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA

Le forniture saranno poste in opera in condizione di "pronte all'uso" secondo il crono-programma che la Ditta deve indicare in sede di offerta.

Il massimo periodo accettabile per la predisposizione di "pronto all'uso" è di 30 giorni dal momento dell'invio di richiesta da parte della Stazione Appaltante.

La Ditta deve inserire il programma temporale dell'esecuzione della fornitura e della relativa installazione. Il programma dovrà essere realizzato in forma di diagramma di Gantt, con scala dei tempi a partire dal primo giorno di consegna, indicando la durata in giorni lavorativi (ad esclusione del sabato) e le relative precedenze delle diverse fasi (tempi di consegna della fornitura, esecuzione, installazione, calibrazione, test preliminare, formazione del personale utilizzatore, collaudo, ecc.). Il programma temporale dovrà prevedere la conclusione delle attività (collaudo escluso) entro il termine massimo in giorni solari consecutivi indicato nel bando di gara, ovvero entro il termine migliorativo offerto in sede di gara. Tali termini decorreranno dalla data di consegna dei locali).

Tabella A.2 – diagramma di Gantt (da compilare a cura della Ditta)

n.	fase	Tempo espresso in (indicare: giorni o settimane)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
...									
n									

5. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Ciascuna Ditta concorrente dovrà produrre un programma delle attività che saranno rese a titolo di manutenzione e di assistenza tecnica per la durata della garanzia (e quindi senza aggravio di costi alla SA) che faccia riferimento alle seguenti condizioni.

La ditta dovrà proporre le condizioni di manutenzione FULL RISK durante il periodo di garanzia di 24 mesi.

Si precisa fin d'ora che, nell'ambito della validità dell'eventuale futuro contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà inviare copia di tutti gli interventi di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria e verifiche di sicurezza elettrica alla U.O. C di Ingegneria Clinica per permettere il controllo tecnico e per consentire l'avvio della procedura di liquidazione da parte del Provveditorato. Nelle copie degli interventi sopradescritti dovranno essere espressamente indicati i riferimenti amministrativi dell'Ordine o Determina o Delibera e devono essere convalidati con il timbro e firma del Reparto di appartenenza dell'apparecchiatura.

Caratteristiche di minima dei servizi di manutenzione. SLA (Service Level Agreement).

Premessa. Acronimi e definizioni.

Parametro	Definizione
Incidente	Ogni evento che non è parte del normale funzionamento di un servizio e che causa o potrebbe causare una interruzione o una riduzione della qualità del servizio.
Workaround	Soluzione temporanea a un problema, che implica che una soluzione definitiva sia necessaria per permettere al Cliente di lavorare secondo la qualità di servizio correntemente accettabile, senza interruzioni o ritardi nella erogazione delle prestazioni
Disponibilità del sistema	Abilità di completare le prestazioni che dipendono dalle soluzioni tecniche fornite da Ditta. Se c'è un qualsiasi metodo elettronico per raggiungere tale risultato allora il sistema è disponibile.
Downtime	denota lo stato di un sistema che non è operativo oppure l'intervallo di tempo in cui un sistema è in tale stato, che può essere dovuto ad un guasto, a indisponibilità per interventi di manutenzione non programmata, o comunque a qualsiasi altra causa. La misurazione viene effettuata in valori assoluti (per esempio, in minuti), oppure in percentuale in riferimento ad un periodo (per esempio, il 0,002% corrisponde ad un downtime di 10 minuti in un anno). Per misurare la durata di downtime si fa riferimento ad un periodo di tempo nel quale valgono le seguenti condizioni: 1) Il sistema non è disponibile per guasto; 2) il cliente ha notificato Ditta che il sistema non è disponibile

	<p>3) il sistema è coperto da contratto di servizio ed è disponibile per il servizio di riparazione</p> <p>4) il sistema non è in manutenzione programmata concordata con il cliente</p>
Uptime	<p>letteralmente «tempo in attività», traducibile in «tempo di funzionamento», denota l'intervallo di tempo in cui un singolo apparato o un intero sistema è stato ininterrottamente acceso e correttamente funzionante. La misurazione viene effettuata in valori assoluti (per esempio, in minuti), oppure in percentuale in riferimento ad un periodo (per esempio, il 99,998% corrisponde ad un downtime di 10 minuti in un anno)</p>
Esclusioni	<p>Non concorrono al calcolo del Downtime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli interventi di manutenzione programmata, inclusa l'installazione di aggiornamenti e nuove versioni software - Guasti causati da prodotti non forniti dalla Ditta, o non sotto la responsabilità della Ditta (es. problemi di rete) - Trasferimento attrezzature - Modifiche non autorizzate del sistema (hardware e software) - Problemi causati da Software non autorizzato - Problemi relativi a lavori elettrici esterni alle attrezzature

Indice delle Severità di Guasto

Parametro	Definizione
Severità 1	<p>Un incidente che non permette alla Stazione Appaltante di lavorare secondo il normale standard di funzionamento, che impedisce di erogare la prestazione per cui la attrezzatura è stata acquisita e per il quale non c'è una ragionevole soluzione immediata. Può anche trattarsi di un incidente che compromette l'integrità dei dati, o la sicurezza e la salute del paziente. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blocco della attrezzatura; - Perdita di dati che causa problemi di sicurezza dei pazienti
Severità 2	<p>La severità 2 è meno grave della severità 1. È un incidente che comunque permette al cliente di lavorare, al limite usando un workaround, ma che ha un significativo impatto negativo sul flusso di lavoro clinico di base, o può provocare perdite finanziarie. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crash frequenti di pc - Perdita di dati che non causa problemi di sicurezza dei pazienti
Severità 3	<p>È un incidente che comunque permette al cliente di lavorare e ha un impatto moderato sul flusso di lavoro clinico di base. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I pc non funzionano occasionalmente - la attrezzatura si blocca occasionalmente ma con interventi del personale locale può riavviarsi
Severità 4	<p>Un incidente che ha un impatto minore sul sito o è un cambiamento programmato e concordato. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamenti nella configurazione di utenti, licenze - Cambiamenti di tipo puramente estetico - minori malfunzionamenti che non generano ricadute tali da impedire la erogazione delle prestazioni ma rappresentano evento sentinella di possibili malfunzionamenti futuri di severità maggiore

Tabella A.3 - Scheda SAT (da compilare a cura della Ditta)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (SAT):			
	Denominazione della erogatrice del SAT		
	Sede amministrativa		
	Sede operativa da cui sarà effettuato il servizio		
	Numero di operatori tecnici dipendenti della ditta		
	Numero di operatori tecnici dipendenti della ditta nella sede da cui sarà effettuato il servizio		
	PARAMETRI	Risposta	
SAT 1	CARATTERISTICHE		
SAT 1.1	numero sedi SAT in regione	n.	
SAT 1.2	ubicazione sede SAT più vicina	n.	
SAT 1.3	numero tecnici addetti alla manutenzione del dispositivo offerto	n.	
SAT 2	MODALITA' DI RICHIESTA TEMPI DI INTERVENTO		
SAT 2.1	Modalità di richiesta tramite Call center, servizi tecnici contattabili via email, etc		
SAT 2.2	tempo massimo di risposta dal momento del ricevimento della chiamata		
SAT 2.3	tempo massimo di intervento su chiamata dal momento del ricevimento del fax di chiamata	Severità guasto 1	ore
		Severità guasto 2	ore
		Severità guasto 3	ore
		Severità guasto 4	ore
SAT 2.4	Ordine del materiale consumabile: tempo di consegna dalla data di ordine	giorni	
SAT 3	DISPONIBILITA'		
	Orario di disponibilità alla ricezione delle segnalazioni dei guasti		
SAT 3.1	giorni feriali	dalle	alle
SAT 3.2	giorni prefestivi	dalle	alle
SAT 3.3	giorni festivi	dalle	alle
SAT 3.4	Orario di disponibilità alla erogazione di interventi di manutenzione		
	giorni feriali	dalle	alle
	giorni prefestivi	dalle	alle
	giorni festivi	dalle	alle
SAT 3.5	Dichiarazione circa la percentuale minima garantita di ore di disponibilità delle forniture rispetto alle ore lavorative	% _____	
SAT 3.6	numero di interventi di preventiva nell'arco di un anno che saranno erogati in modo programmato	n.	
SAT 4	FORMAZIONE		
SAT 4.1	disponibilità ad istruire tecnici incaricati dalla SA per il primo intervento	si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

SAT 4.2	disponibilità a fornire le procedure per il primo intervento	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
SAT 4.3	disponibilità a fornire i ricambi per i tecnici incaricati dall'ASL BA	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
SAT 5	Reperibilità di Ricambi ed accessori				
SAT 5.1	Numero minimo di anni per i quali si garantisce la disponibilità di tutti i ricambi e gli accessori	n.			
SAT 6	Fermo Macchina programmato				
SAT 6.1	numero di giorni annuali di fermo macchina necessari alle operazioni di manutenzione programmata	gg.			
SAT 6.2	percentuale di up-time annuale garantita al netto del numero di giorni di fermo macchina necessari alla manutenzione programmata preventiva	%			
SAT 7	Esclusioni dal contratto offerto dalla ditta a copertura degli oneri di propria competenza compreso nel prezzo di offerta				
SAT 7.1	La manutenzione preventiva (ordinaria) è contemplata come onere a carico della ditta offerente. La manutenzione ordinaria deve comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i controlli di sicurezza, la regolazione, l'elettronica, la calibrazione, la sostituzione di eventuali parti difettose e tutti gli interventi rientranti nella manutenzione generale dell'apparecchiatura nella configurazione fornita.	<i>(elencare)</i>			
SAT 8	Modalità operative				
SAT 8.1	previsione, per tutto il periodo di garanzia, di tutti gli interventi di manutenzione programmata e sostituzione dei componenti e degli accessori delle apparecchiature, anche di tipo consumabile (quali per esempio le batterie, le lampade, le parti in vetro, le celle di ossigeno i trasduttori etc.)		<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
SAT 8.2	Manutenzione correttiva, su segnalazione dell'Ente, da considerarsi in numero illimitato, con eliminazione dei guasti con sostituzione di tutte le parti di ricambio difettose con parti di ricambio originali, anche con sostituzione dell'intero sistema qualora non fosse riparabile entro 24 ore solari		<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
SAT 8.3	Aggiornamenti Hardware e Software		<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
SAT 8.4	Garanzia, a proprio carico, per il periodo di copertura di garanzia, del costante aggiornamento dell'apparecchiatura oggetto del presente Capitolato con l'ultima release disponibile e messa in commercio; prima dell'eventuali modifiche e di miglioramenti tecnici, la Ditta ha l'obbligo di tenere informata preventivamente la SA, la quale ha la facoltà di opporsi alla sostituzione o all'introduzione di modifiche e/o miglioramenti quando questi possano determinare cambiamenti nei programmi stabiliti.		<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
SAT 9	Disponibilità dei pezzi di ricambio				
SAT 9.1	La ditta dovrà indicare il tempo in anni per il quale vengono garantiti i ricambi a partire dalla data di installazione dell'apparecchiatura, comunque non inferiore a 10 anni				

Tipologia Servizi	Descrizione Servizi/ Programmi	Unità di misura	Standard minimi richiesti	Offerta della Ditta (compilare)	
Servizi di Assistenza Tecnica	Help Desk - Orari ricezione richieste di assistenza	(da h. a h.)	8,30-17,00		
	Help Desk - Tempo di Risposta	(in minuti)	3 minuti		
	Interventi di manutenzione correttiva (riparazione)	(n./anno)	illimitati		
	Interventi di riparazione on site	(n./anno)	illimitati		
	Interventi di manutenzione preventiva	(n./anno)	secondo manuale d'uso		
	Interventi di Manutenzione Proattiva	(n./anno)	2		
	Massimo Downtime	Giorni/anno	10 giorni		
	Minimo Uptime garantito	%	85%		
	Tempo di intervento	Guasto Severità 1	ore	< 2	
		Guasto Severità 2	ore	< 4	
		Guasto Severità 3	ore	< 8	
	Guasto Severità 4	ore	< 24		
Servizi di Assistenza Tecnica Aggiuntivi	Reperibilità e supporto specialistico telefonici 24x7	Si/no	si		
	Reperibilità Remota & On site (Full) 24x7	Si/no	no		
	Fornitura di apparecchiatura sostitutiva entro le 24 ore solari, 7 giorni su 7, 365 gg all'anno, festivi inclusi.	Si/no	no		
Parti di Ricambio	Sostituzione di parti di ricambio	Si/no	si		
Altro (eventuale):					

6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per favorire la migliore comparazione tra le offerte da parte della Commissione giudicatrice, le ditte concorrenti devono formulare, per ciascun lotto di interesse, una relazione tecnica descrittiva struttura esattamente nei **capitoli** e nei **paragrafi** riportati nelle prime due colonne delle griglie di valutazione (es. Capitolo 1 – Caratteristiche generali; Paragrafo 1.1 – Progetto di formazione; Paragrafo 1.2 ...; Capitolo 2 – Caratteristiche particolari; Paragrafo 2.1 – Migliorie; ecc.).

I paragrafi 1.1, 1.2, e 1.3 di ciascuna relazione sono costituiti, rispettivamente, dalle tabelle A.1, A.2 e A.3 allegate al presente capitolato da compilare a cura della ditta. È preferibile che le tabelle siano inserite all'interno della relazione.

La Commissione valuterà le offerte attribuendo a ciascun paragrafo di ciascun capitolo il punteggio massimo indicato nella colonna "sub punteggio" delle seguenti griglie di valutazione moltiplicati per i coefficienti previsti dall'art. 13 del disciplinare.

Griglia di valutazione dei lotti nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Proposta della ditta	Punteggio totale	Sub punteggio
Cap. 1	Caratteristiche generali dell'offerta	Elementi a disposizione della Commissione per la valutazione della proposta	10	-
Par. 1.1	Progetto di formazione	La tabella A.1 prevista al punto 3 del presente capitolato		2
Par. 1.2	Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine	La tabella A.2 prevista al punto 4 del presente capitolato		2
Par. 1.3	Condizioni di garanzia e manutenzione	La tabella A.3 prevista al punto 5 del presente capitolato		4
Par. 1.4	Eco-sostenibilità dell'offerta	Maggiore eco-sostenibilità, maggiore punteggio		2
Cap. 2	Caratteristiche particolari dell'offerta	Elementi a disposizione della Commissione per la valutazione della proposta	60	-
Par. 2.1	Materiali di realizzazione rivestimento interno	Sarà data preferenza alle offerte che garantiscono migliori caratteristiche di qualità del materiale costruttivo, spessori dei materiali, ai fini di un uso intensivo giornaliero e di un uso durevole negli anni nonché maggiore resistenza ai prodotti chimici utilizzati per la disinfezione		6
Par. 2.2	Sistemi migliorativi per l'organizzazione interna	Sarà valutata positivamente il progetto di organizzazione degli spazi, numero cassette e ottimizzazione dei volumi utili al carico		7
Par. 2.3	Materiali di realizzazione e caratteristiche struttura esterna	Sarà data preferenza alle offerte che garantiscono migliori caratteristiche di qualità del materiale costruttivo, spessori dei materiali, ai fini di un uso intensivo giornaliero e di un uso durevole negli anni nonché maggiore resistenza ai prodotti chimici utilizzati per la disinfezione		7
Par. 2.4	Sistemi di tenuta e uniformità a garanzia della temperatura impostata	Descrivere la soluzione tecnologica utilizzata a garanzia della tenuta della temperatura		3
Par. 2.6	Sistema di controllo delle aperture porte	Descrivere la soluzione tecnologica utilizzata per la chiusura e controllo delle porte		3
Par. 2.7	Impianto frigorifero	Saranno premiate le soluzioni con tecnologia a risparmio energetico		8
Par. 2.8	Impianto refrigerante	Descrivere tecnologia, tipologia di gas		8

		utilizzato, numero di stadi, tipologia di alimentazione elettrica, sistemi di risparmio energetico		
Par. 2.9	Contenimento della rumorosità	Maggior abbattimento, maggiore punteggio		5
Par. 2.10	Display	Saranno valutate positivamente le caratteristiche funzionali prestazionali e le maggiori dimensioni		5
Par. 2.11	Porte/interfacce e connettività di comunicazione	Saranno valutate positivamente numero e tipologia		5
Par. 2.12	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto	Le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante		3
TOTALE			70	70

Griglia di valutazione del solo lotto n. 6

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – lotto n. 6	Descrizione a cura della ditta	Punteggio totale	Sub punteggio
Cap. 1	Caratteristiche generali dell'offerta	Elementi a disposizione della Commissione per la valutazione della proposta	10	-
Par. 1.1	Progetto di formazione	La tabella A.1 prevista al punto 3 del presente capitolato		2
Par. 1.2	Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine	La tabella A.2 prevista al punto 3 del presente capitolato		2
Par. 1.3	Condizioni di garanzia e manutenzione	La tabella A.3 prevista al punto 3 del presente capitolato		4
Par. 1.4	Eco-sostenibilità dell'offerta			2
Cap. 2	Caratteristiche particolari della offerta	Elementi a disposizione della Commissione per la valutazione della proposta	60	-
Par. 2.1	Materiali di realizzazione rivestimento interno	Sarà data preferenza alle offerte che garantiscono migliori caratteristiche di qualità del materiale costruttivo, spessori dei materiali, ai fini di un uso intensivo giornaliero e di un uso durevole negli anni nonché maggiore resistenza ai prodotti chimici utilizzati per la disinfezione		5
Par. 2.2	Numero e caratteristiche degli agitatori interni	Descrivere caratteristiche tecniche degli agitatori, tipologia, numero di giri, dimensioni, numero di provette processabili		5
Par. 2.3	Consumo di CO2	Saranno premiate soluzioni a minore consumo		4
Par. 2.4	Materiali di realizzazione e caratteristiche struttura esterna	Sarà data preferenza alle offerte che garantiscono migliori caratteristiche di qualità del materiale costruttivo, spessori dei materiali, ai fini di un uso intensivo giornaliero e di un uso durevole negli anni nonché maggiore resistenza ai prodotti chimici utilizzati per la disinfezione		7
Par. 2.6	Sistemi di tenuta e uniformità a garanzia della temperatura impostata	Descrivere la soluzione tecnologica utilizzata a garanzia della tenuta della temperatura		3
Par. 2.7	Sistema di controllo delle aperture porte	Descrivere la soluzione tecnologica utilizzata per la chiusura e controllo delle porte		3
Par. 2.8	Impianto frigorifero	Saranno premiate le soluzioni con tecnologia a risparmio energetico		8

Par. 2.9	Impianto refrigerante	Descrivere tecnologia, tipologia di gas utilizzato, numero di stadi, tipologia di alimentazione elettrica, sistemi di risparmio energetico		7
Par. 2.10	Contenimento della rumorosità	Maggior abbattimento, maggiore punteggio		5
Par. 2.11	Display	Saranno valutate positivamente le caratteristiche funzionali prestazionali e le maggiori dimensioni		5
Par. 2.12	Porte/interfacce e connettività di comunicazione	Saranno valutate positivamente numero e tipologia		5
Par. 2.13	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto	Le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante		3
TOTALE			70	70

Nel seguito si espone la **scheda A.4**, da compilare a cura della Ditta, nella quale vengono riportate le caratteristiche di minima richieste (colonna di sinistra). Le ditte concorrenti devono indicare nell'apposito spazio riservato (colonna di destra) "si" o "no" e la descrizione sintetica dell'elemento possibilmente con il riferimento alla documentazione tecnica nella quale è possibile verificare l'informazione.

Tabella A.4 - Scheda caratteristiche minime (da compilare a cura della Ditta. I campi A e B sono comuni a tutti i lotti. Gli altri campi vanno compilati solo per i lotti di proprio interesse).

Spazio riservato alla Stazione Appaltante		Spazio riservato alla Ditta	
CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I LOTTI		SI/NO	DESCRIZIONE SINTETICA CON RIFERIMENTO ALLA PAGINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA (SCHEDE TECNICHE, MANUALI, ECC.). PRECISARE SE TRATTASI DI PRODOTTO EQUIVALENTE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
A	I sistemi offerti dovranno essere di ultima generazione e di ultima release con le caratteristiche tecniche più avanzate al fine di ottenere la migliore performance del sistema		
B	Tutte le apparecchiature dovranno essere realizzate in maniera tale da essere altamente resistenti agli agenti chimici per le dovute ed accurate pratiche di disinfezione (descrivere) e possedere un adeguato livello IP contro le infiltrazioni di liquidi dovute alle azioni di lavaggio e disinfezione.		
LOTTO 1	CONGELATORE PER ABBATTIMENTO RAPIDO SACCHE DI PLASMA DESTINATO AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMO-COMPONENTI COMPRESO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO (DI MINIMA).		
	Congelatore per abbattimento rapido della temperatura in grado di congelare sacche di plasma fresco ad una temperatura di almeno -30°C, entro e non oltre i 60 minuti, in osservanza		

	alle norme internazionali per la salvaguardia dei principi attivi contenuti nel plasma.		
	Capacità: 250 litri circa Capacità (in sacche di plasma) indicativamente pari a: n° 40 sacche di capacità nominale 250 ml (sacche da separazione) n° 14 sacche di capacità nominale 750 ml (sacche da aferesi).		
	La temperatura di esercizio all'avvio del ciclo deve essere = -80°C e comunque non superiore a -75 °C		
	L'apparecchiatura potrà essere in configurazione verticale o orizzontale, con carico orizzontale.		
	Il sistema deve garantire il rispetto della Raccomandazione Europea R(95)15 in termini di tempo di raggiungimento della temperatura ed R(86)6 in termini di maggior resa del Fattore VIII (congelamento delle sacche in posizione orizzontale).		
	Struttura portante costituita da scocca e sportello in lamiera di acciaio verniciati a polveri, con ruote e piedini per maggior stabilità, vano interno in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati.		
	Isolamento termico a base di schiume poliuretatiche, spessore isolamento non inferiore a 100 mm.		
	Chiusura dello sportello con serratura elettro-attuata o dispositivo analogo, controllato da elettronica a bordo macchina, per impedire l'apertura manuale dell'apparecchio durante il ciclo di congelamento.		
	Numero di ripiani porta sacche non inferiore a 4 , del tipo refrigerato, in grado di congelare sacche di qualsiasi forma e volume: possibilità di utilizzo di sacche con formati da 200-300 ml sino a 600-1000ml		
	Pannello di controllo del gruppo frigo posizionato frontalmente, dotato di interruttore on/off con segnalazione luminosa, indicatore acustico e visivo di fine ciclo di congelamento, allarme di massima per alta pressione circuito refrigerante alto/basso stadio, display digitale per la visualizzazione della temperatura interna (Risoluzione display di 0,1°C sia nella visualizzazione che nell'impostazione).		
	Il sistema di regolazione, controllo e monitoraggio, con sonde PT100, deve essere integrato nella macchina, e deve permettere agli utenti di svolgere l'attività di carico/scarico delle sacche di plasma e di interfacciare il dispositivo con il sistema gestionale informatico locale. Tali attività devono poter aver luogo tramite computer di bordo integrato, con monitor LCD <i>Touch</i> a colori e tastiera capacitiva, per la gestione delle attività e il monitoraggio parametri, che implementi su un'unica videata le sezioni di regolazione e di allarme.		
	Segnalazione allarmi tramite segnale acustico e visivo per temperatura min/max, mancanza tensione di rete, porta aperta, avaria batteria		

	tampone, avaria sonde, avarie compressori, avaria sezione di regolazione, avaria sezione di allarme.		
	Sistema di congelamento costituito da due compressori in cascata, del tipo semiermetico e condensati ad aria. Il circuito frigorifero deve funzionare con gas refrigerante CFC-free non vietato dal protocollo di Montreal e non contemplato come dannoso nella revisione di Londra.		
	Il congelamento delle sacche deve avvenire in posizione orizzontale attraverso conduzione termica del ripiano refrigerato, per garantire uniformità di congelamento, corretta distribuzione e conservazione dei fattori proteici fondamentali, contenuti nel plasma		
	Software di controllo e gestione del ciclo di congelamento In lingua italiana, con lettore di codice a barre esterno per identificazione sacche, porta USB per connessione di stampante esterna, porta Ethernet per trasferimento dei dati di congelamento		
	Caratteristiche di minima del software:		
	Acquisizione della sacca nell'archivio attraverso la lettura del barcode presente sulle sacche in uso		
	Gestione utenti con macchina accessibile solo da personale autorizzato tramite nome utente e password		
	Contatore di sacche caricate		
	Lettura e memorizzazione dei codici delle sacche caricate		
	Gestione dell'archivio dei codici delle sacche in accordo con i maggiori standard internazionali (AABB, ISBT).		
	Procedura di monitoraggio attivo e validazione dell'effettivo congelamento sacche che non preveda l'utilizzo di dummy bags		
	Produzione e stampa di file report contenenti almeno i dati di inizio ciclo (data/ora), utente che ha effettuato il carico e lo scarico, numero sacche e tipologia, codice sacca, esito del ciclo		
	Tutte le operazioni eseguite devono essere memorizzate dal sistema, incluso identificazione dell'operatore		
	Il congelatore deve essere dotato di porta Ethernet ed USB e deve essere interfacciabile in maniera unidirezionale con software gestionale attraverso cartella condivisa		
	Funzione di stoccaggio delle sacche eventualmente non scaricate a fine ciclo, con conservazione a temperatura idonea		
	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO Nella fornitura deve essere compreso l'aggiornamento tecnologico onsite e lo spostamento presso il Centro di Lavorazione Emocomponenti del PTA di Triggiano di n. 2 (due) congelatori rapidi, già in dotazione a questa ASL (Modelli Plasmafrost 3 attualmente installati presso Strutture Trasfusionali di Altamura e Di Venere)		

	Tale aggiornamento deve prevedere l'update del sistema operativo con software Windows, ed eventuale integrazione della parte hardware (personal computer e lettori di codici a barre).		
LOTTO 2	FRIGOEMOTECHE A + 4°C DESTINATE AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMO-COMPONENTI (DI MINIMA)		
	<p>Configurazione verticale</p> <p>Temperatura di lavoro impostabili da operatore in un campo di temperatura regolabile almeno tra circa +2 °C e +8 °C con grado di accuratezza al decimo di grado</p> <p>Capacità interne indicative da 650 l</p> <p>Dotate di gruppo frigorifero affidabile silenzioso rumorosità massima nei limiti di legge</p> <p>Funzionante con gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free</p> <p>Isolamento in poliuretano ad alta densità</p> <p>Sbrinamento completamente automatico è che consente la raccolta e l'evaporazione automatica della condensa senza creare sbalzi interni di temperatura</p> <p>Tipo di refrigerazione ventilazione forzata in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +38 °C</p> <p>Dotata di almeno 6 cassette scorrevoli in acciaio inox con divisori interni per contenimento sacca</p> <p>Struttura esterna in acciaio plastificato tossico oppure pre-verniciato</p> <p>Camera interna in materiali antibatterico e/o facilmente sanificabile</p> <p>Dotato di memoria per la registrazione e l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni</p> <p>Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi e acustici tacitabili</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alta e bassa temperatura ● Black out ● Porta aperta ● Guasto sonde di temperatura ● Condensatore <p>Visualizzazione dello storico degli allarmi, anta in vetro temperato anti appannante e termo isolante con triplo spessore oppure doppio vetro con gas inserito all'interno del vetro camera</p> <p>Dotata di dispositivo di ritorno per la chiusura automatica e fermaporta</p> <p>Porta dotata di chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e maniglia ergonomica</p> <p>Illuminazione interna ad alta efficienza</p> <p>Dotata di sistema di controllo microprocessore e memoria interna con display da almeno 7"</p>		

	<p>totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Temperatura interna ● Temperatura impostata ● Indicazione di limite di allarme minimo e massimo ● Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di Rivisualizzazione a posteriori ● Stato di carica della batteria <p>Accesso le varie funzioni dell'Datalogger tramite password differenziate</p> <p>Dotato di batteria tampone</p> <p>Dotato almeno delle seguenti porte e interfaccia</p> <ul style="list-style-type: none"> ● USB ● Contatti puliti ● RS 485 <p>Prenotazione elettrica 220 V, 50 Hz</p> <p>Dotato di piedini livellatori</p> <p>Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterne (es. Sirius, Spylog,Xweb)</p>		
	<p>Migliorie offerte nella fornitura del Lotto; le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante</p>		
LOTTO 3	CONGELATORI – 40° DESTINATI AL CENTRO DI QUALIFICAZIONE BIOLOGICA (DI MINIMA)		
	Capacità ALMENO 700 litri a configurazione verticale		
	Temperatura di esercizio – 40°C		
	Campo di temperatura da -20°C a -40°C		
	Congelatore dotato di microprocessore e display digitale		
	Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciata con interno in termoformato e serpentina a gas caldo posizionata sulla cornice della vasca per evitare formazione di ghiaccio sulle guarnizioni.		
	Struttura Interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per facilitarne la pulizia.		
	Filtro condensatore antipolvere lavabile.		
	Porta principale realizzata con le stesse caratteristiche della struttura esterna, dotata di apertura e di chiusura porta tramite maniglia ergonomica a chiave integrata		
	Controspartelli interni uguali o superiori a 4 dotati di chiusura magnetica e ripiani interni in acciaio inox AISI 304		
	Ruote piroettanti integrate nel profilo del congelatore e con piedini anteriori regolabili.		
	Valvola di compensazione che consenta di ridurre i tempi tra due successive aperture.		

	Isolamento ottenuto con combinazione di pannelli sottovuoto e schiume poliuretatiche CFC Free.		
	Spessore isolamento non inferiore a 70 mm.		
	Foro passante.		
	Sistema di raffreddamento costituito da compressore ermetico e serpentina in tubo di rame, avvolta attorno alla vasca del congelatore, funzionante con gas refrigerante non vietato dal protocollo di Montreal e non contemplato come dannoso nella revisione di Londra.		
	Sistema di regolazione e controllo elettronico di ultima generazione, dotato di display touch screen da almeno 7" retroilluminato ed interamente a colori, in grado di mostrare contemporaneamente data e ora di sistema, temperatura impostata, temperatura attuale, limiti degli allarmi e grafico della temperatura.		
	Visualizzazione delle temperature con risoluzione 0,1 °C		
	Porta USB frontale per esportare su USB-key tutte le impostazioni, valori memorizzati e file log degli eventi, per la memorizzazione su PC o trasferimento ad altre macchine compatibili: i dati esportati devono essere utilizzabili con software dedicato.		
	Il sistema deve inoltre produrre allarmi per temperatura alta o bassa (impostazione regolabile), prolungata apertura porte, mancanza di corrente o tensione fuori range, malfunzionamento compressore, guasto relè, batteria tampone scarica, sonde guaste		
	Il sistema di allarme deve essere in grado di segnalare situazioni critiche quali utilizzo del compressore fuori range, ed altre anomalie del sistema, per consentire interventi programmati in grado di anticipare eventuali fermo-macchina.		
	-		
	In caso di assenza di alimentazione il sistema deve poter comunque garantire il funzionamento del display e della scheda con batteria di backup e la funzionalità della registrazione dei valori derivanti dalla sonda di allarme		
LOTTO 4	CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO PER ARMADIO PREFABBRICATO DA CA. 6000 LT PER CONSERVAZIONE PLASMA, VALIDATO CE COME DM, A TEMPERATURA DI -30°C DESTINATO AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMOCOMPONENTI DIMENSIONI ESTERNE INDICATIVE [MM CIRCA] L:3.900 X P:1.300 X H:2.200 (DA VERIFICARE IN SEDE DI SOPRALLUOGO)		
	Capacità netta: circa 6000 litri		
	Temperatura di esercizio -30°C		
	Campo di temperatura: -20°C / -75°C		
	Uniformità su tutto il volume utile: +4°C (escluso sbrinamento) con setpoint a -30°C e sonda in aria		

	Struttura portante costituita da pannelli prefabbricati, assemblati tra loro, esterno in lamiera di acciaio zincato preverniciato, interno in acciaio inox AISI 304		
	N. 4 (quattro) porte di servizio con luce netta 600x1.600H mm circa, chiusure e guarnizioni speciali in gomma.		
	Resistenze elettriche riscaldanti poste sulla guarnizione e battuta porta, per evitare formazione di ghiaccio sulle guarnizioni stesse		
	N° 24 (ventiquattro) ripiani forati in acciaio inox [6 (sei) per anta] regolabili in altezza.		
	Portata massima singolo ripiano non inferiore a 40 kg		
	Isolamento termico ottenuto con iniezione di schiume poliuretatiche sotto forte pressione (tecnica "sandwich"), con spessore isolamento non inferiore a 120 mm.		
	Valvola di compensazione riscaldata in dotazione		
	Impianto frigorifero con compressore semi-ermetico posto a terra di fianco all'armadio o nella parte alta dell'armadio o in posizione remota a max 5 metri lineari (da definire in sede di installazione)		
	Sistema di refrigerazione costituito da unità condensatrice con condensazione ad aria tramite n°2 ventilatori assiali con variatore di velocità.		
	Compressore semi-ermetico, a gas refrigerante ecocompatibile, con elevata efficienza energetica e ambientale, non vietato dal protocollo di Montreal e non contemplato come dannoso nella revisione di Londra		
	L'armadio deve essere completo di impianto frigorifero ed elettrico ridondante a funzionamento alternato, per garantire un uguale e costante funzionamento nel tempo		
	L'impianto frigorifero secondario dovrà avere le medesime caratteristiche indicate per l'impianto primario e dovrà essere gestito da un proprio sistema di controllo e monitoraggio		
	Trattamento interno dell'aria con evaporatore interno a ventilazione forzata, ancorato lateralmente sul soffitto dell'armadio		
	Sbrinamento automatico temporizzato, presenza di sonda per il controllo della temperatura all'interno dell'evaporatore per gestire la durata dello sbrinamento e la partenza della ventilazione.		
	Termostato meccanico di sicurezza.		
	Impianto elettrico con cavi del tipo antifiamma, multipolari, dimensionati per il carico che devono garantire, componenti elettrici posizionati sulla parte superiore dell'armadio.		
	Quadro elettrico con controporta in vetro installato in prossimità dell'armadio per il controllo della macchina e per la visualizzazione temperatura e allarmi.		
	Sistema di regolazione e controllo elettronico di ultima generazione, dotato di display touch screen da almeno 7" retroilluminato ed interamente a colori, in grado di mostrare contemporaneamente		

	data e ora di sistema, temperatura impostata, temperatura attuale, limiti degli allarmi e grafico della temperatura.		
	Visualizzazione delle temperature con risoluzione 0,1 °C		
	Porta USB frontale per esportare su USB key tutte le impostazioni, valori memorizzati e file log degli eventi, per la memorizzazione su PC o trasferimento ad altre macchine compatibili: i dati esportati devono essere utilizzabili con software dedicato.		
	Visualizzazione dei parametri variabile a seconda della necessità, in modalità tempo reale e storica, in un arco temporale di sei ore		
	Il sistema deve inoltre produrre allarmi per temperatura alta o bassa (impostazione regolabile), prolungata apertura porte, mancanza di corrente o tensione fuori range, malfunzionamento compressore, guasto relè, batteria tampone scarica, sonde guaste		
	Il sistema di allarme deve essere in grado di segnalare situazioni critiche quali utilizzo del compressore fuori range e relè del compressore prossimo a fine vita, per consentire interventi programmati in grado di anticipare eventuali fermo-macchina.		
	L'apparecchiatura deve avere una batteria tampone per garantire le funzioni del controllore in caso di mancata alimentazione di rete, con autonomia di almeno 36 ore		
	In caso di assenza di alimentazione il sistema deve poter comunque garantire il funzionamento del display e della scheda con batteria di backup e la funzionalità della registrazione dei valori derivanti dalla sonda di allarme		
	Il sistema deve essere disattivabile in caso di guasto per alta condensazione o alta pressione, allarme di alta temperatura o alimentazione mancante ad una sola unità, e può essere sospeso con riattivazione automatica, in caso di guasto alle sonde, allarme di utilizzo elevato del compressore e superamento del tempo massimo di sbrinamento		
	L'armadio deve essere equipaggiato di sistema per il controllo degli accessi, tramite card a radiofrequenza, in grado di tracciare e registrare tutte le aperture della macchina, riservate solo a personale autorizzato: ogni accesso deve poter essere tracciabile e registrabile nella memoria residente del controller dello strumento		
	Dotazione di serie di 3 card con possibilità di associare anche altre card alla strumentazione.		
	Possibilità di accesso alla camera anche in caso di avaria o smarrimento delle card, tramite opportuno Intervento su interruttore principale		
	Modulo di connessione Ethernet per interconnessione a sistema di monitoraggio remoto residente		
LOTTO	CARATTERISTICHE SPECIFICHE CONGE-		

5	<p>LATORE -30°C (DI MINIMA)</p> <p>Configurazione verticale Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un range di temperatura regolabile almeno tra -10 e -30 °C con grado di accuratezza al decimo di grado Capacità interne indicativa da 750 l Dotato di gruppo in frigorifero affidabile silenzioso rumorosità massima nei limiti di legge Funzionamento con gas refrigerante ecologico di tipo C FC e HCFC free Isolamento in poliuretano ad alta densità Dotato di almeno tre ripiani regolabili in altezza con possibilità di montaggio anche di cassette Struttura esterna in acciaio plastificata Atossico oppure preverniciato Camera interna in materiale antibatterico e o facilmente sanificabile suddivisa in almeno quattro scompartimenti chiusi ciascuno da un proprio contro sportello Dotato di memoria per la registrazione e l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni Dotato almeno dei seguenti allarmi visive ed acustici tacita abili</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alta e bassa temperatura ● Black out ● Porta aperta ● Guasto sonde di temperatura condensatore <p>Visualizzazione dello storico degli allarmi Porta dotata di guarnizione di valvola compensatrice e chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e maniglia ergonomica Dotato di sistema di controllo amico processore e memoria interna con display da almeno 7" totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Temperatura interna ● Temperatura impostata ● Indicazione di limite di allarme minimi e massimi ● Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di rivisualizzazione a posteriori ● Stato di carica della batteria ● Accesso alle varie funzioni dell'Datalogic tramite password differenziate <p>Dotato di batteria tampone Dotato almeno delle seguenti porta interfaccia</p> <ul style="list-style-type: none"> ● USB ● Contatti puliti ● RS 485 <p>Alimentazione elettrica 220 V, 50 Herz Dotato di piedini livellatori Conformità al marchio CE Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterno esempio Sirius Spylog Xweb</p>		
	<p>Migliorie offerta nella fornitura del lotto le migliori potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei</p>		

	medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla stazione appaltante		
LOTTO 6	INCUBATORI INTEGRATI CON AGITATORI PIASTRINICI DESTINATI AL CENTRO DI LAVORAZIONE EMOCOMPONENTI		
	Configurazione dell'incubatore: verticale da pavimento con tensione di alimentazione 230V		
	L'apparecchiatura incubatore con agitatori piastrinici integrati dovrà essere conforme alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CE		
	L'apparecchiatura deve avere una capacità nominale come incubatore ≥ 700 litri		
	L'apparecchiatura deve avere una temperatura di esercizio di $+22^{\circ}\text{C}$ con tolleranza $\pm 2^{\circ}\text{C}$		
	L'incubatore deve essere integrato con un minimo di 2 agitatori		
	La struttura interna deve essere completamente in acciaio inox Aisi304 con angoli arrotondati per facilitarne la pulizia		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di isolamento termico di almeno 40 mm di spessore e la schiuma isolante deve essere di poliuretano espanso priva di CFC		
	Il refrigerante deve essere di ultima generazione		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di valvola per ricarica gas in sede di manutenzione		
	L'apparecchiatura deve avere una porta con visiva trasparente auto chiudente completa di guarnizioni magnetiche, dotata di un sistema di chiusura /apertura degli sportelli sicura con chiave		
	Presenza illuminazione interna		
	L'apparecchiatura dovrà avere la predisposizione per inserimento sonda temperatura sistema esterno per la rilevazione della temperatura in continuo		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di un sistema che garantisca la massima uniformità interna di temperatura		
	L'apparecchiatura deve avere un sistema di arresto automatico in caso di apertura porta con riavvio automatico del programma di lavoro dopo successiva chiusura della porta stessa		
	L'apparecchiatura deve avere un display che mostri almeno la data e l'ora di sistema, la temperatura impostata, la temperatura attuale, i limiti degli allarmi e il grafico della temperatura		
	L'apparecchiatura deve essere dotata di una porta USB per esportare tutte le impostazioni, i valori memorizzati e i file log degli eventi: i dati esportati devono poter essere memorizzati su PC o trasferiti su altre macchine compatibili		
	Presenza contatto per allacciamento sistema allarme remoto		
	Gli agitatori all'interno dell'incubatore devono essere attuati da motori indipendenti		

	programmabili da sistemi digitali di regolazione		
	Ognuno degli agitatori deve avere la possibilità di alloggiare minimo 100 sacche disposte su ripiani a griglia scorrevoli verso l'esterno e facilmente estraibili		
	L'apparecchiatura deve avere una rumorosità <=60db ad un metro di distanza		
	L'apparecchiatura in caso di mancata alimentazione di rete deve essere alimentata tramite batteria tampone con ricarica automatica per garantirne le funzioni di monitoraggio con autonomia minima di 24h		
LOTTO 7	CARATTERISTICHE SPECIFICHE FRIGORIFERO BIOLOGICO A SINGOLA ANTA DI MINIMA		
	<p>Frigorifero biologico pensato appositamente per garantire le corrette condizioni di conservazione per tutti i tipi di campioni biologici, completo di ogni accessorio necessari al normale corretto utilizzo e aventi le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <p>Configurazione verticale Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un campo di temperatura regolabile almeno tra circa +2 è +8 °C con grado di accuratezza al 10° di grado Capacità interne indicative da 500 L. dotato di gruppo frigorifero affidabile silenzioso con rumorosità massima nei limiti di legge Funzionante con gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free Isolamento in poliuretano ad alta densità Sbrinamento completamente automatiche che consente la raccolta e l'evaporazione automatica della condensa senza creare spazi interni di temperatura Tipo di refrigerazione ventilazione forzata in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +38° Dotato di almeno 3 ripiani grigliati regolabili in altezza con possibilità di montaggio anche di cassette Struttura esterna in acciaio plastificato atossico oppure pre-verniciato Camera interna il materiale antibatterico facilmente sanificabile Dotato di memoria per la registrazione l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi acustici tacita abili</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alta e bassa temperatura ● Black out ● Porta aperta ● Guasto sonde di temperatura ● Condensatore Visualizzazione dello storico degli allarmi Anta in vetro temperato antiappannante e		

	<p>termoisolante con triplo spessore oppure doppio vetro con gas inserito all'interno del vetro camera dotata di dispositivo di ritorno per la chiusura automatica fermo porta</p> <p>Porta dotata di chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e di maniglia ergonomica</p> <p>Illuminazione interna ad alta efficienza</p> <p>Dotato di sistema di controllo a microprocessore e memoria interna con display da almeno 7" totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Temperatura interna ● Temperatura impostata ● Indicazione di limite di allarme minimo e massimo ● Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di Rivisualizzazione a posteriori ● Stato di carica della batteria <p>Accesso alle varie funzioni del Data logger tramite password differenziate</p> <p>Dotato di batteria tampone</p> <p>Dotato almeno delle seguenti porta interfaccia</p> <ul style="list-style-type: none"> ● USB ● Contatti puliti ● RS 485 <p>Alimentazione elettrica 220 V 50Hz</p> <p>Dotato di piedini livellatori</p> <p>Conformità alle seguenti direttive 2066/42 CE, 2014/35/UE, 2004/108 CE</p> <p>Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterno (ES. Sirius, Spylog, Xweb)</p>		
	<p>Migliorie offerte nella fornitura del Lotto; le migliori potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante</p>		
	<p>Caratteristiche specifiche di minima frigorifero biologico a doppia anta</p>		
	<p>Frigorifero biologico pensato appositamente per garantire le corrette condizioni di conservazione per tutti i tipi di campioni biologici, completo di ogni accessorio necessari al normale corretto utilizzo e aventi le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <p>Configurazione verticale</p> <p>Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un campo di temperatura regolabile almeno tra circa +2 è +8 °C con grado di accuratezza al 10° di grado</p> <p>Capacità interne indicative da almeno 1100 l dotato di gruppo frigorifero affidabile silenzioso con rumorosità massima nei limiti di legge</p> <p>Funzionante con gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free</p> <p>Isolamento in poliuretano ad alta densità</p> <p>Sbrinamento completamente automatiche che</p>		

<p>consente la raccolta e l'evaporazione automatica della condensa senza creare spazi interni di temperatura</p> <p>Tipo di refrigerazione ventilazione forzata in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +38°</p> <p>Dotato di almeno 6 ripiani grigliati regolabili in altezza con possibilità di montaggio anche di cassette</p> <p>Struttura esterna in acciaio plastificato atossico oppure preverniciato</p> <p>Camera interna il materiale antibatterico facilmente sanificabile</p> <p>Dotato di memoria per la registrazione l'archiviazione dei parametri almeno per cinque anni</p> <p>Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi acustici tacita abili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta e bassa temperatura • Black out • Porta aperta • Guasto sonde di temperatura • Condensatore <p>Visualizzazione dello storico degli allarmi</p> <p>Anta in vetro temperato antiappannante e termoisolante con triplo spessore oppure doppio vetro con gas inserito all'interno del vetro camera dotata di dispositivo di ritorno per la chiusura automatica fermo porta</p> <p>Porta dotata di chiusura di sicurezza elettronica con chiave di sblocco e di maniglia ergonomica</p> <p>Illuminazione interna ad alta efficienza</p> <p>Dotato di sistema di controllo a microprocessore e memoria interna con display da almeno 7" totalmente touchscreen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri che consenta la visualizzazione almeno di</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura interna • Temperatura impostata • Indicazione di limite di allarme minimo e massimo • Grafico di almeno ultime sei ore di funzionamento con possibilità di Rivisualizzazione a posteriori • Stato di carica della batteria • Accesso alle varie funzioni dell'Datalogger tramite password differenziate • Dotato di batteria tampone • Dotato almeno delle seguenti porta interfaccia • USB • Contatti puliti • RS 485 • Alimentazione elettrica 220 V 50Hz • Dotato di piedini livellatori • Conformità alle seguenti direttive 2066/42 CE, 2014/35/UE, 2004/108 CE • Predisposizione per inserimento sonde di monitoraggio esterno (ES. Sirius, Spylog, Xweb) 		
--	--	--

	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto; le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante		
--	--	--	--

7. PRECISAZIONI

L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni dispositivo, accessorio e materiale di consumo necessario per il normale e corretto utilizzo. Inoltre tutte le apparecchiature dovranno essere realizzate in maniera tale da essere altamente resistenti agli agenti chimici per le dovute ed accurate pratiche di disinfezione (descrivere) ed un adeguato livello IP contro le infiltrazioni di liquidi dovute alle azioni di lavaggio e disinfezione, anche attraverso sistemi meccanici di disinfezione.

8. SOPRALLUOGO E ATTESTATO

L'offerente dovrà effettuare, con personale qualificato, un opportuno sopralluogo nei luoghi dove saranno ubicate le apparecchiature oggetto del presente appalto. Le ditte interessate dovranno contattare, per concordare la data e le modalità di svolgimento di detto sopralluogo l'Ing. Angelo Maiano (cell: 3357214611 – mailto: angelo.maiano@asl.bari.it).

Il sopralluogo sarà debitamente attestato dal citato Referente aziendale o da un suo delegato attraverso la compilazione del documento di Attestazione di Avvenuto Sopralluogo (**allegato L al disciplinare**) da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa.

L'effettuazione del sopralluogo consentirà all'impresa partecipante la migliore formulazione dell'offerta tecnica ed economica, a cui sarà vincolata e, pertanto, la volontaria mancata esecuzione del medesimo non esime il concorrente dal rilasciare le dichiarazioni riguardanti la piena conoscenza di fatti, condizioni e situazioni che possano influire sulla formulazione dell'offerta ed esecuzione delle prestazioni mediante compilazione dell'apposita sezione del suddetto allegato L.

9. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

Le prestazioni ed attività descritte nei successivi paragrafi costituiscono servizi connessi all'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto, vale a dire che il corrispettivo per l'esecuzione di tali prestazioni ed attività deve intendersi compreso ed incluso nel prezzo complessivo offerto dai concorrenti per la fornitura oggetto della presente gara.

L'aggiudicatario della fornitura risulterà pertanto obbligato ad eseguire, con riferimento ad ogni apparecchiatura offerta, anche tutte le seguenti prestazioni contrattuali, il tutto per il prezzo complessivo di esecuzione della fornitura offerto in gara.

10. CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature si intendono incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere e spesa che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso.

Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, installazione e posa in opera, asporto dell'imballaggio, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all'installazione; installazione, compresi i necessari collegamenti, verifiche tecniche post installazione, collaudo, messa in funzione dell'apparecchiatura, adeguata istruzione degli operatori sanitari destinati ad utilizzare l'apparecchiatura ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna.

L'aggiudicatario dovrà eseguire la consegna ed installazione di tutte le apparecchiature entro il termine indicato nella propria offerta e, in ogni caso, **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura**. Alla scadenza del termine sopra indicato tutte le apparecchiature dovranno essere consegnate e installate, pronte all'uso, al fine dell'espletamento del necessario collaudo.

La consegna oggetto della fornitura dovrà essere eseguita, a cura e spese dall'aggiudicatario, presso il locale che verrà specificato in sede di richiesta di consegna dal singolo contraente.

Al termine delle operazioni di consegna, l'Aggiudicatario dovrà procedere alle operazioni relative all'installazione delle apparecchiature consegnate, compresi gli eventuali necessari collegamenti impiantistici presso i locali indicati dall'Amministrazione contraente.

La consegna della fornitura si intende accettata con riserva, sino all'espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo.

11. GARANZIA - ASSISTENZA TECNICA

La garanzia contrattuale opera automaticamente, nei primi 24 mesi a far data dal collaudo positivo dell'apparecchiatura, come manutenzione e assistenza tecnica full risk secondo quanto dettagliato nella scheda SAT al paragrafo 4.

12. ALLEGATI AL CAPITOLATO

Fanno parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:

1. Allegato A.1 – Piano della formazione (da compilare e inserire nel paragrafo 1.1 della relazione tecnica)
2. Allegato A.2 – diagramma di Gantt (da compilare e inserire nel paragrafo 1.2 della relazione tecnica)
3. Allegato A.3 - Scheda SAT (da compilare e inserire nel paragrafo 1.2 della relazione tecnica)
4. Allegato A.4 - Scheda caratteristiche minime da compilare a cura della Ditta. I campi A e B sono comuni a tutti i lotti. Gli altri campi vanno compilati solo per i lotti di proprio interesse.
5. Allegato A.5 – Planimetria del piano seminterrato del PTA Fallacara di Triggiano

13. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELL'OFFERTA TECNICA

La documentazione da inserire nell'offerta tecnica è quella indicata all'art. 11 del disciplinare.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB-AZIONE 9.12. PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E PER L'ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE SANITARIE DEL CENTRO DI LAVORAZIONE E VALIDAZIONE EMOCOMPONENTI DELLA ASL DI BARI PRESSO IL PTA DI TRIGGIANO, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VNTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023

CIG LOTTO 1:9992705109
CIG LOTTO 2:9992733822
CIG LOTTO 3:999417916B
CIG LOTTO 4:9994201392
CIG LOTTO 5:999422575F
CIG LOTTO 6:9994235F9D
CIG LOTTO 7:9994252DA5

DISCIPLINARE DI GARA



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

SOMMARIO

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.	5
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	6
4. AVVALIMENTO.....	8
5. SUBAPPALTO	8
6. SOPRALLUOGO.....	9
7. CAMPIONI.....	9
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	9
9. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)	12
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
11. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA (BUSTA B)	19
12. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA (BUSTA C).....	19
13. MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. VALUTAZIONE OFFERTE	20
14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	22
15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	24
16. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE	25
17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
19. DISPOSIZIONI FINALI. ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	27


AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
1.1. Premesse

Con determinazione dirigenziale n.142 del 06/10/2022, Il Dipartimento Promozione della Salute e benessere Animale della Regione Puglia ha ammesso a finanziamento l'intervento proposto dall'Asl di Bari denominato "Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in via Aldo Moro a Triggiano" per un importo complessivo di € 2.500.000,00 a valere sulla misura POR Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12, sub-azione 9.12

Detto intervento, che prevede uno stanziamento di € 256.660,74 oltre Iva 22% per l'acquisto di apparecchiature sanitarie a fronte di un valore complessivo presunto della fornitura oggetto della presente gara pari a € 290.000 oltre Iva;

Con nota prot. 119 del 24/01/2023 la Regione Puglia ha precisato che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese finanziate con fondi FESR dovranno essere liquidate e quietanziate entro il 31/12/2023;

che la parte del valore della fornitura non coperta da fondi FESR, pari a € 33.339,26 oltre iva, è finanziata con fondi del bilancio aziendale, giusta autorizzazione del Direttore Amministrativo dell'Asl di Bari in data 26.06.2023.

1.2. Oggetto

Il presente disciplinare regola la procedura aperta telematica ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. (in seguito "Codice") per la fornitura di attrezzature sanitarie da destinare al PTA di Triggiano (area vasta centro) per l'allestimento del centro lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari. La gara, interamente gestita da ASL Bari, consta di sette lotti unici.

1.3. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

Attesa la natura istantanea della fornitura in oggetto, la durata dell'appalto coincide con il termine di adempimento decorrente dalla data di conclusione del contratto.

Non sono previste opzioni di estensione e rinnovi.

1.4. Valore dell'appalto

Il valore complessivo della fornitura è pari ad € 306.670,00iva esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 560,00 per ogni singolo lotto (cfr. Allegato K - DUVRI):

Elenco lotti unici ed indivisibile di apparecchiature sanitarie occorrenti per l'allestimento del centro lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano (area vasta centro)					
LOTTO	Descrizione	Quantità	Prezzo singolo elemento	Valore lotto iva esclusa	CIG
Lotto 1	Congelatore per l'abbattimento rapido di sacche di plasma	2	35.000,00	70.000,00	9992705109
Lotto 2	Frigoemoteca +4°	6	7.500,00	45.000,00	9992733822
Lotto 3	Congelatore -40°	2	12.500,00	25.000,00	999417916B
Lotto 4	Armadio prefabbricato - 30°	1	57.500,00	57.500,00	9994201392
Lotto 5	Congelatore -30°	2	10.000,00	20.000,00	999422575F


AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Lotto 6	Incubatori integrati con agitatori piastrinici	3	13.416,66	40.250,00	9994235F9D
Lotto 7	Frigoriferi + 4°	8	5.625,00	45.000,00	9994252DA5
A Totale base d'asta			€ 302.750,00 Iva esclusa		
B Costi della sicurezza complessivi (7 lotti)			€ 3.920,00 (€ 560,00 x 7 lotti)		
(A + B) Importo complessivo			€ 306.670,00		

1.5. Luogo di consegna della fornitura

La fornitura deve essere eseguita presso il PTA "Fallacara" sito in Triggiano (BA).

1.6. Criterio e modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione della fornitura, in sette lotti unici ed indivisibili, avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. n.36/2023, sulla base dei punteggi massimi indicati nell'art. 13 del presente Disciplinare.

Le Ditte partecipanti devono presentare l'offerta per tutto quanto richiesto nel **Capitolato tecnico (allegato A) e relativi allegati (da A1 ad A5)**.

1.7. Il RUP

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. lgs 36/2023 è il Dott. Nicola Sardaro, dirigente amministrativo dell'Area Gestione del Patrimonio della ASL BARI.

1.8. Utilizzo esclusivo della piattaforma telematica EmPulia. Rinvio.

La presente procedura è interamente svolta attraverso il portale telematico di negoziazione regionale Empulia, ai sensi dell'art. 25 del D. lgs 36/2023.

La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Portale dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Portale e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

La registrazione al sistema EmPulia dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate al successivo art. 4 "Modalità di registrazione" e nel manuale di l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito (<http://www.empulia.it>).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.
2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara che costituisce, insieme al presente disciplinare, progettazione ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.lgs. 36/2023 è così composta:

- A. Capitolato tecnico e relative schede (allegati A1, A2, A3, A4, e A5)
- B. Istanza di partecipazione
- C. DGUE
- D. Schede riepilogo prodotti senza prezzi



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- E. Scheda offerta economica
- F. Patto di integrità
- G. Informativa sul trattamento dati
- H. Dichiarazione sostitutiva di conformità al GDPR
- I. Dichiarazione di conformità gli originali dei documenti provenienti da terzi
- J. Schema di contratto/capitolato d'oneri
- K. DUVRI
- L. Attestazione di sopralluogo

La documentazione di gara è integralmente disponibile sul portale Empulia ed è inoltre reperibile, solo per la consultazione, sul profilo del committente dell'Asl di Bari all'indirizzo: www.asl.bari.it - sezione Bandi di gara e contratti - Bandi di gara.

2.2. Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente ed esclusivamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l'apposita funzione "Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui" e dovranno pervenire entro e non oltre il termine indicato sul Portale. Pertanto, non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

I chiarimenti hanno esclusivo valore di interpretazione autentica con i quali la Stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale, precisando e meglio delucidando le previsioni della *lex specialis* di gara.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (lettera di invito, capitolato tecnico, schema di contratto ecc.) pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Si precisa che le richieste di chiarimenti non potranno essere frazionabili. L'impresa concorrente in tal senso dovrà se del caso, far pervenire una unica richiesta contenente tutte le precisazioni richieste.

L'amministrazione, di norma, risponderà entro 5 giorni lavorativi (escluso il sabato) dal ricevimento della richiesta di chiarimenti e comunque, non oltre 6 giorni prima della data fissata per la scadenza della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 88 co. 3 D.lgs. 36/2023.

I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno suindicato nell'area pubblica del portale EmPULIA all'interno della procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, da parte della stazione appaltante agli operatori economici, comprese quelle di cui all'art. 90 del Codice, saranno inviate tramite piattaforma telematica.

Salvo quanto disciplinato per le richieste di chiarimenti, eventuali diverse comunicazioni da parte degli operatori economici potranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo pec: patrimonio.asl.bari@legalmail.it

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

3.1. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.2. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.3. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

3.4. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

3.5. Requisiti di idoneità professionale

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

Per i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) e g) h). del D.lgs. n.36/2023 s.m.i., il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d). del citato Decreto, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

3.6. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Non sono richiesti requisiti particolari di capacità tecnica e professionale

3.7. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono richiesti requisiti particolari di capacità economica e finanziaria.

4. AVVALIMENTO

Non essendo richiesti particolari requisiti di carattere tecnico, professionale, economico e finanziario, di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice, l'istituto dell'avvalimento non si applica alla presente procedura di gara.

5. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo consentito dalla legge relativamente all'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in caso di mancata indicazione il subappalto è **vietato**.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 110, comma 3 del Codice.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6. SOPRALLUOGO

È richiesto l'espletamento da parte delle ditte concorrenti, con personale qualificato, di un sopralluogo nei luoghi dove saranno ubicate le apparecchiature oggetto del presente appalto.

La data e la modalità di svolgimento del sopralluogo va previamente concordata con il referente dell'Asl di Bari, Ing. Angelo Maiano, ai seguenti recapiti cell: 3357214611 - mailto: angelo.maiano@asl.bari.it.

Il sopralluogo sarà debitamente attestato dal citato referente aziendale, o da un suo delegato, attraverso la compilazione del documento di Attestazione di avvenuto sopralluogo (**allegato L**) da inserire nella busta A - Documentazione amministrativa.

Il sopralluogo non è previsto a pena di esclusione ma è necessario a consentire all'impresa partecipante la migliore e consapevole formulazione dell'offerta tecnica ed economica. La volontaria mancata esecuzione del medesimo non esime il concorrente dal rilasciare le dichiarazioni riguardanti la piena conoscenza di fatti, condizioni e situazioni che possano influire sulla formulazione dell'offerta ed esecuzione delle prestazioni mediante compilazione del suddetto modello L.

La mancata allegazione del modello L è sanabile mediante soccorso istruttorio.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

7. CAMPIONATURA

Per questa procedura non è richiesto l'invio di campionatura.

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta [ove richiesto, aggiungere "e la documentazione"] deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora e il giorno indicati nel bando e riportati nella piattaforma Empulia a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

L'“OFFERTA” è composta da:

BUSTA A - Documentazione amministrativa;

BUSTA B - Offerta tecnica (una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare);

BUSTA C - Offerta economica (una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

8.1. FVOE

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito sul link portale dell'ANAC (servizio di accesso riservato - FVOE) e indicare a sistema il CIG relativo al lotto di partecipazione.

Il sistema rilascerà un “PassOe” che l'operatore economico dovrà inserire all'interno della Busta Documentazione contenente i “Documenti amministrativi” di cui al par.4), per consentire all'Asl Bari di effettuare le verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico medesimo in sede di gara.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione, da parte di questa stazione appaltante, della procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 D.lgs. 36/2023, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato.

In caso di ricorso al subappalto, di cui all' articolo 119 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le predette modalità (rif. art. 2 co. 3 lett. b) della Delibera attuativa ANAC n. 464 del 27.07.2022). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 del succitato articolo 119, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

8.2. Registrazione al Portale Empulia e presentazione offerte

Per partecipare alla gara, gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica tramite il portale EmPULIA, entro il termine perentorio ivi indicato, secondo le procedure indicate nelle apposite guide dedicate agli operatori Economici reperibili su sito www.empulia.it nonché al seguente link: <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

Le ditte concorrenti che presentano offerta telematica possono richiedere **supporto tecnico al numero verde 800900121 o via e-mail helpdesk@empulia.it, entro 2 giorni** lavorativi dal termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Le richieste devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk indicati sul portale di EmPULIA, in caso contrario saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal bando di gara/lettera di invito, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara/lettera di invito, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima dell'inoltro dell'istanza e/o offerta, tramite il portale, www.empulia.it, all'interno della procedura di gara in oggetto, la presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.

Per quanto riportato nel presente disciplinare/lettera di invito si precisa che per:

- "Portale" si intende il Portale EmPULIA raggiungibile all'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia denominata EmPULIA;
- "Offerta telematica" si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza e dell'offerta economica e di ogni ulteriore eventuale allegato.

Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:

- utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
- utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il Portale.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- fiducia, risultato, parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi degli art. 1 comma 2 bis L. 241/1990, 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto nel documento denominato ... [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale - Sezione Albo Pretorio - dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

9. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

Il concorrente dovrà inserire nella sezione "BUSTA DOCUMENTAZIONE" i seguenti documenti, in formato elettronico, **firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura**, di seguito specificati:

9.1. Domanda di partecipazione alla gara (allegato B).

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

contrassegni. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

9.2. Dgue (allegato C) di cui all'art. 91, del D.lgs. n° 36/2023 e s.m.i. contenente la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94, 95, 96, 97, 98 del D.lgs. n° 36/2023, opportunamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto munito dei necessari poteri, di data non anteriore a quella di pubblicazione sulla GUUE della presente gara.

È necessario a rendere anche le dichiarazioni per la gara specifica riportate dopo la parte V del modello DGUE;

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l'istanza/DGUE deve essere sottoscritta da ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento o consorzio;

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e il DGUE devono essere sottoscritti dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e il DGUE devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione e il DGUE devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

9.3. Passoe di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157 del giorno 17/02/2016, relativo al



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

concorrente. Nel caso di avvalimento occorre generare ed allegare altresì il Passoe relativo alla società ausiliaria.

9.4. Garanzia provvisoria. L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, da una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore dell'appalto (al netto delle eventuali opzioni di estensione). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

L'operatore economico può prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto n. _____ intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, precisando la causale del versamento

La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve, altresì:

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193, avere validità per almeno 180 giorni e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

della stazione appaltante per uguale periodo nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni suddette e delle altre riduzioni, anche cumulabili, di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9.5. Documentazione in formato digitale comprovante l'avvenuto pagamento della contribuzione obbligatoria a favore della A.N.A.C., nella misura e con le modalità di cui alla relativa deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 o successive, reperibili sul sito web dell'ANAC. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di RTI, consorzio o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa capogruppo. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo anche mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

9.6. Patto di Integrità (allegato F), reso ai sensi del DPR 445/200, compilato dal soggetto legittimato alla sottoscrizione e firmato digitalmente da quest'ultimo. La non accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- 9.7. Dichiarazione di conformità GDPR UE 2016/679 (allegato H)** opportunamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri. In caso di partecipazione alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete valgono, per la sottoscrizione del suddetto documento, le indicazioni precedentemente fornite per la sottoscrizione del DGUE.
- 9.8. Dichiarazione** resa ai sensi del DPR n.445/2000 e firmata digitalmente, con la quale si attesta che tutti i documenti provenienti da soggetti terzi (es. certificazioni di qualità ovvero documenti contenenti dichiarazioni di terzi non firmati digitalmente) sono conformi all'originale in possesso dell'impresa partecipante **(allegato I)**.
- 9.9. Attestazione** di eseguito sopralluogo **(allegato L)** controfirmato dal referente dell'azienda sanitaria di cui all'art. 9 del presente disciplinare.
- 9.10. (eventuale) in caso di dichiarazioni rese da procuratore speciale**, la stessa dovrà essere allegata la documentazione, in formato digitale (*originale o copia autenticata nei modi di legge*), della procura speciale.
- 9.11. (eventuale) in caso di ricorso al subappalto**, ciascun subappaltatore dovrà firmare digitalmente la Dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all'art.94,95, 96, 97 del D.lgs.36/2023.
- 9.12. (eventuale)** In tutti i casi in cui alcuni documenti di gara siano sottoscritti, con firma digitale, da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata la documentazione in formato digitale (originale o copia autenticata nei modi di legge) che attesti la legittimità del potere di firma di chi sottoscrive.
- 9.13. (eventuale) in caso di R.T.I. già costituito**
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 9.14. (eventuale) in caso di Consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- 9.15. (eventuale) per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:**
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 9.16. (eventuale) per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

9.17. (eventuale) per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

9.18. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000
- obbliga la Stazione Appaltante a darne segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 96 comma 15 D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa, infine, che la documentazione di gara da inserire in copia nella busta documentazione dovrà essere firmata digitalmente:

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.

(eventuale) in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine massimo di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA (BUSTA B)

L'operatore economico deve inserire per ciascun lotto nella piattaforma Empulia, pena l'esclusione, l'offerta tecnica avente le caratteristiche minime indicate nel capitolato speciale, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate all'art. 9 per la sottoscrizione della domanda.

L'offerta tecnica contiene, per ciascun lotto, i seguenti documenti:

- A. la relazione tecnica** in formato .pdf, descrittiva dell'offerta, strutturata esattamente nei capitoli e nei paragrafi riportati nelle prime due colonne nelle griglie di valutazione di cui al punto 6 del Capitolato. I paragrafi 1.1, 1.2, e 1.3 di ciascuna relazione sono costituiti, rispettivamente, dalle tabelle A.1, A.2 e A.3 allegata al capitolato. La lunghezza della relazione deve essere contenuta nel numero di pagine strettamente necessario e sufficiente a fornire una descrizione chiara dell'offerta. La lunghezza della relazione non è elemento premiante.
- B. la tabella A.4** allegata al Capitolato - Scheda caratteristiche minime da compilare a cura della Ditta. I campi A e B sono comuni a tutti i lotti. Gli altri campi vanno compilati solo per i lotti di proprio interesse.
- C. le certificazioni** di conformità alle normative vigenti.
- D. le schede tecniche e/o manuali** d'uso in lingua italiana (possibilmente in formato cartaceo ed elettronico).
- E. il manuale di manutenzione** (possibilmente in formato cartaceo ed elettronico).
- F. i dischi di installazione** degli eventuali software applicativi.
- G. (eventuale)** dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali. L'operatore economico dovrà dichiarare e motivare l'eventuale sussistenza di informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, anche allegando la documentazione a comprova, nonché ad indicare quali parti dell'offerta tecnica contengono segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, potranno essere sottratte, previo idoneo bilanciamento, dal



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. La mancata allegazione della dichiarazione esonera la stazione appaltante dal richiedere controdeduzioni in caso di accesso agli atti da parte delle altre ditte concorrenti.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA (BUSTA C)

La ditta concorrente deve inserire nel portale Empulia, per ciascun lotto, pena l'esclusione, l'offerta economica firmata digitalmente, utilizzando la Scheda Offerta Economica (**allegato E**) in ogni sua parte.

L' Offerta economica deve essere inserita anche nel Portale telematico, nell'apposito campo, e contenere, a pena di esclusione, tutti i seguenti elementi:

- a) Il prezzo offerto, espresso con 2 cifre decimali, ribassato rispetto all'importo a base di gara di Euro 293.920,00 (di cui € 3.920,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

Il totale complessivo della fornitura indicato nel Portale EmPulia deve corrispondere all'importo complessivo dell'allegato Scheda offerta economica (Allegato E). In caso di discordanza sarà preso in considerazione l'importo risultante dalla Scheda di offerta economica e la graduatoria prodotta dal portale sarà rettificata mediante menzione a verbale.

La Ditta è tenuta a precisare nell'offerta l'aliquota Iva a cui è assoggettato la fornitura oggetto della presente procedura.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che risultino incomplete/parziali, condizionate o indeterminate.

L'offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se materialmente non menzionati nella offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del codice, l'offerta dell'aggiudicatario rimarrà irrevocabile, nonché valida ed impegnativa per 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

13. MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. VALUTAZIONE OFFERTE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi:

OFFERTE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

I prodotti devono essere conformi a quanto prescritto dal capitolato speciale.

13.1. Valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio massimo da attribuire all'aspetto tecnico-qualitativo è di 70 (settanta) suddivisi secondo le


AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

specifiche indicate nell'apposita tabella del capitolato tecnico.

13.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La Commissione Giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri di natura discrezionale e quantitativa, attribuisce i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio generale di valutazione:

GIUDIZIO QUALITATIVO SINTETICO	COEFFICIENTI
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Quasi insufficiente	0,5
Mediocre	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Inadeguato	0,1
Non valutabile	0,0

I componenti della Commissione valutano, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica, assegnando, a proprio insindacabile giudizio e per ciascuno degli elementi qualitativi oggetto di valutazione, un punteggio compreso tra 0 (zero) e quello massimo previsto dalla griglia dei punteggi, in funzione dei contenuti qualitativi, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale.

A ciascun coefficiente è collegato un giudizio qualitativo sintetico in linea con quanto previsto dal "Piano integrato di performance ed integrità ASL Bari 2022-2024 Sezione III PTPCT 2022 - Tabella 1 Misure di Prevenzione della corruzione.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma aritmetica dei punteggi attribuiti a ciascun elemento qualitativo.

Non saranno ammesse alla fase successiva (apertura e valutazione delle offerte economiche) le Ditte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo pari ad **almeno 42 punti** ottenuti prima delle operazioni di riparametrazione.

Nel caso in cui non venga assegnato ad alcuno dei concorrenti il punteggio massimo di 70, si procederà alla riparametrazione nel modo seguente:

Alla Ditta che avrà conseguito il punteggio qualità più alto verranno attribuiti 70 punti ed alle altre punteggi proporzionali a quelli conseguiti, secondo la seguente formula

Punteggio qualità Ditta considerata = $70 \times P / P_{max}$, dove
P = punteggio assegnato alla Ditta
P_{max} = miglior punteggio assegnato

Si precisa che, in tutti i calcoli di gara, saranno attribuiti punteggi interi e decimali fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata, per difetto, in caso di terza cifra decimale fino a quattro e, per eccesso, in caso di terza cifra decimale superiore a quattro.

13.3. Valutazione offerta economica



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

Per assegnare il punteggio dell'offerta economica, la Commissione Giudicatrice utilizzerà, in esito all'esame delle offerte presentate da ciascun concorrente, la formula seguente:

- al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso verranno attribuiti 30 punti e alle altre punteggi proporzionali secondo la seguente formula:

Punteggio prezzo = 30 x Pmin / P dove
Pmin = prezzo più basso offerto dalle ditte concorrenti
P = prezzo offerto dalla ditta in esame

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore della ditta che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto dalla sommatoria dei singoli punteggi conseguiti in relazione ai criteri A) e B), in esito all'esecuzione delle rispettive operazioni di perequazione, così come sopra riportate.

Si precisa che, in tutti i calcoli di gara, ivi inclusi quelli relativi alla individuazione delle offerte apparentemente anomale, saranno attribuiti punteggi interi e decimali fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata, per difetto, in caso di terza cifra decimale fino a cinque e, per eccesso, in caso di terza cifra decimale superiore a cinque.

14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

14.1. Verifica documentazione amministrativa

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente al portale Empulia, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro, fermo restando quanto previsto al precedente punto 8.

In considerazione del fatto che il portale Empulia garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute virtuali, previa adeguata comunicazione ai concorrenti, tramite portale EmPULIA, del link per partecipare alle sedute, giusta Delibera ANAC n° 312 del 9 aprile 2020.

Tutti i soggetti coinvolti nella procedura (RUP, Seggio di gara, Commissari, ecc.) rilasceranno, ai sensi di legge, apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse (art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 s.m.i. art. 6, comma 1 ed art. 13 del DPR 62/2013, art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i. art. 6, comma 2 del Codice di Comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, artt. 6,7,14 del D.P.R. 62/2013 art. 51 c.p.).

Entro la data antecedente quella fissata per la prima seduta pubblica, le ditte dovranno trasmettere al seguente indirizzo pec: patrimonio.asl.bari@legalmail.it e, per conoscenza, al seguente indirizzo mail: nicola.sardaro@asl.bari.it, la delega a partecipare, corredata del documento d'identità del delegante.

Prima dell'avvio delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio provvederà ad accertare la presenza e l'identità delle persone legittimate a rappresentare le imprese in gara. Nell'ipotesi in cui venga esibita procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti. I partecipanti legittimati potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale.

Il seggio di gara, presieduto da un Dirigente dell'Amministrazione e da almeno due testimoni procederà a:

- aprire la "busta documentazione" e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10. Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi dell'Art 101 comma 1 del Codice avverrà tramite il Portale;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

All'esito di tale fase la Stazione Appaltante provvederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di Gara e contratti.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

I risultati di tale seduta saranno pubblicati, ai sensi dell'art 27 e 28 del Codice, sul sito istituzionale di ASL BARI, sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti, e comunicato ai concorrenti tramite il Portale, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Codice.

14.2. Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

14.3. Apertura delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. Il seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel giorno stabilito (e comunicato tramite la piattaforma Empulia), il Presidente del seggio di gara procederà, in seduta pubblica, alla presenza della Commissione Giudicatrice:

- alla comunicazione dei risultati della valutazione effettuata dalla suddetta Commissione;
- alla non ammissione alla fase successiva (apertura e valutazione delle offerte economiche) delle Ditte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo, per l'elemento qualità, pari ad almeno 42 punti, prima della riparametrazione come innanzi indicata;
- all'apertura, nella stessa seduta o in altra che sarà comunicata tramite il portale Empulia, delle offerte economiche. Il sistema telematico attribuirà automaticamente il punteggio massimo previsto all'impresa che avrà offerto il miglior prezzo per la fornitura e, alle altre, punteggi proporzionali secondo la formula innanzi riportata;
- alla sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per gli elementi qualità e prezzo, elaborando la graduatoria di gara sulla base della quale sarà dichiarata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente classificatosi primo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che saranno successivamente comunicate a sistema.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di **esclusione** da disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 nonché per mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

Si precisa che qualora la documentazione tecnica di uno o più concorrenti dovesse risultare mancante o



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

incompleta, non potrà essere integrata e che, in tale eventualità, la Commissione Giudicatrice dovrà darne immediata comunicazione al RUP, dichiarando l'offerta tecnica non valutabile o non attribuendo i punteggi relativi a singoli elementi di valutazione. Si precisa, altresì, che la mancanza o incompletezza deve essere sostanziale e non meramente formale. Se, pertanto, il dato non è presente nel documento previsto, ma è comunque reperibile in altro documento tecnico presentato, deve essere valutato e qualora la Commissione lo ritenga necessario/opportuno, tramite il RUP, si potrà chiedere al concorrente, fermo restando la **immodificabilità dell'offerta**, di indicare se ed in quale parte della documentazione tecnica presentata, sia possibile rinvenire il suddetto elemento.

14.4. Verifica anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 comma 1, 2, 3 del codice e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito dei sub-procedimenti di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà adottato formale provvedimento di aggiudicazione e si procederà alle relative comunicazioni.

L'aggiudicazione diventerà efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo dei controlli, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ad ogni buon fine si rammenta che l'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale
- sospendere, ribandire o non aggiudicare la gara motivatamente o aggiudicarla parzialmente
- non stipulare il contratto, qualora sia intervenuto motivato provvedimento di autotutela sull'aggiudicazione
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua sia tecnicamente che economicamente
- non dar corso all'aggiudicazione, qualora i prezzi offerti in gara risultassero superiori a quelli eventualmente determinati dal Ministero della Salute ed ai valori di riferimento pubblicati sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b), D.L. 95/2012.
- non dar corso all'aggiudicazione qualora, nell'eventualità di attivazione di convenzione CONSIP



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

relativa alla medesima fornitura (con caratteristiche sovrapponibili) a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, il concorrente non acconsenta all'adeguamento dei prezzi offerti

- non dar corso all'aggiudicazione qualora, nell'eventualità di attivazione di convenzione o accordo quadro dal Soggetto Aggregatore, più conveniente per l'Amministrazione, il concorrente non acconsenta all'adeguamento dei prezzi offerti.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica dal Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, giusta delega conferita dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1064 del 18.06.2019.

La ditta sarà tenuta ad assolvere l'imposta di bollo, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 10 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è **pari a € 4.000,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono, altresì, a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La ditta aggiudicataria dovrà inviare una dichiarazione di avere assolto agli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dovrà avere elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l'attività del contratto, documentato da fotocopia del frontespizio del documento con firma e data.

16. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non applicabile alla presente fornitura.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

18.1. Informativa

La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali - Reg. UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare Starita n. 6 - Bari, PEC: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy, mail: dpo@asl.bari.it; ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

18.2. Finalità del trattamento.

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione e della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale del Partecipante al bando di gara nonché dell'aggiudicazione e per quanto riguarda ogni altro adempimento di legge.

I dati del Partecipante aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal Codice.

18.3. Tipologia dati.

I dati forniti dai Partecipanti e dall'Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, di cui agli artt. 6 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "sensibili e giudiziari").

18.4. Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

18.5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- soggetti terzi che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990, e dal D.lgs. 97/2016;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei soli casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

18.6. Diritti.

In relazione al trattamento dei dati, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati o al Responsabile della protezione dei dati sopra indicati, per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

Responsabile per il riscontro all'interessato sia in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 che in caso di accesso agli atti è il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s. i. m., individuato nel Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: patrimonio.asl.bari@legalmail.it.

Per dettagli si rinvia all'informativa Privacy in allegato al presente disciplinare (**allegato G**) disponibile anche nella sezione tematica "Privacy" della home page del sito internet istituzionale, all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>.

18.7. Nomina a Responsabile del trattamento

Se l'aggiudicazione comporta il trattamento di dati personali di cui è titolare l'ASL BARI (ad es. dati di



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

pazienti, dipendenti e collaboratori), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'Aggiudicatario saranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, l'Aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Pertanto, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a sottoscrivere, contestualmente al Contratto, l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello in allegato J "Dichiarazione conformità al GDPR".

18.8. Dichiarazione di conformità

L'Operatore Economico, in fase di partecipazione, compila e sottoscrive digitalmente la "Dichiarazione di conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (**allegato H "Autocertificazione-GDPR"**);

18.9. Accesso agli atti

Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si rinvia, in materia di accesso agli atti, alla L. n. 241/1990 ss.mm.ii., e al Regolamento aziendale approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.1898 del 24/10/2011 (reperibile sul sito www.sanita.puglia.it - ASL BA - Albo pretorio - regolamenti).

19. DISPOSIZIONI FINALI. ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

In caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa la ditta aggiudicataria nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all'Ufficio Territoriale del Governo di Bari, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.lgs. 6/9/11 n.159).

La Ditta aggiudicataria è tenuta a inoltrare tale comunicazione anche all'ASL BARI.

ASL Bari procederà all'espletamento dell'intera procedura di gara e curerà, altresì, l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a prendere visione del Codice di Comportamento di ASL Bari, consultabile sul portale regionale della salute della Regione Puglia all'indirizzo: www.sanita.puglia.it.

In particolare, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento adottati dalle singole Aziende interessate, integrativi del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'ASL di Bari, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20230002218 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001838 DEL 15/09/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Sardaro Nicola	 Firmato digitalmente il 15/09/2023 11:38
Direttore/Responsabile di Struttura	Napoliello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 15/09/2023 11:41