

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002472	27/11/2024

OGGETTO: DSS12 Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, di un "Ecografo Completo" per l'Ambulatorio di Endocrinologia del P.T.A. afferente al Dss12 Conversano. CIG B470C844F4.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240002809 DEL 25/11/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 27/11/2024 09:53 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 27/11/2024 10:29 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 27/11/2024 10:57 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 27/11/2024 10:47 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 27/11/2024 11:08

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: DSS12 Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, di un "Ecografo Completo" per l'Ambulatorio di Endocrinologia del P.T.A. afferente al Dss12 Conversano. CIG B470C844F4.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore del Distretto Socio Sanitario n°12 che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE :

- con nota prot. n. 78387 del 08/11/2024 a firma congiunta del Direttore AGRF e del Direttore Generale f.f. si è provveduto all'assegnazione straordinaria di un budget di € 50.000,00, successivamente incrementato con nota prot. N. 8227 del 21/11/2024 di ulteriori € 90.000,00 per un totale di € 140.000,00 a tutte le macrostrutture distrettuali per l'acquisto di attrezzature sanitarie, con la condizione che le procedure di acquisto si concludano con la consegna del bene entro l'anno 2024;
- con Determinazione Dirigenziale A.G.R.U. n. 11465 del 15/03/2024, la predetta competente Area accoglieva richiesta di questo Dss in merito all'assegnazione di ulteriori 6 ore settimanali alla specialista Ambulatoriale di Endocrinologia per l'Ambulatorio di Conversano al fine di implementare l'attività svolta integrandola con prestazioni di "agobiopsia tiroidea" a supporto dell'insufficiente offerta proposta dei presenti ambulatori abilitati per la medesima attività sul territorio afferente alla ASL/BA;
- lo Specialista in questione ha rappresentato a questa Direzione distrettuale la necessità di approvvigionamento, ai fini dell'allestimento dell'ambulatorio dedicato, di diverse apparecchiature tra cui un ecografo completamente allestito munito di sonde specifiche;

VISTO :

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RILEVATO CHE :

- al fine di soddisfare l’allestimento dell’ambulatorio in parola rispettando i termini ristretti dettati nella succitata nota del D.G. f.f., il RUP del Dss12 ha tempestivamente richiesto, tramite e-mail, a due aziende, Ditta Esaote S.p.A, e Ditta Elcamm S.r.L. esperte nel settore della fornitura di cui si tratta, preventivo di spesa per l’acquisto in parola;
- le due aziende interpellate hanno inviato, stesso mezzo, le offerte economiche relative all’apparecchiatura di cui sopra complete di schede tecniche e dichiarazione di conformità dei prodotti richiesti garantendo la disponibilità in pronta consegna;
- il R.U.P. del Dss12 accolti i due preventivi ha inviato gli stessi al Medico Specialista in questione, richiedendo parere tecnico sulle due apparecchiature proposte;
- lo Specialista in data 22/11/2024 ha inviato nota esprimendo proprio parere tecnico a favore della Ditta Elcamm S.r.L. di Modugno (BA) evidenziando che l’apparecchiatura risulta essere l’unica dotata di sonda lineare multifrequenza variabile con maggior definizione al fine di offrire una superiore qualità diagnostica, contestualmente il Medico specialista, ha richiesto implementazione della precitata apparecchiatura con ulteriore sonda “Convex (fino a 55 cm di profondità) e display da 23,8 “ a 4 connettori;
- la Ditta Elcamm nuovamente interpellata a riformulare la precedente offerta, ha tempestivamente inviato preventivo aggiornato pari ad € 36.000,00 (*Iva 5% esclusa*) così come segue:
 - ✓ Piattaforma Ecografica Multidisciplinare Samsung V7 completa di monitor 23,8”;
 - ✓ Pacchetto SW GI value;
 - ✓ Sonda multifrequenza frequenza variabili da 4 a 18 Mhz per applicazioni small-parts;
 - ✓ Sonda multifrequenza frequenza variabili da 2 a 14 Mhz S-Vue per applicazioni small-parts;
 - ✓ Sonda multifrequenza frequenza variabili da 1 a 7 Mhz S-Vue;
 - ✓ Sonda Bracket e Needle Guide Verza per sonda lineare;
 - ✓ Stampante termica Sony;
 - ✓ Dispositivo scalda-gel;
 - ✓ Monitor 23,8” + 4P Connector.

RILEVATO CHE :

- il RUP prendendo atto del parere espresso dal Medico Specialista, valutando la regolarità dell’offerta presentata secondo quale la quotazione risulta essere congrua per la risposta di risultato;
- tale strumentazione risulta essere indispensabile per l’attivazione di erogazione di prestazioni LEA presso il pertinente Ambulatorio Endocrinologico del Dss12;
- trattasi di un acquisto urgente dal momento che la procedura per ragioni di natura contabile dovrà necessariamente concludersi entro l’anno 2024;
- **RITENUTO**, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, di affidare la fornitura di cui si tratta per il Distretto Socio Sanitario n. 12 alla Ditta Elcamm S.r.L. di

Modugno (BA) C.F./P.I. 05824380728 per un importo complessivo pari ad € 36.000,00 (Iva 5% esclusa) per la seguente apparecchiatura:

- ✓ Piattaforma Ecografica Multidisciplinare Samsung V7 completa di monitor 23,8”;
- ✓ Pacchetto SW GI value;
- ✓ Sonda multifrequenza frequenza variabili da 4 a 18 Mhz per applicazioni small-parts;
- ✓ Sonda multifrequenza frequenza variabili da 2 a 14 Mhz S-Vue per applicazioni small-parts;
- ✓ Sonda multifrequenza frequenza variabili da 1 a 7 Mhz S-Vue;
- ✓ Sonda Bracket e Needle Guide Verza per sonda linerae;
- ✓ Stampante termica Sony;
- ✓ Dispositivo scalda-gel;
- ✓ Monitor 23,8” + 4P Connector.

– alla procedura è stato assegnato tramite piattaforma Empulia il seguente CIG B470C844F4.

Preso atto di quanto formulato dal Direttore del Distretto Socio sanitario n. 12, che ne attesta la regolarità formale.

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto deliberativo:

- 1) Di affidare la fornitura per il Distretto Socio Sanitario n. 12, ai sensi ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, l’acquisto di :
 - ✓ Piattaforma Ecografica Multidisciplinare Samsung V7 completa di monitor 23,8”;
 - ✓ Pacchetto SW GI value;
 - ✓ Sonda multifrequenza frequenza variabili da 4 a 18 Mhz per applicazioni small-parts;
 - ✓ Sonda multifrequenza frequenza variabili da 2 a 14 Mhz S-Vue per applicazioni small-parts;
 - ✓ Sonda multifrequenza frequenza variabili da 1 a 7 Mhz S-Vue;
 - ✓ Sonda Bracket e Needle Guide Verza per sonda linerae;
 - ✓ Stampante termica Sony;
 - ✓ Dispositivo scalda-gel;
 - ✓ Monitor 23,8” + 4P Connector.
- alla Ditta Elcamm S.r.L. con sede legale a Modugno (BA) C.F./P.I. 05824380728. al costo di € 37.800,00= (Iva 5% inclusa);
- 2) Di imputare la spesa per l’acquisto in questione, al conto economico 01011000035 “*Attrezzature sanitarie e scientifiche*” afferente al budget 2024.
- 3) Di dare atto che l’acquisto verrà finanziato con fondi aziendali assegnati con la nota 78387 del 08/11/2024 (UASA1501 -2024, n.106).

- 4) Di conferire mandato al Direttore del Distretto Socio sanitario n.12, per l'effettuazione degli ordini dell'apparecchiatura assegnata e per i successivi adempimenti liquidatori.
- 5) Di precisare che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti dell'istruttoria presso gli uffici del Dss12.
- 6) Di dare atto che il Direttore f.f., con la sottoscrizione del presente atto, autorizza l'affidamento della fornitura di che trattasi, in relazione alla DGR 412/2023, DGR 512/2023 e DDG 1612/2023.
- 7) Di trasmettere il seguente provvedimento all'Area Gestione del Patrimonio per la creazione del relativo contratto chiuso.

Di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. Lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000035 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	2024	37.800,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Patrimonio
-----------------------------------	--------------------------

PROPOSTA N.RO 20240002809 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240002472 DEL 27/11/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Giodice Giovanni	 Firmato digitalmente il 25/11/2024 18:00
Dirigente PTA	Forcella Roberto	 Firmato digitalmente il 26/11/2024 11:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	 Firmato digitalmente il 26/11/2024 14:49