



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0307
Del 09 MAR. 2020

OGGETTO: A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di nr. 10 dispositivi impiantabili per la modulazione della contrattilità cardiaca per il Dipartimento Aziendale di Cardiologia..
Aggiudicazione. **CIG: 80192427D7**

II DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal f.f. Direttore Area Gestione Patrimonio che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PREMESSO che

con Deliberazione del Direttore Generale nr. 1519 del 08/08/2019 e per le motivazioni in essa contenute, previa formale consultazione preliminare di mercato, è stata attivata apposita procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura annuale di n.10 dispositivi impiantabili per la modulazione della contrattilità cardiaca, invitando la Ditta Impulse Dynamics Germany GmbH, risultata fornitrice esclusivista e prevedendo una spesa presuntiva di € 163.00,000 iva esclusa

l'Area Gestione del Patrimonio, con lettera prot. n° 224265/UOR5 del 02.09.2019, ha inviato alla suddetta Ditta, tramite posta elettronica certificata, la richiesta di preventivo-offerta relativa ai citati dispositivi

entro il termine fissato alle ore 12:00 del 11.09.2019, è pervenuta l'offerta della Ditta Impulse Dynamics Germany GmbH, che ha proposto la seguente quotazione:

- **costo unitario dispositivo impiantabile System Optimizer Smart: € 16.300,00 (Iva esente) per nr.10 dispositivi**

a corredo dell'offerta la citata Ditta ha dichiarato che il prezzo riportato, è allineato a quello applicato a tutti gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale oltre che a quello praticato all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale del Policlinico di Bari

EVIDENZIATO che

con nota prot. nr.241525/UOR5 del 19/09/2019, questa Area ha richiesto la disponibilità a praticare una miglioria sul prezzo offerto

con nota recepita al protocollo dell'Area Gestione del Patrimonio al nr. 242358 del 20/09/2019, la Ditta ha proposto la seguente quotazione scontata:

- **costo unitario dispositivo impiantabile System Optimizer Smart: € 16.200,00 (Iva esente) per nr.10 dispositivi**

RITENUTO di recepire gli esiti della presente procedura negoziata, disponendo, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione in favore della Ditta Impulse Dynamics Germany GmbH Stoccarda - Germania alle condizioni tutte contenute nell'offerta del 03/09/2019 e successiva offerta del 19/09/2019, entrambe allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

ACCERTATO, in osservanza del D.L. n° 95/2012, convertito nella L. n° 135/2012 e s.m.i. che né CONSIP s.p.a. né il Soggetto Aggregatore InnovaPuglia s.p.a. hanno attivato, al momento, alcuna convenzione per la fornitura oggetto del presente provvedimento.

Visto il Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, giusta Delibera di adozione n.1261 dell'11/07/2016

L'Istruttore
Assistente Amministrativo
Giovanna Amoruso



Il f.f. Direttore dell'Area Gestione Patrimonio
Dott.ssa Pia Paciello



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

di aggiudicare alla Ditta Impulse Dynamics Germany GmbH Stoccarda - Germania ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D. Lgs. n° 50/2016 s.m.i., in qualità di unico produttore e distributore, la fornitura di nr. 10 Dispositivi Impiantabili per la modulazione della contrattilità cardiaca Optimizer Smart, da destinare ai Centri Hub del Dipartimento Aziendale di Cardiologia della ASL BA, alle condizioni tutte contenute nell'offerta del 03/09/2019 e successiva offerta del 19/09/2019, entrambe allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali

di dare atto che la spesa complessiva riveniente dall'adozione del presente provvedimento, ammontante ad € 162.000,00 IVA esente verrà imputata sul seguente conto del Bilancio di competenza:

- 700.100.00056 Protesi impiantabili attive € 162.000,00 IVA esente

di dare atto che, per la fase di esecuzione del contratto ed ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 s.m.i., il RUP sarà affiancato il Direttore del Dipartimento Aziendale di Cardiologia o suo delegato in qualità di DEC

di notificare il contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs.n° 50/2016 e.s.m.i., all'aggiudicatario, per i conseguenziali adempimenti di competenza

di notificare, altresì, il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Gestione del Farmaco per l'inserimento dei prodotti nell'anagrafica aziendale, ai Direttori Amministrativi dei PP.O.O. interessati, al Direttore del Dipartimento di Cardiologia, al Direttore dell'AGRF per i conseguenziali adempimenti di competenza

di dare atto che, verranno tempestivamente attivati i controlli di legge ex art.80 del predetto Decreto, propedeutici alla stipula del contratto mediante sottoscrizione di scrittura privata

di dare atto che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell'art.32, comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,evidenziando che, ai sensi dell'art. 29 del predetto Decreto, si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce dichiarazione dei firmatari di assenza di cause incompatibilità/conflicto di interessi previste dalla vigente normativa

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale della Prov. Di Bari
Lungomare Starita, 6 – Presso C.T.O.
70123 Bari
Italy

Offerta CCM Therapy-System Optimizer Smart

Stoccarda, 03/09/2019

Spett.le Azienda Sanitaria Locale della Prov. Di Bari,

La ringraziamo per il Suo interesse alla nostra terapia di Modulazione della Contrattilità Cardiaca per il trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica. Siamo lieti di proporLe la seguente offerta per il nostro dispositivo CCM Therapy-System.

1. **Periodo di** Questo accordo è valido per gli acquisti entro il periodo che va dall' **referimento:** 03/09/2019 fino al 31/12/2020.

2. **Prezzo:**

CCM Therapie-System Optimizer Smart				
Pos.	Descrizione	Modell-Nr.	Qty	Prezzo in €
1	CCM Therapy-System Optimizer Smart	10-A503-3-XX	1	16.300,00
	• Optimizer Smart implantable pulse generator (IPG)	10-B411-3-XX		
	• Optimizer Mini Charger	10-F202-3-XX		
		Netto		16.300,00
	Tax free spedizione intracomunitaria	0% VAT		0,00
		Totale		16.000,00

3. **Termini di pagamento:** Le nostre fatture sono pagabili entro **60 giorni netti dalla data della fattura**. Per ulteriori condizioni di pagamento e consegna, faccia riferimento ai nostri Termini e Condizioni Generali.

4. **Condizioni di** I nostri dipendenti possono consegnare il device Optimizer Smart il giorno **consegna:** stesso in cui è prevista la procedura. In questo caso la spedizione ed immagazzinamento del dispositivo non sono necessari. Alternativamente potrà ordinare il prodotto che vi verrà consegnato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di acquisto. Vi chiediamo un contatto della vostra logistica nel caso sia necessario pianificare una consegna anticipata.

Il Presente documento è conforme all'originale composto da

n. 3 pagine e

n. 3 facciate

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Pue Paciello

Pagina 2 di 3

5. **Numeri d'ordine:** Vi preghiamo di informarci se sia necessario per la Vostra Farmacia indicare un eventuale numero di ordine di acquisto nelle nostre fatture. L'ordine può essere inviato alla nostra sede in Germania tramite posta elettronica al seguente indirizzo: sales@impulse-dynamics.com. L'ordine dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

- Numeri d'ordine
- Codice Fiscale / P. IVA
- Indirizzo di fatturazione
- Nome del prodotto e numero, quantità, prezzo, termini di pagamento
- Modalità di consegna fattura
- Ulteriori informazioni, se necessario

6. **Contatto:** In caso di domande, si prega di contattare il Sig. Antonio Fiorentino raggiungibile tramite il suo cellulare +39 346 843 26 38 o via e-mail a.fiorentino@impulsedynamics.com.

I termini di questa offerta sono allegati a questa lettera così come le informazioni complete sulla nostra terapia CCM. L'offerta può essere confermata con la firma e l'invio alla nostra sede in Germania tramite posta elettronica al seguente indirizzo: sales@impulse-dynamics.com.

Cordialmente,

Impulse Dynamics Germany GmbH



Mateusz Zelewski
-VP International Sales-

Impulse Dynamics Germany GmbH
Breitwiesenstrasse 19
70565 Stuttgart
Tel.: 0711-220 456 20
Fax: 0711-220 456 19

PER ACCETTAZIONE

Azienda Sanitari Locale della Prov. Di Bari

data, il nome, marchio della ditta

Informazioni tecniche:

- Il sistema CCM Therapy-System Optimizer Smart ha il marchio CE ed è approvato per il trattamento dell'insufficienza cardiaca sistolica.
- Oltre al suddetto Optimizer Smart System, due o tre elettrocateri di pacing convenzionali devono essere considerati per impianto. Si tratta di due elettrocateri ventricolari (2) e un (1) elettrocateri atriale opzionale. Tali elettrocateri devono essere forniti dal cliente. Per motivi tecnici e la certificazione CE, per gli elettrocateri ventricolari sono approvati solo i modelli che soddisfano i seguenti requisiti nell'ambito dei parametri tecnici:
 1. Elettrodo bipolare approvato per la stimolazione intracardiaca transvenosa;
 2. Connessione standard bipolare IS -1;
 3. Fissazione attiva, elettrodo a vite elettrico distale elettrico (punta) con una superficie minima elettricamente attiva di 3,6 mm²
 4. Elettrodi distali (punta) rivestiti con materiale leggermente polarizzante (ad esempio nitrato di titanio o ossido di iridio)
- L'elettrocateri atriale opzionale è un elettrocateri da pacing convenzionale IS-1 con fissazione attiva a scelta dell'utente. È possibile ricevere informazioni sui modelli attualmente compatibili con il nostro sistema CCM presso il nostro rivenditore o direttamente dal produttore degli elettrocateri in questione.
- L'impianto con programmazione e test iniziali è supportato tecnicamente da dipendenti appositamente addestrati di Impulse Dynamics. Questo servizio è inclusi nel prezzo.

Si specificano inoltre i CND e codice di repertorio del prodotto:

- CND: J99
- Codice Repertorio: 1558450/R

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale della Prov. Di Bari

Lungomare Starita, 6 –Presso C.T.O.

70123 Bari

Italy

Offerta CCM Therapy-System Optimizer Smart

Stoccarda, 19/09/2019

Spett.le Azienda Sanitaria Locale della Prov. Di Bari,

La ringraziamo per il Suo interesse alla nostra terapia di Modulazione della Contrattilità Cardiaca per il trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica. Siamo lieti di proporLe la seguente offerta per il nostro dispositivo CCM Therapy-System..

1. **Periodo di riferimento:** Questo accordo è valido per gli acquisti entro il periodo che va dal 03/09/2019 fino al 31/12/2020.

2. **Prezzo:**

CCM Therapie-System Optimizer Smart				
Pos.	Descrizione	Modell-Nr.	Qty	Prezzo in €
1	CCM Therapy-System Optimizer Smart	10-A503-3-XX	1	16.200,00
	• Optimizer Smart implantable pulse generator (IPG)	10-B411-3-XX		
	• Optimizer Mini Charger	10-F202-3-XX		
Tax free spedizione intracomunitaria		Netto		16.200,00
		0% VAT		0,00
		Totale		16.200,00

3. **Termini di pagamento:** Le nostre fatture sono pagabili entro **60 giorni netti dalla data della fattura**. Per ulteriori condizioni di pagamento e consegna, faccia riferimento ai nostri Termini e Condizioni Generali.

4. **Condizioni di consegna:** I nostri dipendenti possono consegnare il device Optimizer Smart il giorno stesso in cui è prevista la procedura. In questo caso la spedizione ed immagazzinamento del dispositivo non sono necessari. Alternativamente potrà ordinare il prodotto che vi verrà consegnato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di acquisto. Vi chiediamo un contatto della vostra logistica nel caso sia necessario pianificare una consegna anticipata.

Il Presente documento è conforme all'originale composto da

n. 3 pagine e

n. 3 facciate

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

P. Paciello

5. Numeri d'ordine:

Vi preghiamo di informarci se sia necessario per la Vostra Farmacia indicare un eventuale numero di ordine di acquisto nelle nostre fatture. L'ordine può essere inviato alla nostra sede in Germania tramite posta elettronica al seguente indirizzo: sales@impulse-dynamics.com. L'ordine dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

- Numeri d'ordine
- Codice Fiscale / P. IVA
- Indirizzo di fatturazione
- Nome del prodotto e numero, quantità, prezzo, termini di pagamento
- Modalità di consegna fattura
- Ulteriori informazioni, se necessario

6. Contatto:

In caso di domande, si prega di contattare il Sig. Antonio Fiorentino raggiungibile tramite il suo cellulare **+39 346 843 26 38** o via e-mail a.fiorentino@impulse-dynamics.com.

I termini di questa offerta sono allegati a questa lettera così come le informazioni complete sulla nostra terapia CCM. L'offerta può essere confermata con la firma e l'invio alla nostra sede in Germania tramite posta elettronica al seguente indirizzo: sales@impulse-dynamics.com.

Cordialmente,

Impulse Dynamics Germany GmbH



Mateusz Zelewski
-VP International Sales-

Impulse Dynamics Germany GmbH
Breitwiesenstrasse 19
70565 Stuttgart
Tel.: 0711-220 456 20
Fax: 0711-220 456 19

PER ACCETTAZIONE

Azienda Sanitaria Locale della Prov. Di Bari

data, il nome, marchio della ditta

Informazioni tecniche:

- Il sistema CCM Therapy-System Optimizer Smart ha il marchio CE ed è approvato per il trattamento dell'insufficienza cardiaca sistolica.
- Oltre al suddetto Optimizer Smart System, due o tre elettrocateri di pacing convenzionali devono essere considerati per impianto. Si tratta di due elettrocateri ventricolari (2) e un (1) elettrocateri atriale opzionale. Tali elettrocateri devono essere forniti dal cliente. Per motivi tecnici e la certificazione CE, per gli elettrocateri ventricolari sono approvati solo i modelli che soddisfano i seguenti requisiti nell'ambito dei parametri tecnici:
 1. Elettrodo bipolare approvato per la stimolazione intracardiaca transvenosa;
 2. Connessione standard bipolare IS -1;
 3. Fissazione attiva, elettrodo a vite elettrico distale elettrico (punta) con una superficie minima elettricamente attiva di 3,6 mm²
 4. Elettrodi distali (punta) rivestiti con materiale leggermente polarizzante (ad esempio nitrato di titanio o ossido di iridio)
- L'elettrocateri atriale opzionale è un elettrocateri da pacing convenzionale IS-1 con fissazione attiva a scelta dell'utente. È possibile ricevere informazioni sui modelli attualmente compatibili con il nostro sistema CCM presso il nostro rivenditore o direttamente dal produttore degli elettrocateri in questione.
- L'impianto con programmazione e test iniziali è supportato tecnicamente da dipendenti appositamente addestrati di Impulse Dynamics. Questo servizio è incluso nel prezzo.

Si specificano inoltre i CND e codice di repertorio del prodotto:

- CND: J99
- Codice Repertorio: 1558450/R

