

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011663	12/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101


OGGETTO:

A.G.P. -Deliberazione D.G. n.1217 del 14/09/2020 "Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura triennale di materiale sanitario vario. Approvazione atti di gara ed Indizione". Rettifica Allegato IV) B Requisiti Minimi Obbligatorie lotto 56)

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Favano Annalisa	08/10/2020 14:14
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Favano Annalisa	08/10/2020 14:14
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	08/10/2020 14:53

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 0009 del 16.01.2020

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020

Il Direttore f.f.

“Area Gestione Patrimonio”

HA ADOTTATO

La seguente determinazione

Premesso che:

con Deliberazione del Direttore Generale n. 1217 del 14.09.2020 è stata indetta la procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura triennale di materiale sanitario vario e sono stati altresì approvati i relativi gli atti di gara

l’Area Patrimonio ha provveduto a pubblicare la procedura di gara nelle modalità previste dall’art. 73 del d.lgs n. 50/2016, mediante pubblicazione del bando su GUUE, GURI, n. 2 giornali a diffusione nazionale, n. 2 a diffusione locale e, in versione integrale, su www.empulia.it e sul profilo del committente www.sanita.puglia.it

in data 29.09.2020 la gara in parola è stata pubblicata sulla piattaforma EmPulia e acquisita con il seguente protocollo PI238367-20

a seguito della pubblicazione, il Direttore del Dipartimento Gestione del Farmaco, con nota prot. n° 54869 del 01.10.2020, ha evidenziato la presenza di un refuso nei requisiti minimi obbligatori specificati per il lotto 56 nell’Allegato IV B) al Disciplinare di Gara

EVIDENZIATO che la rettifica del suddetto errore materiale deve essere apportata nell’Allegato IVB) “Requisiti minimi obbligatori lotto 56”

RITENUTO

che la rettifica, per mero errore materiale, che non incide in modo sostanziale sulla descrizione del lotto in parola e non determina una variazione del prezzo posto a base d’asta, non necessita di nuova pubblicazione ai sensi dell’art.73 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.

pertanto, di dover provvedere in merito a quanto innanzi esposto

Tutto quanto innanzi premesso

DETERMINA

1. **di prendere atto** della rettifica apportata dal Direttore del Dipartimento Gestione del Farmaco nell’Allegato IVB) Requisiti minimi obbligatori lotto 56, già approvati con delibera n. 1217 del 14.09.2020, relativi alla la procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura triennale di materiale sanitario vario, fermo restando il contenuto degli altri atti già approvati con il citato provvedimento
2. **di rettificare** l’Allegato IV B), allegato al presente provvedimento, nei termini indicati dal Direttore del Dipartimento Gestione del Farmaco e pubblicarlo sulla piattaforma Empulia
3. **di prendere atto** che trattandosi di una rettifica, per mero errore materiale, che non incide in modo sostanziale sulla descrizione del lotto in parola e non determina una variazione del prezzo posto a base d’asta, non necessita di nuova pubblicazione ai sensi dell’art.73 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.
4. **di confermare** il termine prefissato per la presentazione delle offerte
5. **di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 d.lgs 50/2016 sul sito del committente, alla sezione “amministrazione trasparente” e “bandi di gara”.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:
 CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

Allegato IV.B CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE DEI GLUCOMETRI

Lotto 56 c)

CARATTERISTICHE MINIME DEI GLUCOMETRI

Caratteristiche minime del glucometro:

Volume del campione necessario alla determinazione $\leq 1\mu\text{l}$

Tempo di lettura del test ≤ 9 secondi

Campionamento tramite aspirazione automatica per capillarità

Impossibilità di modifica dell'unità di misura della glicemia (mg/dl)

Dotazione di un sistema di allarme visivo o mancata risposta nel caso di campione insufficiente

Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl

Presenza di un segnale acustico/visivo nel caso di OUT of RANGE di lettura

Presenza di un sistema di calibrazione automatica

testato anche per la determinazione neonatale.

Presenza di un segnale visivo di incompatibilità striscia (utilizzo di strisce di altra marca, striscia difettosa o inserita in modo errato) o errata calibrazione.

Ampiezza del range di ematocrito compreso almeno da 30 a 50%

Memorizzazione di un numero di test ≥ 300

Assenza di interferenze per farmaci a concentrazioni terapeutiche e assenza di interferenze con maltosio fino a 13mg/dl e galattosio fino a 7mg/dl

Temperatura conservazione strisce compreso tra $+2\text{C}^\circ$ e $+30\text{C}^\circ$ (si accettano intervalli più ampi)

Temperatura operativa dello strumento compresa tra $+10\text{C}^\circ$ e $+40\text{C}^\circ$ (si accettano intervalli più ampi)

Connettività informatica per il controllo strumentale ed il trasferimento dati con i servizi di Patologia Clinica

Certificazioni di utilizzo per uso ospedaliero

Manuale d'uso in lingua italiana