

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009185	22/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

OGGETTO: AGP – Deliberazione D.G. ff 743/2024 "Indizione procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura della II^a tranche di arredi sanitari e attrezzature II tranche (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e finanziate con le risorse CUP D65F23000400003. Aggiudicazione lotti 3.4.4, 3.21, 3.22, 3.26.2, 3.26.3, 3.27.4 e 3.28

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240010141 DEL 20/11/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 42 (quarantadue) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 22/11/2024 08:04



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO

VISTE

- La L. n. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D.Lgs. n. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- La L.R. Puglia n. 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- La L.R. Puglia n. 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- Il D.Lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- La L.R. Puglia n. 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- La L.R. Puglia n. 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- Il D.Lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019 di Aggiornamento e ricognizione attività e compiti gestionali delegati all'Area Gestione del Patrimonio;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 1914 del 31.12.2020 di Presa atto Lavori Commissione di esperti per l'affidamento dell'incarico di Direttore della Struttura complessa "Area Gestione del Patrimonio". Conferimento incarico;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 1824 del 03.10.2022 di Aggiornamento Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. del 31 marzo 2021, n. 36, avente ad oggetto il Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del 28 marzo 2023, n. 412, avente ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n. 2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa";
- La Deliberazione della Giunta Regionale del 17 aprile 2023, n. 512, avente ad oggetto "Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda

pubblica del SSR per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i., in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023;

- La Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

Sulla base di conforme istruttoria del Responsabile per la fase di affidamento

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 746 dell'11/04/2024, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 4088 del 22/05/2024, è stata indetta la procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n° 36/2023, finalizzata alla fornitura di arredi sanitari e attrezzature di cui al Macro Lotto 3 di cui alla D.D.G. n. 46/2023 – (seconda tranche) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, suddivisa in 19 lotti, unici e indivisibili, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. 36/2023

che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 18/06/2024;

VISTE

- la Determinazione Dirigenziale n. 5429 del 05/07/2024, pubblicata sul profilo aziendale della sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 28 del D. Lgs. nr. 36/2023, con la quale è stata disposta l'ammissione di tutti i concorrenti, sulla base delle risultanze delle operazioni del Seggio di gara concernenti la disamina della documentazione amministrativa, per la verifica della relativa completezza e regolarità, di cui ai verbali delle sedute pubbliche del 19, 20/06/2024 e 04/07/2024, qui allegati 1), 2) e 3) per farne parte integrante e sostanziale
- la Determinazione Dirigenziale n° 6335 del 05.08.2024, pubblicata sul profilo aziendale della sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 28 del D. Lgs. nr. 36/2023, con cui si è proceduto alla nomina e costituzione di quattro Commissioni Giudicatrici, preposte alla valutazione tecnico/qualitativa delle offerte ammesse

RICHIAMATO il citato verbale della seduta pubblica del 04.07.2024 (allegato 3), in cui il Seggio di gara, in linea con quanto previsto al paragrafo 14.3 del disciplinare, ha proceduto, per tutti i lotti, alla sola verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica, per la successiva trasmissione alle rispettive Commissioni giudicatrici

VISTO il verbale della seduta pubblica del 08.10.2024, allegato 4) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso, in cui il Seggio di gara si è riunito, integrato dal Presidente delle Commissioni Giudicatrici B e C, per dare lettura degli esiti della valutazione qualitativa delle offerte formulate dalle ditte partecipanti ai **lotti 3.4.4 – 3.21 – 3.22 – 3.26.2 – 3.26.3 – 3.27.4 – 3.28**, nonché, per procedere all'apertura delle offerte economiche di questi ultimi e alla correlata formulazione della graduatoria di merito

PRESO ATTO che, il Dipartimento Politiche per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, con nota acquisita al protocollo ASL BARI R.G. n. 80626/2024 del 20.06.2024, in merito al "Programma investimenti ex art. 20, L. n. 67/1988 – DGR 987 del 17.07.2023 – intervento

“Completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano”, ha raccomandato “...di ottimizzare i tempi di approvvigionamento di beni e servizi, si ribadisce l’assoluta necessità di non interrompere le procedure di acquisizione e di procedere con celerità all’aggiudicazione delle gare. È di fondamentale importanza che ogni attività venga portata avanti con la massima sollecitudine, garantendo così il tempestivo completamento delle opere e l’operatività delle strutture sanitarie, nell’interesse primario della collettività”

RITENUTO, pertanto, di recepire gli esiti della procedura di gara aperta telematica indetta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n° 36/2023, con Deliberazione D.G. f.f. n. 746 dell’11/04/2024, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 4088 del 22/05/2024, finalizzata alla fornitura di arredi sanitari e attrezzature destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano II tranche (Macro Lotto 3), proponendo l’aggiudicazione, in favore delle ditte e nei termini indicati nel prospetto riepilogativo qui allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5), pari ad € 3.174.237,21 iva esclusa (comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 12.500,00 i.e.)

EVIDENZIATO

che sono stati rispettati i termini di cui all’art.17, comma 3 del d.lgs. n.36/2023 per lo svolgimento della gara (decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di cui alla Deliberazione D.G. f.f. n. 746/2024 e sino all’individuazione della migliore offerta)

che la presente aggiudicazione è dichiarata efficace, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, a seguito dell’avvenuta verifica, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, con esito positivo, per tutte le ditte risultate aggiudicatrici, effettuata dai competenti Uffici dell’Area Gestione Patrimonio

che pertanto, l’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 18 co. 3 lett. a) del d. lgs 36/2023, alla stipula dei contratti con le ditte aggiudicatrici dei **lotti 3.4.4 – 3.21 – 3.22 – 3.26.2 – 3.26.3 – 3.27.4 – 3.28**, a cui non si applica il termine dilatorio di 35 giorni decorrente dalla data di invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione in quanto è stata presentata o ammessa una sola offerta

che per i lotti **n. 3.23 e 3.27.2** non è pervenuta alcuna offerta, come tracciato dalla piattaforma telematica di gara Empulia e, pertanto, li stessi sono dichiarati deserti

che si conferma quanto già dichiarato nel provvedimento di indizione in merito all’insussistenza di iniziative attive del Soggetto Aggregatore e di Consip SpA

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e confermate:

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati

di recepire gli esiti della procedura di gara aperta telematica indetta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n° 36/2023, con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 746 dell’11/04/2024 e successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 4088 del 22/05/2024, finalizzata alla fornitura di arredi sanitari e attrezzature destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano II tranche (Macro Lotto 3), di cui ai verbali delle sedute pubbliche di gara datati 19, 20.06.2024 e 04.07.2024 e 08.10.2024, tutti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale

di aggiudicare, per l’effetto, la fornitura di che trattasi in favore delle Ditte e nei termini riportati nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5), relativamente ai lotti **3.4.4 – 3.21 – 3.22 – 3.26.2 – 3.26.3 – 3.27.4 – 3.28** per un valore

complessivo pari ad € 3.174.237,21 iva esclusa (comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 12.500,00 i.e.)

di dare atto

che il valore complessivo dell'aggiudicazione comprensivo degli oneri della sicurezza da DUVRI, stimato in € 3.872.569,40 iva inclusa al 22% (di cui € 15.250,00 per gli oneri della sicurezza da DUVRI), verrà imputato sul conto economico n. 010.110.00035 (attrezzature sanitarie e scientifiche)

che la spesa riveniente dall'adozione del presente provvedimento trova copertura nei fondi previsti nel "Programma investimenti ex art. 20, L. n. 67/1988 – DGR 987 del 17.07.2023 – intervento "Completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano", giusta ultima comunicazione del Dipartimento regionale Politiche per la Promozione della Salute e del Benessere Animale acquisita al protocollo aziendale n. 80626/2024 del 20.06.2024

che sono stati rispettati i termini di cui all'art.17, comma 3 del d.lgs. n.36/2023 per lo svolgimento della gara (decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di cui alla Deliberazione D.G. f.f. n. 746/2024 e sino all'individuazione della migliore offerta)

che la presente aggiudicazione è dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, a seguito dell'avvenuta verifica, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, con esito positivo, per tutte le ditte risultate aggiudicatrici, effettuata dai competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio

che pertanto, pertanto, l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 18 co. 3 lett. a) del d. lgs 36/2023, alla stipula dei contratti con le ditte aggiudicatrici dei **lotti 3.4.4 – 3.21 – 3.22 – 3.26.2 – 3.26.3 – 3.27.4 – 3.28**, a cui non si applica il termine dilatorio di 35 giorni decorrente dalla data di invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione in quanto è stata presentata o ammessa una sola offerta

che per i lotti n. **3.23 e 3.27.2** non è pervenuta alcuna offerta, come tracciato dalla piattaforma telematica di gara Empulia e, pertanto, li stessi sono dichiarati deserti

che, per i **lotti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.26.1, 3.26.4, 3.27.1, 3.27.3 e 3.29** sono ancora in corso le valutazioni tecniche da parte delle Commissioni Giudicatrici A e D e, pertanto, l'aggiudicazione di questi ultimi è rinviata a successivo provvedimento

che il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, è stato già individuato, con Deliberazione del D.G. n. 319/2024, nell'Ing. Angelo Maiano, Dirigente UOS Manutenzione Elettromedicali

di demandare a successivo provvedimento

- la liquidazione dei compensi dovuti ai componenti delle Commissioni Giudicatrici dipendenti degli altri Enti del S.S.R., nei termini indicati nella Determinazione Dirigenziale n.1745/2024, in conformità a quanto stabilito dal vigente DM MIT 12/02/2028
- la ripartizione del fondo incentivante e la conseguente liquidazione in favore del personale avente diritto, individuato nel provvedimento di indizione n. 1778/2023, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e dell'apposito Regolamento Aziendale in materia

di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul profilo del Committente www.sanita.puglia.it nella sezione Bandi di Gara e nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Proposta N.ro 0010141/2024

di notificare il presente provvedimento, mediante piattaforma telematica, agli aggiudicatari e a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023) e per i conseguenziali adempimenti di competenza, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore Area Risorse Finanziarie nonché al Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia

AREA GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: Procedura aperta telematica per la fornitura in acquisto degli arredi sanitari e delle attrezzature del nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano, suddivisa in 19 lotti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. II^ Tranche.

Verbale seduta pubblica

Il giorno **19** del mese di **giugno 2024** alle ore 09:30, presso l'Ufficio dell'Area Gestione del Patrimonio sito in Bari, Lungomare Starita n° 6 – 2° piano, il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica virtuale, mediante piattaforma Teams, per procedere all'apertura telematica, tramite il portale di EmPulia, delle offerte presentate entro le ore 12.00 del 18.06.2024.

Il Seggio di Gara è così composto:

- Presidente: Dott. Nicola Sardaro, Dirigente amministrativo A.G.P.
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Ilaria Monopoli - Collaboratore amministrativo A.G.P.
- Testimone: Dott. Francesco Romito - Collaboratore amministrativo Senior A.G.P.

Tutti i presenti, consapevoli delle responsabilità civili e penali conseguenti all'uso di dichiarazioni mendaci, dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge e/o conflitto di interesse anche solo potenziale rispetto alla posizione dei partecipanti alla presente procedura di gara.

In apertura dei lavori, il Presidente comunica che entro il termine previsto dal bando di gara, ore 12.00 del 18.06.2024, sono pervenute le seguenti offerte, nell'ordine risultante dalla Piattaforma Empulia, dando altresì atto della presenza dei referenti delle ditte come da tabella che segue:

n°	Ragione Sociale	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Data ricezione	Presenti/Assenti
1	MEDICAL CALÒ	12	PE181401-24	13/06/2024 11:24:57	A
2	MEGA CONSULTING SRL	19	PE189019-24	17/06/2024 16:27:02	P
3	PHILIPS	1,2,3,4,5	PE189042-24	17/06/2024 16:51:46	P
4	TEXA SRL	14	PE189079-24	17/06/2024 18:07:49	P
5	RTI AHSI S.P.A. - CHÉMIE	7	PE189087-24	17/06/2024 18:27:41	P
6	AL.CA BIOMEDICA	11	PE189089-24	17/06/2024 18:50:22	A
7	SIEMENS HEALTHCARE	1,2,3,5	PE189095-24	17/06/2024 18:51:53	P
8	AM-NEXT S.R.L.	6,10	PE189168-24	17/06/2024 21:03:15	P
9	BETAFIN	17,18	PE189173-24	17/06/2024 21:46:11	P
10	LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL	8,13,16	PE189186-24	18/06/2024 04:04:09	P
11	CANON MEDICAL SYSTEMS	3	PE189202-24	18/06/2024 08:23:13	P
12	RTI FAVERO HEALTH PROJECTS SPA - HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L. - TECNOSOLUZIONI	19	PE189226-24	18/06/2024 08:47:50	P
13	ALISER	1,5,13	PE189274-24	18/06/2024 09:27:35	P

AREA GESTIONE PATRIMONIO

U.O.S. Acquisizione Beni

Telefono: 080 584.2335

PEC: patrimonio.asl.bari@legalmail.it



AREA GESTIONE PATRIMONIO

14	MINDRAY MEDICAL ITALY	1,2,4,5	PE189275-24	18/06/2024 09:29:22	P
15	PREDICT	1,2,3,4,5	PE189285-24	18/06/2024 09:33:06	P
16	ESAOTE	1,2,5	PE189465-24	18/06/2024 10:49:28	P
17	TECNOMEDICA	10	PE189479-24	18/06/2024 10:58:32	P
18	MEDICAL LUME SRL	5	PE189512-24	18/06/2024 11:14:30	A
19	FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.	1,2,5	PE189610-24	18/06/2024 12:00:24	P

Si procede, quindi, all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa per singolo concorrente e secondo l'ordine sopra indicato. L'esito della verifica espletata sulla documentazione prodotta dalle ditte partecipanti è quello risultante dal seguente prospetto:

n°	Ragione Sociale	Registro di Sistema	Esito
1	MEDICAL CALÒ	PE181401-24	ammessa
2	MEGA CONSULTING SRL	PE189019-24	ammessa
3	PHILIPS	PE189042-24	ammessa con riserva
4	TEXA SRL	PE189079-24	ammessa
5	RTI AHSI S.P.A. - CHEMIE	PE189087-24	ammessa
6	AL.CA BIOMEDICA	PE189089-24	ammessa
7	SIEMENS HEALTHCARE	PE189095-24	ammessa con riserva
8	AM-NEXT S.R.L.	PE189168-24	ammessa
9	BETAFIN	PE189173-24	ammessa con riserva
10	LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL	PE189186-24	ammessa
11	CANON MEDICAL SYSTEMS	PE189202-24	ammessa con riserva
12	RTI FAVERO HEALTH PROJECTS SPA - HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L. - TECNOSOLUZIONI	PE189226-24	ammessa
13	ALISER	PE189274-24	ammessa

Con riferimento alle ditte ammesse con riserva, si dà atto che:

Per la ditta Philips

si procederà ad approfondire le dichiarazioni integrative al DGUE valutando, all'esito, se integrare tali dichiarazioni con apposita richiesta istruttoria.

Per la ditta Siemens Healthcare I.

l'importo della garanzia è stato erroneamente ridotto di un ulteriore 20% oltre alla riduzione previsto dall'art. 106 comma 8 primo periodo (del 30% sul 2%), pertanto, in applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio, alla stessa si chiederà di provvedere all'integrazione della cauzione.

Per la ditta Betafin.

l'importo della garanzia è stato erroneamente ridotto di un ulteriore 20% oltre alla riduzione prevista dall'art. 106 comma 8 per le P.M.I., pertanto, in applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio, alla

AREA GESTIONE PATRIMONIO

U.O.S. Acquisizione Beni

Telefono: 080 584.2335

PEC: patrimonio.asl.bari@legalmail.it



AREA GESTIONE PATRIMONIO

stessa si chiede di provvedere all'integrazione della cauzione sino all'1% del valore del/i lotto/i per cui partecipa.

Per la ditta Canon Medical System

il file contenente l'istanza di partecipazione risulta privo della marca da bollo e, pertanto, si richiede alla ditta la regolarizzazione del pagamento del bollo.

In applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, si procederà a richiedere alle ditte ammesse con riserve le integrazioni del caso attraverso l'apposta funzione presente su Empulia.

Alle ore 13.45, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta rinviando il prosieguo delle operazioni al 20.06.2024.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale composto da n. 3 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto dal seggio di gara.

f.to: Dott. Nicola Sardaro

f.to: Dott.ssa Ilaria Monopoli

f.to: Dott. Francesco Romito

E' copia conforme all'originale.

Oggetto: Procedura aperta telematica per la fornitura in acquisto degli arredi sanitari e delle attrezzature del nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano, suddivisa in 19 lotti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. II^ Tranche.

Verbale seduta pubblica

Il giorno **20** del mese di **giugno 2024** alle ore 09:30, presso l'Ufficio dell'Area Gestione del Patrimonio sito in Bari, Lungomare Starita n° 6 – 2° piano, il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica virtuale, mediante piattaforma Teams, per proseguire con l'apertura delle offerte telematiche presentate entro le ore 12.00 del 18.06.2024.

Il Seggio di Gara è così composto:

- Presidente: Dott. Nicola Sardaro, Dirigente amministrativo A.G.P.
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Ilaria Monopoli - Collaboratore amministrativo A.G.P.
- Testimone: Dott. Francesco Romito - Collaboratore amministrativo Senior A.G.P.

Tutti i presenti, consapevoli delle responsabilità civili e penali conseguenti all'uso di dichiarazioni mendaci, dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge e/o conflitto di interesse anche solo potenziale rispetto alla posizione dei partecipanti alla presente procedura di gara.

Si prosegue, quindi, all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti secondo l'ordine risultante dalla piattaforma Empulia. L'esito della verifica espletata sulla documentazione prodotta dalle ditte esaminate è quello risultante dal seguente prospetto:

ord	Ragione Sociale	Registro di Sistema	Esito
14	MINDRAY MEDICAL ITALY	PE189275-24	ammessa con riserva
15	PREDICT	PE189285-24	ammessa con riserva
16	ESAOTE	PE189465-24	ammessa
17	TECNOMEDICA	PE189479-24	ammessa
18	MEDICAL LUME SRL	PE189512-24	ammessa con riserva
19	FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.	PE189610-24	ammessa con riserva

Con riferimento alle ditte ammesse con riserva, si dà atto che:

Per la ditta Mindray Medical Italy

si procederà ad approfondire le dichiarazioni integrative al DGUE valutando, all'esito, se integrare tali dichiarazioni con apposita richiesta istruttoria.

Per la ditta Predict

L'importo della garanzia è stato erroneamente ridotto di un ulteriore 20% oltre alla riduzione prevista dall'art. 106 comma 8 per le P.M.I., pertanto, in applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio, alla stessa si chiede di provvedere all'integrazione della cauzione sino all'1% del valore del/i lotto/i per cui partecipa.

Per la ditta Medical Lume.

L'importo della garanzia è stato erroneamente ridotto di un ulteriore 20% oltre alla riduzione prevista dall'art. 106 comma 8 per le P.M.I., pertanto, in applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio, alla stessa si chiede di provvedere all'integrazione della cauzione sino all'1% del valore del/i lotto/i per cui partecipa.

Per la ditta Fujifilm Healthcare Italia Spa

Il documento DGUE (pp. 11) risulta non compilato relativamente al punto D (pag. 11) che prevede l'indicazione di "ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE". Alla Ditta è, pertanto, richiesta l'integrazione del DGUE già presentato con riguardo alle dichiarazioni in oggetto entro il termine perentorio di gg. 10 dal ricevimento del presente verbale tramite piattaforma Empulia. A tal fine, la ditta potrà utilizzare l'allegato C (DGUE) predisposto dalla Stazione Appaltante.

Si procederà inoltre ad approfondire le dichiarazioni integrative al DGUE valutando, all'esito, se integrare tali dichiarazioni con apposita richiesta istruttoria.

Per le integrazioni documentali, le ditte dovranno provvedere entro 10 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Alle ore 10.30, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta rinviando il prosieguo delle operazioni a nuova data da comunicarsi mediante la piattaforma telematica Empulia per lo scioglimento delle riserve e lo sblocco delle buste tecniche.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto dal seggio di gara.

f.to: Dott. Nicola Sardaro

f.to: Dott.ssa Ilaria Monopoli

f.to: Dott. Francesco Romito

E' copia conforme.

Oggetto: Procedura aperta telematica per la fornitura in acquisto degli arredi sanitari e delle attrezzature del nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano, suddivisa in 19 lotti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. II^ Tranche.

Verbale seduta pubblica

Il **giorno 04** del mese di **luglio 2024** alle ore 09:30, presso l'Ufficio dell'Area Gestione del Patrimonio sito in Bari, Lungomare Starita n° 6 – 2° piano, il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica virtuale, mediante piattaforma Teams, per comunicare l'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa presentata da tutte le ditte.

Il Seggio di Gara è così composto:

- Presidente: Dott. Nicola Sardaro, Dirigente amministrativo A.G.P.
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Ilaria Monopoli - Collaboratore amministrativo A.G.P.
- Testimone: Dott.ssa Maria Domenica Pignataro - Collaboratore amministrativo Senior A.G.P.

Tutti i presenti, consapevoli delle responsabilità civili e penali conseguenti all'uso di dichiarazioni mendaci, dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge e/o conflitto di interesse anche solo potenziale rispetto alla posizione dei partecipanti alla presente procedura di gara.

Sono presenti i rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di apposita delega, già precedentemente prodotta.

Il Presidente, sciogliendo le riserve in ordine all'ammissione di alcune ditte, come da verbali di gara del 19/06/2024 e del 20/06/2024, dà atto che:

Philips

Il Seggio di gara, a seguito di approfondimenti sulle dichiarazioni rese dalla ditta con riferimento all'art. 98 co. 3 del Codice degli Appalti, nonché delle verifiche svolte sul Casellario Anac, rilevato che la fattispecie oggetto di rilievo, ancorché astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di esclusione non automatica, non incide sull'affidabilità della ditta, la quale ha adottato adeguate misure di self-cleaning, ammette la stessa al prosieguo della gara.

Predict

La ditta ha prodotto la documentazione comprovante l'integrazione della garanzia provvisoria sino all'1% del valore del/i lotto/i per cui partecipa.

Fujifilm Healthcare Italia Spa

La ditta ha integrato il DGUE con la dichiarazione mancante relativamente al punto D che prevede l'indicazione di "ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE".

Siemens Healthcare

La ditta ha prodotto la documentazione comprovante l'integrazione della garanzia provvisoria.

Betafin

la ditta ha prodotto la documentazione comprovante l'integrazione della garanzia provvisoria sino all'1% del valore del/i lotto/i per cui partecipa, pertanto, viene ammessa al prosieguo della gara.

Canon Medical System

la ditta ha regolarizzato l'istanza mediante apposizione dell'imposta di bollo e, pertanto, la stessa è ammessa al prosieguo della gara.

Mindray Medical Italy

Il Seggio di gara, a seguito di approfondimenti sulle dichiarazioni rese dalla ditta con riferimento all'art. 98 co. 3 del Codice degli Appalti, nonché delle verifiche svolte sul Casellario Anac, rilevato che la fattispecie oggetto di rilievo, ancorché astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di esclusione non automatica, non incide sull'affidabilità della ditta, la quale ha adottato adeguate misure di self-cleaning, ammette la stessa al prosieguo della gara.

Medical Lume

La ditta ha prodotto integrazione della garanzia provvisoria.

Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente da atto che tutte le ditte partecipanti sono ammesse al prosieguo della gara.

A questo punto, il Seggio di gara stabilisce di procedere all'acquisizione della documentazione tecnica per il successivo inoltrare alle Commissioni Giudicatrici in fase di nomina.

Si procede all'acquisizione per singolo lotto e, quindi, per singola ditta offerente, secondo l'ordine prodotto dalla piattaforma EmPulia.

Terminata la fase di acquisizione, in assenza di osservazioni e domande da parte delle ditte presenti, alle ore 11:15, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta rinviando il prosieguo delle operazioni a nuova data da comunicarsi mediante la piattaforma telematica Empulia.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto dal seggio di gara.

f.to: Dott. Nicola Sardaro

f.to: Dott.ssa Ilaria Monopoli

f.to: Dott.ssa Maria Domenica Pignataro

E' copia conforme



AREA GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: Procedura aperta telematica per la fornitura in acquisto degli arredi sanitari e delle attrezzature (lotti 3.4.4 – 3.21 – 3.22 – 3.26.2 – 3.26.3 – 3.27.4 – 3.28) del nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano, suddivisa in 19 lotti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. II^ Tranche.

Verbale seduta pubblica

Il giorno **08** del mese di ottobre dell'anno **2024** alle ore 15.30, presso l'Ufficio dell'Area Gestione del Patrimonio sito in Bari, Lungomare Starita n° 6 – 2° piano, il Seggio di gara, si è riunito, in seduta pubblica virtuale mediante piattaforma Microsoft Teams Meeting, integrato dal Presidente delle Commissioni Giudicatrici B e C, per dare lettura degli esiti della valutazione qualitativa delle offerte formulate dalle ditte partecipanti ai **lotti 3.4.4 – 3.21 – 3.22 – 3.26.2 – 3.26.3 – 3.27.4 – 3.28**, nonché, per procedere all'apertura delle offerte economiche di questi ultimi e alla correlata formulazione della graduatoria finale.

Il Seggio di Gara è così composto:

- Presidente: Dott. ssa Annalisa Favano, Titolare I.F.O. della UOS Acquisizione Beni. - in presenza;
- Testimone: Dott. Gaetano Paolo Calabrese Collaboratore Amministrativo Professionale Senior c/o AGP – in presenza;
- Testimone e segretario verbalizzante: Dott.ssa Ilaria Monopoli, Collaboratore Amministrativo Professionale c/o AGP – in presenza;

Le Commissioni giudicatrici B e C sono rappresentate dal Presidente Ing. Angelo Maiano - Dirigente UOS Manutenzione Elettromedicali – da remoto.

La Commissione, visti i precedenti verbali cui integralmente si rinvia, riprende le operazioni di gara in seduta pubblica rilevando preliminarmente che in video conferenza sono collegati:

Per l'OE LAWS MEDICAL - La sig.ra Paola Gaudiano;

Per l'OE – BETAFIN - il Sig. Pasquale Lorè;

Per l'OE – (RTI AHSI-CHEMIE) - il Sig. Nicola Dell'Era;

Per l'OE – AL.CA BIOMEDICA - il Sig. Antonio Pantaleo;

Per l'OE – AM NEXT - la Sig.ra Camilla Moretti;

Il Presidente del seggio di gara prosegue la seduta notiziando i presenti che, in data 01/10/2024, il Presidente delle Commissioni B e C, Ing. Angelo Maiano, con note rispettivamente prott. nn. 68162 e 68141, ha trasmesso al RUP gli esiti delle valutazioni tecniche delle offerte ammesse ai **lotti 3.4.4 – 3.21 – 3.22 – 3.26.2 – 3.26.3 – 3.27.4 – 3.28**.

AREA GESTIONE PATRIMONIO

U.O.S. Acquisizione Beni

Telefono: 080 584.2335

PEC: patrimonio.asl.bari@legalmail.it



AREA GESTIONE PATRIMONIO

Nella presente seduta, in ossequio al principio di economicità delle procedure, verrà data lettura dei macro-punteggi assegnati a ciascuna ditta ammessa alla partecipazione ai predetti lotti, fermo restando che le ditte potranno prendere visione del dettaglio dei giudizi assegnati dalle Commissioni B e C a seguito della trasmissione delle predette valutazioni tecniche, che saranno allegate al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

Con riferimento al lotto **3.37.4**, per il quale è stata presentata una sola offerta, il Presidente del Seggio di gara comunica che in piattaforma EmpULIA sono stati inseriti, per mero errore nel caricamento, criteri difformi rispetto a quelli indicati nel capitolato, pertanto, sono stati inseriti in piattaforma dei punteggi tali da raggiungere il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione Giudicatrice.

In assenza di osservazioni, si procede, quindi, lotto per lotto alla lettura dei macro-punteggi assegnati alle ditte ammesse ai **lotti 3.4.4 – 3.21 – 3.22 – 3.26.2 – 3.26.3 – 3.27.4 – 3.28**

Sulla scorta dei punteggi attribuiti, la Commissione rileva che tutti gli OE hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto per l'ammissione alle successive fasi di gara (42 punti) e, pertanto, procede allo sblocco delle buste economiche, con visualizzazione e lettura delle offerte economiche.

All'esito delle suddette operazioni viene redatto il seguente quadro riepilogativo:

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Tecnico	Punteggio Tecnico Riparametrato	Valore Offerta
3.4.4	Valutato	AM -NEXT	Aggiudicatario proposto	64,35	70	299.218,00
3.21	Valutato	RTI (CHEMIE – AHSI)	Aggiudicatario proposto	56,45	70	740.723,69
3.22	Valutato	LAWS	Aggiudicatario proposto	65,8	70	553.445,42
3.26.2	Valutato	AL.CA BIOMEDICA	Aggiudicatario proposto	61,1	70	74.990,00
3.26.3	Valutato	MEDICAL CALO'	Aggiudicatario proposto	59,1	70	115.830,00
3.27.4	Valutato	BETAFIN	Aggiudicatario proposto	60,5	70	79.220,00
3.28	Valutato	BETAFIN	Aggiudicatario proposto	55,85	70	1.298.310,00

AREA GESTIONE PATRIMONIO

U.O.S. Acquisizione Beni

Telefono: 080 584.2335

PEC: patrimonio.asl.bari@legalmail.it



AREA GESTIONE PATRIMONIO

Non essendovi ulteriori osservazioni da parte dei presenti e pertanto, alle ore 16:30, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

Del ché viene redatto il presente verbale composto da 3 facciate, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Seggio di Gara

f.to Dott.ssa Annalisa Favano

f.to Dott. Gaetano Paolo Calabrese

f.to Dott.ssa Ilaria Monopoli

Il Presidente della Commissione giudicatrice

f.to Ing. Angelo Maiano

Il segretario verbalizzante della seduta

f.to: Dott.ssa Ilaria Monopoli

AREA GESTIONE PATRIMONIO

U.O.S. Acquisizione Beni

Telefono: 080 584.2335

PEC: patrimonio.asl.bari@legalmail.it





U.O.C. Ingegneria Clinica

Sede: Via Ospedale Di Venere, 1 - 70131 Carbonara- Bari -Tel. 080.5015954 - Cod. Fisc. 06534340721

Trasmissione esclusivamente in modalità telematica
ai sensi del d.lgs n. 82/2005, se non diversamente indicato -
Sostituisce l'originale

Al RUP

Dott.ssa Annalisa Favano

Area Gestione del Patrimonio

ASL BARI

Sede


Oggetto: AGP – Procedura aperta telematica per la fornitura in acquisto degli Arredi Sanitari e delle Attrezzature del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli – Fasano, suddivisa in 19 lotti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023. Seconda tranche. CUP D65F23000400003 - **Trasmissione esiti valutazione offerte tecniche Commissione B.**

Con riferimento a quanto riportato in oggetto, con la presente si trasmettono i verbali attestanti gli esiti della valutazione delle offerte tecniche relativamente alla Commissione B della procedura in parola, e le griglie di valutazione tecnica dei Lotti 3.4.4, 3.22, 3.23 (deserto), 3.26.2 e 3.26.3, ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Il Presidente di Commissione



Allegati:

n. 4 Griglia Assegnazione punteggi tecnici

n. 4 verbali sedute riservate

Totale pagine allegate: 14



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

AGP – Procedura aperta telematica per la fornitura in acquisto degli Arredi Sanitari e delle Attrezzature del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli – Fasano, suddivisa in 19 lotti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023. Seconda tranche. CUP D65F23000400003.

Verbale seduta del 03.09.2024 Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre del mese di settembre alle ore 09:00 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice per la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determina Dirigenziale n. 0006335 del 05.08.2024, relativamente ai Lotti 3.4.4, 3.22, 3.23 (deserto), 3.26.2 e 3.26.3

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano – UOC Ingegneria Clinica ASL BA - Presidente
- Ing. Sabino Sterlacci - Ingegnere Clinico IRCCS "GIOVANNI PAOLO II" - Componente
- Dott. Cosimo Russo, Dirigente medico Otorinolaringoiatria PO DI VENERE ASL BA - Componente

La Commissione inizia i lavori dalla disamina e valutazione delle offerte relative al Lotto n. 3.22 – SISTEMI DI ESPLORAZIONE FUNZIONALE.

La Commissione in via preliminare esamina le offerte tecniche per la valutazione del rispetto dei requisiti di minima. L'analisi preliminare dei requisiti di minima, per l'unica offerta pervenuta al Lotto in analisi, da parte della Ditta Laws Medical Equipment, rileva che essa è ammissibile. Pertanto la Commissione procede con la valutazione di merito, conformemente a quanto stabilito dagli atti di gara, in particolare a quanto richiesto dai criteri riportati in griglia di valutazione tecnica.

Al termine di tale operazione, il Presidente dà atto che essendo stato superato il punteggio minimo previsto quale soglia di sbarramento alla fase successiva di apertura e valutazione dell'offerta economica (42 punti), la ditta offerente è ammessa al prosieguo di gara

In allegato la commissione riporta le risultanze delle valutazioni di merito.

Alle ore 12:00 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Angelo Maiano

Ing. Sabino Sterlacci

Dott. Cosimo Russo



**LOTTO 3.22: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI ESPLORAZIONE FUNZIONALE
IN FAVORE DELLA ASL BA**

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta Laws Medical Equipment	Giudizio della Commissione	Punteggio
<i>Cap.1</i>	Caratteristiche generali dell'offerta				
	<i>Caratteristiche generali dell'offerta</i>	8			
Par. 1.1	Progetto di formazione	0,5	progetto completo e ben articolato nel dettaglio. Ottimo	0,9	0,45
Par. 1.2	Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine (Cronoprogramma)	0,5	20 gg. Ottimo	0,9	0,45
Par. 1.3	Condizioni di garanzia e manutenzione (Scheda SAT)	2	SAT ben organizzato e rispondente alle necessità. ottimo	0,9	1,8
Par. 1.4	Aderenza dell'offerta alle caratteristiche richieste	2	piena corrispondenza. eccellente	1	2
<i>Cap. 2</i>	<i>Caratteristiche particolari della offerta:</i>	62			
	POTENZIALI EVOCATI	10			
Par.2.1	Numero di canali di acquisizione integrati	2	6 canali, tutti configurabili singolarmente, utilizzabile sia per l'EMG che per l'esecuzione dei potenziali evocati. Buono	0,8	1,6
Par.2.2	Presenza di ingressi DIN e FMM	1	sì. 38 ingressi tot. Eccellente	1	1
Par.2.3	Frequenza di campionamento per singolo canale	1	fino a 200 KHz. Ottimo	0,9	0,9
Par.2.4	Modulo stimolatore elettrico, acustico e visivo	2	Completo, ottima fattura e tecnologia. Ottimo.	0,9	1,8
Par.2.5	Software di acquisizione aggiuntivi e personalizzazione dei protocolli di acquisizione	2	ottimo. Numerosità e qualità dei software aggiuntivi	0,9	1,8
Par.2.6	Esportazione referto in pdf	1	sì. Eccellente	1	1
Par.2.7	Ancoraggio di tutti le componenti del sistema sul carrello	1	sì. Eccellente	1	1
	SISTEMA CARDIOTOCOGRAFICO	14			

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta Laws Medical Equipment	Giudizio della Commissione	Punteggio
Par.2.8	Caratteristiche generali tocografi (indicare il peso, le dimensioni e la durata della batteria) (descrivere l'ergonomia, le procedure di pulizia e sanificazione)	2	complessivamente buono peso durata e caratteristiche generali	0,8	1,6
Par.2.9	Numero di algoritmi interpretativi indipendenti e validati del cardiocitografo	3	2. eccellente	1	3
Par.2.10	monitoraggio di tutti i parametri tocografici con ridotto numero di cavi di collegamento tra monitor e paziente	2	soluzioni wireless. Eccellente	1	2
Par.2.11	Display cardiocitografo	1	touch. Eccellente	1	1
Par.2.12	Carrellino di supporto	1	acciaio, 4 ruote, 2 a freno, 2 cassette. buono	0,8	0,8
Par.2.13	Sonda wireless unica per il monitoraggio cardiaco (materno e fetale) con tocografo	1	si. Eccellente	1	1
Par.2.14	Caratteristiche generali centrale	1	display 27"; 32 tocografi collegabili; collegamento LAN. Ottima ergonomia. Centrale completa. Ottimo	0,9	0,9
Par.2.15	Numero di algoritmi interpretativi indipendenti e validati della centrale	2	2. eccellente	1	2
Par.2.16	Possibilità di collegamento cardiocitografi di marche diverse	1	si. eccellente	1	1
	DERMATOSCOPIO	0,5			
Par.2.17	Range di ingrandimenti disponibili	0,5	da 10X a 16X. Buono	0,8	0,4
	ELETTROENCEFALOGRAFO	9			
Par.2.18	Numero di canali di acquisizione integrati e tipologia di ingressi disponibili	2	38 canali integrati, 7 bipolari. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.19	Software di acquisizione aggiuntivi e personalizzazione dei protocolli di acquisizione	2	ampia disponibilità di sw. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.20	Possibilità di modificare i protocolli di acquisizione senza interrompere l'esame in corso	1	si. Eccellente	1	1
Par.2.21	Modulo SpO2 integrato	1	si. Eccellente	1	1
Par.2.22	Ulteriori moduli parametri vitali integrati	1	si. Eccellente	1	1
Par.2.23	Esportazione referto in pdf	1	si. Eccellente	1	1
Par.2.24	Ancoraggio di tutti le componenti del sistema sul carrello	1	si. Eccellente	1	1
	ELETTROMIOGRAFO	10			
Par.2.25	Numero di canali di acquisizione integrati e tipologia di ingressi disponibili	2	6 canali, utilizzo contemporaneo; 38 ingressi su testina. Buono	0,8	1,6
Par.2.26	Frequenza di campionamento per singolo canale	2	fino a 200 KHz. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.27	Stimolatore elettrico e frequenza di stimolo	2	Completo, ottima fattura e tecnologia. Ottimo.	0,9	1,8
Par.2.28	Stimolatore visivo e acustico	1	Completo, ottima fattura e tecnologia. Ottimo.	0,9	0,9
Par.2.29	Software di acquisizione aggiuntivi e personalizzazione dei protocolli di acquisizione	1	ampia disponibilità di sw. Ottimo	0,9	0,9
Par.2.30	Esportazione referto in pdf	1	si. Eccellente	1	1
Par.2.31	Ancoraggio di tutti le componenti del sistema sul carrello	1	si. Eccellente	1	1

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta Laws Medical Equipment	Giudizio della Commissione	Punteggio
	RILEVATORE BATTITO CARDIACO FETALE	0,5			
Par.2.32	Range di misura del battito fetale e autonomia della batteria	0,5	da 50 a 210 bpm con risoluzione di 1 bpm e precisione ± 3 bpm. batteria ricaricabile con autonomia di 8 ore. Buono	0,8	0,4
	TOMOGRAFO A IMPEDENZA	15			
Par.2.33	Strumenti di analisi disponibili, modalità di titolazione della PEEP	3	Completo, ottima fattura e tecnologia. Ottima modalità titolazione PEEP. Ottimo.	0,9	2,7
Par.2.34	Acquisizione della meccanica respiratoria da qualsiasi marca e modello di ventilatore invasivo e non invasivo	2	sì. Eccellente	1	2
Par.2.35	Quantità di elettrodi integrati nelle fasce di acquisizione del segnale	2	32. eccellente	1	2
Par.2.36	Disponibilità di fasce per applicazioni neonatali e prematuri	1	sì. Eccellente	1	1
Par.2.37	Certificato per l'utilizzo anche in sala operatoria	1	sì. Eccellente	1	1
Par.2.38	Immagini statiche, dinamiche e curve visualizzate	2	ottimo per completezza e qualità della proposta.	0,9	1,8
Par.2.39	Registrazione ed esportazione di immagini, video e referti	2	sì. Eccellente	1	2
Par.2.40	sanificazione	2	soluzioni "monopoziente" grazie ad uso di copri fascia e gel. Ottimo	0,9	1,8
	VIDEODERMATOSCOPIO	6			
Par.2.41	Risoluzione e numero di LED disponibili sulla Telecamera	1	37 led disponibili. Eccellente risoluzione. Eccellente	1	1
Par.2.42	Modalità di autofocus disponibili	1	autofocus e focus fisso e regolazione manuale fine del fuoco per patterns a diverse profondità. Eccellente	1	1
Par.2.43	Acquisizione di grandi dimensioni almeno fino a 3 cm	2	in unica immagine. Eccellente	1	2
Par.2.44	Funzione che permette al follow up di sovrapporre l'immagine acquisita a quella precedente per un controllo immediato	1	sì. Eccellente	1	1
Par.2.45	Riconoscimento automatico delle nuove lesioni e di quelle modificate al follow up	1	sì. Eccellente	1	1
	TOTALE	70			65,8





AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

AGP – Procedura aperta telematica per la fornitura in acquisto degli Arredi Sanitari e delle Attrezzature del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli – Fasano, suddivisa in 19 lotti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023. Seconda tranche. CUP D65F23000400003.

Verbale seduta del 06.09.2024 Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di settembre alle ore 15:00 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice per la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determina Dirigenziale n. 0006335 del 05.08.2024, relativamente ai Lotti 3.4.4, 3.22, 3.23 (deserto), 3.26.2 e 3.26.3

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano – UOC Ingegneria Clinica ASL BA - Presidente
- Ing. Sabino Sterlacci - Ingegnere Clinico IRCCS "GIOVANNI PAOLO II" - Componente
- Dott. Cosimo Russo, Dirigente medico Otorinolaringoiatria PO DI VENERE ASL BA - Componente

La Commissione inizia i lavori dalla disamina e valutazione delle offerte relative al Lotto n. 3.26.2 – DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA.

La Commissione in via preliminare esamina le offerte tecniche per la valutazione del rispetto dei requisiti di minima. L'analisi preliminare dei requisiti di minima, per l'unica offerta pervenuta al Lotto in analisi, da parte della Ditta AL.CA Biomedica, rileva che essa è ammissibile. Pertanto la Commissione procede con la valutazione di merito, conformemente a quanto stabilito dagli atti di gara, in particolare a quanto richiesto dai criteri riportati in griglia di valutazione tecnica.

Al termine di tale operazione, il Presidente dà atto che essendo stato superato il punteggio minimo previsto quale soglia di sbarramento alla fase successiva di apertura e valutazione dell'offerta economica (42 punti), la ditta offerente è ammessa al prosieguo di gara

In allegato la commissione riporta le risultanze delle valutazioni di merito.

Alle ore 18:00 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Angelo Maiano

Ing. Sabino Sterlacci

Dott. Cosimo Russo




LOTTO 3.26.2: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLA ASL BA

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta AL.CA. BIOMEDICA	Giudizio della Commissione	Punteggio
Cap.1	Caratteristiche generali dell'offerta				
	Caratteristiche generali dell'offerta	5			
Par. 1.1	Progetto di formazione	1	progetto abbastanza completo e articolato. Buono	0,8	0,8
Par. 1.2	Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine (Cronoprogramma)	2	30 gg. Sufficiente	0,6	1,2
Par. 1.3	Condizioni di garanzia e manutenzione (Scheda SAT)	2	SAT ben organizzato e rispondente alle necessità. Buono	0,8	1,6
Par. 1.4	Aderenza dell'offerta alle caratteristiche richieste	1	piena corrispondenza. eccellente		0
Cap. 2	Caratteristiche particolari della offerta:	65			
	Riunito Otoiatrico	22			
Par.2.1	Struttura (descrivere la tecnologia, gli ingombri, il peso, la mobilità, l'ergonomia, la rumorosità e i consumi elettrici)	4	complessivamente buono peso ingombri ergonomia e caratteristiche generali	0,8	3,2
Par.2.2	Display supplementare su tavoletta (si, no) (descrivere la tecnologia)	2	si. Eccellente	1	2
Par.2.3	Piano di lavoro in vetro temperato (si, no) (descrivere la tecnologia)	2	si. Corian. Eccellente	1	2
Par.2.4	Apertura/chiusura cassette servoassistita (si, no) (descrivere la tecnologia)	2	si. Eccellente	1	2
Par.2.5	Capacità di aspirazione (indicare in lt/min)	2	70 l/m. ottimo	0,9	1,8
Par.2.6	Intensità luminosa della fonte luce (indicare in Lumen)	3	5,500 K. Ottimo	0,9	2,7
Par.2.7	Ingrandimenti del microscopio (descrivere e specificare)	3	60ingrandimenti. Ottimo	0,9	2,7
Par.2.8	Telecamera (descrivere la tecnologia e specificare la max risoluzione)	2	Telecamera EVCS ED420 1/3" CCD SONY con attacco passo C. buono	0,8	1,6
Par.2.9	Poltrona paziente (specificare le funzionalità e movimentazioni la portata massima consentita (in Kg) nonché l'altezza minima da terra della seduta)	2	54 cm; 300 kg. Ottimo	0,9	1,8
	Audiometro Clinico	11			0
Par.2.10	Display (descrivere la tecnologia e specificare la max risoluzione della matrice e le informazioni visualizzabili)	3	display 8.4" HD a colori. Ottimo	0,9	2,7

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta AL.CA. BIOMEDICA	Giudizio della Commissione	Punteggio
Par.2.11	Anagrafica (descrivere e specificare le informazioni gestibili)	1	gestibile e customizzabile da sw. Ottimo	0,9	0,9
Par.2.12	Frequenze disponibili per audiometria tonale (specificare)	2	125 a 20kHz. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.13	Stampa (descrivere e specificare le informazioni riportate su report)	2	termica esterna. Buono	0,8	1,6
Par.2.14	Test ed esami (descrivere e specificare i test e gli esami eseguibili oltre quelli richiesti)	3	ottima numerosità esami e stes aggiuntivi. Ottimo	0,9	2,7
	Impedenziometro Clinico	11			0
Par.2.15	Display (descrivere la tecnologia e specificare la max risoluzione della matrice e le informazioni visualizzabili)	3	Display LCD a colori da 10". Ottimo	0,9	2,7
Par.2.16	Anagrafica (descrivere e specificare le informazioni gestibili)	1	gestibile e customizzabile da sw. Ottimo	0,9	0,9
Par.2.17	Frequenze disponibili per esame in conduzione aerea (specificare)	2	8 frequenze, 120 Db. Discreto	0,7	1,4
Par.2.18	Pompa (descrivere la tecnologia)	2	pompa con flusso infinito; -600 a +400 daP. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.19	Test ed esami (descrivere e specificare i test e gli esami eseguibili oltre quelli richiesti)	3	ottima numerosità esami e stes aggiuntivi. Ottimo	0,9	2,7
	Camera per Audiometrie	21			0
Par.2.20	Struttura (descrivere la tecnologia, gli ingombri, il peso e le dimensioni interne)	4	complessivamente buono peso ingombri ergonomia e caratteristiche generali	0,8	3,2
Par.2.21	Finestra e porta di accesso (descrivere la tecnologia e le dimensioni)	3	Finestra: dimensioni cm 60x75 ampia visibilità e maggiore comfort per il paziente; con doppio vetro di sicurezza ciascuno in spessore 6.4 mm fissato su una cornice di alluminio Porta: Porta Noise Lock dotata di guarnizioni magnetiche e maniglie. Senza barriere architettoniche. Ottimo	0,9	2,7
Par.2.22	Illuminazione ed aerazione (descrivere la tecnologia di realizzo degli impianti)	3	impianto a led; Aerazione pari a 1.0 m3/min. Ottimo	0,9	2,7
Par.2.23	Collegamenti (descrivere la tipologia dei collegamenti elettrici e non)	2	cablaggio nascosto, prese di corrente interne. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.24	Attenuazione acustica (allegare tabella con le varie frequenze)	3	44 a 1 kHz, 50 a 4 Khz. Ottimo	0,9	2,7

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta AL.CA. BIOMEDICA	Giudizio della Commissione	Punteggio
Par.2.25	Altoparlanti (descrivere la tecnologia e specificare la banda passante)	3	<p>Woofers: 5,25" in Kevlar Tweeters: 1" a cupola in Seta Amplificazione: 70 Watt in Classe AB Risposta in frequenza: 53Hz - 22kHz Frequenza di crossover: 3kHz Amplificatore LF: 45W-Amplificatore HF: 35W Max SPL (@ 1m): 102dB Impedenza di ingresso: 10 kOhm</p>	0,9	2,7
Par.2.26	Accessori (descrivere la dotazione di accessori fornita, oltre quelli richiesti in configurazione minima)	3	ottima gamma di accessori	0,9	2,7
	TOTALE	70			61,1





AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

AGP – Procedura aperta telematica per la fornitura in acquisto degli Arredi Sanitari e delle Attrezzature del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli – Fasano, suddivisa in 19 lotti da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023. Seconda tranche. CUP D65F23000400003.

Verbale seduta del 30.08.2024 Commissione Giudicatrice

L’anno duemilaventiquattro il giorno trenta di agosto alle ore 15:00 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice per la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determina Dirigenziale n. 0006335 del 05.08.2024, relativamente ai Lotti 3.4.4, 3.22, 3.23 (deserto), 3.26.2 e 3.26.3

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano – UOC Ingegneria Clinica ASL BA - Presidente
- Ing. Sabino Sterlacci - Ingegnere Clinico IRCCS “GIOVANNI PAOLO II” - Componente
- Dott. Cosimo Russo, Dirigente medico Otorinolaringoiatria PO DI VENERE ASL BA - Componente

La Commissione inizia i lavori dalla disamina e valutazione delle offerte relative al Lotto n. 3.4.4 – SISTEMI PER ENDOSCOPIA ORL.

La Commissione in via preliminare esamina le offerte tecniche per la valutazione del rispetto dei requisiti di minima. L’analisi preliminare dei requisiti di minima, per l’unica offerta pervenuta al Lotto in analisi, da parte della Ditta Am-Next, rileva che essa è ammissibile. Pertanto la Commissione procede con la valutazione di merito, conformemente a quanto stabilito dagli atti di gara, in particolare a quanto richiesto dai criteri riportati in griglia di valutazione tecnica. Al termine di tale operazione, il Presidente dà atto che essendo stato superato il punteggio minimo previsto quale soglia di sbarramento alla fase successiva di apertura e valutazione dell’offerta economica (42 punti), la ditta offerente è ammessa al prosieguo di gara

In allegato la commissione riporta le risultanze delle valutazioni di merito.

Alle ore 18:00 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Angelo Maiano

Ing. Sabino Sterlacci

Dott. Cosimo Russo



LOTTO 3.4.4: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER ENDOSCOPIA ORL IN FAVORE DELLA ASL BA

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Proposta della ditta AM NEXT	Commento della Commissione Ditta AM NEXT	Giudizio della Commissione	Punteggio
Cap.1	Caratteristiche generali dell'offerta		Elementi a disposizione della Commissione per la valutazione della proposta			
	Caratteristiche generali dell'offerta	8				
Par. 1.1	Progetto di formazione	0,5	durata: tutto il tempo necessario atto a consentire a tutto il personale operante in reparto di acquisire la necessaria conoscenza delle apparecchiature offerte ed al raggiungimento della piena autonomia operativa, e comunque non meno di 3 giorni lavorativi. Numero e qualifica: n. 3 specialisti di prodotto Karl Storz	progetto completo e ben articolato nel dettaglio. Ottimo	0,9	0,45
Par. 1.2	Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine (Cronoprogramma)	0,5	25 gg + installazione collaudo e formazione	buono	0,8	0,4
Par. 1.3	Condizioni di garanzia e manutenzione (Scheda SAT)	4	scheda SAT	SAT ben organizzato e rispondente alle necessità. ottimo	0,9	3,6
Par. 1.4	Aderenza dell'offerta alle caratteristiche richieste	3		piena corrispondenza. eccellente	1	3
Cap. 2	Caratteristiche particolari della offerta:	62				
Par.2.1	Sistema di acquisizione - Processore video 2D 3D 4K	12				
Par.2.2	Modalità di risalto delle immagini	3	descrizione del sistema IMAGE 1 S RUBINA	eccellente modalità di risalto immagini	1	3
Par.2.3	Qualità dell'immagine e del segnale video	2	descrizione del sistema IMAGE 1 S RUBINA	modalità 4k e 3d in risoluzione 4k. Eccellente	1	2
Par.2.4	Gestione delle immagini	2	descrizione del sistema IMAGE 1 S RUBINA	visualizzazione contemporanea di due fonti video; funzioni attivabili dai tasti posti sulla testa telecamera, registrazione immagini fisse ed i filmati su memorie di massa USB. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.5	Uscite ed ingressi segnale e connessione sonde	2	descrizione del sistema IMAGE 1 S RUBINA e videoprocessore mod.TC201 con moduli	buona la varietà e numerosità di I/O	0,8	1,6
Par.2.6	Altre funzioni e caratteristiche del sistema	3	descrizione del sistema IMAGE 1 S RUBINA	ottimo. sistemi di imaging per abbattimento delle ombre (CLARA), valorizzazione cromatica (CHROMA), magnificazione dell'immagine e delle strutture fini (CLARA+CHROMA), rilevazione della vascolarizzazione sottile della mucosa e sottomucosa (SPECTRA A e SPECTRA B)	0,9	2,7
Par.2.7	Testa telecamera	8				0
Par.2.8	Risoluzione e modalità di visualizzazione (specificare)	5	descrizione sistema TH121	eccellente	1	5
Par.2.9	Zoom (descrivere la tecnologia)	2	descrizione sistema TH121	ottimo. Digitale fino a x 3.0	0,9	1,8
Par.2.10	Tasti programmabili (descrivere le funzioni impostabili)	1	descrizione sistema TH121	n. 3 tasti che fungono da "mouse", per il controllo di tutte le funzioni della telecamera e di tutte le componenti della colonna, ivi incluso il sistema di acquisizione immagini e la stampante direttamente da campo sterile. Eccellente	1	1
Par.2.12	Fonte luminosa per endoscopia	7				0
Par.2.13	Controllo automatico della intensità luminosa (si, no) (descrivere la tecnologia)	2	descrizione fonte Power LED Rubina	controllo sia automatico che manuale. Eccellente	1	2
Par.2.14	Tipologia e caratteristiche costruttive	2	descrizione fonte Power LED Rubina	Tecnologia a doppio LED "Laser free". Eccellente	1	2
Par.2.15	Modalità di visualizzazione	2	descrizione fonte Power LED Rubina	luce bianca 2.300 lumen e in modalità NIR ICG. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.16	Visualizzazione dei parametri a monitor (si, no) (descrivere la tecnologia)	1	descrizione fonte Power LED Rubina	si	1	1
Par.2.17	Sistema di registrazione ed archiviazione immagini	9				0

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Proposta della ditta AM NEXT	Commento della Commissione Ditta AM NEXT	Giudizio della Commissione	Punteggio
Par.2.18	Registrazione contemporanea da due fonti video	3	descrizione sistema AIDA	registrazione parallela (sincrona o indipendente) da d	1	3
Par.2.19	Software antivirus (si, no) (indicare quelli presenti)	1	descrizione sistema AIDA	sistema "White list". Ottimo	0,9	0,9
Par.2.20	Supporti di archiviazione mobili utilizzabili e capacità HDD (specificare)	2	descrizione sistema AIDA	interfaccia USB (2.0, 3.0, 3.1, 3.2 etc); imma	0,8	1,6
Par.2.21	Qualità di registrazione di immagini fisse e filmati	3	descrizione sistema AIDA	Registrazione di due sorgenti di immagini simultaneamente. Risoluzione e formati video registrabili: Full HD, 4K-UHD, 2De 3D. Eccellente	1	3
Par.2.22	Monitor televisivo per bioimmagini	5				0
Par.2.23	Display (descrivere tecnologia e indicare le dimensioni in pollici)	2	Monitor medicale 3D 4K-UHD 32" – orig. Eizo customizzato per Karl Storz	Monitor 32", 3D/4K, formato 16:9. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.24	Risoluzione	3	Monitor medicale 3D 4K-UHD 32" – orig. Eizo customizzato per Karl Storz	Risoluzione UHD 3840x2160 px. Eccellenete	1	3
Par.2.25	Sistema video o digitale per bioimmagini	9				0
Par.2.26	Caratteristiche e funzionalità	3	descrizione VITOM 3D	Completo, ottima fattura e tecnologia. Ottimo.	0,9	2,7
Par.2.27	Tasti funzione (indicare il numero e descrivere le possibili programmazioni)	2	descrizione VITOM 3D	Tasti liberamente programmabili. Due tasti a bilanciere e un tasto singolo. Eccellente	1	2
Par.2.28	Definizione (indicare la massima risoluzione possibile)	2	descrizione VITOM 3D	Sistema video stereoscopico 3D/UHD con canali ottici, per visualizzazione in luce bianca 2 sensori 4K CMOS. Non indicata massima. Buonorisoluzione	0,8	1,6
Par.2.29	Ingrandimenti (indicare quelli possibili)	1	descrizione VITOM 3D	3D/UHD	0,9	0,9
Par.2.30	Carrello elettrificato	2	Carrello Linea COR	Carrello completo e ben dimensionato. Eccellente	1	2
Par.2.31	Video-endoscopio 3D	4	Testa 3D orig. Karl Storz	Completo, eccellente fattura e tecnologia. Eccellente	1	4
Par.2.32	Sistema Motorizzato	3	Sistema motorizzato "shaver" per chirurgia ORL - modello UNIDRIVE SELECT	Completo, ottima fattura e tecnologia. Ottimo.	0,9	2,7
Par.2.33	Ottica ad angolazione variabile	2	Sistema ottico ENDOCAMELEON Hopkins	Completo, eccellenete fattura e tecnologia. Eccellente	1	2
Par.2.34	Migliorie ed unità opzionali	1		nessuna miglioria non già valutata	0	0
	TOTALE	70				64,35



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

AGP – Procedura aperta telematica per la fornitura in acquisto degli Arredi Sanitari e delle Attrezzature del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli – Fasano, suddivisa in 19 lotti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023. Seconda tranche. CUP D65F23000400003.

Verbale seduta del 13.09.2024 Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di settembre alle ore 15:00 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice per la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determina Dirigenziale n. 0006335 del 05.08.2024, relativamente ai Lotti 3.4.4, 3.22, 3.23 (deserto), 3.26.2 e 3.26.3

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano – UOC Ingegneria Clinica ASL BA - Presidente
- Ing. Sabino Sterlacci - Ingegnere Clinico IRCCS "GIOVANNI PAOLO II" - Componente
- Dott. Cosimo Russo, Dirigente medico Otorinolaringoiatria PO DI VENERE ASL BA - Componente

La Commissione inizia i lavori dalla disamina e valutazione delle offerte relative al Lotto n. 3.26.3 – SISTEMI DI RIABILITAZIONE.

La Commissione in via preliminare esamina le offerte tecniche per la valutazione del rispetto dei requisiti di minima. L'analisi preliminare dei requisiti di minima, per l'unica offerta pervenuta al Lotto in analisi, da parte della Ditta Medical Calò, rileva che essa è ammissibile. Pertanto la Commissione procede con la valutazione di merito, conformemente a quanto stabilito dagli atti di gara, in particolare a quanto richiesto dai criteri riportati in griglia di valutazione tecnica.

Al termine di tale operazione, il Presidente dà atto che essendo stato superato il punteggio minimo previsto quale soglia di sbarramento alla fase successiva di apertura e valutazione dell'offerta economica (42 punti), la ditta offerente è ammessa al prosieguo di gara


In allegato la commissione riporta le risultanze delle valutazioni di merito.

Alle ore 18:00 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Angelo Maiano

Ing. Sabino Sterlacci

Dott. Cosimo Russo




LOTTO 3.26.3: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI RIABILITAZIONE IN FAVORE DELLA ASL BA

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta MEDICAL CALO'	Giudizio della Commissione	Punteggio
Cap.1	Caratteristiche generali dell'offerta				
	<i>Caratteristiche generali dell'offerta</i>	5			
Par. 1.1	Progetto di formazione	1	progetto completo e articolato. Ottimo	0,9	0,9
Par. 1.2	Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine (Crono	1	3 gg da cronoprogramma. Eccellente	1	1
Par. 1.3	Condizioni di garanzia e manutenzione (Schema SAT)	2	SAT ben organizzato e rispondente alle necessità. Buono	0,8	1,6
Par. 1.4	Aderenza dell'offerta alle caratteristiche richieste	1	piena corrispondenza. eccellente	1	1
Cap. 2	<i>Caratteristiche particolari della offerta:</i>	65			
	Apparecchio per la rieducazione propriocettiva dell'arto	35			
Par.2.1	Modalità attiva/assistita (indicare e descrivere)	6	si. Eccellente	1	6
Par.2.2	Modalità triggerata con acquisizione EMG (si, no) (descrivere)	5	si. Eccellente	1	5
Par.2.3	Modalità e tipologie di resistenze applicabili (tre modalità di resistenze = 5) (due modalità di resistenze = 3) (una modalità di resistenze = 1)	5	4 modalità. Eccellente	1	5
Par.2.4	Ulteriori modalità operative disponibili (si, no) (descrivere)	5	si. Eccellente	1	5
Par.2.5	Caratteristiche della poltrona (descrivere)	2	dotata dei supporti necessari. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.6	Accessori per arto superiore disponibili e forniti (specificare e descrivere la tecnologia)	2	Estensioni per avanbraccio, estremità superiore, volante, spalla, guanto. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.7	Possibilità di implementazione futura per arti inferiori (si, no) (descrivere)	4	si. Eccellente	1	4
Par.2.8	Regolazione in altezza (si, no) (specificare il range)	2	si. Da 97,5 a 1070 mm. Eccellente	1	2
Par.2.9	Display touch-screen (si, no)(descrivere)	2	touch screen da 12,3". Eccellente	1	2
Par.2.10	Struttura e mobilità (descrivere e specificare gli ingombri e la manovrabilità)	2	Sistema mobile su ruote frenabili di facile spostamento delle dimensioni di 420x600 mm, peso max 90 Kg. Ottimo	0,9	1,8
	Apparecchiatura per Bio-Feedback	7			0
Par.2.11	Canali di acquisizione (indicare il numero e descrivere)	2	8 canali configurabili autonomamente. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.12	Parametri fisiologici (elencare e descrivere quelli acquisibili)	2	non evincibile. N.v.	0	0
Par.2.13	Segnale EMG disponibile anche in modalità RAW (si, no) (descrivere)	2	si. Eccellente		0
Par.2.14	Protocolli di lavoro programmabili dall'utente (si, no) (descrivere)	1	si. Eccellente		0
	Apparecchio per Stimolazione Elettrica Funzionale	4			0
Par.2.15	Stimolazione(descrivere le caratteristiche di erogazione)	2	Apparecchio per elettroterapia ed elettrostimolazione a 4 canali. modalità elettrostimolazione urologica con elettrodi di superficie o sonde. Descrizione non accurata. Sufficiente endocavitaria	0,6	1,2
Par.2.16	Display touch-screen(si, no)(descrivere)	1	si. Eccellente	1	1
Par.2.17	Interfacciamento a PC (si, no) (descrivere)	1	non evincibile. N.v.	0	0
	Cicloergometro	8			0
Par.2.18	Protocolli configurabili (indicare e descrivere)	2	5 fissi + 10 programmabili. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.19	Massimo carico (indicare in W)	2	999 W. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.20	Monitoraggio della frequenza cardiaca integrato (si, no) (descrivere)	1	si. Eccellente	1	1

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta MEDICAL CALO'	Giudizio della Commissione	Punteggio
Par.2.21	Monitoraggio della pressione non invasiva integrato (si, no) (descrivere)	1	si. Eccellente	1	1
Par.2.22	Portata massima (indicare in kg)	1	160 kg. Buono	0,8	0,8
Par.2.23	Display (indicare la dimensione in pollici)	1	LCD 5". Sufficiente	0,6	0,6
	Treadmill	11			0
Par.2.24	Blocco in emergenza (descrivere la tecnologia)	2	Fungo di emergenza ed emergenza a strappo. Ottimo	0,9	1,8
Par.2.25	Inclinazione massima (indicare e descrivere in %)	2	nclinazione da 0 a 22% e/o da -3% a 19%. Buono	0,8	1,6
Par.2.26	Velocità massima impostabile (indicare e descrivere)	2	Velocità 0.1 – 20 Km/h, reverse 0.1 – 5.0 Km/h. buono	0,8	1,6
Par.2.27	Portata massima (indicare in kg)	2	150 kg. Buono	0,8	1,6
Par.2.28	Monitoraggio della frequenza cardiaca integrato (si, no) (descrivere)	1	si. Fascia wireless. Eccellente	1	1
Par.2.29	Display (descrivere la tecnologia e specificare la dimensione in pollici)	1	Display a colori 10,1" LCD touch screen. Buono	0,8	0,8
Par.2.30	Corrimano (descrivere e specificare la lunghezza)	1	Kit corrimani lunghi da 125 cm. Buono	0,8	0,8
	TOTALE	70			59,1





Sede: Via Ospedale Di Venere, 1' - 70131 Carbonara- Bari -Tel. 080.5015954 - Cod. Fisc. 06534340721

Trasmissione esclusivamente in modalità telematica
ai sensi del d.lgs n. 82/2005, se non diversamente indicato -
Sostituisce l'originale

Al RUP

Dott.ssa Annalisa Favano

Area Gestione del Patrimonio

ASL BARI

Sede

Oggetto: AGP – Procedura aperta telematica per la fornitura in acquisto degli Arredi Sanitari e delle Attrezzature del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli – Fasano, suddivisa in 19 lotti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023. Seconda tranche. CUP D65F23000400003 - **Trasmissione esiti valutazione offerte tecniche Commissione C.**

Con riferimento a quanto riportato in oggetto, con la presente si trasmettono i verbali attestanti gli esiti della valutazione delle offerte tecniche relativamente alla Commissione B della procedura in parola, e le griglie di valutazione tecnica dei Lotti 3.21, 3.27.2 (deserto) , 3.27.4 e 3.28, ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Il Presidente di Commissione



Allegati:

n. 3 Griglia Assegnazione punteggi tecnici

n. 5 verbali sedute riservate

Totale pagine allegate:15



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

AGP – Deliberazione D.G. F.F. 746/2024 - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la fornitura della II^ tranche di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e finanziate con le risorse CUP D65F23000400003.

Verbale seduta del 17.09.2024 Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 09:00 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice per la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determina Dirigenziale n. 0006335 del 05.08.2024, relativamente ai Lotti 3.21, 3.27.2 (deserto) , 3.27.4 e 3.28.

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano, Dirigente Responsabile UOS Manutenzione Elettromedicali ASL BA – Presidente
- Dott.ssa Concetta Sciannimanico, Area Gestione Tecnica ASL BA – Componente;
- Dott.ssa Caterina Diele, Dirigente Medico responsabile della U.O.S.V.D. Anestesia e Rianimazione Ospedale S. Maria degli Angeli - PUTIGNANO BA – Componente

La Commissione in detta seduta inizia i lavori dalla disamina e valutazione delle offerte relative al Lotto n. 3.27.4 – DISPOSITIVI TERAPEUTICI.

La Commissione in via preliminare verifica che l'offerta presentata rispetti i requisiti di minima imposti in Capitolato.

Al termine dell'analisi preliminare dei requisiti di minima, per l'unica offerta presentata per il Lotto in questione da parte della ditta Betafin, la Commissione reputa che l'offerta sia ammissibile. Pertanto la Commissione procede con la valutazione di merito, conformemente a quanto stabilito dagli atti di gara, in particolare a quanto richiesto dai criteri riportati in griglia di valutazione tecnica.

Al termine di tale operazione, il Presidente dà atto che essendo stato superato il punteggio minimo previsto quale soglia di sbarramento alla fase successiva di apertura e valutazione dell'offerta economica (42 punti), tutte le ditte offerenti sono ammesse al prosieguo di gara.

In allegato la commissione riporta le risultanze delle valutazioni di merito.

Alle ore 13:30 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Angelo Maiano

Dott.ssa Concetta Sciannimanico

Dott.ssa Caterina Diele




LOTTO 3.27.4: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI TERAPEUTICI IN FAVORE DELLA ASL BA

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta BETAFIN	Giudizio della Commissione	Punteggio
Cap.1	Caratteristiche generali dell'offerta				
	<i>Caratteristiche generali dell'offerta</i>	5			
Par. 1.1	Progetto di formazione	0,5	Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	0,45
Par. 1.2	Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine (Cronoprogramma)	0,5	28gg. Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	0,45
Par. 1.3	Condizioni di garanzia e manutenzione (Scheda SAT)	2	Garanzia 24 mesi. Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	1,8
Par. 1.4	Aderenza dell'offerta alle caratteristiche richieste	2	28gg. Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	1,8
Cap. 2	<i>Caratteristiche particolari della offerta:</i>	65			
	<i>Bilancia Pesa Neonati</i>	6			
Par.2.1	Portata massima (indicare in kg)	2	20kg. Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	1,8
Par.2.2	Precisione della misurazione (indicare in g)	2	5 g. fino a 10 kg. 10 g. fino a 20 kg. Baby 02 è tarata in conformità alla classe di precisione III Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	1,8
Par.2.3	Funzione pesata differenziale in caso di allattamento (si/no) (indicare e descrivere)	1	Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	0,9
Par.2.4	Dotata di funzione per evitare lo spegnimento accidentale durante la pesata (si/no) (indicare e descrivere)	1	Giudizio complessivo del criterio, buone	0,8	0,8
	<i>Bilancia Pesa Persone</i>	4			
Par.2.5	Portata massima (indicare in kg)	1	250 kg. Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	0,9
Par.2.6	Precisione della misurazione (indicare in g)	1	200 g. RB Colonna è tarata in conformità alla classe di precisione III Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	0,9
Par.2.7	Funzione di spegnimento automatico in caso di non utilizzo (si/no) (indicare e descrivere)	1	Auto spegnimento programmabile: 120s / 180s / 240s / 300s / Off Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	0,9
Par.2.8	Ulteriori funzioni disponibili (indicare e descrivere)	1	HOLD: Blocco del peso visualizzato / determinazione del valore di peso stabile BMI: Determinare l'indice di massa corporea (BMI) BURR: Abilita o meno il funzionamento del beep: On/Off Statimetro integrato frontale lettura serigrafata Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	0,9
	<i>Aerosol</i>	4			

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta BETAFIN	Giudizio della Commissione	Punteggio
Par.2.9	Dimensione media delle particelle nebulizzate (indicare e descrivere)	2	Damm: 3,25 µm Nebulizzazione: 0,50 ml/min con 4 ml soluzione Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	1,8
Par.2.10	Rumorosità (indicare in db misurata ad 1 mt.)	1	Circa 57 db. Giudizio complessivo del criterio, buono	0,8	0,8
Par.2.11	Peso (indicare in kg)	1	2,2kg. Giudizio complessivo del criterio, buono	0,8	0,8
	Apparecchio Pressione Positiva	42			
Par.2.12	Tecnologia del dispositivo (monotubo = 2) (bitubo = 0)	2	Sistema monotubo. Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	1,8
Par.2.13	Modalità di ventilazione Cpap (elencare e descrivere)	4	Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	3,6
Par.2.14	Modalità di ventilazione Bilevel (elencare e descrivere)	4	Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	3,6
Par.2.15	Supporto per la valutazione dell'efficacia della ventilazione (si/no) (indicare e descrivere la tecnologia)	4	Giudizio complessivo del criterio, buono	0,8	3,2
Par.2.16	Monitoraggio in tempo reale della PEEP intrinseca (si/no) (indicare e descrivere)	5	si. Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	4,5
Par.2.17	Flusso erogato in HFNC (60 l/min < Fw ≤ 70 l/min = 1) (Fw > 70 l/min = 3)	3	Flusso in HFOT da 2 a 80 l/min. Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	2,7
Par.2.18	Picco di flusso (180 l/min < Fw ≤ 230 l/min = 1) (230 l/min < Fw ≤ 260 l/min = 2) (Fw > 260 l/min = 4)	4	Picco di Flusso Inspiratorio 260 L/min. Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	3,6
Par.2.19	Compensazione delle Perdite (60 l/min < CP ≤ 80 l/min = 1) (80 l/min < CP ≤ 100 l/min = 2) (CP > 100 l/min = 4)	4	Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	3,6
Par.2.20	Allarmi (elencare e descrivere)	3	Giudizio complessivo del criterio, buono	0,8	2,4
Par.2.21	Display (8,4" < D ≤ 12,1" = 1) (D > 12,1" = 3)	3	touchscreen a cristalli liquidi Full HD da 17,3". Giudizio complessivo del criterio, ottimo	0,9	2,7
Par.2.22	Memoria trend (indicare la durata in ore)	2	Memorizzazione trend fino ad 1 anno (8.760 ore). Giudizio complessivo del criterio, buono	0,8	1,6
Par.2.23	Autonomia batteria (indicare la durata in minuti)	2	3 ora. Giudizio complessivo del criterio, buono	0,8	1,6

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta BETAFIN	Giudizio della Commissione	Punteggio
Par.2.24	Connettività (si, no) (indicare e descrivere la tecnologia)	2	RS232 (3 porte) Display Port Ethernet 100 Mbit USB (2 porte) Allarme remoto (chiamata infermiere) etCO2 Opzionale SpO2 Opzionale CAN Bus (solo per assistenza tecnica) Protocolli di connessione VueLink, Intellibrige, HL7 Giudizio complessivo del criterio, buono	0,8	1,6
	Nutripompa	9			
Par.2.25	Funzione bolo (si, no) (indicare e descrivere)	2	Giudizio complessivo del criterio, buono	0,8	1,6
Par.2.26	Funzione di prevenzione delle occlusioni (si, no) (indicare e descrivere)	2	Giudizio complessivo del criterio, buono	0,8	1,6
Par.2.27	Possibilità di gestione di linea secondaria (si, no) (indicare e descrivere)	3	si. Giudizio complessivo del criterio, buono	0,8	2,4
Par.2.28	Autonomia della batteria e tempo di ricarica (indicare in ore)	2	Batteria: NIVIA verde ricaricabile Autonomia: 15 ore (in piena carica) alla velocità di 125 ml/h Tempo di ricarica:	0,8	1,6
	TOTALE	70			60,5





AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

AGP – Deliberazione D.G. F.F. 746/2024 - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la fornitura della II^ tranche di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e finanziate con le risorse CUP D65F23000400003.

Verbale seduta del 26.08.2024 Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di Agosto alle ore 09:00 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice per la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determina Dirigenziale n. 0006335 del 05.08.2024, relativamente ai Lotti 3.21, 3.27.2, 3.27.4 e 3.28.

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano, Dirigente Responsabile UOS Manutenzione Elettromedicali ASL BA – Presidente
- Dott.ssa Concetta Sciannimanico, Area Gestione Tecnica ASL BA – Componente;
- Dott.ssa Caterina Diele, Dirigente Medico responsabile della U.O.S.V.D. Anestesia e Rianimazione Ospedale S. Maria degli Angeli - PUTIGNANO BA – Componente

La Commissione in detta seduta inizia i lavori dalla disamina e valutazione delle offerte relative al Lotto 3.21 – ARREDO TECNICO E ATTREZZATURE PER LA MEDICINA DI LABORATORIO.

La Commissione in via preliminare verifica che l'offerta presentata rispetti i requisiti di minima imposti in Capitolato.

Al termine dell'analisi preliminare dei requisiti di minima, per l'unica offerta presentata per il Lotto in questione da parte dell'RTI AHSI S.P.A. – Chemie, la Commissione rileva che l'offerta è ammissibile. Pertanto si procederà con la valutazione di merito, conformemente a quanto stabilito dagli atti di gara, in particolare a quanto richiesto dai criteri riportati in griglia di valutazione tecnica.

Alle ore 13:30 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Angelo Maiano

Dott.ssa Concetta Sciannimanico

Dott.ssa Caterina Diele





AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

AGP – Deliberazione D.G. F.F. 746/2024 - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la fornitura della II^ tranche di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e finanziate con le risorse CUP D65F23000400003.

Verbale seduta del 30.08.2024 Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di Agosto alle ore 09:00 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice per la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determina Dirigenziale n. 0006335 del 05.08.2024, relativamente ai Lotti 3.21, 3.27.2, 3.27.4 e 3.28.

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano, Dirigente Responsabile UOS Manutenzione Elettromedicali ASL BA – Presidente
- Dott.ssa Concetta Sciannimanico, Area Gestione Tecnica ASL BA – Componente;
- Dott.ssa Caterina Diele, Dirigente Medico responsabile della U.O.S.V.D. Anestesia e Rianimazione Ospedale S. Maria degli Angeli - PUTIGNANO BA – Componente

La Commissione in detta seduta, prosegue con i lavori di valutazione dell'offerta relativa al Lotto n. 3.21 – ARREDO TECNICO E ATTREZZATURE PER LA MEDICINA DI LABORATORIO.

La Commissione, a seguito dell'analisi preliminare del rispetto dei requisiti di minima richiesti in Capitolato, ha verificato nel precedente seduta l'ammissibilità dell'offerta e pertanto procede con la valutazione di merito, conformemente a quanto stabilito dagli atti di gara, in particolare a quanto richiesto dai criteri riportati in griglia di valutazione tecnica.

Alle ore 13:30 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Angelo Maiano

Dott.ssa Concetta Sciannimanico

Dott.ssa Caterina Diele





AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

AGP – Deliberazione D.G. F.F. 746/2024 - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la fornitura della II^ tranche di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e finanziate con le risorse CUP D65F23000400003.

Verbale seduta del 16.09.2024 Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di Settembre alle ore 09:00 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice per la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determina Dirigenziale n. 0006335 del 05.08.2024, relativamente ai Lotti 3.21, 3.27.2, 3.27.4 e 3.28.

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano, Dirigente Responsabile UOS Manutenzione Elettromedicali ASL BA – Presidente
- Dott.ssa Concetta Sciannimanico, Area Gestione Tecnica ASL BA – Componente;
- Dott.ssa Caterina Diele, Dirigente Medico responsabile della U.O.S.V.D. Anestesia e Rianimazione Ospedale S. Maria degli Angeli - PUTIGNANO BA – Componente

La Commissione in detta seduta, riprende con i lavori di valutazione dell'offerta relativa al Lotto n. 3.21 – ARREDO TECNICO E ATTREZZATURE PER LA MEDICINA DI LABORATORIO.

Al termine della approfondita valutazione di merito dell'offerta il Presidente dà atto che essendo stato superato il punteggio minimo previsto quale soglia di sbarramento alla fase successiva di apertura e valutazione dell'offerta economica (42 punti), l'Operatore Economico offerente è ammesso al prosieguo di gara.

In allegato la commissione riporta le risultanze delle valutazioni di merito.

Alle ore 13:30 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Angelo Maiano

Dott.ssa Concetta Sciannimanico

Dott.ssa Caterina Diele



LOTTO 3.21: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ARREDO TECNICO E ATTREZZATURE PER LA MEDICINA DI LABORATORIO, FARMACIA, CENTRO TRASFUSIONALE E BLOCCO OPERATORIO IN FAVORE DELLA ASL BA

Struttura	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione RTI ASHI-CHEMIE	Giudizio della Commissione	Punteggio
relazione					
Cap.1	Caratteristiche generali dell'offerta				
	Caratteristiche generali dell'offerta	6			
Par. 1.1	Progetto di formazione	0,5	La Commissione, dall'analisi della documentazione fornita dal OE, valuta il piano formativo, nella sua globalità, tra temi trattati, argomenti e durata, discreto	0,7	0,35
Par. 1.2	Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine (Cronoprogramma)	0,5	Proposti 29 gg. La commissione ritiene la proposta sufficiente	0,6	0,3
Par. 1.3	Condizioni di garanzia e manutenzione (Scheda SAT)	3	La commissione valuta tutta la struttura dell'assistenza tecnica proposta, in termini di efficienza, tempestività, risorse a disposizione, qualifica della parte tecnica, ottima	0,9	2,7
Par. 1.4	Aderenza dell'offerta alle caratteristiche richieste	2	La commissione, analizzata l'offerta tecnica presentata dall'RTI, valuta la stessa, nella sua interezza, perfettamente aderente alle richieste dell'Amministrazione. Giudizio più che ottimo	0,9	1,8
Cap. 2	Caratteristiche particolari della offerta:	64			
	Arredi tecnici e banchi	36			
	Soluzioni progettuali migliorative che consentano di offrire un laboratorio dinamico ed evolutivo nel tempo e che sia facilmente aggiornabile	3	La soluzione progettuale proposta dall'RTI in riferimento al criterio Soluzioni progettuali migliorative che consentano di offrire un laboratorio dinamico ed evolutivo nel tempo e che sia facilmente aggiornabile sono considerate dalla Commissione più che buone	0,8	2,4
	Soluzioni progettuali migliorative che permettano di avere un impatto ambientale migliorativo per la struttura ed il personale che lavora all'interno della stessa	5	La soluzione progettuale proposta dall'RTI in riferimento al criterio Soluzioni progettuali migliorative che permettano di avere un impatto ambientale migliorativo per la struttura ed il personale che lavora all'interno della stessa, ovvero un sistema innovativo mobile di purificazione dell'aria ambiente, è considerata dalla Commissione sufficiente	0,6	3
	Caratteristiche dei materiali innovativi nella costruzione dei materiali offerti, con basso impatto ambientale, strutturalmente leggeri e con ottima compatibilità chimica (es. alluminio, fibra di carbonio o materiali innovativi similari).	5	La soluzione progettuale proposta dall'RTI in riferimento al criterio Caratteristiche dei materiali innovativi nella costruzione dei materiali offerti, con basso impatto ambientale, strutturalmente leggeri e con ottima compatibilità chimica (es. alluminio, fibra di carbonio o materiali innovativi similari), è ritenuta dalla Commissione ottima	0,9	4,5
	Certificazioni di qualità ISO 9001/14001/45001	4	Le certificazioni presentate dall'RTI sono rispondenti a quanto richiesto. Giudizio ottimo	0,9	3,6
	Certificazioni delle postazioni di lavoro effettuata da Ente terzo secondo le EN 13150 e da Ente certificatore terzo con riportati i valori di portata risultanti.	4	Le certificazioni presentate dall'RTI relativamente alle postazioni di lavoro sono pienamente rispondenti a quanto richiesto. Giudizio ottimo	0,9	3,6
	Soluzioni proposte in termini di pareti attrezzate autorportanti, loro dimensionamento interno ed esterno, la capacità strutturale combinata con particolare capacità in caso di eventi sismici	4	La soluzione progettuale proposta dall'RTI in riferimento al criterio Soluzioni proposte in termini di pareti attrezzate autorportanti, loro dimensionamento interno ed esterno, la capacità strutturale combinata con particolare capacità in caso di eventi sismici è ritenuta dalla Commissione ottima	0,9	3,6
	Accessibilità degli arredi in caso di strumenti installati, copertura impianti, utilizzo di pannelli dielettrici di facile sostituzione e implementazione.	2	La commissione valuta il criterio buono	0,8	1,6

Struttura	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione RTI ASHI-CHEMIE	Giudizio della Commissione	Punteggio
relazione					
	Rispetto delle certificazioni di capitolato di minima rilasciate da Ente terzo per EN 13150 per postazioni lavoro, per Cappe chimiche, armadi e mobili contenitori, EN 16121, armadi per infiammabili EN 14470-1e EN 16121, cappe a flusso laminare EN 12469	4	Le certificazioni presentate dall'RTI sono rispondenti a quanto richiesto. Giudizio ottimo	0,9	3,6
	Accessibilità in caso di assistenza tecnica ai sistemi cappa e gestione delle stesse.	3	La commissione valuta la soluzione proposta in merito alla Accessibilità in caso di assistenza tecnica ai sistemi cappa e gestione delle stesse buona	0,8	2,4
	Aspetti relativi all'ergonomia e confort degli ambienti di lavoro	2	La Commissione reputa la soluzione progettuale proposta relativamente a ergonomia e confort, pienamente adeguata alle esigenze aziendali. Giudizio ottimo	0,9	1,8
	Cappe chimiche	4			
	Sistemi di sicurezza previsti per il funzionamento della cappa, oltre quelli previsti dalle Norme/Leggi)	1	La Commissione valuta i Sistemi di sicurezza previsti per il funzionamento della cappa, oltre quelli previsti dalle Norme/Leggi) in maniera buona.	0,8	0,8
	Possesso, al momento della presentazione dell'offerta, di certificati da Ente esterno tipo TUV, Bureau Veritas, eccetera secondo le norme EN citate e richieste nel computo metrico (EN 14175 2-3-5-6-7). Allegare certificazione in corso di validità	1	Le certificazioni presentate dall'RTI sono rispondenti a quanto richiesto. Giudizio ottimo	0,9	0,9
	Materiali di realizzazione	1	La Commissione rileva che i materiali utilizzati per la realizzazione delle cappe chimiche sono soddisfacenti le richieste capitolari. Giudizio buono	0,8	0,8
	Tempi di risposta del sistema V.A.V. delle cappe chimiche alle diverse velocità da 0,5 sec. a scendere	1	La commissione ritiene i Tempi di risposta del sistema V.A.V. delle cappe chimiche alle diverse velocità da 0,5 sec. a scendere buoni	0,8	0,8
	Cappe a flusso laminare	3			
	Modalità di controllo e gestione delle cappe a flusso laminare	1,5	La commissione ritiene le Modalità di controllo e gestione delle cappe a flusso laminare ottime	0,9	1,35
	Caratteristiche tecniche e costruttive, accessibilità in caso di assistenza tecnica	1,5	La commissione ritiene le Caratteristiche tecniche e costruttive, accessibilità in caso di assistenza tecnica ottime	0,9	1,35
	Centrifuga	3			
	Caratteristiche tecniche e funzionali (Capacità di carico, memorizzazione programmi, sistema di drenaggio condensa, sicurezze); certificazioni	3	Le caratteristiche prestazionali della centrifuga sono valutate come buone.	0,8	2,4
	Microscopi	4			
	Risoluzione camera, velocità di acquisizione, Caratteristiche del sensore	4	Le caratteristiche prestazionali del microscopio sono valutate come ottime.	0,9	3,6
	Sistema di produzione acqua pura	2			
	Caratteristiche tecniche e funzionali. Ottimizzazione della durezza dell'acqua in ingresso; possibilità di potenziamento della produzione oraria del sistema. Impatto ecologico	2	Le caratteristiche prestazionali del depuratore (produttore di acqua sono valutate come ottime.	0,9	1,8

Struttura	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione RTI ASHI-CHEMIE	Giudizio della Commissione	Punteggio
relazione					
	Camera Fredda	7			
	Materiali di realizzazione e struttura	2	La commissione reputa buone le caratteristiche tecniche e strutturali dell'acamera fredda	0,8	1,6
	Impianto frigorifero e refrigerante	2	La commissione reputa buone le caratteristiche tecniche dell'impianto refrigerante	0,8	1,6
	Marcatura CE come MD 93/42 classe IIa, e s.m ei.;	3	NO Conformità CE come MD	0	0
	Piccole attrezzature	2	Le piccole attrezzature fornite dall'OE sono ritenute ampiamente soddisfacenti le necessità aziendali. Giudizio ottimo	0,9	1,8
	Migliorie non considerate in altri criteri	3	La commissione ritiene e valuta le migliorie proposte, nel loro complesso, piùche soddisfacenti. Giudizio buono	0,8	2,4
	TOTALE	70			56,45



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI - P.I.: 0653434072

AGP – Deliberazione D.G. F.F. 746/2024 - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la fornitura della II^ tranche di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e finanziate con le risorse CUP D65F23000400003.

Verbale seduta del 10.09.2024 Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 14:30 nella sede della U.O.C. Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere – Via Ospedale Di Venere 1, 4° piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice per la gara richiamata in oggetto, nominata e costituita con Determina Dirigenziale n. 0006335 del 05.08.2024, relativamente ai Lotti 3.21, 3.27.2 (deserto), 3.27.4 e 3.28.

Sono presenti

- Ing. Angelo Maiano, Dirigente Responsabile UOS Manutenzione Elettromedicali ASL BA – Presidente
- Dott.ssa Concetta Sciannimanico, Area Gestione Tecnica ASL BA – Componente;
- Dott.ssa Caterina Diele, Dirigente Medico responsabile della U.O.S.V.D. Anestesia e Rianimazione Ospedale S. Maria degli Angeli - PUTIGNANO BA – Componente

La Commissione in detta seduta inizia i lavori dalla disamina e valutazione delle offerte relative al Lotto n. 3.28 – SISTEMI INFUSIONALI

La Commissione in via preliminare verifica che l'offerta presentata rispetti i requisiti di minima imposti in Capitolato.

Al termine dell'analisi preliminare dei requisiti di minima, per l'unica offerta presentata per il Lotto in questione da parte della ditta Betafin, la Commissione reputa che l'offerta sia ammissibile. Pertanto la Commissione procede con la valutazione di merito, conformemente a quanto stabilito dagli atti di gara, in particolare a quanto richiesto dai criteri riportati in griglia di valutazione tecnica.

Al termine di tale operazione, il Presidente dà atto che essendo stato superato il punteggio minimo previsto quale soglia di sbarramento alla fase successiva di apertura e valutazione dell'offerta economica (42 punti), tutte le ditte offerenti sono ammesse al prosieguo di gara.

In allegato la commissione riporta le risultanze delle valutazioni di merito.

Alle ore 20:30 si concludono i lavori, del ché viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Angelo Maiano

Dott.ssa Concetta Sciannimanico

Dott.ssa Caterina Diele





LOTTO 3.28: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI INFUSIONALI IN FAVORE DELLA ASL BA

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta BETAFIN	Giudizio della Commissione	Punteggio
Cap.1	Caratteristiche generali dell'offerta				
	<i>Caratteristiche generali dell'offerta</i>	5			
Par. 1.1	Progetto di formazione	0,5	La commissione ritiene buono il piano di Formazione proposto dalla Ditta	0,8	0,4
Par. 1.2	Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine (Cronoprogramma)	0,5	La ditta stima in 28 gg il completamento della fornitura con formazione. Giudizio ottimo	0,9	0,45
Par. 1.3	Condizioni di garanzia e manutenzione (Scheda SAT)	2	La commissione ritiene buono il piano di Formazione proposto dalla Ditta	0,8	1,6
Par. 1.4	Aderenza dell'offerta alle caratteristiche richieste	2	La Commissione ritiene l'offerta proposta correttamente adeguata alle esigenze richieste dall'Amministrazione. Il giudizio complessivo dell'offerta è buono	0,8	1,6
Cap. 2	<i>Caratteristiche particolari della offerta:</i>	64			
Par.2.1	Stazioni Modulari per blocco operatorio	3			
Par.2.2	Sistema modulare: caratteristiche costruttive, <i>espandibilità futura con aggiunta di moduli</i>	2	La Commissione ritiene il sistema nella sua interezza complessivamente buono	0,8	1,6
Par.2.3	Sistemi di allarmi acustici e visivi	1	La commissione ritiene buono il sistema di allarmi	0,8	0,8
Par.2.4	Pompa TCI	7			
Par.2.5	Protocolli TCI per sala operatoria: <i>(numero molecole: propofol, remifentanil, sufentanil, alfentanil)</i>	4	La Commissione ritiene ottimi i protocolli offerti dalla ditta	0,9	3,6
Par.2.6	Grafico per gestione TCI e predizione TIVA	3	La commissione ritiene buoni l'insieme dei grafici proposti dalla ditta per il modello di pompe offerto	0,8	2,4
Par.2.7	Stazioni Modulari per terapia intensiva	5			

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta BETAFIN	Giudizio della Commissione	Punteggio
Par.2.8	Sistema modulare: caratteristiche costruttive, <i>espandibilità futura con aggiunta di moduli</i>)	2	La Commissione ritiene buono il giudizio sulle stazioni	0,8	1,6
Par.2.9	Display	1	Il giudizio della Commissione sul display è discreto	0,7	0,7
Par.2.10	Sistema di avvio sequenziale delle pompe con un stesso farmaco	2	Il giudizio della Commissione sul sistema di avvio è discreto	0,7	1,4
Par.2.11	POMPE siringhe e volumetriche per terapia Intensiva	20			
Par.2.12	Display pompe siringa/volumetrica (dimensioni, colori, touchscreen, etc)	4	Giudizio sufficiente in merito al criterio	0,6	2,4
Par.2.13	Range di velocità di infusione	3	Giudizio buono	0,8	2,4
Par.2.14	Bolo, KVO (velocità max, automatico, manuale)	2	La commissione ritiene buone le performance delle caratteristiche relative al criterio	0,8	1,6
Par.2.15	Livelli di occlusione	2	La commissione ritiene ottime le performance delle caratteristiche relative al criterio	0,9	1,8
Par.2.16	Sistema monitoraggio pressione: (<i>indicatore numerico, indicatore grafico con scala a colori, allarme caduta di pressione</i>)	3	La Commissione ritiene buone le performance relative al Sistema monitoraggio pressione	0,8	2,4
Par.2.18	Libreria protocolli farmaci presenti sulla pompa: (<i>numero farmaci installabili su pompa, numero profili/categorie installabili su pompa, limiti hard e soft velocità, codice colore per i farmaci</i>)	4	La Commissione ritiene buone le caratteristiche relative alla Libreria protocolli farmaci presenti sulla pompa	0,8	3,2
Par.2.19	Gamma capacità siringhe: (<i>capacità min, capacità max</i>) *	1	La gamma capacità delle siringhe è ritenuta buona	0,8	0,8
Par.2.20	Sistema QR code per autoprogrammazione da prescrizione	1	Il sistema QR code fornito è ritenuto buono	0,8	0,8
Par.2.21	POMPE Volumetriche	8			
Par.2.22	Caratteristiche costruttive e funzionali (singola o doppia via) (dimensioni, peso, materiali costruttivi, morsetto integrato)	6	Il modello offerto dalla ditta è considerato ottimo	0,9	5,4

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio	Commento della Commissione Ditta BETAFIN	Giudizio della Commissione	Punteggio
Par.2.23	Sistema elettronico per eliminazione bolle d'aria	1	La soluzione proposta dalla ditta è ritenuta ottima	0,9	0,9
Par.2.24	Sistemi di sicurezza per l'infusione	1	I sistemi di sicurezza sono ritenuti dalla Commissione ottimi	0,9	0,9
Par.2.25	POMPE volumetriche per reparti generici	8			
Par.2.26	Caratteristiche costruttive e funzionali (singola o doppia via) (dimensioni, peso, materiali costruttivi, morsetto integrato)	5	Il modello offerto dalla ditta è considerato buono	0,8	4
Par.2.27	Parametri infusionali (tipologia, regolazioni, monitoraggio della pressione)	1	Nel complesso, i parametri infunzionali proposti e caratteristici del modello di pompa offerto sono considerati buoni	0,8	0,8
Par.2.28	Funzione KVO, librerie, protocolli etc	1	La commissione ritiene le funzioni KVO, librerie, protocolli e profili ampiamente adeguati. Giudizio buono	0,8	0,8
Par.2.29	Sistemi di sicurezza sull'infusione	1	I sistemi di sicurezza sono ritenuti dalla Commissione ottimi	0,9	0,9
Par.2.30	POMPE a siringa per reparti generici	8			
Par. 2.31	Caratteristiche costruttive (dimensioni, peso, materiali costruttivi, morsetto integrato)	2	Le caratteristiche costruttive nel loro complesso vengono valutate dalla Commissione come buone	0,8	1,6
Par. 2.32	Parametri infusionali (tipologia, regolazioni, monitoraggio della pressione)	2	Nel complesso, i parametri infunzionali proposti e caratteristici del modello di pompa offerto sono considerati buoni	0,8	1,6
Par. 2.33	Funzione KVO, librerie, protocolli etc	2	La commissione ritiene le funzioni KVO, librerie, protocolli e profili ampiamente adeguati. Giudizio buono	0,8	1,6
Par. 2.34	Sistemi di sicurezza sull'infusione	2	I sistemi di sicurezza sono ritenuti dalla Commissione ottimi	0,9	1,8
Par. 2.35	Piattaforma HW e SW	5	La commissione valuta la piattaforma hw e sw nel suo complesso in maniera adeguata alle caratteristiche capitolari. Giudizio buono	0,8	4
Par.2.36	Migliorie offerte nella fornitura del Lotto: le migliorie potranno riguardare la qualità intrinseca dei prodotti, la sicurezza nell'utilizzo dei medesimi, le caratteristiche funzionali, ulteriori rispetto al minimo richiesto dalla Stazione Appaltante	1	Non ci sono particolari migliorie che non siano già state considerate nei criteri relativi a ciascuna caratteristica delle attrezzature	0	0

Struttura relazione	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	<i>Punteggio</i>	Commento della Commissione Ditta BETAFIN	Giudizio della Commissione	<i>Punteggio</i>
	TOTALE	70			55,85



ALLEGATO 5) DELIBERAZIONE D.G. N° 318/2024 Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 per la fornitura in acquisto degli arredi sanitari e delle attrezzature da destinare al completamento del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano - II TRANCHE											
Sub-Lotto	CPV	Denominazione	Quantità	CIG	Aggiudicatario	Prezzo complessivo offerto (iva esclusa)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa)	Valore complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza) (iva esclusa)	Prezzo complessivo offerto (iva inclusa al 22%)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (iva inclusa al 22%)	Valore complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza) (iva inclusa)
3.4.4	33168000-5 - Apparecchi per endoscopia e endochirurgia	Sistemi per endoscopia ori	1	B14CDDA9CA	AM-NEXT S.R.L.	299.218,00 €	1.000,00 €	300.218,00 €	365.045,96 €	1.220,00 €	366.265,96 €
3.21	33190000 Dispositivi e prodotti medici vari; 33192300 S - Mobili per uso medico, esclusi letti e tavoli; 33192200 4 - Tavoli medici	Arredo tecnico e attrezzature per la medicina di laboratorio, farmacia, centro trasfusionale e blocco operatorio	1	B14CDD8A97	RTI ANSI S.P.A. - Chemie	740.723,79 €	5.000,00 €	745.723,79 €	903.683,02 €	6.100,00 €	909.783,02 €
3.22	33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari	Sistemi di esplorazione funzionale	1	B14CDDCB6A	LAWS Medical Equipment srl	553.445,42 €	1.000,00 €	554.445,42 €	675.203,41 €	1.220,00 €	676.423,41 €
3.26.2	33190000 Dispositivi e prodotti medici vari	Dispositivi per otorinolaringoiatria	1	B14CDDFDE3	ALCA BIOMEDICA	74.990,00 €	1.000,00 €	75.990,00 €	91.487,80 €	1.220,00 €	92.707,80 €
3.26.3	33155000-1 - Attrezzatura per fisioterapia	Sistemi di riabilitazione	1	B14CDE0E86	Medical Calò	115.830,00 €	1.500,00 €	117.330,00 €	141.312,60 €	1.830,00 €	143.142,60 €
3.27.4	33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari	Dispositivi terapeutici	1	B14CDES2DA	BETAFIN	79.220,00 €	1.000,00 €	80.220,00 €	96.648,40 €	1.220,00 €	97.868,40 €
3.28	33194100-7 - Apparecchi e strumenti per infusione	Sistemi infusionali	1	B14CDE63AD	BETAFIN	1.298.310,00 €	2.000,00 €	1.300.310,00 €	1.583.938,20 €	2.440,00 €	1.586.378,20 €
						3.161.737,21 €	12.500,00 €	3.174.237,21 €	3.857.319,40 €	15.250,00 €	3.872.569,40 €

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Favano Annalisa	 Firmato digitalmente il 21/11/2024 10:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 21/11/2024 11:18