

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0004494	15/05/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

OGGETTO: A.G.P. - Deliberazione D.G. n. 1236 del 17.06.2025 "Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura triennale di protesi ed espansori mammari, protesi del complesso areola capezzolo e matrici tissutali." - Aggiudicazione.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260004792 DEL 15/05/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 38 (trentotto) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 15/05/2026 14:44



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO**

**UNITA' OPERATIVA "ACQUISIZIONE BENI"**

**VISTI:**

- La L. n. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D. Lgs. n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- La L.R. Puglia n. 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- La L.R. Puglia n. 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- Il D. Lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- La L.R. Puglia n. 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- La L.R. Puglia n. 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Il D. Lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019 di Aggiornamento e ricognizione attività e compiti gestionali delegati all'Area Gestione del Patrimonio;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;

- La Deliberazione del Direttore Generale n. 1213 del 22.06.2022 “Rif. D.D.G. 2182/2021 -Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica”;
- Il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 28.03.2023, avente ad oggetto “Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n. 2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa.”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 17.04.2023, avente ad oggetto “Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l’anno 2023 ai sensi dell’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i., in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023.”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 21.01.2025 di Aggiornamento Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 50 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 19.02.2026 di Presa atto della valutazione del collegio tecnico in merito alla scadenza dell’incarico di Struttura complessa “Area Gestione Patrimonio” affidato alla Dott.ssa Paciello Pia. Conferma dell’incarico.

## **PREMESSO**

**che**, con Deliberazione D.G. n. 1236 del 17.06.2025, successivamente modificata con Deliberazioni D.G. n. 1410 del 04.07.2025 e n. 1860 del 18.09.2025, i cui contenuti si richiamano integralmente, è stata indetta apposita procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., finalizzata all’affidamento della fornitura di protesi ed espansori mammari, protesi del complesso areola capezzolo e matrici tissutali, suddivisa in 8 lotti, per una durata di 36 mesi ed un valore complessivo d’appalto, comprensivo delle previste opzioni contrattuali, ai sensi dell’art. 120 c. 1 lett. a) e c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., stimato in **€ 3.036.973,33** (di cui € 1.626.950,00 per la fornitura triennale, € 542.316,67 a titolo di opzione di estensione temporale di 12 mesi, € 867.706,67 a titolo di opzione di estensione quantitativa nella

misura massima del 40% del relativo valore correlato alla durata massima di 48 mesi), da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023

**che** la procedura è stata pubblicata secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, ai sensi degli artt. 84 e 85 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., nonché nella sezione “Avvisi/bandi/inviti” della piattaforma EmPulia, fissando quale termine per la presentazione delle offerte la data del 23.09.2025 ore 12:00

**che**, entro il suddetto termine, sono pervenute sulla piattaforma EmPulia le offerte dei seguenti operatori economici:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.	09284460962	IT09284460962	7	PE323175-25	Inviato	15/09/2025 09:06:39
GC AESTHETICS ITALY S.R.L.	09100740969	IT09100740969	8	PE330205-25	Inviato	18/09/2025 16:54:12
MEDISAN SUD SRL	00348120718	IT00348120718	7	PE331439-25	Inviato	19/09/2025 11:16:30
Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.	09009860967	IT09009860967	1,2,3	PE331456-25	Inviato	19/09/2025 11:24:29
VE.DI.SE. HOSPITAL	08374040585	IT02037841000	5,6	PE331963-25	Inviato	19/09/2025 15:31:03
Johnson & Johnson Medical S.p.A.	08082461008	IT08082461008	1,2,3	PE332874-25	Inviato	22/09/2025 10:58:30
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	IT11408800966	5,7	PE334235-25	Inviato	22/09/2025 16:53:44
Puglia Medical S.r.l.	04277790723	IT04277790723	5,6,9	PE334260-25	Inviato	22/09/2025 17:31:23
Assut Europe	01262470667	IT01262470667	5	PE334530-25	Inviato	23/09/2025 10:12:54
SBM SRL	03518350750	03518350750	9	PE334611-25	Inviato	23/09/2025 11:04:35

## EVIDENZIATO

**che**, nel corso della seduta pubblica del 24.09.2025, si è proceduto alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, nonché all’ammissione di questi ultimi al prosieguo delle operazioni di gara, come riportato nel verbale (**Allegato 1**) notificato agli stessi tramite la piattaforma telematica EmPulia in data 25.09.2025, ad eccezione della società Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.; ammessa in seguito all’intervenuta regolarizzazione documentale, in esito al procedimento del soccorso istruttorio, di cui all’art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

**che**, con Determinazione Dirigenziale n. 8851 del 21.10.2025, è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alle attività di valutazione delle offerte tecniche pervenute, alla quale il RUP ha fornito la documentazione tecnica caricata dagli operatori economici sulla piattaforma EmPulia, previa verifica della presenza ed integrità effettuata in seduta riservata dal Seggio di gara, come previsto dalla *lex specialis*

**che**, con nota prot. n. 33122 del 21.04.2026, il Presidente della citata Commissione ha trasmesso al RUP i prospetti riepilogativi delle valutazioni effettuate nel corso delle sedute riservate del 13/16.01.2026, 06/11/27.02.2026, 04/06.03.2026 e 04/21.04.2026, suddivisi per singolo concorrente e singolo lotto di partecipazione, contenenti motivazione sintetica alla base dei giudizi di valutazione, per singolo criterio, e relativa assegnazione di punteggio qualitativo

## PRESO ATTO

- degli esiti della seduta pubblica del 28.04.2026, come dettagliatamente riportati nel relativo verbale notificato ai concorrenti in data 29.04.2026 (**Allegato 2**), nel corso della quale il Presidente del Seggio di gara, in uno alla Commissione giudicatrice, ha proceduto:
  - ✓ a dare lettura delle predette valutazioni tecnico-qualitative per singolo lotto;
  - ✓ a dare comunicazione della mancata ammissione alla fase successiva, dedicata all'apertura delle offerte economiche, dell'offerta tecnica presentata dalla società Puglia Medical S.r.l. per il lotto 6, non avendo la stessa conseguito il punteggio minimo di 42 punti, ai sensi di quanto previsto dalla *lex specialis*;
  - ✓ a dare comunicazione, ai sensi dell'art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs 36/2023, dell'esclusione dalla procedura in esame delle offerte pervenute rispettivamente dalle società Integra Lifesciences Italy S.r.l. e Biomedica Italia S.r.l., per il lotto 7, nonché Puglia Medical S.r.l. per il lotto 9, risultate non conformi ai requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico di gara;
  - ✓ ad esaminare le relative offerte economiche e, infine, a formulare le graduatorie di merito, automaticamente generate dalla stessa piattaforma telematica

## TENUTO CONTO

**che** la fornitura di che trattasi non rientra nell'elenco delle categorie merceologiche per le quali è prevista l'attivazione di gare di appalto centralizzate da parte del Soggetto Aggregatore regionale (DPCM 11/07/2018)

**che**, allo stato, permane l'insussistenza di iniziative del Soggetto Aggregatore regionale e di Consip S.p.A. aventi ad oggetto la stessa tipologia di fornitura di cui al presente provvedimento

**che** la presente aggiudicazione è dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, a seguito della verifica, con esito positivo, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, effettuata dai competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio

**che**, ad eccezione dei lotti nn. 6, 7 e 9, per i quali è stata ammessa una sola offerta, e del lotto n. 8, per il quale è stata presentata una sola offerta, l'Amministrazione procederà alla stipula dei contratti con gli aggiudicatari degli altri lotti decorso utilmente il termine dilatorio di cui all'art. 18 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

**RITENUTO**, pertanto, di recepire gli esiti della procedura di gara, di cui alla Deliberazione D.G. n. 1236 del 17.06.2025, successivamente modificata con Deliberazioni D.G. n. 1410 del 04.07.2025 e n. 1860 del 18.09.2025, disponendo l'aggiudicazione della fornitura di protesi ed espansori mammari, protesi del complesso areola capezzolo e matrici tissutali in favore degli operatori economici classificatisi al primo posto

della graduatoria di merito riferita a ciascun lotto, come meglio dettagliato nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento (**Allegato 3**), per un valore complessivo pari ad **€ 2.877.093,33 IVA esclusa** (di cui € 1.541.300,00 per la fornitura triennale, € 513.766,67 a titolo di opzione di estensione temporale di 12 mesi, € 822.026,67 a titolo di opzione di estensione quantitativa nella misura massima del 40% del relativo valore correlato alla durata massima di 48 mesi)

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. **di recepire** gli esiti della procedura aperta telematica indetta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con Deliberazione D.G. n. 1236 del 17.06.2025, successivamente modificata con Deliberazioni D.G. n. 1410 del 04.07.2025 e n. 1860 del 18.09.2025, finalizzata all'affidamento della fornitura di protesi ed espansori mammari, protesi del complesso areola capezzolo e matrici tissutali, di cui ai verbali delle sedute pubbliche di gara datati 24.09.2025 e 28.04.2026, tutti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (**Allegati 1 e 2**)
2. **di aggiudicare**, per l'effetto, la fornitura di che trattasi in favore degli operatori economici riportati nel prospetto riepilogativo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), per un valore complessivo pari ad **€ 2.877.093,33 IVA esclusa** (di cui € 1.541.300,00 per la fornitura triennale, € 513.766,67 a titolo di opzione di estensione temporale di 12 mesi, € 822.026,67 a titolo di opzione di estensione quantitativa nella misura massima del 40% del relativo valore correlato alla durata massima di 48 mesi)
3. **di quantificare**, pertanto, la spesa complessiva triennale in **€ 1.880.386,00 (IVA 22% inclusa)**, da imputarsi sul conto economico 700.100.000.90 "Dispositivi medici e materiali sanitari" dei bilanci di competenza
4. **di dare atto**  
**che** la presente aggiudicazione è conforme all'interesse pubblico, ad oggi sussistente, perseguito da questa Amministrazione con l'indizione della procedura;  
**che** la stessa è dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, a seguito della verifica, con esito positivo, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, effettuata dai competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio;

**che**, ad eccezione dei lotti nn. 6, 7 e 9, per i quali è stata ammessa una sola offerta, e del lotto n. 8, per il quale è stata presentata una sola offerta, l'Amministrazione procederà alla stipula dei contratti con gli aggiudicatari degli altri lotti decorso utilmente il termine dilatorio di cui all'art. 18 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

**che** sono stati rispettati i termini di cui all'art. 17, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. per lo svolgimento della procedura di gara;

**che** il RUP, individuato nel Dirigente Amministrativo U.O.S. Acquisizione Beni, Dott. Vincenzo Napoliello, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, verrà affiancato nella fase dell'esecuzione della fornitura dal DEC, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, individuato nel Dirigente Responsabile U.O.S.V.D. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva P.O. "San Paolo", Dott. Corrado Minervini, o suo delegato;

**che** si provvederà a comunicare l'adozione del presente provvedimento agli aggiudicatari, al DEC, al Direttore AGRF, alla Farmacia del P.O. "San Paolo" di Bari, per quanto di rispettiva competenza

5. **di rinviare** a successivo provvedimento la ripartizione del fondo incentivante e la conseguente liquidazione in favore del personale avente diritto, come individuato nella Delibera di indizione n. 1236/2025, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'apposito Regolamento Aziendale in materia.

**Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura triennale di protesi ed espansori mammari, protesi del complesso areola capezzolo e matrici tissutali.**

### Verbale seduta pubblica

Il giorno **24.09.2025** alle ore 09:38, negli Uffici dell'Area Gestione Patrimonio ASL BA, si è riunito il seggio di gara per l'inizio delle operazioni relative alla gara in oggetto in modalità telematica mediante la piattaforma Teams.

Sono presenti:

- Dott.ssa Anna de Donato - Collaboratore Amministrativo Professionale – Presidente;
- Sig.ra Giovanna Amoruso - Assistente amministrativo - Testimone;
- Dott.ssa Giovanna Cangelli - Collaboratore Amministrativo Professionale - Testimone/Segretario verbalizzante.

Il Presidente del seggio dichiara aperte le operazioni di gara e verifica la presenza telematica degli operatori economici, come di seguito specificato:

- Sig. Fabrizio Costa per la ditta Integra Lifesciences Italy S.r.l.;
- Sig.ra Flaminia Marianelli per la ditta Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.;
- Sig.ra Liliana Laselva per la ditta Puglia Medical S.r.l.;
- Sig.ra Emanuela Bascià per la ditta SBM S.r.l.

Il Presidente comunica ai presenti che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 23.09.2025, sono pervenute sul sistema EmPulia le offerte delle seguenti ditte:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Lotti Offeriti	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
INTEGRA LIFESCENCES ITALY S.R.L.	09284460962	IT09284460962	7	PE323175-25	Inviato	15/09/2025 09:06:39
GC AESTHETICS ITALY S.R.L.	09100740969	IT09100740969	8	PE330205-25	Inviato	18/09/2025 16:54:12
MEDISAN SUD SRL	00348120718	IT00348120718	7	PE331439-25	Inviato	19/09/2025 11:16:30
Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.	09009860967	IT09009860967	1,2,3	PE331456-25	Inviato	19/09/2025 11:24:29
VE.DI.SE. HOSPITAL	08374040585	IT02037841000	5,6	PE331963-25	Inviato	19/09/2025 15:31:03
Johnson & Johnson Medical S.p.A.	08082461008	IT08082461008	1,2,3	PE332874-25	Inviato	22/09/2025 10:58:30
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	IT11408800966	5,7	PE334235-25	Inviato	22/09/2025 16:53:44
Puglia Medical S.r.l.	04277790723	IT04277790723	5,6,9	PE334260-25	Inviato	22/09/2025 17:31:23
Assut Europe	01262470667	IT01262470667	5	PE334530-25	Inviato	23/09/2025 10:12:54
SBM SRL	03518350750	03518350750	9	PE334611-25	Inviato	23/09/2025 11:04:35

Il seggio procede, dunque, alla condivisione della schermata EmPULIA con gli operatori economici e all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, per singolo concorrente, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle offerte.

Si evidenzia la seguente situazione:

**DITTA Integra Lifesciences Italy S.r.l.:** il Presidente esamina la documentazione inserita nella "Busta Amministrativa" e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare, ammette la ditta al prosieguo delle operazioni di gara.

**DITTA GC Aesthetics Italy S.r.l.:** il Presidente esamina la documentazione inserita nella “Busta Amministrativa” e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare, ammette la ditta al prosieguo delle operazioni di gara.

**DITTA Medisan Sud S.r.l.:** il Presidente esamina la documentazione inserita nella “Busta Amministrativa” e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare, ammette la ditta al prosieguo delle operazioni di gara.

**DITTA Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.:** il Presidente esamina la documentazione inserita nella “Busta Amministrativa” e ne riscontra la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare. Rileva, tuttavia, che al valore della garanzia provvisoria prestata a corredo dell’offerta è stata applicata non solo la riduzione del 50%, prevista per le micro, piccole e medie imprese, di cui la ditta può correttamente fruire, ma anche un’ulteriore riduzione del 20%, in virtù del possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 “Certificazione della Parità di Genere - Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo”, contemplata nell’elenco di cui all’Allegato II.13 al D. Lgs. n. 36/2023, rubricato “Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia”, ritenuta dalla ditta applicabile in forza del punto 9.5 del disciplinare di gara (pag. 15), secondo cui “Si applicano le riduzioni di cui all’art. 106 comma 8 del Codice.”. Tuttavia, il Presidente eccepisce che detta riduzione non è fruibile, in quanto non è stata prevista dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara iniziali, come richiesto dall’art. 106 c. 8 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l’operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.”. Pertanto, il Presidente ammette la ditta al prosieguo delle operazioni di gara, anticipando che, al termine della seduta odierna, sarà attivato il soccorso istruttorio, finalizzato all’integrazione della garanzia provvisoria già prestata.

**DITTA VE.DI.SE. Hospital S.r.l.:** il Presidente esamina la documentazione inserita nella “Busta Amministrativa” e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare, ammette la ditta al prosieguo delle operazioni di gara.

**DITTA Johnson & Johnson Medical S.p.A.:** il Presidente esamina la documentazione inserita nella “Busta Amministrativa” e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare, ammette la ditta al prosieguo delle operazioni di gara.

**DITTA Biomedica Italia S.r.l.:** il Presidente esamina la documentazione inserita nella “Busta Amministrativa” e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare, ammette la ditta al prosieguo delle operazioni di gara.

**DITTA Puglia Medical S.r.l.:** il Presidente esamina la documentazione inserita nella “Busta Amministrativa” e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare, ammette la ditta al prosieguo delle operazioni di gara.

**DITTA Assut Europe S.p.A.:** il Presidente esamina la documentazione inserita nella “Busta Amministrativa” e, riscontratane la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare, ammette la ditta al prosieguo delle operazioni di gara.

**AREA GESTIONE PATRIMONIO**

U.O.S. Acquisizione Beni

Telefono: 080 584.2527

 PEC: [patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

**DITTA SBM S.r.l.:** il Presidente esamina la documentazione inserita nella “Busta Amministrativa” e, riscontrandone la completezza e regolarità rispetto alle prescrizioni del disciplinare, ammette la ditta al prosieguo delle operazioni di gara.

Concluse le operazioni di apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, il Presidente comunica che, al termine della seduta odierna, verrà attivato il soccorso istruttorio nei confronti della ditta Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l., finalizzato all’integrazione della garanzia provvisoria già prestata.

Alle ore 11:15 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta, comunicando che, in base a quanto prescritto dal disciplinare, in successiva seduta riservata il seggio di gara, eventualmente anche alla presenza del Presidente della costituenda Commissione Giudicatrice, procederà alla verifica della sola presenza della documentazione tecnica prodotta dalle ditte ammesse.

Delle operazioni svolte viene redatto il presente verbale composto da n. 3 pagine, letto, confermato e sottoscritto come segue.

F.to Dott.ssa Anna de Donato

F.to Sig.ra Giovanna Amoruso

F.to Dott.ssa Giovanna Cangelli

**Oggetto: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura triennale di protesi ed espansori mammari, protesi del complesso areola capezzolo e matrici tissutali.**

### VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI GARA

Il giorno **28.04.2026**, alle ore 11:00, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio, sita in Bari, Lungomare Stari-ta, 6 - 2° piano, in modalità virtuale, per il tramite della piattaforma Teams, si è riunito il seggio di gara unitamente alla Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 8851 del 21.10.2025, al fine di dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti da quest'ultima alle offerte presentate dalle società concorrenti ed esaminare le offerte economiche delle stesse.

Sono presenti:

- Dott. Vincenzo Napoliello, Dirigente amministrativo U.O.S. Acquisizione Beni dell'Area Gestione Patrimonio, in qualità di Presidente del seggio di gara e RUP;
- Sig.ra Giovanna Amoruso, Assistente amministrativo U.O.S. Acquisizione Beni dell'Area Gestione Patrimonio, in qualità di testimone;
- Dott.ssa Anna de Donato, Collaboratore Amministrativo Professionale U.O.S. Acquisizione Beni dell'Area Gestione Patrimonio, in qualità di testimone/segretario verbalizzante.

Risulta collegata la Commissione giudicatrice:

- Dott. Giuseppe Armenise (Dirigente medico c/o U.O.S.V.D. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva P.O. "San Paolo" - Bari), in qualità di Presidente;
- Dott. Gianluca Caputo (Dirigente medico c/o U.O.S.V.D. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva P.O. "San Paolo" - Bari), in qualità di Componente;
- Dott.ssa Mariacristina Angelelli (Dirigente farmacista c/o U.O.S.V.D. Farmacia Ospedaliera P.O. "San Paolo" - Bari), in qualità di Componente.

Sono, altresì, collegati i delegati dei seguenti operatori economici concorrenti alla procedura in oggetto, le cui deleghe trasmesse sono agli atti dell'Area Gestione Patrimonio:

- Sig.ra Flaminia Marianelli per la società Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.;
- Sig. Salvatore Luca Ficco per la società SBM S.r.l.;
- Sig. Daniele Cavoli per la società GC Aesthetics Italy S.r.l.;
- Sig.ra Anna Sarlo per la società VE.DI.SE. Hospital S.r.l.;
- Sig. Filippo Gentile per la società Johnson & Johnson Medical S.p.A.;
- Sig. Angelo Nardelli per la società Medisan Sud S.r.l.;

#### AREA GESTIONE PATRIMONIO

U.O.S. Acquisizione Beni

Telefono: 080 584.2527

PEC: [patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it)





- Sig.ra Liliana Laselva per la società Puglia Medical S.r.l.

Previa condivisione della schermata EmPULIA, il Presidente del Seggio inizia a dare lettura dei singoli punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche presentate da ciascuna società concorrente per singolo lotto.

Inoltre, dà atto delle esclusioni dalla procedura delle seguenti società:

- Puglia Medical S.r.l. esclusa dal lotto 6 per il punteggio tecnico ottenuto inferiore alla soglia dei 42 punti, come previsto dalla *lex specialis*. Pertanto, non si procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica;
- Integra Lifesciences Italy S.r.l. e Biomedica Italia S.r.l. escluse dal lotto 7 per non conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico;
- Puglia Medical S.r.l. esclusa dal lotto 9 per non conformità del prodotto offerto ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico.

Successivamente, viene attivata, per il tramite della piattaforma EmPULIA, l'operazione di riparametrazione dei punteggi, i cui esiti risultano essere i seguenti:

LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE	RAGIONE SOCIALE	PUNTEGGIO ANTE RIPARAMETRAZIONE	PUNTEGGIO POST RIPARAMETRAZIONE
1	1	Protesi in gel di silicone di grado medicale, a profilo anatomico con superficie testurizzata Punti di orientamento a supporto del posizionamento nella tasca chirurgica Riduzione del gel bleeding mediante barriera anti-trasudamento a 360°. Patch compreso Testurizzazione micro secondo standard ISO 14607:2018-04 Elastomero in silicone medicale con almeno tre strati Assenza di gradienti osmotici Range di dimensioni da 140 cc a 700 cc	Johnson & Johnson Medical S.p.A	70	70
	2	Sizer sterile e sterilizzabile in gel di silicone disponibile su tutta la gamma di protesi anatomiche	Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.	66,36	66,36
2		Espansori mammari in gel di silicone di grado medicale, a profilo anatomico Disponibilità di diverse altezze Valvola a reperimento magnetico Presenza di sistema orientamento anteriore per un corretto posizionamento dell'impianto Elastomero in silicone medicale con almeno 3 strati Testurizzazione micro secondo standard ISO 14607:2018-04 Superficie Testurizzata Range dimensioni da 200 cc a 700 cc	Johnson & Johnson Medical S.p.A	69,40	70
			Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.	66,30	66,87
3	1	Protesi in gel di silicone di grado medicale, profilo rotondo, con superficie testurizzata Riduzione del gel bleeding mediante barriera anti-trasudamento a 360° patch compreso Microtesturizzazione secondo standard ISO 14607:2018-04 Elastomero in silicone medicale con almeno tre strati Assenza di gradienti osmotici Range di dimensioni da 140 cc a 700 cc	Johnson & Johnson Medical S.p.A	70	70
	2	Sizer sterile e restitizzabile in gel di silicone disponibile su tutta la gamma di protesi rotonde	Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.	65,80	65,80

**AREA GESTIONE PATRIMONIO**

U.O.S. Acquisizione Beni

Telefono: 080 584.2527

PEC: [patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it)



5	Matrice rigenerativa biologica di collagene di pericardio Bovino, non Crosslinkata, deidratata, sottoposta a procedimento validato per l'inibizione di virus, Prioni e Batteri Idonea per supporto protesico alla ricostruzione mammaria, misure varie con spessore 0.5 mm (impianto 10x16 cm circa con tolleranza del 25 %) Materiale biocompatibile e inerte dal punto di vista chimico fisico Rete non immunogena e dotata di buona stabilità	Biomedica Italia S.r.l.	43,20	44,93
		VE.DI.SE. Hospital S.r.l.	65,30	67,92
		Puglia Medical S.r.l.	50,10	52,11
		Assut Europe S.p.A.	67,30	70
6	Impianto presagomato o Pocket di matrice rigenerativa biologica di collagene di origine animale, non crosslinkata Idonea per ricostruzione mammaria prepettorale, misure varie con spessore 0.5 mm (con una tolleranza del 25%) per accoglienza di volumi protesici da 300cc a 500cc Impianto presagomato o pocket per rivestimento <b>parziale</b> delle protesi Materiale biocompatibile e inerte dal punto di vista chimico fisico Rete non immunogena e dotata di buona stabilità	Puglia Medical S.r.l.	37,60	ESCLUSA PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DEI 42 PUNTI COME PREVISTO DALLA LEX SPECIALIS
		VE.DI.SE. Hospital S.r.l.	69	70
7	Sostituto tissutale rigenerativo costituito da collagene nativo non crosslinkato Misure e formati vari con eventuale disponibilità per migliorare la gestione delle lesioni particolarmente essudanti (impianto tipo 10x14 cm circa con tolleranza del 25 % nelle dimensioni considerate di base e altezza) Indicato per le lesioni croniche o traumatiche a spessore parziale o totale e post escissioni oncologiche	Biomedica Italia S.r.l.	DISPOSITIVO NON CONFORME ALLE CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE DAL CAPITOLATO TECNICO, ESSENDO LO STESSO CROSSLINKATO, COME SI EVINCE DALLA RELAZIONE TECNICA PRESENTATA (DISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO IN PIÙ STRATI E TIPO DI POROSITÀ Pelnac® Doppio Strato Rinforzato e Fenestrato è una matrice dermica di atelocollagene. Lo strato per la sostituzione del derma è formato da una matrice di collagene suino (tendine flessore di suino) ultrapuro di tipo I con una porosità di 70-110 µm, cross-linked termicamente e poi con GA (glutaraldeide) Lo strato per la sostituzione dell'epidermide è costituito invece da una sottile pellicola di silicene, della porosità di- 150 µm, che controlla la perdita di umidità della ferita.)	
		Integra Lifesciences Italy S.r.l.	DISPOSITIVO NON CONFORME ALLE CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE DAL CAPITOLATO TECNICO, ESSENDO LO STESSO CROSSLINKATO, COME SI EVINCE DALLA RELAZIONE TECNICA PRESENTATA (5. Caratteristiche strutturali migliorative della performance clinica (presenza di multicomponenti, elementi stabilizzanti la struttura, etc.) Il sostituto dermico Integra IDRT in tutte le sue formulazioni, presenta collagene ultrapuro di tipo I crosslinkato con condrotina 6 solfato.)	
		Medisan Sud S.r.l.	70	70
8	Protesi in gel di silicone di grado medicale per ricostruzione del complesso areola capezzolo	GC Aesthetics Italy S.r.l.	65,30	70
9	Impianto presagomato o pocket di matrice rigenerativa biologica di origine animale, non crosslinkata idonea per ricostruzione mammaria prepettorale, misure varie, con spessore almeno 0.5 mm (tolleranza 25%) per accoglienza volumi protesici vari. Impianto presagomato o pocket per rivestimento <b>totale</b> delle protesi. Materiale biocompatibile e inerte dal punto di vista chimico-fisico, non immunogena e dotata di buona stabilità.	SBM S.r.l.	68,60	70
		Puglia Medical S.r.l.	DISPOSITIVO NON CONFORME ALLE CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE DAL CAPITOLATO TECNICO, ESSENDO PROPOSTO IL PRODOTTO EXF-49 RETE FENESTRATA, COME SI EVINCE DALLA RELAZIONE TECNICA PRESENTATA	

Di seguito, si procede, per singolo lotto, all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, alla visualizzazione del valore complessivo offerto riportato in piattaforma, all'apertura dell'Allegato "Schema di offerta economica", al fine di verificarne la corretta sottoscrizione e la completa compilazione.

Per il **lotto 1 (voce 1 e 2) "Protesi mammarie anatomiche e sizer"** sono pervenute 2 offerte dalle seguenti società, delle quali è verificata la corretta sottoscrizione e compilazione dell'Allegato "Schema di offerta economica". Si procede, quindi, alla formazione della graduatoria di gara come di seguito riepilogato:

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
1	Johnson & Johnson Medical S.p.A.	Aggiudicatario proposto	99,08	70,00	29,08	680.875,00 €	723.450,00 €	5,885
1	Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.	Il Classificato	96,36	66,36	30,00	660.000,00 €	723.450,00 €	8,77047

**AREA GESTIONE PATRIMONIO**

U.O.S. Acquisizione Beni

Telefono: 080 584.2527

PEC: [patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it)



Per il **lotto 2** “*Espansori mammari*” sono pervenute 2 offerte dalle seguenti società, delle quali è verificata la corretta sottoscrizione e compilazione dell’Allegato “Schema di offerta economica”.

Si procede, quindi, alla formazione della graduatoria di gara come di seguito riepilogato:

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
2	Johnson & Johnson Medical S.p.A.	Aggiudicatario proposto	100,00	70,00	30,00	228.000,00 €	240.000,00 €	5,00
2	Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.	II Classificato	96,35	66,87	29,48	232.000,00 €	240.000,00 €	3,33333

Per il **lotto 3 (voce 1 e 2)** “*Protesi mammarie rotonde testurizzate e sizer*” sono pervenute 2 offerte dalle seguenti società, delle quali è verificata la corretta sottoscrizione e compilazione dell’Allegato “Schema di offerta economica”.

Si procede, quindi, alla formazione della graduatoria di gara come di seguito riepilogato:

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
3	Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.	Aggiudicatario proposto	95,80	65,80	30,00	9.000,00 €	14.250,00 €	36,84211
3	Johnson & Johnson Medical S.p.A.	II Classificato	91,82	70,00	21,82	12.375,00 €	14.250,00 €	13,15789

Per il **lotto 5** “*Matrice rigenerativa biologica di collagene di pericardio Bovino*” sono pervenute 4 offerte dalle seguenti società, delle quali è verificata la corretta sottoscrizione e compilazione dell’Allegato “Schema di offerta economica”.

Si procede, quindi, alla formazione della graduatoria di gara come di seguito riepilogato:

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
5	Assut Europe	Aggiudicatario proposto	98,18	70,00	28,18	22.275,00 €	27.000,00 €	17,50
5	VE.DI.SE. HOSPITAL	II Classificato	96,01	67,92	28,09	22.350,00 €	27.000,00 €	17,22222
5	Puglia Medical S.r.l.		82,11	52,11	30,00	20.925,00 €	27.000,00 €	22,50
5	BIOMEDICA ITALIA S.R.L.		73,06	44,93	28,13	22.312,50 €	27.000,00 €	17,36111

Per il **lotto 6** “*Impianto presagomato o pocket per rivestimento parziale delle protesi*” sono pervenute 2 offerte. Si verifica la corretta sottoscrizione e compilazione dell’Allegato “Schema di offerta economica” della sola società VE.DI.SE. Hospital S.r.l., non avendo la concorrente Puglia Medical S.r.l. raggiunto la soglia dei 42 punti, come previsto dalla *lex specialis*.

Si procede, quindi, alla formazione della graduatoria di gara come di seguito riepilogato:

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
6	VE.DI.SE. HOSPITAL	Aggiudicatario proposto	100,00	70,00	30,00	250.000,00 €	260.000,00 €	3,84615

Per il **lotto 7** “*Sostituto tissutale*” sono pervenute 3 offerte. Si verifica la corretta sottoscrizione e compilazione dell’Allegato “Schema di offerta economica” della sola società Medisan Sud S.r.l., essendo state le concorrenti Integra Lifesciences Italy S.r.l. e Biomedica Italia S.r.l. escluse dalla procedura per non conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico.

Si procede, quindi, alla formazione della graduatoria di gara come di seguito riepilogato:

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
7	MEDISAN SUD SRL	Aggiudicatario proposto	100,00	70,00	30,00	16.200,00 €	21.000,00 €	22,85714

Per il **lotto 8** “*Protesi per complesso areola capezzolo*” è pervenuta l’offerta della sola società GC Aesthetics Italy S.r.l., della quale è verificata la corretta sottoscrizione e compilazione dell’Allegato “Schema di offerta economica”.

Si procede, quindi, alla formazione della graduatoria di gara come di seguito riepilogato:

**AREA GESTIONE PATRIMONIO**

U.O.S. Acquisizione Beni

Telefono: 080 584.2527

PEC: [patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
8	GC AESTHETICS ITALY S.R.L.	Aggiudicatario proposto	100,00	70,00	30,00	66.750,00 €	71.250,00 €	6,31579

Per il **lotto 9** “Impianto presagomato o pocket per rivestimento totale delle protesi” sono pervenute 2 offerte. Si verifica la corretta sottoscrizione e compilazione dell’Allegato “Schema di offerta economica” della sola società SBM S.r.l., essendo stata la concorrente Puglia Medical S.r.l. esclusa dalla procedura per non conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico.

Si procede, quindi, alla formazione della graduatoria di gara come di seguito riepilogato:

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
9	SBMSRL	Aggiudicatario proposto	100,00	70,00	30,00	268.200,00 €	270.000,00 €	0,66667

Al termine delle operazioni svolte, il Presidente comunica che, unitamente al verbale della seduta odierna, saranno trasmessi gli esiti delle valutazioni della Commissione giudicatrice.

Non vi sono osservazioni da parte dei presenti e, pertanto, alle ore 12:10, il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta.

Del ché viene redatto il presente verbale composto da n. 5 pagine, oltre allegato, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

F.to Dott. Vincenzo Napoliello

F.to Sig.ra Giovanna Amoruso

F.to Dott.ssa Anna de Donato

F.to Dott. Giuseppe Armenise

F.to Dott. Gianluca Caputo

F.to Dott.ssa Mariacristina Angelelli

#### AREA GESTIONE PATRIMONIO

U.O.S. Acquisizione Beni

Telefono: 080 584.2527

PEC: [patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

LOTTO 1 Protesi mammarie anatomiche e sizer - Johnson & Johnson Medical S.p.A.						
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO	
1	Qualità della testurizzazione per la capacità dell'involucro esterno di ridurre la trasudazione del gel di silicone, creando una barriera anti trasudamento a 360 °, su la superficie dell'impianto (adesione ai tessuti circostanti, capacità di prevenzione della contrattura capsulare, qualità e sicurezza della patch, qualità dell'elastomero, tipologia della tecnica di ottenimento della testurizzazione)	8	eccellente	1	8	per la presenza di triplo strato differenziato del silicone, che riduce la trasudazione del gel di silicone che si trova all'interno della protesi, testurizzazione a stampo
2	Qualità del gel di silicone (capacità di riduzione del "rippling" e della contrattura capsulare, coesività, tenuta della forma alle sollecitazioni e stabilità della forma)	5	eccellente	1	5	presenza di gel di riempimento di silicone a 3 livelli di coesività
3	Ampiezza della gamma di misure (disponibilità di diverse altezze, volume) <i>Si procede con conto matematico: alla Ditta con il maggior numero di profili viene assegnato il punteggio massimo e alle altre aziende viene assegnato un punteggio proporzionalmente minore.</i>	4	eccellente	1	4	volumi offerti 121, totale altezze proposte n.3
4	Punti di repere e di orientamento sia visivi che tattili al fine di un ottimale posizionamento dell'impianto	5	eccellente	1	5	punti di repere in rilievo ben identificabili a vista e tatto
5	Disponibilità di diverse proiezioni	4	eccellente	1	4	3 proiezioni
6	Sistema di tracciabilità secondo regolamento 745/2017 (UDI)	4	eccellente	1	4	secondo regolamento 745/2017 UDI

7	Superficie testurizzata preferibilmente a stampo senza utilizzo di sali e materiali abrasivi	12	eccellente	1	12	presenza di testurizzazione a stampo
8	Disponibilità di sizer sterili e risterilizzabili su tutta la gamma delle protesi	4	eccellente	1	4	disponibili per ogni misura e risterilizzabili fino a 10 volte
9	Corrispondenza di una gamma di espansori tessutali mammari dedicati (si valuterà l'ampiezza della gamma e la disponibilità di diverse misure)	4	eccellente	1	4	varietà di scelta di profili e volumi
10	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza per brand e Impact Factor rivista	8	eccellente	1	8	n.40 articoli presentati, per Impact Factor e livello di evidenza
11	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	4	eccellente	1	4	efficiente processo di gestione eventi avversi
12	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	8	eccellente	1	8	si assicurano tempi di evasione di 24/48 ore . Si precisa che la gestione del conto deposito avverrà tramite Portale Gestionale Aziendale Moss e che gli strumenti organizzativi messi a disposizione della ditta per facilitarne la gestione saranno solo aggiuntivi a codesta gestione.
	<b>somma</b>	<b>70</b>			<b>70</b>	

LOTTO 1 Protesi mammarie anatomiche e sizer - Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l						
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO	
1	Qualità della testurizzazione per la capacità dell'involucro esterno di ridurre la trasudazione del gel di silicone, creando una barriera anti trasudamento a 360 °, su la superficie dell'impianto (adesione ai tessuti circostanti, capacità di prevenzione della contrattura capsulare, qualità e sicurezza della patch, qualità dell'elastomero, tipologia della tecnica di ottenimento della testurizzazione)	8	eccellente	1	8	per la presenza di superficie Mesmo microtesturizzata, strato barriera antitrasudamento, testurizzazione secondo metodologia "gas diffusion"
2	Qualità del gel di silicone (capacità di riduzione del "rippling" e della contrattura capsulare, coesività, tenuta della forma alle sollecitazioni e stabilità della forma)	5	eccellente	1	5	gel di silicone altamente coesivo
3	Ampiezza della gamma di misure (disponibilità di diverse altezze, volume) <i>Si procede con conto matematico: alla Ditta con il maggior numero di profili viene assegnato il punteggio massimo e alle altre aziende viene assegnato un punteggio proporzionalmente minore.</i>	4		0,89	3,56	3 altezze, 3 proiezioni, 106 volumi
4	Punti di repera e di orientamento sia visivi che tattili al fine di un ottimale posizionamento dell'impianto	5	eccellente	1	5	punti di repera in rilievo ben identificabili a vista e tatto
5	Disponibilità di diverse proiezioni	4	eccellente	1	4	3 proiezioni

6	Sistema di tracciabilità secondo regolamento 745/2017 (UDI)	4	eccellente	1	4	secondo regolamento 745/2017 UDI
7	Superficie testurizzata preferibilmente a stampo senza utilizzo di sali e materiali abrasivi	12	ottimo	0,9	10,8	la valutazione del dispositivo è ottima in relazione alla superficie testurizzata con gas diffusione, pur priva di stampo
8	Disponibilità di sizer sterili e risterilizzabili su tutta la gamma delle protesi	4	eccellente	1	4	disponibili per ogni misura e risterilizzabili fino a 10 volte
9	Corrispondenza di una gamma di espansori tessutali mammari dedicati (si valuterà l'ampiezza della gamma e la disponibilità di diverse misure)	4	ottimo	0,9	3,6	corrispondenza tra protesi ed espansori per permettere ricostruzione in due tempi. si assegna punteggio ottimo in relazione alle motivazioni già esplicitate in corrispondenza del criterio 3
10	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza per brand e Impact Factor rivista	8	ottimo	0,9	7,2	per n.32 articoli presentati, Impact Factor e livello di evidenza
11	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	4	eccellente	1	4	efficiente processo di gestione eventi avversi
12	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	8	ottimo	0,9	7,2	consegna in 48h.Si precisa che la gestione del conto deposito avverrà tramite Portale Gestionale Aziendale Moss e che gli strumenti organizzativi messi a disposizione della ditta per facilitarne la gestione saranno solo aggiuntivi a codesta gestione.
	<b>somma</b>	<b>70</b>			<b>66,36</b>	

LOTTO 2 Espansori mammari - Johnson & Johnson Medical S.p.A.						
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO	
1	Qualità dell'involucro di silicone e della testurizzazione preferibilmente a stampo (adesione ai tessuti circostanti, capacità di prevenzione della contrattura capsulare, qualità e sicurezza della patch, qualità dell'elastomero, stratificazione)	8	eccellente	1	8	eccellente per qualità dell'involucro del silicone, testurizzazione a stampo
2	Ampiezza della gamma di misure (disponibilità di diverse altezze, volume, profilo e proiezioni)	6	ottimo	0,9	5,4	3 altezze proposte , totale n.38 codici. Range dimensioni da 250 cc a 850 cc (range da capitolato da 200 a 700 cc)
3	Base stabile e/o parete anteriore rinforzata che garantisca espansione unidirezionale uniforme al gonfiaggio	6	eccellente	1	6	bufferzone brevettata peri-valvolare che garantisce espansione unidirezionale
4	Valvola a reperimento magnetico integrato a basso profilo con ampia area perivalvolare autosigillante	15	eccellente	1	15	La valvola di riempimento integrata con rilievo magnetico è composta da elastomeri di silicone e magnete costituito da terre rare in Samario-Cobalto. La valvola è dotata di una membrana autosigillante.
5	Disponibilità di espansori con alette di fissaggio	10	eccellente	1	10	dotati di alette di sutura che offrono opzione di fissare il dispositivo al tessuto circostante per migliorare la stabilità del dispositivo stesso
6	Disponibilità di testurizzazione su tutta la superficie dell'impianto	5	eccellente	1	5	testurizzazione uniforme su tutto il dispositivo
7	Sistema di tracciabilità secondo regolamento 745/2017 (UDI)	4	eccellente	1	4	secondo regolamento UDI 745/2017
8	Disponibilità di magna finder dedicato e di ago per espansione	3	eccellente	1	3	presenza di dispositivo magnetico di reperimento della valvola

9	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor rivista	4	eccellente	1	4	11 articoli presenti su riviste indicizzate, per Impact Factor e per Livello di evidenza
10	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	4	eccellente	1	4	efficiente processo di gestione eventi avversi
11	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	5	eccellente	1	5	si assicurano tempi di evasione di 24/48 ore. Si precisa che la gestione del conto deposito avverrà tramite Portale Gestionale Aziendale Moss e che gli strumenti organizzativi messi a disposizione della ditta per facilitarne la gestione saranno solo aggiuntivi a codesta gestione.
	<b>somma</b>	<b>70</b>			<b>69,4</b>	

LOTTO 2 Espansori mammari - Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l						
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO	
1	Qualità dell'involucro di silicone e della testurizzazione preferibilmente a stampo (adesione ai tessuti circostanti, capacità di prevenzione della contrattura capsulare, qualità e sicurezza della patch, qualità dell'elastomero, stratificazione)	8	ottimo	0,9	7,2	ottima qualità dell'involucro anti trasudamento su tutta la superficie dell'impianto, adesione ai tessuti circostanti, testurizzazione con metodica "gas diffusion", pur priva di testurizzazione a stampo
2	Ampiezza della gamma di misure (disponibilità di diverse altezze, volume, profilo e proiezioni)	6	eccellente	1	6	2 altezze proposte , totale n.19 codici. Range dimensioni da 200 cc a 700 cc (range da capitolato da 200 a 700 cc)
3	Base stabile e/o parete anteriore rinforzata che garantisca espansione unidirezionale uniforme al gonfiaggio	6	eccellente	1	6	rinforzo parete permette espansione unidirezionale
4	Valvola a reperimento magnetico integrato a basso profilo con ampia area perivalvolare autosigillante	15	eccellente	1	15	Gli espansori mammari sono dotati di un sistema valvolare a reperimento magnetico, dotati di una barriera autosigillante
5	Disponibilità di espansori con alette di fissaggio	10	buono	0,8	8	nonostante l'assenza di linguette di fissaggio, la commissione ritiene che la tipologia della testurizzazione e la sua presenza a 360° su tutto l'impianto possa offrire un'adesione adeguata ai tessuti, riducendo l'eventuale rischio di traumi "accidentali" ai tessuti stessi ancorati all'impianto). c.d. principio di equivalenza
6	Disponibilità di testurizzazione su tutta la superficie dell'impianto	5	eccellente	1	5	testurizzazione uniforme su tutto il dispositivo
7	Sistema di tracciabilità secondo regolamento 745/2017 (UDI)	4	eccellente	1	4	secondo regolamento UDI 745/2017

8	Disponibilità di magna finder dedicato e di ago per espansione	3	eccellente	1	3	presenza di rilevatore valvolare che individua il magnete dell'espansore
9	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor rivista	4	ottimo	0,9	3,6	n.7 articoli su riviste indicizzate Impact Factor e Livello di evidenza
10	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	4	eccellente	1	4	efficiente processo di gestione eventi avversi
11	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	5	ottimo	0,9	4,5	Consegna in 48h. Si precisa che la gestione del conto deposito avverrà tramite Portale Gestionale Aziendale Moss e che gli strumenti organizzativi messi a disposizione della ditta per facilitarne la gestione saranno solo aggiuntivi a codesta gestione.
	<b>somma</b>	<b>70</b>			<b>66,3</b>	

LOTTO 3 - Protesi mammarie rotonde testurizzate e sizer - Johnson & Johnson Medical S.p.A.						
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO	
1	Qualità dell'involucro di silicone e della testurizzazione preferibilmente a stampo (adesione ai tessuti circostanti, capacità di prevenzione della contrattura capsulare, qualità e sicurezza della patch, qualità dell'elastomero, stratificazione)	18	eccellente	1	18	per qualità involucro e qualità testurizzazione a stampo, come da capitolato
2	Ampiezza della gamma di misure (disponibilità di diverse altezze, volume, profilo e proiezioni)	5	eccellente	1	5	disponibili 5 tipi di profilo/proiezioni. Totale variabilità dei rapporti tra larghezza, altezza e proiezione per ciascuno dei volumi offerti: n.129 misure
3	Qualità del gel del silicone, caratteristiche meccaniche relativa all'elasticità ed alla memoria di forma, minore capacità di "rippling" e della contrattura capsulare	18	eccellente	1	18	gel di riempimento di silicone con tre diversi livelli di coesività
4	Disponibilità di almeno due diverse coesività	6	eccellente	1	6	due varietà di coesività del gel
5	Sistema di tracciabilità secondo regolamento 745/2017 (UDI)	5	eccellente	1	5	secondo regolamento UDI 745/2017
6	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza per brand e Impact Factor rivista	8	eccellente	1	8	38 articoli presenti su riviste indicizzate
7	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	5	eccellente	1	5	efficiente processo di gestione eventi avversi
8	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	5	eccellente	1	5	tempi di evasione di 24/48 ore Si precisa che la gestione del conto deposito avverrà tramite Portale Gestionale Aziendale Moss e che gli strumenti organizzativi messi a disposizione della ditta per facilitarne la gestione saranno solo aggiuntivi a codesta gestione.
	<b>somma</b>	<b>70</b>			<b>70</b>	

**LOTTO 3 - Protesi mammarie rotonde testurizzate e sizer - Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l**

CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO
1	Qualità dell'involucro di silicone e della testurizzazione preferibilmente a stampo (adesione ai tessuti circostanti, capacità di prevenzione della contrattura capsulare, qualità e sicurezza della patch, qualità dell'elastomero, stratificazione)	18	ottimo	0,9	16,2	qualità dell'involucro anti trasudamento su tutta la superficie dell'impianto, adesione ai tessuti circostanti, testurizzazione con metodica gas diffusione, seppur priva di stampo
2	Ampiezza della gamma di misure (disponibilità di diverse altezze, volume, profilo e proiezioni)	5	ottimo	0,9	4,5	4 proiezioni, totale 57 volumi. Range dimensioni da 105 cc a 690 cc (range da capitolato da 140 a 700 cc)
3	Qualità del gel del silicone, caratteristiche meccaniche relativa all'elasticità ed alla memoria di forma, minore capacità di "rippling" e della contrattura capsulare	18	eccellente	1	18	altamente coesivo al fine di prevenire rippling e contrattura capsulare
4	Disponibilità di almeno due diverse coesività	6	ottimo	0,9	5,4	In termini di equivalenza il riempimento delle protesi Polytech della linea SublimeLine consiste in un gel di silicone medicale altamente coesivo "stable-form"
5	Sistema di tracciabilità secondo regolamento 745/2017 (UDI)	5	eccellente	1	5	secondo regolamento UDI 745/2017
6	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza per brand e Impact Factor rivista	8	ottimo	0,9	7,2	in relazione alla letteratura a supporto presentata, Impact Factor e livello di evidenza . N.32 articoli
7	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	5	eccellente	1	5	efficiente processo di gestione eventi avversi

8	<p>Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA)  Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito  Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato  Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito</p>	5	ottimo	0,9	4,5	<p>Consegna in 48h .Si precisa che la gestione del conto deposito avverrà tramite Portale Gestionale Aziendale Moss e che gli strumenti organizzativi messi a disposizione della ditta per facilitarne la gestione saranno solo aggiuntivi a codesta gestione.</p>
	<b>somma</b>	<b>70</b>			<b>65,8</b>	

<b>LOTTO 5 - Matrice rigenerativa biologica di collagene di pericardio Bovino - Assut Europe S.p.A.</b>						
<b>CRITERIO</b>		<b>PUNTEGGIO MAX</b>	<b>GIUDIZIO QUALITATIVO</b>	<b>COEFFICIENTE</b>	<b>PUNTEGGIO ASSEGNATO</b>	<b>MOTIVAZIONE GIUDIZIO</b>
1	Ampiezza della gamma (misure, modelli e forme) Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure e forme	10	eccellente	1	10	campionatura pervenuta ref aepb080-180 u misura 8x18 (da capitolato misure varie con spessore 0,5mm, impianto 10x16 cm circa con tolleranza 25%)
2	Struttura della matrice a base di fibre di collagene non crosslinkata, fenestrata a fori	16	eccellente	1	16	DM non crosslinked, fenestrato a fori, con struttura di fibre di collagene
3	Presenza di due superfici differenti, presenza di un reperi che identifichi il lato da rivolgere verso la protesi	16	eccellente	1	16	lato ruvido e lato liscio, e punto di reperi
4	Processi di lavorazione (massimo punteggio per i dispositivi che presentano processi di decellularizzazione, che non alterano le caratteristiche della matrice, di efficacia certificata da entri terzi in termini di inibizione virus, prioni e batteri)	3	eccellente	1	3	processo di decellularizzazione che non altera la membrana
5	Facilità e velocità d'uso, fornita sterile	3	eccellente	1	3	la membrana in forma umida appare maneggevole nell'uso
6	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor	6	eccellente	1	6	per I.F. e livello di evidenza degli articoli presentati
7	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	7	eccellente	1	7	come da normativa

8	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	9	discreto	0,7	6,3	per il servizio di post vendita descritto
	<p style="text-align: center;"><b>somma</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>70</b></p>			<p style="text-align: center;">67,3</p>	

<b>LOTTO 5 - Matrice rigenerativa biologica di collagene di pericardio Bovino - BIOMEDICA ITALIA S.R.L</b>						
<b>CRITERIO</b>		<b>PUNTEGGIO MAX</b>	<b>GIUDIZIO QUALITATIVO</b>	<b>COEFFICIENTE</b>	<b>PUNTEGGIO ASSEGNATO</b>	<b>MOTIVAZIONE GIUDIZIO</b>
1	Ampiezza della gamma (misure, modelli e forme) Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure e forme	10	buono	0,8	8	campionatura pervenuta ref 68543 100mmx160mm (da capitolato misure varie con spessore 0,5mm, impianto 10x16 cm circa con tolleranza 25%)
2	Struttura della matrice a base di fibre di collagene non crosslinkata, fenestrata a fori	16	eccellente	1	16	matrice a base di collagene non crosslinkata fenestrata a fori
3	Presenza di due superfici differenti, presenza di un reperi che identifichi il lato da rivolgere verso la protesi	16	sufficiente	0,6	9,6	due superfici differenti, ma non identificabile punto di reperi
4	Processi di lavorazione (massimo punteggio per i dispositivi che presentano processi di decellularizzazione, che non alterano le caratteristiche della matrice, di efficacia certificata da entri terzi in termini di inibizione virus, prioni e batteri)	3	eccellente	1	3	processo di decellularizzazione che non altera la membrana
5	Facilità e velocità d'uso, fornita sterile	3	mediocre	0,4	1,2	poco maneggevole
6	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor	6	ottimo	0,9	5,4	per I.F., livello di evidenza degli articoli presentati
7	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	7	non valutabile	0	0	non menzionato

8	<p>Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA)  Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito  Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato  Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito</p>	9	non valutabile	0	0	non menzionato
	<p><b>somma</b></p>	70			43,2	

<b>LOTTO 5 - Matrice rigenerativa biologica di collagene di pericardio Bovino - Puglia Medical S.r.l</b>						
<b>CRITERIO</b>		<b>PUNTEGGIO MAX</b>	<b>GIUDIZIO QUALITATIVO</b>	<b>COEFFICIENTE</b>	<b>PUNTEGGIO ASSEGNATO</b>	<b>MOTIVAZIONE GIUDIZIO</b>
1	Ampiezza della gamma (misure, modelli e forme) Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure e forme	10	discreto	0,7	7	campionatura pervenuta ref exf-21 100x150x0,5mm (da capitolato misure varie con spessore 0,5mm, impianto 10x16 cm circa con tolleranza 25%)
2	Struttura della matrice a base di fibre di collagene non crosslinkata, fenestrata a fori	16	discreto	0,7	11,2	matrice in collagene non crosslinkata, ma con fenestratura non a fori
3	Presenza di due superfici differenti, presenza di un reperi che identifichi il lato da rivolgere verso la protesi	16	sufficiente	0,6	9,6	presenza di due differenti superfici, ma non identificabile punto di reperi
4	Processi di lavorazione (massimo punteggio per i dispositivi che presentano processi di decellularizzazione, che non alterano le caratteristiche della matrice, di efficacia certificata da entri terzi in termini di inibizione virus, prioni e batteri)	3	mediocre	0,4	1,2	non menzionati processi di decellularizzazione
5	Facilità e velocità d'uso, fornita sterile	3	discreta	0,7	2,1	poco maneggevole
6	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor	6	buono	0,8	4,8	per I.F. e livello di evidenza della letteratura presentata

7	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	7	eccellente	1	7	come da normativa
8	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	9	buono	0,8	7,2	2 pezzi di reintegro in 12h
	<b>somma</b>	<b>70</b>			50,1	

<b>LOTTO 5 - Matrice rigenerativa biologica di collagene di pericardio Bovino - VE.DI.SE. HOSPITAL</b>						
<b>CRITERIO</b>		<b>PUNTEGGIO MAX</b>	<b>GIUDIZIO QUALITATIVO</b>	<b>COEFFICIENTE</b>	<b>PUNTEGGIO ASSEGNATO</b>	<b>MOTIVAZIONE GIUDIZIO</b>
1	Ampiezza della gamma (misure, modelli e forme) Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure e forme	10	buono	0,8	8	campionatura pervenuta ref AEPB(F)104-150S (da capitolato misure varie con spessore 0,5mm, impianto 10x16 cm circa con tolleranza 25%)
2	Struttura della matrice a base di fibre di collagene non crosslinkata, fenestrata a fori	16	eccellente	1	16	non crosslinked a fori
3	Presenza di due superfici differenti, presenza di un repere che identifichi il lato da rivolgere verso la protesi	16	eccellente	1	16	presenza di repere e lato liscio e rugoso
4	Processi di lavorazione (massimo punteggio per i dispositivi che presentano processi di decellularizzazione, che non alterano le caratteristiche della matrice, di efficacia certificata da entri terzi in termini di inibizione virus, prioni e batteri)	3	eccellente	1	3	processo di decellularizzazione che non altera la membrana
5	Facilità e velocità d'uso, fornita sterile	3	discreto	0,7	2,1	membrana poco maneggevole
6	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor	6	discreto	0,7	4,2	per I.F. e livello di evidenza della letteratura presentata

7	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	7	eccellente	1	7	come da normativa
8	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	9	eccellente	1	9	30 unità per lotto
	<b>somma</b>	<b>70</b>			65,3	

LOTTO 6 - Impianto presagomato o pocket per rivestimento parziale delle protesi - Puglia Medical S.r.l.						
CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO
1	Ampiezza della gamma Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure e forme	10	discreto	0,7	7	campionatura pervenuta REF EXF-41 130X200X0,5 (da capitolato tolleranza 25% per accoglienza protesi da 300 a 500 CC)
2	Struttura della matrice a base di fibre di collagene non crosslinkata con meshatura radiale non fenestrata	18	mediocre	0,4	7,2	fenestrata nella meshatura radiale
3	Presenza di due superfici differenti bilayer con presenza di un repere che identifichi il lato da rivolgere verso la protesi con copertura selettiva della sola superficie anteriore del dispositivo protesico	16	mediocre	0,4	6,4	punto di repere poco visibile
4	Processi di lavorazione (massimo punteggio per i dispositivi che presentano processi di decellularizzazione, che non alterano le caratteristiche della matrice, di efficacia certificata da entri terzi in termini di inibizione virus, prioni e batteri)	5	buono	0,8	4	liofilizzata secondo un particolare procedimento fractioned liophilization
5	Rapidità e semplicità nella preparazione, fornita in doppia confezione in alluminio e vassoio sterile	4	mediocre	0,4	1,6	priva di vassoio
6	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor	5	sufficiente	0,6	3	2 articoli
7	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	6	eccellente	1	6	come da normativa vigente

8	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato	6	mediocre	0,4	2,4	2 unità
	<b>somma</b>	<b>70</b>			37,6	

LOTTO 6 - Impianto presagomato o pocket per rivestimento parziale delle protesi - VE.DI.SE. HOSPITAL						
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO	
1	Ampiezza della gamma Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure e forme	10	ottimo	0,9	9	campionatura pervenuta REF aepb 144-188s e aepb 164-208s (da capitolato tolleranza 25% per accoglienza protesi da 300 a 500 CC)
2	Struttura della matrice a base di fibre di collagene non crosslinkata con meshatura radiale non fenestrata	18	eccellente	1	18	membrana derivata da pericardio bovino non cross linked
3	Presenza di due superfici differenti bilayer con presenza di un repere che identifichi il lato da rivolgere verso la protesi con copertura selettiva della sola superficie anteriore del dispositivo protesico	16	eccellente	1	16	struttura bilayer con repere di semplice riconoscibilità
4	Processi di lavorazione (massimo punteggio per i dispositivi che presentano processi di decellularizzazione, che non alterano le caratteristiche della matrice, di efficacia certificata da enti terzi in termini di inibizione virus, prioni e batteri)	5	eccellente	1	5	per le fasi di lavorazione menzionate nel diagramma di flusso della produzione riportato nella relazione tecnica
5	Rapidità e semplicità nella preparazione, fornita in doppia confezione in alluminio e vassoio sterile	4	eccellente	1	4	doppia confezione con vassoio
6	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor	5	eccellente	1	5	per le pubblicazioni presentate a supporto, impact factor, livello di evidenza
7	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	6	eccellente	1	6	come da normativa

8	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato	6	eccellente	1	6	disponibilità in conto deposito di n.30 unità
	<b>somma</b>	<b>70</b>			<b>69</b>	

LOTTO 7 - Sostituto Tissutale - BIOMEDICA ITALIA S.R.L						
CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO
1	Ampiezza della gamma (Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure)	12				
2	Struttura della matrice a base di fibre di collagene non crosslinkata più elastina (Massimo punteggio alla presenza di collagene puro più elastina)	18				
3	Tempi di degradazione (Massimo punteggio ai prodotti con tempo di degradazione più rapida)	14				
4	Disponibilità di vari formati	4				
5	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor	6				
6	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	7				
7	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	9				
	<b>somma</b>	<b>70</b>				
<p><b>DISPOSITIVO NON CONFORME ALLE CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE DAL CAPITOLATO TECNICO, ESSENDO LO STESSO CROSSLINKATO, COME SI EVINCE DALLA RELAZIONE TECNICA PRESENTATA (DISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO IN PIÙ STRATI E TIPO DI POROSITÀ Pelnac® Doppio Strato Rinforzato e Fenestrato è una matrice dermica di atelocollagene. Lo strato per la sostituzione del derma è formato da una matrice di collagene suino (tendine flessore di suino) ultrapuro di tipo I con una porosità di 70-110 µm, cross-linked termicamente e poi con GA (glutaraldeide) Lo strato per la sostituzione dell'epidermide è costituito invece da una sottile pellicola di silicone, della porosità di 150 µm, che controlla la perdita di umidità della ferita.)</b></p>						

LOTTO 7 - Sostituto Tissutale - INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L					
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO
1	Ampiezza della gamma (Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure)	12			
2	Struttura della matrice a base di fibre di collagene non crosslinkata più elastina (Massimo punteggio alla presenza di collagene puro più elastina)	18			
3	Tempi di degradazione (Massimo punteggio ai prodotti con tempo di degradazione più rapida)	14			
4	Disponibilità di vari formati	4			
5	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor	6			
6	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	7			
7	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	9			
	<b>somma</b>	<b>70</b>			
<p><b>DISPOSITIVO NON CONFORME ALLE CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE DAL CAPITOLATO TECNICO, ESSENDO LO STESSO CROSSLINKATO, COME SI EVINCE DALLA RELAZIONE TECNICA PRESENTATA (5. Caratteristiche strutturali migliorative della performance clinica (presenza di multicomponenti, elementi stabilizzanti la struttura, etc.) Il sostituto dermico Integra IDRT in tutte le su formulazioni, presenta collagene ultrapuro di tipo 1 crosslinkato con condrotina 6 solfato.)</b></p>					

LOTTO 7 - Sostituto Tissutale - MEDISAN SUD SRL						
CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO
1	Ampiezza della gamma (Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure)	12	eccellente	1	12	30 differenti codici
2	Struttura della matrice a base di fibre di collagene non crosslinkata più elastina (Massimo punteggio alla presenza di collagene puro più elastina)	18	eccellente	1	18	a base di fibre di collagene non crosslinked
3	Tempi di degradazione (Massimo punteggio ai prodotti con tempo di degradazione più rapida)	14	eccellente	1	14	riassorbito in 3-6 settimane
4	Disponibilità di vari formati	4	eccellente	1	4	3 diversi formati
5	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor	6	eccellente	1	6	per le oltre n. 190 pubblicazioni presentate
6	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	7	eccellente	1	7	efficiente processo di gestione eventi avversi
7	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la Ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	9	eccellente	1	9	tempi di reintegro di 2 giorni e n. 3 pezzi forniti in conto deposito. Si precisa che la gestione del conto deposito avverrà tramite Portale Gestionale Aziendale Moss e che gli strumenti organizzativi messi a disposizione della ditta per facilitarne la gestione saranno solo aggiuntivi a codesta gestione.
<b>somma</b>		<b>70</b>			<b>70</b>	

LOTTO 8 - Protesi per complesso areola capezzolo - GC AESTHETICS ITALY S.R.L						
CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE GIUDIZIO
1	Ampiezza della gamma (misure) (Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure)	10	buono	0,8	8	disponibile una sola misura
2	Qualità della testurizzazione	10	buono	0,8	8	l'impianto costituito da un telaio a forma di fiore, permette una sensazione di maggior morbidezza
3	Adattabilità, coverage e aderenza mediante telaio interno	15	eccellente	1	15	telaio in nitinol con copertura in silicone per ancoraggio dell'impianto al tessuto adiacente
4	Atraumaticità del bordo delle protesi Massimo punteggio ai prodotti con maggior atraumaticità del bordo protesico considerando molto traumatico un bordo spigolato e meno traumatico un bordo stondato	10	eccellente	1	10	bordo stondato
5	Facilità e velocità d'uso	10	eccellente	1	10	facilità di posizionamento dell'impianto
6	Letteratura a supporto: qualità, pertinenza e Impact Factor rivista	2	eccellente	1	2	per articoli presentati, impact factor e livello di evidenza
7	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	6	eccellente	1	6	secondo normativa vigente
8	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	7	ottimo	0,9	6,3	standard nelle 48h, consegna urgente nelle 24h. Si precisa che la gestione del conto deposito avverrà tramite Portale Gestionale Aziendale Moss e che gli strumenti organizzativi messi a disposizione della ditta per facilitarne la gestione saranno solo aggiuntivi a codesta gestione.
<b>somma</b>		<b>70</b>			<b>65,3</b>	

<b>LOTTO 9 - Impianto presagomato o pocket per rivestimento totale delle protesi - Puglia Medical S.r.l.</b>						
<b>CRITERIO</b>		<b>PUNTEGGIO MAX</b>	<b>GIUDIZIO QUALITATIVO</b>	<b>COEFFICIENTE</b>	<b>PUNTEGGIO ASSEGNATO</b>	<b>MOTIVAZIONE GIUDIZIO</b>
1	Ampiezza della gamma (Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure)	10				
2	Struttura continua, non traforata che consente il completo avvolgimento delle protesi	18				
3	Tempi di degradazione e completo riassorbimento	14				
4	Disponibilità di vari formati	4				
5	Letteratura a supporto	6				
6	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	7				
7	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	11				
	<b>somma</b>	<b>70</b>				
<p><b>DISPOSITIVO NON CONFORME ALLE CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE DAL CAPITOLATO TECNICO, ESSENDO PROPOSTO IL PRODOTTO EXF-49 RETE FENESTRATA, COME SI VINCE DALLA RELAZIONE TECNICA PRESENTATA</b></p>						

<b>LOTTO 9 - Impianto presagomato o pocket per rivestimento totale delle protesi - SBM S.r.l.</b>						
<b>CRITERIO</b>		<b>PUNTEGGIO MAX</b>	<b>GIUDIZIO QUALITATIV</b>	<b>COEFFICIENTE</b>	<b>PUNTEGGIO ASSEGNATO</b>	<b>MOTIVAZIONE GIUDIZIO</b>
1	Ampiezza della gamma (Massimo punteggio alla ditta che presenta la maggior ampiezza/varietà di misure)	10	eccellente	1	10	disponibilità di tre taglie del prodotto offerto
2	Struttura continua, non traforata che consente il completo avvolgimento delle protesi	18	eccellente	1	18	completo avvolgimento della protesi
3	Tempi di degradazione e completo riassorbimento	14	ottimo	0,9	12,6	la matrice riconosciuta come self, viene integrata tramite infiltrazione cellulare e vascolarizzazione, dopo un anno dall'impianto lo scaffold è completamente integrato con completa rigenerazione tessuto mammario
4	Disponibilità di vari formati	4	eccellente	1	4	disponibilità di due forme diverse, per un totale di quattro taglie
5	Letteratura a supporto	6	eccellente	1	6	in base alle n.6 pubblicazioni scientifiche annoverate, per impact factor e livello di referenza
6	Valutazione della procedura per la gestione degli eventi avversi	7	eccellente	1	7	come da normativa
7	Valutazione conto deposito (migliore rispetto alle prescrizioni di minima descritte nel CSA) Migliore sul numero di pezzi forniti in conto deposito Migliore sui tempi di reintegro previsti dal capitolato Modalità con cui la ditta mette a disposizione strumenti organizzativi per facilitare la Farmacia nella gestione del conto deposito	11	eccellente	1	11	consegna entro le 24h
	<b>somma</b>	<b>70</b>			<b>68,6</b>	

ALLEGATO 3) Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura triennale di protesi ed espansori mammari, protesi del complesso areola capezzolo e matrici tissutali. - PROSPETTO RIEPILOGATIVO AGGIUDICATARI.												
Lotto	Voce	Descrizione	CIG	Aggiudicatari	Valore complessivo offerto 36 mesi (IVA esclusa)	Valore complessivo offerto 36 mesi (IVA 22% inclusa)	Valore complessivo offerto opzione 12 mesi (IVA esclusa)	Valore complessivo offerto opzione 12 mesi (IVA 22% inclusa)	Valore complessivo offerto opzione 40% correlato alla durata massima di 48 mesi (IVA esclusa)	Valore complessivo offerto 40% correlato alla durata massima di 48 mesi (IVA 22% inclusa)	Valore complessivo offerto complessivo di opzioni (IVA esclusa)	Valore complessivo offerto complessivo di opzioni (IVA 22% inclusa)
1	1	Protesi in gel di silicone di grado medicale, a profilo anatomico con superficie testurizzata Punti di orientamento a supporto del posizionamento nella tasca chirurgica Riduzione del gel bleeding mediante barriera anti-trasudamento a 360° Patch compreso Testurizzazione micro secondo standard ISO 14607:2018-04 Elastomero in silicone medicale con almeno tre strati Assenza di gradienti osmotici Range di dimensioni da 140 cc a 700 cc	B78C05AF96	Johnson & Johnson Medical S.p.A.	678.000,00 €	827.160,00 €	226.000,00 €	275.720,00 €	361.600,00 €	441.152,00 €	1.265.600,00 €	1.544.032,00 €
	2	Sizer sterile e risterrilizzabile in gel di silicone disponibile su tutta la gamma di protesi anatomiche			2.875,00 €	3.507,50 €	958,33 €	1.169,17 €	1.533,33 €	1.870,67 €	5.366,67 €	6.547,33 €
VALORE TOTALE LOTTO					680.875,00 €	830.667,50 €	226.958,33 €	276.889,17 €	363.133,33 €	443.022,67 €	1.270.966,67 €	1.550.579,33 €
2		Espansori mammari in gel di silicone di grado medicale, a profilo anatomico Disponibilità di diverse altezze Valvola a reperimento magnetico Presenza di sistema orientamento anteriore per un corretto posizionamento dell'implanto Elastomero in silicone medicale con almeno 3 strati Testurizzazione micro secondo standard ISO 14607:2018-04 Superficie Testurizzata Range dimensioni da 200 cc a 700 cc	B78C05B06E	Johnson & Johnson Medical S.p.A.	228.000,00 €	278.160,00 €	76.000,00 €	92.720,00 €	121.600,00 €	148.352,00 €	425.600,00 €	519.232,00 €
3	1	Protesi in gel di silicone di grado medicale, profilo rotondo, con superficie testurizzata Riduzione del gel bleeding mediante barriera anti-trasudamento a 360° patch compreso Microtesturizzazione secondo standard ISO 14607:2018-04 Elastomero in silicone medicale con almeno tre strati Assenza di gradienti osmotici Range di dimensioni da 140 cc a 700 cc	B78C05C141	Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.	9.000,00 €	10.980,00 €	3.000,00 €	3.660,00 €	4.800,00 €	5.856,00 €	16.800,00 €	20.496,00 €
	2	Sizer sterile e risterrilizzabile in gel di silicone disponibile su tutta la gamma di protesi rotonde			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VALORE TOTALE LOTTO					9.000,00 €	10.980,00 €	3.000,00 €	3.660,00 €	4.800,00 €	5.856,00 €	16.800,00 €	20.496,00 €
5		Matrice rigenerativa biologica di collagene di pericardio Bovino, non Crosslinkata, deidratata, sottoposta a procedimento validato per l'infibrosi di seno, Privile e Batters Idonea per supporto protesico alla ricostruzione mammaria, misure varie con spessore 0,5 mm (Implanto 10x16 cm circa con tolleranza del 25 %) Materiale biocompatibile e inerte dal punto di vista chimico fisico Reti non immunogene e dotata di buona stabilità	B78C05E2E7	Assut Europe S.p.A.	22.275,00 €	27.175,50 €	7.425,00 €	9.058,50 €	11.880,00 €	14.493,60 €	41.580,00 €	50.727,60 €
6		Implanto presagomato o Pocket di matrice rigenerativa biologica di collagene di origine animale, non crosslinkata Idonea per ricostruzione mammaria preoperatoria, misure varie con spessore 0,5 mm (con una tolleranza del 25%) per accoglienza di volumi protesici da 300cc a 500cc Implanto presagomato o pocket per rivestimento parziale delle protesi Materiale biocompatibile e inerte dal punto di vista chimico fisico Reti non immunogene e dotata di buona stabilità	B78C05F3BA	VE.DI.SE. Hospital S.r.l.	250.000,00 €	305.000,00 €	83.333,33 €	101.666,67 €	133.333,33 €	162.666,67 €	466.666,67 €	569.333,33 €
7		Sostituto tissutale rigenerativo costituito da collagene nativo non crosslinkato Misure e formati vari con eventuale disponibilità per migliorare la gestione delle lesioni particolarmente assai (implanto tipo 10x14 cm circa con tolleranza del 25 % nelle dimensioni considerate di base e altezza) Indicato per le lesioni croniche e traumatiche a spessore parziale o totale e post escissioni oncologiche	B78C06048D	Medisan Sud S.r.l.	16.200,00 €	19.764,00 €	5.400,00 €	6.588,00 €	8.640,00 €	10.540,80 €	30.240,00 €	36.892,80 €
8		Protesi in gel di silicone di grado medicale per ricostruzione del complesso areola capezzolo	B78C061560	GC Aesthetics Italy S.r.l.	66.750,00 €	81.435,00 €	22.250,00 €	27.145,00 €	35.600,00 €	43.432,00 €	124.600,00 €	152.012,00 €
9		Implanto presagomato o pocket di matrice rigenerativa biologica di origine animale, non crosslinkata idonea per ricostruzione mammaria preoperatoria, misure varie, con spessore almeno 0,5 mm (tolleranza 25%) per accoglienza volumi protesici vari. Implanto presagomato o pocket per rivestimento totale delle protesi. Materiale biocompatibile e inerte dal punto di vista chimico-fisico, non immunogena e dotato di buona stabilità.	B78C062633	SBM S.r.l.	268.200,00 €	327.204,00 €	89.400,00 €	109.068,00 €	143.040,00 €	174.508,80 €	500.640,00 €	610.780,80 €
TOTALE					1.541.300,00 €	1.880.386,00 €	513.766,67 €	626.795,33 €	822.026,67 €	1.002.872,53 €	2.877.093,33 €	3.510.053,87 €

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2026	339.514,13
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2027	626.795,33
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2028	626.795,33
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2029	287.281,19

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Donato Anna	 Firmato digitalmente il 15/05/2026 14:15
Responsabile UOS/UOSD	Napoliello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 15/05/2026 14:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 15/05/2026 14:22