DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008728	09/10/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

OGGETTO: A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI TRATTAMENTI DI SOSTITUZIONE RENALE CONTINUA (CRRT) MEDIANTE LOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E SOMMINISTRAZIONE DEL CORRELATO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DI NEFROLOGIA E DIALISI. Aggiudicazione.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260009187 DEL 08/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 09/10/2026 13:32

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Proposta N.ro 0009187/2026

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

AREA GESTIONE PATRIMONIO

VISTI

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- il D. Lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"
- la L.R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- il D. Lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- la L.R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L.R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019 di Aggiornamento e ricognizione attività e compiti gestionali delegati all’Area Gestione del Patrimonio
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale. Integrazione
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1213 del 22.06.2022 “Rif. D.D.G. 2182/2021 -Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica”

- il D. Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, avente ad oggetto «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 19.02.2026 di Presa atto della valutazione del collegio tecnico in merito alla scadenza dell'incarico di Struttura complessa "Area Gestione Patrimonio" affidato alla Dott.ssa Paciello Pia. Conferma dell'incarico
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 21.01.2025 di Aggiornamento Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 28.03.2023, avente ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n. 2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa."
- Il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 17.04.2023, avente ad oggetto "Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i., in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023."

Sulla base dell'istruttoria della U.O.S. Acquisizione Beni e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della medesima, il quale attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legittimità:

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

PREMESSO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 662 del 30.03.2026, successivamente modificata con Deliberazioni del Direttore Generale n. 1029/2026 e 1105/2026 e per le motivazioni in esse contenute, è stata indetta apposita procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di trattamenti di sostituzione renale continua (CRRT), mediante locazione delle apparecchiature e somministrazione del correlato materiale di consumo per le esigenze delle varie UU.OO. di Nefrologia e Dialisi, costituita da un lotto unico ed indivisibile, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un periodo di 60 mesi ed un valore quinquennale stimato in € 1.408.060,00 (IVA esclusa) (di cui € 3.060,00 i.e., quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre eventuale opzione di estensione temporale delle prestazioni contrattuali di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e di estensione quantitativa del 25%, calcolata sulla durata complessiva dell'appalto (72 mesi), ai sensi dell'art. 120, comma 9 del predetto decreto, in cui far rientrare l'accantonamento fondo, *ex* art. 9, co. 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Equilibrio contrattuale), nonché eventuali forniture complementari

CONSIDERATO

che la procedura è stata pubblicata secondo le modalità previste dalla vigente normativa di settore, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, sulla piattaforma certificata di approvvigionamento regionale *EmPulia*, nella sezione "Avvisi-bandi-inviti" (*ex* art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), nonché sul profilo di questa Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Bandi di gara e contratti" (*ex* art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

che, entro il termine di scadenza, fissato per il 04.06.2026 alle ore 13:00, sono pervenute tramite la piattaforma telematica regionale *EmPulia* le offerte dei seguenti Operatori Economici:

DITTA	N. REGISTRO DI SISTEMA OFFERTA	DATA E ORA RICEZIONE
VANTIVE S.R.L.	PE145608-26	29/05/2026 12:54:09
B. BRAUN MILANO S.p.A.	PE147389-26	03/06/2026 16:46:18
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A.	PE147391-26	03/06/2026 16:49:28

VISTI

- il verbale della seduta pubblica del 05.06.2026, **allegato 1)** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in cui il Seggio di Gara ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata da ciascuna ditta concorrente, accertandone la regolarità e la completezza della stessa, nonché all'ammissione di quest'ultime al prosieguo delle operazioni di gara
- la Determinazione Dirigenziale n. 5928 del 30.06.2026, pubblicata sul profilo aziendale della sezione "Amministrazione Trasparente", *ex* art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., unitamente ai *curricula vitae* dei componenti, con la quale si è provveduto alla nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice, preposta alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute
- il verbale della seduta riservata del 13.07.2026, **allegato 2)** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in cui il Seggio di Gara, integrato dal Presidente della Commissione Giudicatrice, ha proceduto alla mera verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta, ai fini della

successiva acquisizione della stessa da parte del Presidente della Commissione Giudicatrice e della condivisione con gli altri componenti della Commissione per le valutazioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal punto 14.3 della *lex specialis* di gara

- la nota prot. n. 71420 del 15.09.2026 agli atti dell'Area Gestione Patrimonio, con cui la Commissione Giudicatrice ha trasmesso al RUP gli esiti delle proprie valutazioni unitamente ai prospetti riepilogativi, per singola offerta, contenenti, per singolo criterio, la motivazione sintetica alla base dei giudizi di valutazione e relativa assegnazione del punteggio qualitativo
- il verbale della seduta pubblica del 22.09.2026, **allegato 3)** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in cui il Presidente del Seggio di Gara, alla presenza del Presidente della Commissione Giudicatrice, ha proceduto alla lettura delle predette valutazioni tecnico-qualitative, procedendo all'apertura delle relative offerte economiche, nonché alla correlata formulazione della graduatoria di merito, automaticamente generata dalla stessa piattaforma telematica:

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
1	Valutato	VANTIVE S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	97,93	70,00	27,93	1.080.975,00	1405000	23,06228	324025
1	Valutato	B.BRAUN MILANO SpA	II Classificato	2	93,15	63,15	30,00	1.006.525,00	1405000	28,36121	398475
1	Valutato	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.		3	92,81	64,67	28,14	1.073.000,00	1405000	23,62989	332000

EVIDENZIATO

che il procedimento di verifica dell'apparente anomalia dell'offerta della ditta Vantive S.r.l., posizionatasi al primo posto della graduatoria di merito, avviato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si è concluso con esito positivo, come da verbale del RUP datato al 29.09.2026 agli atti dell'AGP

che la fornitura di cui trattasi non rientra nell'elenco delle 14 categorie merceologiche per le quali è prevista l'attivazione di gare di appalto centralizzate da parte del Soggetto Aggregatore regionale (DGR n. 2256/2015 del 17.12.2015 e DPCM 24/12/2015)

che, allo stato, permane l'insussistenza di iniziative del Soggetto Aggregatore regionale e di Consip S.p.A. aventi ad oggetto la stessa tipologia di fornitura di cui al presente provvedimento

che la presente aggiudicazione è dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m,i, a seguito della verifica, con esito positivo, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., effettuata dai competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio

che l'Amministrazione procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicataria decorso utilmente il termine dilatorio di cui all'art. 18, c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

RITENUTO, per tutto quanto sopra rappresentato, di recepire gli esiti della procedura di gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 662 del 30.03.2026, successivamente modificata con Deliberazioni del Direttore Generale n. 1029/2026 e 1105/2026, finalizzata alla fornitura di trattamenti di sostituzione renale continua (CRRT) mediante locazione delle apparecchiature e somministrazione del correlato materiale di consumo per le esigenze delle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi, disponendo l'aggiudicazione in favore della ditta Vantive S.r.l., per un valore complessivo pari ad **€ 1.624.522,50 (IVA esclusa)**, di cui € 1.080.975,00 per la fornitura quinquennale, € 216.195,00 a titolo di opzione di estensione temporale di ulteriori 12 mesi, € 324.292,50 a titolo di opzione di estensione quantitativa del 25%, calcolata sulla durata complessiva dell'appalto (72 mesi), € 3.060,00 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. **di recepire** gli esiti della procedura aperta telematica indetta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con Deliberazione del Direttore Generale n. 662 del 30.03.2026, successivamente modificata con Deliberazioni del Direttore Generale n. 1029/2026 e 1105/2026, concernente la fornitura di trattamenti di sostituzione renale continua (CRRT) mediante locazione delle apparecchiature e somministrazione del correlato materiale di consumo per le esigenze delle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi, di cui ai verbali delle sedute datati al 05.06.2026, 13.07.2026 e 22.09.2026, allegati rispettivamente **1)**, **2)** e **3)** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, alla nota prot. n. 71420 del 15.09.2026 e al verbale del RUP datato al 29.09.2026, quest'ultimi agli atti dell'Area Gestione del Patrimonio

2. **di aggiudicare**, per l'effetto, la suddetta fornitura in favore della ditta Vantive S.r.l. per un importo complessivo pari ad **€ 1.624.522,50 (IVA esclusa)** (di cui € 1.080.975,00 per la fornitura quinquennale, € 216.195,00 a titolo di opzione di estensione temporale di ulteriori 12 mesi, € 324.292,50 a titolo di opzione di estensione quantitativa del 25% del relativo valore correlato alla durata massima di 72 mesi, € 3.060,00 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

3. **di dare atto**

   che il contratto verrà stipulato con decorrenza dal 1° dicembre 2026 (data stimata di avvio della fornitura)

che la spesa complessiva riveniente dal presente provvedimento, riferita alla durata di cinque anni, ammontante ad **€ 1.127.287,20 (IVA inclusa)**, di cui € 1.124.214,00 (IVA inclusa al 4%) per la fornitura e € 3.073,20 (IVA inclusa al 22%) quali oneri della sicurezza indicati nel DUVRI, verrà suddivisa ed imputata sui seguenti conti economici dei rispettivi bilanci di competenza, come segue:

- 700.100.000.90 "*Dispositivi e materiali medici*": **€ 734.167,20 (IVA inclusa), di cui € 731.094,00 (IVA inclusa al 4%) e € 3.073,20 (IVA inclusa al 22%) quali oneri della sicurezza indicati nel DUVRI**
  2026: € 12.236,12 (1 mese) - **2027**: € 146.833,44 (12 mesi) - **2028**: € 146.833,44 (12 mesi) - **2029**: € 146.833,44 (12 mesi) - **2030**: € 146.833,44 (12 mesi) - **2031**: € 134.597,32 (11 mesi)
- 718.100.000.20 "*Canone di noleggio attrezzature tecnico-sanitarie*": **€ 196.560,00 (IVA inclusa al 4%)**
  2026: € 3.276,00 (1 mese) - **2027**: € 39.312,00 (12 mesi) – **2028**: € 39.312,00 (12 mesi) – **2029**: € 39.312,00 (12 mesi) – **2030**: € 39.312,00 (12 mesi) – **2031**: 36.036,00 (11 mesi)
- 715.100.000.20 "*Canone di manutenzione ordinaria attrezzature sanitarie*": **€ 196.560,00 (i.i. al 4%)**
  2026: € 3.276,00 (1 mese) - **2027**: € 39.312,00 (12 mesi) – **2028**: € 39.312,00 (12 mesi) – **2029**: € 39.312,00 (12 mesi) – **2030**: € 39.312,00 (12 mesi) – **2031**: 36.036,00 (11 mesi)

che è prevista la facoltà di esercitare l'opzione di estensione temporale delle prestazioni contrattuali di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (pari a € 216.195,00 i.e.), e di estensione quantitativa del 25%, calcolata sulla durata complessiva dell'appalto (72 mesi), ai sensi dell'art. 120, comma 9 del predetto decreto, in cui far rientrare l'accantonamento fondo, *ex* art. 9, co. 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Equilibrio contrattuale), nonché eventuali forniture complementari (pari a € 324.292,50 i.e.)

che il CIG della presente procedura è **BB135D20D1**

che, ad oggi, per la fornitura in parola, non risulta attiva alcuna Convenzione/Accordo Quadro stipulato da CONSIP S.p.A. o dalla Centrale di Committenza Regionale InnovaPuglia S.p.A., in osservanza del D. L. n° 95/2012, convertito nella L. n° 135/2012 e s.m.i.

che la presente aggiudicazione è dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, a seguito della verifica, con esito positivo, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, effettuata dai competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio

che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 17, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per lo svolgimento della gara

che alla presente procedura si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trascorso il quale si provvederà alla stipula del contratto

che la presente aggiudicazione è conforme all'interesse pubblico, ad oggi sussistente, perseguito da questa Amministrazione con l'indizione della procedura di gara in parola

che, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 e All.I.2 del D. Lgs. n. 36/2023, il Titolare I.F.O., U.O.S. Acquisizione Beni c/o Area Gestione del Patrimonio, *Dott.ssa Annalisa Favano*, individuato quale RUP, sarà affiancato, in fase di esecuzione della fornitura, dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), individuato nel *Dott. Giuseppe Tarantino*, Dirigente Medico c/o U.O.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere o suoi delegati, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati secondo la normativa vigente nonché sul profilo del Committente www.sanita.puglia.it nella sezione "Bandi di Gara e contratti" e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

5. **di rinviare** a successivo provvedimento la ripartizione del fondo incentivante e la conseguente liquidazione in favore del personale avente diritto, come individuato nella Delibera di indizione n. 662 del 30.03.2026, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'apposito Regolamento Aziendale in materia

6. **di notificare** il presente provvedimento, per il tramite della piattaforma telematica *EmPulia*, alla Ditta aggiudicataria, nonché alle Ditte concorrenti e per quanto di rispettiva competenza, al Direttore del Dipartimento Nefrologico, al DEC, alle Direzioni Amministrative dei PP.OO. Altamura, Molfetta, San Paolo di Bari, Di Venere di Bari, Monopoli e Putignano, al Direttore del Dipartimento Gestione del Farmaco, al Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e per opportuna conoscenza, alla Direzione Strategica.

ASL Bari
PugliaSalute

AREA GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI TRATTAMENTI DI SOSTITUZIONE RENALE CONTINUA (CRRT) MEDIANTE LOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E SOMMINISTRAZIONE DEL CORRELATO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DI NEFROLOGIA E DIALISI. ***Apertura busta amministrativa.***

VERBALE SEDUTA PUBBLICA

Il giorno **CINQUE** del mese di **GIUGNO** dell'anno **DUEMILAVENTISEI**, alle ore **10:00,** presso l'Ufficio dell'Area Gestione Patrimonio della ASL Bari, sito in Bari, Lungomare Starita, n. 6 - 2° piano, si è regolarmente riunito, in seduta pubblica e in modalità virtuale mediante piattaforma *Microsoft Teams*, il Seggio di Gara, al fine di procedere alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto e di accertarne la regolarità e la completezza della stessa.

Componenti del Seggio di Gara

Il Seggio di Gara risulta così composto:

- la **Dott.ssa Annalisa Favano**, Titolare I.F.O. U.O.S. Acquisizione Beni c/o Area Gestione Patrimonio, in qualità di Presidente del Seggio di Gara e di RUP;
- la **Dott.ssa Giovanna Cangelli**, Collaboratore Amministrativo Professionale c/o Area Gestione Patrimonio, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- la **Dott.ssa Anna de Donato**, Collaboratore Amministrativo Professionale c/o Area Gestione Patrimonio, in qualità di testimone.

Tutti i presenti, consapevoli delle responsabilità civili e penali conseguenti all'uso di dichiarazioni mendaci, dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge e/o conflitto di interesse anche solo potenziale rispetto alla posizione dei partecipanti alla presente procedura di gara.

Apertura dei lavori

In apertura dei lavori, il Presidente dà atto che nel Disciplinare di Gara è stato richiesto l'invio delle deleghe da parte delle Ditte interessate a partecipare alla presente seduta di gara e procede, pertanto, ad interpellare nominativamente le Ditte ed i relativi rappresentanti che hanno inviato la documentazione richiesta, al fine di verificare la loro presenza. Risultano presenti e collegati da remoto, in forza delle deleghe trasmesse e regolarmente acquisite agli atti dell'Area Gestione Patrimonio:

- la Sig.ra **Daniela Annunziata**, delegata della ditta **VANTIVE S.R.L.**;
- i Sigg. **Francesco Maurelli** e **Donata Galasso**, delegati della ditta **B. BRAUN MILANO S.p.A.**;
- la Sig.ra **Maria Giovanna Puddu**, delegata della ditta **FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A.**

Offerte pervenute

Il Presidente comunica che, entro il termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **13:00** del **04.06.2026**, sono pervenute le seguenti offerte:

DITTA	N. REGISTRO DI SISTEMA OFFERTA	DATA E ORA RICEZIONE
VANTIVE S.R.L.	PE145608-26	29/05/2026 12:54:09
B. BRAUN MILANO S.p.A.	PE147389-26	03/06/2026 16:46:18

ASL Bari
PugliaSalute

AREA GESTIONE PATRIMONIO

DITTA	N. REGISTRO DI SISTEMA OFFERTA	DATA E ORA RICEZIONE
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A.	PE147391-26	03/06/2026 16:49:28

Il Presidente del Seggio dichiara aperte le operazioni di Gara e procede all'apertura delle buste amministrative presentate dalle ditte concorrenti.

Esame della documentazione amministrativa

Il Presidente, preso atto della documentazione amministrativa caricata sul portale *EmPulia*, procede all'esame della "Busta Amministrativa" presentata da ciascuna ditta e ne verifica la completezza e la conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara. All'esito delle verifiche, è emerso quanto segue:

DITTA	ESITO
VANTIVE S.R.L.	La documentazione risulta completa e regolare. La Ditta viene ammessa al prosieguo della gara.
B. BRAUN MILANO S.p.A.	La documentazione risulta completa e regolare. La Ditta viene ammessa al prosieguo della gara.
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A.	La documentazione risulta completa e regolare. La Ditta viene ammessa al prosieguo della gara.

Fasi successive

Atteso che la procedura è da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si rende necessaria la nomina della Commissione Giudicatrice. Si dà atto che, in data successiva e in seduta riservata, il Seggio di gara, alla presenza del Presidente della Commissione Giudicatrice, una volta nominata, procederà alla verifica della sola presenza della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14.2 della *Lex Specialis*.

Il Presidente, in tale sede, acquisirà la documentazione tecnica prodotta e la trasmetterà agli altri componenti della Commissione Giudicatrice, al fine di consentire l'esame delle offerte tecniche pervenute. La Commissione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, procederà alla valutazione delle offerte tecniche, con conseguente attribuzione dei punteggi relativi a ciascun parametro previsto nella griglia di valutazione, contenuta nel Capitolato Tecnico, entro il limite del punteggio massimo complessivo pari a 70 punti, secondo quanto previsto al punto 13.2 della *Lex Specialis*.

Chiusura della seduta

Alle ore **10:35** il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.
Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto dal Seggio di Gara.

Bari, 05.06.2026

Il Testimone	**Il Testimone e Segretario Verbalizzante**	**Il Presidente del Seggio di Gara**
Dott.ssa Anna De Donato	*Dott.ssa Giovanna Cangelli*	*Dott.ssa Annalisa Favano*
[redacted]	[redacted]	[redacted]

ASL Bari
PugliaSalute

AREA GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI TRATTAMENTI DI SOSTITUZIONE RENALE CONTINUA (CRRT) MEDIANTE LOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E SOMMINISTRAZIONE DEL CORRELATO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DI NEFROLOGIA E DIALISI. *Apertura buste tecniche.*

VERBALE SEDUTA RISERVATA

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **TREDICI**, del mese di **LUGLIO,** alle ore **11:00,** presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio, in Bari, Lungomare Starita, n. 6 (2° piano), si sono riuniti, in presenza e in seduta riservata, i seguenti componenti del Seggio di Gara, unitamente al nominato Presidente della Commissione Giudicatrice, giusta Determinazione Dirigenziale n. 5928 del 30.06.2026, al fine di procedere all'apertura delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti nell'ambito della procedura di gara in oggetto, costituita da un unico lotto indivisibile:

- la Dott.ssa Annalisa Favano, Titolare I.F.O., U.O.S. Acquisizione Beni c/o Area Gestione Patrimonio, in qualità di **Presidente del Seggio di Gara** e di **RUP**;
- la Dott.ssa Giovanna Cangelli, Collaboratore Amministrativo Professionale c/o Area Gestione Patrimonio, in qualità di **testimone** e **segretario verbalizzante**;
- il Dott. Giuseppe Tarantino, Dirigente Medico c/o U.O.C. Nefrologia e Dialisi – P.O. Di Venere, in qualità di **Presidente della Commissione Giudicatrice**.

Tutti i presenti, consapevoli delle responsabilità civili e penali conseguenti all'uso di dichiarazioni mendaci, dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge e/o conflitto di interesse anche solo potenziale rispetto alla posizione dei partecipanti alla presente procedura di gara.

Il Presidente del Seggio dichiara aperte le operazioni di gara.

In ordine progressivo, pertanto, si procede con il download delle offerte tecniche presentate dalle seguenti Ditte concorrenti:

Ordine	Ragione Sociale
1	**VANTIVE S.R.L.**
2	**B. BRAUN MILANO S.p.A.**
3	**FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A.**

Non vi sono osservazioni da parte dei presenti e, pertanto, alle ore 11:15, il Presidente del Seggio dichiara chiusa l'odierna seduta.

Del ché viene redatto il presente verbale composto da n. **1** pagina, oltre allegati, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Testimone e Segretario Verbalizzante	**Il Presidente del Seggio di Gara/RUP**	**Il Presidente della Commissione Giudicatrice**
Dott.ssa Giovanna Cangelli	Dott.ssa Annalisa Favano	Dott. Giuseppe Tarantino

[redacted]

ASL Bari
PugliaSalute

AREA GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI TRATTAMENTI DI SOSTITUZIONE RENALE CONTINUA (CRRT) MEDIANTE LOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E SOMMINISTRAZIONE DEL CORRELATO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DI NEFROLOGIA E DIALISI. ***Comunicazione esiti delle valutazioni tecniche e apertura buste economiche.***

VERBALE SEDUTA PUBBLICA

Il giorno **VENTIDUE** del mese di **SETTEMBRE** dell'anno **DUEMILAVENTISEI**, alle ore **15:30**, presso l'Ufficio dell'Area Gestione Patrimonio della ASL Bari, sito in Bari, Lungomare Starita, n. 6 - 2° piano, si è regolarmente riunito, in seduta pubblica e in modalità virtuale mediante piattaforma *Microsoft Teams*, il Seggio di Gara, integrato dal Presidente della Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 5928 del 30/06/2026, al fine di procedere alla comunicazione degli esiti delle valutazioni tecniche e all'apertura delle buste economiche della procedura di gara in oggetto.

Componenti del Seggio di Gara

Sono presenti:

- La *Dott.ssa Annalisa Favano*, Titolare I.F.O., U.O.S. Acquisizione Beni c/o Area Gestione Patrimonio, in qualità di **Presidente del Seggio di Gara** e di **RUP**;
- La *Dott.ssa Giovanna Cangelli*, Collaboratore Amministrativo Professionale c/o Area Gestione Patrimonio, in qualità di **testimone e segretario verbalizzante**;
- La *Dott.ssa Anna de Donato*, Collaboratore Amministrativo c/o Area Gestione Patrimonio, in qualità di **testimone**.

Risulta collegato da remoto il *Dott. Giuseppe Tarantino*, Dirigente Medico c/o U.O.C. Nefrologia e Dialisi – P.O. Di Venere di Bari, in qualità di **Presidente della Commissione Giudicatrice**, come stabilito all'art. 14.3 della *lex specialis* di gara.

Tutti i presenti, consapevoli delle responsabilità civili e penali conseguenti all'uso di dichiarazioni mendaci, dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge e/o conflitto di interesse anche solo potenziale rispetto alla posizione dei partecipanti alla presente procedura di gara.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione del Seggio, dichiara aperta la seduta.

Apertura dei lavori

In apertura dei lavori, il Presidente dà atto che nel Disciplinare di Gara è stato richiesto l'invio delle deleghe da parte delle Ditte interessate a partecipare alla presente seduta di gara e procede, pertanto, ad interpellare nominativamente le Ditte ed i relativi rappresentanti che hanno inviato la documentazione richiesta, al fine di verificare la loro presenza. Risultano presenti e collegati da remoto:

- Il *Sig. Vincenzo Renna* della Ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A., giusta procura trasmessa e regolarmente acquisita agli atti dell'Area Gestione Patrimonio;
- Il *Sig. Riccardo Russo* della Ditta Vantive S.r.l., giusta procura trasmessa e regolarmente acquisita agli atti dell'Area Gestione Patrimonio;
- Il *Sig. Mirco Monari* della Ditta B. Braun Milano S.p.A., giusta procura trasmessa e regolarmente acquisita agli atti dell'Area Gestione Patrimonio.

Attribuzione punteggi

In relazione all'attribuzione dei punteggi, si dà atto che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1105 del 28/05/2026, sono state recepite le modifiche apportate al Capitolato, con conseguente revisione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi. Le suddette modifiche sono state regolarmente pubblicate sul portale telematico *EmPULIA*, nell'ambito della procedura di gara in oggetto, nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale, assicurandone la piena conoscibilità da parte degli operatori economici partecipanti.

Sulla base dei criteri così modificati, la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi, comunicando gli esiti della propria valutazione. Tuttavia, la piattaforma non consente di modificare i criteri di valutazione inizialmente inseriti. Pertanto, al fine di recepire correttamente gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri modificati e di assicurare la corrispondenza tra i punteggi risultanti dalla piattaforma e quelli comunicati dalla Commissione, il RUP ha provveduto al caricamento manuale dei punteggi. Si evidenzia che l'operazione è stata effettuata esclusivamente al fine di allineare i dati presenti sulla piattaforma agli esiti della valutazione formalmente attribuiti dalla Commissione, senza incidere sull'attività valutativa dalla stessa svolta.

Previa condivisione della schermata *EmPULIA*, il Presidente del Seggio dà quindi lettura dei criteri di valutazione, nonché dei singoli punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice a ciascun operatore economico partecipante, secondo i criteri modificati e recepiti con la suddetta Deliberazione del Direttore Generale n. 1105 del 28/05/2026.

I punteggi complessivi riportati nella tabella sulla piattaforma *EmPULIA* corrispondono a quelli risultanti dalla valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice. Si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, la griglia di valutazione trasmessa dalla Commissione Giudicatrice al RUP con nota prot. n. 71420 del 15/09/2026.

Infine, per il tramite della piattaforma *EmPULIA*, è stata attivata la procedura di riparametrazione dei punteggi.

Apertura busta economica

Di seguito, si procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica presentata da ciascuna ditta, alla visualizzazione del valore complessivo offerto per l'unico lotto, come riportato in piattaforma, all'apertura dell'Allegato "Schema di offerta economica" e alla verifica della corretta apposizione della firma digitale e della completa compilazione dello stesso.

Formulazione della graduatoria di merito

Si procede, quindi, alla formazione della graduatoria di merito, come di seguito riepilogato:

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
1	Valutato	VANTIVE S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	97,93	70,00	27,93	1.080.975,00	1405000	23,06228	324025
1	Valutato	B.BRAUN MILANO SpA	II Classificato	2	93,15	63,15	30,00	1.006.525,00	1405000	28,36121	398475
1	Valutato	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.		3	92,81	64,67	28,14	1.073.000,00	1405000	23,62989	332000

Alla luce della graduatoria sopra riportata, il Presidente dà atto che la ditta VANTIVE S.R.L. risulta prima classificata con un punteggio complessivo pari a 97,93 punti e che si procederà, come previsto all'art. 14.4 della *lex specialis* di gara, alla verifica dell'apparente anomalia dell'offerta di quest'ultima, ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. n. 36/2023.

ASL Bari
PugliaSalute

AREA GESTIONE PATRIMONIO

Chiusura della seduta

Alle ore **16:10** il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente dispone la trasmissione del presente verbale alle ditte partecipanti alla presente procedura di gara per opportuna conoscenza.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale composto da nr. **3** pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto dal Seggio di Gara e dal Presidente della Commissione Giudicatrice.

Bari, 23.09.2026

Il Presidente del Seggio di Gara e RUP *Dott.ssa Annalisa Favano*

Il testimone e segretario Verbalizzante *Dott.ssa Giovanna Cangelli*

Il testimone *Dott.ssa Anna de Donato*

Il Presidente della Commissione Giudicatrice *Dott. Giuseppe Tarantino*

[redacted]

	Punteggio massimo	B BRAUN SHARING EXPERTISE				FRESENIUS MEDICAL CARE				Vantive			
			Giudizio	Coeff	Punti		Giudizio	Coeff	Punti		Giudizio	Coeff	Punti
CARATTERISTICHE GENERALI APPARECCHIATURE													
Dimensioni di ingombro, ergonomia e facilità di movimentazione *(specificare la tecnologia)*	4,00	Volume occupato pari a 701,6 litri / Peso pari a 67 Kg / Dotato di maniglie per spostamento / 4 ruote pivottanti e barra di bloccaggio	Buono	0,8	3,2	Volume occupato pari a 749 litri / Peso pari a 95 Kg / 4 ruote rotanti con sistema di bloccaggio	Discreto	0,7	2,8	Volume occupato pari a 607 litri / Peso pari a 75 Kg / 4 ruote orientabili con freni / presenza di sistema autoeffluente che non richiede intervento dell'operatore per svuotamento sacche, riducendo peso progressivamente ed elimina il rischio biologico	Eccellente	1	4
Peso minimo dei pazienti trattati *(specificare)*	3,00	Peso corporeo di pazienti trattati compreso tra 30 e 280 Kg	Sufficiente	0,6	1,8	Peso corporeo minimo di paziente trattati pari a 8 Kg	Eccellente	1	3	Peso minimo di paziente trattati pari a 8 Kg	Eccellente	1	3
Esecuzione di Plasmaferesi terapeutica (TPE) *(specificare. uso citrato)*	3,00	Può fare TPE ma solo con eparina o senza eparina, non si può usare citrato. Può fare DFPP	Discreto	0,7	2,1	Può fare TPE ma solo con eparina o senza eparina, non si può usare citrato. Può fare DFPP	Discreto	0,7	2,1	Può fare TPE sia con eparina sia con citrato	Eccellente	1	3
Esecuzione di Emoperfusione *(specificare)*	3,00	Può fare emoperfusione in modalità isolata ed in corso di CRRT.	Ottimo	0,9	2,7	Può fare emoperfusione in modalità isolata ed in corso di CRRT.	Ottimo	0,9	2,7	Può fare emoperfusione in modalità isolata ed in corso di CRRT.	Ottimo	0,9	2,7
Esecuzione di Decapneizzazione *(specificare: stand alone/sequenza CRRT)*	3,00	Può fare modalità stand alone e modalità combinata con CRRT. In modalità stand alone non può essere usato citrato.	Ottimo	0,9	2,7	Può fare modalità stand alone e modalità combinata con CRRT ma è unica che può usare citrato in modalità stand alone. Ottima superficie ossidante	Eccellente	1	3	Può fare modalità stand alone e modalità combinata con CRRT. In modalità stand alone non può essere usato citrato.	Ottimo	0,9	2,7
Esecuzione di altri trattamenti *(specificare se possibile effettuare altri trattamenti aggiuntivi a quelli richiesti ed elencare)*	2,00	CVVHDF PRE e POST Ci-ca.	Discreto	0,7	1,4	Rimozione mediatori dell'infiammazione con CVVHD con citrato + CVVHD con eparina / CVVHDF solo in POST Ci-ca	Buono	0,8	1,6	SCUF / Rimozione mediatori dell'infiammazione con CVVHDF PRE e POST in eparina e Ci-ca / CVVHDF PRE e POST Ci-Ca.	Eccellente	1	2
Pompe peristaltiche *(specificare il numero, la funzione e la tecnologia)*	3,00	Ha 5 pompe	Discreto	0,7	2,1	Ha 6 pompe. Consente il passaggio da anticoagualante citrato ad eparina senza sostituzione del kit iniziale. Possibile utilizzo contemporenaeo di eparina e citrato.	Eccellente	1	3	Ha 6 pompe di cui una dedicata alla gestione automatizzata del dosaggio di citrato e calcio ed una solo per la gestione dell'autoeffluente.	Ottimo	0,9	2,7
Riscaldatore sangue/fluidi integrato *(descrivere la tecnologia)*	5,00	Unico riscaldatore integrato solo per i fluidi. No riscaldatore ematico.	Discreto	0,7	3,5	2 Riscaldatori integrati per i soli fluidi ma che possono lavorare in contemporanea. No riscaldatore ematico.	Ottimo	0,9	4,5	Riscaldatore ematico, unico, integrato. No riscaldatore fluidi.	Ottimo	0,9	4,5
Riconoscimento del set utilizzato *(descrivere la tecnologia e specificare gli automatismi e le informazioni gestione)*	3,00	Sistema di riconoscimento dei KIT e del lotto mediante QR: identificazione automatica del tipo di set, genereazione automatica di impostazione specifiche per quel set, eliminando la necessità di regolazioni manuali.	Eccellente	1	3	Sistema di riconoscimento per la tipologia di trattamento ma non il Lotto. Livello di automatizzazione inferiore rispetto ai competitor.	Discreto	0,7	2,1	Sistema di riconoscimento dei KIT e del lotto mediante codice a barre: identificazione automatica del tipo di set, genereazione automatica di impostazione specifiche per quel set, eliminando la necessità di regolazioni manuali.	Eccellente	1	3
Pannello di controllo *(descrivere la tecnologia e specificare le informazioni visualizzate)*	4,00	Monitor di dimensioni inferiori ai competitor e non orientabile perché integrato. Complete le informazioni visualizzabili.	Buono	0,8	3,2	Monitor 15", orientabile. Complete le informaizoni visualizzabili. Presenza di guida "help in linea" a supporto dell'operatore.	Ottimo	0,9	3,6	Monitor 15", orientabile. Complete le informaizoni visualizzabili. Presenza di guida interattiva con animazioni grafiche a supporto dell'operatore.	Eccellente	1	4
Visualizzazione della dose prescritta e somministrata *(specificare)*	4,00	Complete le informazioni visualizzate	Ottimo	0,9	3,6	Complete le informazioni visualizzate	Ottimo	0,9	3,6	Complete le informazioni visualizzate	Ottimo	0,9	3,6
TRATTAMENTI													
Reinfusione contemporanea PRE e/o POST in CVVHDF e CVVH *(descrivere la tecnologia e specificare le eventuali necessità di manovre sui circuiti in caso di modifica della metodica e/o modalità)*	4,00	Si reinfusione comteporanea PRE + POST CVVHDF e CVVH / CVVH solo eparina / CVVHDF solo ci-ca / non necessario le modifiche manuali o cambio kit ma switch tramite software	Ottimo	0,9	3,6	Si reinfusione comteporanea PRE + POST CVVHDF e CVVH / CVVH solo eparina / CVVHDF solo ci-ca / non necessario le modifiche manuali o cambio kit ma switch tramite software	Ottimo	0,9	3,6	Si reinfusione comteporanea PRE + POST CVVHDF e CVVH / CVVH solo eparina / CVVHDF solo ci-ca / non necessario le modifiche manuali o cambio kit ma switch tramite software	Ottimo	0,9	3,6

[redacted]

	Punteggio massimo	B BRAUN SHARING EXPERTISE				FRESENIUS MEDICAL CARE				Vantive			
			Giudizio	Coeff	Punti		Giudizio	Coeff	Punti		Giudizio	Coeff	Punti
Anticoagulazione con citrato idoneo per soluz. A bassa/alta concentrazione *(specificare range di concentrazione e gli automatismi del monitoraggio)*	2,00	Tutte le aziende possono utilizzare anticoagulazione con citrato: Fresenius e B. Braun usano piccoli volumi di citrato molto concentrato, mentre Vantive usa una soluzione diluita di citrato, somministrata come prediluizione. Nessuna delle tre aziende ha automatismi per il monitoraggio del calcio ionizzato. In sintesi non è dimostrabile una superiorità di una strategia sull'altra. soluzioni ad alta concentrazione possono essere utilizzate sostanzialmente in tutte le modalità di RRT, mentre le soluzioni a bassa concentrazione solo in prediluizione (convezione o misti).	Discreto	0,7	1,4	Tutte le aziende possono utilizzare anticoagulazione con citrato: Fresenius e B. Braun usano piccoli volumi di citrato molto concentrato, mentre Vantive usa una soluzione diluita di citrato, somministrata come prediluizione. Nessuna delle tre aziende ha automatismi per il monitoraggio del calcio ionizzato. In sintesi non è dimostrabile una superiorità di una strategia sull'altra. soluzioni ad alta concentrazione possono essere utilizzate sostanzialmente in tutte le modalità di RRT, mentre le soluzioni a bassa concentrazione in prediluizione e sono quindi legate a protocolli convettivi o misti.	Discreto	0,7	1,4	Tutte le aziende possono utilizzare anticoagulazione con citrato: Fresenius e B. Braun usano piccoli volumi di citrato molto concentrato, mentre Vantive usa una soluzione diluita di citrato, somministrata come prediluizione. Nessuna delle tre aziende ha automatismi per il monitoraggio del calcio ionizzato. In sintesi non è dimostrabile una superiorità di una strategia sull'altra. soluzioni ad alta concentrazione possono essere utilizzate sostanzialmente in tutte le modalità di RRT, mentre le soluzioni a bassa concentrazione in prediluizione e sono quindi legate a protocolli convettivi o misti.	Discreto	0,7	1,4
GENERALE DISPOSABILE													
Set linee pre-assemblate + filtro idonei per anticoag. in eparina e/o citrato	4,00	Set linee e filtro pre-assemblate per anticoagulazione in eparina e citrato	Ottimo	0,9	3,6	Set linee pre-assemblate ma con filtro non pre-assemblato per anticoagulazione in eparina e citrato. Tuttavia la commisione ritiene non penalizzante il mancato preassemblaggio del filtro, poiché ciò consente utilizzo di filtri alternativi.	Buono	0,8	3,2	Set linee e filtro pre-assemblate per anticoagulazione in eparina e citrato	Ottimo	0,9	3,6
Filtri per CRRT *(descrivere la tecnologia e specificare le varie superfici disponibili)*	4,00	2 tipologia di membrana con 5 superifici differenti	Ottimo	0,9	3,6	1 tipologia di membrana con 4 superifici differenti	Buono	0,8	3,2	3 tipologie di membrana con 7 superifici differenti	Eccellente	1	4
Filtri per shock settici *(descrivere la tecnologia della membrana, se pre-eparinati, se specifici per quali anticoag. e specificare le varie superfici disponibili)*	3,00	Filtri progettati con due tipologie di tecnologia diverse ma ugualmente efficaci e valide. Vantive propone filtro pre - eparinato che consente anche adsorbimento, rispetto alle altre due aziende che hanno filtri non pre-eparinati. Tra i filtri non pre-eparinati, si segnala maggiore disponibilità di metrature per azienda B Braun. Tutte le aziende possono usare ogni forma di anticoagulazione. Elevato Cut off sovrapponibile per tutte le aziende.	Buono	0,8	2,4	Filtri progettati con due tipologie di tecnologia diverse ma uguaimente efficaci e valide. Vantive propone filtro pre - eparinato che consente anche adsorbimento, rispetto alle altre due aziende che hanno filtri non pre-eparinati. Tra i filtri non pre-eparinati, si segnala maggiore disponibilità di metrature per azienda B Braun. Tutte le aziende possono usare ogni forma di anticoagulazione. Elevato Cut off sovrapponibile per tutte le aziende.	Discreto	0,7	2,1	Filtri progettati con due tipologie di tecnologia diverse ma uguaimente efficaci e valide. Vantive propone filtro pre - eparinato che consente anche adsorbimento, rispetto alle altre due aziende che hanno filtri non pre-eparinati. Tra i filtri non pre-eparinati, si segnala maggiore disponibilità di metrature per azienda B Braun. Tutte le aziende possono usare ogni forma di anticoagulazione. Elevato Cut off sovrapponibile per tutte le aziende.	Ottimo	0,9	2,7
Linee ematiche e loro volume + filtro *(specificare volumi di sequestro ematico dei circuiti abbinati ai filtri)*	2,00	Volume di priming minimizato per riduzione del sequestro ematico. Le aziende hanno metrature , linee e volumi differenti: sono state confrontate le metrature sovrapponibili e contestuali volumi di priming. 0,8 m2 -> 147 ml / 1,3 m2 -> 173 ml / 1,6 m2 -> 192 ml	Ottimo	0,9	1,8	Volume di priming minimizato per riduzione del sequestro ematico. Le aziende hanno metrature , linee e volumi differenti: sono state confrontate le metrature sovrapponibili e contestuali volumi di priming. 0,2 m2 -> 82 ml / 0,7 m2 -> 116 ml / 1,4 m2 -> 216 ml / 1,8 m2 -> 246 ml	Buono	0.8	1,6	Volume di priming minimizato per riduzione del sequestro ematico. Le aziende hanno metrature , linee e volumi differenti: sono state confrontate le metrature sovrapponibili e contestuali volumi di priming. 0,2 m2 -> 58 ml / 0,6 m2 -> 97 ml / 1,4 m2 -> 184 ml / 1,5 m2 -> 193 ml	Ottimo	0,9	1.8
Sacche di dialisato con fosfati *(descrivere ed indicare la capacità)*	3,00	Tutte le aziende hanno possibilità di sacche contenenti Fosforo con capacità e concentrazioni paragonabili.	Ottimo	0,9	2,7	Tutte le aziende hanno possibilità di sacche contenenti Fosforo con capacità e concentrazioni paragonabili.	Ottimo	0,9	2,7	Tutte le aziende hanno possibilità di sacche contenenti Fosforo con capacità e concentrazioni paragonabili.	Ottimo	0,9	2,7

[redacted]

	Punteggio massimo	B BRAUN SHARING EXPERTISE				FRESENIUS MEDICAL CARE				Vantive			
			Giudizio	Coeff	Punti		Giudizio	Coeff	Punti		Giudizio	Coeff	Punti
Sacche di dialisato senza calcio *(descrivere ed indicare la capacità)*	2,00	Tutte le aziende hanno sacche da 5 L con Ca 0, Bbraun e Fresenius però, hanno maggiore modalirità nelle sacche contenenti diverse concentrazioni di K e P.	Eccellente	1	2	Tutte le aziende hanno sacche da 5 L con Ca 0, Bbraun e Fresenius però, hanno maggiore modalirità nelle sacche contenenti diverse concentrazioni di K e P.	Eccellente	1	2	Tutte le aziende hanno sacche da 5 L con Ca 0, Bbraun e Fresenius però, hanno maggiore modalirità nelle sacche contenenti diverse concentrazioni di K e P.	Buono	0,8	1,6
Sacche citrato *(descrivere ed indicare la capacità)*	2,00	Avendo le tre aziende tecnologia per il citrato differenti tra loro e capacità differenti, sono state confrontate considerando il quantitativo di citrato in mmol/L per sacca: B. Braun: 2 L, 136,4 mmol/L, -> **273 mmol/sacca** Fresenius: 1,5 L, 136 mmol/L, **204 mmol/sacca** Vantive: 5 L, 18 mmol/L, **90 mmol/sacca**	Eccellente	1	2	Avendo le tre aziende tecnologia per il citrato differenti tra loro e capacità differenti, sono state confrontate considerando il quantitativo di citrato in mmol/L per sacca: B. Braun: 2 L, 136,4 mmol/L, -> **273 mmol/sacca** Fresenius: 1,5 L, 136 mmol/L, **204 mmol/sacca** Vantive: 5 L, 18 mmol/L, **90 mmol/sacca**	Ottimo	0,9	1,8	Avendo le tre aziende tecnologia per il citrato differenti tra loro e capacità differenti, sono state confrontate considerando il quantitativo di citrato in mmol/L per sacca: B. Braun: 2 L, 136,4 mmol/L, -> **273 mmol/sacca** Fresenius: 1,5 L, 136 mmol/L, **204 mmol/sacca** Vantive: 5 L, 18 mmol/L, **90 mmol/sacca**	Buono	0,8	1,6
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OFFERTA													
Progetto di formazione	2,00	Progetto formativo completo per tutte le aziende. Differenziamo la valutazione in considerazione della limitazione numerica posta ai discenti dalla B Braun, dalla tipologia differente del materiale didattico fornito e sui temi trattati nei momenti formativi	Buono	0,8	1,6	Progetto formativo completo per tutte le aziende. Differenziamo la valutazione in considerazione della limitazione numerica posta ai discenti dalla B Braun, dalla tipologia differente del materiale didattico fornito e sui temi trattati nei momenti formativi	Ottimo	0,9	1,8	Progetto formativo completo per tutte le aziende. Differenziamo la valutazione in considerazione della limitazione numerica posta ai discenti dalla B Braun, dalla tipologia differente del materiale didattico fornito e sui temi trattati nei momenti formativi	Ottimo	0,9	1,8
Migliorie sul tempo di fornitura fissato in n. 30 gg data ordine *(Cronoprogramma)*	2,00	Cronoprogramma prevede il completamento delle procedure in 9 giorni lavorativi totali, dettagliando le lavorazioni in tutti i Presidi Ospedalieri	Eccellente	1	2	Cronoprogramma prevede il completamento delle procedure in 6 giorni lavorativi, non dettagliando le lavorazioni in tutti i Presidi Ospedalieri	Buono	0,8	1,6	Cronoprogramma prevede il completamento delle procedure in 14 giorni lavorativi, non dettagliando le lavorazioni in tutti i Presidi Ospedalieri	Buono	0,8	1,6
Condizioni di garanzia e manutenzione *(Scheda SAT)*	1,00	Ubicazione SAT più vicina: Cernivara (BN) Numero tecnici in Puglia: 1 a turno Erogazione degli interventi: 08:30 - 18:30 feriali // a necessità per Severità 1 //a necessità per Severità 1 Esclusioni: nessuna Reperibilità telefonica: H24 Reperibilità on site: no Muletto: si	Discreto	0,7	0,7	Ubicazione SAT più vicina: Puglia Numero tecnici in Puglia: 4 Erogazione degli interventi: 08:00 - 17:00 feriali // 08:00 - 13:00 prefestivi // no festivi Esclusioni: nessuna Reperibilità telefonica: H24 Reperibilità on site: no Muletto: no	Discreto	0,7	0,7	Ubicazione SAT più vicina: Bari Numero tecnici in Puglia: 4 (di cui 2 su Bari) Erogazione degli interventi: 08:00 - 18:30 sempre Esclusioni: nessuna Reperibilità telefonica: H24 Reperibilità on site: si Muletto: si	Eccellente	1	1
Eventuali soluzioni migliorative volte a incrementare la sicurezza del sistema ed evitare rischi accidentali	2,00	Discrete e non ben dettagliate soluzioni volte ad incrementare la sicurezza dell'intero sistema ed evitare rischi accidentali.	Discreto	0,7	1,4	Ottime soluzioni volte ad incrementare la sicurezza dell'intero sistema ed evitare rischi accidentali	Ottimo	0,9	1,8	Ottime soluzioni volte ad incrementare la sicurezza dell'intero sistema ed evitare rischi accidentali	Ottimo	0,9	1,8
TOTALE	70				**58,10**				**59,50**				**64,40**

[redacted]

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2026	12.236,12
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2027	146.833,44
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2028	146.833,44
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2029	146.833,44
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2030	146.833,44
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2031	134.597,32
71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2026	3.276,00
71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2027	39.312,00
71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2028	39.312,00
71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2029	39.312,00
71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2030	39.312,00
71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2031	36.036,00
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2026	3.276,00
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2027	39.312,00
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2028	39.312,00
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2029	39.312,00
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2030	39.312,00
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2031	36.036,00

☐ CONTIENE liquidazione ☒ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento	Art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Cangelli Giovanna	*Firmato digitalmente il 08/10/2026 10:04*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Favano Annalisa	*Firmato digitalmente il 08/10/2026 10:07*
Responsabile UOS/UOSD	Napoliello Vincenzo	*Firmato digitalmente il 08/10/2026 10:40*
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	*Firmato digitalmente il 09/10/2026 11:16*

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi della L. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 – quest'ultimo come recepito a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Dipartimento Oncologico - Direzione Amministrativa
Stab. Osp. della Murgia - Direzione Amministrativa
Stab. Osp. Molfetta - Direzione Amministrativa
Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa
Stab. Osp. Di Venere - Direzione Amministrativa
Stab. Osp. Monopoli - Direzione Amministrativa
Stab. Osp. Putignano - Direzione Amministrativa
Dipartimento Aziendale Gestionale del Farmaco